



OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in service di due sistemi analitici per indagini di immunoematologia eritrocitaria in fase liquida mediante micropiastra. - Deliberazione Indizione n. 1160 del 28/12/2017 –

Riscontro richieste chiarimenti

Di seguito si forniscono i chiarimenti a quesiti posti da Imprese interessate alla procedura di gara in oggetto:

Quesito n.1

La previsione nel disciplinare di gara della “possibilità di utilizzare reagenti sia in automatico che in manuale nel senso che i reattivi devono essere certificati sia per l’uso manuale che mediante lo strumento” è limitativa della concorrenza e quindi lesiva del principio del *favor participationis*.

Riscontro: Si conferma il criterio riportato nella documentazione di gara, evidenziando che il requisito premiale richiesto non è limitativo della partecipazione alla presente procedura.

Quesito n. 2

Viene sindacata l’attribuzione di 5 punti per il criterio on/off relativo alla “possibilità di eseguire sull’apparecchio automatico metodiche aggiuntive oltre a quelle richieste....*omissis*....”

Riscontro:

Si conferma il criterio riportato nella documentazione di gara chiarendo che, come riportato, non è richiesta una determinata metodica aggiuntiva.

Quesito n. 3

Viene taciato di illogicità il criterio di attribuzione di punteggio tecnico legato alla “ possibilità da parte dell’operatore medico/tecnico della struttura trasfusionale di programmare profili personalizzati sulla macchina”



Riscontro:

Si chiarisce che per programmazione di profili personalizzati sulla macchina s'intende la possibilità di programmare, nella macchina, profili utili alla struttura; ai fini dell'attribuzione del punteggio; tale profilazione può essere effettuata da parte di un operatore medico o tecnico del Centro trasfusionale o richiesto al personale specializzato e preposto della Ditta. Non si riscontra alcuna illogicità in tale criterio.