

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., articolata in un unico lotto, finalizzata all'affidamento della fornitura in "full service", per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di sistemi multifunzionali Faco-Vitrectomi per chirurgia oftalmica da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. Oftalmico e San Filippo Neri della ASL Roma 1, alla TEC MED S.R.L. CIG: B66BD2A9E2 per un importo complessivo di € 3.546.270,00 IVA esclusa pari a € 4.326. 449.40 IVA inclusa, al netto di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC INGEGNERIA CLINICA

Centro di Costo: BD02 L'Estensore: ELEONORA QUARTULLO Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC INGEGNERIA CLINICA

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. CARLA DE SANTIS

Ing. SILVIA SERGIO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€76.950,00	2025	CE	516040605	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		
€117.531,75	2025	CE	501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€1.834,07	2025	CE	503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	Ing. Silvia Sergio	no
€854,00	2025	CE	504020101	Canoni di noleggio area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	no

L'impegno di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 è riportato nel corpo dell'atto.

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. SILVIA SERGIO

Dott.ssa ROBERTA PAVAN

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget" rispetto alla nota prot. n. 34857 del 26/02/2025.

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.33 pagine di cui n. 22 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA UOC INGEGNERIA CLINICA

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 gennaio 2025, n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;

nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 maggio 2025, n. 296 e pubblicata sul BURL m. 38 del 13/05/2025;

VISTA la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto: "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 386 del 07/04/2025 è stata indetta una gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., articolata in un unico lotto, per l'affidamento della fornitura in "full service" di sistemi multifunzionali Facovitrecomi per chirurgia oftalmica da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. Oftalmico e San Filippo Neri della ASL Roma 1, per un valore globale presunto di € 8.573.266,67 IVA esclusa,

che per mero errore materiale l'importo relativo agli oneri della sicurezza pari a € 400,00 IVA esclusa è stato considerato triennale;

che il suddetto importo è da intendersi annuale così come risulta dal DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi interferenziali) e che gli oneri della sicurezza stimati per 36 mesi ammontano quindi ad € 1.200,00 IVA esclusa;

che il valore globale dell'appalto è di conseguenza pari ad € 8.574.800,00 IVA esclusa, come di seguito determinato:

Importo complessivo a base d'asta	€ 4.050.000,00 IVA esclusa
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso su base d'asta	€ 1.200,00 IVA esclusa
Importo complessivo per l'opzione di rinnovo	€ 2.700.000,00 IVA esclusa
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso su opzione di rinnovo	€ 800,00 IVA esclusa
Importo complessivo per l'opzione di proroga	€ 1.012.500,00 IVA esclusa

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso su opzione di proroga	€ 300,00 IVA esclusa
Importo massimo del quinto d'obbligo	€ 810.000,00 IVA esclusa
Valore globale stimato dell'appalto	€ 8.574.800,00 IVA esclusa

che la suddetta procedura è articolata in un unico lotto, come di seguito dettagliato:

Lotto	Descrizione	Durata in mesi	Importo complessivo IVA esclusa posto a base d'asta	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Unico	Fornitura in "full service" di sistemi multifunzionali Facovitrektomi per chirurgia oftalmica da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. Oftalmico e San Filippo Neri della ASL Roma 1	36	€ 4.050.000,00	€ 1.200,00

che gli elaborati di gara prevedono che l'aggiudicazione del lotto previsto per l'appalto avvenga mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

che si è provveduto alla pubblicazione del Bando di gara secondo quanto disposto dagli artt. dagli artt. 84 e 85 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea GU S: 71/2025 in data 10/04/2025 - numero di pubblicazione dell'avviso: 233768-2025;
- sulla piattaforma telematica STELLA - Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, con identificativo registro di sistema Bando n. PI076641-25, in data 10/04/2025;
- sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sulla Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale dell'ANAC in data 11/04/2025;
- sul sito istituzionale - profilo del committente ASL Roma 1 - sezione Bandi di gara - Gare e Appalti - Procedure Aperte;

che la data di scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata il giorno 23 maggio 2025 ore 12:00;

DATO ATTO

che per la gara in oggetto, entro il predetto termine perentorio, risultano essere pervenute attraverso la piattaforma STELLA n. 4 offerte, come da prospetto di seguito riportato:

Offerte pervenute	Prot. di ricezione offerte del registro di STELLA
OPTIKON 2000 SPA	PI103951-25 del 19/05/2025 08:58:31
D.O.R.C. ITALY S.R.L.	PI107677-25 del 22/05/2025 10:36:57
TEC MED S.R.L.	PI108671-25 del 22/05/2025 17:59:26
MEDIKA VISION S.R.L. UNIPERSONALE.	PI108702-25 del 22/05/2025 18:42:35

che con Determinazione Dirigenziale n. 1356 del 12/06/2025 è stata formalizzata l'ammissione, a seguito di esame della documentazione amministrativa, alla fase successiva della procedura di gara di tutti i predetti Operatori Economici;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 677 del 13/06/2025 e successiva modifica avvenuta con Deliberazione del Direttore Generale n. 769 del 01/07/2025 si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, nella seguente composizione:

Presidente	Dott. Francesco Corasaniti	Direttore UOSD Pronto Soccorso Oftalmico
Componente	Dott.ssa Alessandra Diamanti	Coordinatrice Blocco Operatorio P.O. Oftalmico
Componente	Ing. Mariasole Giacummo	Collaboratore tecnico UOC Ingegneria Clinica

VISTI i sotto riportati verbali dei lavori della Commissione, allegati al presente provvedimento, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Verbale n.3 del 02/07/2025 di apertura in seduta pubblica telematica delle buste contenenti la documentazione tecnica **(All. 1)**;
- Verbale n. 4 del 09/07/2025 di seduta riservata valutazione offerte tecniche **(All. 2)**;
- Verbale n. 5 del 29/07/2025 di seduta riservata prove pratiche **(All. 3)**;
- Verbale n. 6 del 05/08/2025 di seduta riservata tecnica **(All. 4)**;
- Verbale n. 7 del 05/08/2025 di seduta pubblica economica **(All. 5)**;

PRESO ATTO che, dall'analisi dei sopra citati verbali e di tutti gli atti consequenziali e connessi ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa e che pertanto si ritiene di far proprio quanto in essi contenuto;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato della Commissione e di aggiudicare la procedura di gara, finalizzata all'affidamento della fornitura in "full service", per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di sistemi multifunzionali Facovitrektomi per chirurgia oftalmica da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. Oftalmico e San Filippo Neri della ASL Roma 1, alla TEC MED SRL per un importo complessivo triennale di € 3.546.270,00 pari a € 4.326. 449.40 IVA inclusa - CIG: B66BD2A9E2 **(All.6)**;

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., le attività oggetto dell'appalto danno origine a rischi da interferenza, pertanto la competente U.O.C. della ASL Roma 1 ha stimato i costi annuali relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 400,00 IVA esclusa;

TENUTO CONTO della conclusione delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs 36/2023 ad eccezione della verifica dell'informativa antimafia che risulta in istruttoria dal giorno 07/08/2025;

del diritto di questa Amministrazione di agire in autotutela ed annullare in qualsiasi momento il presente atto nell'ipotesi di mancato riscontro del predetto requisito in capo all'Operatore Economico;

PRESO ATTO

che in applicazione del regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45, secondo la Deliberazione n. 709 del Commissario straordinario della ASL ROMA 1 del 12/06/2024, il provvedimento del presente recepimento riportava la seguente situazione economica;

Procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., articolata in un unico lotto, finalizzata all'affidamento della fornitura in "full service", per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di sistemi multifunzionali Faco-Vitrectomi per chirurgia oftalmica da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. Oftalmico e San Filippo Neri della ASL Roma 1.	
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
a) Importo a base d'asta	4.050.000,00 €
totale a)	4.050.000,00 €
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi art. 45, comma 3 , D.Lgs. n. 36/2023	64.800,00 €
b2) accantonamento innovazione	16.200,00 €
b3) IVA 22% su importo a base d'asta	891.000,00 €
totale b)	972.000,00 €
IMPORTO TOTALE a) + b)	5.022.000,00 €

che per mero errore materiale è stata calcolata una percentuale errata da accantonare per le voci b1 e b2 e il quadro corretto è:

Procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., articolata in un unico lotto, finalizzata all'affidamento della fornitura in "full service", per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di sistemi multifunzionali Faco-Vitrectomi per chirurgia oftalmica da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. Oftalmico e San Filippo Neri della ASL Roma 1.	
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
a) Importo a base d'asta	4.050.000,00 €
totale a)	4.050.000,00 €
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi art. 45, comma 3 , D.Lgs. n. 36/2023	€ 61.560,00
b2) accantonamento innovazione	€ 15.390,00
b3) IVA 22% su importo a base d'asta	891.000,00 €
totale b)	967.950,00 €
IMPORTO TOTALE a) + b)	5.017.950,00 €

il gruppo di lavoro definito dalla Delibera di indizione n. 386 del 07/04/2025 è così modificato:

	Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)	Compenso percentuale	Importi	Nominativi
1)	Programmazione spesa per investimenti	5%	3.078,00	
	Responsabile Unico del Progetto (RUP) *			Ing. Carla De Santis
	Collaborazione all'attività del RUP			Dott.ssa Filomena D'Alconzo Dott.ssa Maddalena Scarcelli Dott. Francesco Piccinno
2)	Progettazione	15%	9.234,00 €	
	Responsabile Unico del Progetto (RUP)			Ing. Carla De Santis
	Supporto RUP nella progettazione			Ing. Mariasole Giacommo
3)	Affidamento	20%	12.312,00 €	
	Responsabile Unico del Progetto (RUP) **			Ing. Carla De Santis
	Predisposizione dei documenti di gara			Dott.ssa Giulia Bovi, Ing. Mariasole Giacommo
	Collaborazione all'attività del RUP			Dott. Vincenzo Palluzzi, Dott. William Zomparelli, Dott.ssa Giulia Bovi, Ing. Mariasole Giacommo, Dott.ssa Eleonora Quartullo, Ufficio Pubblicazioni
4)	Esecuzione	60%	36.936,00 €	
	Responsabile Unico del Progetto (RUP)			Ing. Carla De Santis
	Collaborazione all'attività del RUP			Alessia Colibazzi, Dott.ssa Stefania Pece, Dott.ssa Filomena D'Alconzo, Sig.ra Flavia Angeloni
	Direttore dell'esecuzione (DEC)			Dott.ssa Gaia Mastropietro
	Collaborazione all'attività del DEC			Ing. Irene Amelia Tedesco, Dott.ssa Federica Albo, Dott.ssa Stefania Pece, Sig. Marco Zonetti, Sig.ra Teresa Di Fiore
	Incaricato della verifica o certificazione regolare esecuzione			Ing. Irene Amelia Tedesco
	Totale corrisposto			61.560,00 €

RITENUTO

di contabilizzare, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” l'importo di € 76.950,00 di cui € 61.560,00 quale quota incentivi per funzioni tecniche, che sarà successivamente ripartito e liquidato con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento, ed €

15.390,00 quale quota destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 1075 del 18/08/2025 è stata disposta proroga tecnica dei contratti stipulati con le società ALCON ITALIA S.p.A. e TEC MED S.r.l., in forza della Deliberazione n. 103 del 31/12/2021, diretta ad assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie e nelle more dell'aggiudicazione della presente procedura, sino al 30/11/2025;

che la fornitura oggetto del presente atto avrà decorrenza a partire dal 01/12/2025;

ATTESO che la spesa complessiva relativa alla fornitura oggetto del presente atto pari ad € 4.327.913,40 IVA e oneri della sicurezza inclusi, trova copertura come di seguito specificato:

€ 854,00 IVA inclusa - C.E. 504020101 - Canoni di noleggio area sanitaria – dal 01/12/2025 al 31/12/2025

Budget assegnato	€ 7.512.000,00
Budget impegnato	€ 6.930.753,80
Budget impegnato con presente atto	€ 854,00
Residuo	€ 580.392,20

€ 1.834,07 IVA inclusa - C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – dal 01/12/2025 al 31/12/2025

Budget assegnato	€ 7.156.000,00
Budget impegnato	€ 6.789.533,54
Budget impegnato con presente atto	€ 1.834,07
Residuo	€ 364.632,39

€ 117.531,75 IVA inclusa - C.E. 501010308 - Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni – dal 01/12/2025 al 31/12/2025

Budget assegnato	€ 6.071.670,81
Budget impegnato	€ 10.613.381,77
Budget impegnato con presente atto	€ 117.531,75
Residuo	- € 4.659.242,71

€ 10.248,00 IVA inclusa - C.E. 504020101 - Canoni di noleggio area sanitaria – Esercizio 2026;

€ 22.008,80 IVA inclusa - C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Esercizio 2026;

€ 1.410.381,00 IVA inclusa - C.E. 501010308 - Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni – Esercizio 2026;

€ 10.248,00 IVA inclusa - C.E. 504020101 - Canoni di noleggio area sanitaria – Esercizio 2027;

€ 22.008,80 IVA inclusa - C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Esercizio 2027;

€ 1.410.381,00 IVA inclusa - C.E. 501010308 - Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni – Esercizio 2027;

€ 9.394,00 IVA inclusa - C.E. 504020101 - Canoni di noleggio area sanitaria – dal 01/01/2028 al 30/11/2028;

€ 20.174,73 IVA inclusa - C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – dal 01/01/2028 al 30/11/2028;

€ 1.292.849,25 IVA inclusa - C.E. 501010308 - Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni - dal 01/01/2028 al 30/11/2028;

DATO ATTO che, con riferimento allo scostamento negativo del C.E. 501010308, il CCS ha dichiarato di aver effettuato un costante e corretto monitoraggio della spesa e adottato strategie gestionali volte a garantire il contenimento dei costi;

che lo scostamento negativo sopra rappresentato è dovuto ad un incremento dei consumi legati alle attività chirurgiche e che a seguito di attenta analisi al momento non è possibile rilevare risparmi in quanto lo scostamento deriva dalla contabilizzazione di contratti avviati la cui spesa per l'anno in corso non può allo stato attuale essere ridotta;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. **di aggiudicare**, la procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., articolata in un unico lotto, finalizzata all'affidamento della fornitura in "full service", per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di sistemi multifunzionali Facovitrektomi per chirurgia oftalmica da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. Oftalmico e San Filippo Neri della ASL Roma 1, alla TEC MED S.R.L. CIG: B66BD2A9E2 per un importo complessivo di € 3.546.270,00 pari a € 4.326.449,40 IVA inclusa al netto di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
2. **di contabilizzare**, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016" l'importo di € 76.950,00 di cui € 61.560,00 quale quota incentivi per funzioni tecniche, che sarà successivamente ripartito e liquidato con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento, ed € 15.390,00 quale quota destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- **di imputare** la spesa complessiva di € 4.327.913,40 IVA e oneri della sicurezza inclusa, come di seguito riportato:

€ 854,00 IVA inclusa - C.E. 504020101 - Canoni di noleggio area sanitaria – dal 01/12/2025 al 31/12/2025;

€ 1.834,07 IVA inclusa - C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – dal 01/12/2025 al 31/12/2025;

€ 117.531,75 IVA inclusa - C.E. 501010308 - Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni – dal 01/12/2025 al 31/12/2025;

€ 10.248,00 IVA inclusa - C.E. 504020101 - Canoni di noleggio area sanitaria – Esercizio 2026;

€ 22.008,80 IVA inclusa - C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Esercizio 2026;

€ 1.410.381,00 IVA inclusa - C.E. 501010308 - Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni – Esercizio 2026;
€ 10.248,00 IVA inclusa - C.E. 504020101 - Canoni di noleggio area sanitaria – Esercizio 2027;
€ 22.008,80 IVA inclusa - C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Esercizio 2027;
€ 1.410.381,00 IVA inclusa - C.E. 501010308 - Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni – Esercizio 2027;
€ 9.394,00 IVA inclusa - C.E. 504020101 - Canoni di noleggio area sanitaria – dal 01/01/2028 al 30/11/2028;
€ 20.174,73 IVA inclusa - C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – dal 01/01/2028 al 30/11/2028;
€ 1.292.849,25 IVA inclusa - C.E. 501010308 - Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni - dal 01/01/2028 al 30/11/2028;

3. **di confermare**, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 con riferimento alle prestazioni in oggetto, l'Ing. Carla De Santis, Dirigente Ingegnere della UOC Ingegneria Clinica, quale responsabile unico del progetto – RUP;
4. **di individuare**, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, DEC del presente affidamento la Dott.ssa Gaia Mastropietro della U.O.C. Farmacia Ospedaliera, deputato alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento;
5. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Carla De Santis
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
UOC Ingegneria Clinica
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10 gennaio 2025;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Aggiudicazione della procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., articolata in un unico lotto, finalizzata all’affidamento della fornitura in “full service”, per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di sistemi multifunzionali Facovitrektomi per chirurgia oftalmica da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. Oftalmico e San Filippo Neri della ASL Roma 1, alla TEC MED S.R.L. CIG: B66BD2A9E2 per un importo complessivo di € 3.546.270,00 IVA esclusa pari a € 4.326. 449.40 IVA inclusa, al netto di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso”* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. **di aggiudicare**, la procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., articolata in un unico lotto, finalizzata all’affidamento della fornitura in “full service”, per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di sistemi multifunzionali Facovitrektomi per chirurgia oftalmica da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. Oftalmico e San Filippo Neri della ASL Roma 1, alla TEC MED S.R.L. CIG: B66BD2A9E2 per un importo complessivo di € 3.546.270,00 pari a € 4.326. 449.40 IVA inclusa al netto di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
2. **di contabilizzare**, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” l’importo di € 76.950,00 di cui € 61.560,00 quale quota incentivi per funzioni tecniche, che sarà successivamente ripartito e liquidato con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento, ed € 15.390,00 quale quota destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
3. **di imputare** la spesa complessiva di € 4.327.913,40 IVA e oneri della sicurezza inclusi, come di seguito riportato:
 - € 854,00 IVA inclusa - C.E. 504020101 - Canoni di noleggio area sanitaria – dal 01/12/2025 al 31/12/2025;
 - € 1.834,07 IVA inclusa - C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – dal 01/12/2025 al 31/12/2025;
 - € 117.531,75 IVA inclusa - C.E. 501010308 - Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni – dal 01/12/2025 al 31/12/2025;
 - € 10.248,00 IVA inclusa - C.E. 504020101 - Canoni di noleggio area sanitaria – Esercizio 2026;
 - € 22.008,80 IVA inclusa - C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Esercizio 2026;
 - € 1.410.381,00 IVA inclusa - C.E. 501010308 - Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni – Esercizio 2026;
 - € 10.248,00 IVA inclusa - C.E. 504020101 - Canoni di noleggio area sanitaria – Esercizio 2027;
 - € 22.008,80 IVA inclusa - C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Esercizio 2027;
 - € 1.410.381,00 IVA inclusa - C.E. 501010308 - Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni – Esercizio 2027;
 - € 9.394,00 IVA inclusa - C.E. 504020101 - Canoni di noleggio area sanitaria – dal 01/01/2028 al 30/11/2028;
 - € 20.174,73 IVA inclusa - C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – dal 01/01/2028 al 30/11/2028;
 - € 1.292.849,25 IVA inclusa - C.E. 501010308 - Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni – dal 01/01/2028 al 30/11/2028;
4. **di confermare**, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 con riferimento alle prestazioni in oggetto, l’Ing. Carla De Santis, Dirigente Ingegnere della UOC Ingegneria Clinica, quale responsabile unico del progetto – RUP;

5. **di individuare**, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, DEC del presente affidamento la Dott.ssa Gaia Mastropietro della U.O.C. Farmacia Ospedaliera, deputato alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento;
6. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE



PROCEDURA APERTA PER ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN “FULL SERVICE”, PER UN PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, DI SISTEMI MULTIFUNZIONALI FACO-VITRECTOMI PER CHIRURGIA OFTALMICA DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DEI PP.OO. OFTALMICO E SAN FILIPPO NERI DELLA ASL ROMA 1

Verbale n. 3

Seduta pubblica telematica del 02/07/2025

L’anno 2025, il giorno 2 del mese di luglio alle ore 09:30 circa presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica – Pad. 90 Via Eugenio Di Mattei, 72, ha luogo la seduta pubblica virtuale per l’apertura delle Buste Tecniche presieduta dal Presidente della Commissione Giudicatrice.

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 386 del 07/04/2025 è stata indetta una gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., articolata in un unico lotto, per l’affidamento della fornitura in “full service” di sistemi multifunzionali Faco-Vitrectomi per chirurgia oftalmica da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. Oftalmico e San Filippo Neri della ASL Roma 1, come di seguito dettagliato:

Lotto	Descrizione	Durata in mesi	Importo complessivo IVA esclusa posto a base d’asta	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Unico	Fornitura in “full service” di sistemi multifunzionali Faco-Vitrectomi per chirurgia oftalmica da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. Oftalmico e San Filippo Neri della ASL Roma 1	36	€ 4.050.000,00	€ 400,00

che è stato nominato in qualità di RUP della su indicata gara l’Ing. Carla De Santis con i compiti previsti dal D. Lgs. 36/2023 al quale si fa integrale rinvio;

che gli atti della presente procedura predisposti dalla UOC Ingegneria Clinica, che disciplinano le norme e le condizioni dell’intera fornitura sono la Lettera di Invito/Capitolato con i relativi allegati di seguito specificati:

Bando di gara

Disciplinare di gara con i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Domanda di Partecipazione;
- Allegato 1.A – Autocertificazione requisiti;
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (da compilare a SISTEMA)
- Allegato 3 – Capitolato Tecnico e i relativi allegati di seguito indicati:
 - Allegato 3.A – Fabbisogno annuale materiale di consumo;
 - Allegato 3.B – Caratteristiche Tecniche Minime;
 - Allegato 3.B1 – Caratteristiche Tecniche Minime (.xls);
 - Allegato 3.C – Tabella di Valutazione;
 - Allegato 3.C1 – Caratteristiche tecniche migliorative (.xls);

Handwritten signatures and initials:
Al
Nuf
DNL



- Allegato 3.C2 – Assistenza Tecnica (.xls);
- Allegato 4 – Schema Offerta Economica;
- Allegato 4.A – Anagrafica materiale di consumo (.xls);
- Allegato 5 – Patto di Integrità;
- Allegato 6 – Schema di Contratto;
- Allegato 7 – Informativa Privacy;
- Allegato 8 – Pattuizione sul trattamento dei dati personali;
- Allegato 9 – Schema dichiarazione Concordato preventivo;
- Allegato 10 – Modulo per attestazione pagamento bollo;
- Allegato 11 – Scheda Fornitore;
- Allegato 12 – DUVRI.

che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 22 maggio 2025 alle ore 12:00, risultano essere pervenute sulla Piattaforma STELLA per la gara in oggetto n. 4 offerte, come di seguito specificato:

Offerte pervenute	Prot. di ricezione offerte del registro di STELLA
OPTIKON 2000 SPA	PI103951-25 del 19/05/2025 08:58:31
D.O.R.C. ITALY S.R.L.	PI107677-25 del 22/05/2025 10:36:57
TEC MED S.R.L.	PI108671-25 del 22/05/2025 17:59:26
MEDIKA VISION S.R.L. UNIPERSONALE.	PI108702-25 del 22/05/2025 18:42:35

che in data 26/05/2025 e 05/06/2025 hanno avuto luogo le sedute in cui è stata verificata la completezza della documentazione amministrativa prodotta dalle società partecipanti;

che con determinazione n. 1356 del 12/06/2025 è stata disposta l'ammissione dei seguenti operatori alla fase successiva della procedura di gara in oggetto:

- OPTIKON 2000 SPA
- D.O.R.C. ITALY S.R.L.
- D.O.R.C. ITALY S.R.L.
- MEDIKA VISION S.R.L. UNIPERSONALE.

che ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con Deliberazione n. 769 del 01/07/2025 è stata nominata la Commissione tecnica nella seguente composizione:

Presidente	Dott. Francesco Corasaniti	Direttore UOSD Pronto Soccorso Oftalmico
Componente	Dott.ssa Alessandra Diamanti	Coordinatrice Blocco Operatorio P.O. Oftalmico
Componente	Ing. Mariasole Giacummo	Collaboratore tecnico UOC Ingegneria Clinica

che previo avviso pubblicato sulla piattaforma telematica di gara e notificato agli Operatori Economici di cui sopra è stata convocata in data 02/07/2025 la seduta pubblica virtuale per l'apertura delle buste telematiche contenenti le buste tecniche.



Tutto quanto sopra premesso in data 02/07/2025 alle ore 09:30 circa presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica della ASL Roma 1, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, in prima seduta, la Commissione di gara, al fine di procedere all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica tramite la piattaforma STELLA.

La Commissione procede con i lavori effettuando una verifica formale della sola presenza della documentazione tecnica richiesta, la verifica dei contenuti e la rispondenza a quanto richiesto dal Capitolato è demandata alle successive sedute riservate.

Al termine delle predette operazioni la Commissione accerta che tutti gli Operatori Economici concorrenti, di cui all'elenco in premessa, hanno presentato documentazione tecnica così come richiesto nel Disciplinare di Gara. Alle ore 10:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica virtuale.

Terminata la verifica della completezza della documentazione fornita dai concorrenti, la Commissione in seduta riservata intorno alle ore 11:00 ha proceduto alla verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche minime fornite con quanto richiesto da codesta Stazione Appaltante.

La Commissione procede quindi con la disamina delle caratteristiche tecniche minime, Allegato 3.B, presentate dai concorrenti ed assume le seguenti determinazioni:

OPTIKON 2000 SPA

La commissione ritiene esaustive le informazioni presentate nell'Allegato 3.B e nella documentazione tecnica a corredo.

D.O.R.C. ITALY S.R.L.

La commissione non ritiene esaustive le informazioni presenti nell'Allegato 3B "Caratteristiche tecniche minime" in riferimento all'Allegato 3.B e in particolare alla voce "Carrello con alza bottiglia elettrico programmabile".

Si decide pertanto di procedere con la richiesta di chiarimento con numero Registro di Sistema PI142652-25 con scadenza il 07/07/2025 ore 15:00:

Richiesta chiarimento Registro di Sistema PI142652-25
Richiesta di chiarimento n. 1: in riferimento all'Allegato 3.B "Caratteristiche tecniche minime" e, in particolare, alla voce "Carrello con alza bottiglia elettrico programmabile" si chiede di specificare che ciascun chirurgo può programmare l'alzabottiglia.

TEC MED S.R.L.

La commissione ritiene esaustive le informazioni presentate nell'Allegato 3.B.

MEDIKA VISION S.R.L. UNIPERSONALE

La commissione non ritiene esaustive le informazioni presenti nell'Allegato 3B "Caratteristiche tecniche minime" in riferimento all'Allegato 3 B e in particolare alle voci "Infusione soluzione salina: infusione a



pressione controllata, valori selezionabili da 0 ad almeno 140 mm/hg" e Infusione aria: controllo della pressione di infusione aria in modo bidirezionale con valori da 0 a minimo 140 mm/hg".

Si decide pertanto di procedere con la richiesta di n. 2 chiarimenti con numero Registro di Sistema PI142662-25 con scadenza il 07/07/2025 ore 15:00:

Richiesta chiarimento Registro di Sistema PI142662-25

Richiesta di chiarimento n. 1: in riferimento all'Allegato 3.B "Caratteristiche tecniche minime" e, in particolare, alla voce "Infusione soluzione salina: infusione a pressione controllata, valori selezionabili da 0 ad almeno 140 mm/hg" si chiede di confermare che i valori selezionati dell'infusione a pressione controllata sono da 0 ad almeno 140 mm/hg.

Richiesta di chiarimento n. 2: in riferimento all'Allegato 3.B "Caratteristiche tecniche minime" e, in particolare, alla voce "Infusione aria: controllo della pressione di infusione aria in modo bidirezionale con valori da 0 a minimo 140 mm/hg" si chiede di confermare che i valori selezionati dell'infusione a aria in modo direzionale sono da 0 ad almeno 140 mm/hg.

Il presidente dichiara chiusa la seduta di valutazione tecnica delle Caratteristiche tecniche minime intorno alle ore 13:00.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Dott. Francesco Corasaniti

COMPONENTE Dott.ssa Alessandra Diamanti

COMPONENTE Ing. Mariasole Giacommo

PROCEDURA APERTA PER ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN “FULL SERVICE”, PER UN PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, DI SISTEMI MULTIFUNZIONALI FACO-VITRECTOMI PER CHIRURGIA OFTALMICA DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DEI PP.OO. OFTALMICO E SAN FILIPPO NERI DELLA ASL ROMA 1

Verbale n. 4 seduta riservata valutazione offerte tecniche

09/07/2025

Dalle ore 09:30 alle ore 13:00

Il giorno 09/07/2025 alle ore 09:30, presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica della ASL Roma 1 si riunisce, in seduta riservata la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 769 del 01/07/2025, incaricata di esperire le procedure relative all’aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto, indetta con Deliberazione n. 386 del 07/04/2025.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

Presidente	Dott. Francesco Corasaniti	Direttore UOSD Pronto Soccorso Oftalmico
Componente	Dott.ssa Alessandra Diamanti	Coordinatrice Blocco Operatorio P.O. Oftalmico
Componente	Ing. Mariasole Giacommo	Collaboratore tecnico UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali n. 1, n. 2 e n. 3, procede con la verifica dei chiarimenti richiesti nei confronti della società D.O.R.C. ITALY (registro di sistema PI142652-25) e della MEDIKA VISION S.R.L. UNIPERSONALE (Registro di sistema PI142662-25).

Operatore Economico	Chiarimento	Risposta al chiarimento
D.O.R.C. ITALY	Richiesta di chiarimento n. 1: in riferimento all'Allegato 3.B "Caratteristiche tecniche minime" e, in particolare, alla voce "Carrello con alza bottiglia elettrico programmabile" si chiede di specificare che ciascun chirurgo può programmare l'alzabottiglia.	Gentile ente, in riferimento alla documentazione tecnica allegata ed in particolare al documento 1) RELAZIONE TECNICA EVA NEXUS – 240924 a pag. 5 riportiamo quanto segue: L'infusione/irrigazione viene erogata a pressione controllata. Tale pressurizzazione avviene direttamente nella cartuccia monouso, grazie all'azione sinergica del sistema VTi e della membrana elastomerica della cartuccia monouso. Pertanto, EVA NEXUS non necessita per la regolazione del valore dell'irrigazione di un'alzabottiglia elettrico in quanto il sistema di erogazione pressurizzata è di ultima generazione e tecnologicamente più avanzato.
MEDIKA VISION S.R.L. UNIPERSONALE	Richiesta di chiarimento n. 1: in riferimento all'Allegato 3.B "Caratteristiche tecniche minime" e, in particolare, alla voce "Infusione soluzione salina: infusione a pressione controllata, valori selezionabili da 0 ad almeno 140 mm/hg" si chiede di confermare che i valori selezionati dell'infusione a pressione controllata sono da	Spett.le Ente, in riferimento alla Richiesta di chiarimento n. 1, si comunica che il sistema Constellation Vision System consente l'infusione di soluzione salina con pressione regolabile da 0 a 120 mm/Hg interamente gestita dalla strumento tramite algoritmo con microprocessori che mantengono costante l'IOP operatoria (Intra Ocular Pression), 25mm/hg durante la chirurgia del segmento posteriore dell'occhio, VITRECTOMIA, e 70/80 mm/hg per la chirurgia del segmento anteriore dell'occhio, CATARATTA. In merito alla Richiesta di chiarimento n. 2, si specifica che anche per l'infusione di aria, il sistema consente una regolazione della pressione in un range compreso tra 0 e 120 mm/Hg, interamente gestita dallo strumento tramite algoritmo con microprocessori che mantengono costante l'IOP

N. 9

29

Ed



	0 ad almeno 140 mm/hg. Richiesta di chiarimento n. 2: in riferimento all'Allegato 3.B "Caratteristiche tecniche minime" e, in particolare, alla voce "Infusione aria: controllo della pressione di infusione aria in modo bidirezionale con valori da 0 a minimo 140 mm/hg" si chiede di confermare che i valori selezionati dell'infusione a aria in modo direzionale sono da 0 ad almeno 140 mm/hg.	operatoria (Intra Ocular Pression), 25mm/hg durante la chirurgia del segmento posteriore dell'occhio. Inoltre per quanto riguarda la richiesta della regolazione bidirezionale della pressione, da un controllo effettuato dal nostro ufficio gare, tale caratteristica identificherebbe una sola apparecchiatura sul mercato, di fatto escludendo le altre concorrenti che offrono macchinari equivalenti se non migliorativi per la gestione della IOP fisiologica (Intra Ocular Pression). In entrambi i casi, si precisa che il range operativo fino a 120 mmHg di pressione d'infusione offerto dal sistema Constellation Vision System è garante dei parametri fisiologici dell'occhio umano, tramite un equilibrio ottimale tra efficacia chirurgica e sicurezza intraoculare. Si fa presente, inoltre, che i sistemi di controllo della pressione intraoculare del Constellation sono gli unici ad evitare il collasso oculare anche in caso di distacco accidentale della corrente elettrica, garantendone l'efficienza tramite batterie supplementari per 2 minuti, tempo utile e necessario per mettere in sicurezza l'occhio. Infine si fa notare che in un contesto ampiamente dimostrato dai lavori scientifici che va verso la riduzione delle IOP all'interno dell'occhio durante le procedure, per minimizzare l'insulto chirurgico, questa caratteristica di sviluppare range pressori sopra i 120 mm/hg è in chiara controtendenza.
--	---	--

La Commissione prende visione delle risposte ai chiarimenti e considera le caratteristiche presentate equivalenti a quanto richiesto ai fini dell'utilizzo clinico, pertanto entrambe gli Operatori Economici sono ammessi alla fase successiva.

In riferimento all'art. 21.2 del Disciplinare di Gara e all'Allegato 3.C del Capitolato Tecnico, la Commissione rappresenta che la valutazione tecnica delle offerte avverrà nelle modalità sotto indicate.

Criteri discrezionali: A ciascuno dei parametri di valutazione qualitativi Vi, cui è assegnato un punteggio discrezionale, identificato con "D" nella tabella, è attribuito un coefficiente Ci variabile da zero a uno. La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala indicativa:

Giudizio	Ottimo	Distinto	Buono	Discreto	Sufficiente
Coefficiente Ci assegnato	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

Criteri quantitativi: A ciascuno dei parametri di valutazione qualitativi Vi, cui è assegnato un criterio di valutazione quantitativo, identificato con "Q" nella tabella, è attribuito un coefficiente Ci, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di calcolo indicato nella colonna "Modalità di assegnazione del Coefficiente".

Criteri tabellari: A ciascuno dei parametri di valutazione qualitativi Vi, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato con "T" nella tabella, è attribuito un coefficiente Ci pari a 0 o a 1, sulla base della presenza (SI: Ci=1) o assenza (NO: Ci= 0) nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, quantitativi e tabellari procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore in quanto idoneo a consentire una corretta ponderazione tra i criteri.

Non saranno ammessi alla valutazione dei parametri tecnici ed al prosieguo della procedura di acquisizione tutte quelle offerte che non avranno ottenuto un punteggio qualitativo di almeno 41/80.

La Commissione procede con la valutazione delle "caratteristiche tecniche migliorative" Allegato 3.C1, attribuendo i punteggi seguendo i criteri sopra definiti.

Inizialmente la Commissione esamina le caratteristiche oggettive (criteri quantitativi e tabellari) dei sistemi offerti, attribuendo il punteggio come indicato nel capitolato e sopra riportato.

Criteri Quantitativi

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	D.O.R.C	MEDIKA VISION	OPTIKON	TEC MED
V4 - Frequenza manipolo ad ultrasuoni: range in frequenze in prossimità dei 28.5 kHz (in kHz)	2,00	2,00	1,60	2,00	1,43
V7 - Frequenza di lavoro (espresso in tagli al minuto) valori compensati in caso di tagliente bi blade	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00
G1: Tempo di intervento (inferiore ai requisiti minimi richiesti) in ore solari	3,00	2,00	0,00	2,50	2,25
G2: Tempo di risoluzione del guasto (inferiore ai requisiti minimi richiesti) in ore solari	3,00	2,50	0,00	0,00	1,5

Criteri Tabellari

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	D.O.R.C	MEDIKA VISION	OPTIKON	TEC MED
V15 - Materiale di consumo: fornitura di sistemi di illuminazione a candelieri 29 G twin	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Terminata la valutazione dei criteri quantitativi e tabellari, la Commissione procede con la disamina della documentazione tecnica relativa ai criteri discrezionali, proseguendo distintamente per ciascuna Società partecipante e valutando gli aspetti sotto riportati e assegnando i relativi coefficienti (cd coefficiente).



Criteri Discrezionali

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI PER SEGMENTO ANTERIORE	
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V1 - Fluidica attiva con sistema di monitoraggio e controllo della pressione intraoculare	3,00
D.O.R.C.	Il sistema di mantenimento della fluidica è giudicato valido. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
MEDIKA VISION	Il sistema di mantenimento della fluidica è giudicato perfettamente conforme alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
OPTIKON	Il sistema di mantenimento della fluidica è giudicato valido. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
TEC MED	Il sistema di mantenimento della fluidica è giudicato come più che buono in relazione alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V2 - Caratteristiche del sistema di aspirazione e possibilità di impostazioni e del sistema a creazione di vuoto fino a 600 mmHg (relazionare)	3,00
D.O.R.C.	Le caratteristiche del sistema di aspirazione sono valutate come buone in relazione alle esigenze del reparto. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
MEDIKA VISION	Le caratteristiche del sistema di aspirazione sono valutate come buone in relazione alle esigenze del reparto. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
OPTIKON	Le caratteristiche del sistema di aspirazione sono valutate come buone in relazione alle esigenze del reparto. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
TEC MED	Le caratteristiche del sistema di aspirazione sono valutate come buone in relazione alle esigenze del reparto. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V3 - Sistema anti collasso a controllo elettronico (relazionare)	3,00
D.O.R.C.	Il sistema offerto prevede n. 3 modalità di controllo dell'irrigazione, che sono giudicate come buone in relazione alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
MEDIKA VISION	Le modalità di mantenimento della pressione oculare sono giudicate buone in relazione alle esigenze, sia in condizioni statiche che dinamiche. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
OPTIKON	Le modalità di mantenimento della pressione oculare sono giudicate buone, grazie alla presenza di un sensore dedicato. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
TEC MED	Le modalità di mantenimento della pressione oculare sono giudicate buone in relazione alle esigenze, sia in condizioni statiche che dinamiche. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V5 - Gestione e regolazione degli ultrasuoni con sistema di autotuning in relazione alla durezza della cataratta movimento longitudinale (relazionare)	3,00



D.O.R.C	Il sistema dispone di un'autoregolazione continua. Le caratteristiche sono valutate come buone in relazione alle richieste. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO	
MEDIKA VISION	Il sistema dispone di diverse modalità di funzionamento e in particolare di manipoli con punte angolate. Le caratteristiche sono valutate come ottimamente corrispondenti alle richieste. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO	
OPTIKON	Il sistema dispone di tecnologia brevettata. Le caratteristiche sono valutate come buone in relazione alle richieste. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO	
TEC MED	Il sistema dispone di diverse modalità di funzionamento e le caratteristiche sono valutate come buone in relazione alle richieste. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO	
Parametro di valutazione		Punteggio massimo attribuibile
V6 - Numero di tagli/minuto del vitrectomo anteriore e dimensione del vitrectomo 23/25 gauge possibilità di attivare e disattivare il taglio da pedale e in caso di disattivazione utilizzo in sola aspirazione con bocca di taglio aperta		2,00
D.O.R.C	Il sistema presenta, per il parametro esaminato, caratteristiche tecniche complessivamente adeguate alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO	
MEDIKA VISION	Il sistema presenta, per il parametro esaminato, caratteristiche tecniche complessivamente più che adeguate alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
OPTIKON	Il sistema presenta, per il parametro esaminato, caratteristiche tecniche complessivamente più che adeguate alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
TEC MED	Il sistema presenta, per il parametro esaminato, caratteristiche tecniche complessivamente più che adeguate alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI PER SEGMENTO POSTERIORE		
Parametro di valutazione		Punteggio massimo attribuibile
V8 - Sistema automatico per il controllo e mantenimento costante della pressione intraoculare		4,00
D.O.R.C	Il sistema presentato ha caratteristiche giudicate come più che buone in funzione delle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
MEDIKA VISION	Il sistema presentato ha caratteristiche giudicate come più che buone in funzione delle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
OPTIKON	Il sistema presentato ha caratteristiche giudicate come più che buone in funzione delle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
TEC MED	Il sistema presentato ha caratteristiche giudicate come più che buone in funzione delle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	

Dei

Ed



Parametro di valutazione		Punteggio massimo attribuibile
V9 - Aggiornamenti tecnologici verso sistemi alternativi ai vitrectomi tradizionali a ghigliottina		2,00
D.O.R.C	La tecnologia presentata non è attualmente aggiornabile. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE	
MEDIKA VISION	La tecnologia presentata non è attualmente aggiornabile. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE	
OPTIKON	La tecnologia presentata non è attualmente aggiornabile. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE	
TEC MED	La tecnologia presenta un aggiornamento tecnologico opzionale non offerto. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO	
Parametro di valutazione		Punteggio massimo attribuibile
V10 - Fonte luminosa: numero lampade xenon separate, numero filtri colorati inseribili automaticamente, altro (relazionare)		3,00
D.O.R.C	Il sistema dispone di un numero di fonti luminose e di filtri valutati complessivamente buoni in relazione alle esigenze cliniche. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO	
MEDIKA VISION	Il sistema dispone di un numero di fonti luminose complessivamente più che buone in relazione alle esigenze cliniche. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
OPTIKON	Il sistema dispone di un numero di fonti luminose e di filtri valutati complessivamente buoni in relazione alle esigenze cliniche. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO	
TEC MED	Il sistema dispone di un numero di fonti luminose e di filtri complessivamente più che buono in relazione alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
Parametro di valutazione		Punteggio massimo attribuibile
V11 - Caratteristiche tecniche endolaser integrato (relazionare)		2,00
D.O.R.C	Le caratteristiche dell'endolaser sono valutate come più che buone in funzione alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
MEDIKA VISION	Le caratteristiche dell'endolaser sono valutate come più che buone in funzione alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
OPTIKON	Le caratteristiche dell'endolaser sono valutate come più che buone in funzione alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
TEC MED	Le caratteristiche dell'endolaser sono valutate come più che buone in funzione alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	

DC
Al



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEL SISTEMA	
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V12 - Gestione del vuoto programmabile da 0 a 650 mm/hg	2,00
D.O.R.C.	Il sistema di gestione del vuoto è valutato come buono in funzione alle esigenze ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
MEDIKA VISION	Il sistema di gestione del vuoto è valutato come più che buono in funzione alle esigenze ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
OPTIKON	Il sistema di gestione del vuoto è valutato come buono in funzione alle esigenze ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
TEC MED	Il sistema di gestione del vuoto è valutato come più che buono in funzione alle esigenze ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V13 - Tipologia e funzionalità del pedale wireless (relazionare)	2,00
D.O.R.C.	La tipologia e le funzionalità del pedale sono valutate come ottimamente confacenti alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
MEDIKA VISION	La tipologia e le funzionalità del pedale sono valutate come buone in relazione alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
OPTIKON	La tipologia e le funzionalità del pedale sono valutate come più che buone in relazione alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
TEC MED	La tipologia e le funzionalità del pedale sono valutate come ottimamente confacenti alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V14 - Ulteriori caratteristiche tecniche migliorative non valutate (relazionare)	3,00
D.O.R.C.	Non si riscontrano ulteriori caratteristiche tecniche migliorative valutabili in funzione alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE
MEDIKA VISION	Le ulteriori caratteristiche tecniche migliorative sono valutate come ottimamente confacenti alle esigenze, anche considerando il servizio di assistenza tecnica. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
OPTIKON	Le ulteriori caratteristiche tecniche migliorative sono valutate come più che sufficienti in funzione alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO
TEC MED	Le ulteriori caratteristiche tecniche migliorative sono valutabili come buone in funzione alle esigenze, anche considerando il servizio di assistenza tecnica. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO



FORMAZIONE	
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
VF - Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste	3,00
D.O.R.C	La proposta di formazione offerta si articola in due fasi, una funzionale all'utilizzo del sistema (almeno 8 ore), l'altra riassuntiva volta a chiarire eventuali dubbi, rivolta principalmente al personale infermieristico. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
MEDIKA VISION	La proposta di formazione offerta risulta più che completa e si apprezza la disponibilità del personale all'assistenza formativa continuativa. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
OPTIKON	La proposta di formazione offerta si articola in due fasi, una funzionale all'utilizzo del sistema (4 ore), l'altra su richiesta 1 volta l'anno o in caso di nuove installazioni. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
TEC MED	La proposta di formazione offerta risulta più che completa e si apprezza la disponibilità del personale all'assistenza formativa continuativa. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO

In riferimento ai parametri migliorativi Vp1, Vp2, Vp3, Vp4, Vp5 e Vp6 la Commissione rimanda la valutazione successivamente all'esecuzione della prova visione.

Terminata la valutazione quantitativa, tabellare e discrezionale degli Operatori Economici, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 13:30 circa e si decide la successiva convocazione di prova pratica per il giorno 29 luglio 2025.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Dott. Francesco Corasaniti

COMPONENTE Dott.ssa Alessandra Diamanti

COMPONENTE Ing. Mariasole Giacommo



PROCEDURA APERTA PER ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN “FULL SERVICE”, PER UN PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, DI SISTEMI MULTIFUNZIONALI FACO-VITRECTOMI PER CHIRURGIA OFTALMICA DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DEI PP.OO. OFTALMICO E SAN FILIPPO NERI DELLA ASL ROMA 1

Verbale n. 5 seduta riservata prove pratiche

29/07/2025

Dalle ore 09:00 alle ore 14:20

Il giorno 29/07/2025 alle ore 09:00 circa, presso la il Blocco Operatorio del P. Oftalmico della ASL Roma 1 la Commissione procede all’esecuzione della prova pratica per la procedura di gara in oggetto, con gli Operatori Economici presentanti offerta e a seguito di regolare convocazione.

La Commissione, nominata con Deliberazione n. 769 del 01/07/2025, incaricata di esperire le procedure relative all’aggiudicazione della gara a procedura aperta indetta con Deliberazione n. 386 del 07/04/2025, è presente al completo nella seguente composizione:

Presidente	Dott. Francesco Corasaniti	Direttore UOSD Pronto Soccorso Oftalmico
Componente	Dott.ssa Alessandra Diamanti	Coordinatrice Blocco Operatorio P.O. Oftalmico
Componente	Ing. Mariasole Giacommo	Collaboratore tecnico UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta, e si iniziano i lavori relativi alla prova pratica secondo il seguente calendario:

1. DORC: ore 09:00
2. MEDIKA VISION: ore 10:15
3. OPTIKON: ore 11:30
4. TEC MED: ore 12:45

La Commissione descrive le modalità di esecuzione della prova, secondo quanto definito all’articolo 14 “Sopralluogo e prova pratica” del Disciplinare di Gara.

Richiamato, inoltre, l’Allegato 3.C “Tabella di valutazione” del Capitolato Tecnico, la Commissione procede alla lettura dei quattro parametri migliorativi oggetto di valutazione in prova pratica, e qui di seguito riportati:

- Vp1 - Funzionalità: efficienza del sistema rilevabile durante la prova;
- Vp2 - Ergonomia: compattezza e altre caratteristiche rilevate legate all'utilizzo in relazione agli spazi;
- Vp3 - Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa;
- Vp4 - Completezza e qualità del Kit monopaziente per facoemulsificazione completo;
- Vp5 - Completezza e qualità del Kit per vitrectomia combinata mininvasiva;
- Vp6 - Tipologia e qualità del materiale di consumo al di fuori del pack.

DORC:

Lo specialista di prodotto incaricato procede con la presentazione del prodotto offerto, descrivendone caratteristiche, tipologia di assemblaggio, accessori forniti e materiali di consumo.

[Handwritten signatures and initials]



Si prosegue con la spiegazione del funzionamento del bene, di tutti gli accessori e del materiale di consumo, con particolare riferimento ai sei parametri oggetto di valutazione.

Si prosegue con l'esecuzione della prova pratica: lo specialista mostra il funzionamento del bene e fornisce tutte le informazioni e delucidazioni richieste.

La Commissione verifica i sei parametri migliorativi oggetto di valutazione in prova pratica come da Allegato 3.C "Tabella di valutazione" del Capitolato Tecnico, nonché il possesso delle caratteristiche minime e migliorative dichiarate, come da Allegati 3.B1 "Caratteristiche Tecniche Minime" e 3.C1 "Caratteristiche tecniche migliorative" del Capitolato Tecnico.

MEDIKA VISION:

Lo specialista di prodotto incaricato procede con la presentazione del prodotto offerto, descrivendone caratteristiche, tipologia di assemblaggio, accessori forniti e materiali di consumo.

Si prosegue con la spiegazione del funzionamento del bene, di tutti gli accessori e del materiale di consumo, con particolare riferimento ai sei parametri oggetto di valutazione.

Si prosegue con l'esecuzione della prova pratica: lo specialista mostra il funzionamento del bene e fornisce tutte le informazioni e delucidazioni richieste.

La Commissione verifica i sei parametri migliorativi oggetto di valutazione in prova pratica come da Allegato 3.C "Tabella di valutazione" del Capitolato Tecnico, nonché il possesso delle caratteristiche minime e migliorative dichiarate, come da Allegati 3.B1 "Caratteristiche Tecniche Minime" e 3.C1 "Caratteristiche tecniche migliorative" del Capitolato Tecnico.

OPTIKON:

Lo specialista di prodotto incaricato procede con la presentazione del prodotto offerto, descrivendone caratteristiche, tipologia di assemblaggio, accessori forniti e materiali di consumo.

Si prosegue con la spiegazione del funzionamento del bene, di tutti gli accessori e del materiale di consumo, con particolare riferimento ai sei parametri oggetto di valutazione.

Si prosegue con l'esecuzione della prova pratica: lo specialista mostra il funzionamento del bene e fornisce tutte le informazioni e delucidazioni richieste.

La Commissione verifica i sei parametri migliorativi oggetto di valutazione in prova pratica come da Allegato 3.C "Tabella di valutazione" del Capitolato Tecnico, nonché il possesso delle caratteristiche minime e migliorative dichiarate, come da Allegati 3.B1 "Caratteristiche Tecniche Minime" e 3.C1 "Caratteristiche tecniche migliorative" del Capitolato Tecnico.

TEC MED:

Lo specialista di prodotto incaricato procede con la presentazione del prodotto offerto, descrivendone caratteristiche, tipologia di assemblaggio, accessori forniti e materiali di consumo.

Si prosegue con la spiegazione del funzionamento del bene, di tutti gli accessori e del materiale di consumo, con particolare riferimento ai sei parametri oggetto di valutazione.

Si prosegue con l'esecuzione della prova pratica: lo specialista mostra il funzionamento del bene e fornisce tutte le informazioni e delucidazioni richieste.

La Commissione verifica i sei parametri migliorativi oggetto di valutazione in prova pratica come da Allegato 3.C "Tabella di valutazione" del Capitolato Tecnico, nonché il possesso delle caratteristiche minime e migliorative dichiarate, come da Allegati 3.B1 "Caratteristiche Tecniche Minime" e 3.C1 "Caratteristiche tecniche migliorative" del Capitolato Tecnico.

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*



Alle ore 14:20 circa la Commissione dichiara chiusa la prova pratica.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE

Dott. Francesco Corasaniti

Francesco Corasaniti

COMPONENTE

Dott.ssa Alessandra Diamanti

Alessandra Diamanti

COMPONENTE

Ing. Mariasole Giacommo

Mariasole Giacommo



PROCEDURA APERTA PER ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN “FULL SERVICE”, PER UN PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, DI SISTEMI MULTIFUNZIONALI FACO-VITRECTOMI PER CHIRURGIA OFTALMICA DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DEI PP.OO. OFTALMICO E SAN FILIPPO NERI DELLA ASL ROMA 1

**Verbale n. 6 seduta tecnica riservata
05/08/2025**

Il giorno 05/08/2025 alle ore 09:00 presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica – Complesso Santa Maria della Pietà - Pad. 90 - Via Eugenio Di Mattei, 72 si riunisce la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 769 del 01/07/2025, incaricata di esperire le procedure relative all’aggiudicazione della procedura in oggetto, indetta con Deliberazione n. 386 del 07/04/2025.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

Presidente	Dott. Francesco Corasaniti	Direttore UOSD Pronto Soccorso Oftalmico
Componente	Dott.ssa Alessandra Diamanti	Coordinatrice Blocco Operatorio P.O. Oftalmico
Componente	Ing. Mariasole Giacommo	Collaboratore tecnico UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e riprende i lavori.

In particolare, in riferimento alle prove pratiche effettuate in data 29/07/2025, la Commissione procede con la valutazione dei sistemi offerti, proseguendo distintamente per ciascuna Società, valutando gli aspetti sotto riportati e assegnando i relativi coefficienti (cd coefficiente).

PROVA VISIONE/PRATICA	
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Vp1 - Vp1 - Funzionalità: efficienza del sistema rilevabile durante la prova	6
D.O.R.C	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica come buone le funzionalità illustrate in sede di prova. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
MEDIKA VISION	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica come più che buone le funzionalità illustrate in sede di prova. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
OPTIKON	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica come buone le funzionalità illustrate in sede di prova. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
TEC MED	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica come più che buone le funzionalità illustrate in sede di prova. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO

mf *OC* *GP*



PROVA VISIONE/PRATICA		
Parametro di valutazione		Punteggio massimo attribuibile
Vp2 - Ergonomia: compattezza e altre caratteristiche rilevate legate all'utilizzo in relazione agli spazi		7
D.O.R.C	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica come buone le caratteristiche di ingombro ed ergonomia. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO	
MEDIKA VISION	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica come buone le caratteristiche di ingombro ed ergonomia. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO	
OPTIKON	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica come più che buone le caratteristiche di ingombro ed ergonomia. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
TEC MED	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica come ottimamente confacenti le caratteristiche di ingombro ed ergonomia. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO	
Vp3 - Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa		6
D.O.R.C	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica complessivamente come più che buone le caratteristiche migliorative illustrate in sede di prova. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
MEDIKA VISION	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica complessivamente come buone le caratteristiche migliorative illustrate in sede di prova. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO	
OPTIKON	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica complessivamente come buone le caratteristiche migliorative illustrate in sede di prova. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO	
TEC MED	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica complessivamente ottime le caratteristiche migliorative illustrate in sede di prova. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIME	
Vp4 - Completezza e qualità del Kit monopaziente per facoemulsificazione completo		4
D.O.R.C	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica più che adeguato il materiale mostrato. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
MEDIKA VISION	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica adeguato il materiale mostrato. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO	
OPTIKON	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica adeguato il materiale mostrato. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO	



TEC MED	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica più che adeguato il materiale mostrato. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
PROVA VISIONE/PRATICA	
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Vp5 - Completezza e qualità del Kit per vitrectomia combinata mininvasiva	4
D.O.R.C	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica più che adeguato il materiale mostrato. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
MEDIKA VISION	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica adeguato il materiale mostrato. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
OPTIKON	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica adeguato il materiale mostrato. Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
TEC MED	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica più che adeguato il materiale mostrato. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
Vp6 - Tipologia e qualità del materiale di consumo al di fuori del pack	4
D.O.R.C	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica Il materiale di consumo offerto come qualitativamente adeguato alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
MEDIKA VISION	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica Il materiale di consumo offerto come qualitativamente perfettamente confacente alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
OPTIKON	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica Il materiale di consumo offerto come qualitativamente adeguato alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
TEC MED	In relazione al parametro suindicato, la Commissione giudica Il materiale di consumo offerto come qualitativamente perfettamente confacente alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO

Quindi, si procede al calcolo dei punteggi discrezionali per le Società partecipanti, ottenuti mediante la moltiplicazione tra il coefficiente attribuibile relativo al giudizio attribuito e il punteggio massimo attribuibile per ciascun Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa:

Parametro di valutazione	D.O.R.C	MEDIKA VISION	OPTIKON	TEC MED
V1 - Fluidica attiva con sistema di monitoraggio e controllo della pressione intraoculare	1,5	3	1,5	2,25

Handwritten signatures and initials:
Mf, SC, G



V2 - Caratteristiche del sistema di aspirazione e possibilità di impostazioni e del sistema a creazione di vuoto fino a 600 mmHg (relazionare)	1,5	1,5	1,5	1,5
--	-----	-----	-----	-----

Parametro di valutazione	D.O.R.C	MEDIKA VISION	OPTIKON	TEC MED
V3 - Sistema anti collasso a controllo elettronico (relazionare)	1,5	1,5	1,5	1,5
V5 - Gestione e regolazione degli ultrasuoni con sistema di autotuning in relazione alla durezza della cataratta movimento longitudinale (relazionare)	1,5	3	1,5	1,5
V6 - Numero di tagli/minuto del vitrectomo anteriore e dimensione del vitrectomo 23/25 gauge possibilità di attivare e disattivare il taglio da pedale e in caso di disattivazione utilizzo in sola aspirazione con bocca di taglio aperta	1	1,5	1,5	1,5
V8 - Sistema automatico per il controllo e mantenimento costante della pressione intraoculare	3	3	3	3
V9 - Aggiornamenti tecnologici verso sistemi alternativi ai vitrectomi tradizionali a ghigliottina	0	0	0	0,5
V10 - Fonte luminosa: numero lampade xenon separate, numero filtri colorati inseribili automaticamente, altro (relazionare)	1,5	2,25	1,5	2,25
V11 - Caratteristiche tecniche endolaser integrato (relazionare)	1,5	1,5	1,5	1,5
V12 - Gestione del vuoto programmabile da 0 a 650 mm/hg	1	1,5	1	1,5
V13 - Tipologia e funzionalità del pedale wireless (relazionare)	2	1	1,5	2
V14 - Ulteriori caratteristiche tecniche migliorative non valutate (relazionare)	0	3	0,75	1,5
Vp1 - Funzionalità: efficienza del sistema rilevabile durante la prova	3	4,5	3	4,5
Vp2 - Ergonomia: compattezza e altre caratteristiche rilevate legate all'utilizzo in relazione agli spazi	3,5	3,5	5,25	7
Vp3 - Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa	4,5	3	3	6
Vp4 - Completezza e qualità del Kit monopaziente per facoemulsificazione completo	3	2	2	3
Vp5 - Completezza e qualità del Kit per vitrectomia combinata mininvasiva	3	2	2	3
Vp6 - Tipologia e qualità del materiale di consumo al di fuori del pack	2	4	2	4

Mf De Cd



La Commissione ritiene pertanto di assegnare il punteggio tecnico totale alle ditte partecipanti come qui seguito riportato:

D.O.R.C	Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 10,50 + 0,00 + 36,50 = 47,00
MEDIKA VISION	Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 5,60 + 0,00 + 44,00 = 49,60
OPTIKON	Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 8,50 + 0,00 + 35,50 = 44,00
TEC MED	Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 8,18 + 2,00 + 50,25 = 60,43

La Commissione procede con l'inserimento sulla piattaforma S.TEL.LA dei seguenti punteggi tecnici totali relativi alle ditte partecipanti, come qui seguito riportato:

D.O.R.C	Ptecnico = 47,00
MEDIKA VISION	Ptecnico = 49,60
OPTIKON	Ptecnico = 44,00
TEC MED	Ptecnico = 60,43


Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Dott. Francesco Corasaniti

COMPONENTE Dott.ssa Alessandra Diamanti

COMPONENTE Ing. Mariasole Giacommo





PROCEDURA APERTA PER ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN “FULL SERVICE”, PER UN PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, DI SISTEMI MULTIFUNZIONALI FACO-VITRECTOMI PER CHIRURGIA OFTALMICA DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DEI PP.OO. OFTALMICO E SAN FILIPPO NERI DELLA ASL ROMA 1

Verbale n. 7 del 05/08/2025

Il giorno 05/08/2025 alle ore 14:00 circa, 30 presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica – Pad. 90 Via Eugenio Di Mattei, 72, ha luogo la seduta pubblica virtuale per l’apertura delle Buste Economiche presieduta dal RUP, Ing. Carla De Santis.

Le offerte economiche presentate risultano le seguenti:

Importo base d’asta	Società	Prezzo complessivo offerto (€)	Ribasso (%)
4.050.000,00	TEC MED S.R.L.	3.546.270,00	12,4377%
	MEDIKA VISION UNIPERSONALE	3.796.216,67	6,266%
	D.O.R.C. ITALY S.R.L.	3.692.266,67	8,832%
	OPTIKON 2000 SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	3.365.600,51	16,898%


Quindi, si rilevano i punteggi complessivi e si procede con la determinazione della graduatoria di gara, così come riportato:

Società	Punteggio Tecnico	Punteggio offerta Economica	Punteggio Complessivo	Graduatoria	Sospetto di Anomalia
TEC MED S.R.L.	60,43	18,81	79,24	1	No
MEDIKA VISION UNIPERSONALE	49,60	16,41	66,01	2	No
D.O.R.C. ITALY S.R.L.	47,00	17,57	64,57	3	No
OPTIKON 2000 SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	44,00	20,00	64,00	4	No

Terminata l’apertura delle buste economiche, il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 15 e 30 circa.

Il RUP

Ing. Carla De Santis



Stazione appaltante: ASL Roma 1
Tipo Procedura: Aperta
Titolo: Fornitura in “full service” di sistemi multifunzionali Faco-Vitrectomi per chirurgia oftalmica da destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. Oftalmico e San Filippo Neri della ASL Roma 1e numero registro di sistema:PI076641-25

Offerta Economica

Numero Riga	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UNITA' IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Allegato 4 - Schema di offerta economica	Allegato 4.A - Anagrafica materiale di consumo (compilato nelle colonne da A a Q)	Dettaglio dell'offerta economica	Modalità di calcolo del costo della manodopera
0	Sistemi multifunzionali Faco-Vitrectomi per chirurgia oftalmica	BN33169100-3	Laser chirurgico	PEZZO	1	4.050.000,00	3.546.270,00	3.546.270,00	  Allegato 4 - Schema Offerta Economica.pdf.p7m 66A55F499B249ED9AA3D96AC91B2FDECD7B7DCF10ACFAE98816DE4B2A6308699	  Allegato 4.A - Anagrafica materiale di consumo.pdf.p7m 5D565CD7314B4DA27BF68211FAF2BF93C8523984DD5C6DCD9746332926C277BD	  Dettaglio offerta economica.pdf.p7m 26188030E105E90CB39EE58E30E7940800C89A9CE63547374C31CE3B76CF2E02	  Dichiarazione costi mano d'opera.pdf.p7m E2683E552432100DB3F8AB4BE9500E1BC94958A2F2454B0507FA89A4FC7C46FB

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA: 3.546.270,00 €

Ragione sociale del Concorrente: Tec Med S.r.l.
Via Ilaria Alpi n. 4 - 00188 ROMA (Roma)
C.F. 06859310580 P.IVA IT01632541007

Firmato digitalmente