

**DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi**

AVVISO DI CONSULTAZIONE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D.LGS N. 50/2016

L'ASL ROMA 1 intende espletare manifestazione d'interesse per la fornitura trimestrale, secondo le disposizioni di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016, così come sotto indicato:

Lotto	Descrizione	Misure	U.M.	Fabbisogno trimestrale
1	Aghi ipodermici per siringa	G18 da 38 a 40 mm	pezzo	250.000
2	Aghi ipodermici per siringa con sistema di sicurezza	G21 da 38 mm ca	pezzo	25.000
		G22 da 32 mm ca	pezzo	25.000
3	Siringhe senza ago, luer-lock per infusione ed irrigazione	1 ml	pezzo	30.000
		3 ml	pezzo	10.000
		5 ml	pezzo	60.000
		10 ml	pezzo	80.000
		20 ml	pezzo	15.000

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI LOTTI:

Lotto 1 e 2 - Aghi ipodermici per siringa

Ago sterile, monouso, apirogeno, atossico, fabbricato con materiali inerti, latex free. La cannula deve essere in acciaio inox per uso medicale, saldamente fissata al barilello, punta atraumatica a triplice affilatura, lubrificata, pulita all'interno ed esterno e prodotta nel rispetto di tutte le norme vigenti mentre l'ago deve essere protetto da copriago in plastica atossica latex free. Il lubrificante presente, non deve essere superiore a 0,25 mg/cm².

Il cono dell'ago in materiale plastico atossico, deve risultare trasparente per consentire la visibilità del liquido e/o del sangue e deve essere contraddistinto con codice colore secondo gli standard internazionali per l'immediato riconoscimento del calibro. Il raccordo si deve adattare alle diverse tipologie di coni.

Sistema di sicurezza (per i DM di cui al lotto 2)

Il meccanismo di sicurezza deve essere integrato al fine di evitare il rischio di punture accidentali per gli operatori. L'attivazione del meccanismo di sicurezza deve fare in modo che l'ago risulti permanentemente protetto. L'avvenuta

attivazione del meccanismo di sicurezza deve essere facilmente verificabile da parte dell'operatore in modo visivo e/o uditivo.

Lotto 3 – Siringhe senza ago, luer-lock per infusione ed irrigazione

Siringa sterile, monouso a tre pezzi (cilindro, pistone, gommino con anello) apirogena, atossica, latex free, DEHP free. Fabbricata in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medico. Corpo cilindrico trasparente, chimicamente stabile, tale da non avere residui, non cedere sostanze, né determinare reazioni chimiche con i prodotti in essa contenuti nel breve periodo in cui è utilizzata. Il cilindro deve presentare una superficie uniforme e liscia, esente da bolle d'aria o da altri difetti che possano comprometterne la tenuta, provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone. La siringa deve essere provvista di alette per impugnatura ergonomica; deve riportare una scala graduata affidabile, ben visibile, nitida e leggibile, anche in presenza del contenuto, in millilitri ed unità internazionale (per le siringhe da insulina), incisa o stampata con inchiostro indelebile secondo ISO 7886-1 per i diversi volumi di siringhe. Lo stantuffo/pistone deve essere dotato di una capsula di gomma tale da garantire una scorrevolezza controllata e costante ed una tenuta perfetta, conformata con la parte terminale del cilindro. È ammesso l'impiego di lubrificanti in qualità e quantità previste dalle normative comunitarie; come indicato dalla Farmacopea Ufficiale Italiana non deve essere superiore a 0,25 mg/cm² e conforme alle norme UNI EN ISO di riferimento.

Confezionamento

La confezione deve essere, per tutti i lotti, singola, sterile, in involucro costituito da astuccio trasparente, termosaldato sui quattro lati, in grado di mantenere la sterilità del contenuto nel tempo. I prodotti in singolo involucro dovranno presentarsi in blister multipli e in scatole da massimo 100 unità. I prodotti devono essere forniti in contenitori che garantiscano la buona conservazione e il facile immagazzinamento per sovrapposizione. Il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla Direttiva 93/42 CEE e smi; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Il presente avviso è finalizzato a dare adeguata PUBBLICITÀ alle ditte in grado di fornire i prodotti sopra elencati.

L'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'ASL ROMA 1 che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione del servizio.

Gli operatori economici non potranno pertanto, per il solo fatto di aver partecipato alla presente indagine esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all'eventuale affidamento della fornitura in oggetto.

L'eventuale affidamento, sarà disposto direttamente a favore di un operatore economico che ha presentato il prodotto corrispondente alle caratteristiche richieste e selezionato in base al seguente criterio: prezzo più basso.

La presentazione di manifestazioni d'interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici ai quali rivolgere la Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) nell'ambito del settore "BENI – FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ".

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di integrare il numero di soggetti invitati nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si chiede pertanto, agli operatori economici interessati, di fornire il proprio contributo – previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali - compilando l'apposita istanza di manifestazione di interesse (allegato A al presente avviso) specificando a quale Lotto si vuole partecipare, corredata di schede tecniche ed inviandole entro la data del **15/06/2021** all'indirizzo PEC: uocabs@pec.aslroma1.it.

Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale dell'ASL Roma 1, www.aslroma1.it, alla sezione Amministrazione Trasparente e su Bandi di Gara e Appalti.

Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Vittorio Santoriello.

Tutte le informazioni fornite saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell'iniziativa in oggetto.

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco