

**DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA****AVVISO PUBBLICO PER UN'INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 COLONNA PER ENDOSCOPIA OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA UOC GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. SAN FILIPPO NERI DELLA ASL ROMA 1.**

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, così come richiamate dall'art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e al fine di individuare gli operatori economici idonei da invitare alla procedura in oggetto, viene pubblicato il presente avviso volto ad acquisire le manifestazioni d'interesse per procedere all'affidamento della fornitura di n. 1 colonna per endoscopia occorrente alle esigenze della UOC Gastroenterologia del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA E CARATTERISTICHE TECNICHE**Colonna per endoscopia – quantità: 1**

Descrizione: Sistema per video-endoscopia ad alta definizione occorrente alla UOC Gastroenterologia, composto da:

- Videoprocessore digitale (o sistema integrato video processore/fonte di luce);
- Fonte di luce (o sistema integrato come al punto sopra);
- N. 1 Monitor;
- Carrello portastrumenti completo di trasformatore di isolamento;
- Compatibilità con gli strumenti per endoscopia in dotazione presso la UOC Gastroenterologia (Olympus).

Caratteristiche tecniche minime:

L'apparecchiatura offerta dovrà essere fornita completa di tutti gli accessori (cavi, connettori, ecc.) necessari per il regolare e sicuro funzionamento;

A. Videoprocessore:

- Presenza di tecnologia capace di visione dello strato sottomucoso della parete intestinale.
- Possibilità di variare la nitidezza dell'immagine endoscopica enfatizzando i contorni dell'immagine e contrastando la struttura stessa dell'immagine (enfatizzazione immagine, enfatizzazione colore), con diversi livelli di regolazione.
- Regolazione automatica del colore, del focus e del bilanciamento del bianco.
- Regolazione delle dimensioni dell'immagine
- Possibilità di scegliere le funzioni di comando dai pulsanti dell'endoscopio.
- Zoom elettronico
- Capacità di registrazione di filmati ed immagini in alta definizione su supporti esterni. In particolare il sistema deve essere in grado di inviare video e immagini in HD ad un sistema di

archiviazione esterno, e definire un repository documentale equipaggiato di strumenti di ricerca base ed avanzata su tutti i campi di anagrafica paziente, intervento e visita.

- Per quanto sopra in fase di configurazione del sistema di archiviazione sarà cura del responsabile del servizio di Endoscopia digestiva definire i campi ritenuti obbligatori per la ricerca avanzata.
- Standard DICOM

B. Fonte di luce:

- Grado di illuminazione ottimale per visione endoscopica;
- Lampada principale allo xenon di elevata potenza;
- Illuminazione regolabile in continuo, in modalità manuale e automatica;
- Sistema di misura del ciclo vitale della lampada;
- Capacità lampada di almeno 500 ore in continuo;
- Lampada di emergenza con attivazione automatica in caso di guasto della lampada principale;
- In grado di permettere la visione dello strato sottomucoso;

C. Monitor per bioimmagini medicale ad alta definizione su bracci pensili:

- Dimensioni dei monitor non inferiore a 26 pollici e compatibili per una ottimale movimentazione ergonomica nella sala di endoscopia integrata
- Schermo antiriflesso
- Compatibile con il formato video digitale di tipo HDTV;
- Ingressi video analogici, digitali ed in alta definizione (almeno RGB, Y/C, DVI, HD-SDI)
- Risoluzione minima compatibile con le più attuali tecnologie presenti sul mercato e prestazioni tali da garantire la migliore visione delle bioimmagini
- Possibilità di visualizzare immagini sullo stesso monitor provenienti da diversa sorgente

D. Carrello portastrumenti completo di trasformatore di isolamento:

- Carrello portastrumenti completo di trasformatore di isolamento conforme alle normative vigenti, in grado di alimentare almeno 8 strumenti
- Numero di ripiani in grado di contenere tutta la strumentazione offerta
- Completo di ruote antistatiche per permettere un facile trasporto
- Sistema di n. 2 bracci snodabili per il posizionamento dei monitor
- Alloggiamento porta bombola

1. Luogo di svolgimento della fornitura

ASL ROMA1 – Presidio Ospedaliero San Filippo Neri

2. Valore massimo della fornitura

Il corrispettivo massimo della fornitura è pari ad € 50.000,00 IVA esclusa, pari ad € 61.000,00 IVA inclusa.

3. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i..

**4. Documentazione e requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse**

Per partecipare i soggetti interessati dovranno presentare:

Domanda di partecipazione (da presentare compilando il modello allegato "A") corredata dal documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante sottoscrittore della stessa o da procuratore (la cui procura deve essere allegata).

5. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse

La documentazione richiesta dal presente avviso dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13/08/2019 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.aslroma1.it e per conoscenza all'indirizzo ingegneriaclinica@aslroma1.it

La trasmissione con pec dovrà recare in oggetto la seguente dicitura:

AVVISO PUBBLICO PER UN'INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 COLONNA PER ENDOSCOPIA OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA UOC GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. SAN FILIPPO NERI DELLA ASL ROMA 1.

6. Condizioni regolanti la procedura

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto ad evidenza pubblica. Tale avviso rappresenta esclusivamente una indagine di mercato per individuare soggetti interessati per l'acquisizione dell'apparecchiatura richiesta.

La stazione appaltante si riserva comunque di non procedere agli inviti alla procedura di gara successiva a suo insindacabile giudizio e, nei confronti di uno o più soggetti che abbiano inviato la manifestazione di interesse.

7. Condizioni di esclusione

Sono escluse le manifestazioni di interesse:

- a. Pervenute dopo la scadenza di cui al punto 5.
- b. Incomplete nei dati di individuazione del soggetto proponente e dei relativi recapiti.

8. Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web di questa Amministrazione – Sezione Amministrazione Trasparente

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ing. **Pietro Barberini**

per
Il Direttore
U.O.C. Ingegneria Clinica
Ing. Pietro Barberini