

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento della fornitura in service di un sistema analitico per 13c Breath Test e relativo materiale di consumo da destinare alla UOC Gastroenterologia del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1. Importo complessivo € 167.895,00 IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi. CIG B2ECAD82D2. Proroga della determinazione n. 1764 del 28/07/2023.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC INGEGNERIA CLINICA

Centro di Costo: BD02 L'Estensore: ALESSIA MATALONE Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento MARIASOLE GIACUMMO <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	UOC INGEGNERIA CLINICA Ing. SILVIA SERGIO <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE Ing. PAOLA BRAZZODURO <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	--	--

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€3.500,00	2024	CE	516040605	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. lgs 50/2016		
€2.009,34	2024	CE	501010317	Reagenti	Dott.ssa Roberta Pavan	SI
€1.260,67	2024	CE	503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	Ing. Silvia Sergio	NO
€1.728,33	2024	CE	504020101	Canone noleggio area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	NO

2025 - 2030: il dettaglio contabile è riportato all'interno della Deliberazione

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. SILVIA SERGIO	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Dott.ssa ROBERTA PAVAN	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa, di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget", rispetto alla delibera n. 176 del 13/02/2024

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto)	Non favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	--

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto)	Non favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	--

Il presente provvedimento si compone di n.21 pagine di cui n. 13 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
---	---	---

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 05 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il Dott. Giuseppe Quintavalle;
- l'Atto di Autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020, pubblicato sul BURL del 30/01/2020, n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Ingegneria Clinica;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto *"Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo"* la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08/07/2022 avente ad oggetto: *"Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi"*, con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi, così come integrata dalla Deliberazione CS n. 329 del 15/03/2024;
- PREMESSO** che con Deliberazione n. 1005 del 13/08/2024 è stata indetta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, una procedura negoziata finalizzata all'affidamento della fornitura in service di un sistema analitico per 13c Breath Test e relativo materiale di consumo da destinare alla UOC Gastroenterologia del P.O. San Filippo Neri;
- DATO ATTO** che in esecuzione della suddetta Deliberazione è stata pubblicata n. 1 procedura di Richiesta di Offerta (RdO) tramite MePA aperta a tutti gli operatori economici abilitati al bando/categoria di riferimento, onde consentire la massima partecipazione, così come nel seguito indicato:
- N. 1 RdO per la fornitura in service di un sistema analitico per 13c Breath Test e relativo materiale di consumo da destinare alla UOC Gastroenterologia della ASL Roma 1 per la durata di 60 mesi – importo complessivo presunto posto a base d'asta pari ad € 175.000,00 IVA esclusa;
- VISTO** che entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, è regolarmente pervenuta attraverso il portale MePA n. 1 offerta per la negoziazione n. 4607749, presentata dalla società AB Analitica Srl;
- CONSIDERATO** che con Determinazione n. 2611 del 29/10/2024 è stata formalizzata l'ammissione alla fase successiva della procedura di gara, a seguito di esame della documentazione amministrativa, della società AB Analitica Srl;

che con Deliberazione n. 1309 del 28/10/2024, relativamente alla procedura in oggetto, si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, nella seguente composizione:

Presidente	Ing. Mariasole Giacommo	Collaboratore Ingegnere UOC Ingegneria Clinica
Componente	Dott.ssa Virginia Festa	Dirigente Medico UOC Gastroenterologia
Componente	Dr. Carlo Pisaniello	Funzione Organizzativa di Coordinamento UOC Gastroenterologia

VISTI i verbali dei lavori della Commissione, allegati al presente provvedimento, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1);

PRESO ATTO che, dall'analisi dei sopra citati verbali e di tutti gli atti consequenziali e connessi ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa e che pertanto si ritiene di far proprio quanto in essi contenuto;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato della Commissione e di aggiudicare la procedura di gara finalizzata all'affidamento della fornitura in service di un sistema analitico per 13c Breath Test e relativo materiale di consumo da destinare alla UOC Gastroenterologia della ASL Roma 1, come segue:

Lotto	Oggetto	Società aggiudicataria	Importo complessivo IVA esclusa
Unico	Fornitura in service di un sistema analitico per 13c Breath Test e relativo materiale di consumo da destinare alla UOC Gastroenterologia per la durata di 60 mesi – CIG B2ECAD82D2	AB Analitica Srl	€ 167.895,00

TENUTO CONTO della conclusione delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 in capo alla società aggiudicataria;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) dal quale risulta che i costi per la sicurezza relativi alla riduzione dei rischi da interferenza sono pari a € 3.500,00 IVA esclusa per tutta la durata del contratto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL Roma 1 n. 709 del 12/06/2024 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti Pubblici.";

ATTESO che con Deliberazione n. 1005 del 13/08/2024 è stato approvato, relativamente alla ripartizione degli incentivi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti Pubblici, il seguente quadro economico:

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023 - Fornitura in service di un sistema analitico per 13c Breath Test e relativo materiale di consumo da destinare alla UOC Gastroenterologia della ASL Roma 1	
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
a) Importo a base d'asta	175.000,00
totale a)	175.000,00 €
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi art. 45 D.Lgs. n. 36/2023	3.500,00 €
b2) IVA 22% su importo a base d'asta	38.500,00 €
totale b)	42.000,00 €
IMPORTO TOTALE a) + b)	217.000,00 €

RITENUTO di contabilizzare, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” l’importo di € 3.500,00 quale quota incentivi art. 45, comma 3 del D.lgs. 36/2023, che sarà successivamente ripartito e liquidato con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento;

CONSIDERATO che i tempi tecnici connessi alla consegna ed installazione della nuova apparecchiatura fanno ritenere che l’effettivo avvio della fornitura oggetto del presente atto possa presumibilmente avvenire a partire dal 01/02/2025;

VISTO l’art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che *“In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.”*

STABILITO quanto sopra, al fine di garantire la continuità del servizio la UOC Ingegneria Clinica ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga, ai sensi dell’art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, del contratto stipulato con la Società AB Analitica Srl di cui alla Determinazione n. 1764/2023 per il periodo 01/11/2024 – 31/01/2025 per un importo complessivo di €. 7.612,80 IVA inclusa;

ATTESO che a seguito dell’adozione del presente atto i C.E. n. 504020101, n. 503030101 e n. 501010317 – Esercizio 2024 – presentano la seguente situazione economica:

C.E. 504020101 Canoni noleggio area sanitaria		
Budget assegnato	€	6.700.000,00
Budget già impegnato	€	6.580.482,14
Importo impegnato con presente atto	€	1.728,33
Residuo	€	117.789,53

C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche		
Budget assegnato	€	8.105.694,00
Budget già impegnato	€	7.416.230,04
Importo impegnato con presente atto	€	1.260,67
Residuo	€	688.203,29
C.E. 501010317 Reagenti		
Budget assegnato	€	9.568.154,00
Budget già impegnato	€	12.809.412,68
Importo impegnato con presente atto	€	2.009,34
Scostamento	€	-3.243.268,02

DATO ATTO

che il CCS dichiara, in merito al CE 501010317, che ha effettuato un costante e corretto monitoraggio della spesa ed ha effettuato strategie gestionali volte a garantire il contenimento dei costi. Inoltre segnala che il budget assegnato per il 2024 potrebbe non essere sufficiente a garantire la spesa necessaria alle effettive necessità, per un incremento dei consumi legati alle attività diagnostiche;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di aggiudicare la procedura negoziata finalizzata all'affidamento della fornitura in service di un sistema analitico per 13c Breath Test e relativo materiale di consumo da destinare alla UOC Gastroenterologia del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1 per la durata di 60 mesi alla società AB Analitica Srl per un importo complessivo di € 167.895,00 IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi, a decorrere dal 01/02/2025 – CIG: B2ECAD82D2;
2. di confermare la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, del contratto stipulato con la Società AB Analitica Srl di cui alla Determinazione n. 1764/2023, per il periodo 01/11/2024 – 31/01/2025, per un importo complessivo di €. 7.612,80 IVA inclusa;
3. di imputare l'importo complessivo di € 216.714,70 IVA inclusa come di seguito riportato:
 - Bilancio 2024
 - € 1.728,33 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canone noleggio area sanitaria;
 - € 1.260,67 IVA inclusa – C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche;
 - € 2.009,34 IVA inclusa – C.E. 501010317 Reagenti;
 - Bilancio 2025
 - € 17.639,16 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canone noleggio area sanitaria;
 - € 8.123,17 IVA inclusa – C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche;
 - € 15.187,48 IVA inclusa – C.E. 501010317 Reagenti;
 - Bilancio 2026
 - € 18.300,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canone noleggio area sanitaria;
 - € 8.174,00 IVA inclusa – C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche;
 - € 15.346,38 IVA inclusa – C.E. 501010317 Reagenti;

Bilancio 2027

€ 18.300,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canone noleggio area sanitaria;

€ 8.174,00 IVA inclusa – C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche;

€ 15.346,38 IVA inclusa – C.E. 501010317 Reagenti;

Bilancio 2028

€ 18.300,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canone noleggio area sanitaria;

€ 8.174,00 IVA inclusa – C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche;

€ 15.346,38 IVA inclusa – C.E. 501010317 Reagenti;

Bilancio 2029

€ 18.300,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canone noleggio area sanitaria;

€ 8.174,00 IVA inclusa – C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche;

€ 15.346,38 IVA inclusa – C.E. 501010317 Reagenti;

Bilancio 2030

€ 1.525,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canone noleggio area sanitaria;

€ 681,17 IVA inclusa – C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche;

€ 1.278,86 IVA inclusa – C.E. 501010317 Reagenti;

4. di contabilizzare, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. lgs 50/2016” l’importo di € 3.500,00 quale quota incentivi art. 45 del D.lgs. 36/2023, che sarà successivamente ripartito e liquidato con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
5. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) l’Ing. Flavio Iacoangeli, collaboratore tecnico in servizio presso la UOC Ingegneria Clinica;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
procedimento
Ing. Mariasole Giacummo
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
UOC Ingegneria Clinica
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IN VIRTU’ dei poteri previsti:

- dall’art. 3 del D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall’art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri di cui alla Deliberazione del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 05 aprile 2023;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento della fornitura in service di un sistema analitico per 13c Breath Test e relativo materiale di consumo da destinare alla UOC Gastroenterologia del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1. Importo complessivo € 167.895,00 IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi. CIG B2ECAD82D2. Proroga della determinazione n. 1764 del 28/07/2023.”* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di aggiudicare la procedura negoziata finalizzata all'affidamento della fornitura in service di un sistema analitico per 13c Breath Test e relativo materiale di consumo da destinare alla UOC Gastroenterologia del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1 per la durata di 60 mesi alla società AB Analitica Srl per un importo complessivo di € 167.895,00 IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi, a decorrere dal 01/02/2025 – CIG: B2ECAD82D2;
2. di confermare la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, del contratto stipulato con la Società AB Analitica Srl di cui alla Determinazione n. 1764/2023, per il periodo 01/11/2024 – 31/01/2025, per un importo complessivo di €. 7.612,80 IVA inclusa;
3. di imputare l'importo complessivo di € 216.714,70 IVA inclusa come di seguito riportato:
 - Bilancio 2024
 - € 1.728,33 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canone noleggio area sanitaria;
 - € 1.260,67 IVA inclusa – C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche;
 - € 2.009,34 IVA inclusa – C.E. 501010317 Reagenti;
 - Bilancio 2025
 - € 17.639,16 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canone noleggio area sanitaria;
 - € 8.123,17 IVA inclusa – C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche;
 - € 15.187,48 IVA inclusa – C.E. 501010317 Reagenti;
 - Bilancio 2026
 - € 18.300,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canone noleggio area sanitaria;
 - € 8.174,00 IVA inclusa – C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche;
 - € 15.346,38 IVA inclusa – C.E. 501010317 Reagenti;
 - Bilancio 2027
 - € 18.300,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canone noleggio area sanitaria;
 - € 8.174,00 IVA inclusa – C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche;
 - € 15.346,38 IVA inclusa – C.E. 501010317 Reagenti;

Bilancio 2028

€ 18.300,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canone noleggio area sanitaria;

€ 8.174,00 IVA inclusa – C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche;

€ 15.346,38 IVA inclusa – C.E. 501010317 Reagenti;

Bilancio 2029

€ 18.300,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canone noleggio area sanitaria;

€ 8.174,00 IVA inclusa – C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche;

€ 15.346,38 IVA inclusa – C.E. 501010317 Reagenti;

Bilancio 2030

€ 1.525,00 IVA inclusa – C.E. 504020101 – Canone noleggio area sanitaria;

€ 681,17 IVA inclusa – C.E. 503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche;

€ 1.278,86 IVA inclusa – C.E. 501010317 Reagenti;

4. di contabilizzare, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. lgs 50/2016” l’importo di € 3.500,00 quale quota incentivi art. 45 del D.lgs. 36/2023, che sarà successivamente ripartito e liquidato con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
5. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) l’Ing. Flavio Iacoangeli, collaboratore tecnico in servizio presso la UOC Ingegneria Clinica;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all’attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Giuseppe Quintavalle

FIRMATO DIGITALMENTE

PROCEDURA DI GARA TRAMITE RdO SUL MePA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER 13C BREATH TEST E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLA UOC GASTROENTEROLOGIA

Verbale n. 2
 Seduta del 04/11/2024
 Seduta apertura buste tecniche

PREMESSO

che con Deliberazione n. 1005 del 13/08/2024 è stata indetta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, una procedura negoziata finalizzata all'affidamento della fornitura in service di un sistema analitico per 13c Breath Test e relativo materiale di consumo da destinare alla UOC Gastroenterologia per la durata di 60 mesi – importo complessivo presunto posto a base d'asta pari ad € 175.000,00 IVA esclusa;

che è stato nominato in qualità di RUP della su indicata gara l'Ing. Mariasole Giacummo con i compiti previsti dal D. Lgs. 36/2023 al quale si fa integrale rinvio;

che gli atti della presente procedura predisposti dalla UOC Ingegneria Clinica, che disciplinano le norme e le condizioni dell'intera fornitura sono di seguito specificati:

Lettera invito/Capitolato con i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Domanda di Partecipazione;
- Allegato 1.A - Dichiarazione assenza conflitto di interessi;
- Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (da compilare a SISTEMA);
- Allegato 3 - Informativa Privacy;
- Allegato 4 - Pattuizione trattamento dati personali;
- Allegato 5 - Schema Offerta Economica;
- Allegato 5.A - Anagrafica materiale di consumo;
- Allegato 6 - Schema dichiarazione Concordato preventivo;
- Allegato 7 - Scheda fornitore;
- Allegato 8 - Patto di Integrità;
- Allegato 9 - Disciplinare tecnico sicurezza Informatica;
- Allegato 10 - Mod. B DUVRI;
- Allegato A - Caratteristiche tecniche minime;
- Allegato A1 - Caratteristiche tecniche minime (.xls.);
- Allegato B - Tabella di valutazione;
- Allegato B1 - Caratteristiche tecniche migliorative (.xls.);
- Allegato B2- Assistenza tecnica (.xls.);

che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 02/10/2024 alle ore 12:00, risulta essere pervenuta sulla Piattaforma MePA per la gara in oggetto n. 1 offerta, come di seguito specificato:

Denominazione concorrente	Numero di partecipazione	Data di presentazione offerta
AB ANALITICA SRL	1700081	30/09/2024

che in data 11/10/2024 ha avuto luogo la seduta in cui è stata verificata la completezza della documentazione amministrativa prodotta dalla società partecipante;



che con determinazione n. 2611 del 29/10/2024 è stata disposta l'ammissione dei seguenti operatori alla fase successiva della procedura di gara in oggetto:

- AB ANALITICA SRL

che ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. n. 36/2023, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1309 del 28/10/2024 è stata nominata la Commissione Giudicatrice nella seguente composizione:

Presidente	Ing. Mariasole Giacummo	Collaboratore Ingegnere UOC Ingegneria Clinica
Componente	Dott.ssa Virginia Festa	Dirigente Medico UOC Gastroenterologia
Componente	Dr. Carlo Pisaniello	Funzione Organizzativa di Coordinamento UOC Gastroenterologia

che previo avviso notificato agli Operatori Economici di cui sopra tramite piattaforma telematica di gara è stata convocata in data 04/11/2024 la seduta per l'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Il giorno 04/11/2024 alle ore 10:00, presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica – Complesso Santa Maria della Pietà - Pad. 90 - Via Eugenio Di Mattei, 72 si è riunita, a seguito di regolare convocazione, in prima seduta, la Commissione Giudicatrice, al fine di procedere all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica tramite la piattaforma MEPA.


La Commissione procede con l'apertura dei plichi virtuali contenenti la documentazione tecnica e prosegue effettuando una verifica formale della sola presenza della documentazione tecnica richiesta, la verifica dei contenuti e la rispondenza a quanto richiesto dal Capitolato è demandata alle successive sedute riservate.

Al termine delle predette operazioni la Commissione accerta che l'Operatore Economico concorrente, di cui all'elenco in premessa, ha presentato documentazione tecnica così come richiesto nella Lettera invito/Capitolato.

Alle ore 10:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE	Ing. Mariasole Giacummo
COMPONENTE	Dott.ssa Virginia Festa
COMPONENTE	Dr. Carlo Pisaniello



**PROCEDURA DI GARA TRAMITE RdO SUL MePA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO
 PER 13C BREATH TEST E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLA UOC
 GASTROENTEROLOGIA**

**Verbale n. 3 del 06/11/2024
 Seduta riservata valutazione offerte tecniche
 Dalle ore 10:30 alle ore 12:30**

Il giorno 06/11/2024 alle ore 10:30, prosegue i lavori in seduta riservata la Commissione di gara, nominata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1309 del 28/10/2024, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della procedura in oggetto, indetta con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1005 del 13/08/2024.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

Presidente	Ing. Mariasole Giacummo	Collaboratore Ingegnere UOC Ingegneria Clinica
Componente	Dott.ssa Virginia Festa	Dirigente Medico UOC Gastroenterologia
Componente	Dr. Carlo Pisaniello	Funzione Organizzativa di Coordinamento UOC Gastroenterologia

Il Presidente dichiara aperta la seduta riservata e la Commissione, richiamando i Verbali n. 1 e n. 2, inizia la disamina tecnica.

In riferimento all'art. 6 della Lettera invito/Capitolato Tecnico, la Commissione rappresenta che la valutazione tecnica delle offerte avverrà nelle modalità sotto indicate.

Criteri discrezionali: A ciascuno dei parametri di valutazione qualitativi Vi, cui è assegnato un punteggio discrezionale, identificato con "D" nella tabella, è attribuito un coefficiente Ci variabile da zero a uno. La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala indicativa:

Giudizio	Ottimo	Distinto	Buono	Discreto	Sufficiente
Coefficiente Ci assegnato	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

Criteri quantitativi: A ciascuno dei parametri di valutazione qualitativi Vi, cui è assegnato un criterio di valutazione quantitativo, identificato con "Q" nella tabella, è attribuito un coefficiente Ci, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di calcolo indicato nella colonna "Modalità di assegnazione del Coefficiente".

Criteri tabellari: A ciascuno dei parametri di valutazione qualitativi Vi, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato con "T" nella tabella, è attribuito un coefficiente Ci pari a 0 o a 1, sulla base della presenza (SI: Ci=1) o assenza (NO: Ci= 0) nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, quantitativi e tabellari procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore in quanto idoneo a consentire una corretta ponderazione tra i criteri.



Non saranno ammessi alla valutazione dei parametri tecnici ed al prosieguo della procedura tutte quelle offerte che non avranno ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari o superiore alla soglia minima di sbarramento di 36/70.

Premesso quanto sopra la Commissione prende atto delle richieste definite nella Lettera invito/Capitolato tecnico e nei relativi allegati (Allegato A - Caratteristiche tecniche minime, Allegato A1 - Caratteristiche tecniche minime (.xls.), Allegato B - Tabella di valutazione, Allegato B1 - Caratteristiche tecniche migliorative (.xls.), Allegato B2 – Assistenza tecnica e Allegato 9 – Disciplina tecnica sicurezza Informatica ASL Roma 1).

Successivamente, la Commissione prende atto dei chiarimenti pervenuti e procede con la disamina della documentazione tecnica presentata dalle imprese partecipanti.

La Commissione valuta quindi la rispondenza dell'unica offerta tecnica presentata dalla Società AB ANALITICA SRL ai requisiti minimi richiesti da Lettera invito/Capitolato Tecnico e nell'Allegato A.

Terminata la valutazione e riscontrata la rispondenza alle caratteristiche tecniche minime, la Commissione procede con la valutazione delle caratteristiche tecniche migliorative, secondo i criteri definiti dalla Lettera invito/Capitolato tecnico e, specificatamente, seguendo i criteri definiti dell'Allegato B "Tabella di valutazione".

Inizialmente la Commissione esamina le caratteristiche oggettive (criteri quantitativi e tabellari) del sistema offerto, attribuendo il punteggio come indicato nella Lettera Invito/Capitolato tecnico e sopra riportato:

Criteri Quantitativi

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	AB ANALITICA SRL
Sistema diagnostico		
V1: Efficacia del sistema di misura: precisione (in %, calcolato come deviazione standard su 5 analisi)	4,00	4,00
V2: Capacità del campionatore (in numero di campioni)	3,00	3,00
V3: Tempo di risposta (in secondi)	4,00	4,00
V4: Consumo base annuo dei gas prodotti dalla strumentazione (specificare)	2,00	2,00
V8: Modalità di controllo e avvio del sistema (relazionare)	2,00	2,00
V9: Caratteristiche del PC: capacità di memoria (in GB)	2,00	2,00
V12: Rumorosità (in dB)	2,00	2,00




Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	AB ANALITICA SRL
Servizio di assistenza tecnica full risk		
G1: Tempo di intervento (in ore lavorative)	2,00	1,83
G2: Tempo di risoluzione del guasto (in ore lavorative)	2,00	1,83

Criteria Tabellari

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	AB ANALITICA SRL
Sistema diagnostico		
V5: Ripetibilità di misura su una stessa provetta del campione	2,00	2,00
V13: Presenza di sistema di lettura e refertazione in real time	4,00	4,00
V14: Inclusione di n. 400 test/anno di 13C lattosio	5,00	5,00
Servizio di assistenza tecnica full risk		
G3: Assistenza tecnica h24, anche durante festivi e pre-festivi	2,00	2,00

La Commissione pertanto procede con la disamina della documentazione tecnica relativa ai criteri discrezionali, proseguendo distintamente per ciascuna Società partecipante, valutando gli aspetti sotto riportati e assegnando i relativi coefficienti (cd coefficiente).

Stativo:	
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V6: Caratteristiche del software offerto (specificare le modalità di gestione, elaborazione e refertazione dei risultati) (relazionare)	6,00
AB ANALITICA SRL	La commissione giudica le caratteristiche del software offerto ottimamente confacenti alle esigenze. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V7: Caratteristiche del sistema di calibrazione (semplicità, tempistiche, ...) (relazionare)	4,00
AB ANALITICA SRL	Il sistema di calibrazione proposto risponde ottimamente alle esigenze del servizio. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO




Parametro di valutazione		Punteggio massimo attribuibile
V10: Caratteristiche del PC: sistema operativo e altre caratteristiche tecniche del sistema (specificare)		2,00
AB ANALITICA SRL	il sistema offerto presenta caratteristiche tecniche perfettamente confacenti alle esigenze. La Commissione valuta, pertanto, ottimamente l'offerta proposta. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO	
Parametro di valutazione		Punteggio massimo attribuibile
V11: Caratteristiche del banco di lavoro (specificare)		2,00
AB ANALITICA SRL	La soluzione tecnica proposta risulta più che buona in funzione degli spazi e delle attività svolte presso il servizio. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	
Parametro di valutazione		Punteggio massimo attribuibile
V15: Ulteriori caratteristiche tecniche migliorative non valutate nella presente tabella (relazionare)		5,00
AB ANALITICA SRL	La Commissione valuta sufficienti gli ulteriori elementi. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE	

Formazione:		
Parametro di valutazione		Punteggio massimo attribuibile
VF - Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste		3,00
AB ANALITICA SRL	La Commissione valuta come più che buona l'offerta formativa proposta. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO	

La Commissione ritiene pertanto di assegnare il punteggio tecnico alla ditta partecipante come qui seguito riportato, nelle more dell'assegnazione dei punteggi:

AB ANALITICA SRL	Ptecnico= Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 22,67 + 13,00 + 15,25 = 50,92
-------------------------	--



Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Ing. Mariasole Giacommo

COMPONENTE Dott.ssa Virginia Festa

COMPONENTE Dr. Carlo Pisaniello

Mariasole Giacommo
Virginia Festa
Carlo Pisaniello

**PROCEDURA DI GARA TRAMITE RdO SUL MePA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO
PER 13C BREATH TEST E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLA UOC
GASTROENTEROLOGIA**

**Verbale n. 4 del 15/11/2024
Seduta riservata prova pratica
Dalle ore 09:00 alle ore 11:00**

Il giorno 15/11/2024 alle ore 10:00, presso l'ambulatorio della UOC Gastroenterologia del P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1 la Commissione procede all'esecuzione della prova pratica per la gara in oggetto a seguito di regolare convocazione.

La Commissione, nominata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1309 del 28/10/2024, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta indetta con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1005 del 13/08/2024, è presente al completo nella seguente composizione:

Presidente	Ing. Mariasole Giacummo	Collaboratore Ingegnere UOC Ingegneria Clinica
Componente	Dott.ssa Virginia Festa	Dirigente Medico UOC Gastroenterologia
Componente	Dr. Carlo Pisaniello	Funzione Organizzativa di Coordinamento UOC Gastroenterologia

Il Presidente dichiara aperta la seduta, e si iniziano i lavori relativi alla prova pratica con la Società AB ANALITICA SRL.

La Commissione descrive le modalità di esecuzione della prova, secondo quanto definito all'articolo 4 "Sopralluogo e prova pratica" della Lettera Invito/Capitolato tecnico.

Richiamato, inoltre, l'Allegato C "Tabella di valutazione", la Commissione procede alla lettura dei due parametri migliorativi oggetto di valutazione in prova pratica, e qui di seguito riportati:

- Vp1 - Gestione del sistema: interfaccia utente, semplicità, rapidità di utilizzo e operazioni manutentive a carico dell'operatore;
- Vp2 - Funzionalità: efficienza del sistema rilevabile durante la prova.

Lo specialista di prodotto incaricato procede con la presentazione del prodotto offerto, descrivendone caratteristiche, tipologia di assemblaggio e accessori forniti.

Si prosegue con la spiegazione del funzionamento del bene e di tutti gli accessori, con particolare riferimento ai quattro parametri Vp e Vp2 oggetto di valutazione.

Si prosegue con l'esecuzione della prova pratica: lo specialista mostra il funzionamento del bene e fornisce tutte le informazioni e delucidazioni richieste.

La Commissione verifica i due parametri migliorativi oggetto di valutazione in prova pratica come da Allegato C "Tabella di valutazione" della Lettera Invito/Capitolato tecnico, nonché il possesso delle caratteristiche minime e migliorative dichiarate, come da Allegati A "Caratteristiche Tecniche Minime" e B "Caratteristiche tecniche migliorative".

Alle ore 10 circa la Commissione dichiara chiusa la prova pratica con la Società AB ANALITICA SRL.



Alle ore 10:10, al termine della prova pratica, la Commissione procede in seduta riservata con la valutazione del sistema offerto, valutando gli aspetti sotto riportati e assegnando i relativi coefficienti (cd coefficiente).

PROVA VISIONE/PRATICA	
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Vp1 - Gestione del sistema: interfaccia utente, semplicità, rapidità di utilizzo e operazioni manutentive a carico dell'operatore	6
AB ANALITICA SRL	In relazione al parametro suindicato, la Commissione verifica le modalità gestionali del sistema offerto valutando la proposta come perfettamente confacente alle esigenze del servizio ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Vp2 - Funzionalità: efficienza del sistema rilevabile durante la prova	6
AB ANALITICA SRL	In relazione al parametro suindicato, la Commissione rileva una eccellente efficienza del sistema che rispecchia ottimamente le esigenze del servizio. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO

La Commissione ritiene pertanto di assegnare il punteggio tecnico totale alla ditta partecipante come qui seguito riportato:

AB ANALITICA SRL	Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale + Pprova pratica = 22,67 + 13,00 + 15,25 + 12,00 = 62,92
-------------------------	---

La Commissione procede con l'inserimento sulla piattaforma Stella dei punteggi tecnici relativi ai lotti oggetto dell'appalto.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 11:00.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Ing. Mariasole Giacummo

COMPONENTE Dott.ssa Virginia Festa

COMPONENTE Dr. Carlo Pisaniello

Mariasole Giacummo

Virginia Festa

Carlo Pisaniello

**PROCEDURA DI GARA TRAMITE RdO SUL MePA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO
PER 13C BREATH TEST E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLA UOC
GASTROENTEROLOGIA**

Verbale n. 5 del 22/11/2024

Il giorno 22/11/2024 alle ore 10:30 presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica – Complesso Santa Maria della Pietà - Pad. 90 - Via Eugenio Di Mattei, 72 si riunisce la Commissione di gara, nominata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1309 del 28/10/2024, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della procedura in oggetto, indetta con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1005 del 13/08/2024.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

Presidente	Ing. Mariasole Giacummo	Collaboratore Ingegnere UOC Ingegneria Clinica
Componente	Dott.ssa Virginia Festa	Dirigente Medico UOC Gastroenterologia
Componente	Dr. Carlo Pisaniello	Funzione Organizzativa di Coordinamento UOC Gastroenterologia

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 riprende i lavori.

La Commissione procede con l'inserimento sulla piattaforma MePA dei seguenti punteggi tecnici totali relativi alla ditta partecipante, come qui seguito riportato:

AB ANALITICA SRL	Ptecnico= 62,92
-------------------------	------------------------

Alle ore 10:00 la Commissione di gara prosegue i lavori ed il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica.

Tutto quanto sopra premesso la Commissione procede tramite piattaforma telematica MePA con l'apertura del plico virtuale contenente la documentazione economica per la procedura in esame.

L'offerta economica presentata risulta la seguente:

PROCEDURA DI GARA TRAMITE RdO SUL MePA PER LA FORNITURA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER 13C BREATH TEST E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLA UOC GASTROENTEROLOGIA – Lotto unico				
Importo Base d'asta IVA esclusa	Società	Prezzo complessivo offerto - IVA esclusa	Ribasso	Allegato
€ 175.000,00	AB ANALITICA SRL	€ 167.895,00	€ 7.105,00	1



La Commissione procede con i lavori effettuando una verifica formale della presenza della documentazione economica richiesta, nonché una verifica dei contenuti e la rispondenza degli stessi a quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Al termine delle predette operazioni la Commissione accerta l'unico Operatore Economico concorrente ha presentato documentazione economica così come richiesto nella Lettera Invito/Capitolato.

Definite le operazioni connesse alla verifica di conformità della documentazione economica presentata, la Commissione di gara procede con il calcolo del punteggio economico, come da formula indicata negli atti di gara, e successivamente rende nota la seguente graduatoria per la procedura di riferimento:

RdO SUL MePA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER 13C BREATH TEST E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLA UOC GASTROENTEROLOGIA – Lotto unico				
Posizione in graduatoria	Società	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale
1	AB ANALITICA SRL	62,92	30	92,92

La Commissione propone quindi l'aggiudicazione provvisoria della procedura in esame alla Società **AB ANALITICA SRL**.

Il Presidente rimette gli atti al RUP per le attività di rito e dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 11:00 circa.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Ing. Mariasole Giacommo

COMPONENTE Dott.ssa Virginia Festa

COMPONENTE Dr. Carlo Pisaniello

Mariasole Giacommo

Virginia Festa

Carlo Pisaniello

PROCEDURA DI GARA TRAMITE RDO SUL MePA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER 13C BREATH TEST E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLA UOC GASTROENTEROLOGIA DELLA ASL ROMA 1

PROCEDURA DI GARA TRAMITE RDO SUL MePA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER 13C BREATH TEST E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLA UOC GASTROENTEROLOGIA DELLA ASL ROMA 1

LOTTO UNICO

VALORE DELL'OFFERTA:

Descrizione	Unità di misura	Prezzo mensile in cifre € (IVA esclusa)	Valore annuale dell'offerta in cifre (IVA esclusa)	Valore quinquennale dell'offerta in cifre (IVA esclusa)	Valore quinquennale dell'offerta in lettere (IVA esclusa)
Canone di locazione (IVA esclusa)	Canone mensile	€ 1.250,00	€ 15.000,00	€ 75.000,00	€ settantacinquemila/00
Canone assistenza tecnica (IVA esclusa)	Canone mensile	€ 500,00	€ 6.000,00	€ 30.000,00	€ trentamila/00
Importo totale materiale di consumo (IVA esclusa)	Importo mensile	€ 1.048,25	€ 12.579,00	€ 62.895,00	€ sessantaduemila Ottocentonovanta Cinque/00
Totale IVA esclusa				€ 167.895,00	€ centosessantasettemila Ottocentonovanta Cinque/00

PROCEDURA DI GARA TRAMITE RGO SUL MePA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER 13C BREATH TEST E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLA UOC GASTROENTEROLOGIA DELLA ASL ROMA 1

In caso di aggiudicazione il sottoscritto FABBRO MICAELA, legale rappresentante della Ditta/ATI, prima della stipula del contratto, si impegna, se richiesto, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, **ad integrare** le analisi dimostrative contenenti i costi della mano d'opera e dei materiali, le spese generali e l'utile dell'impresa, in base ai quali è pervenuto alla formulazione della presente offerta

a presente offerta si intende onnicomprensiva di forniture, montaggi, trasporti, noli, lavori edili e impiantistici, eventuali integrazioni di opere, necessarie comunque a dare le forniture e le opere perfettamente complete, funzionanti e rispondenti a tutte le prescrizioni di capitolato ed alle caratteristiche del progetto offerta che forma parte integrante e sostanziale della presente offerta economica, ed alle normative in vigore comunque alla data della certificazione di collaudo

Si allega fotocopia del documento di identità del firmatario della presente offerta economica. Si allega elenco specifico delle apparecchiature offerte, con l'indicazione dei singoli prezzi netti, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri, nessuno escluso per la perfetta funzionalità

Data 26/09/2024

AB ANALITICA SRL
AMMINISTRATORE UNICO
Micaela Fabbro
Firma 