

Chiarimenti

Quesito 1: In allegato ai predetti avvisi è presente per entrambi un elenco di dispositivi di identiche tipologie e medesime quantità. Si chiede conferma se l'acquisto per il Vs. Ente sia unico o debba intendersi duplicato per le due procedure;

- Il contenuto presente all'interno dell'All. 2 (Scheda Agenas) non è oggetto dell'Avviso esplorativo il quale fa riferimento esclusivamente a:

- Piattaforma web based per la raccolta dei dati: tale piattaforma deve rispondere ai criteri di interoperabilità previsti nell'ambito della piattaforma nazionale di telemedicina
- applicazione APP e dispositivi correlati
- Indicazione tecnico economica dei servizi di manutenzione conservativa, normativa ed evolutiva full risk dell'intero sistema hardware e software

Quesito 2: In riferimento al dispositivo classificato come STETOSCOPIO vengono indicate le seguenti caratteristiche "DISPOSITIVO MULTIDEVICE DIGITALE CON FUNZIONI DI STETOSCOPIO, OTOSCOPIO, DERMATOSCOPIO, TEMOMETRO, FOTO OREFIZIO CAVO ORALE, PORTATILE, SANIFICABILE, CON TECNOLOGIA BT INTEGRATA E RISPONDENTE AI COMUNI STANDARD DI INTERCONNESSIONE". Avendo effettuato una prima verifica del mercato e non avendo rinvenuto un dispositivo rispondente totalmente a tali caratteristiche, si chiede conferma della possibilità di fornire dispositivi differenti in funzione delle richieste;

- Si ribadisce quanto detto al quesito 1.

Quesito 3: Con riferimento alla richiesta, necessaria per la partecipazione, di dichiarazione attestante il "possesso di specifica autorizzazione e certificazione della società produttrice delle attrezzature sanitarie ad effettuare gli interventi oggetto della presente consultazione", si chiede conferma che la stessa possa essere sostituita da dichiarazione dell'operatore economico attestante di essere in possesso delle competenze specifiche e delle capacità tecniche, strumentali, organizzative ed operative necessarie ad effettuare i servizi manutentivi richiesti, e di essere a conoscenza di tutte le norme di legge applicabili, in particolare di quelle in materia di rapporti di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Deve essere prodotta esclusivamente l'attestazione prevista nell'avviso e cioè quella relativa

al possesso di specifica autorizzazione e certificazione della società produttrice

Quesito 4: Si chiede altresì di chiarire, se i servizi di manutenzione conservativa, normativa ed evolutiva full risk dell'intero sistema hardware e software siano da intendersi non ricompresi (e quindi da quotarsi a parte) rispetto agli importi indicati in allegato 2 all'Avviso. Si chiede altresì di indicare la durata della fornitura di tali servizi.

- Relativamente alla quota del servizio di manutenzione conservativa, normativa ed evolutiva full risk deve essere di 1 anno comprensiva di un anno di garanzia

Quesito 5: Con riferimento all'Avviso relativo al Sistema di teleriabilitazione per le esigenze dei servizi territoriali, si chiede altresì, se la piattaforma di teleriabilitazione indicata all'interno dell'avviso dovrà essere interfacciata con quella proposta dall'o.e. concorrente.

- Si chiarisce che l'avviso è relativo alle seguenti componenti:
 - Piattaforma web based per la raccolta dei dati: tale piattaforma deve rispondere ai criteri di interoperabilità previsti nell'ambito della piattaforma nazionale di telemedicina
 - applicazione APP e dispositivi correlati
 - Indicazione tecnico economica dei servizi di manutenzione conservativa, normativa ed evolutiva full risk dell'intero sistema hardware e software

Non è possibile posticipare la scadenza dell'avviso stante la necessità di codesta amministrazione di ottemperare degli obiettivi previsti dalle normative legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.