

ALLEGATO B – Caratteristiche tecniche minime

SISTEMA AUTOMATICO PER LA PREPARAZIONE VETRINI

Destinazione: U.O.C. Anatomia Patologica, P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1.

Caratteristiche tecniche: Il sistema automatico per la preparazione di vetrini dovrebbe comprendere un microtomo automatico robotizzato ed eseguire in modo automatico o automatizzato le seguenti funzioni principali:

- Esecuzione programmabile della sezione (sezionatura) su blocchetti di campioni inclusi in paraffina,
- Montaggio della sezione su vetrino,
- Stiramento,
- Asciugatura,
- Sostituzione della lama, per garantire sicurezza durante la sezionatura,
- Aspirazione dei residui di paraffina, per semplificare la manutenzione quotidiana. Ù

Servizi connessi inclusi in configurazione minima:

- Periodo di garanzia Full-risk non inferiore a 24 mesi;
- Servizio di assistenza tecnica, manutenzione e gestione in sicurezza del sistema durante il periodo di garanzia o per tutta la durata del service;
- Dotazione di materiale di consumo necessario all'esecuzione di test per una quota di circa 70.000 cassette/anno;
- Formazione di tutto il personale utilizzatore;
- Aggiornamento- ed upgrade gratuiti;
- Conformità al Regolamento europeo sui dispositivi medici 745/2017.

Specificare:

- Peso e dimensioni;
- Caratteristiche degli accessori forniti in dotazione e opzionali;
- Materiale consumabile (dedicato e non) necessaria all'esecuzione del fabbisogno di test indicato sopra;
- Eventuali requisiti di tipo strutturale, impiantistico ed informatico da soddisfare ai fini dell'installazione.

In caso di esclusività di uno o più servizi relativi ai punti oggetto del contratto, si chiede di allegare copia della dichiarazione di esclusività.