



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TNT NON STERILE E MATERIALE  
MONOUSO OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I

CAPITOLATO TECNICO

## PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le caratteristiche tecniche dei dispositivi in TNT non sterile e materiale monouso relativi alla gara d'appalto in oggetto.

Le specifiche tecniche relative a ciascun prodotto oggetto della presente gara sono contenute nel presente capitolato e nell'Allegato 10 Elenco Prodotti.

## I. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi, a pena di esclusione, alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare i prodotti, quando previsto, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni. I dispositivi medici in TNT, se del caso, devono inoltre essere conformi alla normativa UNI EN 13795:2013 riguardante i requisiti di fabbricazione e lavorazione nonché essere adeguati ad ogni ulteriore provvedimento che dovesse essere emanato in corso di fornitura.

Rispetto ai DPI dovranno essere conformi al Provvedimento 5/08/99 "Documento di linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antitumorali in ambiente sanitario" pubblicato su G.U. del 7/10/1999, n. 236 e a quanto indicato dall'Ispesl "Le indicazioni per la tutela dell'operatore sanitario per il rischio di esposizione ad antitumorali", maggio 2010.

La marca dei singoli prodotti offerti deve essere dichiarata in sede di Offerta Tecnica e risultare dalle Schede Tecniche che la Ditta Concorrente deve allegare in sede di presentazione dell'Offerta stessa. Nel caso in cui i prodotti siano registrati nel Repertorio generale dei dispositivi medici istituito presso il Ministero della salute (RDM) sarà sufficiente riportare il numero di registrazione ("Progressivo di sistema attribuito al DM") assegnato nel repertorio a ciascun DM offerto.

Le ditte partecipanti devono indicare per ogni dispositivo offerto il codice C.N.D. (Classificazione Nazionale dei dispositivi) secondo il D.M. 20 febbraio 2007, ed il numero di repertorio.

I prodotti in TNT non sterile possono essere lavorati con qualsiasi tipo di fibre distribuite direzionalmente o casualmente; la coesione degli stessi deve essere assicurata da uno dei seguenti metodi: meccanico, fisico, chimico ovvero combinazione dei medesimi, escludendo in ogni caso la tessitura, la lavorazione a maglia, la cucitura e la felpatura tradizionale, nonché i prodotti cartacei, salvo i casi espressamente previsti. La lavorazione dell'articolo deve essere completata con specifici trattamenti tecnici complementari (finissaggi) tale da renderlo adatto all'uso medico nonché assicurare le seguenti caratteristiche:

- per il TNT bi/tri-accoppiato, la totale impermeabilità e assorbenza;
- per il TNT idrorepellente, l'idrorepellenza e traspirabilità all'aria.

Tutti gli articoli in TNT non sterile devono garantire una adeguata barriera al passaggio di microrganismi, possedere una resistenza tessile elevata, essere dotati di elevata drappeggiabilità e morbidezza, garantire

l'antistaticità e l'assenza di peluria; devono essere offerti in colorazione stabile e antiriflesso. Ciascun articolo deve essere anallergico, non tossico, inodore e non deve contenere fibre di vetro, resine, collanti e lattice e non deve disperdere fibre. Le materie prime usate per il TNT non devono in ogni caso produrre all'atto dello smaltimento residui inquinanti.

La Ditta Aggiudicataria di ciascun Lotto si impegna a fornire i prodotti nei diversi colori presentati in sede di offerta.

## 2. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI

### LOTTO 1

#### CALZARE IN TNT LUNGO PER CAMERA OPERATORIA CON ELASTICO

Calzare in TNT, traspirante, fornito in taglia unica, lungo fino al ginocchio con ampia vestibilità. Il calzare deve essere sagomato, traspirante e idrorepellente. L'articolo deve essere dotato di chiusura ad elastico e deve presentare una cucitura centrale rinforzata. Deve garantire l'elevata resistenza agli strappi anche dopo l'uso prolungato. Altezza al ginocchio lunghezza al piede non inferiore al n. 45. Misure non inferiori a 40x50 cm.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
I	CALZARE IN TNT LUNGO PER CAMERA OPERATORIA CON ELASTICO	Confezione da 50 a 100 pezzi	I Confezione

### LOTTO 2

#### CAMICI VISITATORI MONOUSO NON STERILI IN TNT DI COLORE VERDE CON POLSINO E LACCI

I camici devono garantire una adeguata vestibilità, essere confortevoli e garantire una adeguata permeabilità all'aria. Devono essere dotati di allacciatura posteriore con lacci e dotati di maniche lunghe con polsini in elastico, idrorepellente o impermeabile. Misure minime h140x 120 cm.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
I	CAMICI VISITATORI MONOUSO NON STERILI IN TNT DI COLORE VERDE CON POLSINO E LACCI	Confezione da 10 a 100 pezzi	I Confezione

### LOTTO 3

#### CAMICI PER PERSONALE SANITARIO IN TNT DI COLORE VERDE CON POLSINO IN COTONE ELASTICIZZATO E LACCI

I camici devono garantire una adeguata vestibilità, essere confortevoli e garantire una adeguata permeabilità all'aria. Devono essere dotati di allacciatura posteriore con lacci e dotati di maniche lunghe con polsini in cotone elasticizzato, idrorepellente o impermeabile. Misure minime h140x 120 cm.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario	Campionatura contenuta in
-----	-------------	--------------------------	---------------------------

		indicativo	ciascun singolo plico
I	CAMICI PER PERSONALE SANITARIO IN TNT DI COLORE VERDE CON POLSINO IN COTONE ELASTICIZZATO E LACCI	Confezione da 10 a 100 pezzi	I Confezione

#### LOTTO 4

##### BERRETTO PER CAMERA OPERATORIA COLOR VERDE CON LACCI

Berretto per camera operatoria color verde con lacci; confezionati in dispenser; in taglia unica idonea a contenere anche folte capigliature. Alta traspirabilità, idrorepellenti, devono assicurare un'adeguata e costante tenuta.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
I	BERRETTO PER CAMERA OPERATORIA COLOR VERDE CON LACCI	Confezione da 50 a 100 pezzi	I Confezione

#### LOTTO 5

##### CUFFIA TONDA CON ELASTICO PER OPERATORI SANITARI

Cuffia di forma circolare in tnt con elastico, piegatura a soffietto, alta traspirabilità, idrorepellente, deve assicurare una adeguata e costante tenuta garantita dalle cuciture che devono essere resistenti alla trazione e agli strappi. Confezionate in dispenser, in taglia unica idonea a contenere anche folte capigliature.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	CUFFIA TONDA VERDE CON ELASTICO	Confezione da 50 a 100 pezzi	I Confezione
2	CUFFIA TONDA BIANCA CON ELASTICO	Confezione da 50 a 100 pezzi	I Confezione

#### LOTTO 6

##### SOVRASCARPE CON ELASTICO IN PVC

Soprascarpe in PVC/CPE goffrato, impermeabile, fornito in taglia unica, idoneo a contenere una calzatura non inferiore al n. 45. Deve essere munito di elastico atto a garantire la perfetta tenuta sia dagli agenti esterni che alla calzatura. L'articolo, preferibilmente di colore verde, deve presentare saldatura alle estremità in lunghezza e assicurare una buona tenuta contro lo scivolamento. Misure minime 40x16 cm.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
I	SOVRASCARPE CON ELASTICO IN PVC	Confezione da 50 a 100 pezzi	I Confezione

### LOTTO 7

#### SOVRASCARPE CON ELASTICO IN TNT

Soprascarpe in TNT, fornito in taglia unica, idoneo a contenere una calzatura non inferiore al n. 45. Deve essere munito di elastico atto a garantire la perfetta tenuta sia dagli agenti esterni che alla calzatura. L'articolo, preferibilmente di colore verde, deve presentare saldatura alle estremità in lunghezza e assicurare una buona tenuta contro lo scivolamento. Misure minime 40x16 cm.

Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
SOVRASCARPE CON ELASTICO IN TNT	Confezione da 50 a 100 pezzi	I Confezione

### LOTTO 8

#### GREMBIULE PLASTIFICATO PER DISTRIBUZIONE VITTO

Grembiule in PE, protettivo, corpo unico, chiusura posteriore con fettucce. Munito di pettorina anteriore, leggero, impermeabile ai liquidi e avvolgente. Misure minime h 125x70 cm.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
I	GREMBIULE PLASTIFICATO PER DISTRIBUZIONE VITTO	Confezione da 10 a 100 pezzi	I Confezione

### LOTTO 9

#### COPERTURA PER IL REGGIBRACCIO DEL LETTO OPERATORIO

Copertura in tnt per il reggibraccio del letto operatorio con elastici. Misure minime cm 60x22.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
I	COPERTURA PER IL REGGIBRACCIO DEL LETTO OPERATORIO	Confezione da 10 a 100 pezzi	I Confezione

### LOTTO 10

#### LENZUOLINI PER LETTINO

Lenzuolini in materiale non assorbente, con lembi di rimbocco. Misure minime mt 70 (+/- 5 mt) x 36 (+/- 5 cm)

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
I	LENZUOLINI PER LETTINO	Confezione da 5 a 30 pezzi	I Confezione

## LOTTO 11

### TELI ASSORBENTI PER LETTO OPERATORIO

Teli non sterili a tre strati: primo strato (superiore) morbido, traspirante, con film plastico perforato estruso, no linting, tagliagoccia; secondo strato (intermedio) 100% cellulosa assorbente; terzo strato (inferiore) film plastico completamente impermeabile ai liquidi. Capacità di assorbenza minima 0,7 lt/mq, antistatico, in grado di assicurare l'elevata resistenza agli strappi ed alla trazione.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	TELI ASSORBENTI PER LETTO OPERATORIO Misure minime cm 100 (+/- 5 cm) x 230 (+/- 5 cm)	Confezione da 50 a 300 pezzi	I Confezione
2	TELI ASSORBENTI PER LETTO OPERATORIO Misure minime cm 100 (+/- 5 cm) x 300(+/- 5 cm)	Confezione da 50 a 300 pezzi	I Confezione

## LOTTO 12

### PROTEZIONE MONOUSO PER DISPOSITIVO TRASFERIMENTO PAZIENTI

Telo di protezione monouso per dispositivo trasferimento pazienti, in plastica atossica. Da fornire in bobina prestrappata. Misure minime cm 195 (+/- 5 cm) x 60 (+/- 5 cm)

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	PROTEZIONE MONOUSO PER DISPOSITIVO TRASFERIMENTO PAZIENTI	Rotolo da 50 a 100 pezzi	I Confezione

## LOTTO 13

### MASCHERINA TRASPIRANTE PER CAMERA OPERATORIA IN TNT COLOR VERDE CON LACCI

Mascherina traspirante per camera operatoria in TNT color verde con lacci; deve essere conforme alla norma UNI EN 14683 del 9/2/2006 concernente "mascherine chirurgiche – requisiti e metodi di prova"; adattabile, confortevole, estensibile, avvolgente, con ampiezza regolabile; rifiniture saldate e non cucite, colore antiriflesso, dotata di barretta stringinaso conformabile tra i due tessuti, inodore e ipoallergenica, confezionate in box dispenser, che permetta un agevole prelievo unitario della maschera. Assenza di fibre di vetro, minima resistenza al flusso respiratorio. Efficienza di filtrazione > 99%, idrorepellente. Misura minima 18x10 cm.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
-----	-------------	-------------------------------------	---

I	MASCHERINE TRASPIRANTI PER CAMERA OPERATORIA IN TNT COLOR VERDE CON LACCI	box dispenser da 10 a 500 pz	I Confezione
---	---	------------------------------	--------------

#### LOTTO 14

#### MASCHERINA TRASPIRANTI PER CAMERA OPERATORIA IN TNT COLOR VERDE CON LACCI PROVISTA DI VISIERA

Mascherina traspirante per camera operatoria in TNT color verde con lacci; deve essere conforme alla norma UNI EN 14683 del 9/2/2006 concernente “mascherine chirurgiche – requisiti e metodi di prova”; adattabile, confortevole, avvolgente; rifiniture saldate e non cucite, dotata di barretta stringinaso conformabile tra i due tessuti, inodore e ipoallergenica. Deve essere provvista di visiera avvolgente anche lateralmente, con superficie interna priva di riflessi ed in grado di mantenere una buona circolazione d'aria tra visiera e viso dell'operatore. Resistente agli schizzi ed antiappannante. Assenza di fibre di vetro, minima resistenza al flusso respiratorio. Efficienza di filtrazione > 99%, idrorepellente.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
I	MASCHERINA TRASPIRANTE PER CAMERA OPERATORIA IN TNT COLOR VERDE CON LACCI PROVISTA DI VISIERA	box dispenser da 10 a 500 pz	I Confezione

#### LOTTO 15

#### MASCHERE TRASPIRANTI PER CAMERA OPERATORIA IN TNT COLOR VERDE OMOLOGATA SECONDO I REQUISITI DELLA NORMA EN 149:2001

Maschere con valvola di espirazione, bordo di tenuta, doppio elastico regolabile e stringinaso per adattamento alle diverse conformazioni di viso, confezionati singolarmente in busta sigillata completa di nota informativa. Tessuto della struttura, elastici ed ogni altra parte realizzati in materiale anallergico. Valvola posizionata e conformata in modo tale che l'esperto non provochi l'appannamento di occhiali  
 Norme/Certificazioni: conformità D.Lgs. 475/92; conformità UNI EN 149: 2001; marcatura CE. DPI III categoria 149: 2001 U.M.: PEZZO

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	MASCHERE TRASPIRANTI PER CAMERA OPERATORIA IN TNT COLOR VERDE OMOLOGATA SECONDO I REQUISITI DELLA NORMA en 149:2001 CLASSE FFP1	Confezione da 50 a 100 pezzi	I Confezione
2	MASCHERE TRASPIRANTI PER CAMERA OPERATORIA IN TNT COLOR VERDE OMOLOGATA SECONDO I REQUISITI DELLA NORMA en 149:2001 CLASSE FFP2	Confezione da 50 a 100 pezzi	I Confezione

### LOTTO 16

#### TAPPETO ASSORBENTE

Tappeto assorbente, con capacità di assorbenza non inferiore a 1,5 litri per metro quadro, dotato di un lato superiore assorbente e un lato inferiore impermeabile e antisdrucchiolo. All'atto dell'utilizzo l'articolo deve mantenere la propria integrità senza presentare lacerazioni, sfaldamenti o quant'altro possa limitarne il corretto impiego. Il tappeto deve assicurare una adeguata aderenza alla superficie su cui è posto e consentire, allo stesso tempo, il facile distacco dopo l'utilizzo. Misure cm 180 (+/- 5 cm) x 90 (+/- 5 cm)

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
I	TAPPETI ASSORBENTI	Confezione da 50 a 100 pezzi	I Confezione

### LOTTO 17

#### DIVISE IN TNT PER PERSONALE SANITARIO

Divisa unisex per personale sanitario monouso in TNT – nei colori blu o verde - costituita da due pezzi: la casacca dovrà avere scollo a V e maniche corte, preferibilmente con taschino, idrorepellente. Il pantalone dovrà avere un laccio regolabile in vita o un elastico. Idrorepellente.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
1	DIVISE IN TNT TAGLIA XL	Confezione in buste singole da 15 a 50 pezzi	I Confezione
2	DIVISE IN TNT TAGLIA L	Confezione in buste singole da 15 a 50 pezzi	I Confezione
3	DIVISE IN TNT TAGLIA M	Confezione in buste singole da 15 a 50 pezzi	I Confezione

### LOTTO 18

#### TRAVERSA SALVAMATERASSO

Traversa salvamaterasso biaccoppiata in materiale impermeabile a contatto con il materasso ed in TNT e materiale ad alta capacità assorbente a contatto con il paziente. Misura cm 40 (+/- 5 cm) x 60 (+/- 5 cm)

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
I	TRAVERSA SALVAMATERASSO	Confezione da 50 a 100 pezzi	I Confezione

### LOTTO 19

#### LENZUOLO SANITARIO MONOUSO DI CARTA

Lenzuoli sanitari monouso di carta per lettino dotato di elevato grado di resistenza allo strappo e alla trazione. In rotolo prestrappato. Misure cm 60 (+/- 5 cm) X 180 (+/- 5 cm)

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
I	LENZUOLI SANITARI MONOUSO	Rotolo da 80 metri	I Confezione

#### LOTTO 20

##### BAVAGLINI CON LACCI

Bavaglino in materiale biaccoppiato impermeabile a contatto con il paziente ed esternamente ad alto potere assorbente. Sagomato, deve presentare le cuciture ben rifinite lungo tutto il perimetro e si deve allacciare sul retro. Misure cm 40 (+/- 10 cm) X cm 55 (+/- 10 cm)

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
I	BAVAGLINI CON LACCI	Confezione da 30 a 50 pezzi	I Confezione

#### LOTTO 21

##### FILTRI DI CARTA PER STERILIZZAZIONE

Filtro di carta di tipo medicale crespata da inserire nei container tipo Martin per sottoporli a sterilizzazione a vapore, completo di indicatore chimico di processo. Di forma circolare o quadrata di circa 23 cm x 23 cm, preferibilmente con foro centrale.

Rif	Descrizione	Confezionamento primario indicativo	Campionatura contenuta in ciascun singolo plico
I	FILTRI DI CARTA PER STERILIZZAZIONE	Confezione da 50 a 100 pezzi	I Confezione

### 3. CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Tutti i prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Gli articoli devono inoltre essere contenuti in apposite confezioni che ne permettano il trasporto e lo stoccaggio.

L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana così come stabilito dall'art. 5 comma 4 del decreto su citato e successivi aggiornamenti.

L'etichettatura deve essere posta, nel rispetto della normativa vigente, sul singolo prodotto, sull'involucro, se singolo e/o sulla confezione commerciale.

Le confezioni dovranno contenere idonea documentazione attestante le modalità d'uso dei singoli dispositivi, come previsto dal d.lgs. n. 46/1997.

#### 4. CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale.

Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- contrassegno della Ditta aggiudicataria e denominazione e indirizzo dell'Azienda produttrice, se non coincidente;
- nome e descrizione del prodotto;
- quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 2 giorni dal ricevimento della segnalazione.

#### 5. MODALITÀ DI CONSEGNA

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Amministrazione nelle richieste di consegna (previ accordi con i singoli richiedenti). Sarà cura del magazzino indicato dall'Amministrazione richiedente la restituzione dei bancali alla Ditta aggiudicataria. Le consegne, dovranno essere effettuate **entro e non oltre 10 gg.** dal ricevimento della richiesta di consegna, salvo i casi di urgenza in cui la ditta si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque **non oltre due giorni** dalla richiesta anticipata anche telefonicamente. Qualora non fosse in grado di recapitare la merce entro i termini prestabiliti, il fornitore procederà a darne tempestiva comunicazione via pec o fax al servizio farmacia dell'Azienda ordinante e, previ accordi con il farmacista, provvederà a concordare l'invio di quantitativi di prodotti con caratteristiche corrispondenti ai prodotti offerti acquistati presso altro Fornitore, necessari a coprire il fabbisogno per tutto il periodo per il quale è prevista la carenza. Nella comunicazione deve essere altresì indicata la data presunta di consegna. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:

- destinatario;
- data e luogo di consegna;
- data e numero di riferimento dell'ordinativo di fornitura;
- n. dell'atto di aggiudicazione ;
- numero di colli totali/ numero bancali.
- elenco dettagliato del materiale consegnato
- numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza;

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.

Al ricevimento della merce presso i magazzini della farmacia, il personale incaricato effettua le verifiche di congruità tra l'ordine eseguito e la bolla di accompagnamento della merce e contestualmente può verificarne quantità e qualità. Per facilitare il controllo, i colli per bancale tipo "EUR" devono essere sistemati in modo che siano visibili le etichette che identificano lotto, prodotto, scadenza, e avendo cura di non mischiare prodotti e/o lotti diversi (qualora il bancale contenga prodotti relativi a più lotti si chiede che la Ditta apponga sullo stesso l'indicazione "Bancale con prodotti misti").

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avviene "con riserva di successivo controllo"; la firma apposta per ricevuta non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali e successive contestazioni.

La ditta aggiudicataria deve assumere a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura; la merce deve pervenire alle farmacie e/o ai magazzini dell'Azienda in perfetto stato di conservazione ed in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata il fornitore deve garantire che il trasporto sia effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.

I prodotti dovranno essere consegnati in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni.

In particolare, ogni singola fornitura dovrà essere accompagnata, solo su richiesta dell'Azienda, da documenti attestanti i controlli (pH, sterilità, contaminazione particelle, assenza di pirogeni, materie prime), eseguiti sui lotti inviati. Il numero di lotto inviato deve essere specificato sul documento di trasporto della fornitura.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna richiesta di consegna deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il fornitore e l'Azienda contraente.

Le consegne devono essere effettuate presso le sedi di seguito indicate:

- Magazzino Via Paolo Emilio Castagnola Snc (ex officine)
- Magazzino Demax Via dei Faggi n. 22 - 00012 Guidonia Montecelio
- Magazzino Largo Rovani, 5

L'importo minimo di fornitura e consegna, salvo diverso accordo con il fornitore aggiudicatario, è pari a € 250,00, iva esclusa.

## 6. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

### 6.1 CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dalla Azienda Sanitaria. Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute.

La scatola dovrà essere a "perdere"; sull'imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere apposta un'etichetta o stampa recante il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, il

nome e l'indirizzo dell'officina di produzione, data e numero di lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i magazzini e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta aggiudicataria dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Agli effetti del collaudo qualitativo, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

## 6.2 RESI PER MERCI NON CONFORMI

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste in questo Capitolato e in generale dalla documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero dei difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere al loro ritiro e sostituzione entro 2 giorni dalla contestazione senza alcun aggravio di spesa; la mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". Nel caso in cui il fornitore rifiuti o non proceda alla sostituzione del materiale contestato entro i sopra citati termini, l'Azienda sanitaria procede direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati dal fornitore, applicando le penali previste nel presente capitolato.

Nel caso di merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione l'Azienda sanitaria può disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri al Fornitore medesimo. Eventuali danni relativi al deterioramento della merce non ritirata sono a carico del Fornitore.

## 7. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora il Fornitore, durante la durata del contratto, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.

La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà formalizzata dalla Farmacia dell'Azienda.

## 8. CONTATTO DEDICATO

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi;
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.

L'Azienda sanitaria potrà rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

#### 9. SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore, deve inviare entro 30 gg. dalla richiesta, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Azienda Sanitaria può richiedere al Fornitore l'elaborazione di *report specifici* anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Per il monitoraggio del contratto potrà essere chiesto al Fornitore l'elaborazione di report con almeno le seguenti informazioni:

- valore delle Richieste di Approvvigionamento;
- quantitativo di beni ordinati per singola Richiesta di Approvvigionamento;
- residuo contratto;
- e ogni altra informazione richiesta in sede di stipula del contratto.

#### 10. VARIAZIONE DELLA NORMATIVA

Qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente gara, l'aggiudicazione verrà sospesa.

Qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata del contratto ovvero dei singoli Ordinativi di Fornitura, l'Azienda si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto e dall'Ordinativo di Fornitura.

#### 11. VARIAZIONE DEI PROTOCOLLI DI UTILIZZO

Qualora in Azienda, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, intervengano variazioni ai protocolli di utilizzo, messe in atto successivamente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura stesso, tali da non consentire l'acquisto di quanto indicato nell'Ordinativo, l'Azienda stessa ne darà immediata comunicazione al Fornitore.

In tale caso il Fornitore non avrà nulla a pretendere dall'Azienda che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto al recesso dall'Ordinativo di Fornitura.