UOC Acquisizione Beni e Servizi

Roma, 19/05/2017

OGGETTO: Gara a procedura aperta per la fornitura di dispostivi medici per emodinamica. **CHIARIMENTI n.1**

Con riferimento a richieste di chiarimenti pervenute sulla gara di cui all'oggetto, si specifica di seguito la risposta:

DOMANDA	RISPOSTA
1) LOTTO 1:in riferimento a quanto previsto dal Capitolato tecnico, si chiede di voler specificare se il rubinetto a tre vie con rotore è HP oppure BP.	Rubinetto ad alta pressione (HP)
2) LOTTO 2:in riferimento a quanto previsto dal Capitolato tecnico, si chiede di voler specificare se il Raccordo rotante Luer Lock di tipo maschio-maschio (rubinetto a tre vie con rotore) è HP oppure BP.	Raccordo ad alta pressione (HP)
3) in riferimento al punto A.8 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che per la partecipazione ai singoli lotti, non è necessario il possesso di un fatturato minimo specifico per forniture nel settore oggetto di gara, e che dunque è sufficiente fornire soltanto un elenco delle principali forniture con date, destinatari e importi; - in riferimento alla campionatura, in casi di offerta di uno stesso prodotto per più lotti, si chiede se sia sufficiente fornire un solo campione.	Si conferma quanto è riportato nel Disciplinare. Ai fini della partecipazione non è richiesto il possesso di un fatturato minimo Si conferma che può essere presentato un solo campione per più lotti.
4) la documentazione viene richiesta in lingua italiana: qualora fosse in lingua straniera è possibile fare una nostra autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che il documento allegato è conforme all'originale oppure è necessaria pena esclusione la traduzione in lingua italiana anche dei certificati CE/ISO/Conformità, Depliants? - la letteratura scientifica, studi, bibliografia è prodotta in lingua inglese e composta da numerose pagine, pertanto si chiede la possibilità di allegare tale documentazione in lingua originale	Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara punto B1 Con riferimento alla letteratura scientifica la Ditta concorrente potrà produrre la documentazione in lingua originale
5) LOTTO 1 KIT PROCEDURALE PER ANGIOGRAFIA/PROCEDURA PER CUTANEA CORONARICA:In merito alla composizione del kit di cui sopra, si richiede alla voce "N° 4 Siringhe con attacco LL senza ago" di specificare la capacità richiesta (ml).	Capacità di 5 mL
6) è stato pubblicato un capitolato di n° 72 lotti mentre l'oggetto si riferisce solo ai lotti 23, 24 e 25. La gara è solo per tre lotti o per tutti e 72?	La gara si riferisce a n° 72 lotti

7) LOTTO n.1 "KIT PROCEDURALE PER ANGIOGRAFIA/PROCEDURA PERCUTANEA CORONARICA:	
I fori del telo angiografico devono essere allineati?	I fori devono essere allineati a due a due (due femorali e due radiali).
Quale deve essere la lunghezza e i gauge dell'ago per anestesia locale?	L'ago per anestesia locale e' di 23G.
Quale deve essere la capacità delle 4 siringhe con attacco L.L.?	4 siringhe da 5 mL
-Quale deve essere la lunghezza degli aghi da 23/G e 21/G	Lunghezza aghi standard di 16-50 mm
Si chiedono maggiori informazioni riguardanti l'articolo "allinea guide a più binari"	Per mero errore materiale nella descrizione del Lotto 1 è stata riportata l'indicazione "allinea guide a più binari". Tale elemento non deve essere considerato ai fini della partecipazione
Viene richiesto che in 100kit i vari componenti siano forniti in confezionamento singolo sterile; per quanto riguarda gli articoli di cui il quantitativo richiesto è superiore alla singola unità (per esempio: n.4 siringhe con attacco LL, n.2 siringhe da 10ml con attacco LL, ecc..) si richiede un confezionamento distinto per ogni singola unità oppure possono essere confezionati insieme? Inoltre gli articoli devono essere imbustati singolarmente all'interno del kit?	Per quanto riguarda gli articoli l'operatore potrà offrire confezioni e imbustamenti nella modalità che riterrà opportuna
Si chiede infine di specificare se la campionatura deve essere sterile.	La sterilità non è necessaria per la campionatura
8)Documentazione amministrativa – compilazione DGUE: quali sezioni del DGUE vanno compilate? E' possibile avere delle indicazioni? Nella compilazione del "DGUE", potete indicarci quali parti del documento devono essere compilate, esempio " Parte IV: Criteri di selezione – B: Capacità economica e finanziaria	Le modalità relative alla compilazione sono riportate nei documenti di gara e nella DGUE.
9)Documentazione amministrativa: viene richiesto l'elenco al punto A.8 dell'art- 6 disciplinare di gara delle forniture nel settore oggetto di gara negli ultimi tre anni. Tal informazione è richiesta anche all'interno del DGUE parte IV Criteri di selezione -C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) – Punto 1b) . Dobbiamo in ogni caso produrre la dichiarazione al punto A8?	E' sufficiente che l'indicazione sia contenuta nella DGUE

10) Rif. Lotto 2: è possibile conoscere la tipologia dei rubinetti a 3 vie? Nella descrizione del capitolato tecnico non è specificato se si tratta di rubinetti a bassa, media o alta pressione.	Rubinetto ad alta pressione
11) LOTTO N. 1: all'interno del Kit procedurale viene richiesta "N. 1 bacinella graduata per lavaggio guide con bordo di protezione della guida con capacità di circa 8000cc"; la capacità è esatta o è un errore di battitura e si intende da 3000cc? 2: al lotto n. 1, all'interno del Kit procedurale viene richiesta "N. 2 allinea guide a più binari" che cosa intendete? Grazie	La capacità richiesta è di 8000 mL Vedi risposta 7
12) Con riferimento al Capitolato Tecnico di gara relativo al Lotto n. 1, si chiedono i seguenti chiarimenti su uno dei componenti del Kit procedurale per angiografia/procedura percurtanea coronarica denominato "allinea guida a più binari". In particolare, detto" allinea guida a più binari", che costituisce l'ultimo componente del Kit messo a bando, risulterebbe prodotto dal gruppo AB Medica, nostro concorrente, e protetto da privativa industriale. Tale circostanza sembrerebbe confermata dalla documentazione presente sul sito istituzionale della società AB Medica S.p.A. corrispondente al dominio www.http://www.abmedica.it, che per Vs. opportuna conoscenza uniamo in copia alla presente. Da una analisi di mercato che abbiamo effettuato non sarebbero disponibili sul mercato comunitario altri prodotti con le medesime caratteristiche, circostanza questa che pregiudicherebbe la possibilità di approvvigionamento del prodotto in regime di libera concorrenza con conseguente pregiudizio per la nostra partecipazione alla gara. Al riguardo, Vi chiediamo se l'allinea guide in questione sia un componente indispensabile ai fini della partecipazione alla gara e, quindi, se la sua presenza all'interno del Kit sia da Voi considerata a pena di esclusione. In caso affermativo, Vi chiediamo altresì di specificare le caratteristiche tecniche del componente (es. tipo di materiale, tipo di utilizzo, se il prodotto debba servire solo per tenere fermi i cateteri ovvero anche per fare scorrere i cateteri all'interno dei binari, se il prodotto debba essere collocato sul paziente, sul tavolo operatorio ovvero su altri strumenti etc..., ciò al fine di consentire alla ns. società di effettuare una ricerca di mercato più approfondita su prodotti analoghi ovvero di procedere alla realizzazione diretta del prodotto.	Vedi risposta 7

13) La Cauzione Provvisoria, la Dichiarazione d'Impegno e le due referenze bancarie, essendo documenti prodotti e firmati dalla banca con firma olografa, è corretto che vengano inseriti all'interno del file . zip "Documentazione amministrativa" che dovrà essere firmato digitalmente dalla sottoscritta Società?	I documenti citati dovranno essere inseriti nella Documentazione amministrativa come da disciplinare di gara
Inoltre, facendo la scansione dei documenti in formato pdf, per la Cauzione Provvisoria, la Dichiarazione d'Impegno e le due referenze bancarie, bisogna produrre una dichiarazione conforme all'originale in 445/2000?	L'azienda partecipante dovrà produrre una dichiarazione di conformità all'originale di quanto scansionato

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Vittorio Santoriello

ASL ROMA 1
Borgo S.Spirito 3
00193 ROMA
www.aslroma1.it
P.IVA e C.F. 13664791004