

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Chiarimenti A.Q. Arredi sanitari e non sanitari. Quesiti pervenuti alla data del 12/6/2023 IIa tranche

QUESITO 18

Il deambulatore con appoggio ascellare: nel testo è indicato 'dotato di 2 puntali in gomma antiscivolo e due ruote piroettanti', secondo la ns. esperienza si tratta di un 'refuso' in quanto un paziente che usa un deambulatore con supporti ascellari generalmente non riesce a sorreggere il proprio corpo e quindi l'inserimento di 2 puntali al posto delle consuete ruote determina grosse difficoltà negli spostamenti perché l'utilizzatore dovrebbe alzare il telaio del deambulatore per potersi muovere.

Da parte nostra riteniamo più opportuno 'inserire 4 ruote', di cui le anteriori direzionali e le posteriori 'autofrenanti' per effetto della spinta del carico sulle ruote posteriori che così eliminando lo scorrimento delle ruote posteriori, il tappo frenante della gamba del deambulatore si appoggia al pavimento e provoca la frenata. Si chiede conferma che si tratta di un refuso e che il prodotto da offrire debba avere '4 ruote in gomma antiscivolo, di cui 2 con freno sulle ruote posteriori'...

Carrozzine: nel testo delle caratteristiche tecniche è indicato '... pedane regolabili a seconda delle necessità' si chiede di precisare se le pedane debbano essere anche 'regolabili in inclinazione, nel senso che variano l'angolo di inclinazione in altezza, ad esempio per soggetti con arto inferiore ingessato che hanno necessità di sollevare le gambe. Si chiede di specificare se l'appoggia gambe deve essere regolabili in inclinazione.

RISPOSTA 18

Con riferimento al deambulatore, richiamato quanto indicato al quesito n. 5 in termini di ammissibilità di prodotti equivalenti, si conferma che non trattasi di refuso.

Si conferma il resto in relazione alle carrozzine.

OUESITO 19

In merito al LOTTO 3 CARRELLI rif. art. 3 MATERIALI (e relativi sotto punti) del CAPITOLATO TECNICO richiediamo l'esclusione dell'applicazione dei CAM.

Questa richiesta nasce dal fatto che la Norma in essere è difficilmente applicabile alla materia prima acciaio, acciaio Inox, alluminio, ecc che compongono i carrelli.

Il DM del 23/06/2022 (CAM), elenca infatti i codici CPV degli arredi rientranti nell'ambito di applicazione dei CAM e tra questi NON sono contemplati i carrelli.

A sostegno della nostra richiesta, segnaliamo altresì che l'Azienda USL della Romagna ha in essere una procedura di gara pienamente sovrapponibile alla Vostra, ove richiede i CAM esclusivamente per il lotto 5 (pareti attrezzate), il lotto 6 (arredi per cucinette di servizio) e il lotto 9 (arredi ergonomici specifici), mentre non li richiede per tutti gli altri 12 lotti, tra cui il lotto 4 CARRELLI.





RISPOSTA 19

Si conferma.

QUESITO 20

In merito alla voce ID35 ACCESSORI CARRELLO del Lotto 3 CARRELLI, presente nell'Allegato A ELENCO ARREDI, si chiede cortesemente di specificare quali siano gli articoli da quotare, in quanto i nostri carrelli prevedono già alcuni degli accessori richiesti. Si chiede quindi se sia corretto interpretare che nell'ALLEGATO 3 OFFERTA ECONOMICA vadano quotati solo gli accessori non inclusi nelle singole configurazioni offerte.

RISPOSTA 20

Si conferma che vanno quotati tutti i prodotti identificati singolarmente con un proprio ID, nel caso riportando il valore 0 per quelli comunque già presenti nel prodotto di riferimento.

QUESITO 21

Si richiede di specificare se la quantità indicata di 12 pezzi, sia una mera stima, in quanto il numero di carrelli richiesti supera tale quantità.

RISPOSTA 21

Si conferma

QUESITO 22

Si richiede di esplicitare cosa vada inserito nella documentazione tecnica per la voce ID 35 ACCESSORI CARRELLO, in quanto gli accessori richiesti non sono tutti applicabili ai carrelli richiesti. Si chiede quindi se sia corretto interpretare che a tale voce vada risposto inserendo una tabella ove indicare se l'accessorio richiesto sia applicabile al singolo carrello.

RISPOSTA 22

Si conferma la sola richiesta di indicazione del Prezzo Unitario.

QUESITO 23

Si fa presente che nelle tabelle del LOTTO 3 CARRELLI presenti all'ART. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA del DISCLIPINARE DI GARA, mancano le seguenti voci:

- a. CARRELLO PRELIEVI
- b. CARRELLO BASE A DUE RIPIANI CON PORTATA MAGGIORE
- c. CARRELLO IN ACCIAIO A TRE RIPIANI
- d. CARRELLO PICCOLO IN ACCIAIO A DUE RIPIANI
- e. CARRELLO PORTA CARTELLE A SCOMPOARTI CM 70
- f. CARRELLO PORTA CARTELLE A SCOMPOARTI CM 90

Siamo quindi a richiedere come verranno valutati gli articoli sopra elencati, in quanto i 70 punti per la valutazione tecnica sono distribuiti con le restanti voci.



RISPOSTA 23

Si conferma il contenuto degli atti di gara.

QUESITO 24

In merito alle voci ID25 CARRELLO IN ACCIAIO A TRE RIPIANI e ID26 CARRELLO PICCOLO IN ACCIAIO A DUE RIPIANI, si richiede se possano essere offerti articoli con paracolpi di colore grigio, in quanto i paracolpi di colore ROSSO richiesti sono riconducibili ad uno specifico fornitore, elemento questo che andrebbe contro i principi di concorrenza ed equivalenza.

RISPOSTA 24

Si conferma

OUESITO 25

Rif. 76-77-78-81-82-83-88-89-90-91-94-95-96-97

Rif. 100-101-103-104-105-107-108-109-110-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122

dove sono richiesti i ripiani per fiancate interne si intendono quelli comunemente usati per i vassoi ISO oppure si intendono delle più semplici cremagliere di supporto ai ripiani stessi?

RISPOSTA 25

Si conferma che trattasi di ripiani comunemente usati per i vassoi ISO

QUESITO 26

Rif. 79-80--85-86-87-93 Rif. 102-106

Si chiede conferma che non siano da prevedere vassoi ISO all'interno dei moduli richiesti. Se no, si chiede di specificarne quantità e tipologia

RISPOSTA 26

Si conferma

QUESITO 27

Rif. 98-99-123-124

Siamo a precisare che i vassoi standard ISO presenti nel mercato hanno misure 60x40 e altezze da cm. 5/10/20. Si chiede di specificare per le voci indicate quali siano le misure corrette da considerare.

RISPOSTA 27

Si conferma la richiesta delle misere piccola e media esistente sul mercato.

QUESITO 28

In merito al lotto 8 (arredi ufficio) si chiede se i piani degli arredi possano essere offerti in agglomerato ligneo rivestito in melaminico, mantenendo invariate le caratteristiche funzionali e di resistenza richieste e nel rispetto della normativa corrente.



RISPOSTA

Si rinvia a quanto indicato nel quesito n. 5.

Il Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Cristina Franco

Il Responsabile del Procedimento Dott. Luigi Roberti

L'estensore Barbara Gentile