

ALLEGATO B

Lotto I: Colonna per video-laparoscopia Full HD – quantità: 1

TABELLA DI VALUTAZIONE

TELECAMERA DIGITALE					
Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{i1}	V1: Numero dei chip in dotazione	2	$P_{i1} = (V1 - V1min) / (V1max - V1min) * P$ V1max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V1min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{i2}	V2: Dimensioni del chip (in ")	2	$P_{i2} = (V2 - V2min) / (V2max - V2min) * P$ V2max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V2min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{i3}	V3: Risoluzione della telecamera (specificare)	2	$P_{i3} = (V3 - V3min) / (V3max - V3min) * P$ V3max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V3min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{i4}	V4: Sterilizzabilità totale dei componenti	2	Se V4 = no $P_{i4} = 0$ Se V4 = si $P_{i4} = 1$

Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{15}	V5: Qualità dello zoom ottico (specificare)	2	$P_{15} = P \cdot P_{5i}$ dove se V5 sufficiente $P_{5i} = 0$ V5 discreto $P_{5i} = 0.25$ V5 buono $P_{5i} = 0.50$ V5 distinto $P_{5i} = 0.75$ V5 ottimo $P_{5i} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{16}	V6: Caratteristiche funzionali della testina (specificare)	3	$P_{16} = P \cdot P_{6i}$ dove se V6 sufficiente $P_{6i} = 0$ V6 discreto $P_{6i} = 0.25$ V6 buono $P_{6i} = 0.50$ V6 distinto $P_{6i} = 0.75$ V6 ottimo $P_{6i} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{17}	V7: Altre caratteristiche migliorative del sistema (specificare)	5	Il punteggio P_{17} verrà assegnato in funzione del numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate all'interno della presente tabella



MONITOR E FONTE DI LUCE

Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{18}	V8: Dimensione del monitor (in pollici)	2	$P_{18} = (V8 - V8min)/(V8max - V8min) \cdot P$ V8max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V8min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{19}	V9: Risoluzione del monitor (specificare)	2	$P_{19} = (V9 - V9min)/(V9max - V9min) \cdot P$ V9max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V9min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{110}	V10: Velocità di risposta (in ms)	2	$P_{110} = (V10 - V10max)/(V10min - V10max) \cdot P$ V10max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V10min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{111}	V11: Temperatura di colore della fonte di luce (in K)	2	$P_{111} = (V11 - V11min)/(V11max - V11min) \cdot P$ V11max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V11min: minimo valore dichiarato dai concorrenti

am

Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{112}	V12: Caratteristiche dei cavi in fibra ottica in dotazione (efficienza, lunghezza, ...)	2	$P_{112} = P \cdot P_{12i}$ dove se V12 sufficiente $P_{12i} = 0$ V12 discreto $P_{12i} = 0.25$ V12 buono $P_{12i} = 0.50$ V12 distinto $P_{12i} = 0.75$ V12 ottimo $P_{12i} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{113}	V13: Altre caratteristiche tecniche migliorative	4	Il punteggio P_{113} verrà assegnato in funzione del numero di utilità cliniche di altre caratteristiche che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate all'interno della presente tabella
UNITA' DI ELABORAZIONE ED ARCHIVIAZIONE					
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{114}	V14: Caratteristiche funzionali del software di gestione, visualizzazione ed elaborazione delle immagini (specificare numero e funzionalità)	5	$P_{114} = P \cdot P_{14i}$ dove se V14 sufficiente $P_{14i} = 0$ V14 discreto $P_{14i} = 0.25$ V14 buono $P_{14i} = 0.50$ V14 distinto $P_{14i} = 0.75$ V14 ottimo $P_{14i} = 1$



Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{115}	V15: Capacità di archiviazione (in GB)	2	$P_{115} = (V15 - V15min)/(V15max - V15min) \cdot P$ V15max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V15min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{116}	V16: Trasferimento dati ed immagini (tipologie)	2	$P_{116} = P \cdot P_{16}$ dove se V16 sufficiente $P_{16} = 0$ V16 discreto $P_{16} = 0.25$ V16 buono $P_{16} = 0.50$ V16 distinto $P_{16} = 0.75$ V16 ottimo $P_{16} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{117}	V17: Altre caratteristiche del sistema	4	Il punteggio P_{117} verrà assegnato in funzione del numero di utilità cliniche di altre caratteristiche che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate all'interno della presente tabella



INSUFFLATORE					
Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{118}	V18: Parametri fisici di lavoro del dispositivo: Valori di pressione di insufflazione massima e del sistema di riscaldamento del gas, tipologie di insufflazione possibili, modalità di regolazione delle erogazione del flusso ed altro	3	$P_{118} = P \cdot P_{118}$ dove se V18 sufficiente $P_{118} = 0$ V18 discreto $P_{118} = 0.25$ V18 buono $P_{118} = 0.50$ V18 distinto $P_{118} = 0.75$ V18 ottimo $P_{118} = 1$
CARRELLO ELETTRIFICATO					
Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{119}	V19: Caratteristiche dell'accessorio fornito (ergonomia, numero dei ripiani, sistemi di sicurezza presenti, ...)	2	$P_{119} = P \cdot P_{119}$ dove se V19 sufficiente $P_{119} = 0$ V19 discreto $P_{119} = 0.25$ V19 buono $P_{119} = 0.50$ V19 distinto $P_{119} = 0.75$ V19 ottimo $P_{119} = 1$

can



Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Prova dimostrativa/visione apparecchiatura - Efficacia Clinica	P_{v1}	Vv1: Sistema di visualizzazione, capacità di rilevare dettagli anatomici con elevato contrasto. Efficacia del sistema nelle procedure chirurgiche mininvasive	4	il valore P_{v1} assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso delle prove dimostrative
Qualitativo	Prova dimostrativa/visione apparecchiatura - Efficacia Clinica	P_{v2}	Vv2: Ergonomia del sistema in termini di posizionabilità in sala operatoria (dimensioni, ingombro, facilità ed intuitività di utilizzo ed altro)	4	il valore P_{v2} assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso delle prove dimostrative
Qualitativo	Prova dimostrativa/visione apparecchiatura - Efficacia Clinica	P_{v3}	Vv3: Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa	4	il valore P_{v3} assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso delle prove dimostrative
FORMAZIONE					
Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Addestramento e formazione del personale	P_f	VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste	3	$P_f = 3 \cdot P_{FI}$ dove VF sufficiente $P_{FI} = 0$ VF discreto $P_{FI} = 0.25$ VF buono $P_{FI} = 0.50$ VF distinto $P_{FI} = 0.75$ VF ottimo $P_{FI} = 1$

[Handwritten signature]

Lotto II: Colonna per video-laparoscopia 2D/3D Full HD - quantità: 5

TABELLA DI VALUTAZIONE

TELECAMERA DIGITALE 2D					
Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{11}	V1: Dimensioni del chip (in ")	2	$P_{11} = (V1 - V1min)/(V1max - V1min) \cdot P$ V1max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V1min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{12}	V2: Risoluzione della telecamera (specificare)	2	$P_{12} = (V2 - V2min)/(V2max - V2min) \cdot P$ V2max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V2min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{13}	V4: Sterilizzabilità totale dei componenti	1	Se V3 = no $P_{13} = 0$ Se V3 = sì $P_{13} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{14}	V4: Qualità dello zoom ottico (specificare)	1	$P_{14} = P \cdot p_{4i}$ dove se V4 sufficiente $p_{4i} = 0$ V4 discreto $p_{4i} = 0.25$ V4 buono $p_{4i} = 0.50$ V4 distinto $p_{4i} = 0.75$ V4 ottimo $p_{4i} = 1$

Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (p)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{15}	V5: Caratteristiche funzionali della testina (specificare)	2	$P_{15} = P \cdot P_{51}$ dove se V5 sufficiente $P_{51} = 0$ V5 discreto $P_{51} = 0.25$ V5 buono $P_{51} = 0.50$ V5 distinto $P_{51} = 0.75$ V5 ottimo $P_{51} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{16}	V6: Altre caratteristiche migliorative del sistema (specificare)	3	il punteggio P_{16} verrà assegnato in funzione del numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate all'interno della presente tabella



TELECAMERA DIGITALE 3D

Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{11}	V7: Caratteristiche tecnico-funzionali del laparoscopia 3D (specificare le migliorative rispetto ai requisiti minimi)	3	$P_{11} = P \cdot P_{11}$ dove se V7 sufficiente $P_{11} = 0$ V7 discreto $P_{11} = 0.25$ V7 buona $P_{11} = 0.50$ V7 distinto $P_{11} = 0.75$ V7 ottimo $P_{11} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_8	V8: Dimensioni del chip (in ")	2	$P_8 = (V8 - V8min)/(V8max - V8min) \cdot P$ V8max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V8min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{19}	V9: Risoluzione della telecamera (specificare)	2	$P_{19} = (V9 - V9min)/(V9max - V9min) \cdot P$ V9max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V9min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{110}	V10: Sterilizzabilità totale dei componenti	1	Se V10 = no $P_{110} = 0$ Se V10 = sì $P_{110} = 1$





Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (p)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{111}	V11: Qualità dello zoom ottico (specificare)	1	$P_{111} = P \cdot P_{111}$ dove se V11 sufficiente $P_{111} = 0$ V11 discreto $P_{111} = 0.25$ V11 buono $P_{111} = 0.50$ V11 distinto $P_{111} = 0.75$ V11 ottimo $P_{111} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{112}	V12: Caratteristiche funzionali della testina (specificare)	2	$P_{112} = P \cdot P_{112}$ dove se V12 sufficiente $P_{112} = 0$ V12 discreto $P_{112} = 0.25$ V12 buono $P_{112} = 0.50$ V12 distinto $P_{112} = 0.75$ V12 ottimo $P_{112} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{113}	V13: Altre caratteristiche migliorative del sistema (specificare)	2	il punteggio P_{113} verrà assegnato in funzione del numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate all'interno della presente tabella

[Handwritten signature]

MONITOR E FONTE DI LUCE						
Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio	
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{114}	V14: Dimensione del monitor (in pollici)	2	$P_{114} = (V14 - V14min)/(V14max - V14min) * P$ V14max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V14min: minimo valore dichiarato dai concorrenti	
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{115}	V15: Risoluzione del monitor (specificare)	2	$P_{115} = (V15 - V15min)/(V15max - V15min) * P$ V15max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V15min: minimo valore dichiarato dai concorrenti	
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{116}	V16: Velocità di risposta (in ms)	2	$P_{116} = (V16 - V16max)/(V16min - V16max) * P$ V16max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V16min: minimo valore dichiarato dai concorrenti	
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{117}	V17: Temperatura di colore della fonte di luce (in K)	2	$P_{117} = (V17 - V17min)/(V17max - V17min) * P$ V17max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V17min: minimo valore dichiarato dai concorrenti	



Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (p)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{118}	V18: Caratteristiche dei cavi in fibra ottica in dotazione (efficienza, lunghezza, ...)	2	$P_{118} = P \cdot P_{118}$ dove se V18 sufficiente $P_{118} = 0$ V18 discreto $P_{118} = 0.25$ V18 buono $P_{118} = 0.50$ V18 distinto $P_{118} = 0.75$ V19 ottimo $P_{118} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{119}	V19: Altre caratteristiche tecniche migliorative	3	Il punteggio P_{119} verrà assegnato in funzione del numero di utilità cliniche di altre caratteristiche che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate all'interno della presente tabella
UNITA' DI ELABORAZIONE ED ARCHIVIAZIONE					
Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (p)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{120}	V20: Caratteristiche funzionali del software di gestione, visualizzazione ed elaborazione delle immagini (specificare numero e funzionalità)	3	$P_{120} = P \cdot P_{20}$ dove se V20 sufficiente $P_{20} = 0$ V20 discreto $P_{20} = 0.25$ V20 buono $P_{20} = 0.50$ V20 distinto $P_{20} = 0.75$

3

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1REGIONE
LAZIO

Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (p)	V20 ottimo $P_{20} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{21}	V21: Capacità di archiviazione (in GB)	2	$P_{11} = (V21 - V21min) / (V21max - V21min) * P$ V21max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V21min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{12}	V22: Trasferimento dati ed immagini (tipologie)	2	$P_{122} = P \cdot P_{22}$ dove se V22 sufficiente $P_{22} = 0$ V22 discreto $P_{22} = 0.25$ V22 buono $P_{22} = 0.50$ V22 distinto $P_{22} = 0.75$ V22 ottimo $P_{22} = 1$
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{123}	V23: Altre caratteristiche del sistema (specificare)	2	il punteggio P_{123} verrà assegnato in funzione del numero di utilità cliniche di altre caratteristiche che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate all'interno della presente tabella

INSUFFLATORE					
Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (p)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{24}	V24: Parametri fisici di lavoro del dispositivo: Valori di pressione di insufflazione massima e del sistema di riscaldamento del gas, tipologie di insufflazione possibili, modalità di regolazione delle erogazione del flusso ed altro	2	$P_{24} = P \cdot p_{24}$ dove se V24 sufficiente $p_{24} = 0$ V24 discreto $p_{24} = 0.25$ V24 buono $p_{24} = 0.50$ V24 distinto $p_{24} = 0.75$ V24 ottimo $p_{24} = 1$
CARRELLO ELETTRIFICATO					
Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (p)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in rapporto alla qualità	P_{25}	V25: Caratteristiche dell'accessorio fornito (ergonomia, numero dei ripiani, sistemi di sicurezza presenti, ...)	2	$P_{25} = P \cdot p_{25}$ dove se V25 sufficiente $p_{25} = 0$ V25 discreto $p_{25} = 0.25$ V25 buono $p_{25} = 0.50$ V25 distinto $p_{25} = 0.75$ V25 ottimo $p_{25} = 1$

[Handwritten signature]

Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Prova dimostrativa/visione apparecchiatura - Efficacia Clinica	P_{v1}	Vv1: Sistema di visualizzazione, capacità di distinguere efficacemente vasi sanguigni, vie biliari e sistema linfatico. Efficacia del sistema nelle procedure chirurgiche	4	Il valore P_{v1} assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso delle prove dimostrative
Qualitativo	Prova dimostrativa/visione apparecchiatura - Efficacia Clinica	P_{v2}	Vv2: Ergonomia del sistema in termini di posizionabilità in sala operatoria (dimensioni, ingombro, facilità ed intuitività di utilizzo ed altro)	4	Il valore P_{v2} assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso delle prove dimostrative
Qualitativo	Prova dimostrativa/visione apparecchiatura - Efficacia Clinica	P_{v3}	Vv3: Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa	4	Il valore P_{v3} assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso delle prove dimostrative
FORMAZIONE					
Criterio di valutazione	Elemento di valutazione	Punteggio	Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa	Punteggio massimo attribuibile (P)	Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo	Addestramento e formazione del personale	P_F	VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste	3	$P_F = 3 \cdot P_{Fi}$ dove VF sufficiente $P_{Fi} = 0$ VF discreto $P_{Fi} = 0.25$ VF buono $P_{Fi} = 0.50$ VF distinto $P_{Fi} = 0.75$ VF ottimo $P_{Fi} = 1$