

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Roma, 19/05/2017

OGGETTO: Gara a procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per emodinamica. **CHIARIMENTI N.2**

Con riferimento a richieste di chiarimenti pervenute sulla gara di cui all'oggetto, si specifica di seguito la risposta:

DOMANDA	RISPOSTA
<p>1) Lotto n. 36. Si chiede di precisare cosa si intende per gonfiaggio simultaneo di due o più palloni alla medesima pressione di gonfiaggio.</p>	<p>Si tratta di un dispositivo che consente di collegare un solo sistema di gonfiaggio a due diversi palloni, in modo da consentire il gonfiaggio contemporaneo di due palloni da parte di un solo operatore.</p>
<p>2) Si richiede se è possibile presentare anche campionatura non sterile.</p>	<p>E' possibile presentare campionatura non sterile</p>
<p>3) Dovendo partecipare ad entrambe le schede di gara, è necessario presentare 2 polizze fidejussorie separate ciascuna con l'indicazione dei lotti a cui si riferisce oppure è sufficiente un'unica polizza che indichi tutti i lotti (sia quelli della Scheda 1 che quelli della Scheda 2) e venga caricata su ciascuna scheda di gara.</p>	<p>L'operatore potrà presentare la cauzione nelle modalità che riterrà opportune, come riportato nel Disciplinare di gara</p>
<p>4) chiediamo se la campionatura deve essere presentata entro il termine invio offerta (26/05/2017) e con quali modalità (indirizzo destinazione e quantità per lotto)</p>	<p>Si conferma quanto riportato all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto</p>
<p>5) Campionatura 58-59-60 in considerazione dei fabbisogni indicati, e data l'onerosità dei prodotti oggetto dei lotti indicati, è possibile essere esonerati dalla presentazione del campione? qualora esso fosse ritenuto essenziale per la valutazione, è possibile presentare campionatura non sterile? Nel caso in cui si offrisse in più lotti il medesimo prodotto, si richiede la possibilità di fornire un unico campione demo non sterile, indicando sullo stesso tutti i lotti di partecipazione ai quali si riferisce.</p>	<p>Ai fini della partecipazione alla presente procedura può essere presentata anche campionatura non sterile Nel caso proposto è prevista la possibilità di offrire un unico campione</p>
<p>6) Si richiede la possibilità, laddove si offra lo stesso prodotto più lotti, di fornire un unico campione indicando sullo stesso tutti i lotti di partecipazione al quale si riferisce.</p>	<p>Si conferma, nel caso proposto, la possibilità di offrire un unico campione</p>



7) In riferimento allo schema di offerta economica inserito nei documenti di gara vi informiamo che non sono presenti le colonne per l'inserimento del CODICE PRODOTTO, del CND e dell' RDM come richiesto dal Disciplinare. Possiamo procedere noi all'inserimento, modificando lo schema fornito oppure verrà pubblicato un nuovo file contenente le colonne mancanti?

E' stato pubblicato un nuovo modello per la presentazione dell'offerta economica comprensivo di tutti i campi.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Vittorio Santoriello