

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**
**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI AD APPARECCHIATURE PER UROLOGIA OCCORRENTI ALLA ASL ROMA 1**

La ASL Roma 1 intende avviare un’indagine di mercato preordinata all’individuazione di operatori interessati all’affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici dedicati ad apparecchiature, di proprietà aziendale, per urologia occorrenti per le attività di chirurgia urologica.

Tale avviso si è reso necessario in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche e funzionali della fornitura in oggetto:

<b>Lotto</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Descrizione prodotto</b>	<b>Fabbisogno annuale</b>	<b>Importo annuale a base d’asta I.E.</b>
<b>1</b>	A	Cover coprisonda per ecografo BK3000 di proprietà dell’Azienda	Cover coprisonda in lattice non sterile, diametro 1,9 cm e lunghezza 32 cm, conformazione conica per sonde transrettali, con dichiarazione di compatibilità con sistema ecografico BK3000 di proprietà dell’Azienda.	300	€ 2.100,00
<b>2</b>	A	Dispositivi medici dedicati a resettoscopio Storz da 24/26 Charr, di proprietà dell’Azienda	Anse da taglio monopolari, monobinario per impiego con camicie per resettoscopio Storz da Ch 24/26. Varie tipologie. La Ditta partecipante dovrà, inviare documentazione di comprovata compatibilità con l’apparecchiatura di proprietà. Confezione sterile, monouso.	250	€ 33.750,00
	B		Anse da taglio bipolari, a doppio binario per impiego con camicie per resettoscopio Storz da Ch 24/26. Varie tipologie. La Ditta partecipante dovrà inviare, documentazione di comprovata compatibilità con l’apparecchiatura di proprietà. Confezione sterile, monouso.	250	
<b>3</b>	A	Dispositivi medici dedicati a resettoscopio bipolare Wolf modello Shark, di proprietà dell’Azienda	Anse per impiego con camicie per resettoscopio Wolf per resezione bipolare transuretrale di vescica e prostata. Varie tipologie di punta tra cui ad ansa, cilindrica, da taglio, da enucleazione e vaporizzazione. La Ditta partecipante dovrà inviare, documentazione di comprovata compatibilità con l’apparecchiatura di proprietà. Confezione sterile, monouso.	200	€ 49.000,00
<b>4</b>	A	Dispositivi medici dedicati a resettoscopio bipolare Olympus 12° con working element WA22067A, di proprietà dell’Azienda	Anse da taglio per impiego con camicie per resettoscopio Olympus. Varie tipologie di punta tra cui ad ansa, a pallina rotante e a coltello. La Ditta partecipante dovrà inviare, documentazione di comprovata compatibilità con l’apparecchiatura di proprietà. Confezione sterile, monouso."	200	€ 14.000,00

5	A	Dispositivi medici dedicati ad apparecchiatura per urodinamica  SmartDyn Compact di proprietà dell'Azienda. La Ditta partecipante dovrà inviare, successivamente, documentazione di comprovata compatibilità con l'apparecchiatura di proprietà.	Catetere a un lume in poliuretano per il rilevamento della pressione addominale tramite carica ad aria provvisto di luer, palloncino e stiletto di rinforzo in acciaio inossidabile. Misura 6 Fr lunghezza 65 cm ca. Sterile e monouso.	150	€ 15.220,00
	B		Catetere a un lume in poliuretano per il rilevamento della pressione urodinamica tramite carica ad aria a punta diritta, provvisto di luer e palloncino. Misura 6 Fr lunghezza 65 cm ca. Sterile, monouso.	130	
	C		Catetere a un lume in poliuretano per il rilevamento della pressione urodinamica tramite carica ad aria a punta curva, provvisto di luer e palloncino. Misura 6 Fr lunghezza 65 cm ca. Sterile, monouso.	20	
	D		Catetere a due lumi in poliuretano per il rilevamento della pressione urodinamica tramite carica ad aria provvisto di luer e palloncino. Misura 6 Fr lunghezza 65 cm ca. Sterile, monouso.	10	
	E		Linea pompa peristaltica monouso in PVC trasparente, provvista di clamp, puntale per sacche di soluzione fisiologica e Luer Lock maschio (lato connettore cateteri). Lunghezza 370 cm ca. Sterile, monouso.	60	
	F		Elettrodo per EMG provvisto di bottone. Dimensioni 20 x 25 mm	100	
6	A	Dispositivi medici dedicati a cistoscopi flessibili pluriuso Olympus Mod. CYF-VHA di proprietà dell'Azienda	Valvola aspirazione tipo MAJ-207. La Ditta partecipante dovrà inviare documentazione di comprovata compatibilità con l'apparecchiatura di proprietà. Sterile, monouso.	400	€ 4.200,00
	B		Valvola biottica tipo MAJ-579. La Ditta partecipante dovrà inviare documentazione di comprovata compatibilità con l'apparecchiatura di proprietà. Sterile, monouso.	400	

L'importo complessivo annuale a base d'asta è pari ad € 118.270,00 Iva esclusa.

A tal fine, in questa sede non sono richiesti requisiti di partecipazione.

Gli operatori economici interessati potranno inviare alla SA manifestazione di interesse entro i termini di seguito indicati.

Nel riscontro dovranno essere indicati il lotto e/o i lotti di specifico interesse per l'operatore, si precisa che i lotti 2,5 e 6 sono da considerarsi indivisibili.

L'eventuale successiva competizione si svolgerà su STELLA, Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio.

Il presente documento non indice una procedura di gara e non presuppone la formazione di una graduatoria, lo stesso, pertanto, non è impegnativo per l'Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare la presente indagine conoscitiva,

senza che ciò possa costituire fonte di diritti o pretese di qualsivoglia natura, preordinati all'indennizzo o al rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla partecipazione successiva alla gara di appalto, non costituendo impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.

La presentazione di manifestazioni d'interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici ai quali rivolgere la Richiesta di Offerta (RdO) sul portale della Regione Lazio – Stella – nell'ambito della categoria merceologica delle forniture di riferimento.

Si chiede pertanto agli operatori economici interessati di fornire il proprio contributo - previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali - compilando l'apposita istanza di manifestazione di interesse (allegato A al presente avviso) e inviandola, stante la necessità di procedere celermente, entro la data dell'08/04/2025 ore 12:00 sulla piattaforma Stella della Regione Lazio.

Laddove ne ricorra la circostanza, l'Operatore Economico dovrà dichiarare ex DPR 445/2000 eventuali diritti di privativa o esclusiva industriale e trasmettere adeguata documentazione a comprova, unitamente alla manifestazione di interesse.

Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale dell'ASL Roma 1, [www.aslroma1.it](http://www.aslroma1.it), alla sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile Unico del progetto è il Sig. Flavio De Girolami.

Tutte le informazioni fornite saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell'iniziativa in oggetto.

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla Regione Lazio nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento.

L'invio del documento implica il consenso al trattamento dei dati forniti.

Titolare del trattamento è la ASL Roma 1 – Borgo Santo Spirito, 3 – 00193 Roma.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Sig. Flavio De Girolami

La Direttrice della U.O.C.  
Acquisizione Beni e Servizi  
Dott.ssa Cristina Franco