

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, alla MIT S.R.L. dell'intervento di manutenzione sulla Risonanza Magnetica (RM) installata presso il P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1. Importo complessivo di € 1.457,89 IVA esclusa, pari ad € 1.778,63 IVA 22% inclusa. CIG: Y9D3DBE644

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC INGEGNERIA CLINICA

Centro di Costo: BD02

L'Estensore: GIULIA BOVI

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€1.778,63	2023	CE	503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	Ing. Silvia Sergio	NO

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. SILVIA SERGIO

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC INGEGNERIA CLINICA

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. CARLA DE SANTIS

Ing. SILVIA SERGIO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si
compone di n.6 pagine di cui n.3
pagine di allegati



**REGIONE
LAZIO**

IL DIRETTORE DELLA UOC INGEGNERIA CLINICA

- VISTO** l'atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Ingegneria Clinica;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto: *"Atto aziendale della ASL Roma 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo"* la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08/07/2022 avente ad oggetto: *"Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi"*, con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- la Deliberazione n. 627 del 10/05/2021, con la quale sono state affidate all'Ing. Silvia Sergio le funzioni direzionali della UOC Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Tecnico Patrimoniale della ASL Roma 1, a far data dal 01/05/2021;
- PREMESSO** che presso il P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1 è installata n. 1 Risonanza Magnetica (RM), sottoposta a regolare manutenzione preventiva;
- che con Determinazione dirigenziale n. 2204 del 02/10/2023 si è proceduto ad affidare alla Società MIT S.R.L., azienda specializzata nel settore, l'esecuzione di interventi di manutenzione per l'esecuzione di un controllo straordinario sugli impianti a servizio delle RM installate presso i PP.OO. Santo Spirito, San Filippo Neri e Nuovo Regina Margherita della ASL Roma 1, per un importo complessivo di € 1.350,00 IVA esclusa, pari a € 1.647,00 IVA 22% inclusa - CIG: Y6F3CA67D5;
- RILEVATA** presso il P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1, a seguito del controllo straordinario di cui alla Determinazione 2204/2023 ed a seguito di sopravvenuto guasto del sistema di allarme degli impianti a servizio della Risonanza Magnetica, la necessità di effettuare un controllo straordinario ulteriore, prevedendo la sostituzione di un componente del sistema di allarme, la UOC Ingegneria Clinica ha provveduto a richiedere alla MIT S.R.L., un preventivo dedicato;
- ATTESO** che la suddetta Società ha fatto pervenire in data 04/12/2023 il preventivo n. MT230269, presentando un'offerta per un importo complessivo di € 1.457,89 IVA esclusa (**All. 1**);
- che la UOC Ingegneria Clinica, a seguito di valutazione dell'offerta presentata, ha rilevato la congruità tecnica ed economica, nonché la rispondenza della stessa alle esigenze aziendali;
- VISTO** l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, che autorizza le stazioni appaltanti a procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per le forniture di importo inferiore a € 140.000,00;
- TENUTO CONTO** che per l'affidamento di cui trattasi è stato acquisito il CIG: Y9D3DBE644;

RILEVATO

che, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, riservandosi l'azienda di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate;

che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 36/2023, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

RITENUTO

pertanto di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), alla Società MIT S.R.L dell'intervento di manutenzione sulla Risonanza Magnetica (RM) installata presso il P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1, per un importo complessivo di € 1.457,89 IVA esclusa, pari ad € 1.778,63 IVA 22% inclusa - CIG: Y9D3DBE644;

PRESO ATTO

che la spesa complessiva di € 1.778,63 IVA 22% inclusa, trova copertura economica sul C.E. 503030101 – Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio 2023;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che s'intendono integralmente riportati,

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), alla Società MIT S.R.L l'esecuzione dell'intervento di manutenzione sulla Risonanza Magnetica (RM) installata presso il P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1, per un importo complessivo di € 1.457,89 IVA esclusa, pari ad € 1.778,63 IVA 22% inclusa - CIG: Y9D3DBE644;
2. di imputare l'importo di € 1.778,63 IVA 22% inclusa sul C.E. 503030101 – Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio 2023;
3. di individuare l'Ing. Diletta Addessi, collaboratore tecnico in servizio presso la UOC Ingegneria Clinica, quale DEC del contratto;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale a oscurare eventuali dati ritenuti non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione;

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il Direttore
U.O.C. Ingegneria Clinica
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE



Manutenzione Impianti
Tecnologici

Sede legale:
via Salomone Morpurgo, 6
00135 - Roma

P.IVA e C.F.: 16811731005
REA: RM - 1677289
Pec: mitsrl@pecimprese.it

Roma, 04/12/2023
Offerta MT230269

Spett.le
ASL ROMA 1
Borgo Santo Spirito, 3
00193 ROMA - RM

OGGETTO

ASL Roma 1 - Assistenza tecnica su RM Philips per risoluzione allarme "blocco compressore Philips" presso Ospedale Santo Spirito

A seguito della vostra pregiata richiesta, siamo con la presente a sottoporvi nostra migliore offerta MT230269 per i lavori in merito a quanto in oggetto

Nota Bene: Le attività di assistenza sull'impianto elettrico/ idronico RM presso il Presidio Ospedaliero Santo Spirito in Sassia sono state svolte in data 29/11/2023 e 01/12/2023

Allegati

- CME MT230269_REV.1
- RAPPORTO DI LAVONO n° 1805 e 1806

Esclusioni


- Tutto quanto non espressamente indicato nell'offerta

Condizioni dell'offerta:

- Validità offerta: 30 giorni
- Tempistiche: da concordare
- Condizioni di pagamento: data fattura fine lavori.
- I.V.A. ed oneri fiscali: a vostro carico

Restando a vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito con l'occasione porgiamo

Distinti Saluti.


MIT S.R.L.
VIA Salomone Morpurgo, 6 - 00135 Roma
TEL. 06/30824052 - 06/30824067
P.IVA/C.F. 16811731005



MT230269 - ASL Roma 1 - Assistenza tecnica su RM Philips per risoluzione allarme "blocco compressore Philips" presso Ospedale Santo Spirito

Committente dei lavori: ASL ROMA 1

**ASL Roma 1 - Assistenza tecnica su RM Philips per risoluzione allarme "blocco
compressore Philips" presso Ospedale Santo Spirito_Rev.1**

ROMA, 04/12/2023

ASL Roma 1 - Assistenza tecnica su RM Philips per risoluzione allarme "blocco compressore Philips" presso Ospedale Santo Spirito

ASL Roma 1 - Assistenza tecnica su RM Philips per risoluzione allarme "blocco compressore Philips" presso Ospedale Santo Spirito_Rev.1

NUM. PROG. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			EUR	EUR
Assistenza su imp. elettrico/ idronico RM -				
1 1	Assistenza su Risonanza Magnetica Philips ubicata presso l'Ospedale Santo Spirito di Roma. 29/11/2023 - Attività eseguite come da rapporto n°001805 con l'impiego di n°1 tecnico e n°1 Ingegnere 1/12/2023 - Attività eseguite come da rapporto n°001806 con l'impiego di n°1 tecnico e n°1 Ingegnere			
	(1)	1,000		
	a corpo	1,000	1.000,00	1.000,00
TOTALE Assistenza su imp. elettrico/ idronico RM - EUR				1.000,00
Assistenza su RM - Fornitura e sostituzione relè amperometrico -				
3 F03.3.15.336	[033336] Relè amperometrico di massima corrente, inserzione diretta o tramite trsformatore amperometrico, una uscita a relè, tensione nominale di alimentazione nel campo 24-240 V c.a., regolazioni della soglia massima di corrente e del valore di isteresi, del tempo di intervento e di ripristino, conforme alle norme IEC/EN 60255-6 e 61000-6 -2 e -3, in contenitore modulare isolante per barra DIN35 con grado di protezione IP 40			
	Fornitura di relè amperometrico			
	(1)	1,000		
	cad	1,000	165,89	165,89
4 A00.1.01.024.B	Installatore 5a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%			
	Costo della Manodopera per n°2 tecnici x 4 ore			
	(2)x(4)	8,000		
	ora	8,000	36,50	292,00
TOTALE Assistenza su RM - Fornitura e sostituzione relè amperometrico - EUR				457,89
TOTALE ASL ROMA 1 - ASSISTENZA TECNICA SU RM PHILIPS PER RISOLUZIONE ALLARME "BLOCCO COMPRESSORE PHILIPS" PRESSO OSPEDALE SANTO SPIRITO_REV.1 EUR				1.457,89

ROMA, 04/12/2023

L'IMPRESA

IL COMMITTENTE

MIT S.R.L.
 Via Salomone Morpurgo, 6 - 00135 Roma
 TEL. 06/30824052 - 06/30824067
 P.IVA/C.F. 16811731005