

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI LA FORNITURA ANNUALE DI GUANTI MONOUSO STERILIOCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1 RDO 2102688

- risposte a richieste di chiarimenti Il parte.

QUESITO DITTA	RISPOSTA
Con riferimento al lotto 4 – Guanti chirurgici sterili in lattice per microchirurgia, si chiede di confermare che la caratteristica “anallergici” sia un refuso in quanto il materiale richiesto a capitolato (lattice) è una sostanza che può causare reazioni allergiche, incluso shock anafilattico e il cui utilizzo non è sicuro su persone sensibili al lattice.	Trattasi di refuso l'indicazione "anallergica" riferita alle tipologie di guanti di cui ai lotti 2 e 4.
QUESITO DITTA	RISPOSTA
Con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento.Nella tabella excel Schema Offerta economica, nella colonna Unità di misura, si legge "paia". Nella stessa tabella - penultima colonna - viene però chiesto di inserire il "Prezzo unitario (singolo guanto) IVA esclusa. A tal proposito, possiamo considerare il riferimento al "singolo guanto" un refuso e di conseguenza inserire il prezzo "al paio"?	Si conferma. Il prezzo è da intendersi "al Paio"
QUESITO DITTA	RISPOSTA
Con la presente si chiede conferma per i lotti 2-3-4 che il prezzo a base d'asta sia inteso a paio e non per singolo guanto.	Si conferma. Il prezzo è da intendersi "al Paio"

Come già precedentemente comunicato, i CIG sono stati perfezionati. La mancata generazione del PASSOE è probabilmente riconducibile ad un disservizio temporaneo sulla piattaforma ANAC.