

Prot. n. 96264 del 26/07/2018

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO *IN FULL SERVICE* A CHIAMATA PER LA DURATA DI DUE ANNI DI N. 1 SISTEMA PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA (ESWL) OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA U.O.C. UROLOGIA DELLA ASL ROMA 1.**

**CIG: 74687363EC**

## **CHIARIMENTO N. 1**

### **Quesito n. 1**

Cosa s'intende per "caratteristiche acustiche" di cui al punto V.18 dei criteri di valutazione (pag. 28 di 36 del Disciplinare).

### **Risposta n. 1**

Per caratteristiche acustiche si intende il livello di rumorosità dell'apparecchiatura da esprimere in dB.

### **Quesito n. 2**

All'interno del disciplinare di gara, paragrafo 16. Contenuto della busta B - OFFERTA TECNICA, viene citato l'allegato 3.B3, ma tale allegato non è rinvenibile tra la documentazione di gara.

### **Risposta n. 2**

Trattasi di refuso.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

*Ing. Pietro Barberini*