

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Approvazione atti ed indizione di una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia per le esigenze della ASL Roma 1 per un importo complessivo triennale posto a base di gara pari a € 7.008.152,40 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: SIMONA PUCCI Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Dott. VITTORIO SANTORIELLO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello		
Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino		
Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il presente provvedimento si compone di n.267 pagine di cui n.256 pagine di allegati	Il Direttore Generale Dr. Giuseppe Quintavalle	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	--	---

LA DIRETTRICE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 gennaio 2025, n. T00006 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1" - Nomina del dott. Giuseppe Quintavalle;
- l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9, con il quale è stato istituito il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale, di cui fa parte l'UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATE** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020, avente ad oggetto "*Atto aziendale dell'ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo*" che prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricompreso;
- la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025, avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che la UOC di Cardiologia dell'ASL Roma 1 si occupa, tra le altre, di attività di ricovero programmato per pazienti con indicazione a procedure programmate di elettrostimolazione (impianto di pacemaker - defibrillatori - resincronizzazione ventricolare), con indicazione ad esame coronarografico e/o angioplastica coronarica e con indicazione a cardioversione fibrillazione atriale o con indicazione alla diagnosi e terapia delle problematiche aritmiche di complessità medio-alta, con l'ausilio delle più aggiornate tecniche di elettrostimolazione;
- che la complessità di offerta in questa area richiede la presenza di un'aggregazione di servizi che si pongano in modo esplicito il problema della qualità clinica, della appropriatezza e dell'efficienza;
- che, per l'erogazione delle prestazioni sopra descritte, con nota prot. n. 41100 del 07/03/2025 (All.1), il Direttore U.O.S.D. Pianificazione Acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari ed il Direttore dell'Area del Farmaco hanno richiesto l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 medi, di dispositivi medici per elettrofisiologia, trasmettendo il Capitolato tecnico e il relativo fabbisogno di Gara;
- che, per alcuni lotti individuati, la fornitura avverrà mediante la stipula di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

che la scelta di acquistare i prodotti di cui all'Accordo quadro dagli operatori economici per ciascun lotto, durante la validità del contratto, avverrà in base all'appropriatezza terapeutica-assistenziale, sicché saranno consentiti affidamenti distribuiti anche in contemporanea a più aggiudicatari del singolo accordo quadro in considerazione delle specifiche esigenze clinico-terapeutiche ed organizzative segnalate dalle Unità Operative utilizzatrici, sulla base delle specificità dei diversi casi clinici da trattare, potranno individuare di volta in volta l'offerta/prodotto che risponde alle esigenze cliniche dei pazienti ed ai criteri di appropriatezza di impiego dei dispositivi medici;

che con successiva nota prot. 60669 del 07/04/2025 è stato precisato che la percentuale minima di aggiudicazione per i lotti oggetto di Accordo Quadro è pari al 15%;

DATO ATTO

che il fabbisogno di gara è suddiviso in 25 lotti e che i prezzi posti a base d'asta determinano un valore complessivo della gara per 36 mesi valutato in € 7.008.152,40 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

che per la natura dei beni che costituiscono oggetto della procedura in trattazione è opportuno prevedere, quale criterio di aggiudicazione, l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ad eccezione dei lotti n. 22, 23 e 34 per i quali si procederà con l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, in considerazione delle caratteristiche standardizzate relative ai dispositivi oggetto di fornitura;

che la previsione di rinnovo, al termine del triennio, per ulteriori 12 mesi del contratto discendente dall'aggiudicazione della gara e la facoltà di proroga semestrale determinano un valore complessivo dell'appalto pari a € 10.512.228,60 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge così come riassunto nella tabella di seguito riportata:

Importo base d'asta 36 mesi	€ 7.008.152,40
Importo eventuale rinnovo annuale	€ 2.336.050,80
Importo per l'opzione di proroga	€ 1.168.025,40
Valore globale stimato dell'appalto	€ 10.512.228,60

che, stante l'importo della base d'asta, la procedura di scelta dei contraenti da attuare è la procedura aperta telematica, ai sensi di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 36/2023, nonché ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e che, pertanto, la presente procedura di gara verrà espletata tramite piattaforma telematica della Centrale Acquisti Regione Lazio denominata STELLA (Sistema Acquisti Telematico);

RITENUTO

pertanto, di dover procedere all'indizione della procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia per le esigenze della ASL Roma 1 per un importo complessivo triennale posto a base di gara pari a € 7.008.152,40 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come sotto indicato:

Lotto	Descrizione Lotto	Importo triennale a Base d'Asta
1	Elettrocateri diagnostici quadripolari e decapolari per studi elettrofisiologici a curva fissa	117.300,00 €
2	Elettrocateri diagnostici quadripolare e decapolari orientabili	324.000,00 €
3	Elettrocateri diagnostici decapolari orientabili, monodirezionali, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica	192.000,00 €
4	Elettrocateri circolari multipolari, per il mappaggio delle vene polmonari, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica	16.200,00 €
5	Elettrocateri multipolari per mappaggio ad alta densità, curva attiva, dotati di almeno 14 elettrodi, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica	256.500,00 €
6	Elettrocateri per mappaggio ad alta densità con tecnologia contact e sensore magnetico, compatibili con sistema di mappaggio elettromagnetico delle camere cardiache	1.035.000,00 €
7	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica	144.000,00 €
8	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5mm o 4 mm o 4,5mm , fori multipli, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica	1.248.000,00 €
9	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm con microelettrodi in punta, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica	315.000,00 €
10	Elettrocateri per crioablazione focale, quadripolari con punta da 4 mm e 8 mm	52.500,00 €
11	Elettrocateri orientabili a pallone per crioablazione per vene polmonari	75.000,00 €
12	Elettrocateri multielettrodo per ablazione con tecnologia elettroporesi per isolamento delle vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale	1.260.000,00 €
13	Elettrocateri esofagei dotati di sensori per monitoraggio della temperatura esofagea	21.000,00 €
14	Sonde ecografiche intracardiache	940.500,00 €
15	Kit per puntura transettale con guida a radiofrequenza	270.000,00 €
16	Kit per puntura transettale costituiti da introduttore ed ago	24.000,00
17	Sistemi di patch esterni di riferimento da applicare al paziente per compatibilità con sistema di mappaggio elettromagnetico ed ablazione con possibilità di effettuare la ricostruzione della geometria 3D	450.000,00 €
18	Sistemi introduttori HBP per la stimolazione definitiva del fascio di His	18.000,00 €
19	Introduttori steerable per il posizionamento di elettrocateri per accesso al sistema vascolare per via transettale	27.000,00 €

20	Introduttori steerable per il posizionamento di elettrocateretri per accesso al sistema vascolare per via transtetale compatibili e visualizzabili su Sistema di mappaggio 3D	45.000,00 €
21	Introduttori per cateteri angiografici valvolati con guaina di sterilità	54.000,00 €
22	Piastre radiotrasparenti monouso, multifunzione per shock transtoracico e stimolazione cardiaca transcutanea	48.000,00 €
23	Piastre dispersive per elettrochirurgia radiotrasparenti monouso senza cavetto, compatibili con tutti i generatori presenti sul mercato	5.552,40 €
24	Soluzione antimicrobica	22.500,00 €
25	Dispositivo emostatico completamente assorbibile	47.100,00 €

RILEVATO

che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023, l'acquisizione del CIG verrà effettuata al momento della pubblicazione della procedura, direttamente dalla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata S.TEL.LA che gestisce il ciclo di vita del contratto mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;

APPURATO

che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non risulta esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI e, pertanto, non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti alla sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

DATO ATTO

che l'iniziativa di acquisto in oggetto, è stata preventivamente approvata nella programmazione acquisti 2025-2027, adottata con Deliberazione n. 1272 del 22/10/2024 con CUI n. F13664791004202400564 e trasmessa doverosamente alla Direzione Regionale Centrale Acquisti Regione Lazio, al MIT e al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori;

che la procedura in trattazione non produce duplicazioni o frazionamenti artificiali di rapporti contrattuali a livello regionale e non si sovrappone ad analoghe iniziative della CONSIP Spa o di altri soggetti aggregatori che potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con il presente atto;

VISTA

la documentazione allegata al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara ed i seguenti allegati:

Allegato 1 – Domanda di partecipazione

Allegato 2 – Dettaglio Fornitura

Allegato 2 – Dettaglio Fornitura

Allegato 3 – Capitolato tecnico

Allegato 4 – Criteri di valutazione

Allegato 5 – Schema Offerta Tecnica_ Caratteristiche Minime

Allegato 6 – Schema offerta economica

Allegato 7 – Scheda fornitore

Allegato 8 – Schema contratto

Allegato 9 – Patto integrità

Allegato 10 – Modulo pagamento bollo

Allegato 11 – Pattuizioni sul trattamento dei dati personali

Allegato 12 – Informativa Privacy

Allegato 13 – Scheda prodotti

Allegato 14 – Schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale)

VISTO

l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti, per ogni singola procedura di gara, per l'affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico di Progetto con i compiti previsti dal suddetto Decreto a cui si fa integrale rinvio;

INDIVIDUATI

la dr.ssa Cristina Franco Responsabile Unico di Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

il Dott. Vittorio Santoriello, quale Responsabile della fase di affidamento, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

la dr.ssa Silvia Caldarini, quale Responsabile della fase di esecuzione, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

il Dott. Claudio Pisanelli quale il Direttore dell'Esecuzione;

VISTO

l'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento";

l'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che statuisce che "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti";

VISTA

la deliberazione CS. n. 709 del 12/06/2024, avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti Pubblici";

ATTESO

che il quadro economico relativo alla presente procedura di gara è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
a) Importo stimato	
a1) Importo a base d'asta	€ 7.008.152,40
di cui importo costi manodopera	/
a2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	/
a.3) Incremento del quinto d'obbligo	/
a.4) opzione proroga	€ 1.168.025,40
a.5) Proroga tecnica	/
a.6) Opzione di rinnovo	€ 2.336.050,80
Totale importo stimato	€ 10.512.228,60

b) Somme a disposizione della S.A.	
b1) accantonamento revisione prezzi derivanti dall'aggiudicazione	/
b2) incentivi ex art.45 D. Lgs. 36/2023	€ 126.147,28
b3) IVA 22 % ed eventuali altre imposte su importo su totale stimato	€ 2.312.690,30
totale b)	€ 421.888,65
IMPORTO TOTALE a) + b)	€ 2.438.837,58

che il calcolo degli incentivi è così determinato:

IMPORTO APPALTO	3.114.870,00 €
IMPORTO INCENTIVO TOTALE	59.182,15 €
IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	47.346,02 €
Accantonamento innovazione	11.836,51 €

che vengono, pertanto, individuate le figure di seguito specificate:

	RIPARTIZIONE	%	NOMINATIVO	IMPORTO MASSIMO
1	Programmazione spesa per investimenti	5%		€ 5.045,89
	RUP	30%	Cristina Franco	€ 3.027,53
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	30%		
	Collaboratore/i	40%	Scarcelli, Piccinno	€ 2.018,36
2	Attività di progettazione	5%		5.045,89
	RUP	10%	Cristina Franco	€ 1.009,18
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	10%		
	Collaboratore/i	20%		
	Definizione capitolato tecnico	40%		€ 2.018,36
3	Elaborazione DUVRI	20%		
	Predisposizione dei documenti di gara	35%		€35.321,24
	RUP	10%	Cristina Franco	€ 3.532,12
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	50%	Vittorio Santoriello	€ 17.660,62
	Collaboratore/i	40%	Simona Pucci, Flavio De Girolami, Sabrina Gazzetti, Fabrizio Perchinunno, Jennifer Poeti, Francesco Piccinno, Scassa Roberta, Mannella Carlo, Calamia Giuseppe, Tricca Carlotta	€ 14.128,50
4	Esecuzione dei contratti pubblici	55%		€ 55.504,80
	RUP	10%	Cristina Franco	€ 5.550,48
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	20%	Silvia Caldarini	€ 11.100,96
	Collaboratore/i	10%	Ilaria Fini, Federica Albo	€ 5.550,48
	Direttore dell'esecuzione	30%	Claudio Pisanelli	€ 16.651,44
	Collaboratore/i DEC	15%	Teresa di Fiore, Eleonora Martellini	€ 8.325,72
	Verifica di conformità o regolare esecuzione	12%	Claudio Pisanelli	€ 6.660,
	Collaboratore/i dell'attività di regolare esecuzione	3%	Sabrina Gazzetti, Loredana Verdelli	€ 1.665,14

che il 40% riservato ai collaboratori nella fase di “predisposizione dei documenti di gara” viene così suddiviso per le seguenti figure:

Funzione	Nominativo	Percentuale
Collaborazione alle attività del RUP e predisposizione dei documenti di gara	Simona Pucci	50%
	Flavio De Girolami	15%
	Sabrina Gazzetti	10%
	Fabrizio Perchinunno	3,57%
	Jennifer Poeti	3,57%
	Francesco Piccinno	3,57%
	Roberta Scassa	3,57%
	Carlo Mannella	3,57%
	Calamia Giuseppe	3,57%
	Carlotta Tricca	3,57%

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura, suddivisa in n. 25 lotti, di dispositivi medici per elettrofisiologia, necessari per le esigenze della ASL Roma 1 per un importo complessivo triennale pari a € 7.008.152,40 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

di prevedere che l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ad eccezione dei lotti n. 22, 23 e 24 per i quali si procederà con l’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, in considerazione delle caratteristiche standardizzate relative ai dispositivi oggetto di fornitura;

di dare atto che, per alcuni lotti individuati, la fornitura avverrà mediante la stipula di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

di approvare, conseguentemente, la documentazione allegata al presente provvedimento, e del quale costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara ed i seguenti allegati:

Allegato 1 – Domanda di partecipazione

Allegato 2 – Dettaglio Fornitura

Allegato 2 – Dettaglio Fornitura

Allegato 3 – Capitolato tecnico

Allegato 4 – Criteri di valutazione

Allegato 5 – Schema Offerta Tecnica_ Caratteristiche Minime

Allegato 6 – Schema offerta economica

Allegato 7 – Scheda fornitore

Allegato 8 – Schema contratto

Allegato 9 – Patto integrità

Allegato 10 – Modulo pagamento bollo

Allegato 11 – Pattuizioni sul trattamento dei dati personali

Allegato 12 – Informativa Privacy

Allegato 13 – Scheda prodotti

Allegato 14 – Schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale)

di individuare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, la dr.ssa Cristina Franco Responsabile Unico di Progetto, il Dott. Vittorio Santoriello, quale Responsabile della fase di affidamento, la dr.ssa Silvia Caldarini, quale Responsabile della fase di esecuzione e il Dott. Claudio Pisanelli quale il Direttore dell'Esecuzione;

di prevedere che la nomina della Commissione giudicatrice sarà disposta, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, con successivo atto da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;

di approvare, altresì, il quadro economico ed il prospetto incentivi di cui alle premesse;

di prevedere che la spesa complessiva derivante dall'aggiudicazione della procedura di gara, indetta con il presente atto, ed il relativo impegno verranno determinati con successivo provvedimento;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Vittorio Santoriello
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché in virtù delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio, n. T00006 del 10 gennaio 2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione atti ed indizione di una

procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia per le esigenze della ASL Roma 1 per un importo complessivo triennale posto a base di gara pari a € 7.008.152,40 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge.” e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura, suddivisa in n. 25 lotti, di dispositivi medici per elettrofisiologia, necessari per le esigenze della ASL Roma 1 per un importo complessivo triennale pari a € 7.008.152,40 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

di dare atto che, per alcuni lotti individuati, la fornitura avverrà mediante la stipula di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

di prevedere che l'aggiudicazione avverrà per singolo lotto mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad eccezione dei lotti n. 22, 23 e 24 per i quali si procederà con l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, in considerazione delle caratteristiche standardizzate relative ai dispositivi oggetto di fornitura;

di approvare, conseguentemente, la documentazione allegata al presente provvedimento, e del quale costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara ed i seguenti allegati:

Allegato 1 – Domanda di partecipazione

Allegato 2 – Dettaglio Fornitura

Allegato 2 – Dettaglio Fornitura

Allegato 3 – Capitolato tecnico

Allegato 4 – Criteri di valutazione

Allegato 5 – Schema Offerta Tecnica_ Caratteristiche Minime

Allegato 6 – Schema offerta economica

Allegato 7 – Scheda fornitore

Allegato 8 – Schema contratto

Allegato 9 – Patto integrità

Allegato 10 – Modulo pagamento bollo

Allegato 11 – Pattuizioni sul trattamento dei dati personali

Allegato 12 – Informativa Privacy

Allegato 13 – Scheda prodotti

Allegato 14 – Schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale)

di individuare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, la dr.ssa Cristina Franco Responsabile Unico di Progetto, il Dott. Vittorio Santoriello, quale Responsabile della fase di affidamento, la dr.ssa Silvia Caldarini, quale Responsabile della fase di esecuzione e il Dott. Claudio Pisanelli quale il Direttore dell'Esecuzione;

di prevedere che la nomina della Commissione giudicatrice sarà disposta, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, con successivo atto da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;

di approvare, altresì, il quadro economico ed il prospetto incentivi di cui alle premesse;

di prevedere che la spesa complessiva derivante dall'aggiudicazione della procedura di gara, indetta con il presente atto, ed il relativo impegno verranno determinati con successivo provvedimento;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE



Area del Farmaco

UOSD Pianificazione Acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari

Prot. n. 41100 del 07/03/25

Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco

e p.c. Direttore Amministrativo Aziendale
Dott. Francesco Quagliariello

Direttore Dipartimento Tecnico
Patrimoniale
Dott.ssa Paola Brazzoduro

Direttore UOC Ingegneria Clinica
Ing. Silvia Sergio

Oggetto: Richiesta indizione procedura aperta per la fornitura di Dispositivi Medici per le esigenze del Servizio di Elettrofisiologia

Si chiede l'indizione di una procedura aperta avente ad oggetto la fornitura triennale con eventuale rinnovo di 12 mesi, di Dispositivi Medici per Elettrofisiologia indispensabili per assicurare l'attività assistenziale ai pazienti in carico alla ASL Roma 1.

Si trasmette a tal fine il fabbisogno annuale dei prodotti richiesti con l'indicazione del prezzo unitario di base d'asta e l'importo previsto per ciascun lotto, nonché la relativa modalità di esecuzione contrattuale. In particolare per alcuni lotti specificati, viene richiesta la selezione dei contraenti per la conclusione di un Accordo Quadro con 4 Operatori Economici (OE) senza la fissazione delle quantità, così come dettagliato nel Capitolato Tecnico.

L'importo complessivo annuale a base d'asta della gara è di € 2.336.050,80 iva esclusa e l'aggiudicazione dovrà avvenire secondo quanto riportato nel Dettaglio Fornitura ovvero in base al criterio del minor prezzo oppure in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. La valutazione pertanto dovrà prevedere l'assegnazione di 70 punti per l'offerta tecnica, attribuiti sulla base di specifici criteri di valutazione, e 30 punti per l'offerta economica.

In allegato alla presente si inviano:



- ✓ Fabbisogno annuale Dispositivi Medici per Elettrofisiologia (Allegato 1);
- ✓ Criteri di valutazione qualitativa (Allegato 2);
- ✓ I punti che dovranno costituire parte integrante del Capitolato Tecnico/disciplinare di gara per garantire la corretta ed appropriata esecuzione del contratto (ALLEGATO 3).

I lotti per cui è prevista la campionatura sono indicati nell'allegato 1 con la specifica del numero di pezzi da consegnare. La Commissione giudicatrice potrà inoltre richiedere ulteriore campionatura laddove ne ravveda necessità, secondo quanto indicato all'allegato 3.

Si precisa che nell'anno 2024 sono stati acquistati ed utilizzati DM per un impatto economico di €1.800.000,00 e l'importo annuale fissato come base d'asta di € 2.336.050,80 deriva da un aumento dei prezzi unitari al fine di consentire il ribasso agli O.E..

Il DEC individuato per tale procedura è il Dott. Claudio Pisanelli, Dirigente Farmacista UOC Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco.

Cordiali saluti.

Il Direttore
UOSD Pianificazione Acquisti
e Monitoraggio Spesa Beni Sanitari
Dott.ssa Silvia Caldarini

Il Direttore
Area del Farmaco
Dott.ssa Roberta Pavan



Area del Farmaco

UOSD Pianificazione Acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari

Prot. n° *60669* del *07/04/25*

Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

e p.c. Direttore Amministrativo ASL Roma 1
Dott. Francesco Quagliariello

Direttore Area del Farmaco
Dott.ssa Roberta Pavan

Oggetto: Vs nota prot. 45296 del 13.03.2025 – richiesta attivazione procedura aperta, finalizzata all'affidamento della fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

A seguito della nota in oggetto e ad un confronto con gli specialisti, si chiede di indicare negli atti di gara che per i lotti in accordo quadro (dal lotto 1 al lotto 17) le ditte ammesse saranno 4 e che sarà garantita ad ognuna di esse una quota minima di acquisto pari al 15% del fabbisogno indicato nel prospetto di gara.

Si conferma che la valutazione dovrà prevedere l'assegnazione di 70 punti per l'offerta tecnica, attribuiti sulla base di specifici criteri di valutazione, e 30 punti per l'offerta economica.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore
UOSD Pianificazione Acquisti e
Monitoraggio Spesa Beni Sanitari
Dott.ssa Silvia Caldarini

ALLEGATO 1_DETAGLIO FORNITURA "DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA"

Lotto	Descrizione Lotto	Caratteristiche tecniche	Modalità di esecuzione contrattuale (Accordo Quadro o Aggiudicazione)	Campionatura Richiesta	Criteri di aggiudicazione	Fabbisogno annuale	Base d'asta	Importo annuale a Base d'Asta
1	Elettrocateri diagnostici quadripolari e decapolari per studi elettrofisiologici a curva fissa	Elettrocateri diagnostici quadripolari e decapolari per studi elettrofisiologici a curva fissa con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Disponibilità da 6 Fr; 2. Disponibilità varie curvature per anatomie complesse; 3. Corpo in blend di poliuretani, pebax o materiale analogo; 4. Disponibilità modelli con diverse spaziatura interelettrode.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	230	170,00 €	39.100,00 €
2	Elettrocateri diagnostici quadripolare e decapolari orientabili	Elettrocateri diagnostici quadripolare e decapolari orientabili, in poliuretano, pebax o materiale analogo, con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Diametro minimo 6 Fr; 2. Manipolo a pistone di tipo Push-Pull o Rotazionale; 3. Elettrodi in platino e/o platino-iridio.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	300	360,00 €	108.000,00 €
3	Elettrocateri diagnostici decapolari orientabili, monodirezionali, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica	Elettrocateri diagnostici decapolari orientabili, monodirezionali, in poliuretano, pebax o materiale analogo, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica, con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Diametro minimo 7 Fr; 2. Manipolo a pistone di tipo Push-Pull o Rotazionale; 3. Presenza di sensore magnetico compatibile con sistema di ricostruzione elettroanatomica.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	80	800,00 €	64.000,00 €
4	Elettrocateri circolari multipolari, per il mappaggio delle vene polmonari, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica	Elettrocateri circolari multipolari, per il mappaggio delle vene polmonari, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica. Caratteristiche minime: 1. Diametro minimo 7 Fr; 2. Disponibilità di diversi diametri/diametro variabile; 3. Meccanismo orientamento meccanico micrometrico bidirezionale o push and pull.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	6	900,00 €	5.400,00 €
5	Elettrocateri multipolari per mappaggio ad alta densità, curva attiva, dotati di almeno 14 elettrodi, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica	Elettrocateri multipolari per mappaggio ad alta densità, curva attiva, dotati di almeno 14 elettrodi, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica, con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Corpo catetere max 8.5 Fr; 2. Meccanismo di orientamento meccanico micrometrico o push and pull.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	45	1.900,00 €	85.500,00 €
6	Elettrocateri per mappaggio ad alta densità con tecnologia contact e sensore magnetico, compatibili con sistema di mappaggio elettromagnetico delle camere cardiache	Elettrocateri per mappaggio ad alta densità con tecnologia contact e sensore magnetico, compatibili con sistema di mappaggio elettromagnetico delle camere cardiache. Caratteristiche minime: 1. Elettrocaterere mappante con numero minimo di 20 poli; 2. Corpo del catetere max 8,5 Fr; 3. Presenza di sensore magnetico per compatibilità con sistema di mappaggio.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	115	3.000,00 €	345.000,00 €
7	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica. Caratteristiche minime: 1. Manipolo push and pull o micrometrico bidirezionale a bilanciere; 2. Possibilità di diverse curve; 3. Corpo dell'elettrocaterere in poliuretano o materiale similare. Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'elettrocaterere, laddove la ditta aggiudicataria le abbia disponibili.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	20	2.400,00 €	48.000,00 €

8	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5mm o 4 mm o 4,5mm, fori multipli, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	160	2.600,00 €	416.000,00 €	Si richiedono in comodato d'uso gratuito generatori di radiofrequenza possibilmente con piastre necessarie per utilizzo dell'etrotcatere, eventuale sistema di mappaggio e pompa peristaltica comprensiva di deflussori dedicati	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	160	2.600,00 €	416.000,00 €
9	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm con microelettrodi in punta, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica e relativi cavi di connessione.	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	35	3.000,00 €	105.000,00 €	Si richiedono in comodato d'uso gratuito generatori di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'etrotcatere e pompa peristaltica comprensiva di deflussori dedicati.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	35	3.000,00 €	105.000,00 €
10	Elettrocateri per crioblazione focale, quadrupolari con punta da 4 mm e 8 mm di connessione.	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	5	3.500,00 €	17.500,00 €	Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di crioblazione.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	5	3.500,00 €	17.500,00 €
11	Elettrocateri orientabili a pallone per crioblazione per vene polmonari	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	5	5.000,00 €	25.000,00 €	Elettrocateri orientabili a pallone per crioblazione per vene polmonari con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Introduttore orientabile dedicato; 2. Cateere di mappaggio circolare provvisto di minimo 8 elettrodi. Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di crioblazione.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	5	5.000,00 €	25.000,00 €
12	Elettrocateri multielettrodo per ablazione con tecnologia elettropresi per isolamento delle vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale, comprensivo di introduttore deflettibile e relativi cavi di connessione.	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	60	7.000,00 €	420.000,00 €	Elettrocateri multielettrodo per ablazione con tecnologia elettropresi per isolamento delle vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale, comprensivo di introduttore deflettibile e relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Elettrocatero multielettrodo. Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore a radiofrequenza per lo svolgimento della procedura e relativi sistemi di connessione.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	60	7.000,00 €	420.000,00 €
13	Elettrocateri esofagei dotati di sensori per monitoraggio della temperatura esofagea	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	10	700,00 €	7.000,00 €	Elettrocateri esofagei dotati di sensori per monitoraggio della temperatura esofagea con relativi cavi di connessione. Si richiede macchinario per controllo temperatura in comodato d'uso gratuito.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	10	700,00 €	7.000,00 €
14	Sonde ecografiche intracardiache	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	110	2.850,00 €	313.500,00 €	Sonde ecografiche intracardiache per la visualizzazione delle strutture endocardiche in alta risoluzione a 360° del piano ortogonale al trasduttore. Caratteristiche minime: 1. Diametro massimo 10 Fr; 2. Visualizzazione delle strutture endocardiche in alta risoluzione. Si richiede in dotazione macchinario in comodato d'uso gratuito.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	110	2.850,00 €	313.500,00 €
15	Kit per puntura transettale con guida a radiofrequenza	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	60	1.500,00 €	90.000,00 €	Kit per puntura transettale con guida a radiofrequenza ed introduttore dedicato steerable. Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'etrotcatere, laddove la ditta aggiudicataria le abbia disponibili.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	60	1.500,00 €	90.000,00 €
16	Kit per puntura transettale costituiti da introduttore ed ago	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	20	400,00 €	8.000,00 €	Kit per puntura transettale costituito da introduttore ed ago. Caratteristiche minime: 1. Diametro minimo 8,5 Fr; 2. Lunghezza ago minima da 71 cm; 3. Materiale corpo ago acciaio inossidabile.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	20	400,00 €	8.000,00 €
17	Sistemi di patch esterni di riferimento da applicare al paziente per compatibilità con sistema di mappaggio elettromagnetico ed ablazione con possibilità di effettuare la ricostruzione della geometria 3D	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	250	600,00 €	150.000,00 €	Sistemi di patch esterni di riferimento da applicare al paziente per compatibilità con sistema di mappaggio elettromagnetico ed ablazione con eventuale possibilità di effettuare la ricostruzione della geometria 3D delle camere cardiache. Caratteristiche minime: 1. Presenza di almeno 6 elettrodi di superficie per registrazione di segnali per riferimento del sistema di mappaggio. Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di mappaggio per l'utilizzo del Patch e relativi sistemi di connessione.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	250	600,00 €	150.000,00 €

Prt. n. 1110/2025 del 07/03/2025 ASL Roma 1 18	Sistemi introduttori HBP per la stimolazione definitiva del fascio di His Caratteristiche minime: 1. Disponibilità di diverse curve e lunghezze; 2. Compatibilità del sistema con la maggior parte degli elettrocateri disponibili sul mercato.	Aggiudicazione	2 pezzi	Offerta economicamente più vantaggiosa	10	600,00 €	6.000,00 €	
19	Introduttori steerable per il posizionamento di elettrocateri per accesso al sistema vascolare per via transettale Caratteristiche minime: 1. Lume interno da 8,5 Fr e lunghezza da 700 a 900 mm ca; 2. Disponibilità di diversi tipi di curve.	Aggiudicazione	2 pezzi	Offerta economicamente più vantaggiosa	15	600,00 €	9.000,00 €	
20	Introduttori steerable per il posizionamento di elettrocateri per accesso al sistema vascolare per via transettale compatibili e visualizzabili su Sistema di mappaggio 3D Caratteristiche minime: 1. Diametro massimo 12 Fr; 2. Disponibilità di diversi tipi di curve.	Aggiudicazione	2 pezzi	Offerta economicamente più vantaggiosa	20	750,00 €	15.000,00 €	
21	Introduttori per cateteri angiografici valvolati con dilatatore realizzato in polietilene e miniguida, disponibili nei calibri da 4 a 11 F, con sistema di blocco di sicurezza. Caratteristiche minime: 1. Miniguida in acciaio punta J, lunghezza almeno 45 cm; 2. Lunghezza della cannula circa 11 cm.	Aggiudicazione	2 pezzi	Offerta economicamente più vantaggiosa	1.200	15,00 €	18.000,00 €	
22	Piastre radiotrasparenti monouso, multifunzione per shock transtoracico e stimolazione cardiaca transcutanea Caratteristiche minime: 1. Radiotrasparenza; 2. Adesività alla cute del paziente; 3. Certificate in classe IIb.	Aggiudicazione	NO	Minor Prezzo	800	20,00 €	16.000,00 €	
23	Piastre dispersive per elettrochirurgia radiotrasparenti monouso senza cavetto, compatibili con tutti i generatori presenti sul mercato	Aggiudicazione	NO	Minor Prezzo	500 1.500	0,70 € 0,80 €	1.850,80 €	
24	Soluzione antimicrobica	Aggiudicazione	NO	Minor Prezzo	30	250,00 €	7.500,00 €	
25	Dispositivo emostatico completamente assorbibile	Aggiudicazione	2 pezzi per misura	Offerta economicamente più vantaggiosa	30 50	165,00 € 215,00 €	15.700,00 €	
							2.336.050,80 €	

ALLEGATO 2_CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA

LOTTO 1 - Elettrocateri diagnostici quadripolari e decapolari per studi elettrofisiologici a curva fissa con relativi cavi di connessione

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tenuta della curva	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla resistenza della punta dell'elettrocateri alla deformazione durante utilizzo	20
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocateri e al rapporto di torsione della punta	20
Disponibilità modello esa e octapolare	T	2 modelli= 15 punti; 1 modello= 5 punti; NO= 0 punti	15
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15

LOTTO 2 - Elettrocateri diagnostici quadripolare e decapolari orientabili, in poliuretano, pebax o materiale analogo, con relativi cavi di connessione

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tipologia del meccanismo di orientamento	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla tipologia del meccanismo di orientamento dell'elettrocateri	15
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocateri e al rapporto di torsione della punta	20
Disponibilità modello esa e octapolare	T	2 modelli= 15 punti; 1 modello= 5 punti; NO= 0 punti	15
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	10
Disponibilità modelli con diverse spaziatura interelettrodiche	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla disponibilità di spaziature interelettrodiche maggiormente appropriate alla tipologia di pazienti trattati	10

LOTTO 3 - Elettrocateri diagnostici decapolari orientabili, monodirezionali, in poliuretano, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica, con relativi cavi di connessione

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tenuta della curva	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla resistenza della punta dell'elettrocateri alla deformazione durante utilizzo	15
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocateri e al rapporto di torsione della punta	20
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15
Disponibilità modelli con diverse spaziatura interelettrodiche	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla disponibilità di spaziature interelettrodiche maggiormente appropriate alla tipologia di pazienti trattati	20

LOTTO 4 - Elettrocateri circolare multipolare, per il mappaggio delle vene polmonari, compatibile e visualizzabile con sistema di ricostruzione elettroanatomica

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tipologia del meccanismo di orientamento	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla tipologia del meccanismo di orientamento dell'elettrocateri	15
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocateri e al rapporto di torsione della punta	15
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	20
Presenza di sensore magnetico compatibile con sistema di ricostruzione elettroanatomica	T	SI= 20 punti; NO= 0 punti	20

LOTTO 5 - Elettrocateri multipolari per mappaggio ad alta densità, curva attiva, dotati di almeno 14 elettrodi, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica, con relativi cavi di connessione

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tenuta della curva	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla resistenza della punta dell'elettrocateri alla deformazione durante utilizzo	15
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocateri e al rapporto di torsione della punta	20
Numero di elettrodi	T	14<N<20= 5 punti; N≥20= 15 punti	15
Disponibilità di sistema di lavaggio continuo dell'elettrocateri	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10
Presenza di sensore magnetico compatibile con sistema di ricostruzione elettroanatomica	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10

LOTTO 6 - Elettrocateri per mappaggio ad alta densità con tecnologia contact e sensore magnetico, compatibili con sistema di mappaggio elettromagnetico delle camere cardiache

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Qualità di registrazione dei segnali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla qualità di rilevazione dei segnali	20

Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocaterere e al rapporto di torsione della punta	20
Caratteristiche tecniche della conformazione dell' elettrocaterere multielettrodo	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche tecniche relativamente alla conformazione dell'elettrocaterere	15
Disponibilità di presenza 64 elettrodi stampati su linguette per acquisizione del segnale ad alta densità	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
LOTTO 7 - Elettrocatereri ablatori a radiofrequenza con punta da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tenuta della curva	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla resistenza della punta dell'elettrocaterere alla deformazione durante utilizzo	20
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocaterere e al rapporto di torsione della punta	20
Tipologia di curvature disponibili	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla disponibilità di curvature maggiormente appropriate alla tipologia di pazienti trattati	15
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15
LOTTO 8 - Elettrocaterere ablatore a radiofrequenza con punta raffreddata di 3,5mm o 4 mm o 4,5 mm, fori multipli, compatibile con sistema di ricostruzione elettromagnetica e con relativi cavi di connessione			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Disponibilità di sensore di forza o di contatto utilizzabile con sistema di navigazione dedicato	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
Tipologia di curvature disponibili	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla tipologia di curve disponibili	20
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocaterere e al rapporto di torsione della punta	20
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15
LOTTO 9 - Elettrocatereri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm con microelettrodi in punta, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica e relativi cavi di connessione			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tenuta della curva	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla resistenza della punta dell'elettrocaterere alla deformazione durante utilizzo	25
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocaterere e al rapporto di torsione della punta	20
Sensore di forza con tecnologia a molla	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15
LOTTO 10 - Elettrocatereri per crioablazione focale, quadripolari con punta da 4 mm e 8 mm con relativi cavi di connessione			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tenuta della curva	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla resistenza della punta dell'elettrocaterere alla deformazione durante utilizzo	15
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocaterere e al rapporto di torsione della punta	15
Tipologie di curve disponibili	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla tipologia di curve disponibili	20
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	20
LOTTO 11 - Elettrocatereri orientabili a pallone per crioablazione per vene polmonari con relativi cavi di connessione			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tenuta della curva dell'introduttore	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla tenuta della curva dell'introduttore durante l'utilizzo	15
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocaterere e al rapporto di torsione della punta	15
Caratteristiche del sistema d'interfaccia ablazione	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla completezza delle informazioni mostrate sul video della console	20
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	20

PROGETTO 10/2015 del 10/03/2015
LOTTO 12 - Elettrodo per ablazione con tecnologia elettroporesi per isolamento delle vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale, comprensivo di introduttore deflettibile e relativi cavi di connessione

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Presenza di sensore magnetico per l'integrazione con sistema di mappaggio dedicato	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
Tipologia dell'onda energetica erogata (bipolare e/o bifasica)	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche del tipo di onda erogata	15
Possibilità di apertura superiore a 30 mm	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10
Caratteristiche tecniche dell'estremità dell'elettrocaterere	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dell'estremità dell'elettrocaterere	10
Corpo dell'introduttore trasparente	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10
Qualità materiale introduttore	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	10

LOTTO 13 - Elettrocateri esofagei dotati di sensori per monitoraggio della temperatura esofagea

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Atraumaticità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell'elettrocaterere	20
Disponibilità di almeno 7 sensori per monitoraggio della temperatura sul catetere	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	20
Compatibilità con crioblazione	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15

LOTTO 14 - Sonde ecografiche intracardiache con cavi di connessione

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Qualità immagini	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla qualità della visualizzazione delle cavità cardiache	20
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza della sonda	15
Stabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato	15
Compatibilità ed integrazione con il sistema di mappaggio	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	10

LOTTO 15 - Kit per puntura transettale con guida a radiofrequenza

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Guida con corpo isolato	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10
Disponibilità guida pigtail	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
Preformabilità della curva del dilatatore	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla preformabilità della curva del dilatatore	15
Caratteristiche dell'energia erogata	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dell'energia erogata	10
Disponibilità di più curve del dilatatore	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla disponibilità di curve del dilatatore	20

LOTTO 16 - Kit per puntura transettale costituiti da introduttore ed ago

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Disponibilità varie tipologie di curve	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla disponibilità di curvature maggiormente appropriate alla tipologia di pazienti trattati	20
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'introduttore	20
Atraumaticità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità della punta dell'introduttore	15
Disponibilità repere radiopaco	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15

LOTTO 17 - Sistemi di patch esterni di riferimento da applicare al paziente per compatibilità con sistema di mappaggio elettromagnetico ed ablazione

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Compatibilità del sistema composto da Patch e campo elettromagnetico con cateteri ablatori a radiofrequenza irrigati e non irrigati, con punta di varie dimensioni	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
Compatibilità del sistema con catetere a elettroporazione	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
Compatibilità del sistema composto da Patch e campo elettromagnetico con catetere diagnostico ad alta densità	T	SI= 25 punti; NO= 0 punti	20
Stabilità e fissaggio della Patch alla cute del paziente	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla facilità d'uso e capacità adesiva dei patch	20

LOTTO 18 - Sistemi introduttori HBP per la stimolazione definitiva del fascio di His

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Disponibilità diverse curve	T	N≤3= 5 punti; N>3= 10 punti	10
Atraumaticità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell'introduttore	10
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	20
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'introduttore	20
Compatibilità con elettrocaterete stilettabile	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10

LOTTO 19 - Introduttori Steerable per il posizionamento di elettrocaterete per accesso al sistema vascolare per via transtetale

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15
Tipologia del meccanismo di orientamento	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche del sistema di orientamento	20
Disponibilità modello bidirezionale	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'introduttore	20

LOTTO 20 - Introduttori Steerable per il posizionamento di elettrocaterete per accesso al sistema vascolare per via transtetale compatibili e visualizzabili su sistema di mappaggio 3D

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15
Tipologia del meccanismo di orientamento	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche del sistema di orientamento	15
Disponibilità modello bidirezionale	T	SI= 20 punti; NO= 0 punti	15
Atraumaticità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell'introduttore	10
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'introduttore	10

LOTTO 21 - Introduttori per cateteri angiografici valvolati con guaina di sterilità

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Atraumaticità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell'introduttore	20
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'introduttore	20
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15
Disponibilità di calibri	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla disponibilità di calibri offerti	15

LOTTO 25 - Dispositivo emostatico completamente assorbibile a base di collagene di origine bovina e gentamicina

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Caratteristiche del materiale	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche qualitative del materiale in termini di composizione e riassorbimento	20
Potere emostatico	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza del biotomo	15
Caratteristiche antimicrobiche	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla tipologia di antibiotico utilizzato come componente del dispositivo	15
Maneggevolezza e praticità d'uso	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo offerto in funzione della destinazione d'uso	10
Confezionamento	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche del confezionamento e della relativa facilità di apertura	10



ALLEGATO 3

**GARA A PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA
OCCORRENTI ALLA ASL ROMA 1**

PREMESSA

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per Elettrofisiologia, per le esigenze della ASL Roma 1, suddivisa in n. 25 lotti.

I quantitativi richiesti per ciascun lotto indicati nel Fabbisogno di gara (Allegato 1) sono da considerarsi meramente presuntivi e calcolati su dati storici delle attività dell'Azienda e su fabbisogni presuntivi futuri.

Le caratteristiche tecniche minime dei dispositivi oggetto della procedura sono elencate dettagliatamente nel documento denominato "Fabbisogno annuale per la fornitura di Dispositivi Medici per Elettrofisiologia".

Il presente Capitolato Tecnico descrive, inoltre, i servizi connessi alla fornitura dei dispositivi medici di cui all'oggetto che si intendono prestati dall'Aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima, pertanto l'ASL Roma 1 non corrisponderà all'Appaltatore alcun ulteriore prezzo.

Nel caso in cui la descrizione dei dispositivi oggetto dei Lotti identifichi un prodotto riconducibile in modo univoco ad un'Azienda produttrice, costituirà offerta valida ogni altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle richieste ed equivalenza nell'uso.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare, i prodotti qualificabili come dispositivi medici secondo la definizione di cui all'art. 2 del Regolamento Europeo 2017/745 (MDR) devono rientrare in uno dei casi di seguito richiamati:

- ✓ Essere dotati di dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745;
- ✓ Essere rispondenti alle definizioni di "legacy devices" e 'Old' devices (secondo la terminologia definita da MDCG 2021-13 rev.1). Per tali dispositivi devono considerarsi applicati i requisiti fissati dal MDR secondo MDCG 2021-25.

Per i dispositivi "legacy devices" e 'Old' devices" la data ultima per la messa a disposizione sul mercato è fissata al 26 maggio 2025. La mancata disponibilità di prodotti conformi al MDR dopo tale data determinerà la risoluzione del contratto.

I prodotti dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- essere corredati delle necessarie informazioni per garantire un'utilizzazione in totale sicurezza;
- per i prodotti soggetti a scadenza, avere, al momento della consegna, un periodo di validità residuo pari almeno a 2/3 dell'intero periodo di validità dei prodotti e comunque non inferiore a 24 mesi;
- essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni Lotto, dal presente Capitolato Tecnico e, in generale dalla documentazione di gara.

L'operatore economico dovrà indicare per ciascun dispositivo medico offerto:



a) codice CND (ULTIMO LIVELLO) - secondo i criteri individuati dalla Commissione Unica dei Dispositivi Medici (CUD), istituita dal DM del 12/02/2010 (GU n. 119 del 24/05/2010) e successive modifiche (DM del 07/10/2011, DM del 29/07/2013, DM 08/06/2016 e DM 13/08/2018);

b) la classificazione di rischio indicando la norma di riferimento.

c) numero di Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici per i DM commercializzati in Italia a partire dal 01/05/2007 (ai sensi del DM 21/12/2009), ove previsto, a tal fine si precisa che dovranno essere comunicate le avvenute registrazioni dei prodotti interessati nella banca dati Europea Dispositivi Medici EUDAMED, da attuarsi nei tempi e modi previsti dal MDR (MDR art 123(d,e)).

L'Azienda Sanitaria, sia ai fini dell'aggiudicazione, sia nel corso della validità contrattuale si riserva la facoltà di effettuare apposite verifiche sui materiali per controllare la corrispondenza degli stessi a quanto previsto nella documentazione di gara e nella scheda tecnica presentata dall'Appaltatore.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Ove non si faccia espressamente riferimento a misure fisiche, saranno ammesse misure diverse purché equivalenti per destinazione d'uso.

CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente anche al fine di garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto e stoccaggio.

L'etichetta dovrà riportare in lingua italiana tutte le informazioni previste dal punto 13.3 dell'allegato I al D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i.

I prodotti dovranno recare sull'imballaggio in modo leggibile e indelebile, eventualmente mediante codici generalmente riconosciuti, le indicazioni di seguito riportate.

Per quanto riguarda la sterilizzazione, per tutti i dispositivi medici messi a gara, quando è possibile, è preferibile la sterilizzazione a raggi gamma rispetto a quella ad ossido di etilene.

Imballaggio che assicura la sterilità

- Marcatura di conformità CE e codice identificazione del Notified Body
- Eventuale numero di repertorio
- Denominazione del dispositivo
- Codice prodotto, numero di Lotto
- Indicazione della data di scadenza
- Metodo di sterilizzazione
- Simbolo del monouso
- Destinazione d'uso
- Nome e indirizzo del fabbricante
- Indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione

Imballaggio commerciale

- Marcatura di conformità CE e codice identificazione del Notified Body

- Denominazione del dispositivo
- Codice prodotto, numero di Lotto
- Indicazione della data di scadenza
- Simbolo del monouso
- Destinazione del dispositivo
- Caratteristiche pertinenti per il suo impiego
- Nome e indirizzo del fabbricante
- Indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione
- Condizioni per il trasporto e il magazzinaggio del dispositivo

L'imballaggio dovrà essere gratuito, robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce che al mezzo di spedizione prescelto che ne dovrà garantire l'integrità finale.

Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

SERVIZIO DI CONSEGNA CONNESSO ALLA FORNITURA

Il servizio di consegna dei dispositivi medici oggetto della procedura dovrà essere prestato dall'Aggiudicatario di ciascun Lotto presso l'ASL Roma 1 agli indirizzi forniti al momento dell'ordine.

L'Azienda Sanitaria sottoscriverà, con l'Appaltatore di ciascun Lotto, un contratto di durata triennale, rinnovabile per un ulteriore periodo di 12 mesi, nel corso del quale l'Azienda Sanitaria medesima emetterà apposite richieste di consegna (ordini) nelle quali saranno specificate, di volta in volta, le quantità da consegnare ed il luogo di consegna.

Gli ordini saranno trasmessi a mezzo elettronico e disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche. Le consegne dei prodotti dovranno essere garantite entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e previa espressa comunicazione, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, l'Appaltatore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione.

In caso di impossibilità alla consegna nelle quantità e nei termini previsti, l'Aggiudicatario provvederà a dare tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria e, ove la stessa lo consenta, a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di dispositivi ordinata, concordando contestualmente un termine entro il quale dovrà avvenire la consegna della parte restante.

L'attività di consegna dei prodotti, si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dall'Azienda Sanitaria. In caso di consegna in bancali, gli stessi devono essere di tipo EUR e consegnati con messa a terra presso il magazzino indicato nell'ordine.

L'Appaltatore Aggiudicatario dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.



L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.), numero di riferimento dell'ordine, data dell'ordine, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato.

CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti dell'Azienda Sanitaria. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza quali-quantitativa tra materiale consegnato e documento di trasporto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dall'Azienda Sanitaria in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese del Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda Sanitaria procederà direttamente all'acquisto di eguali quantità e qualità della merce sul libero mercato, addebitando all'Appaltatore l'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora il Fornitore, durante la durata dei contratti di fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre ai DEC la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti (a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su end point clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza, documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento), l'Azienda Sanitaria sulla base delle indicazioni dei propri clinici, si riserva la facoltà di recedere motivatamente dai contratti.

VARIAZIONE DELLA NORMATIVA

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente procedura, l'aggiudicazione stessa verrà

sospesa. Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata dei contratti di fornitura, l'Azienda Sanitaria si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere gli stessi contratti.

VERIFICHE DELLA FORNITURA

L'Azienda Sanitaria svolgerà controlli periodici al fine di verificare che i prodotti consegnati siano rispondenti a quelli previsti dal presente Capitolato tecnico, a meno di variazioni autorizzate dal DEC del contratto. L'accertamento della non conformità per più di due volte comporta la risoluzione del contratto.

ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

APPARECCHIATURE IN SERVICE

Le apparecchiature, qualora previste per l'utilizzo dei dispositivi medici oggetto della gara e per l'esecuzione delle procedure chirurgiche, dovranno essere fornite in uso gratuito laddove richiesto, per tutta la durata contrattuale non concorrendo, pertanto, alla formulazione dell'offerta.

Sarà incluso nell'appalto anche il servizio di manutenzione in full risk delle apparecchiature fornite, per tutto il periodo relativo alla durata del contratto di service, a decorrere dalla data di emissione del certificato del collaudo.

L'attività di manutenzione che deve essere fornita dall'Aggiudicatario al Committente è di tipo "full risk", comprensiva cioè di intervento sul luogo, riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e prestazione di mano d'opera sulle apparecchiature.

La manutenzione oggetto dell'appalto è di due tipi:

MANUTENZIONE CORRETTIVA

L'intervento di manutenzione correttiva viene richiesto per ricondurre l'apparecchiatura nelle normali condizioni di operatività specificate dal produttore.

Qualora la riparazione abbia comportato la sostituzione di parti importanti, la ditta dovrà verificarne le condizioni generali di funzionalità e di sicurezza.

In caso di apparecchiatura con "parti accessorie guaste" o ferma, l'intervento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 8 ore solari dalla chiamata. Il tempo di risoluzione del guasto dovrà essere al massimo pari a 48 ore solari dalla richiesta.

In caso di guasto non riparabile entro le 48 ore solari dalla richiesta, dovrà essere fornita n. 1 apparecchiatura sostitutiva (muletto) di caratteristiche tecniche pari o superiori a quelle fornite nella presente procedura di gara.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA



Per tutta la durata del periodo di contratto, deve essere garantita anche la manutenzione programmata, al fine di garantire il corretto e ottimale funzionamento delle apparecchiature fornite. La cadenza delle visite di manutenzione dovrà essere semestrale.

Resta inteso che la data di effettuazione degli interventi dovrà essere concordata con il Committente.

Il tempo totale di fermo dell'apparecchiatura, calcolato come somma di quello impiegato per assistenza correttiva e quello per assistenza preventiva, non potrà superare i dieci giorni solari per ciascun anno.

REFERENTE DELL'APPALTATORE

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo email, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, salvo diverso accordo scritto con l'Azienda Sanitaria, ad eccezione di:

- giorni festivi
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio - seconda e terza settimana di agosto.

L'Azienda Sanitaria potrà rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

Al momento della sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dovrà individuare un proprio referente.

CAMPIONATURA

Le Ditte partecipanti dovranno fornire campionatura, laddove richiesto, nella tipologia e misura indicate nell'Allegato "Fabbisogno annuale per la fornitura di Dispositivi Medici per Elettrofisiologia". Nel caso in cui la Commissione giudicatrice, nel corso delle valutazioni delle offerte tecniche ravvisi ulteriori necessità, i concorrenti dovranno trasmettere all'Azienda Sanitaria la campionatura gratuita specificata di volta in volta dalla Commissione medesima, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.

I prodotti campione dovranno essere sterili, ove richiesto, ed avere un periodo di validità residuo non inferiore a 6 mesi.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

L'Appaltatore dovrà garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale medico, paramedico e tecnico, e garantire, per tutta la durata del Contratto, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI
MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA**

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSE

Con atto deliberativo n. ____ del _____, l'Azienda Sanitaria Roma 1 (in seguito: Asl Roma 1) ha deliberato di affidare la fornitura triennale di dispositivi medici per elettrofisiologia (CPV 33182000-9).

Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le altre informazioni relative all'appalto.

L'aggiudicazione avverrà lotto per lotto mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (70/30).

Il termine massimo di durata della procedura, dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE alla data del provvedimento di aggiudicazione, è fissato in mesi 9, fatte salve le sospensioni e proroghe motivate consentite dalla legge.

Il luogo di svolgimento della fornitura è Roma codice NUTS: ITI43.

Il Responsabile unico del progetto è il _____, email: [@aslroma1.it](mailto:_____@aslroma1.it).

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Vittorio Santoriello, email: vittorio.santoriello@aslroma1.it.

La finalità della presente procedura è quella di garantire l'approvvigionamento di dispositivi di qualità in linea con prezzi di mercato, in modo da soddisfare le esigenze delle strutture destinatarie della fornitura in trattazione relativamente alla manualità, contesto operativo, volume di attività, e garantire allo stesso tempo la qualità e sicurezza nell'erogazione delle prestazioni.

PIATTAFORMA TELEMATICA

UTILIZZO PIATTAFORMA

Per l'espletamento della presente gara la stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA (in seguito "Sistema") accessibile al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (in seguito "Sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente

Disciplinare di gara e nelle guide accessibili all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-impres> (di seguito "Guide").

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema e avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e diligenza professionale.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo al Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide.

In caso di mancato o malfunzionamento del Sistema, anche laddove non sia possibile accertarne la causa, la stazione appaltante può disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte per il tempo necessario a ripristinarne la normale operatività, per una durata proporzionale a quella del mancato o non corretto funzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sito sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il Sistema è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONE TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e

nelle Guide che regolano il funzionamento e l'utilizzo del Sistema ed almeno disporre di un:

personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sito;

sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), i cui dettagli sono reperibili all'indirizzo: <https://www.spid.gov.it/> o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero, quali la CIE (Carta di identità elettronica), la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o, per gli operatori economici esteri, mediante autenticazione sul sistema IAM regionale.

domicilio digitale presente nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali – INI-PEC o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 (in seguito “Reg. eIDAS”);

certificato di firma digitale, in corso di validità, intestato al legale rappresentante dell'operatore economico o suo delegato, rilasciato da:

un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AGID;

un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Reg. eIDAS;

un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, se il certificatore possiede i requisiti previsti dal Reg. eIDAS ed è qualificato in uno stato membro ovvero se il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Reg. eIDAS, ovvero se il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere al Sistema.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate direttamente al gestore della piattaforma telematica mail: supporto.stella@regione.lazio.it. Telefono: 06.99.77.44.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

Disciplinare di gara;

Allegato 1 – Domanda di partecipazione;

Allegato 2 – Dettaglio Fornitura

Allegato 3 – Capitolato tecnico;

Allegato 4 – Criteri di valutazione;

Allegato 5 – Schema Offerta Tecnica_ Caratteristiche Minime;

Allegato 6 – Schema offerta economica;

Allegato 7 – Scheda fornitore

Allegato 8 – Schema contratto;

Allegato 9 – Patto integrità;

Allegato 10 – Modulo pagamento bollo;

Allegato 11 – Pattuizioni sul trattamento dei dati personali;

Allegato 12 – Informativa Privacy;

Allegato 13 – Scheda prodotti;

Allegato 14 – Schema dichiarazioni concordato preventivo (eventuale);

Si precisa che l'allegato 8 e gli allegati relativi alla Privacy (11 e 12) dovranno essere predisposti solo in sede di aggiudicazione e al momento della stipula del contratto e che **l'accettazione del patto di integrità è riportata nella domanda di partecipazione.**

La documentazione di gara è disponibile al sotto indicato indirizzo:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in> scadenza, all'interno del dettaglio del bando "aperto" concernente la procedura di gara (di seguito "Sezione bando aperto").

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 12.00 della data indicata a Sistema in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma

Non verranno prese in considerazione e forniti riscontri alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate ed oltre il termine predetto.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese le comunicazioni di cui all'art.90 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), avvengono tramite la funzionalità "Comunicazioni", accessibile

all'interno del Sistema ovvero, tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale o alla Sezione bando aperto o all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-scaduti> all'interno del dettaglio del Bando "in corso" (di seguito "Sezione bando in corso") concernente la procedura di gara. Il Sistema invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

A tale scopo gli operatori economici sono tenuti a tenere aggiornato il domicilio digitale o l'indirizzo di servizio informatico indicato in sede di registrazione al Sistema. Se l'operatore economico non è presente nell'INI-PEC, elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito "Contratto di rete") o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila. In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane e di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è composto da n. 25 lotti distinti riportati nel dettaglio nell'Allegato 2 – Dettaglio Fornitura.

L'importo triennale a base di gara è pari a 7.008.152,40 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Lotto	Descrizione Lotto	Importo triennale a Base d'Asta
1	Elettrocateri diagnostici quadripolari e decapolari per studi elettrofisiologici a curva fissa	117.300,00 €
2	Elettrocateri diagnostici quadripolare e decapolari orientabili	324.000,00 €
3	Elettrocateri diagnostici decapolari orientabili, monodirezionali, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica	192.000,00 €

4	Elettrocateri circolari multipolari, per il mappaggio delle vene polmonari, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica	16.200,00 €
5	Elettrocateri multipolari per mappaggio ad alta densità, curva attiva, dotati di almeno 14 elettrodi, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica	256.500,00 €
6	Elettrocateri per mappaggio ad alta densità con tecnologia contact e sensore magnetico, compatibili con sistema di mappaggio elettromagnetico delle camere cardiache	1.035.000,00 €
7	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica	144.000,00 €
8	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5mm o 4 mm o 4,5mm, fori multipli, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica	1.248.000,00 €
9	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm con microelettrodi in punta, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica	315.000,00 €
10	Elettrocateri per crioablazione focale, quadripolari con punta da 4 mm e 8 mm	52.500,00 €
11	Elettrocateri orientabili a pallone per crioablazione per vene polmonari	75.000,00 €
12	Elettrocateri multielettrodo per ablazione con tecnologia elettroporesi per isolamento delle vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale	1.260.000,00 €
13	Elettrocateri esofagei dotati di sensori per monitoraggio della temperatura esofagea	21.000,00 €
14	Sonde ecografiche intracardiache	940.500,00 €
15	Kit per puntura transettale con guida a radiofrequenza	270.000,00 €
16	Kit per puntura transettale costituiti da introduttore ed ago	24.000,00
17	Sistemi di patch esterni di riferimento da applicare al paziente per compatibilità con sistema di mappaggio elettromagnetico ed ablazione con possibilità di effettuare la ricostruzione della geometria 3D	450.000,00 €
18	Sistemi introduttori HBP per la stimolazione definitiva del fascio di His	18.000,00 €
19	Introduttori steerable per il posizionamento di elettrocateri per accesso al sistema vascolare per via transettale	27.000,00 €
20	Introduttori steerable per il posizionamento di elettrocateri per accesso al sistema vascolare per via transettale compatibili e visualizzabili su Sistema di mappaggio 3D	45.000,00 €
21	Introduttori per cateteri angiografici valvolati con guaina di sterilità	54.000,00 €

22	Piastre radiotrasparenti monouso, multifunzione per shock transtoracico e stimolazione cardiaca transcutanea	48.000,00 €
23	Piastre dispersive per elettrochirurgia radiotrasparenti monouso senza cavetto, compatibili con tutti i generatori presenti sul mercato	5.552,40 €
24	Soluzione antimicrobica	22.500,00 €
25	Dispositivo emostatico completamente assorbibile	47.100,00 €

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura di gara e in assenza di rischi da interferenza, si ritiene infatti non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare anche parzialmente per singoli lotti, previa rinegoziazione delle condizioni economiche per una durata pari a 12 mesi per un importo presunto di € 2.336.050,80 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 10.512.228,60 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

DURATA

La durata dell'affidamento (escluse le eventuali opzioni) è pari a 36 mesi e si intende decorrente dalla data di emissione degli ordinativi di Fornitura per i Lotti da aggiudicarsi in Accordo Quadro (specificati nell'Allegato 2 – Fabbisogno di gara), mentre la data decorre dalla stipula del contratto di fornitura per i Lotti 18,19,20,21,22,23,24 e 25. La fornitura è effettuata secondo le modalità e i tempi riportati nel Capitolato Tecnico. Per i Lotti i quali è previsto l'accordo quadro, l'aggiudicazione avverrà per singolo Lotto a favore dei concorrenti che si saranno classificati ai primi quattro posti nella

graduatoria definitiva di gara, per una percentuale minima pari al 15% per ciascun aggiudicatario,

Tale percentuale rimane anche nel caso in cui gli affidatari siano inferiori a 4. La restante percentuale verrà assegnata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante in corso di emissione degli ordinativi di fornitura.

Tale modalità consentirà ai Clinici di scegliere, per casi specifici, il dispositivo medico in funzione delle singole esigenze del paziente, a prescindere dalla collocazione in graduatoria dell'operatore economico, che, come innanzi specificato, si sarà posizionato tra i primi quattro della graduatoria finale di gara.

Il valore complessivo triennale di base d'asta di ogni Lotto rappresenta il valore massimo spendibile, secondo i prezzi di aggiudicazione. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ciascun Fornitore si impegna ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura con la Asl Roma 1 fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile.

Per i Lotti 18,19,20,21,22,23,24 e 25 l'aggiudicazione avverrà, per singolo Lotto, a favore del concorrente che si sarà classificato primo nella graduatoria definitiva di gara con il quale l'Azienda stipulerà un contratto di fornitura per 36 mesi decorrente dalla data di stipulazione dello stesso, che si intenderà concluso anche prima della scadenza temporale qualora il fabbisogno fosse utilizzato interamente prima di tale data, salvo il differimento contrattuale nel caso di avanzo di budget alla scadenza temporale dei contratti/AQ.

L'Asl Roma 1 si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Asl Roma 1 medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si tiene conto dell'indice ISTAT FOI Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESCUZIONE

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'affidatario almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in riferimento ad un determinato lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso lotto.

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sul corretto svolgimento della procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 sono cause di esclusione automatica, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali

definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n.

165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITÀ'

A) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ' TECNICA E PROFESSIONALE

Non richiesti

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

possedere i requisiti previsti dall'articolo Errore: sorgente del riferimento non trovata e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci

giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

GARANZIA FIDEIUSSORIA

Per i lotti di importo inferiore a € 40.000,00 **non** è richiesta garanzia provvisoria ed alcun impegno a costituire la garanzia definitiva.

Per tutti gli altri lotti l'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria pari al 2% del valore **complessivo** del lotto medesimo. Si specifica che l'importo della garanzia è ridotto fino del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo dell'articolo 106, comma 8 del Codice, quando l'operatore economico posseda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'[allegato II.13](#).

Il valore complessivo dei lotti, incluso le opzioni di rinnovo annuale e proroga semestrale al quale far riferimento per l'importo della garanzia provvisoria, è così determinato :

Lotto	Importo complessivo del lotto
1	175.950,00 €
2	486.000,00 €
3	288.000,00 €
5	384.750,00 €
6	1.552.500,00 €
7	216.000,00 €
8	1.872.000,00 €
9	472.500,00 €
10	78.750,00 €
11	112.500,00 €
12	1.890.000,00 €
14	1.410.750,00 €
15	405.000,00 €
17	675.000,00 €
19	40.500,00 €
20	67.500,00 €
21	84.000,00 €
22	72.000,00 €
25	70.650,00 €

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende

eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall' Allegato II. 13. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle predette riduzioni, Il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione delle certificazioni e inserisce copie delle certificazioni.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: ROMAITRRXXX conto intestato Asl Roma 1.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie- finanziarie/](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/)

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti- non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato [https://www.anticorruzione.it/-/garanzie- finanziarie](https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie)

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le

imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

SOPRALLUOGO

Non previsto.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in secondo le modalità

di cui alla Delibera n.584 del 19/2023. Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto per i seguenti Lotti:

Lotto	Importo complessivo del lotto	Importo contributo ANAC
1	175.950,00 €	€ 18,00
2	486.000,00 €	€ 33,00
3	288.000,00 €	€ 18,00
5	384.750,00 €	€ 33,00
6	1.552.500,00 €	€ 77,00
7	216.000,00 €	€ 18,00
8	1.872.000,00 €	€ 77,00
9	472.500,00 €	€ 33,00
12	1.890.000,00 €	€ 77,00
14	1.410.750,00 €	€ 77,00
15	405.000,00 €	€ 33,00
17	675.000,00 €	€ 77,00

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **indicato a Sistema** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso fino all'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo il termine di presentazione dell'offerta stabilito. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato sul Sistema.

Fino al termine fissato per la presentazione delle offerte, l'operatore economico ha facoltà di inserire sul Sistema offerte successive sostitutive della precedente, ritirare l'offerta presentata. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la stessa non comporti presentazione

di nuova offerta o sua modifica sostanziale e che resti comunque assicurato l'anonimato.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non raccoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta, indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Il Sistema accetta files con i seguenti formati p7m, .pdf, .7-zip, .rar, .zip.

Si invitano gli OO.EE. a nominare i file con descrizioni brevi, evitando descrizioni eccessivamente lunghe.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione integrata dal DGUE da compilare a Sistema;
- 2) eventuale procura;
- 3) garanzia provvisoria laddove previsto;
- 4) ricevuta comprovante il pagamento del contributo ANAC laddove previsto;
- 5) Ricevuta del pagamento elettronico dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 assolta tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, del bonifico bancario effettuato tramite codice Iban IT07Y0100003245348008120501, specificando nella causale denominazione, codice fiscale e procedura di gara, ovvero utilizzo dell'allegato 9 con allegata copia del contrassegno in formato pdf.

7) eventuale schema di dichiarazione di concordato preventivo.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o

provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente riporta:

il CCNL applicato con il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del d.l. 76/2020 – l. 120/2020

– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

– di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

– di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

– di accettare il patto di integrità;

– per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione (All. 9) contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

la dichiarazione di avvalimento;

il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

OFFERTA TECNICA

N.B. La documentazione presentata nella busta "Offerta Tecnica" dovrà essere priva di qualsiasi dato sensibile (data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ecc. ecc.) e di documenti di identità, sostituiti, ad oggi, con la firma digitale.

La busta "Offerta tecnica" deve contenere i seguenti documenti, da allegare sul SISTEMA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma ST.TEL.LA.

- 1) Schede tecniche del produttore in lingua italiana, che devono riportare, per ogni prodotto offerto (indicare in ogni scheda il numero dell'oggetto ed il relativo riferimento di prodotto, ove presente), le caratteristiche tecniche, la destinazione d'uso, i materiali di produzione, l'eventuale descrizione grafica (immagine del prodotto), le misure, il confezionamento, corredate da quant'altro necessario ad una adeguata valutazione;
- 2) Documentazione contenente le seguenti informazioni:

2.1 Codice CND (classificazione nazionale dei dispositivi);

2.2. Numero identificativo del dispositivo nel Repertorio del Ministero della Salute, ove previsto. Nel caso di mancata dichiarazione del numero di Repertorio, visti gli obblighi delle Aziende Sanitarie di ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, si richiede dichiarazione sottoscritta del produttore di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione al Ministero della Salute previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46.

- 3) Una Relazione Tecnica, suddivisa in sezioni redatta in lingua italiana, che sia coerente con quanto previsto nel Capitolato allegato al presente Disciplinare e che contenga: gli elementi propri della fornitura offerta in risposta ai criteri minimi e ai criteri di valutazione, con diretto riferimento alla parte della doc. Tecnica (nome doc e numero pagina) che comprovi il possesso di quel determinato elemento o qualità, fornendo in tal modo tutti gli elementi e documentazione ritenuta utile per effettuare una completa e corretta valutazione dell'offerta tecnica .

La relazione dovrà prevedere, altresì, per i lotti che richiedono la strumentazione in comodato d'uso , un piano contenente la descrizione delle modalità di erogazione del Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica, descrizione delle modalità di formazione del personale;

- 4) Dichiarazione di latex free, per tutti i lotti, o in alternativa, comprova che sarà presente la stampigliatura equivalente sulla confezione primaria e/o secondaria;
- 5) Allegato 7 – Scheda fornitore (da compilare esclusivamente per i Lotti che prevedono la fornitura in comodato d'uso di apparecchiature elettromedicali);
- 6) Ogni altro elemento utile necessario per comprendere le caratteristiche dell'offerta e attribuire il relativo punteggio;
- 7) Eventuali segreti tecnici e commerciali;
- 8) Allegato 12 - Scheda prodotti, compilata con l'indicazione dettagliata dei dati richiesti per ciascun riferimento dell'oggetto/componente del Lotto. A tal fine, nel file di Excel, si possono aggiungere tante righe quante

necessarie sotto alle descrizioni generiche dei componenti. Tale allegato, pena esclusione, deve essere presentato e compilato e **privo di qualunque indicazione di tipo economico, pena la nullità dell'offerta e l'esclusione dell'operatore per il lotto interessato.**

I documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Fatta eccezione per le attestazioni relative alle certificazioni di qualità, l'offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di presentazione di documenti in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati anche da una traduzione resa ai sensi del DPR 445/2000.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante del Contratto da stipularsi all'esito dell'eventuale aggiudicazione.

La documentazione tecnica presentata dall'operatore, si ribadisce, deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, **pena** all'Allegato II.5 del Codice.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

CAMPIONATURA

Il concorrente dovrà produrre, per i lotti interessati, idonea campionatura (dettagliata nell'Allegato 2 – Fabbisogno di gara) entro il medesimo termine per la presentazione delle offerte. La campionatura dovrà essere depositata dalla società o dal corriere al seguente indirizzo: Asl Roma 1 – Via Ariosto, 3 – 00185, Roma, U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. L'invio della campionatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente.

È facoltà dell'Ente appaltante richiedere ulteriore campionatura secondo un calendario e modalità che verranno comunicate in tempi congrui dopo l'apertura virtuale delle buste contenenti la documentazione tecnica.

La campionatura dovrà pervenire a mezzo corrieri, agenzie di recapito ovvero consegnata a mano da un incaricato della concorrente; limitatamente a quest'ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. La firma all'atto del ricevimento della campionatura indica l'avvenuta consegna della campionatura. La quantità e la corrispondenza della campionatura rispetto a quanto richiesto per ciascun lotto sarà accertata dall'Asl Roma 1 in un secondo momento.

I campioni potranno essere inseriti in un unico plico riportante esternamente:

- Dicitura *“campionatura gara fornitura triennale di dispositivi medici per elettrofisiologia” – Lotti nn. _____*
- *Ragione sociale della concorrente;*
- *Numero dei campioni;*
- *Data di scadenza delle offerte*

La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in duplice copia in cui saranno riportati i seguenti dati:

- *Nome commerciale e descrizione del campione;*
- *Codice articolo delle ditte concorrenti e di quelle produttrici, se diverse;*
- *Quantità di pezzi acclusi.*

La campionatura richiesta sarà sottoposta a valutazione da parte della commissione giudicatrice..

Il materiale che forma oggetto di campionatura dovrà esattamente corrispondere per modello, qualità e caratteristiche tecniche a quello per cui è stata proposta offerta tecnica ed economica.

La campionatura si intende in ogni caso presentata e ceduta a titolo gratuito all'ASL Roma 1 e, pertanto, non sarà restituita.

La campionatura dei prodotti offerti dalle ditte concorrenti che risulteranno aggiudicatarie del Contratto, costituirà parametro di valutazione della fornitura, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale, al fine di

verificare l'identità del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso della fornitura.

OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica", predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 5 – *Schema offerta economica* al presente disciplinare, deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- l'indicazione del prezzo unitario offerto per singola voce che compone il Lotto e il prezzo complessivo triennale di ciascun Lotto, esclusa Iva/o di altre imposte e contributi di legge, offerto dal concorrente per l'esecuzione della fornitura;
- il codice dell'articolo offerto;
- il CND;
- il numero di iscrizione al repertorio dei dispositivi medici;
- l'indicazione della percentuale dell'IVA da applicare.

Si chiarisce che al fine della formulazione dell'offerta economica da inserire a Sistema l'operatore economico concorrente dovrà riportare **il valore complessivo triennale** del Lotto di gara risultante dall'Allegato 5.

Inoltre, l'operatore ha facoltà di riportate le giustificazioni in merito al prezzo del lotto offerto ai fini dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta di cui alla sez. 19 del presente disciplinare.

- in caso di discordanza tra il valore offerto nello Schema di offerta economica e quanto riportato a sistema, la Commissione di gara procederà a ricalcolare il valore offerto dandone evidenza nella piattaforma telematica.
- successivamente la Commissione procederà alla determinazione del valore complessivo che sarà utilizzato per l'attribuzione del punteggio economico.
- i prezzi unitari dei singoli componenti potranno essere espressi con un numero di decimali **non superiore a cinque (5)**;
- il prezzo totale del Lotto dovrà essere espresso con un numero di decimali **non superiore a due (2)**;
- I prezzi devono essere indicati Iva esclusa;

- i prezzi unitari offerti sono comprensivi dei servizi connessi alla fornitura anche di quelli migliorativi se dichiarati in sede di offerta tecnica;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso, pertanto non verranno accettate offerte superiori all'importo posto a **BASE D'ASTA** triennale di ogni Lotto.
- non saranno ammesse offerte complessive pari a 0 (zero);

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Descrizione	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 4 criteri di valutazione.

In merito al punteggio tecnico, a ciascuno degli elementi discrezionali (D) riportati nei criteri di valutazione, la Commissione collegialmente attribuisce un coefficiente variabile da zero ad uno, utilizzando la seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO		COEFFICIENTE
insufficiente	Non rispondente agli elementi che fanno riferimento al criterio qualitativo	0,00
sufficiente	Risponde agli elementi che fanno riferimento al criterio qualitativo senza alcuna miglioria di rilievo	0,25
discreto	Rispondente ai requisiti di cui al criterio di valutazione con elementi migliorativi degni di rilievo	0,50
buono	Rispondente ai requisiti di cui al criterio di valutazione con elementi migliorativi di particolare rilievo	0,75
ottimo	Rispondente ai requisiti di cui al criterio di valutazione con elementi migliorativi distintivi e/o di	1,00

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, secondo il metodo aggregativo compensatore in quanto idoneo a consentire una corretta ponderazione tra i criteri.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, calcolato tramite la seguente formula:

C_i = prezzo più basso tra quelli validi presentati/prezzo offerto della ditta concorrente

Ai fini del calcolo dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate le prime due cifre decimali. In caso di un numero di cifre maggiori di due, la Commissione procederà a troncare i valori alla seconda cifra decimale, senza alcun arrotondamento.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Il RUP si avvale eventualmente dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo alle ore 10 del giorno indicato a sistema.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

il Responsabile di Fase accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In caso di aggiudicazione secondo il criterio prezzo/qualità che saranno considerate anormalmente basse le offerte che risultano aver superato i 4/5 del punteggio massimo sia per i criteri qualitativi e che per quelli quantitativi, in presenza di almeno 3 offerte valide.

Per i lotti per i quali è prevista l'aggiudicazione al prezzo più basso, l'Amministrazione farà riferimento, per individuare le offerte sospette di anomalia, all'allegato II.2 D.Lgs. n. 36/2023 (metodo A), qualora ci siano almeno 5 offerte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione per i lotti contrassegnati con la dicitura "aggiudicazione" nella colonna dell'Allegato - Fabbisogno a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, pertanto, la fornitura sarà aggiudicata interamente ad un unico operatore economico risultato primo in graduatoria.

Per i Lotti la cui fornitura, nell'Allegato predetto, è prevista tramite accordo quadro, l'aggiudicazione della presente procedura è stabilita, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice a favore di più operatori economici. In particolare, l'Accordo Quadro verrà stipulato a favore di un numero massimo di quattro operatori economici i quali si impegneranno a fornire le prestazioni oggetto del contratto in percentuali uguali, pertanto ciascun aggiudicatario assumerà un impegno minimo pari al 15% del totale previsto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a 3.000.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai

doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ACCESSO ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione ,

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI
PER ELETTROFISIOLOGIA**

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura aperta finalizzata all'affidamento triennale della fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia;

DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
 - (capogruppo)

 - (mandante)

 - (mandante)

 - (mandante)

 - per i seguenti Lotti n. _____

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ¹

1) che l'Impresa applica il seguente CCNL _____ codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del d.l. 76/2020 – l. 120/2020 _____;

2) di:

indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_;

3) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;

4) che l'Impresa:

non partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, fornendo a tale proposito i seguenti chiarimenti [*Fornire chiarimenti in merito alla mancata sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti o a dimostrazione che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali*]:

—

—

¹ Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

partecipa alla medesima gara come ausiliaria per il concorrente _____ in quanto l'avvalimento non è finalizzato a migliorarne l'offerta;

- 5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 6) di aver versato una cauzione provvisoria pari a € _____ comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,

In caso diritto alla riduzione dell'importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no

- 7) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 8) accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
- 9) [se prevista] garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate secondo le modalità meglio specificate nell'offerta tecnica;
- 10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;
- 11) *[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:* che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 12) *[in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e di indicare quale proprio domicilio fiscale _____;

13) *[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **allegando** altresì relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

14) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*

che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegata/a**.

15) *[in caso di Rete d'Impresa]*

che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero

che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante

o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica
ovvero

o contratto redatto in altra forma *[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]* _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005,

come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:

o già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

o costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005), come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegata/a**.

16)*[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi]* che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____ Servizi _____ %

Impresa _____ Servizi _____ %

Impresa _____ Servizi _____ %

17)*[in caso di Consorzio stabile, laddove non concorra con la propria struttura, di consorzio fra imprese artigiane e di rete di imprese dotata di organo comune di rappresentanza e di*

soggettività giuridica²] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

² Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel.
_____, e-mail _____, PEC
_____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n.
_____, CAP _____, tel. _____, e-mail
_____, PEC _____.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

DETTAGLIO FORNITURA "DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA"

Lotto	Descrizione Lotto	Caratteristiche tecniche	Modalità di esecuzione contrattuale (Accordo Quadro o Aggiudicazione)	Campionatura Richiesta	Criteri di aggiudicazione	Fabbisogno annuale	Base d'asta	Importo annuale a Base d'Asta	Fabbisogno triennale	Importo triennale a Base d'Asta
1	Elettrocateri diagnostici quadripolari e decapolari per studi elettrofisiologici a curva fissa	Elettrocateri diagnostici quadripolari e decapolari per studi elettrofisiologici a curva fissa con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Disponibilità da 6 Fr; 2. Disponibilità varie curvature per anatomiche complesse; 3. Corpo in blend di poliuretani, pebax o materiale analogo; 4. Disponibilità modelli con diverse spaziatura interelettrodiche. Elettrocateri diagnostici quadripolari e decapolari per studi elettrofisiologici a curva fissa con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Disponibilità da 6 Fr; 2. Disponibilità varie curvature per anatomiche complesse; 3. Corpo in blend di poliuretani, pebax o materiale analogo; 4. Disponibilità modelli con diverse spaziatura interelettrodiche.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	230	170,00 €	39.100,00 €	690	117.300,00 €
2	Elettrocateri diagnostici quadripolare e decapolari orientabili	Elettrocateri diagnostici quadripolare e decapolari orientabili, in poliuretano, pebax o materiale analogo, con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Diametro minimo 6 Fr; 2. Manipolo a pistone di tipo Push-Pull o Rotazionale; 3. Elettrodi in platino e/o platino-iridio. Elettrocateri diagnostici quadripolare e decapolari orientabili, in poliuretano, pebax o materiale analogo, con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Diametro minimo 6 Fr; 2. Manipolo a pistone di tipo Push-Pull o Rotazionale; 3. Elettrodi in platino e/o platino-iridio.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	300	360,00 €	108.000,00 €	900	324.000,00 €
3	Elettrocateri diagnostici decapolari orientabili, monodirezionali, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica	Elettrocateri diagnostici decapolari orientabili, monodirezionali, in poliuretano, pebax o materiale analogo, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica, con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Diametro minimo 7 Fr; 2. Manipolo a pistone di tipo Push-Pull o Rotazionale; 3. Presenza di sensore magnetico compatibile con sistema di ricostruzione elettroanatomica. Elettrocateri diagnostici decapolari orientabili, monodirezionali, in poliuretano, pebax o materiale analogo, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica, con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Diametro minimo 7 Fr; 2. Manipolo a pistone di tipo Push-Pull o Rotazionale; 3. Presenza di sensore magnetico compatibile con sistema di ricostruzione elettroanatomica.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	80	800,00 €	64.000,00 €	240	192.000,00 €
4	Elettrocateri circolari multipolari, per il mappaggio delle vene polmonari, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica	Elettrocateri circolari multipolari, per il mappaggio delle vene polmonari, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica. Caratteristiche minime: 1. Diametro minimo 7 Fr; 2. Disponibilità di diversi diametri/diametro variabile; 3. Meccanismo orientamento meccanico micrometrico bidirezionale o push and pull. Elettrocateri circolari multipolari, per il mappaggio delle vene polmonari, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica. Caratteristiche minime: 1. Diametro minimo 7 Fr;	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	6	900,00 €	5.400,00 €	18	16.200,00 €
5	Elettrocateri multipolari per mappaggio ad alta densità, curva attiva, dotati di almeno 14 elettrodi, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica	connessione. Caratteristiche minime: 1. Corpo catetere max 8,5 Fr; 2. Meccanismo di orientamento meccanico micrometrico o push and pull. Elettrocateri multipolari per mappaggio ad alta densità, curva attiva, dotati di almeno 14 elettrodi, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica, con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime:	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	45	1.900,00 €	85.500,00 €	135	256.500,00 €
6	Elettrocateri per mappaggio ad alta densità con tecnologia contact e sensore magnetico, compatibili con sistema di mappaggio elettromagnetico delle camere cardiache	Caratteristiche minime: 1. Elettrocateri mappante con numero minimo di 20 poli; 2. Corpo del catetere max 8,5 Fr; 3. Presenza di sensore magnetico per compatibilità con sistema di mappaggio. Elettrocateri per mappaggio ad alta densità con tecnologia contact e sensore magnetico, compatibili con sistema di mappaggio elettromagnetico delle camere cardiache. Caratteristiche minime:	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	115	3.000,00 €	345.000,00 €	345	1.035.000,00 €
7	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica	1. Elettrocateri mappante con numero minimo di 20 poli; 2. Possibilità di diverse curve; 3. Corpo dell'elettrocateri in poliuretano o materiale similare. Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'elettrocateri, laddove la ditta aggiudicataria le abbia disponibili. Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica. Caratteristiche minime: 1. Manipolo push and pull o micrometrico bidirezionale a bilanciare;	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	20	2.400,00 €	48.000,00 €	60	144.000,00 €

8	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5mm o 4 mm o 4,5mm , fori multipli, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm, fori multipli, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica e relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Manipolo push and pull o micrometrico bidirezionale con bilanciere 2. Possibilità di diverse curve 3. Sensore magnetico in punta Si richiedono in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza possibilmente con piastre necessarie per utilizzo dell'ettrrocaterere, eventuale sistema di mappaggio e pompa peristaltica comprensiva di deflussori dedicati Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm, fori multipli, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica e relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Manipolo push and pull o micrometrico bidirezionale con bilanciere 2. Possibilità di diverse curve 3. Sensore magnetico in punta Si richiedono in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza possibilmente con piastre necessarie per utilizzo dell'ettrrocaterere, eventuale sistema di mappaggio e pompa peristaltica comprensiva di deflussori dedicati	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	160	2.600,00 €	416.000,00 €	480	1.248.000,00 €
9	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm con microelettrodi in punta, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm con microelettrodi in punta, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica e relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Manipolo push and pull o micrometrico bidirezionale con bilanciere; 2. Possibilità di diverse curve; 3. Presenza di sensore di forza o contatto. Si richiedono in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'ettrrocaterere e pompa peristaltica comprensiva di deflussori dedicati Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm con microelettrodi in punta, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica e relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Manipolo push and pull o micrometrico bidirezionale con bilanciere; 2. Possibilità di diverse curve; 3. Presenza di sensore di forza o contatto. Si richiedono in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'ettrrocaterere e pompa peristaltica comprensiva di deflussori dedicati	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	35	3.000,00 €	105.000,00 €	105	315.000,00 €
10	Elettrocateri per crioablazione focale, quadripolari con punta da 4 mm e 8 mm	Elettrocateri per crioablazione focale, quadripolari con punta da 4 mm e 8 mm con relativi cavi di connessione. Disponibilità di diverse curve. Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di crioablazione. Elettrocateri per crioablazione focale, quadripolari con punta da 4 mm e 8 mm con relativi cavi di connessione.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	5	3.500,00 €	17.500,00 €	15	52.500,00 €
11	Elettrocateri orientabili a pallone per crioablazione per vene polmonari	Elettrocateri orientabili a pallone per crioablazione per vene polmonari con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Introduttore orientabile dedicato; 2. Catetere di mappaggio circolare provvisto di minimo 8 elettrodi. Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di crioablazione. Elettrocateri orientabili a pallone per crioablazione per vene polmonari con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Introduttore orientabile dedicato; 2. Catetere di mappaggio circolare provvisto di minimo 8 elettrodi. Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di crioablazione.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	5	5.000,00 €	25.000,00 €	15	75.000,00 €
12	Elettrocateri multielettrodo per ablazione con tecnologia elettropresi per isolamento delle vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale	Elettrocateri multielettrodo per ablazione con tecnologia elettropresi per isolamento delle vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale. Caratteristiche minime: 1. Elettrocateri multielettrodo. Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore a radiofrequenza per lo svolgimento della procedura e relativi sistemi di connessione. Elettrocateri multielettrodo per ablazione con tecnologia elettropresi per isolamento delle vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale, comprensivo di introduttore deflettibile e relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Elettrocateri multielettrodo.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	60	7.000,00 €	420.000,00 €	180	1.260.000,00 €
13	Elettrocateri esofagei dotati di sensori per monitoraggio della temperatura esofagea	Elettrocateri esofagei dotati di sensori per monitoraggio della temperatura esofagea con relativi cavi di connessione. Si richiede macchinario per controllo temperatura in comodato d'uso gratuito. Elettrocateri esofagei dotati di sensori per monitoraggio della temperatura esofagea con relativi cavi di connessione. Si richiede macchinario per controllo temperatura in comodato d'uso gratuito.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	10	700,00 €	7.000,00 €	30	21.000,00 €
14	Sonde ecografiche intracardiache	Sonde ecografiche intracardiache per la visualizzazione delle strutture endocardiche in alta risoluzione a 360° del piano ortogonale al trasduttore. Caratteristiche minime: 1. Diametro massimo 10 Fr; 2. Visualizzazione delle strutture endocardiche in alta risoluzione. Si richiede in dotazione macchinario in comodato d'uso gratuito. Sonde ecografiche intracardiache per la visualizzazione delle strutture endocardiche in alta risoluzione a 360° del piano ortogonale al trasduttore. Caratteristiche minime: 1. Diametro massimo 10 Fr; 2. Visualizzazione delle strutture endocardiche in alta risoluzione. Si richiede in dotazione macchinario in comodato d'uso gratuito.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	110	2.850,00 €	313.500,00 €	330	940.500,00 €
15	Kit per puntura transettale con guida a radiofrequenza	Kit per puntura transettale con guida a radiofrequenza ed introduttore dedicato steerable. Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'ettrrocaterere, laddove la ditta aggiudicataria le abbia disponibili.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	60	1.500,00 €	90.000,00 €	180	270.000,00 €

16	Kit per puntura transettale costituiti da introduttore ed ago	Kit per puntura transettale costituito da introduttore ed ago. Caratteristiche minime: 1. Diametro minimo 8,5 Fr; 2. Lunghezza ago minima da 71 cm; 3. Materiale corpo ago acciaio inossidabile.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	20	400,00 €	8.000,00 €	60	24.000,00 €
17	Sistemi di patch esterni di riferimento da applicare al paziente per compatibilità con sistema di mappaggio elettromagnetico ed ablazione con possibilità di effettuare la ricostruzione della geometria 3D	Sistemi di patch esterni di riferimento da applicare al paziente per compatibilità con sistema di mappaggio elettromagnetico ed ablazione con eventuale possibilità di effettuare la ricostruzione della geometria 3D delle camere cardiache. Caratteristiche minime: 1. Presenza di almeno 6 elettrodi di superficie per registrazione di segnali per riferimento del sistema di mappaggio. Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di mappaggio per l'utilizzo del Patch e relativi sistemi di connessione.	Accordo Quadro	NO	Offerta economicamente più vantaggiosa	250	600,00 €	150.000,00 €	750	450.000,00 €
18	Sistemi introduttori HBP per la stimolazione definitiva del fascio di His	Sistemi introduttori HBP per la stimolazione definitiva del fascio di His Caratteristiche minime: 1. Disponibilità di diverse curve e lunghezze; 2. Compatibilità del sistema con la maggior parte degli elettrocateri disponibili sul mercato.	Aggiudicazione	2 pezzi	Offerta economicamente più vantaggiosa	10	600,00 €	6.000,00 €	30	18.000,00 €
19	Introduttori steerable per il posizionamento di elettrocateri per accesso al sistema vascolare per via transettale	Introduttori Steerable per il posizionamento di elettrocateri per accesso al sistema vascolare per via transettale Caratteristiche minime: 1. Lume interno da 8,5 Fr e lunghezza da 700 a 900 mm ca; 2. Disponibilità di diversi tipi di curve.	Aggiudicazione	2 pezzi	Offerta economicamente più vantaggiosa	15	600,00 €	9.000,00 €	45	27.000,00 €
20	Introduttori steerable per il posizionamento di elettrocateri per accesso al sistema vascolare per via transettale compatibili e visualizzabili su Sistema di mappaggio 3D	Introduttori Steerable per il posizionamento di elettrocateri per accesso al sistema vascolare per via transettale compatibili e visualizzabili su sistema di mappaggio 3D. Caratteristiche minime: 1. Diametro massimo 12 Fr; 2. Disponibilità di diversi tipi di curve.	Aggiudicazione	2 pezzi	Offerta economicamente più vantaggiosa	20	750,00 €	15.000,00 €	60	45.000,00 €
21	Introduttori per cateteri angiografici valvolati con guaina di sterilità	Introduttori per cateteri angiografici valvolati con dilatatore realizzato in polietilene e miniguia, disponibili nei calibri da 4 a 11 F , con sistema di blocco di sicurezza. Caratteristiche minime: 1. Miniguia in acciaio punta J, lunghezza almeno 45 cm; 2. Lunghezza della cannula circa 11 cm.	Aggiudicazione	2 pezzi	Offerta economicamente più vantaggiosa	1.200	15,00 €	18.000,00 €	3600	54.000,00 €
22	Piastre radiotrasparenti monouso, multifunzione per shock transtoracico e stimolazione cardiaca transcutanea	Piastre radiotrasparenti monouso, multifunzione per shock transtoracico e stimolazione cardiaca transcutanea (in dotazione cavi di connessione esterna radiotrasparenti) compatibili con defibrillatori Medtronic modello Lifepack 12 e HP modello M1722B. La compatibilità dovrà essere certificata da attestazione di equivalenza funzionale alle piastre originali. Caratteristiche minime: 1. Radiotrasparenza; 2. Adesività alla cute del paziente; 3. Certificate in classe IIb.	Aggiudicazione	NO	Minor Prezzo	800	20,00 €	16.000,00 €	2400	48.000,00 €
23	Piastre dispersive per elettrochirurgia radiotrasparenti monouso senza cavetto, compatibili con tutti i generatori presenti sul mercato	Piastre dispersive per elettrochirurgia radiotrasparenti monouso senza cavetto, compatibili con tutti i generatori presenti sul mercato.	Aggiudicazione	NO	Minor Prezzo			1.850,80 €		5.552,40 €
						500	0,70 €		1500	
						1.500	0,80 €		4500	
24	Soluzione antimicrobica	Soluzione antimicrobica a base di taurolidina al 2% al fine di ridurre l'insorgere del biofilm dopo impianto di dispositivo medico cardiaco e di proteggerlo preventivamente dalle conseguenti infezioni batteriche. Flacone da 100 ml ca.	Aggiudicazione	NO	Minor Prezzo	30	250,00 €	7.500,00 €	90	22.500,00 €
25	Dispositivo emostatico completamente assorbibile	Dispositivo emostatico completamente assorbibile a base di collagene di origine bovina e gentamicina utilizzato per contrastare eventuali emorragie nelle diverse procedure chirurgiche in aree ad alto rischio di infezioni e in elettrofisiologia nella prevenzione dell'infezione dei dispositivi quali pacemaker e defibrillatori impiantabili.	Aggiudicazione	2 pezzi per misura	Offerta economicamente più vantaggiosa			15.700,00 €		47.100,00 €
						30	165,00 €		90	
						50	215,00 €		150	
								2.336.050,80 €		7.008.152,40 €

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI
MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA**

ALLEGATO 3 – CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per Elettrofisiologia, per le esigenze della ASL Roma 1, suddivisa in n. 25 lotti.

I quantitativi richiesti per ciascun lotto indicati nel Fabbisogno di gara (Allegato 1) sono da considerarsi meramente presuntivi e calcolati su dati storici delle attività dell'Azienda e su fabbisogni presuntivi futuri.

Le caratteristiche tecniche minime dei dispositivi oggetto della procedura sono elencate dettagliatamente nel documento denominato "Fabbisogno annuale per la fornitura di Dispositivi Medici per Elettrofisiologia".

Il presente Capitolato Tecnico descrive, inoltre, i servizi connessi alla fornitura dei dispositivi medici di cui all'oggetto che si intendono prestati dall'Aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima, pertanto l'ASL Roma 1 non corrisponderà all'Appaltatore alcun ulteriore prezzo.

Nel caso in cui la descrizione dei dispositivi oggetto dei Lotti identifichi un prodotto riconducibile in modo univoco ad un'Azienda produttrice, costituirà offerta valida ogni altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle richieste ed equivalenza nell'uso.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare, i prodotti qualificabili come dispositivi medici secondo la definizione di cui all'art. 2 del Regolamento Europeo 2017/745 (MDR) devono rientrare in uno dei casi di seguito richiamati:

- ✓ Essere dotati di dichiarazione di conformità al Regolamento UE 2017/745;
- ✓ Essere rispondenti alle definizioni di "legacy devices" e 'Old' devices (secondo la terminologia definita da MDCG 2021-13 rev.1). Per tali dispositivi devono considerarsi applicati i requisiti fissati dal MDR secondo MDCG 2021-25.

Per i dispositivi "legacy devices" e 'Old' devices" la data ultima per la messa a disposizione sul mercato è fissata al 26 maggio 2025. La mancata disponibilità

di prodotti conformi al MDR dopo tale data determinerà la risoluzione del contratto.

I prodotti dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- essere corredati delle necessarie informazioni per garantire un'utilizzazione in totale sicurezza;
- per i prodotti soggetti a scadenza, avere, al momento della consegna, un periodo di validità residuo pari almeno a 2/3 dell'intero periodo di validità dei prodotti e comunque non inferiore a 24 mesi;
- essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni Lotto, dal presente Capitolato Tecnico e, in generale dalla documentazione di gara.

L'operatore economico dovrà indicare per ciascun dispositivo medico offerto:

a) codice CND (ULTIMO LIVELLO) - secondo i criteri individuati dalla Commissione Unica dei Dispositivi Medici (CUD), istituita dal DM del 12/02/2010 (GU n. 119 del 24/05/2010) e successive modifiche (DM del 07/10/2011, DM del 29/07/2013, DM 08/06/2016 e DM 13/08/2018);

b) la classificazione di rischio indicando la norma di riferimento.

c) numero di Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici per i DM commercializzati in Italia a partire dal 01/05/2007 (ai sensi del DM 21/12/2009), ove previsto, a tal fine si precisa che dovranno essere comunicate le avvenute registrazioni dei prodotti interessati nella banca dati Europea Dispositivi Medici EUDAMED, da attuarsi nei tempi e modi previsti dal MDR (MDR art 123(d,e)).

L'Azienda Sanitaria, sia ai fini dell'aggiudicazione, sia nel corso della validità contrattuale si riserva la facoltà di effettuare apposite verifiche sui materiali per controllare la corrispondenza degli stessi a quanto previsto nella documentazione di gara e nella scheda tecnica presentata dall'Appaltatore.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Ove non si faccia espressamente riferimento a misure fisiche, saranno ammesse misure diverse purché equivalenti per destinazione d'uso.

CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente anche al fine di garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto e stoccaggio.

L'etichetta dovrà riportare in lingua italiana tutte le informazioni previste dal punto 13.3 dell'allegato I al D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i.

I prodotti dovranno recare sull'imballaggio in modo leggibile e indelebile, eventualmente mediante codici generalmente riconosciuti, le indicazioni di seguito riportate.

Per quanto riguarda la sterilizzazione, per tutti i dispositivi medici messi a gara, quando è possibile, è preferibile la sterilizzazione a raggi gamma rispetto a quella ad ossido di etilene.

Imballaggio che assicura la sterilità

- Marcatura di conformità CE e codice identificazione del Notified Body
- Eventuale numero di repertorio
- Denominazione del dispositivo
- Codice prodotto, numero di Lotto
- Indicazione della data di scadenza
- Metodo di sterilizzazione
- Simbolo del monouso
- Destinazione d'uso
- Nome e indirizzo del fabbricante
- Indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione

Imballaggio commerciale

- Marcatura di conformità CE e codice identificazione del Notified Body
- Denominazione del dispositivo
- Codice prodotto, numero di Lotto
- Indicazione della data di scadenza
- Simbolo del monouso
- Destinazione del dispositivo
- Caratteristiche pertinenti per il suo impiego
- Nome e indirizzo del fabbricante
- Indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione
- Condizioni per il trasporto e il magazzinaggio del dispositivo

L'imballaggio dovrà essere gratuito, robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce che al mezzo di spedizione prescelto che ne dovrà garantire l'integrità finale.

Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

SERVIZIO DI CONSEGNA CONNESSO ALLA FORNITURA

Il servizio di consegna dei dispositivi medici oggetto della procedura dovrà essere prestato dall'Aggiudicatario di ciascun Lotto presso l'ASL Roma 1 agli indirizzi forniti al momento dell'ordine.

L'Azienda Sanitaria sottoscriverà, con l'Appaltatore di ciascun Lotto, un contratto di durata triennale, rinnovabile per un ulteriore periodo di 12 mesi,

nel corso del quale l'Azienda Sanitaria medesima emetterà apposite richieste di consegna (ordini) nelle quali saranno specificate, di volta in volta, le quantità da consegnare ed il luogo di consegna.

Gli ordini saranno trasmessi a mezzo elettronico e disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche. Le consegne dei prodotti dovranno essere garantite entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e previa espressa comunicazione, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, l'Appaltatore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione.

In caso di impossibilità alla consegna nelle quantità e nei termini previsti, l'Aggiudicatario provvederà a dare tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria e, ove la stessa lo consenta, a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di dispositivi ordinata, concordando contestualmente un termine entro il quale dovrà avvenire la consegna della parte restante.

L'attività di consegna dei prodotti, si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dall'Azienda Sanitaria. In caso di consegna in bancali, gli stessi devono essere di tipo EUR e consegnati con messa a terra presso il magazzino indicato nell'ordine.

L'Appaltatore Aggiudicatario dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.), numero di riferimento dell'ordine, data dell'ordine, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato.

CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo qualitativo effettuato dai servizi competenti dell'Azienda Sanitaria. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza qualitativa tra materiale consegnato e documento di trasporto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dall'Azienda Sanitaria in un secondo momento e deve

comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese del Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda Sanitaria procederà direttamente all'acquisto di eguali quantità e qualità della merce sul libero mercato, addebitando all'Appaltatore l'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora il Fornitore, durante la durata dei contratti di fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre ai DEC la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti (a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su end point clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza, documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento), l'Azienda Sanitaria sulla base delle indicazioni dei propri clinici, si riserva la facoltà di recedere motivatamente dai contratti.

VARIAZIONE DELLA NORMATIVA

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente procedura, l'aggiudicazione stessa verrà sospesa. Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente

Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata dei contratti di fornitura, l'Azienda Sanitaria si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere gli stessi contratti.

VERIFICHE DELLA FORNITURA

L'Azienda Sanitaria svolgerà controlli periodici al fine di verificare che i prodotti consegnati siano rispondenti a quelli previsti dal presente Capitolato tecnico, a meno di variazioni autorizzate dal DEC del contratto. L'accertamento della non conformità per più di due volte comporta la risoluzione del contratto.

ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

APPARECCHIATURE IN SERVICE

Le apparecchiature, qualora previste per l'utilizzo dei dispositivi medici oggetto della gara e per l'esecuzione delle procedure chirurgiche, dovranno essere fornite in uso gratuito laddove richiesto, per tutta la durata contrattuale non concorrendo, pertanto, alla formulazione dell'offerta.

Sarà incluso nell'appalto anche il servizio di manutenzione in full risk delle apparecchiature fornite, per tutto il periodo relativo alla durata del contratto di service, a decorrere dalla data di emissione del certificato del collaudo.

L'attività di manutenzione che deve essere fornita dall'Aggiudicatario al Committente è di tipo "full risk", comprensiva cioè di intervento sul luogo, riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e prestazione di mano d'opera sulle apparecchiature.

La manutenzione oggetto dell'appalto è di due tipi:

MANUTENZIONE CORRETTIVA

L'intervento di manutenzione correttiva viene richiesto per ricondurre l'apparecchiatura nelle normali condizioni di operatività specificate dal produttore.

Qualora la riparazione abbia comportato la sostituzione di parti importanti, la ditta dovrà verificarne le condizioni generali di funzionalità e di sicurezza.

In caso di apparecchiatura con "parti accessorie guaste" o ferma, l'intervento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 8 ore solari dalla chiamata. Il tempo di risoluzione del guasto dovrà essere al massimo pari a 48 ore solari dalla richiesta.

In caso di guasto non riparabile entro le 48 ore solari dalla richiesta, dovrà essere fornita n. 1 apparecchiatura sostitutiva (muletto) di caratteristiche tecniche pari o superiori a quelle fornite nella presente procedura di gara.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Per tutta la durata del periodo di contratto, deve essere garantita anche la manutenzione programmata, al fine di garantire il corretto e ottimale funzionamento delle apparecchiature fornite. La cadenza delle visite di manutenzione dovrà essere semestrale.

Resta inteso che la data di effettuazione degli interventi dovrà essere concordata con il Committente.

Il tempo totale di fermo dell'apparecchiatura, calcolato come somma di quello impiegato per assistenza correttiva e quello per assistenza preventiva, non potrà superare i dieci giorni solari per ciascun anno.

REFERENTE DELL'APPALTATORE

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo email, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, salvo diverso accordo scritto con l'Azienda Sanitaria, ad eccezione di:

- giorni festivi
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio - seconda e terza settimana di agosto.

L'Azienda Sanitaria potrà rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

Al momento della sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dovrà individuare un proprio referente.

CAMPIONATURA

Le Ditte partecipanti dovranno fornire campionatura, laddove richiesto, nella tipologia e misura indicate nell'Allegato "Fabbisogno annuale per la fornitura di Dispositivi Medici per Elettrofisiologia". Nel caso in cui la Commissione giudicatrice, nel corso delle valutazioni delle offerte tecniche ravvisi ulteriori necessità, i concorrenti dovranno trasmettere all'Azienda Sanitaria la campionatura gratuita specificata di volta in volta dalla Commissione medesima, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.

I prodotti campione dovranno essere sterili, ove richiesto, ed avere un periodo di validità residuo non inferiore a 6 mesi.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

L'Appaltatore dovrà garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale medico, paramedico e tecnico, e garantire, per tutta la durata del Contratto, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER
ELETTROFISIOLOGIA**

ALLEGATO 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

LOTTO 1 - Elettrocateri diagnostici quadripolari e decapolari per studi elettrofisiologici a curva fissa con relativi cavi di connessione

Fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tenuta della curva	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla resistenza della punta dell'elettrocatero alla deformazione durante utilizzo	20
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatero e al rapporto di torsione della punta	20
Disponibilità modello esa e octapolare	T	2 modelli= 15 punti; 1 modello= 5 punti; NO= 0 punti	15
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15

LOTTO 2 - Elettrocateri diagnostici quadripolare e decapolari orientabili, in poliuretano, pebax o materiale analogo, con relativi cavi di connessione

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tipologia del meccanismo di orientamento	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla tipologia del meccanismo di orientamento dell'elettrocatero	15
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatero e al rapporto di torsione della punta	20
Disponibilità modello esa e octapolare	T	2 modelli= 15 punti; 1 modello= 5 punti; NO= 0 punti	15
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	10
Disponibilità modelli con diverse spaziatura interelettrodiche	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla disponibilità di spaziature interelettrodiche maggiormente appropriate alla tipologia di pazienti trattati	10

LOTTO 3 - Elettrocatero diagnostici decapolari orientabili, monodirezionali, in poliuretano, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica, con relativi cavi di connessione

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tenuta della curva	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla resistenza della punta dell'elettrocatero alla deformazione durante utilizzo	15
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatero e al rapporto di torsione della punta	20
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15

Disponibilità modelli con diverse spaziatura interelettrodiche	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla disponibilità di spaziature interelettrodiche maggiormente appropriate alla tipologia di pazienti trattati	20
--	---	--	----

LOTTO 4 - Elettrocateretere circolare multipolare, per il mappaggio delle vene polmonari, compatibile e visualizzabile con sistema di ricostruzione elettroanatomica

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tipologia del meccanismo di orientamento	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla tipologia del meccanismo di orientamento dell'elettrocateretere	15
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocateretere e al rapporto di torsione della punta	15
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	20
Presenza di sensore magnetico compatibile con sistema di ricostruzione elettroanatomica	T	SI= 20 punti; NO= 0 punti	20

LOTTO 5 - Elettrocatereteri multipolari per mappaggio ad alta densità, curva attiva, dotati di almeno 14 elettrodi, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica, con relativi cavi di connessione

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tenuta della curva	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla resistenza della punta dell'elettrocateretere alla deformazione durante utilizzo	15
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocateretere e al rapporto di torsione della punta	20
Numero di elettrodi	T	14<N<20= 5 punti; N≥20= 15 punti	15
Disponibilità di sistema di lavaggio continuo dell'elettrocateretere	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10
Presenza di sensore magnetico compatibile con sistema di ricostruzione elettroanatomica	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10

LOTTO 6 - Elettrocatereteri per mappaggio ad alta densità con tecnologia contact e sensore magnetico, compatibili con sistema di mappaggio elettromagnetico delle camere cardiache

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Qualità di registrazione dei segnali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla qualità di rilevazione dei segnali	20

Fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatero e al rapporto di torsione della punta	20
Caratteristiche tecniche della conformazione dell' elettrocatero multielettrodo	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche tecniche relativamente alla conformazione dell'elettrocatero	15
Disponibilità di presenza 64 elettrodi stampati su linguette per acquisizione del segnale ad alta densità	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15

LOTTO 7 - Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tenuta della curva	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla resistenza della punta dell'elettrocatero alla deformazione durante utilizzo	20
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatero e al rapporto di torsione della punta	20
Tipologia di curvature disponibili	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla disponibilità di curvature maggiormente appropriate alla tipologia di pazienti trattati	15
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15

LOTTO 8 - Elettrocatero ablatore a radiofrequenza con punta raffreddata di 3,5mm o 4 mm o 4,5 mm, fori multipli, compatibile con sistema di ricostruzione elettromagnetica e con relativi cavi di connessione

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Disponibilità di sensore di forza o di contatto utilizzabile con sistema di navigazione dedicato	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
Tipologia di curvature disponibili	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla tipologia di curve disponibili	20
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatero e al rapporto di torsione della punta	20
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15

LOTTO 9 - Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm con microelettrodi in punta, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica e relativi cavi di connessione			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tenuta della curva	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla resistenza della punta dell'elettrocateri alla deformazione durante utilizzo	25
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocateri e al rapporto di torsione della punta	20
Sensore di forza con tecnologia a molla	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15
LOTTO 10 - Elettrocateri per crioablazione focale, quadripolari con punta da 4 mm e 8 mm con relativi cavi di connessione			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tenuta della curva	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla resistenza della punta dell'elettrocateri alla deformazione durante utilizzo	15
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocateri e al rapporto di torsione della punta	15
Tipologie di curve disponibili	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla tipologia di curve disponibili	20
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	20
LOTTO 11 - Elettrocateri orientabili a pallone per crioablazione per vene polmonari con relativi cavi di connessione			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Tenuta della curva dell'introduttore	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla tenuta della curva dell'introduttore durante l'utilizzo	15
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocateri e al rapporto di torsione della punta	15
Caratteristiche del sistema d'interfaccia ablazione	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla completezza delle informazioni mostrate sul video della console	20

Fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	20
LOTTO 12 - Elettrocateri multielettrodo per ablazione con tecnologia elettroporesi per isolamento delle vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale, comprensivo di introduttore deflettibile e relativi cavi di connessione			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Presenza di sensore magnetico per l'integrazione con sistema di mappaggio dedicato	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
Tipologia dell'onda energetica erogata (bipolare e/o bifasica)	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche del tipo di onda erogata	15
Possibilità di apertura superiore a 30 mm	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10
Caratteristiche tecniche dell'estremità dell'elettrocateri	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dell'estremità dell'elettrocateri	10
Corpo dell'introduttore trasparente	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10
Qualità materiale introduttore	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	10
LOTTO 13 - Elettrocateri esofagei dotati di sensori per monitoraggio della temperatura esofagea			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Atraumaticità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell'elettrocateri	20
Disponibilità di almeno 7 sensori per monitoraggio della temperatura sul catetere	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	20
Compatibilità con crioablazione	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
LOTTO 14 - Sonde ecografiche intracardiache con cavi di connessione			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Qualità immagini	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla qualità della visualizzazione delle cavità cardiache	20
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza della sonda	15
Stabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla bassa probabilità di	15

Fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

		dislocazione una volta posizionato	
Compatibilità ed integrazione con il sistema di mappaggio	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	10
LOTTO 15 - Kit per puntura transettale con guida a radiofrequenza			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Guida con corpo isolato	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10
Disponibilità guida pigtail	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
Preformabilità della curva del dilatatore	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla preformabilità della curva del dilatatore	15
Caratteristiche dell'energia erogata	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dell'energia erogata	10
Disponibilità di più curve del dilatatore	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla disponibilità di curve del dilatatore	20
LOTTO 16 - Kit per puntura transettale costituiti da introduttore ed ago			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Disponibilità varie tipologie di curve	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla disponibilità di curvature maggiormente appropriate alla tipologia di pazienti trattati	20
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'introduttore	20
Atraumaticità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità della punta dell'introduttore	15
Disponibilità repere radiopaco	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
LOTTO 17 - Sistemi di patch esterni di riferimento da applicare al paziente per compatibilità con sistema di mappaggio elettromagnetico ed ablazione			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Compatibilità del sistema composto da Patch e campo elettromagnetico con cateteri ablatori a radiofrequenza irrigati e non irrigati, con punta di varie dimensioni	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
Compatibilità del sistema con catetere a elettroporazione	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15

Fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

Compatibilità del sistema composto da Patch e campo elettromagnetico con catetere diagnostico ad alta densità	T	SI= 25 punti; NO= 0 punti	20
Stabilità e fissaggio della Patch alla cute del paziente	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla facilità d'uso e capacità adesiva dei patch	20
LOTTO 18 - Sistemi introduttori HBP per la stimolazione definitiva del fascio di His			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Disponibilità diverse curve	T	N≤3= 5 punti; N>3= 10 punti	10
Atraumaticità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell'introduttore	10
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	20
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'introduttore	20
Compatibilità con elettrocatetere stilettable	T	SI= 10 punti; NO= 0 punti	10
LOTTO 19 - Introduttori Steerable per il posizionamento di elettrocateteri per accesso al sistema vascolare per via transettale			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15
Tipologia del meccanismo di orientamento	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche del sistema di orientamento	20
Disponibilità modello bidirezionale	T	SI= 15 punti; NO= 0 punti	15
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'introduttore	20
LOTTO 20 - Introduttori Steerable per il posizionamento di elettrocateteri per accesso al sistema vascolare per via transettale compatibili e visualizzabili su sistema di mappaggio 3D			
Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15
Tipologia del meccanismo di orientamento	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche del sistema di orientamento	15
Disponibilità modello bidirezionale	T	SI= 20 punti; NO= 0 punti	15

Fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

Atramauticità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell'introduttore	10
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'introduttore	10

LOTTO 21 - Introduttori per cateteri angiografici valvolati con guaina di sterilità

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Atramauticità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell'introduttore	20
Manovrabilità	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'introduttore	20
Caratteristiche dei materiali	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche dei materiali del prodotto offerto	15
Disponibilità di calibri	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla disponibilità di calibri offerti	15

LOTTO 25 - Dispositivo emostatico completamente assorbibile a base di collagene di origine bovina e gentamicina

Descrizione del criterio	Modalità di attribuzione	Modalità di calcolo	Punteggio MAX
Caratteristiche del materiale	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche qualitative del materiale in termini di composizione e riassorbimento	20
Potere emostatico	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza del biotomo	15
Caratteristiche antimicrobiche	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla tipologia di antibiotico utilizzato come componente del dispositivo	15
Maneggevolezza e praticità d'uso	D	Il punteggio verrà stabilito in base alla maneggevolezza e praticità d'uso del dispositivo offerto in funzione della destinazione d'uso	10
Confezionamento	D	Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche del confezionamento e della relativa facilità di apertura	10

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI
PER ELETTROFISIOLOGIA**

ALLEGATO 6

SCHEMA OFFERTA TECNICA_CARATTERISTICHE MINIME

Il/la sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

in nome del concorrente _____

con sede legale in _____ (_____),

Via _____, n. _____, CAP _____, Tel _____,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

e-mail _____, Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi.

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c.

DICHIARA

Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
1	Elettrocateri diagnostici quadripolari e decapolari per studi elettrofisiologici a curva fissa con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: Disponibilità da 6 Fr; . Disponibilità varie curvature per anatomie complesse; Corpo in blend di poliuretani, pebax o materiale analogo; Disponibilità modelli con diverse spaziatura interelettrodeiche.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
2	Elettrocateri diagnostici quadripolare e decapolari orientabili, in poliuretano, pebax o materiale analogo, con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: Diametro minimo 6 Fr; Manipolo a pistone di tipo Push-Pull o Rotazionale; Elettrodi in platino e/o platino-iridio.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
3	Elettrocateri diagnostici decapolari orientabili, monodirezionali, in poliuretano, pebax o materiale analogo, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica, con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: Diametro minimo 7 Fr; Manipolo a pistone di tipo Push-Pull o Rotazionale; Presenza di sensore magnetico compatibile con sistema di ricostruzione elettroanatomica	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					

LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
4	Elettrocateri circolari multipolari, per il mappaggio delle vene polmonari, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica. Caratteristiche minime: Diametro minimo 7 Fr; Disponibilità di diversi diametri/diametro variabile; Meccanismo orientamento meccanico micrometrico bidirezionale o push and pull.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
5	Elettrocateri multipolari per mappaggio ad alta densità, curva attiva, dotati di almeno 14 elettrodi, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica, con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Corpo catetere max 8.5 Fr; 2. Meccanismo di orientamento meccanico micrometrico o push and pull.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
6	Elettrocateri per mappaggio ad alta densità con tecnologia contact e sensore magnetico, compatibili con sistema di mappaggio elettromagnetico delle camere cardiache. Caratteristiche minime: 1. Elettrocaterere mappante con numero minimo di 20 poli; 2. Corpo del catetere max 8,5 Fr;3. Presenza di sensore magnetico per compatibilità con sistema di mappaggio.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

Fornitura di dispositivi medici per Elettrofisiologia

7	<p>Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica. Caratteristiche minime:</p> <p>1. Manipolo push and pull o micrometrico bidirezionale a bilanciata; 2. Possibilità di diverse curve; 3. Corpo dell'elettrocateri in poliuretano o materiale similare.</p> <p>Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'elettrocateri, laddove la ditta aggiudicataria le abbia disponibili.</p>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
8	<p>Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm, fori multipli, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica e relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime:</p> <p>1. Manipolo push and pull o micrometrico bidirezionale con bilanciata 2. Possibilità di diverse curve; 3. Sensore magnetico in punta</p> <p>Si richiedono in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza possibilmente con piastre necessarie per utilizzo dell'elettrocateri, eventuale sistema di mappaggio e pompa peristaltica comprensiva di deflussori dedicati</p>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
9	<p>Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm con microelettrodi in punta, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica e relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime:</p> <p>1. Manipolo push and pull o micrometrico bidirezionale con bilanciata; 2. Possibilità di diverse curve; 3. Presenza di sensore di forza o contatto.</p>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		

Fornitura di dispositivi medici per Elettrofisiologia

	Si richiedono in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'etrocatetere e pompa peristaltica comprensiva di deflussori dedicati.				
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
10	Elettrocateri per crioablazione focale, quadripolari con punta da 4 mm e 8 mm con relativi cavi di connessione. Disponibilità di diverse curve. Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di crioablazione.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
11	Elettrocateri orientabili a pallone per crioablazione per vene polmonari con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Introduttore orientabile dedicato;2. Catetere di mappaggio circolare provvisto di minimo 8 elettrodi. Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di crioablazione.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
12	Elettrocateri multielettrodo per ablazione con tecnologia elettroporesi per isolamento delle vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale, comprensivo di introduttore deflettibile e relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Elettrocateri multielettrodo. Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore a radiofrequenza per lo svolgimento della procedura e relativi sistemi di connessione.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					

Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
13	Elettrocatereteri esofagei dotati di sensori per monitoraggio della temperatura esofagea con relativi cavi di connessione. Si richiede macchinario per controllo temperatura in comodato d'uso gratuito.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
14	Sonde ecografiche intracardiache per la visualizzazione delle strutture endocardiche in alta risoluzione a 360° del piano ortogonale al trasduttore. Caratteristiche minime: 1. Diametro massimo 10 Fr;2. Visualizzazione delle strutture endocardiche in alta risoluzione.Si richiede in dotazione macchinario in comodato d'uso gratuito.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
15	Kit per puntura transettale con guida a radiofrequenza ed introduttore dedicato steerable. Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'etrotcatetere, laddove la ditta aggiudicataria le abbia disponibili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
16	Kit per puntura transettale costituito da introduttore ed ago.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		

Fornitura di dispositivi medici per Elettrofisiologia

	Caratteristiche minime: 1. Diametro minimo 8,5 Fr; 2. Lunghezza ago minima da 71 cm; 3. Materiale corpo ago acciaio inossidabile				
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
17	Sistemi di patch esterni di riferimento da applicare al paziente per compatibilità con sistema di mappaggio elettromagnetico ed ablazione con eventuale possibilità di effettuare la ricostruzione della geometria 3D delle camere cardiache. Caratteristiche minime: 1. Presenza di almeno 6 elettrodi di superficie per registrazione di segnali per riferimento del sistema di mappaggio. Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di mappaggio per l'utilizzo del Patch e relativi sistemi di connessione.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
18	Sistemi introduttori HBP per la stimolazione definitiva del fascio di His Caratteristiche minime: 1. Disponibilità di diverse curve e lunghezze; 2. Compatibilità del sistema con la maggior parte degli elettrocateretri disponibili sul mercato.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
19	Introduttori Steerable per il posizionamento di elettrocateretri per accesso al sistema vascolare per via transettale Caratteristiche minime: 1. Lume interno da 8,5 Fr e lunghezza da 700 a 900 mm ca; 2. Disponibilità di diversi tipi di curve.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		

LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
20	Introduttori Steerable per il posizionamento di elettrocatereteri per accesso al sistema vascolare per via transettale compatibili e visualizzabili su sistema di mappaggio 3D. Caratteristiche minime: 1. Diametro massimo 12 Fr; 2. Disponibilità di diversi tipi di curve.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
21	Introduttori per cateteri angiografici valvolati con dilatatore realizzato in polietilene e miniguida, disponibili nei calibri da 4 a 11 F , con sistema di blocco di sicurezza. Caratteristiche minime: 1. Miniguida in acciaio punta J, lunghezza almeno 45 cm; 2. Lunghezza della cannula circa 11 cm.				
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
22	Piastreradiotrasparentimonouso, multifunzione per shock transtoracico e stimolazione cardiaca transcutanea (in dotazione cavi di connessione esterna radiotrasparenti) compatibili con defibrillatori Medtronic modello Lifepack 12 e HP modello M1722B. La compatibilità dovrà essere certificata da attestazione di equivalenza funzionale alle piastreradiotrasparenti originali. Caratteristiche minime: 1. Radiotrasparenza; 2. Adesività alla cute del paziente; 3. Certificate in classe IIb.				
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
23	Piastreradiotrasparentimonouso senza cavetto, compatibili con tutti i generatori presenti sul mercato. SUB A: Piastreradiotrasparentimonouso superficie conduttiva				

Fornitura di dispositivi medici per Elettrofisiologia

	130 cmq ca SUB B: Piastre bipartite per adulto superficie conduttiva 130 cmq ca				
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Si/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)	
24	Soluzione antimicrobica a base di taurolidina al 2% al fine di ridurre l'insorgere del biofilm dopo impianto di dispositivo medico cardiaco e di proteggerlo preventivamente dalle conseguenti infezioni batteriche. Flacone da 100 ml ca.				
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Si/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)	
25	Dispositivo emostatico completamente assorbibile a base di collagene di origine bovina e gentamicina utilizzato per contrastare eventuali emorragie nelle diverse procedure chirurgiche in aree ad alto rischio di infezioni e in elettrofisiologia nella prevenzione dell'infezione dei dispositivi quali pacemaker e defibrillatori impiantabili. SUB A: Misura 5 cm x 5 cm ca SUB B: Misura 10 cm x 10 cm ca				

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI
PER ELETTROFISIOLOGIA**

ALLEGATO 6

SCHEMA OFFERTA TECNICA_CARATTERISTICHE MINIME

Il/la sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

in nome del concorrente _____

con sede legale in _____ (_____),

Via _____, n. _____, CAP _____, Tel _____,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

e-mail _____, Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi.

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c.

DICHIARA

Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
1	Elettrocateri diagnostici quadripolari e decapolari per studi elettrofisiologici a curva fissa con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: Disponibilità da 6 Fr; . Disponibilità varie curvature per anatomie complesse; Corpo in blend di poliuretani, pebax o materiale analogo; Disponibilità modelli con diverse spaziatura interelettrodeiche.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
2	Elettrocateri diagnostici quadripolare e decapolari orientabili, in poliuretano, pebax o materiale analogo, con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: Diametro minimo 6 Fr; Manipolo a pistone di tipo Push-Pull o Rotazionale; Elettrodi in platino e/o platino-iridio.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
3	Elettrocateri diagnostici decapolari orientabili, monodirezionali, in poliuretano, pebax o materiale analogo, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica, con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: Diametro minimo 7 Fr; Manipolo a pistone di tipo Push-Pull o Rotazionale; Presenza di sensore magnetico compatibile con sistema di ricostruzione elettroanatomica	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					

LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
4	Elettrocateri circolari multipolari, per il mappaggio delle vene polmonari, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica. Caratteristiche minime: Diametro minimo 7 Fr; Disponibilità di diversi diametri/diametro variabile; Meccanismo orientamento meccanico micrometrico bidirezionale o push and pull.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
5	Elettrocateri multipolari per mappaggio ad alta densità, curva attiva, dotati di almeno 14 elettrodi, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica, con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Corpo catetere max 8.5 Fr; 2. Meccanismo di orientamento meccanico micrometrico o push and pull.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
6	Elettrocateri per mappaggio ad alta densità con tecnologia contact e sensore magnetico, compatibili con sistema di mappaggio elettromagnetico delle camere cardiache. Caratteristiche minime: 1. Elettrocateri mappante con numero minimo di 20 poli; 2. Corpo del catetere max 8,5 Fr; 3. Presenza di sensore magnetico per compatibilità con sistema di mappaggio.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

Fornitura di dispositivi medici per Elettrofisiologia

7	<p>Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica. Caratteristiche minime:</p> <p>1. Manipolo push and pull o micrometrico bidirezionale a bilanciata; 2. Possibilità di diverse curve; 3. Corpo dell'elettrocateri in poliuretano o materiale similare.</p> <p>Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'elettrocateri, laddove la ditta aggiudicataria le abbia disponibili.</p>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
8	<p>Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm, fori multipli, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica e relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime:</p> <p>1. Manipolo push and pull o micrometrico bidirezionale con bilanciata 2. Possibilità di diverse curve; 3. Sensore magnetico in punta</p> <p>Si richiedono in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza possibilmente con piastre necessarie per utilizzo dell'elettrocateri, eventuale sistema di mappaggio e pompa peristaltica comprensiva di deflussori dedicati</p>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
9	<p>Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm con microelettrodi in punta, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica e relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime:</p> <p>1. Manipolo push and pull o micrometrico bidirezionale con bilanciata; 2. Possibilità di diverse curve; 3. Presenza di sensore di forza o contatto.</p>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		

Fornitura di dispositivi medici per Elettrofisiologia

	Si richiedono in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'etrocatetere e pompa peristaltica comprensiva di deflussori dedicati.				
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
10	Elettrocateri per crioablazione focale, quadripolari con punta da 4 mm e 8 mm con relativi cavi di connessione. Disponibilità di diverse curve. Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di crioablazione.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
11	Elettrocateri orientabili a pallone per crioablazione per vene polmonari con relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Introduttore orientabile dedicato;2. Catetere di mappaggio circolare provvisto di minimo 8 elettrodi. Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di crioablazione.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
12	Elettrocateri multielettrodo per ablazione con tecnologia elettroporesi per isolamento delle vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale, comprensivo di introduttore deflettibile e relativi cavi di connessione. Caratteristiche minime: 1. Elettrocateri multielettrodo. Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore a radiofrequenza per lo svolgimento della procedura e relativi sistemi di connessione.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					

Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
13	Elettrocatereteri esofagei dotati di sensori per monitoraggio della temperatura esofagea con relativi cavi di connessione. Si richiede macchinario per controllo temperatura in comodato d'uso gratuito.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
14	Sonde ecografiche intracardiache per la visualizzazione delle strutture endocardiche in alta risoluzione a 360° del piano ortogonale al trasduttore. Caratteristiche minime: 1. Diametro massimo 10 Fr;2. Visualizzazione delle strutture endocardiche in alta risoluzione.Si richiede in dotazione macchinario in comodato d'uso gratuito.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
15	Kit per puntura transettale con guida a radiofrequenza ed introduttore dedicato steerable. Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'etrotcatetere, laddove la ditta aggiudicataria le abbia disponibili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
16	Kit per puntura transettale costituito da introduttore ed ago.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		

Fornitura di dispositivi medici per Elettrofisiologia

	Caratteristiche minime: 1. Diametro minimo 8,5 Fr; 2. Lunghezza ago minima da 71 cm; 3. Materiale corpo ago acciaio inossidabile				
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
17	Sistemi di patch esterni di riferimento da applicare al paziente per compatibilità con sistema di mappaggio elettromagnetico ed ablazione con eventuale possibilità di effettuare la ricostruzione della geometria 3D delle camere cardiache. Caratteristiche minime: 1. Presenza di almeno 6 elettrodi di superficie per registrazione di segnali per riferimento del sistema di mappaggio. Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di mappaggio per l'utilizzo del Patch e relativi sistemi di connessione.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
18	Sistemi introduttori HBP per la stimolazione definitiva del fascio di His Caratteristiche minime: 1. Disponibilità di diverse curve e lunghezze; 2. Compatibilità del sistema con la maggior parte degli elettrocateretri disponibili sul mercato.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
19	Introduttori Steerable per il posizionamento di elettrocateretri per accesso al sistema vascolare per via transettale Caratteristiche minime: 1. Lume interno da 8,5 Fr e lunghezza da 700 a 900 mm ca; 2. Disponibilità di diversi tipi di curve.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		

LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
20	Introduttori Steerable per il posizionamento di elettrocatereteri per accesso al sistema vascolare per via transettale compatibili e visualizzabili su sistema di mappaggio 3D. Caratteristiche minime: 1. Diametro massimo 12 Fr; 2. Disponibilità di diversi tipi di curve.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
21	Introduttori per cateteri angiografici valvolati con dilatatore realizzato in polietilene e miniguida, disponibili nei calibri da 4 a 11 F , con sistema di blocco di sicurezza. Caratteristiche minime: 1. Miniguida in acciaio punta J, lunghezza almeno 45 cm; 2. Lunghezza della cannula circa 11 cm.				
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
22	Piastreradiotrasparenti monouso, multifunzione per shock transtoracico e stimolazione cardiaca transcutanea (in dotazione cavi di connessione esterna radiotrasparenti) compatibili con defibrillatori Medtronic modello Lifepack 12 e HP modello M1722B. La compatibilità dovrà essere certificata da attestazione di equivalenza funzionale alle piastreradiotrasparenti originali. Caratteristiche minime: 1. Radiotrasparenza; 2. Adesività alla cute del paziente; 3. Certificate in classe IIb.				
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)		SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
23	Piastreradiotrasparenti dispersive per elettrochirurgia radiotrasparenti monouso senza cavetto, compatibili con tutti i generatori presenti sul mercato. SUB A: Piastreradiotrasparenti monopartite per adulto superficie conduttiva				

	130 cmq ca SUB B: Piastre bipartite per adulto superficie conduttiva 130 cmq ca				
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Si/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)	
24	Soluzione antimicrobica a base di taurolidina al 2% al fine di ridurre l'insorgere del biofilm dopo impianto di dispositivo medico cardiaco e di proteggerlo preventivamente dalle conseguenti infezioni batteriche. Flacone da 100 ml ca.				
LOTTO	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Si/No)	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)	
25	Dispositivo emostatico completamente assorbibile a base di collagene di origine bovina e gentamicina utilizzato per contrastare eventuali emorragie nelle diverse procedure chirurgiche in aree ad alto rischio di infezioni e in elettrofisiologia nella prevenzione dell'infezione dei dispositivi quali pacemaker e defibrillatori impiantabili. SUB A: Misura 5 cm x 5 cm ca SUB B: Misura 10 cm x 10 cm ca				

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI
MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA**

ALLEGATO 6
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA “BUSTA “C”

DA FIRMARE DIGITALMENTE
DOVRA' ESSERE PREDISPOSTO E CARICATO A SISTEMA UN DISTINTO SCHEMA
PER OGNI LOTTO DI PARTECIPAZIONE

Esempio per il Lotto 1 dovrà essere compilato esclusivamente la tabella
corrispondente al lotto medesimo, eliminando le tabelle relative ai rimanenti lotti.

Il/la sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

in nome del concorrente _____

con sede legale in _____ (_____),

Via _____, n. _____, CAP _____, Tel _____,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

e-mail _____, Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna;
- che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € _____, __ = (_____/__)
- che il prezzo offerto è onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;

Che la percentuale di Iva applicata è per il Lotto n. __ pari al __.

LOTTO 1 - Elettrocateri diagnostici quadripolari e decapolari per studi elettrofisiologici a curva fissa
Base d'asta triennale € 117.300,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Elettrocateri diagnostici quadripolari e decapolari per studi elettrofisiologici a curva fissa	690						
Importo complessivo dell'offerta in cifre								

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

<i>massimo due decimali</i>	
-------------------------------------	--

LOTTO 2 - Elettrocateri diagnostici quadripolare e decapolari orientabili

Base d'asta triennale € 324.000,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerta	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Elettrocateri diagnostici quadripolare	900						

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

	e decapolari orientabili							
<i>Importo complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali</i>								

LOTTO 3 - Elettrocateri diagnostici decapolari orientabili, monodirezionali, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica

Base d'asta triennale € 192.000,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Elettrocateri diagnostici decapolari orientabili, monodirezionali, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica	240						
Importo complessivo								

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

*dell'offerta
a in cifre
massimo
due
decimali*

--

LOTTO 4 - Elettrocateri circolari multipolari, per il mappaggio delle vene polmonari, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica

Base d'asta triennale € 116.200,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Elettrocateri per mappaggio ad alta densità con tecnologia contact e sensore magnetico, compatibili con sistema di mappaggio elettromagnetico delle camere cardiache	18						
Importo								

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

*complessi
vo
dell'offerta
a in cifre
massimo
due
decimali*

LOTTO 5 - Elettrocatereteri multipolari per mappaggio ad alta densita', curva attiva, dotati di almeno 14 elettrodi, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica

Base d'asta triennale € 256.500,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice e prodotto offerta o	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
-----------	--------------------	---	--	--	--	--------------------------------------	--	----------------------------------

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

a	Elettrocateri multipolari per mappaggio ad alta densità, curva attiva, dotati di almeno 14 elettrodi, compatibili e visualizzabili con sistema di ricostruzione elettroanatomica	135						
Importo complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali								

LOTTO 6 - Elettrocateri per mappaggio ad alta densita`co

n tecnologia contact e sensore magnetico, compatibili con sistema di mappaggio elettromagnetico delle camere cardiache Base d'asta triennale € 1.035.000,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Elettrocateri per mappaggio ad alta densita` con tecnologia contact e sensore magnetico, compatibili con sistema di mappaggio elettromagnetico delle camere cardiache	345						
Importo								

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

<i>complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali</i>	
---	--

LOTTO 7 - Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica

Base d'asta triennale € 144.000,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta	60						

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

	da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'ettrocaterere, laddove la ditta aggiudicataria le abbia disponibili.

<i>Importo complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali</i>	<hr/>
--	-------

LOTTO 8 - Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica

Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5mm o 4 mm o 4,5mm , fori multipli, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica

Base d'asta triennale € 1.248.000,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da	480						

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

	3,5mm o 4 mm o 4,5mm , fori multipli, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnet ica							
<p>Si richiedono in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza possibilmente con piastre necessarie per utilizzo dell'ettrocaterere, eventuale sistema di mappaggio e pompa peristaltica comprensiva di deflussori dedicati.</p>								
<p><i>Importo complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali</i></p>								

LOTTO 9 - Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5 mm o 4 mm o 4,5 mm con microelettrodi in punta, compatibili con sistema di ricostruzione elettromagnetica

Base d'asta triennale € 315.000,00

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	<p>Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta da 4 mm o 8 mm, curva attiva, con presenza di sensore magnetico in punta, compatibile con sistemi di ricostruzione elettroanatomica</p> <p>Elettrocateri ablatori a radiofrequenza con punta raffreddata da 3,5mm o 4 mm o 4,5mm, fori multipli, compatibili con sistema di ricostruzione</p>	105						

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

	elettromagnetica							
Si richiedono in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'ettrocateretere e pompa peristaltica comprensiva di deflussori dedicati.								
Importo complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali								

LOTTO 10 - Elettrocateretere per crioablazione focale, quadripolari con punta da 4 mm e 8 mm

Base d'asta triennale € 52.500,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa	Totale riga (P x Q)
-----------	--------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

								(P)	
a	Elettrocateri per crioablazione focale, quadripolari con punta da 4 mm e 8 mm	15							
Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di crioablazione.									
Importo complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali									

LOTTO 11 - Elettrocateri orientabili a pallone per crioablazione per vene polmonari

Base d'asta triennale € 75.000,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Elettrocateri orientabili a pallone per crioablazione per vene polmonari	15						
Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di crioablazione.								
Importo complessivo dell'offerta in cifre	<hr style="width: 10%; margin: auto;"/>							

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

<i>massimo due decimali</i>	
-------------------------------------	--

LOTTO 12 - Elettrocateri multielettrodo per ablazione con tecnologia elettroporesi per isolamento delle vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale

Base d'asta triennale € 1.260.000,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Elettrocateri multielettrodo per ablazione con tecnologia	180						

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

	elettroporesi per isolamento delle vene polmonari nel trattamento della fibrillazione atriale							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore a radiofrequenza per lo svolgimento della procedura e relativi sistemi di connessione.

***Importo
complessi
vo
dell'offerta
a in cifre
massimo
due
decimali***

LOTTO 13 - Elettrocateri esofagei dotati di sensori per monitoraggio della temperatura esofagea

Base d'asta triennale € 21.000,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Elettrocateri esofagei dotati di sensori per monitoraggio della temperatura esofagea	30						
<p>Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore a radiofrequenza per lo svolgimento della procedura e relativi sistemi di connessione.</p>								
Importo complessivo	<p>_____</p>							

*dell'offerta
a in cifre
massimo
due
decimali*

LOTTO 14 - Sonde ecografiche intracardiache

Base d'asta triennale € 940.500,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Sonde ecografiche intracardiache	330						

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

Si richiede in dotazione macchinario in comodato d'uso gratuito.								
<i>Importo complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali</i>								

LOTTO 15 - Kit per puntura transettale con guida a radiofrequenza

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

Base d'asta triennale € 270.000,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Sonde ecografiche intracardiache	180						
<p>Si richiede in comodato d'uso gratuito generatore di radiofrequenza con piastre necessarie per utilizzo dell'etrocatetere, laddove la ditta aggiudicataria le abbia disponibili.</p>								
<p>Importo complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali</p>	<p>_____</p>							

***Importo
complessi
vo
dell'offerta
a in cifre
massimo
due
decimali***

LOTTO 17 - Sistemi di patch esterni di riferimento da applicare al paziente per compatibilità con sistema di mappaggio elettromagnetico ed ablazione con possibilità di effettuare la ricostruzione della geometria 3D

Base d'asta triennale € 450.000,00

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Sistemi di patch esterni di riferimento da applicare al paziente per compatibilità con sistema di mappaggio elettromagnetico ed ablazione con possibilità di effettuare la ricostruzione della geometria 3D	750						
Si richiede in comodato d'uso gratuito sistema di mappaggio per l'utilizzo del Patch e relativi sistemi di connessione.								
Importo complessivo								

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

<i>dell'offerta in cifre massimo due decimali</i>	
---	--

LOTTO 18 - Sistemi introduttori HBP per la stimolazione definitiva del fascio di His

Base d'asta triennale € 18.000,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Sistemi introduttori HBP per la stimolazione definitiva del fascio di His	30						

***Importo
complessi
vo
dell'offerta
a in cifre
massimo
due
decimali***

LOTTO 19 - Introduuttori steerable per il posizionamento di elettrocateri per accesso al sistema vascolare per via transettale

Base d'asta triennale € 27.000,00

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Introduttori steerable per il posizionamento di elettrocateri per accesso al sistema vascolare per via transettale	45						
Importo complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali								

LOTTO 20 - Introduuttori steerable per il posizionamento di elettrocateri per accesso al sistema vascolare per via transettale compatibili e visualizzabili su Sistema di mappaggio 3D

Base d'asta triennale € 45.000,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Introduuttori steerable per il posizionamento di elettrocateri per accesso al sistema vascolare per via transettale compatibili e	60						

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

	visualizzabili su Sistema di mappaggio 3D							
Importo complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali								

LOTTO 21 - Introduuttori per cateteri angiografici valvolati con guaina di sterilità

Base d'asta triennale € 54.000,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
-----------	--------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

a	Introduttori per cateteri angiografici valvolati con guaina di sterilità	3600						
<i>Importo complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali</i>								

**LOTTO 22 PIASTRE RADIOTRASPARENTI MONOUSO, MULTIFUNZIONE PER SHOCK
TRANSTORACICO E STIMOLAZIONE CARDIACA TRANSCUTANEA**

Base d'asta triennale € 48.000,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerta	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Piastra radiotrasparenti monouso, multifunzione per shock transtoracico e stimolazione cardiaca transcutanea	2400						
Importo complessivo dell'offerta								

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

<i>a in cifre massimo due decimali</i>	
--	--

**LOTTO 23 - Piastre dispersive per elettrochirurgia radiotrasparenti monouso senza cavetto,
compatibili con tutti i generatori presenti sul mercato**

Base d'asta triennale € 5.552,40

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice e prodotto offerta	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
-----------	--------------------	---	--	--	--	--------------------------------------	--	----------------------------------

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

a	Piastre monopartite per adulto superficie conduttiva 130 cmq ca	1500						
b	Piastre bipartite per adulto superficie conduttiva 130 cmq ca	4500						
<i>Importo complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali</i>								

LOTTO 24 - Soluzione antimicrobica

Base d'asta triennale € 22.500,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Soluzione antimicrobica	90						
<i>Importo complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali</i>								

LOTTO 25 - Dispositivo emostatico completamente assorbibile

Base d'asta triennale € 47.100,00

ID	Descrizione	Quantità Triennali (Q)	Codice prodotto offerto	CND Laddove applicabile	RDM Laddove applicabile	Nome commerciale prodotto	Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa (P)	Totale riga (P x Q)
a	Dispositivo emostatico completamente assorbibile Misura 5 cm x 5 cm ca	90						
b	Dispositivo emostatico completamente assorbibile Misura 10 cm x 10 cm	150						

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

	ca							
<i>Importo complessivo dell'offerta in cifre massimo due decimali</i>								

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER
ELETTROFISIOLOGIA**

**ALLEGATO 7
SCHEDA FORNITORE**

INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPARECCHIATURA

Tipologia: _____

Modello: _____

Produttore: _____

Nazione di produzione: _____

Importatore: _____

Fornitore: _____

Ditta incaricata della manutenzione, se diversa dal
concorrente: _____

Data inizio commercializzazione in Italia - Anno _____

Data di costruzione dell'apparecchio offerto -Anno _____

Periodo di garanzia assicurato dal produttore -Mesi _____

Periodo di garanzia assicurato dal fornitore -Mesi _____

Codice CIVAB _____

Codice CND _____

INFORMAZIONE SULLA MANUTENZIONE

• Ditta _____ incaricata _____ della _____ manutenzione, _____ se _____ diversa _____ dall'aggiudicataria

• Sede servizio di assistenza tecnica:

• Numero di addetti all'assistenza tecnica relativamente all'apparecchiatura proposta:

CONFORMITA' E NORME TECNICHE

Per dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione (incluso il software eventuale applicato)

- il dispositivo medico è conforme alla Direttiva 93/42 CEE e reca l'apposita marcatura CE (allegare dichiarazione): si no
- il dispositivo medico, in riferimento alla Direttiva 93/42 CEE, è così classificato:
classe 1 classe 2a classe 2b classe 3
- indicare la destinazione d'uso del costruttore: _____

- il dispositivo medico rispetta tutte le norme tecniche armonizzate che il fabbricante ha dichiarato di applicare volontariamente a seguito dei requisiti imposti dalla Direttiva 93/42 CEE:
si no indicare le norme particolari _____
- il dispositivo medico, qualora considerato apparecchiatura elettromedicale, è conforme alle norme tecniche CEI 62-5 e particolari ove esistenti (allegare dichiarazione): si no
- il dispositivo medico, qualora considerato apparecchiatura elettromedicale, in riferimento alla norma tecnica CEI 62-5 è così classificato:
classe: I II AI tipo: B BF CF
- Se l'apparecchiatura è di radiologia risponde ai criteri specifici di accettabilità (allegare dichiarazione):
 di cui al D.L. 187/2000

Per apparecchiature elettriche non biomediche

- L'apparecchiatura è conforme alla direttiva (allegare dichiarazione):
 CE 89/336
 CE 73/23 Norma di riferimento _____

DATI DIMENSIONALI/ALIMENTAZIONE

- Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): _____
_
- Peso: _____ Kg _____
- Tensione di alimentazione di rete: _____ Volt _____ Hz Fasi: _____
Potenza elettrica assorbita: _____ Watt _____ Ampere
- Alimentazione a pile/batterie: capacità di carica _____ Tempo di carica al 100%
_____ autonomie in ore al massimo assorbimento _____ reperibilità pile/batterie

- L'apparecchio necessita di alimentazione d'acqua _____ si no se si calda fredda

Portata (l/min): _____ Temperatura (° C): _____ Pressione (bar): _____
Caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua: _____

- Tipo, Portata, Temperatura, Pressione, Caratteristiche chimico-fisiche di fluidi particolari/bombole gas
eventualmente _____ richiesti:

ESIGENZE DI INSTALLAZIONE

- Assorbimento elettrico di spunto (Ampere): _____
- Calore disperso nell'ambiente: _____
- Limiti di temperatura ambientale di funzionamento: MIN: _____ °C MAX: _____ °C
- Limiti di umidità ambientale di funzionamento: MIN: _____ % MAX: _____ %

Fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia

Esigenza di alimentazione stabilizzata entro:

Esigenza di alimentazione ininterrotta (con UPS):

si

no

Infrastrutture particolari necessarie per l'installazione:

Ulteriori esigenze tecniche per l'installazione, il corretto funzionamento e l'uso sicuro dell'apparecchiatura (distribuzione gas, piastre di appoggio, areazione del locale, ecc.):

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA**

Lotto/i n. _____ CIG. N. _____

TRA

L’ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193
ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott.
_____, nato/a _____, Prov. _____, il
_____, domiciliato per la carica presso la sede aziendale, autorizzato
alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con
_____ (Azienda o Stazione Appaltante),

E

(se impresa singola)

La società _____ (in seguito per brevità Operatore Economico) con
sede legale in _____ Via/Piazza _____, n.
_____, CAP _____,
C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di
_____, al n. _____, rappresentata dal Sig.
_____ nato a _____ il _____, in qualità di legale
rappresentante/procuratore *(in caso di procuratore inserire dati procura speciale da
conservare in atti)*, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore
Economico.

(In caso di RTI):

La società _____ con sede legale in _____ Via/Piazza
_____, n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA

_____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante (*in caso di procuratore inserire dati procura speciale da conservare in atti*), domiciliato per il presente atto presso la sede della società stessa.

La predetta società _____ interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito denominato Operatore Economico) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo, la società ____ _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____,

e la società _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 68 del Codice dei contratti (*se per atto pubblico*) ai rogiti del Notaio Dott. _____, n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta in data _____ (*se per scrittura privata autenticata*) mediante scrittura privata in data _____ autenticata dal Notaio Dott.

_____, n. _____ Repertorio, conservata in atti.

(Operatore Economico o Appaltatore).

PREMESSO CHE

a. L'Azienda ASL Roma 1, con Deliberazione n. _____ del _____, ha indetto una procedura di gara ai sensi

dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisizione della FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, ripartita in n. _____ lotti;

b. Il Disciplinare di gara per i lotti di cui trattasi prevede la sottoscrizione di un Accordo Quadro da stipularsi con i concorrenti classificati ai primi quattro posti nella graduatoria definitiva;

Con con Deliberazione n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione dei seguenti lotti: _____, mentre per i Lotti ...sono stati individuati i primi quattro classificati;

che tra i primi quattro classificati per i lotti... risulta

c. L'Operatore Economico ha prestato la cauzione definitiva sotto forma di _____ ;

d) Nei confronti dell'Operatore Economico è stata acquisita l'informativa (o comunicazione *scegliere*) antimafia liberatoria mediante la BDNA

Oppure

Per comunicazione: Nei confronti dell'Operatore Economico è stata richiesta la comunicazione antimafia mediante BDNA, la procedura risulta in istruttoria, si procede, pertanto avvalendosi dell'apposita dichiarazione di insussistenza delle

cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 ss. mm. ii, sussistendo i presupposti indicati in tale norma.

per informativa: Nei confronti dell'Operatore Economico è stata richiesta l'informazione antimafia mediante la BDNA, la procedura risulta in istruttoria, si procede, pertanto, in assenza dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 3 del D. L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020 .

f) qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91 comma 6 del D. Lgs. 159/2011 siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto, sarà disposto il recesso dello stesso fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite con le eccezioni di cui all'art. 92 comma 3 del predetto Decreto;

g. l'Operatore Economico, sottoscrivendo il presente accordo quadro, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio/fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso .

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro. Convengono, altresì, che il

Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, il Patto di integrità, l'Informativa privacy, la Nomina Responsabile Esterno del Trattamento, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, anche se non materialmente allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. L'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente accordo quadro si impegna a sottoscrivere i singoli contratti attuativi, che secondo le modalità individuate dal Disciplinare di gara e dal capitolato tecnico, si sostanzieranno in ordinativi di fornitura;

Articolo 2 Oggetto e importo

1. L'accordo quadro disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento della fornitura di:

2. Lotto n. _____ Oggetto _____ Importo _____.

3. Con il presente accordo quadro l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Roma 1 ad eseguire le forniture, così come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____, IVA esclusa oltre Euro pari a zero per oneri della sicurezza per rischi interferenziali, tenendo delle percentuali minime riportate negli atti di gara.

4. Per il presente affidamento la Stazione Appaltante non ha redatto il DUVRI (Documento Unico di valutazione Rischi da Interferenza) come risulta dalla documentazione di gara e per le ragioni lì espresse.

Articolo 3 Durata del contratto

1. La durata dell'accordo quadro è di trentasei mesi dalla data di stipula.
2. L'accordo quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. Opzione di proroga: La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l'accordo quadro per una durata massima di mesi sei ai prezzi, patti e condizioni stabilite nel presente contratto, l'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato almeno tre mesi prima della scadenza all'affidatario.
4. Opzione di rinnovo dell'accordo quadro: la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto, anche parzialmente per singoli lotti, previa rinegoziazione delle condizioni economiche, per una durata pari a dodici mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno ... [indicare i giorni/mesi] prima della scadenza del contratto.

Articolo 4 Utilizzazione dell'Accordo Quadro e modalità di conclusione degli ordini di

Fornitura

1. Il presente Accordo Quadro è utilizzato mediante l'emissione di singoli ordini di fornitura entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro.
2. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, i singoli ordini di fornitura si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi ordini inoltrati dall'Ente.
3. Gli ordini dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) l'importo della Fornitura
- b) le specifiche tecniche della;
- c) indirizzo e termini di consegna;
- d) i riferimenti per la fatturazione;
- e) il CIG della procedura;

Art. 5 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente

all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL Roma 1 assumendosene il medesimo Operatore Economico ogni relativa alea.

5. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Roma 1 e da terzi autorizzati.

7. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 6 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico

1. L'Operatore Economico si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a porre in essere le forniture in base a quanto prescritto dal Capitolato tecnico, nonché a:

a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'ASL Roma 1, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza

sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;

b. manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle forniture oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

e. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

g. utilizzare, per l'erogazione delle forniture personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Operatore Economico si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione.

i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ASL Roma 1, per quanto di rispettiva ragione

Articolo 7 Modalità e termini di esecuzione della prestazione

1. L'Operatore Economico si obbliga a svolgere le prestazioni richieste secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dall'Operatore Economico in sede di gara pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Roma 1.

3. L'erogazione di ciascuna forniture si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Articolo 8 Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Le verifiche sulle forniture avverranno secondo quanto prescritto dal Capitolato tecnico.

2. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

3. Qualora la qualità e quantità delle forniture richieste non sia conforme, trova applicazione quanto espressamente sancito dal Capitolato tecnico al paragrafo "Controlli sulle forniture"

Articolo 9 Corrispettivi contrattuali e anticipazioni

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Operatore Economico dall'ASL Roma 1 per l'affidamento delle forniture oggetto del presente accordo quadro sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti ai prodotti di cui all'offerta economica.

2. Ai sensi dell'art. 125 del Codice sul valore del contratto di appalto è stato calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il corrispettivo dovuto all'Operatore Economico, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le seguenti modalità:

_____.

4. All'esito positivo della verifica di conformità comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

5. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma1.

6. Tutti gli oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e

remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall' Operatore Economico in ragione del presente appalto.

7.I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea.

8.Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

9. L'Operatore Economico non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 10 Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza _____ . ed esclusivamente in formato elettronico Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all'art.11 del Codice dei contratti.

2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 2 luglio 2019 "Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei

crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00032 del 30.01.2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte.

3. Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico, intestata all'ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

4. L'Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere all'Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L'Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.

6. Rimane inteso che l'ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione.

7. L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore Economico può sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 11 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono _____.

3. L'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. L'Operatore Economico si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.e a darne evidenza alla Stazione Appaltante, obbligandosi, altresì, a fornire copia delle fatture e dei bonifici relativi effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti i CIG di riferimento.

6. L'Operatore Economico, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

7. *(Ove l'Operatore economico abbia fatto richiesta di subappalto in fase di gara)*

L'ASL Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

8. Con riferimento ai subcontratti, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere all'ASL Roma 1, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti apposta dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'ASL Roma 1 richiedere copia del contratto tra l'Operatore Economico ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.ì.

Articolo 12 Trasparenza

1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni

rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13 Penali

1. Qualora durante lo svolgimento della fornitura si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o del capitolato o rilievi per negligenza nell'espletamento della fornitura, l'ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l'Operatore Economico all'esatta esecuzione della fornitura. Quest'ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno provocato dalla condotta omissiva o non conforme dell'Operatore Economico e il diritto ad acquistare la merce non consegnata o non sostituita se non conforme, sul libero mercato, addebitando all'Appaltatore l'eventuale differenza di prezzo.

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e di capitolato, per ciascuna carenza rilevata, l'ASL Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

a) In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini indicati nel capitolato o nell'offerta tecnica si applicherà una penale pari a (tra 0,5 e

1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale) per ogni giorno di ritardo;

b) In caso di prestazione resa non conformemente alle prescrizioni di capitolato o dell'offerta tecnica si applicherà una penale pari a (tra 0,5 e 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale) per ogni giorno di inadempimento;

c) *(Altro in base al tipo di appalto)* _____

3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione della fornitura, della manutenzione correttiva e programata deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via PEC con la conseguente esecuzione d'ufficio della penale.

4. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

5. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della garanzia.

Articolo 14 Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con il presente accordo quadro l'Operatore Economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice dei contratti, ha costituito a favore dell'ASL Roma 1 cauzione definitiva mediante polizza fideiussori (o bancaria) n. _____ con la quale la Compagnia (istituto di credito) _____ si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione

nell'interesse dell'Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro _____(2% importo accordo quadro) .

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore Economico.

3. Per ogni contratto attuativo (ordine di fornitura) dovrà essere rilasciata una garanzia pari al ... (può anche essere inferiore al 10%) del valore dell'ordinativo stesso.

Art.15

Riservatezza

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma 1, ha

facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti.

7. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16 Danni, responsabilità civile

1. L'Operatore Economico dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. L'Operatore Economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'ASL Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

3. Come specificato, aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.

4. L'Operatore Economico, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'ASL Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.

5. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola

l'ASL Roma 1, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 17 Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 122 del Codice dei contratti e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, la stazione appaltante può risolvere l'accordo quadro e i relativi ordinativi di fornitura senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La stazione appaltante risolve il contratto, altresì, qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o

più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro II.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

b). Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente

eseguiti.

5. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 , le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

6. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

7 Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

8. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta

salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

9 In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

10. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione .

Articolo 18 Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice dei contratti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante

una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto tramite pec con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 19 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'ASL Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio/fornitura.

3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei

suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

5. L'Impresa dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio/fornitura oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio/fornitura de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'ASL Roma 1 lo chieda:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del Codice dei contratti a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

7. L'Operatore economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL Roma 1, scaricabile dal sito _____ pena la risoluzione del contratto.

Articolo 20 (*Ove necessario*) Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Operatore Economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL Roma 1 una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Operatore Economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ASL Roma. L'ASL Roma 1 si impegna ad informare prontamente l'Operatore Economico delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'ASL Roma 1 quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi/forniture erogati.

Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL

Roma 1.

3. In ogni caso l'ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore Economico all'ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22 Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d del Codice dei contratti.. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da

corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 23 Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'Operatore Economico può affidare in subappalto, , l'esecuzione delle seguenti prestazioni:.... per un importo di

previa autorizzazione della stazione appaltante.;

2.L'Operatore Economico deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, congiuntamente alle dichiarazioni del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.

3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

4. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

5. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell'art. 119

6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti.

7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti

casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

8. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. Al subappalto si applicano integralmente le previsioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora l'Operatore Economico non l'abbia richiesto in offerta)

L'Operatore Economico ha dichiarato in fase di gara di non voler subappaltare le

prestazioni oggetto del presente accordo quadro, è, pertanto, vietato, ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti, il subappalto.

Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. L'Operatore Economico riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte interessata, secondo le disposizioni D.P.R. 131/1986 ss. mm. ii.

3. Il presente accordo quadro è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Articolo 25 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, l'Operatore Economico dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli.

L'Operatore Economico dichiara, altresì, che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale, o altre situazioni che possono generare conflitto di interessi tra i titolari, gli amministratori, i dirigenti e i

dipendenti della stazione appaltante.

Articolo 26 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. .

Articolo 27 Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: DUVRI (*ove previsto*), Capitolato speciale, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dell'Operatore Economico, Cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo 13 Cauzione definitiva.

Letto approvato e sottoscritto, Lì _____

Per l'ASL ROMA 1

Per l'Operatore Economico

Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma e 1342 del codice civile il sig.

_____ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e

dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare

incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e

condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma

restando la inderogabilità delle norme contenute nel disciplinare di gara e relativi

allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della prestazione, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi contrattuali e anticipazioni, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva (*se previste*) e polizze assicurative, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 16 Danni, responsabilità civile, Articolo 17 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 18 Recesso, Articolo 19 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 22 Cessione di credito e contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 25 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse, Articolo 26 Foro competente.

Per l'Operatore Economico NUMERAZIONE DA CORREGGERE

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI

MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA

Lotto/i n. _____ CIG. N. _____

TRA

L’ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193

ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott.

_____, nato/a _____, Prov. _____, il

_____, domiciliato per la carica presso la sede aziendale, autorizzato

alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con

_____ (Azienda o Stazione Appaltante),

E

(se impresa singola)

La società _____ (in seguito per brevità Operatore Economico) con

sede legale in _____ Via/Piazza _____, n.

_____, CAP _____,

C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di

_____, al n. _____, rappresentata dal Sig.

_____ nato a _____ il _____, in qualità di legale

rappresentante/procuratore *(in caso di procuratore inserire dati procura speciale da*

conservare in atti), domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore

Economico.

(In caso di RTI):

La società _____ con sede legale in _____ Via/Piazza

_____, n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA

_____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante (*in caso di procuratore inserire dati procura speciale da conservare in atti*), domiciliato per il presente atto presso la sede della società stessa.

La predetta società _____ interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito denominato Operatore Economico) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo, la società _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____,

e la società _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 68 del Codice dei contratti (*se per atto pubblico*) ai rogiti del Notaio Dott. _____, n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta in data _____ (*se per scrittura privata autenticata*) mediante scrittura privata in data _____ autenticata dal Notaio Dott.

_____, n. _____ Repertorio, conservata in atti.

(Operatore Economico o Appaltatore).

PREMESSO CHE

a. L'Azienda ASL Roma 1, con Deliberazione n. _____ del _____, ha indetto una procedura di gara ai sensi

dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisizione della FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, ripartita in n. _____ lotti;

b. Con con Deliberazione n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti dell'Operatore Economico ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 dei seguenti lotti: _____;

c. L'Operatore Economico ha prestato la cauzione definitiva sotto forma di _____ ;

d) Nei confronti dell'Operatore Economico è stata acquisita l'informativa (o comunicazione *scegliere*) antimafia liberatoria mediante la BDNA

Oppure

Per comunicazione: Nei confronti dell'Operatore Economico è stata richiesta la comunicazione antimafia mediante BDNA, la procedura risulta in istruttoria, si procede, pertanto avvalendosi dell'apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 ss. mm. ii, sussistendo i presupposti indicati in tale norma.

per informativa: Nei confronti dell'Operatore Economico è stata richiesta l'informazione antimafia mediante la BDNA, la procedura risulta in istruttoria, si

procede, pertanto, in assenza dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 3 del D. L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020 .

f) qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91 comma 6 del D. Lgs. 159/2011 siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto, sarà disposto il recesso dello stesso fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite con le eccezioni di cui all'art. 92 comma 3 del predetto Decreto;

g. l'Operatore Economico, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio/fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso .

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Convengono, altresì, che il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, il Patto di integrità, l'Informativa privacy, la Nomina Responsabile Esterno del Trattamento , l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, anche se non materialmente allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. .

2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è , regolato:
- dalle clausole del presente contratto, e dagli elaborati sopra menzionati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dalle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti) e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall' Operatore Economico nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Operatore Economico rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 Oggetto e importo

1. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento della fornitura di:
2. Lotto n. _____ Oggetto _____ Importo _____

aggiudicazione _____.

3. Con il presente contratto l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Roma 1 ad eseguire le forniture, così come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____, IVA esclusa oltre Euro pari a zero per oneri della sicurezza per rischi interferenziali.

4. Per il presente affidamento la Stazione Appaltante non ha redatto il DUVRI (Documento Unico di valutazione Rischi da Interferenza) come risulta dalla documentazione di gara e per le ragioni lì espresse anche se

3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Operatore Economico in sede di gara per i lotti di cui è risultato affidatario, di cui al paragrafo 2 ..

Articolo 3 Durata del contratto

1. La durata dell'affidamento è di trentasei mesi dalla stipula del presente contratto, la fornitura è effettuata secondo i tempi e modalità previsti nel Capitolato tecnico.

2. Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3. Opzione di proroga: La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima di mesi sei ai prezzi, patti e condizioni stabilite

nel presente contratto, l'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato almeno tre mesi prima della scadenza all'affidatario.

4. Opzione di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto, anche parzialmente per singoli lotti, previa rinegoziazione delle condizioni economiche, per una durata pari a dodici mesi . L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno ... [indicare i giorni/mesi] prima della scadenza del contratto.

Articolo 4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL Roma 1 assumendosene il medesimo Operatore Economico ogni relativa alea.

5. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Roma 1 e da terzi autorizzati.

7. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico

1. L'Operatore Economico si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a porre in essere le forniture in base a quanto prescritto dal Capitolato tecnico, nonché a:

a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita

e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'ASL Roma 1, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;

b. manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle forniture oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di proprietà vantati da terzi;

e. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

g. utilizzare, per l'erogazione delle forniture personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Operatore Economico si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione.

i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ASL Roma 1, per quanto di rispettiva ragione

Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della prestazione

1. L'Operatore Economico si obbliga a svolgere le prestazioni richieste secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti

presentati dall'Operatore Economico in sede di gara pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Roma 1.

3. L'erogazione di ciascuna forniture si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Le verifiche sulle forniture avverranno secondo quanto prescritto dal Capitolato tecnico.

2. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

3. Qualora la qualità e quantità delle forniture richieste non sia conforme, trova applicazione quanto espressamente sancito dal Capitolato tecnico al paragrafo "Controlli sulle forniture"

Articolo 8 Corrispettivi contrattuali e anticipazioni

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Operatore Economico dall'ASL Roma 1 per l'affidamento delle forniture oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti ai prodotti di cui all'offerta economica.

2. Ai sensi dell'art. 125 del Codice sul valore del contratto di appalto è stato

calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il corrispettivo dovuto all'Operatore Economico, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le seguenti modalità:
_____.

4. All'esito positivo della verifica di conformità comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

5. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma1.

6. Tutti gli oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del rapporto

contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall' Operatore Economico in ragione del presente appalto.

7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea.

8. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

9. L'Operatore Economico non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9 Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza _____ . ed esclusivamente in formato elettronico Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all'art.11 del Codice dei contratti.

2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno

essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 2 luglio 2019 "Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00032 del 30.01.2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte.

3. Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico, intestata all'ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

4. L'Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere all'Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L'Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.

6. Rimane inteso che l'ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del

corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione.

7. L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore Economico può sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non

esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono

_____.

3. L'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. L'Operatore Economico si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.e a darne evidenza alla Stazione Appaltante, obbligandosi, altresì, a fornire copia delle fatture e dei bonifici relativi effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti i CIG di riferimento.

6. L'Operatore Economico, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

7. *(Ove l'Operatore economico abbia fatto richiesta di subappalto in fase di gara)*

L'ASL Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto , sia inserita, a pena di

nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

8. Con riferimento ai subcontratti, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere all'ASL Roma 1, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti apposta dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'ASL Roma 1 richiedere copia del contratto tra l'Operatore Economico ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.ì.

Articolo 11 Trasparenza

1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione

della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 Penali

1. Qualora durante lo svolgimento della fornitura si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o del capitolato o rilievi per negligenza nell'espletamento della fornitura, l'ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l'Operatore Economico all'esatta esecuzione della fornitura. Quest'ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno provocato dalla condotta omissiva o non conforme dell'Operatore Economico e il diritto ad acquistare la merce non consegnata o non sostituita se non conforme, sul libero mercato, addebitando all'Appaltatore l'eventuale differenza di prezzo.

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e di capitolato, per ciascuna carenza rilevata, l'ASL Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e

risarcimento per eventuali danni:

a) In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini indicati nel capitolato o nell'offerta tecnica si applicherà una penale pari a (tra 0,5 e 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale) per ogni giorno di ritardo;

b) In caso di prestazione resa non conformemente alle prescrizioni di capitolato o dell'offerta tecnica si applicherà una penale pari a (tra 0,5 e 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale) per ogni giorno di inadempimento;

c) *(Altro in base al tipo di appalto)* _____

3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione della fornitura, della manutenzione correttiva e programata deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via PEC con la conseguente esecuzione d'ufficio della penale.

4. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

5. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della garanzia.

Articolo 13 Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Operatore Economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice dei contratti, ha costituito a favore dell'ASL

Roma 1 cauzione definitiva mediante polizza fideiussori (o bancaria) n. _____ con la quale la Compagnia (istituto di credito) _____ si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse dell'Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro _____.

(ove ricorrano i presupposti) L'importo è ridotto del _% in quanto l'affidatario è in possesso di certificazione di qualità _____ così come risulta dal certificato n. _____ presentato in copia e conservato in atti. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'ASL Roma 1.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore Economico.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali

4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

5. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato.

6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art.14 Verifica di conformità

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato dal RUP/DEC scegliere (in quest'ultimo caso deve provvedere a trasmetterlo al RUP) in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Articolo 15 Riservatezza

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti.
7. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16 Danni, responsabilità civile

1. L'Operatore Economico aggiudicatario dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L'Operatore Economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'ASL Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. Come specificato, aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.
4. L'Operatore Economico, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla

riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'ASL Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.

5. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l'ASL Roma 1, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 17 Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 122 del Codice dei contratti e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La stazione appaltante risolve il contratto, altresì, qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro II.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

b). Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il

contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

5. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 , le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

6. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

7 Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le

modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

8. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

9 In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

10. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione .

Articolo 18 Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice dei contratti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti

in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto tramite pec con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 19 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'ASL Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio/fornitura.

3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali,

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

5. L'Impresa dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio/fornitura oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio/fornitura de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'ASL Roma 1 lo chiedi:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del Codice dei contratti a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

7. L'Operatore economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL Roma 1, scaricabile dal sito _____ pena la risoluzione del contratto.

Articolo 20 (*Ove necessario*) Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Operatore Economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL Roma 1 una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Operatore Economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ASL Roma. L'ASL Roma 1 si impegna ad informare prontamente l'Operatore Economico delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'ASL Roma 1 quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi/forniture erogati.

Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le

modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Roma 1.

3. In ogni caso l'ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore Economico all'ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22 Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d del Codice dei contratti.. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 23 Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'Operatore Economico può affidare in subappalto, , l'esecuzione delle seguenti prestazioni:..... per un importo di
previa autorizzazione della stazione appaltante.;

2. L'Operatore Economico deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, congiuntamente alle dichiarazioni del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.

3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

4. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

5. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell'art. 119

6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del

Libro II del Codice dei contratti.

7 La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

8. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. Al subappalto si applicano integralmente le previsioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora l'Operatore Economico non l'abbia richiesto in offerta)

L'Operatore Economico ha dichiarato in fase di gara di non voler subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, è, pertanto, vietato, ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti, il subappalto.

Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. L'Operatore Economico riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte interessata, secondo le disposizioni D.P.R. 131/1986 ss. mm. ii.

3. Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Articolo 25 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, l'Operatore Economico dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro,

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli.

L'Operatore Economico dichiara, altresì, che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale, o altre situazioni che possono generare conflitto di interessi tra i titolari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della stazione appaltante.

Articolo 26 Foro competente

.Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. .

Articolo 27 Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Capitolato speciale, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dell'Operatore Economico, Cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo 13 Cauzione definitiva.

Letto approvato e sottoscritto, Lì _____

Per l'ASL ROMA 1

Per l'Operatore Economico

Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma e 1342 del codice civile il sig.

_____ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della prestazione, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi contrattuali e anticipazioni, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 16 Danni, responsabilità civile, Articolo 17 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 18 Recesso, Articolo 19 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 22 Cessione di credito e contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 25 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse, Articolo 26 Foro competente.

Per l'Operatore Economico

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER
ELETTROFISIOLOGIA**

ALLEGATO 9 – PATTO DI INTEGRITA'

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorrruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy ss.mm.ii.

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (di seguito "ASL RM 1" o "Titolare"), in persona del **legale rappresentante pro tempore, il ...**, **Titolare del trattamento dei dati personali**, avente sede legale in Borgo Santo Spirito n. 3 – 00193 (RM),

PREMESSO CHE

- l'ASL Roma 1, con Delibera n. ... del ..., ha adottato la proposta di deliberazione avente per oggetto "...";
- in virtù della summenzionata deliberazione, l'ASL Roma 1 ha aggiudicato il ... all'Operatore Economico ... per ...;
- il suddetto servizio di fornitura comporta, da parte della Società, un trattamento di dati personali di titolarità dell'ASL Roma 1;
- il Regolamento UE 2016/679, all'art. 4 identifica l'attività di trattamento come *"qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione"*;
- il Titolare del trattamento, in virtù di quanto sopra, intende designare la Società ... quale Responsabile del trattamento dei dati personali ex art.28 GDPR in relazione all'erogazione dei servizi come delineati nel bando di gara e nel contratto di servizio stipulato in data ... e nel quadro delle relazioni in essere con l'ASL RM 1;
- il Regolamento UE 2016/679 prevede all'art 28 che *"qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;

NOMINA

La Società ... (di seguito "Responsabile") quale **Responsabile del trattamento dei dati personali** ex art. 28 GDPR poiché ritenuta in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali dovrà uniformarsi e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Codice Privacy ss.mm.ii.

Finalità del trattamento:

Servizio di....

Categorie di dati trattati:

- (aggiungere categorie di dati trattati)

Categorie di interessati:

- (aggiungere categorie di interessati)

La Società ..., in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere ad uno o più sub-responsabili del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento previa autorizzazione scritta, specifica o generale, di quest'ultimo ai sensi dell'art. 28, par. 2, GDPR. Su tali altri sub-responsabili sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserverà l'intera responsabilità dell'adempimento nei confronti del Titolare.

Ad ogni modo, il Titolare del trattamento avrà la facoltà di opporsi, motivando tale opposizione, in merito all'attribuzione di uno specifico trattamento di dati personali ad un determinato sub-responsabile, chiedendone la sostituzione.

Il Responsabile del trattamento rende disponibile al Titolare l'elenco aggiornato dei sub-responsabili e degli amministratori di sistema specificando le attività di trattamento delegate e i dati identificativi dei sub-responsabili. Tale elenco sarà aggiornato in caso di modifiche riguardanti l'aggiunta e la sostituzione di sub-responsabili.

Il Responsabile manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti, anche in termini di danno reputazionale, in relazione ad una qualsiasi violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o della nomina derivante dalla propria condotta, ovvero dalla condotta dei propri dipendenti/sub-responsabili.

Il Responsabile del trattamento è tenuto allo svolgimento dei seguenti compiti e attività:

- Attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche ispettive periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;
- Trattare, per conto e in nome del Titolare del trattamento, i dati personali strettamente necessari all'espletamento della nomina;
- Collaborare con altri responsabili del trattamento del Titolare, su richiesta di quest'ultimo, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- Nominare per iscritto le persone fisiche autorizzate per designazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 GDPR e *2-quaterdecies* Codice Privacy e ss.mm.ii.;
- Dare istruzioni alle persone autorizzate per designazione in merito al corretto trattamento dei dati personali di titolarità di ASL Roma 1, nonché far rispettare gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati da parte dei soggetti che comunque entrano in contatto con i dati e le informazioni oggetto della nomina;
- Assicurarsi che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed

utilizzati in termini compatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei limiti in cui il trattamento sia necessario per l'erogazione del Servizio;

- Assicurarsi che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- Assicurarsi che i dati personali siano archiviati in una forma che ne consenta la rettifica, la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento e la cancellazione su richiesta del Titolare, e che consenta la conservazione in una forma che permetta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità trattamentali;
- Procedere al trattamento dei dati personali con la dovuta diligenza e comunque nel pieno rispetto della normativa privacy vigente e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, degli atti regolamentari del Titolare del trattamento;
- Collaborare con il Titolare del trattamento al fine di fornire le informazioni e gli aggiornamenti necessari, comunicare qualsiasi mutamento degli elementi della nomina, nonché la cessazione del trattamento di dati e informare tempestivamente di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy e ss.mm.ii. inerenti al trattamento di dati personali;
- Non comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli sopra menzionati;
- Adottare politiche interne e *policy privacy* che garantiscano un corretto trattamento dei dati personali da parte dei dipendenti del responsabile del trattamento, nonché prevedere misure atte a soddisfare i principi di necessità, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza secondo i paradigmi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione per impostazione predefinita (*privacy by default*);
- Adottare, redigere e aggiornare, in qualità di Responsabile del trattamento, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30, par. 2, GDPR per le operazioni di trattamento svolte per conto del Titolare;
- Trasmettere al Titolare una descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per evitare l'accesso non autorizzato, il trattamento non conforme o l'alterazione dei dati personali di cui ASL Roma 1 è Titolare del trattamento.

Tali misure comprendono, qualora fattibile e opportuno:

- la capacità di assicurare con ogni mezzo e misura la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi deputati al trattamento dei dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura adeguata a provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- ove possibile l'utilizzo di tecniche di oscuramento quali l'anonimizzazione, la pseudonimizzazione o la cifratura dei dati personali;
- Informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare del trattamento di ogni violazione dei dati personali (*Data Breach*). Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, in ottica degli adempimenti di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, per permettere al Titolare di notificare tale violazione all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, entro il termine di 72 ore dalla conoscenza del sinistro privacy, ovvero nei casi più gravi di procedere alla comunicazione all'interessato.
- Fornire al Titolare del trattamento, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, entro 48 ore, i dati e le informazioni necessarie per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante per la Protezione dei Dati Personali o all'Autorità giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali o comunque per rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, dall'Autorità giudiziaria o dalle Forze dell'Ordine;
- Collaborare con il Titolare del trattamento, qualora necessario, alla redazione della propria Valutazione d'Impatto (DPIA) ovvero fornendo a quest'ultimo ogni assistenza, anche documentale, nella elaborazione e svolgimento della propria Valutazione d'Impatto sulla protezione dei dati personali, conformemente a quanto sancito dall'art. 35 GDPR. Il Responsabile del trattamento supporta e collabora con il Titolare nello svolgimento della eventuale Consultazione Preventiva innanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 36 GDPR;
- Mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e della presente nomina, oltre a contribuire e consentire a quest'ultima - anche tramite soggetti terzi dalla medesima autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni dei luoghi e *audit* circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente paragrafo dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento. A tal fine, il Titolare del trattamento informa preventivamente il Responsabile con un preavviso minimo di sei giorni lavorativi;
- Cancellare o restituire, al momento della cessazione delle attività svolte per conto del Titolare e su esatta indicazione di quest'ultimo, tutti i dati personali oggetto del servizio, avuto riguardo delle esigenze organizzative e della normale operatività del Responsabile del trattamento. Nello specifico il Responsabile si impegna a restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono stati memorizzati i dati, nonché procedere alla distruzione di tutte le informazioni registrate su supporti fissi e/o volatili, documentando per iscritto tale operazione;
- Assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati per l'esercizio dei diritti di cui al capo III del GDPR;

- Dare attuazione, in generale, ad ogni altro adempimento stabilito dall'ASL Roma 1 inerenti alle finalità della presente nomina;
- Non procedere per nessun motivo al trasferimento di dati personali verso un Paese terzo od Organizzazione internazionale, se non in forza degli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR, anche alla luce degli orientamenti della CGUE (Sentenze SCHREMS I e SCHRMES II), nonché preventiva ed espressa autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento.

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se il Responsabile del trattamento, ovvero un sub-responsabile, viola le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, sarà considerato un Titolare del trattamento in questione con le conseguenti responsabilità dirette nei confronti del Titolare e/o di terzi;

Durante l'esecuzione del servizio, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

La nomina a Responsabile del trattamento decadrà in qualunque caso di cessazione del contratto con l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 con effetto dalla data di tale cessazione e si intende revocata di diritto alla scadenza dell'accordo.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice Privacy ss.mm.ii.

Luogo e Data_____

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DELTRATTAMENTO

Per accettazione incarico
IL RESPONSABILE

Il legale rappresentante

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER
ELETTROFISIOLOGIA**

ALLEGATO 11 – MODULO ATTESTAZIONE PAGAMENTO BOLLO

**MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA**



**REGIONE
LAZIO**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico

Cognome	Nome	
Nato a	Prov.:	II
Residente in	Prov.:	CAP
Via/Piazza	N.	
Tel.	Fax	Cod. Fisc.
IN QUALITÀ DI		
<input type="checkbox"/> Persona fisica	<input type="checkbox"/> Procuratore speciale	
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della Persona giuridica		
DICHIARA		
<input type="checkbox"/> che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha: IDENTIFICATIVO n. _____ e data _____		
<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza che l'ASL Roma 1 potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.		

Luogo e data

Firma digitale

AVVERTENZE:

1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed inserito nella busta amministrativa virtuale, come indicato nel paragrafo "Documentazione a corredo" del Disciplinare di gara.



**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER
ELETTROFISIOLOGIA**

ALLEGATO 12 – INFORMATIVA PRIVACY

Si forniscono di

seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, i quali saranno trattati e conservati esclusivamente nell'ambito della gara in relazione alla quale saranno raccolti.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

L'Amministrazione, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- (i) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- (ii) Dati 'giudiziari' relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, comprese le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.

Il conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra e necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Modalità e logica del trattamento

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa vigente.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma1.it.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, all'indirizzo <http://www.aslroma1.it>.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

Diritti

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Asl Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Asl Roma 1, con sede in Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Amministrazione è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Analoga disposizione si applica in caso di subappalto.

N° LOTTO	VOCE	DENOMINAZIONE LOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTO

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER
ELETTROFISIOLOGIA**

ALLEGATO 13

SCHEMA DICHIARAZIONI DI CONCORDATO PREVENTIVO

Oggetto: *procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura triennale di colle, sigillanti ed emostatici*

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in _____ Partita IVA _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____¹, come da copia allegata, e di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

ovvero

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____², come da copia allegata, nonché di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

pertanto, al fine di soddisfare i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura, si avvale della seguente impresa:

Impresa Ausiliaria: _____

Legale rappresentante: _____

Sede Legale: _____

Codice Fiscale _____ P.I. _____

Iscrizione C.C.I.A.A. di _____ n. _____

¹ Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa

² Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso

Requisiti forniti: 1) _____; 2) _____;

Ecc....³

ED A TAL FINE ALLEGA:

A. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:

1. attesta il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023;
2. attesta il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale nonché delle certificazioni, richiesti dal bando di gara, di cui l'Impresa concorrente si avvale per poter essere ammessa alla gara;
3. attesta di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE;
4. si obbliga verso la Ditta concorrente e l'A.S.L Roma 1 a fornire i predetti requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione della Convenzione, ovvero non sia più in grado per qualsiasi motivo di dare regolare esecuzione ai contratti, rendendosi inoltre responsabile in solido con la Ditta concorrente nei confronti dell'A.S.L Roma 1 in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
5. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I./Rete di Imprese, né in qualità di ausiliario di altra Impresa concorrente, né si trova in una situazione di controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

B. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare in caso di fallimento nel corso

³ La ditta concorrente deve indicare le risorse ed i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che dovranno essere messi a disposizione della Impresa ausiliaria

della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, o comunque nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

ovvero

nel caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo; la Ditta concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi sopra previsti;

C. originale o copia della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), R.D. 16 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

_____, lì _____ .

Firma del legale rappresentante⁴

⁴ La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

Dispositivi medici Elettrofisiologia

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

ID	ATTIVITÀ	STRUTTURE	DURATA (gg)
1	PUBBLICAZIONE	UOC ABS	7
2	SCADENZA OFFERTE	UOC ABS	35
3	NOMINA COMMISSIONE	UOC ABS	15
4	FASE AMMINISTRATIVA	UOC ABS	5
5	COMMISSIONE (valutazione tecnica/economica)	COMMISSIONE	70
6	ANOMALIA	RUP - COMMISSIONE	10
7	CONTROLLI	UOSD QUALITÀ APPALTI	20
8	AGGIUDICAZIONE	UOC ABS	7
9	STIPULA	UOSD QUALITÀ APPALTI	45
Durata massima (pubbl.-agg.)			270
Tempo medio ANAC (fase amm.-stipula)			160



**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER
ELETTROFISIOLOGIA**

ALLEGATO 12 – INFORMATIVA PRIVACY

Si forniscono di

seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, i quali saranno trattati e conservati esclusivamente nell'ambito della gara in relazione alla quale saranno raccolti.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

L'Amministrazione, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- (i) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- (ii) Dati 'giudiziari' relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, comprese le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.

Il conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra e necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Modalità e logica del trattamento

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa vigente.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma1.it.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it>.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

Diritti

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Asl Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Asl Roma 1, con sede in Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Amministrazione è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Analoga disposizione si applica in caso di subappalto.