

LOTTO 2

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER IL RECUPERO EMATICO INTRA E POST OPERATORIO PER CHIRURGIA MAGGIORE E ORTOPEDICA

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il lotto ha per oggetto la fornitura di n° 2 sistemi automatici, full service, per il recupero ematico intra e post operatorio per la chirurgia maggiore e ortopedica e relativo consumabile.

La tabella sottostante definisce le apparecchiature oggetto di fornitura.

LOTTO 2	DESCRIZIONE
	N. 2 sistemi automatici, full service, per il recupero ematico intra e post operatorio per la chirurgia maggiore e ortopedica e relativo consumabile.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI E CONSUMABILI

La Ditta dovrà fornire, per i sistemi di cui sopra, i kit monouso sterili dedicati necessari all'espletamento del numero procedure di recupero ematico richieste, Reservoir sterile, Set sterile di aspirazione intraoperatoria con linea per anticoagulante, Set sterile di aspirazione post operatoria, Soluzione anticoagulante, Sacche sterili di ricambio per infusione dei globuli rossi, Sacche sterili di ricambio per fluidi di scarto, Linee sterili per il vuoto, carta e consumabili per stampante.

I due sistemi dovranno rispondere ai seguenti requisiti minimi:

LOTTO 2	SPECIFICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI
2.1	Sistemi con alto livello di automazione
2.2	Display touch screen interattivo
2.3	Possibilità di impostazione delle procedure di recupero ematico in modalità automatica anche nel post operatorio
2.4	Possibilità d'inserimento di programmi personalizzati
2.5	Utilizzo per adulti e bambini
2.6	Presenza di protocolli di emergenza
2.7	Tracciabilità dati delle procedure effettuate con reportistica
2.8	Struttura su carrello con ruote antistatiche pivotanti
2.9	Presenza di pompa per la produzione regolabile del vuoto

FABBISOGNO ANNUALE E DESCRIZIONE KIT

Descrizione presidi mono uso sterili	Fabbisogno annuale
Circuito sterile per il lavaggio del sangue corredato di camera di separazione per utilizzo pediatrico ed adulti	200
Reservoir da 3000 ml con filtro integrato	250
Set sterile di aspirazione intraoperatoria con linea per anticoagulante	250
Set sterile di aspirazione post operatoria	200
Sacche sterili di ricambio per fluidi di scarto da Lt 10	50
Sacche sterili di ricambio per infusione dei globuli rossi da 100 ml	100
Linee sterili per il vuoto	200
Soluzione anticoagulante (ACD-A da 500ml)	300