

LOTTO 8

SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'EMOLISI

Il lotto ha come oggetto la fornitura di un sistema per la determinazione dell'emolisi (Hb libera) in campioni di plasma, fluidi ematici, campioni di sangue e sacche di sangue con relativo materiale di consumo reattivi, microcuvette e controlli di qualità, full service, per le esigenze della UOC CPE dell'ASL Roma1. La tabella sottostante definisce il sistema e la tipologia di materiale monouso oggetto di fornitura.

Lotto 8	SPECIFICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI
8.1	Analizzatore per la determinazione dell'emoglobina libera (emolisi) in campioni di plasma, fluidi ematici, campioni di sangue e sacche di sangue
8.2	Fotometro dotato di bicromatismo con lettura a doppia lunghezza d'onda
8.3	Funzione di autocalibrazione con segnalazione di eventuali errori
8.4	Range di lettura compreso tra 0 - 3 g/dl
8.5	Trasportabilità dell'analizzatore

La ditta fornitrice dovrà fornire dispositivi conformi alla legislazione vigente nazionale, rispondenti ai requisiti di seguito indicati, come titolo esemplificativo e non esaustivo.

Fabbisogno annuo
700

