

LOTTO 4

SISTEMA (CITOFUORIMETRO) PER IL CONTROLLO DEI LEUCOCITI RESIDUI NEGLI EMOCOMPONENTI.

Il lotto ha come oggetto la fornitura di un sistema (Citofluorimetro) per il controllo dei leucociti residui negli emocomponenti, full service dotato di sistema informatico e comprensivo di consumabili, reattivi, calibratori, controlli di qualità e VEQ per le esigenze della UOC CPE dell'ASL Roma 1. La tabella sottostante definisce il sistema e la tipologia di materiale oggetto di fornitura. La ditta fornitrice dovrà

Lotto 4	SPECIFICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI
4.1	Sistema (Citofluorimetro) per il controllo dei leucociti residui negli emocomponenti
4.2	Sistema basato su tecnica di citofluorimetria statica
4.3	Impiego di colorante fluorescente
4.4	Presenza di microscopio a fluorescenza con camera CCD
4.5	Ottica a led

fornire dispositivi conformi alla legislazione vigente nazionale, rispondenti ai requisiti di seguito indicati, come titolo esemplificativo e non esaustivo.

Lotto 4 :
Fabbisogno annuo
1.000

Procedura aperta per la fornitura in service e noleggio di multisistemi per il Centro di produzione di emocomponenti dell'ASL ROMA 1 - Lotto 4