

## LOTTO 6

### SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DEL PH NEI POOL PIASTRINICI.

Il lotto ha come oggetto la fornitura di un sistema per la determinazione del pH nei pool piastrinici full service dotato di sistema informatico che permetta l'archiviazione e la tracciabilità dei dati, comprensivo di consumabili, calibratori, controlli di qualità, stampante dotata di carta e toner, lettore di codici a barre, per le esigenze della UOC CPE dell'ASL Roma 1. La tabella sottostante definisce il sistema e la tipologia di materiale oggetto di fornitura. La ditta fornitrice dovrà fornire dispositivi conformi alla legislazione vigente nazionale, rispondenti ai requisiti di seguito indicati, come titolo esemplificativo e non esaustivo.

Lotto 6	SPECIFICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI
6.1	<b>Sistema per la determinazione del pH nei pool piastrinici</b>
6.2	Sistema con assenza di campionamento
6.3	Sistema dotato di misuratore ottico della fluorescenza
6.4	Sistema dotato di tutti i consumabili necessari per la determinazione del ph
6.5	Velocità di determinazione inferiore ai 20 secondi

Fabbisogno Kit annuale
600

*Procedura aperta per la fornitura in service e noleggio di multisistemi per il Centro di produzione di emocomponenti dell'ASL ROMA 1 - Lotto 6*