

LOTTO 1
DISPOSITIVO PUNGITUBO

Il lotto ha come oggetto la fornitura di materiale di consumo per la UOC CPE dell'ASL Roma1. La tabella sottostante definisce la tipologia di materiale monouso oggetto di fornitura.

La ditta fornitrice dovrà fornire dispositivi conformi alla legislazione vigente nazionale, rispondenti ai requisiti di seguito indicati, come titolo esemplificativo e non esaustivo.

| |
|----------------------------------|
| Lotto 1 : Dispositivo pungitubo- |
| Fabbisogno annuo |
| 90.000 |

| | |
|---------|--|
| Lotto 1 | SPECIFICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI |
| 1.1 | Dispositivo pungitubo |
| 1.2 | Dispositivo per la raccolta di campioni di sangue e/o emocomponenti da segmento di tubo |
| 1.3 | Il dispositivo deve essere idoneo a provette con diametro da 10 mm e 12 mm sia in plastica che di vetro |
| 1.4 | Il campione per analisi deve fluire direttamente all'interno della provetta |
| 1.5 | Ago ben affilato e non debordante dal tappo |
| 1.6 | Caratteristiche qualitative atte a minimizzare il contatto con il sangue degli operatori e cross-contaminazioni fra campioni |