

LOTTO 3

FILTRI PER LA RIMOZIONE DEI LEUCOCITI DA UNITÀ DI EMASIE E DA POOL PIASTRINICI PER USO LABORATORIO

Il lotto 3 ha come oggetto la fornitura di materiale di consumo per la UOC CPE dell'ASL Roma1. La tabella sottostante definisce la tipologia di materiale monouso oggetto di fornitura.

La ditta fornitrice dovrà fornire dispositivi conformi alla legislazione vigente nazionale, rispondenti ai requisiti di seguito indicati, come titolo esemplificativo e non esaustivo.

Lotto 3	SPECIFICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI
3.1.1	Filtri per la rimozione dei Leucociti da Unità di Emasie per uso Laboratorio
3.1.2	Efficienza di rimozione dei Leucociti < 200.000
3.1.3	Rimozione delle piastrine > 90%
3.1.4	Recupero eritrocitario > 90%
3.1.5	Tempo di filtrazione < 10 minuti
3.1.6	Confezionamento singolo
3.1.7	Perforatore per la connessione della sacca da filtrare
3.1.8	Presenza di pre-filtro per la rimozione dei migroaggregati
3.1.9	Sacca di raccolta del sangue filtrato in PVC da 600 ml pre connessa e con etichetta
3.1.10	N° del lotto stampato direttamente sul filtro per la rintracciabilità
3.1.11	Port della sacca finale completamente asportabili
3.1.12	Tubatismi compatibili con sistemi di connessione sterile

Lotto 3	SPECIFICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI
3.2.1	Filtri per la rimozione dei Leucociti da Unità di Pool Piastrinici per uso Laboratorio
3.2.2	Efficienza di rimozione dei Leucociti < 200.000
3.2.3	Idoneo alla filtrazione N° 1 Pool di Buffy coat o N° 1 Concentrati Piastrinici da Aferesi
3.2.4	Recupero Piastrinico > 90%
3.2.5	Tempo di filtrazione < 10 minuti
3.2.6	Confezionamento singolo
3.2.7	Perforatore per la connessione della sacca da filtrare
3.2.8	Presenza di pre-filtro per aggregati da 170 µm
3.2.9	Sacca per raccolta Piastrine >1000 mL di apposito PVC traspirante adatto alla conservazione a 5gg.
3.2.10	N° del lotto stampato direttamente sul filtro per la rintracciabilità
3.2.11	Port della sacca finale completamente asportabili
3.2.12	Tubatismi compatibili con sistemi di connessione sterile

Lotto 3.1 :Filtri Per La Rimozione Dei Leucociti Da Unità Di Emazie Per Uso Laboratorio
Fabbisogno annuo
200

Lotto 3.2 : Filtri Per La Rimozione Dei Leucociti Da Unità Di Pool Piastrinici Per Uso Laboratorio
Fabbisogno annuo
200