

LOTTO 9

SISTEMA AUTOMATICO PER LA PRODUZIONE DEI CONCENTRATI PIASTRINICI DA POOL DI BUFFY COAT.

Il lotto ha come oggetto la fornitura, di un sistema automatizzato a noleggio full service, e relativi strumenti/consumabili, kit di assemblaggio e accessori atti alla produzione di concentrati piastrinici filtrati da pool di buffy coat per le esigenze della UOC CPE dell'ASL Roma 1. La tabella sottostante definisce il sistema e la tipologia di materiale oggetto di fornitura. La ditta fornitrice dovrà fornire dispositivi conformi alla legislazione vigente nazionale, rispondenti ai requisiti di seguito indicati, come titolo esemplificativo e non esaustivo.

Lotto 9	SPECIFICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI
9.1.1	Sistema automatico per la produzione dei concentrati piastrinici da pool di buffy coat.
9.1.2	Sistema automatizzato con centrifuga e scompositore integrati
9.1.3	Sistema con capacità di carico di almeno 6 kit contemporaneamente
9.1.4	Capacità di produzione di almeno 18 pool/ora
9.2.1	Kit per produzione BC automatizzato
9.2.2	Il kit deve prevedere la possibilità di raggruppare un massimo di 6 buffy coat oltre alla soluzione di sospensione.
10.2.3	Il kit deve essere dotato di filtro morbido integrato per leucodeplezione
9.2.4	Capacità del filtro a norma di legge
9.2.5	La sacca di conservazione delle piastrine deve essere composta da materiale idoneo da permettere la corretta conservazione e ossigenazione

Fabbisogno Kit annuale
1.100