

**LOTTO 11**  
**ETICHETTE / INDICATORI TERMOSENSIBILI PER IL MONITORAGGIO**  
**DELLA TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE DELLE UNITÀ DI EMAZIE**  
**CONCENTRATE**

Il lotto ha come oggetto la fornitura di etichette indicatore di temperatura per controllo di qualità e conservazione delle unità di sangue. La tabella sottostante definisce la tipologia di materiale monouso oggetto di fornitura.

La ditta fornitrice dovrà fornire dispositivi conformi alla legislazione vigente nazionale, rispondenti ai requisiti di seguito indicati, come titolo esemplificativo e non esaustivo.

Lotto 11	SPECIFICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI
11.1	Etichette per controllo tempo temperatura
11.2	Indicatori irreversibili da applicare sulle unità di emazie per monitorare la temperatura accumulata nel tempo nel periodo di validità dell'emocomponente.
11.3	Capacità di monitorare le variazioni di temperatura a cui la sacca è sottoposta, nella permanenza in frigo emoteca e, durante gli spostamenti.
11.4	Viraggio del colore dell'indicatore
11.5	Di facile e immediata interpretazione
11.6	Autoadesive
11.7	Monouso
11.8	Dimensioni adatte alle sacche di emocomponenti

Fabbisogno annuo
15.000