

| | |
|--|--|
| BARD SRL | <p>Il sistema è costituito da un unico corpo macchina con maniglie di supporto per consentire un trasporto agevole. La Commissione valuta positivamente il sistema offerto.</p> <p>✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO</p> |
| V8: Variazione dell'apertura della finestra di campionamento sullo stesso ago | 3 |
| BARD SRL | <p>La Commissione valuta positivamente la possibilità di variare l'apertura della finestra di campionamento, prima e durante la procedura, secondo due diverse misure.</p> <p>✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO</p> |
| Caratteristiche tecniche migliorative - consumabile | |
| V10: Tipologie di aghi disponibili | 3 |
| BARD SRL | <p>La Commissione ritiene che l'offerta proposta risponda pienamente alle esigenze cliniche.</p> <p>✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO</p> |
| V11: Visibilità del marcatore all'esame ecografico e durata di visibilità (minimo 24 settimane) | 4 |
| BARD SRL | <p>La Commissione valuta positivamente l'elevato numero di marcatori a visibilità ecografica permanente.</p> <p>✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO</p> |
| V12: Marcatori di diversa forma con elevata stabilità di ancoraggio | 3 |
| BARD SRL | <p>La Commissione ritiene che la vasta gamma proposta di marcatori di forme diverse risponda pienamente alle esigenze cliniche.</p> <p>✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO</p> |
| V13: Punta dell'ago con elevata capacità penetrativa | 4 |
| BARD SRL | <p>La Commissione ritiene che le caratteristiche proposte garantiscono un'elevata capacità penetrativa dell'ago.</p> <p>✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO</p> |
| V14: Diverse lunghezze e diversi calibri disponibili del target set | 4 |
| BARD SRL | <p>La Commissione ritiene che l'offerta proposta risponda pienamente alle esigenze cliniche.</p> <p>✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO</p> |






| SERVIZI | |
|--|---|
| Criterio di valutazione | Punteggio max |
| V15: Formazione del personale e training dedicato con presenza fisica di uno specialist anche post collaudo | 5 |
| BARD SRL | <p>La Commissione ritiene che la Società garantisce una formazione continua e costante anche dopo l'avvio del contratto.</p> <p>✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO</p> |
| V16: Ulteriori caratteristiche migliorative non precedentemente valutate | 5 |
| BARD SRL | <p>La Commissione ritiene buona la possibilità di programmare l'ago con rotazione automatica per il prelievo dei frustoli.</p> <p>✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO</p> |

In riferimento ai parametri migliorativi V17, V18 e V19 la Commissione rimanda la valutazione successivamente all'esecuzione della prova visione.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Dott. Enrico Pofi
 COMPONENTE Dott.ssa Rosella Stella
 COMPONENTE Ing. Simona Irti



Three handwritten signatures are present, each on a horizontal line. The top signature is circled in blue. The middle signature is 'Rosella Stella' and the bottom signature is 'Simona Irti'.

Procedura aperta per la fornitura in full service di sistemi per biopsia mammaria e dei prodotti monouso dedicati occorrenti al P.O. San Filippo Neri e al P.O. Santo Spirito in Sassia della Asl Roma 1

Verbale n. 3 del 08/03/2022

Il giorno 08/03/2022 alle ore 09:00, presso l'ambulatorio di Senologia del P.O. Santo Spirito in Saxia la Commissione procede all'esecuzione della prova pratica del lotto I con la ditta BARD SRL a seguito di regolare convocazione.

La Commissione, nominata con Deliberazione n. 79 del 31/12/2021, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta indetta con Deliberazione n. 1331 del 08/11/2021, è presente al completo nella seguente composizione:

| | | |
|------------|-------------------------|---|
| PRESIDENTE | Dott. Enrico Pofi | Direttore UOC Radiologia P.O.San Filippo Neri |
| COMPONENTE | Dott.ssa Rosella Stella | Dirigente Medico Area di Diagnostica per Immagini |
| COMPONENTE | Ing. Simona Irti | Collaboratore Ingegnere UOC Ingegneria Clinica |

Il Presidente dichiara aperta la seduta, e si iniziano i lavori effettuando la prova pratica del lotto I con la ditta BARD SRL.

Richiamato l'Allegato 3.B - Criteri di valutazione del Capitolato Tecnico, il Presidente procede alla lettura dei tre parametri migliorativi oggetto di valutazione in prova pratica, e qui di seguito riportati:

- V16: Valutazione della consolle
- V17: Valutazione della campionatura (kit di biopsia e aghi) per l'esame sotto guida stereotassica
- V18: Valutazione della campionatura (kit di biopsia e aghi) per l'esame sotto guida ecografica

Lo specialista di prodotto procede con la spiegazione del funzionamento del bene e di tutti gli accessori, con particolare riferimento ai tre parametri V16, V17 e V18 oggetto di valutazione.

Si prosegue con l'esecuzione della prova pratica sotto guida ecografica e successivamente sotto guida stereotassica.

Lo specialista fornisce tutte le informazioni e delucidazioni richieste.

Alle ore 12 circa la Commissione dichiara chiusa la prova pratica relativa al lotto I della ditta BARD SRL.

Alle ore 14 la Commissione prosegue i lavori effettuando la prova pratica del lotto I con la ditta DEVICOR MEDICAL ITALY.

Richiamato l'Allegato 3.B - Criteri di valutazione del Capitolato Tecnico, il Presidente procede alla lettura dei tre parametri migliorativi oggetto di valutazione in prova pratica, e qui di seguito riportati:

- V16: Valutazione della consolle
- V17: Valutazione della campionatura (kit di biopsia e aghi) per l'esame sotto guida stereotassica
- V18: Valutazione della campionatura (kit di biopsia e aghi) per l'esame sotto guida ecografica

Lo specialista di prodotto procede con la spiegazione del funzionamento del bene e di tutti gli accessori, con particolare riferimento ai tre parametri V16, V17 e V18 oggetto di valutazione.

Si prosegue con l'esecuzione della prova pratica sotto guida stereotassica e successivamente sotto guida ecografica.




Lo specialista fornisce tutte le informazioni e delucidazioni richieste.

Alle ore 17 circa la Commissione dichiara chiusa la prova pratica relativa al lotto I della ditta DEVICOR MEDICAL ITALY.


Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Dr. Enrico Pofi

COMPONENTE Dr.ssa Rosella Stella

COMPONENTE Ing. Simona Irti







Procedura aperta per la fornitura in full service di sistemi per biopsia mammaria e dei prodotti monouso dedicati occorrenti al P.O. San Filippo Neri e al P.O. Santo Spirito in Saxia della Asl Roma 1

Verbale n. 4 del 10/03/2022

Il giorno 10/03/2022 alle ore 14:00, presso l'ambulatorio di Senologia del P.O. Santo Spirito in Saxia la Commissione procede all'esecuzione della prova pratica del lotto II con la ditta BARD SRL a seguito di regolare convocazione.

La Commissione, nominata con Deliberazione n. 79 del 31/12/2021, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta indetta con Deliberazione n. 1331 del 08/11/2021, è presente al completo nella seguente composizione:

| | | |
|------------|-------------------------|---|
| PRESIDENTE | Dott. Enrico Pofi | Direttore UOC Radiologia P.O.San Filippo Neri |
| COMPONENTE | Dott.ssa Rosella Stella | Dirigente Medico Area di Diagnostica per Immagini |
| COMPONENTE | Ing. Simona Irti | Collaboratore Ingegnere UOC Ingegneria Clinica |

Il Presidente dichiara aperta la seduta, e si iniziano i lavori effettuando la prova pratica.

Richiamato l'Allegato 3.B - Criteri di valutazione del Capitolato Tecnico, il Presidente procede alla lettura dei tre parametri migliorativi oggetto di valutazione in prova pratica, e qui di seguito riportati:

- V17: Valutazione della consolle,
- V18: Valutazione della campionatura (kit di biopsia e aghi) per l'esame sotto guida RMN.

Lo specialista di prodotto procede con la spiegazione del funzionamento del bene e di tutti gli accessori, con particolare riferimento ai due parametri V17 e V18 oggetto di valutazione.


Si prosegue con l'esecuzione della prova pratica sotto guida RMN.

Lo specialista fornisce tutte le informazioni e delucidazioni richieste.

Alle ore 15:30 circa la Commissione dichiara chiusa la prova pratica relativa al lotto-II della ditta BARD SRL.

Letto, confermato e sottoscritto

| | |
|------------|-----------------------|
| PRESIDENTE | Dr. Enrico Pofi |
| COMPONENTE | Dr.ssa Rosella Stella |
| COMPONENTE | Ing. Simona Irti |



Procedura aperta per la fornitura in full service di sistemi per biopsia mammaria e dei prodotti monouso dedicati occorrenti al P.O. San Filippo Neri e al P.O. Santo Spirito in Sassia della Asl Roma 1

Verbale n. 5 del 18/03/2022

Il giorno 18/03/2022 alle ore 09:00, presso gli uffici della U.O.C. Ingegneria Clinica della ASL Roma 1 la Commissione riprende i lavori di valutazione tecnica.


La Commissione, nominata con Deliberazione n. 79 del 31/12/2021, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta indetta con Deliberazione n. 1331 del 08/11/2021, è presente al completo nella seguente composizione:

| | | |
|------------|-------------------------|---|
| PRESIDENTE | Dott. Enrico Pofi | Direttore UOC Radiologia P.O.San Filippo Neri |
| COMPONENTE | Dott.ssa Rosella Stella | Dirigente Medico Area di Diagnostica per Immagini |
| COMPONENTE | Ing. Simona Irti | Collaboratore Ingegnere UOC Ingegneria Clinica |

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, richiamando i verbali n. 1, 2, 3 e 4 la Commissione prosegue i lavori con la valutazione dei parametri migliorativi valutati durante la **prova visione**:

Lotto I:

| PROVA VISIONE | | |
|------------------------------|---|---------------|
| Criterio di valutazione | Parametro di valutazione | Punteggio max |
| D | V16: Valutazione della consolle | 8 |
| BARD SRL | <p>La Commissione valuta in maniera ottimale la consolle offerta dalla ditta, con particolare riferimento all'elevata ergonomia data dalla posizione del monitor e del piano servitore orientabili e regolabili in altezza, e al cestello di raccolta dei fluidi che risulta nascosto all'interno del corpo macchina. Inoltre, l'interfaccia utenti risulta intuitiva e di facile utilizzo.</p> <p align="center">✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO</p> | |
| DEVICOR MEDICAL ITALY | <p>La Commissione valuta in maniera discreta la consolle offerta dalla ditta, con riferimento alla sua maneggevolezza e semplicità di utilizzo dell'interfaccia.</p> <p align="center">✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO</p> | |





| | | |
|------------------------------|---|----------|
| D | V17: Valutazione della campionatura (kit di biopsia e aghi) per l'esame sotto guida stereotassica | 7 |
| BARD SRL | <p>La Commissione ritiene che la punta degli aghi offerti dalla ditta abbia un'elevata capacità penetrativa. Inoltre i campioni prelevati risultano di qualità ottima dal punto di vista isto-patologico.</p> <p>✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO</p> | |
| DEVICOR MEDICAL ITALY | <p>La Commissione valuta in maniera positiva la possibilità di raccogliere i frustoli in celle separate e numerate, consentendo la localizzazione spaziale nella mammella di ogni singolo campione prelevato. Inoltre i campioni prelevati risultano di qualità ottima dal punto di vista isto-patologico.</p> <p>✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO</p> | |
| D | V18: Valutazione della campionatura (kit di biopsia e aghi) per l'esame sotto guida ecografica | 7 |
| BARD SRL | <p>La Commissione valuta in maniera ottimale la fornitura del manipolo wireless utilizzabile senza la consolle. Inoltre i campioni prelevati risultano di qualità ottima dal punto di vista isto-patologico.</p> <p>✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO</p> | |
| DEVICOR MEDICAL ITALY | <p>La Commissione valuta in maniera positiva la possibilità di raccogliere i frustoli in celle separate e numerate, consentendo la localizzazione spaziale nella mammella di ogni singolo campione prelevato. Inoltre i campioni prelevati risultano di qualità ottima dal punto di vista isto-patologico.</p> <p>✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO</p> | |

La Commissione ritiene pertanto di assegnare il punteggio tecnico totale del lotto I alle ditte partecipanti come qui seguito riportato:

| | |
|------------------------------|--|
| BARD SRL | Ptecnico= Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale= 0,00 + 13,00 + 41,75 = 54,75 |
| DEVICOR MEDICAL ITALY | Ptecnico= Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale= 4,00 + 15,00 + 39,25 = 58,25 |




Lotto II:

| PROVA VISIONE | | |
|-------------------------|---|---------------|
| Criterio di valutazione | Parametro di valutazione | Punteggio max |
| D | V17: Valutazione della consolle | 8 |
| BARD SRL | La Commissione valuta in maniera ottimale la consolle offerta dalla ditta, con particolare riferimento all'elevata ergonomia data dalla posizione del monitor e del piano servitore orientabili e regolabili in altezza. Inoltre, l'interfaccia utenti risulta intuitiva e di facile utilizzo. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO | |
| D | V18: Valutazione della campionatura (kit di biopsia e aghi) per l'esame sotto guida RMN | 7 |
| BARD SRL | La Commissione ritiene buono il sistema di bloccaggio dell'ago e l'elevata capacità penetrativa della punta degli aghi offerti. ✓ Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO | |

La Commissione ritiene pertanto di assegnare il punteggio tecnico totale del lotto II alla ditta partecipante come qui seguito riportato:


| | |
|-----------------|--|
| BARD SRL | Ptecnico= Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale= 5,00 + 13,00 + 42,75 = 60,75 |
|-----------------|--|

La Commissione procede con l'inserimento sulla piattaforma Stella dei punteggi tecnici relativi ai lotti oggetto dell'appalto.

La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30 circa.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Dr. Enrico Pofi
 COMPONENTE Dr.ssa Rosella Stella
 COMPONENTE Ing. Simona Irti



Procedura aperta per la fornitura in full service di sistemi per biopsia mammaria e dei prodotti monouso dedicati occorrenti al P.O. San Filippo Neri e al P.O. Santo Spirito in Sassia della Asl Roma 1

Verbale n. 6 del 18/03/2022

Il giorno 18/03/2022 alle ore 13:00 la Commissione riprende i lavori in seduta pubblica.

La Commissione, nominata con Deliberazione n. 79 del 31/12/2021, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta indetta con Deliberazione n. 1331 del 08/11/2021, è presente al completo nella seguente composizione:

| | | |
|------------|-------------------------|---|
| PRESIDENTE | Dott. Enrico Pofi | Direttore UOC Radiologia P.O.San Filippo Neri |
| COMPONENTE | Dott.ssa Rosella Stella | Dirigente Medico Area di Diagnostica per Immagini |
| COMPONENTE | Ing. Simona Irti | Collaboratore Ingegnere UOC Ingegneria Clinica |

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, richiamando i verbali n. 1, 2, 3, 4 e 5 si proseguono i lavori.

Tutto quanto sopra premesso la Commissione procede con l'apertura delle buste contenenti la documentazione economica tramite piattaforma telematica Stella per i due lotti in esame.

La Commissione prosegue con i lavori effettuando una verifica formale della presenza della documentazione richiesta, la verifica dei contenuti e la rispondenza a quanto richiesto dal Capitolato.

Definite le operazioni connesse alla verifica di conformità della documentazione economica presentata, la Commissione di gara procede con il calcolo dei punteggi economici calcolati dalla piattaforma STELLA come da formula indicata negli atti di gara, e successivamente rende nota la graduatoria per ciascun dei Lotti:

| LOTTO N. 1 | | | | |
|--|-----------------------|--|----------------|-----------------|
| <i>"SISTEMA VABB PER BIOPSIA MAMMARIA SOTTO GUIDA STEREOTASSICA ED ECOGRAFICA"</i> | | | | |
| Importo Base d'asta (valore annuo, IVA esclusa) | Società | Prezzo complessivo offerto ((valore annuo, IVA esclusa) | Ribasso | Allegato |
| € 405.000,00 | BARD SRL | € 320.900,00 | € 84.100,00 | 1 |
| | DEVICOR MEDICAL ITALY | € 403.215,00 | € 1.785,00 | - |

| LOTTO N. 2 | | | | |
|--|----------------|--|----------------|-----------------|
| <i>"SISTEMA VABB PER BIOPSIA MAMMARIA SOTTO GUIDA RMN"</i> | | | | |
| Importo Base d'asta (valore annuo, IVA esclusa) | Società | Prezzo complessivo offerto ((valore annuo, IVA esclusa) | Ribasso | Allegato |
| € 11.250,00 | BARD SRL | € 11.010,00 | € 240,00 | 2 |

La Commissione quindi propone l'aggiudicazione provvisoria della procedura in esame alla società BARD SRL per entrambi i lotti.

Il Presidente rimette gli atti al RUP per le attività di rito e dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 13:30 circa.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Dr. Enrico Pofi

COMPONENTE Dr.ssa Rosella Stella

COMPONENTE Ing. Simona Irti

