



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1REGIONE
LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0019, del 05-01-2018

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta, telematica, per l'acquisizione in noleggio di n. 48 macchine maceratrici per l'eliminazione di rifiuti di origine biologica e della fornitura a favore dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Roma 1 di materiale monouso per le predette apparecchiature, per un periodo di anni tre eventualmente prorogabile per anni due. Spesa complessiva presunta triennale esercizi 2018/2019/2020 pari a E. 434.454,00 iva esclusa. CIG 7048400BAC

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico Patrimoniale – UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: 221

L'estensore: Mario Fabrizi

Il Dirigente del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Mario Fabrizi

Il Responsabile della UOC

Acquisizione Beni e Servizi

Dott. Pietro Leone

Il Direttore Provvisorio

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

data

12/12/2017

data

12/12/2017

data

12-12-2017

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI ☐ NO ☒

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Esercizio 2018:

C.E. n. 501010383 (Materiale sanitario non sterile economale) costo previsto € 86.279,80 iva compresa;

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto € 89.948,16 iva compresa;

Esercizio 2019:

C.E. n. 501010383 (Materiale sanitario non sterile economale) costo previsto € 86.279,80 iva compresa;

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto € 89.948,16 iva compresa;

Esercizio 2020:

C.E. n. 501010383 (Materiale sanitario non sterile economale) costo previsto € 86.279,80 iva compresa;

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto € 89.948,16 iva compresa;

Il Funzionario addetto al controllo di budget: il Resp.le della UOC Logistica – Ing. Paola Brazzoduro.

data 12-12-2017

firma

Il Funzionario addetto al controllo di budget: il Resp.le della UOC Ingegneria Clinica – Ing. Pietro Barberini

data 19-12-2017

firma

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione ex ASL Roma E, Dott. Carlo SAITTO con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

data 22-12-17

firma

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole



Non favorevole



(con motivazioni allegate al presente atto)

data 21-12-2017

firma

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti

Favorevole



Non favorevole



(con motivazioni allegate al presente atto)

data 21-12-2017

firma

Il Presente provvedimento si compone di n. 32 pagine di cui n. 38 pagine di allegati

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Tanassi



0019, del 05-01-2018

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELLA ASL ROMA I

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo Tanese;

VISTA la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

VISTA la delibera n. 144 del 15.02.2017, con la quale è stata indetta – ai sensi del D. Lgs 50/2016 - una procedura aperta per l'affidamento del servizio full risk di noleggio di n. 48 macchine maceratrici per l'eliminazione di rifiuti di origine biologica e della fornitura a favore dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Roma I di materiale monouso per le predette apparecchiature, per un periodo di anni tre eventualmente prorogabile per anni due;

CHE, entro le ore 12,00 del 05/07/2017, termine fissato per la presentazione delle offerte, è pervenuta l'offerta della S.r.l. Promos;

DATO ATTO CHE l'ASL ROMA I, con delibera n. 896 del 28.09.2017, ha nominato – ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016- la Commissione giudicatrice;

ATTESO CHE la Commissione giudicatrice ha proceduto all'avvio delle operazioni di gara in data 6/10/2017 ed in particolare all'apertura dei plichi pervenuti sulla piattaforma telematica, all'esame della documentazione amministrativa ivi contenuta ed alla valutazione della documentazione relativa ai requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico – professionali e delle dichiarazioni rese ed, in seguito, con successive sedute di gara, alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

DATO ATTO della conclusione delle operazioni di valutazione svolte dalla Commissione, avvenuta nella seduta pubblica del 21.11.2017;

ACQUISTI i verbali allegati al presente provvedimento (All. I)

n. 1 del 6.10.2017;

n. 2 del 16.10.2017;

n. 3 del 8.11.2017;

n. 4 del 21.11.2017;

relativi ai lavori della Commissione;

CONSIDERATO CHE dall'analisi di tutti i suddetti verbali e di tutti gli atti connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa e ritenuto, di conseguenza, di far proprie quanto negli stessi contenuto;

RITENUTO pertanto di procedere, sulla base dei verbali della Commissione di gara, all'aggiudicazione della fornitura alla S.p.a. PROMOS;

CONSIDERATA che è stata avviata la verifica in merito al possesso in capo alla società PROMOS p.a. dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 cui è sottoposta l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del citato Decreto;

DATO ATTO CHE, in considerazione degli adempimenti connessi alla stipula del contratto, è presumibile ipotizzare l'avvio della fornitura dal prossimo mese di gennaio 2018;

QUANTIFICATO, sulla base delle quotazioni proposte dalla società aggiudicataria (all. n. 2) e del fabbisogno di gara, l'importo di spesa per il noleggio di n. 48 macchine maceratrici per l'eliminazione di rifiuti di origine biologica e della fornitura a favore dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Roma I di materiale monouso per le predette apparecchiature, per un periodo di anni tre in € 530.033,88 iva inclusa;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. I della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. I comma I della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1) DI DISPORRE, sulla base di quanto riportato nel Verbale n. 3 in data 8.11.2017, l'aggiudicazione della procedura aperta indetta con Delibera n. 144 del 15.02.2017, per il noleggio di n. 48 macchine maceratrici per l'eliminazione di rifiuti di origine biologica e della fornitura a favore dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Roma I di materiale monouso per le predette apparecchiature, per un periodo di anni tre, prorogabile per anni due, per un importo triennale complessivo presunto di € 434.454,00 iva esclusa alla società PROMOS S.p.a. CF/PI 00794290676, con sede legale in Civitella del Tronto (TE);

2) DI QUANTIFICARE l'importo complessivo presunto di spesa derivante dall'adozione del presente atto in € 530.033,88 iva inclusa;

3) DI IMPUTARE i costi di cui al punto 2) negli anni 2018/2019/2020, come di seguito riportato:

Esercizio 2018:

C.E. n. 501010383 (Materiale sanitario non sterile economale) costo previsto € 86.279,80 iva compresa;

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto € 89.948,16 iva compresa;

Esercizio 2019:

C.E. n. 501010383 (Materiale sanitario non sterile economale) costo previsto € 86.279,80 iva compresa;

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto € 89.948,16 iva compresa;

Esercizio 2020:

C.E. n. 501010383 (Materiale sanitario non sterile economale) costo previsto € 86.279,80 iva compresa;

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto € 89.948,16 iva compresa;

4) DI SUBORDINARE, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016, l'aggiudicazione oggetto del presente atto al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del predetto decreto nei confronti della S.p.a. PROMOS;

5) DI PREVEDERE, ai sensi dell' art. 5 comma 2 Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

6) DI INDIVIDUARE il Responsabile della UOC Ingegneria Clinica Ing. Pietro Barberini quale DEC del contratto;





7) DI DISPORRE CHE il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Mario Fabrizi

Il responsabile della UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Pietro Leone

Il Direttore Provvisorio
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *"Aggiudicazione della procedura aperta, telematica, per l'acquisizione in noleggio di n. 48 macchine maceratrici per l'eliminazione di rifiuti di origine biologica e della fornitura a favore dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Roma 1 di materiale monouso per le predette apparecchiature, per un periodo di anni tre eventualmente prorogabile per anni due. Spesa complessiva presunta triennale esercizi 2018/2019/2020 pari a E. 434.454,00 iva esclusa. CIG 7048400BAC"* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1) DI DISPORRE, sulla base di quanto riportato nel Verbale n. 3 in data 8.11.2017, l'aggiudicazione della procedura aperta indetta con Delibera n. 144 del 15.02.2017, per il noleggio di n. 48 macchine maceratrici per l'eliminazione di rifiuti di origine biologica e della fornitura a favore dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Roma 1 di materiale monouso per le predette apparecchiature, per un periodo di anni tre, prorogabile per anni due, per un importo triennale complessivo presunto di € 434.454,00 iva esclusa alla società PROMOS S.p.a. CF/PI 00794290676, con sede legale in Civitella del Tronto (TE);

2) DI QUANTIFICARE l'importo complessivo presunto di spesa derivante dall'adozione del presente atto in € 530.033,88 iva inclusa;



3) DI IMPUTARE i costi di cui al punto 2) negli anni 2018/2019/2020, come di seguito riportato:

Esercizio 2018:

C.E. n. 501010383 (Materiale sanitario non sterile economale) costo previsto € 86.279,80 iva compresa;

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto € 89.948,16 iva compresa;

Esercizio 2019:

C.E. n. 501010383 (Materiale sanitario non sterile economale) costo previsto € 86.279,80 iva compresa;

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto € 89.948,16 iva compresa;

Esercizio 2020:

C.E. n. 501010383 (Materiale sanitario non sterile economale) costo previsto € 86.279,80 iva compresa;

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto € 89.948,16 iva compresa;

4) DI SUBORDINARE, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016, l'aggiudicazione oggetto del presente atto al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del predetto decreto nei confronti della S.p.a. PROMOS;

5) DI PREVEDERE, ai sensi dell' art. 5 comma 2 Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

6) DI INDIVIDUARE il Responsabile della UOC Ingegneria Clinica Ing. Pietro Barberini quale DEC del contratto;

7) DI DISPORRE CHE il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

La Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Tanese



Graduatoria

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in noleggio triennale rinnovabile per anni due di 48 macchine maceratrici per lo smaltimento di rifiuti biologici, oltre fornitura del materiale di consumo, a favore dei presidi ospedalieri della ASL RM 1.

Round: 1 - Busta chiusa telematica

2
N

**1 - Macchine maceratrici e materiale di consumo - Base asta ribassabile:
150.000,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	PROMOS S.p.A.	144818,00		40,00	60,00	100,00		Si	No

M

M

Calcolo del prezzo totale annuale.

Fattore di costo

Prezzo Unitario

Quantità

Prezzo Totale annuale

Noleggio Annuale Macchinari

€ 1.536,00	48	€ 73.728,00
------------	----	-------------

Supporti

Supporto Letto Urinale Maschile
Supporto Padella Italiana
Supporto Padella Italiana con Manico
Supporto Catino

€ 8,00	670	€ 5.360,00
€ 14,00	270	€ 3.780,00
€ 14,00	25	€ 350,00
€ 14,00	50	€ 700,00

Materiale Monouso

Brocca Graduatoria
Catino
Padella Italiana
Bacinella Reniforme
Urinale Maschile

€ 0,28	30.000	€ 8.400,00
€ 0,30	3.000	€ 900,00
€ 0,30	74.000	€ 22.200,00
€ 0,06	60.000	€ 3.600,00
€ 0,30	86.000	€ 25.800,00

PREZZO TOTALE

€ 144.818,00

L'offerente deve riportare nella colonna Prezzo Unitario Annuale il prezzo unitario del macchinario o del materiale
L'offerente deve riportare nella colonna Prezzo Totale Annuale il prodotto del prezzo unitario annuale per le quantità.
L'offerente deve riportare nel Totale la somma di tutti i Prezzi Totali Annuali



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

Commissione giudicatrice delle offerte relative procedura aperta su piattaforma elettronica, per l'affidamento dei servizi full risk di noleggio di n. 48 macchine maceratrici per l'eliminazione di rifiuti di origine biologica e della fornitura a favore dei presidi ospedalieri della ASL Roma 1 di materiale monouso per le predette apparecchiature.

Verbale 1

L'anno 2017 il giorno 06 del mese di Ottobre alle ore 10.00 presso la sede della stazione appaltante, Asl Roma 1, sita in B.go Santo Spirito 3 Roma, si riunisce in seduta pubblica, per l'apertura della documentazione amministrativa e tecnica contenuta nei file su piattaforma telematica della gara in oggetto, la Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale con deliberazione n 896 del 28/09/2017, e composta dalle seguenti persone:

Dr. Mario FABRIZI

Dirigente Amministrativo UOC ABS

PRESIDENTE

Ing. Silvia SERGIO

Ingegnere UOC Ingegneria Clinica

COMPONENTE

Dott. Giuseppe MATTEUCCI

Collaboratore Prof. Esperto Infermiere

COMPONENTE

Sig. Massimo COLAO

Assistente Amministrativo U.O.C. A.B.S.

SEGRETARIO

Il presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i componenti, invita il segretario a registrare il nome del rappresentante della ditta presente in sede di gara e munito di delega, che viene acquisita agli atti. Tali estremi identificativi vengono trascritti e controfirmati dal predetto nel foglio allegato - Allegato A - (n. 01 fogli) al presente verbale in funzione sostanziale.

Ciò fatto, la Commissione inizia i lavori prendendo atto dei documenti che reggono la gara tra i quali la deliberazione di indizione- n. 144 del 15.02.2017; verifica poi il numero delle offerte e la data in cui esse sono state caricate sulla piattaforma elettronica della stazione appaltante, accertando che tutti i plichi siano stati caricati correttamente e siano integri.



Di seguito, procede all'apertura dei file zip "amministrativi" della Ditta, per constatare la completezza ed esattezza della documentazione amministrativa richiesta a comprova dei requisiti di partecipazione, alla luce delle prescrizioni contenute negli atti disciplinanti la presente procedura di gara.

In esito a tale esame, accerta che la ditta PROMOS S.p.A., è in possesso dei requisiti richiesti e che pertanto può essere ammessa alle fasi successive di gara.

La Commissione prosegue quindi con l'apertura dei file zip offerta tecnica per constatare la presenza e la completezza della documentazione presentata dall'impresa.

In esito a tale esame, accerta che la ditta PROMOS S.p.A. ha presentato la documentazione tecnica richiesta negli atti di gara e pertanto può essere ammessa alle fasi successive di gara:

Il presidente dà disposizione al segretario di trasmettere il presente verbale all'Amministrazione per l'adozione del provvedimento di ammissione delle imprese e la successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.





Terminati i lavori, alle ore 11,30 circa, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è composto di n. 3 pagine e di n. 1 allegato

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dott. Mario Fabrizi

Mario Fabrizi

I COMPONENTI

Ing. Silvia Sergio

Silvia Sergio

Dott. Giuseppe Matteucci

Giuseppe Matteucci


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig. Massimo Colao


Massimo Colao

M. Colao

M

procedura aperta su piattaforma elettronica, per la fornitura di un Service per apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici. procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/16 per l'affidamento dei servizi full risk di noleggio di n. 48 macchine maceratrici per l'eliminazione di rifiuti di origine biologica e della fornitura a favore dei presidi ospedalieri dell'ASL Roma 1 di materiale monouso per le predette apparecchiature per un periodo di 3 anni eventualmente rinnovabile per 2 anni

N.	Ditta	Nome Cognome	N. Documento	Procura	Delega	Firma
1	PROTOS SPA	PARRINI MAURIZIO	C.I. [REDACTED]		SI	
2						
3						
4						



Commissione giudicatrice delle offerte relative procedura aperta su piattaforma elettronica, per l'affidamento del servizio full risk di noleggio di n. 48 macchine maceratrici per l'eliminazione di rifiuti di origine biologica e della fornitura a favore dei presidi ospedalieri della ASL Roma 1 di materiale monouso per le predette apparecchiature.

Verbale 2

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di Ottobre alle ore 10.00 presso la sede della stazione appaltante, Asl Roma 1, si riunisce in seduta riservata, per la valutazione della offerta tecnica contenuta nel file su piattaforma telematica della gara in oggetto, la Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale con deliberazione n 896 del 28/09/2017, e composta dalle seguenti persone:

Dr. Mario FABRIZI Dirigente Amministrativo UOC ABS	PRESIDENTE
Ing. Silvia SERGIO Ingegnere UOC Ingegneria Clinica	COMPONENTE
Dott. Giuseppe MATTEUCCI Collaboratore Prof. Esperto Infermiere	COMPONENTE
Sig. Massimo COLAO Assistente Amministrativo U.O.C. A.B.S.	SEGRETARIO

Premesso che nella precedente seduta, la Commissione ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa della Società PROMOS, ammettendola al proseguo della procedura di gara, la medesima, al completo dei suoi componenti, si riunisce in data odierna allo scopo di valutare l'offerta tecnica della Società offerente sotto il profilo della qualità.

La Commissione dà atto che per la procedura in oggetto, composta da un lotto, ha presentato offerta esclusivamente la Società PROMOS.

La Commissione prende atto dei criteri che presiedono alla valutazione delle offerte, sulla base di quanto disposto dagli atti di gara, quindi procede alla valutazione della documentazione tecnica contenuta nell'apposito file zip "documentazione tecnica" sulla piattaforma telematica.

Esaminati i documenti attribuisce i punteggi al profilo qualitativo dell'offerta, così come stabilito nello schema allegato al presente verbale (allegato 1).


Terminati i lavori, alle ore 14.00 circa, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è composto di n. 1 pagina e di n. 1 allegato

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dott. Mario Fabrizi





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1

I COMPONENTI

Ing. Silvia Sergio

Silvia Sergio

Dott. Giuseppe Matteucci

Giuseppe Matteucci




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig. Massimo Colao

Massimo Colao

M
22

h

Parametro di valutazione	Punteggio Massimo	Note	Giudizio	Punteggio Assegnato
Caratteristiche tecniche complessive (rumorosità, consumo idrico, ed elettrico, ingombro, ecc)	12	<u>Rumorosità</u> Il (livello di emissioni sonore ponderate A, LpA, prodotte variano da 55 dB(A) a 65 dB(A). La base della macchina è dotata di apposita guarnizione in gomma che ne riduce le vibrazioni in fase di funzionamento - è dotata altresì di appositi dispositivi per essere eventualmente fissata al pavimento). <u>Consumo idrico</u> differenziato su tre cicli (Ciclo 1 = 17 litri Ciclo 2 = 18,5 litri Ciclo 3 = 23 litri di acqua fredda) <u>Macchina compatta</u> con dimensioni inferiori a quanto richiesto di minimo <u>Consumo elettrico</u> La macchina, che funziona con corrente alternata di 220-230 volt (monofase), è fornita di protezioni termiche che la proteggono da sovraccarichi. - L'assorbimento massimo è di circa 5,1 amp. Il motore ha una potenza di circa 0,600 kW trazione diretta ad induzione IP55.	ottimo	12


Dispositivi di sicurezza e protezione (modalità apertura coperchio, blocco coperchio durante ciclo, blocco motore a coperchio aperto, blocco avvio macchina mancanza d'acqua, protezione da sopraccarico, ecc)		Dispositivo meccanico sulla chiusura del coperchio che ne impedisce l'apertura accidentale del coperchio durante il ciclo di funzionamento - Dispositivo di sicurezza elettronica per bloccare l'alimentazione al motore quando il coperchio è aperto impedendo l'avvio accidentale del funzionamento della macchina - Sensore elettrico di rilevamento di mancanza d'acqua nel serbatoio con conseguente blocco dell'avvio della macchina maceratrice - Sensore elettrico di rilevamento di livello acqua nel serbatoio - che consente il regolare avvio dell'apparecchiatura - Sensore elettronico di rilevamento di scarico otturato con conseguente blocco di possibile avvio dell'apparecchiatura. Manca il dispositivo di arresto in emergenza	buono	8
--	--	--	-------	---

A1


10

24/10/20

Ciclo di smaltimento e trattamento del materiale monouso, semplicità di utilizzo e sanificazione, altre caratteristiche		Possibilità di smaltire combinazioni di pezzi dei vari prodotti monouso (max 4 pezzi di padelle o di urinali o di catini, max 8 pezzi di bacinelle o vasini, max 2 pezzi di catini lt.4) Le superfici lisce e arrotondate, prive di cavità in cui possano annidarsi impurità, ne rendono estremamente facile la pulizia. Lo scarico è provvisto di un sifone a "P" in grado di intrappolare eventuali fenomeni di soffiaggio della rete fognaria e quindi il non ritorno dei cattivi odori, ha inoltre un sistema di troppo pieno collegato allo scarico dotato di una valvola di non ritorno Dotato di display LCD con guida in linea e spie luminose (semaforo) che ne segnala il corretto funzionamento o il mal funzionamento	ottimo	8
---	--	---	--------	---




A2	Caratteristiche del materiale monouso (Impermeabilità, resistenza, facilità di utilizzo ecc...)		IDROREPELLENZA (Resistenza alla penetrazione da parte dei rifiuti biologici per un periodo minimo di quattro ore e da parte dell'acqua per un periodo di 36 ore) BIODEGRADABILITÀ ANALLERGICITÀ NON TOSSICITÀ E NON NOCIVITÀ BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI 14 SUPERFICIE CHE VA A CONTATTO CON IL PAZIENTE LASCIA CONFORMITÀ ALLA PREVISIONI DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE e s.m.i. CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI STERILIZZABILI a ciclo standard ad ETO, convalidato in conformità alla norma ISO 11135-1. Non sono soggetti a scadenza, ma ne è preferibile l'utilizzo entro 5 anni dalla data di produzione.		
			Entro massimo 12 ore lavorative dalla ricezione della chiamata	sufficiente	2,2
			Se non possibile il ripristino immediato sostituzione con un muletto entro 4 ore dall'intervento	buono	4,8
A3	Tempo massimo di fermo macchina e per la sostituzione del macchinario				
	Frequenza manutenzione programmata	5	Manutenzione programmata annuale	discreto	3,5
Totale		60,00			52,50



Giudizio	Valore $V(a)_i$
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,55
Insufficiente	0,4
Non idoneo	0






Commissione giudicatrice delle offerte relative alla procedura aperta su piattaforma elettronica, per l'affidamento del servizio full risk di noleggio di n. 48 macchine maceratrici per l'eliminazione di rifiuti di origine biologica e della fornitura a favore dei presidi ospedalieri della ASL Roma 1 di materiale monouso per le predette apparecchiature.

Verbale 3

L'anno 2017 il giorno 8 del mese di novembre alle ore 10.30 presso la sede della stazione appaltante, Asl Roma 1, si riunisce in seduta riservata, per l'apertura dell'offerta economica contenuta nel file su piattaforma telematica della gara in oggetto, la Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale con deliberazione n 896 del 28/09/2017, e composta dalle seguenti persone:

Dr. Mario FABRIZI Dirigente Amministrativo UOC ABS	PRESIDENTE
Ing. Silvia SERGIO Ingegnere UOC Ingegneria Clinica	COMPONENTE
Dott. Giuseppe MATTEUCCI Collaboratore Prof. Esperto Infermiere	COMPONENTE
Sig. Massimo COLAO Assistente Amministrativo U.O.C. A.B.S.	SEGRETARIO

Premesso che nella precedente sedute la Commissione ha assegnato il punteggio al profilo qualitativo delle offerte, così come prescritto dal capitolato speciale di gara, la medesima si riunisce in data odierna allo scopo di procedere all'apertura dell'offerta economica.

Il presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i componenti, dà atto della presenza del rappresentante della Società Promos, Sig. Stefano Santini, munito di delega acquisita agli atti di gara.


La Commissione, dà lettura del punteggio assegnato al profilo qualitativo dell'offerta così come riportato nell'allegato A.

Quindi procede con l'apertura del file zip dove è racchiusa l'offerta economica della ditta partecipante e, accertatane la regolarità di formulazione, ne legge il corrispettivo. Quindi la Commissione procede all'apertura del file dov'è racchiuso il dettaglio dell'offerta economica, con la specifica dei prezzi dei singoli prodotti in gara, che si allega la presente verbale, allegato B.

Compiuti tali adempimenti, la Commissione dà lettura della graduatoria finale, allegato C.

Ciò fatto, la Commissione ritiene di dover chiedere i giustificativi dell'offerta al fine di verificarne la congruità, rinviando a successiva riunione riservata la valutazione degli stessi.

Terminati i lavori, alle ore 12.00 circa, il Presidente dichiara chiusa la seduta.





Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dott. Mario Fabrizi

Mario Fabrizi

I COMPONENTI

Ing. Silvia Sergio

Silvia Sergio

Dott. Giuseppe Matteucci

Giuseppe Matteucci

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig. Massimo Colao

Massimo Colao

Dispositivi di sicurezza e protezione (modalità apertura coperchio, blocco coperchio durante ciclo, blocco motore a coperchio aperto, blocco avvio macchina mancanza d'acqua, protezione da sopraccarico, ecc)		Dispositivo meccanico sulla chiusura del coperchio che ne impedisce l'apertura accidentale del coperchio durante il ciclo di funzionamento - Dispositivo di sicurezza elettronica per bloccare l'alimentazione al motore quando il coperchio è aperto impedendo l'avvio accidentale del funzionamento della macchina 10 - Sensore elettrico di rilevamento di mancanza d'acqua nel serbatoio con conseguente blocco dell'avvio della macchina maceratrice - Sensore elettrico di rilevamento di livello acqua nel serbatoio - che consente il regolare avvio dell'apparecchiatura - Sensore elettronico di rilevamento di scarico otturato con conseguente blocco di possibile avvio dell'apparecchiatura - Manca il dispositivo di arresto in emergenza	buono	8
--	--	--	-------	---

A1

e

Handwritten signature and initials.

Parametro di valutazione	Punteggio Massimo	Note	Giudizio	Punteggio Assegnato
Caratteristiche tecniche complessive (rumorosità, consumo idrico, ed elettrico, ingombro, ecc)	12	<u>Rumorosità</u> Il (livello di emissioni sonore ponderate A, LpA, prodotte variano da 55 dB(A) a 65 dB(A). La base della macchina è dotata di apposita guarnizione in gomma che ne riduce le vibrazioni in fase di funzionamento - è dotata altresì di appositi dispositivi per essere eventualmente fissata al pavimento). <u>Consumo idrico</u> differenziato su tre cicli (Ciclo 1 = 17 litri Ciclo 2 = 18,5 litri Ciclo 3 = 23 litri di acqua fredda) <u>Macchina compatta</u> con dimensioni inferiori a quanto richiesto di minimo <u>Consumo elettrico</u> La macchina, che funziona con corrente alternata di 220-230 volt (monofase), è fornita di protezioni termiche che la proteggono da sovraccarichi. - L'assorbimento massimo è di circa 5,1 amp. Il motore ha una potenza di circa 0,600 kW trazione diretta ad induzione IP55.	ottimo	12



Ciclo di smaltimento e trattamento del materiale monouso, semplicità di utilizzo e sanificazione, altre caratteristiche		Possibilità di smaltire combinazioni di pezzi dei vari prodotti monouso (max 4 pezzi di padelle o di urinali o di catini, max 8 pezzi di bacinelle o vasini, max 2 pezzi di catini lt.4) Le superfici lisce e arrotondate, prive di cavità in cui possano annidarsi impurità, ne rendono estremamente facile la pulizia. Lo scarico è provvisto di un sifone a "P" in grado di intrappolare eventuali fenomeni di soffiaggio della rete fognaria e quindi il non ritorno dei cattivi odori, ha inoltre un sistema di troppo pieno collegato allo scarico dotato di una valvola di non ritorno Dotato di display LCD con guida in linea e spie luminose (semaforo) che ne segnala il corretto funzionamento o il mal funzionamento	ottimo	8
---	--	---	--------	---

all
M
S

A2	Caratteristiche del materiale monouso (impermeabilità, resistenza, facilità di utilizzo ecc....)		IDROREPELLENZA (Resistenza alla penetrazione da parte dei rifiuti biologici per un periodo minimo di quattro ore e da parte dell'acqua per un periodo di 36 ore) BIODEGRADABILITÀ ANALLERGICITA' NON TOSSICITÀ E NON NOCIVITÀ BORDI E SPIGOLI ARROTONDATI 14 SUPERFICIE CHE VA A CONTATTO CON IL PAZIENTE LASCIA CONFORMITÀ ALLA PREVISIONI DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE e s.m.i. CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI STERILIZZABILI a ciclo standard ad ETO, convalidato in conformità alla norma ISO 11135-1. Non sono soggetti a scadenza, ma ne è preferibile l'utilizzo entro 5 anni dalla data di produzione.			14
			5 Entro massimo 12 ore lavorative dalla ricezione della chiamata	sufficiente		2,2
			6 Se non possibile il ripristino immediato sostituzione con un muletto entro 4 ore dall'intervento	buono		4,8
A3	Tempo massimo di fermo macchina e per la sostituzione del macchinario					
	Frequenza manutenzione programmata	5	Manutenzione programmata annuale	discreto		3,5
Totale		60,00				52,50

MS

Calcolo del prezzo totale annuale.

Fattore di costo

Prezzo Unitario

Quantità

Prezzo Totale annuale

Noleggio Annuale Macchinari

€ 1.536,00	48	€ 73.728,00
------------	----	-------------

Supporti

Supporto Letto Urinale Maschile
Supporto Padella Italiana
Supporto Padella Italiana con Manico
Supporto Catino

€ 8,00	670	€ 5.360,00
€ 14,00	270	€ 3.780,00
€ 14,00	25	€ 350,00
€ 14,00	50	€ 700,00

Materiale Monouso

Brocca Graduata
Catino
Padella Italiana.
Bacinella Reniforme
Urinale Maschile

€ 0,28	30.000	€ 8.400,00
€ 0,30	3.000	€ 900,00
€ 0,30	74.000	€ 22.200,00
€ 0,06	60.000	€ 3.600,00
€ 0,30	86.000	€ 25.800,00

PREZZO TOTALE

€ 144.818,00

L'offerente deve riportare nella colonna Prezzo Unitario il prezzo unitario del macchinario o del materiale
L'offerente deve riportare nella colonna Prezzo Totale Annuale il prodotto del prezzo unitario annuale per le quantità.
L'offerente deve riportare nel Totale la somma di tutti i Prezzi Totali Annuali

PROMOS S.p.A.
Frazione Villa Lempa
Civitella del Tronto (TE)
Nel Consig. di Amm. e Direzione

Graduatoria

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in noleggio triennale rinnovabile per anni due di 48 macchine maceratrici per lo smaltimento di rifiuti biologici, oltre fornitura del materiale di consumo, a favore dei presidi ospedalieri della ASL RM 1.

Round: 1 - Busta chiusa telematica

off. M. 8

1 - Macchine maceratrici e materiale di consumo - Base asta ribassabile:
150.000,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	PROMOS S.p.A.	144818,00		40,00	60,00	100,00		Si	No

Handwritten signature and initials:
ef
O. K. S.

Commissione giudicatrice delle offerte relative alla procedura aperta su piattaforma elettronica, per l'affidamento del servizio full risk di noleggio di n. 48 macchine maceratrici per l'eliminazione di rifiuti di origine biologica e della fornitura a favore dei presidi ospedalieri della ASL Roma 1 di materiale monouso per le predette apparecchiature.

Verbale 4



L'anno 2017 il giorno 21 del mese di novembre alle ore 12.00 presso la sede della stazione appaltante, Asl Roma 1, si riunisce in seduta riservata, per l'apertura dell'offerta economica contenuta nel file su piattaforma telematica della gara in oggetto, la Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale con deliberazione n 896 del 28/09/2017, e composta dalle seguenti persone:

Dr. Mario FABRIZI Dirigente Amministrativo UOC ABS	PRESIDENTE
Ing. Silvia SERGIO Ingegnere UOC Ingegneria Clinica	COMPONENTE
Dott. Giuseppe MATTEUCCI Collaboratore Prof. Esperto Infermiere	COMPONENTE
Sig. Massimo COLAO Assistente Amministrativo U.O.C. A.B.S.	SEGRETARIO

Premesso che nella precedente seduta la Commissione ha aperto l'offerta economica della Società PROMOS, ha dato lettura della graduatoria di aggiudicazione e all'esito ha ritenuto di dover chiedere i giustificativi dell'offerta al fine di verificarne la congruità, rinviando a successiva riunione riservata la valutazione degli stessi, la Commissione si riunisce in data odierna per valutare i giustificativi dell'offerta riportati nella lettera PEC della Società PROMOS registrata in entrata al protocollo aziendale al n. 136140/2017 del 17/11/2017. La funzione di verbalizzazione è svolta dal Presidente.

Alla luce dei giustificativi, la Commissione ritiene l'offerta della Società Promos congrua e valida. Conferma quindi la graduatoria di aggiudicazione allegata al verbale n. 3.

Compiuti tali adempimenti, la Commissione ritiene concluse le operazioni di gara e trasmette gli atti all'amministrazione della stazione appaltante per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e il seguito di competenza. Terminati i lavori, alle ore 13.00 circa, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è composto di n. 2 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	Dott. Mario Fabrizi
I COMPONENTI	Ing. Silvia Sergio
	Dott. Giuseppe Matteucci

