

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 0436 del 30-06-2018**

**OGGETTO:** Aggiudicazione della procedura aperta, indetta con Deliberazione n. 1160 del 28/12/2017 per l'affidamento triennale della fornitura in service di n. 2 sistemi analitici per indagini di immunoematologia eritrocitaria in fase liquida mediante micropiastra - CIG 7311138DED

**STRUTTURA PROPONENTE:** Dipartimento Tecnico- Patrimoniale - UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: 221

L'estensore : Simona Ameduri 

Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento  
**Dott. Vittorio SANTORIELLO**

Il Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi  
**Dott. Pietro LEONE**

Il Direttore Provvisorio Dipartimento Tecnico - Patrimoniale  
**Ing. Paola BRAZZODURO**  
 assente

Data 10/4/2018

Data 10/4/2018

Il presente Atto contiene dati sensibili  SI  NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.


Costo previsto:  
 Anno 2018 € 195.069,40 I.C.;  
 Anno 2019 € 334.404,70 I.C.;  
 Anno 2020 € 334.404,70 I.C.;  
 Anno 2021 € 139.335,25 I.C.

Conto n. 501010317 "Reagenti"

Il Funzionario addetto al controllo di budget: Il Direttore UOC Farmacia Ospedaliera S.F.N.


**Dott.ssa Roberta Pavan**

Data 15/4/2018

Firma 

Il Dirigente dell'UOC Pianificazione strategica, Programmazione e Controllo di gestione, **Dott. Carlo SAITTO**, con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economica della spesa di cui al presente provvedimento

Data 19.4.2018

Firma 

Parere del Direttore Amministrativo **Dott.ssa Cristina MATRANGA**

Favorevole

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 25.10.2018

firma 

Parere del Direttore Sanitario **Dott. Mauro GOLETTI**

Favorevole

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 27/06/2018

firma 

Il Presente provvedimento si compone di n. 21 pagine di cui n. 17 pagine di allegati

Il Direttore Generale

**Dott. Angelo TANESE**





0436 del 30.06.2018

**IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo TANESE;

**VISTA** la deliberazione n. 1 del 01/01/2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016; come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

**PREMESSO CHE**, con Delibera n. 1160 del 28/12/2017 è stata disposta l'indizione di una gara - a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - per l'affidamento della fornitura in service di n. 2 sistemi analitici per indagini di immunoematologia eritrocitaria in fase liquida mediante micropiastre, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un periodo di 36 mesi non rinnovabili, per un importo complessivo triennale presunto di € 825.000,00 IVA esclusa, al netto dei costi della sicurezza quantificati dalla UOC Risk Management in € 1.000,00;

**CHE** si è provveduto alla pubblicazione del Bando di gara secondo quanto disposto dall'art. 73 del D. Lgs 50/2016, come di seguito indicato:

Pubblicazione su la GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA n. 2018/S 001-000922 del 3/1/2018;

Pubblicazione su la GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n. 5 del 12/1/2018;

**CHE** la documentazione di gara prevedeva come termine di scadenza per l'invio dell'offerta, presso la sede della Asl Roma I, Borgo Santo Spirito n. 3 - Ufficio del Protocollo - le ore 12:00 del 19/2/2018;

**CHE** nel termine innanzi indicato sono pervenute n. 2 offerte, come di seguito riportate:

- IMMUCOR ITALIA SpA, offerta acquisita al protocollo aziendale n. 21318 del 16/02/2018;
- DIA4IT Srl, offerta acquisita al protocollo aziendale n. 21324 del 16/02/2018;

**CHE** con Deliberazione n. 241 del 2/3/2018 è stata nominata la Commissione di gara preposta alla valutazione delle offerte così composta:

- Presidente Dott. Pietro LEONE
- Componente Dott. Marcellò HORTENCIO DE MEDEIROS
- Componente Sig. Fabio PICARIELLO
- Segretaria Dott.ssa Simona AMEDURI

**CHE**, con Determinazione Dirigenziale n. 576 del 13/3/2018, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, è stata disposta formalmente l'ammissione di entrambi gli operatori economici indicati *ut supra*;

**VISTI** i verbali delle sedute di gara n. 1 del 12 marzo 2018, n. 2 del 16 marzo 2018, n. 3 del 16 marzo 2018, n. 4 del 26 marzo 2018 e n. 5 del 4 aprile 2018, relativi ai lavori della Commissione che, allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato);

**CONSIDERATO CHE** dall'analisi dei suddetti verbali e di tutti gli atti connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa e ritenuto, di conseguenza, di far proprie quanto negli stessi contenuto;

**RITENUTO CHE**, la procedura di scelta del contraente è stata regolarmente eseguita e che, pertanto, sussistono i presupposti per pervenire all'aggiudicazione della procedura indetta con Delibera n. 1160 del 28/12/2017;

**ACCERTATO CHE** è risultata aggiudicataria la Società **IMMUCOR ITALIA SpA**, per un importo complessivo triennale di € 822.306,62 I.E.

**CONSIDERATI** i tempi per l'espletamento degli adempimenti connessi a quanto disposto dall'art. 32, commi 7 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. è presumibile ipotizzare la stipula del contratto e l'avvio della fornitura entro il 1 giugno 2018;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.



## PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE E FARE PROPRIE** le determinazioni assunte dalla Commissione di gara quali risultano dai verbali di seduta pubblica, n. 1 del 12 marzo 2018, n. 2 del 16 marzo 2018 e n. 5 del 4 aprile 2018, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali del medesimo;
- 2) **DI AGGIUDICARE** la procedura di gara indetta con Delibera n. 1160 del 28/12/2017 per l'affidamento della fornitura in service di n. 2 sistemi analitici per indagini di immunoematologia eritrocitaria in fase liquida mediante micropiastra, alle condizioni contrattuali, tecniche ed economiche risultanti dagli atti di gara;
- 3) **DI IMPUTARE** l'importo complessivo presunto di € 1.003.214,07 IVA inclusa, derivante dall'adozione del presente provvedimento sul conto economico n. 501010317 rubricato "Reagenti", per il periodo comè di seguito suddiviso:
  - €195.069,40 – periodo 1 giugno/ 31 dicembre 2018;
  - €334.404,70 – periodo 1 gennaio/ 31 dicembre 2019;
  - €334.404,70 – periodo 1 gennaio/ 31 dicembre 2020;
  - €139.335,25 – periodo 1 gennaio/ 31 maggio 2021;
- 4) **DI DARE ATTO CHE:**
  - l'efficacia dell'aggiudicazione in parola è sospesa fino al positivo riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo alla Società aggiudicatrice;
  - la stipula del contratto terrà conto dell'istituto del termine sospensivo (*c.d. stand-still period*) di cui all'art.32, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- 5) **DI RISERVARSI** ogni potere di autotutela in merito all'aggiudicazione in trattazione, per violazione della *lex specialis* come da atti di gara, inclusa la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto negoziale qualora dovessero essere accertate da parte dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche di ufficio, cause ostative alla stipula del contratto pubblico, previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dalla normativa di cui al D. Lgs. 159/2011, nonché da ogni altra normativa vigente applicabile all'oggetto del presente affidamento;
- 6) **DI NOMINARE** DEC della procedura la Dott.ssa Silvia Caldarini, Dirigente Farmacista presso il Presidio Ospedaliero della Asl Roma I "San Filippo Neri";
- 7) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Responsabile del  
Procedimento  
Dott. Vittorio  
**SANTORIELLO**

Il Direttore della UOC  
Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. **Pietro LEONE**

Il Direttore Provvisorio  
Dipartimento Tecnico –Patrimoniale  
Ing. Paola **BRAZZODURO**,  
assente

**IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e



proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

### DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Aggiudicazione della procedura aperta, indetta con Deliberazione n. 1160 del 28/12/2017 per l'affidamento triennale della fornitura in service di n. 2 sistemi analitici per indagini di immunoematologia eritrocitaria in fase liquida mediante micropiastra - CIG 7311138DED” e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE E FARE PROPRIE** le determinazioni assunte dalla Commissione di gara quali risultano dai verbali di seduta pubblica, n. 1 del 12 marzo 2018, n. 2 del 16 marzo 2018 e n. 5 del 4 aprile 2018, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali del medesimo;
- 2) **DI AGGIUDICARE** la procedura di gara indetta con Delibera n. 1160, del 28/12/2017 per l'affidamento della fornitura in service di n. 2 sistemi analitici per indagini di immunoematologia eritrocitaria in fase liquida mediante micropiastra, alle condizioni contrattuali, tecniche ed economiche risultanti dagli atti di gara;
- 8) **DI IMPUTARE** l'importo complessivo presunto di € 1.003.214,07 IVA inclusa, derivante dall'adozione del presente provvedimento sul conto economico n. 501010317 rubricato “Reagenti”, per il periodo come di seguito suddiviso:
  - €195.069,40 – periodo 1 giugno/ 31 dicembre 2018;
  - €334.404,70 – periodo 1 gennaio/ 31 dicembre 2019;
  - €334.404,70 – periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020;
  - €139.335,25 – periodo 1 gennaio/ 31 maggio 2021;
- 3) **DI DARE ATTO CHE:**
  - l'efficacia dell'aggiudicazione in parola è sospesa fino al positivo riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo alla Società aggiudicatrice;
  - la stipula del contratto terrà conto dell'istituto del termine sospensivo (*c.d. stand-still period*) di cui all'art.32, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- 4) **DI RISERVARSI** ogni potere di autotutela in merito all'aggiudicazione in trattazione, per violazione della *lex specialis* come da atti di gara, inclusa la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto negoziale qualora dovessero essere accertate da parte dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche di ufficio, cause ostative alla stipula del contratto pubblico, previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dalla normativa di cui al D. Lgs 159/2011, nonché da ogni altra normativa vigente applicabile all'oggetto del presente affidamento;
- 9) **DI NOMINARE** DEC della procedura la Dott.ssa Silvia Caldarini, Dirigente Farmacista presso il Presidio Ospedaliero della Asl Roma 1 “San Filippo Neri”;
- 5) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

La Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Angelo TANESE

Allegato

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI DUE SISTEMI ANALITICI PER INDAGINI DI IMMUNOEMATOLOGIA ERITROCITARIA IN FASE LIQUIDA MEDIANTE MICROPIASTRA PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**VERBALE N. 1 SEDUTA PUBBLICA APERTURA PLICHI - BUSTA A**

Premesso che:

- con deliberazione n. 1160 del 28/12/2017 è stata disposta l'indizione di una gara a procedura aperta per la fornitura in service di n. 2 sistemi analitici per indagini di immunoematologia eritrocitaria in fase liquida mediante micropiastra, per un periodo di 36 mesi;
- si è provveduto alla pubblicazione del Bando di gara nella GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA n. 2018/S 001-000922 del 3/1/2018;
- le offerte dovevano pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 19/2/2018;
- con deliberazione n. 241 del 2/3/2018 è stata nominata la Commissione preposta alla valutazione delle offerte nella seguente composizione:

Presidente: Dott. Pietro Leone - *Direttore UOC ABS Asl Roma I*

Componente: Sig. Fabio Picariello - *Coordinatore tecnico SIMT Asl Roma I*

Componente: Dr. Marcello Hortencio De Medeiros - *Dirigente medico c/o SIMT Asl Roma I*

La Commissione, nell'espletamento dei lavori, si avvarrà dell'ausilio di un segretario verbalizzante, individuato nella persona della Dott.ssa Simona Ameduri, Collaboratrice Amministrativa c/o la UOC ABS Asl Roma I.

Il giorno **12 Marzo 2018 alle 15:00** nei locali della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL Roma I- Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 ROMA si riunisce, in seduta pubblica, la Commissione di gara, nominata con deliberazione n. 241 del 2/3/2018, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara in intestazione.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, ai quali rammenta le cause di incompatibilità di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, che gli stessi hanno reso mediante apposita dichiarazione conservata agli atti, dichiara aperta la seduta alle ore \_\_\_;

Si dà atto che, in rappresentanza delle imprese offerenti, sono presenti alla seduta odierna i Signori indicati nel prospetto di cui in appresso, muniti di regolare delega o procura, conservata agli atti.

SOCIETA'	Rappresentanti/delegati	documento
DIA4IT Srl	ROCCHINO DOMENICO	PAT. N. U1R619796P
IMMUCOR ITALIA SpA	SILVIA VIGNOLI	C.I. AT0038746

m

*[Handwritten signatures]*

Il Presidente, previamente all'apertura dei plichi e all'avvio delle operazioni relative alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni richieste dagli atti di gara, procede a dare atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato perentoriamente alle ore 12:00 del 19/2/2018, risultano validamente presentate le offerte, come indicate nel prospetto di seguito riportato:

RIF.	SOCIETA'	Numero Protocollo
1	IMMUCOR ITALIA SpA	21318 del 16/02/2018
2	DIA4IT Srl	21324 del 16/02/2018

La Commissione procede, pertanto, all'apertura delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa richiesta dagli atti di gara e ne verifica la rispondenza con quanto ivi stabilito.

Dall'esame della documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti emerge quanto illustrato nel prospetto che segue:

IMMUCOR ITALIA SpA		
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	PRESENTE	REGOLARE E COMPLETA
DGUE	PRESENTE	REGOLARE E COMPLETO
IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE	PRESENTE	REGOLARE
CAUZIONE PROVVISORIA 1%	PRESENTE	REGOLARE
PATTO DI INTEGRITA'	PRESENTE	REGOLARE
PASSOE	PRESENTE	REGOLARE
RICEVUTA VERSAMENTO ANAC	PRESENTE	REGOLARE

La documentazione amministrativa presentata dalla Immucor Italia SpA risulta regolare e completa, pertanto, la stessa è ammessa alla fase successiva della procedura in trattazione.

DIA4IT Srl		
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	PRESENTE	REGOLARE E COMPLETA
DGUE	PRESENTE	REGOLARE E COMPLETO
IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE	PRESENTE	REGOLARE
CAUZIONE PROVVISORIA 1%	PRESENTE	REGOLARE
PATTO DI INTEGRITA'	PRESENTE	REGOLARE
PASSOE	PRESENTE	REGOLARE
RICEVUTA VERSAMENTO ANAC	PRESENTE	REGOLARE


La documentazione amministrativa presentata dalla Dia4it Srl risulta regolare e completa, pertanto, la stessa è ammessa alla fase successiva della procedura in trattazione.

Esaurite le operazioni connesse alla verifica della documentazione amministrativa, il Presidente informa i delegati degli operatori economici presenti che, con successiva comunicazione tramite PEC, verrà reso noto il giorno e l'ora in cui avrà luogo la seconda seduta, nel corso della quale si darà avvio alle operazioni di apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica.

A questo punto, la Commissione trasmette il presente verbale per la pubblicazione del provvedimento sul portale Asl Roma I nella sezione "Bandi e Concorsi/Gare e Appalti" per gli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Alle ore 16:00 il Presidente chiude la seduta pubblica.


Presidente Dott. Pietro Leone




Componente Sig. Fabio Picariello



Componente Dr. Marcello Hortencio De Medeiros



Segretario Dr.ssa Simona Ameduri



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI DUE SISTEMI  
ANALITICI PER INDAGINI DI IMMUNOEMATOLOGIA ERITROCITARIA IN FASE  
LIQUIDA MEDIANTE MICROPIASTRA PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**VERBALE N. 2 SEDUTA PUBBLICA APERTURA PLICHI – BUSTA B**

Premesso che:

- con deliberazione n. 1160 del 28/12/2017 è stata disposta l'indizione di una gara a procedura aperta per la fornitura in service di n. 2 sistemi analitici per indagini di immunoematologia eritrocitaria in fase liquida mediante micropiastro, per un periodo di 36 mesi;
- si è provveduto alla pubblicazione del Bando di gara nella GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA n. 2018/S 001-000922 del 3/1/2018;
- le offerte dovevano pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 19/2/2018;
- con deliberazione n. 241 del 2/3/2018 è stata nominata la Commissione preposta alla valutazione delle offerte nella seguente composizione:

Presidente: Dott. Pietro Leone - *Direttore UOC ABS Asl Roma I*

Componente: Sig. Fabio Picariello – *Coordinatore tecnico SIMT Asl Roma I*

Componente: Dr. Marcello Hortencio De Medeiros – *Dirigente medico c/o SIMT Asl Roma I*

La Commissione, nell'espletamento dei lavori, si avvarrà dell'ausilio di un segretario verbalizzante, individuato nella persona della Dott.ssa Simona Ameduri, Collaboratrice Amministrativa c/o la UOC ABS Asl Roma I.

Il giorno 12 Marzo 2018 alle 15:00 nei locali della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL Roma I- Borgo Santo Spirito, 3 – 00193 ROMA si tenuta la prima riunione in seduta pubblica ai fini della verifica della documentazione amministrativa, all'esito della quale è stata disposta l'ammissione alla successiva fase del procedimento di gara di entrambe le Società concorrenti: DIA4IT Srl e IMMUCOR ITALIA SpA.

Detta ammissione è stata successivamente formalizzata con Determinazione Dirigenziale n. 576 del 13/3/2018, in pari data pubblicata sul portale Asl Roma I nella sezione "Bandi e Concorsi/Gare e Appalti" per gli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con note n. 33925 e n. 33914 del 15/3/2018, trasmesse via p.e.c., le Società di cui innanzi sono state invitate a presenziare alla seconda seduta pubblica di gara dedicata all'apertura delle Buste B.

Tutto quanto sopra premesso:

Il Giorno **16 marzo 2018 alle ore 9:30**, nei locali della UOC Acquisizione Beni e Servizi della Asl Roma I, la Commissione di gara, presente al completo nella sua composizione, come innanzi



indicata, dato atto della presenza dei rappresentati/delegati della Ditte come da prospetto che segue:

IMMUCOR ITALIA SpA	URBANI Mauro	C.I. AR 5433604
DIA4IT Srl	ROCCHINO Domenico	PAT. AT0038746

La Commissione procede, pertanto, all'apertura delle buste B contenenti le offerte tecniche al fine di verificarne il contenuto.

Si procede all'apertura della busta B presentata dalla Società IMMUCOR ITALIA SpA, si dà atto che la stessa contiene:

- BUSTA SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
- 1 CD
- INDICE RIEPILOGATIVO
- ALLEGATO 8 SCHEMA OFFERTA TECNICA
- Documento allegato produttività standard neo iris tm 7 pagine
- Manuale di 523 pagine
- Progetto tecnico 112 pagine
- Schede tecniche (allegato 8 punti 6 e 10.) pagine n. 17
- Pannello determinazioni 13 pagine
- Installazione e qualificazione 17 pagine
- Modulo di manutenzione preventiva 10 pagine
- Registrazione attività registrazione montaggio
- Modulo partecipazione training 10 pagine
- Certificati di taratura 13 pagine
- Caratteristiche minime 7 pagine
- Evidenze per caratteristiche minime 7 pagine
- Tracciabilità completa delle operazioni in 4 pagine
- Master list 7 pagine
- COA (certificato di analisi) 40 pagine
- Dichiarazione uso reagenti e strumentazione 12 pagine
- Schede tecniche 84 pagine
- Schede sicurezza 84 pagine
- Dichiarazione conformità 23 pagine
- Allegato 7 scheda fornitore 3 pagine.



La Commissione, verificata la regolare presenza dei documenti come da elenco di cui innanzi comunica alla Immucor Italia SpA l'ammissione alla fase successiva della procedura di gara.

A questo punto la Commissione procede all'apertura della BUSTA B della Società DIA4IT Srl, la quale contiene i documenti come in appresso elencati:

- Tre documenti contenenti:
- allegati numerati, di cui il primo fino a pagina 128 il quale comprende i primi 11 allegati; il secondo da pag. da 129 a pagina 266 comprende allegato n. 12; il terzo va da pagina 267 a pagina 321 comprendente dall'allegato da 13 allegato n. 18
- allegato 19 è n. 1 CD;
- allegato 20 busta segreti tecnici e commerciali
- allegato 7 scheda fornitore
- allegato 8 schema offerta tecnica

La Commissione, verificata la regolare presenza dei documenti come da elenco di cui innanzi comunica alla Dia4It Srl l'ammissione alla fase successiva della procedura di gara.

A questo i rappresentanti/delegati, su invito del Presidente, lasciano la riunione e la Commissione procede all'esame nel merito delle offerte tecniche, in seduta riservata.


Alle ore 10:30 il Presidente chiude la seduta pubblica.

Presidente Dott. Pietro Leone

Componente Sig. Fabio Picariello

Componente Dr. Marcello Hortencio De Medeiros

Segretario Dr.ssa Simona Ameduri



Dipartimento Tecnico Patrimoniale

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI DUE SISTEMI  
ANALITICI PER INDAGINI DI IMMUNOEMATOLOGIA ERITROCITARIA IN FASE  
LIQUIDA MEDIANTE MICROPIASTRA PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**VERBALE N. 3 SEDUTA RISERVATA**

Premesso che:

- Con deliberazione n. 1160 del 28/12/2017 è stata disposta l'indizione di una gara a procedura aperta per la fornitura in service di n. 2 sistemi analitici per indagini di immunoematologia eritrocitaria in fase liquida mediante micropiastra, per un periodo di 36 mesi;
- Con deliberazione n. 241 del 2/3/2018 è stata nominata la Commissione preposta alla valutazione delle offerte nella seguente composizione:
  - Presidente: Dott. Pietro Leone - *Direttore UOC ABS Asl Roma 1*;
  - Componente: Sig. Fabio Picariello - *Coordinatore tecnico SIMT Asl Roma 1*;
  - Componente: Dr. Marcello Hortencio De Medeiros - *Dirigente medico clo SIMT Asl Roma 1*
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 576 del 13/3/2018 è stata disposta l'ammissione delle Società Immocor Italia SpA e Dia4it Srl alla fase dell'apertura della busta "B";
- Che in data 16/3/2018 in seduta pubblica, di cui al verbale n. 2 recante pari data, la Commissione ha verificato la regolarità della documentazione tecnica presentata dai predetti operatori;

Tutto quanto sopra premesso:

In data 16/3/2018 ore 11:00 circa, la Commissione si riunisce in seduta riservata, presso i locali della UOC Acquisizione Beni e Servizi, per dare avvio all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, così come disciplinato nel paragrafo 6.2 "Modalità di attribuzione del punteggio tecnico" del Disciplinare di gara per cui:

Il Punteggio (Ca) attribuito a ciascuna offerta è determinato da:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$


dove:

n = numero dei criteri

Wi = peso o punteggio attribuito al criterio i;

V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio i variabile tra zero ed uno.




Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai requisiti migliorativi riportati nella tabella, verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:

Criteri	Tipo	W <sub>i</sub>
Cadenza analitica intesa come numero di campioni processati in un'ora per il seguente profilo (A-B-AB-DVI+/DVI-)(A1-A2-B-O) I punti verranno assegnati in maniera proporzionale al numero dei campioni processabili in un'ora.	N	5
Cadenza analitica intesa come numero di campioni processati in un'ora per il profilo di controllo gruppo (A-B-D) I punti verranno assegnati in maniera proporzionale al numero dei campioni processabili in un'ora.	N	8
Caricamento continuo, inteso come la capacità della macchina di leggere in automatico, senza intervento dell'operatore, barcode di reagenti, micropiastre, campioni e soluzioni di lavaggio. In questa fase la macchina non deve interrompere il ciclo di lavoro in corso	SI/NO	8
Possibilità di eseguire in reflex test e in completa automazione (Du - K - AI - H), inteso come capacità della macchina di selezionare automaticamente (senza intervento dell'operatore) i campioni negativi per questi antigeni ed eseguire in automatico gli esami di approfondimento. I punti verranno assegnati in maniera proporzionale al numero di test eseguibili senza intervento dell'operatore.		
D neg → D <sup>u</sup>	SI/NO	2
K neg → k Cellano	SI/NO	2
A1 neg → A	SI/NO	2
A1 neg → H	SI/NO	2
Possibilità di archiviare direttamente dal PC collegato allo strumento i risultati dei test e relative immagini.	SI/NO	5
Esecuzione in automatico identificazione delle varianti del D	SI/NO	3
Possibilità di connessione in remoto per aggiornamenti e assistenza tecnica, si intende la possibilità dell'assistenza Tecnica di intervenire da remoto per problemi di aggiornamento software e risoluzione di facili problemi	SI/NO	3
Gestione delle urgenze con funzione STAT dello strumento.	SI/NO	5
Possibilità di utilizzare i reagenti sia in automatico che in manuale con marchio CE per tale utilizzo, nel senso che i reattivi devono essere certificati sia per l'uso manuale che mediante lo strumento	SI/NO	2
Tipizzazione altri antigeni gruppoematici rari ad alta e bassa frequenza in automatico, ossia con l'apparecchio, o con metodica manuale. Si chiarisce che: A: Sistema Automatico M: Sistema Manuale Nel caso in cui l'antisiero non sia disponibile verrà attribuito un punteggio pari a 0 in corrispondenza del singolo antisiero I punti verranno assegnati come di seguito riportato:		
Antisieri	A	M
Anti-M	0,8	0,4
Anti-N	0,8	0,4
Anti-Lea	0,8	0,4
Anti-Leb	0,8	0,4
Anti-Lua	0,8	0,4
Anti-Lub	0,8	0,4
Anti-Kpa	0,8	0,4
Anti-Kpb	0,8	0,4
Anti-Pl	0,8	0,4
Anti-Cw	0,8	0,4
Possibilità di eseguire sull'apparecchio automatico, metodiche aggiuntive oltre a quelle richieste (es. Immunologia piastrinica, ricerca emazie fetali nel circolo materno...)	SI/NO	5
Numero di cellule dei pannelli per l'identificazione di miscele complesse di anticorpi. I punti verranno assegnati in maniera proporzionale al numero di cellule dei pannelli.	N	8

Criteri	Tipo	W <sub>i</sub>
Possibilità da parte dell'operatore medico/tecnico della Struttura Trasfusionale di programmare profili personalizzati sulla macchina	SI/NO	2
Totale		70


La Commissione avvia, dunque, l'esame delle offerte partendo dalla Società Immucor Italia SpA.  
 Alle ore 14:00 circa il Presidente dichiara chiusa la seduta, i plichi contenenti la documentazione tecnica vengono custoditi in una stanza chiusa a chiave della UOC A.B.S.

Presidente Dott. Pietro Leone




---

Componente Sig. Fabio Picariello




---

Componente Dr. Marcelo Hortencio De Medeiros




---






Dipartimento Tecnico Patrimoniale

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI DUE SISTEMI  
ANALITICI PER INDAGINI DI IMMUNOEMATOLOGIA ERITROCITARIA IN FASE  
LIQUIDA MEDIANTE MICROPIASTRA PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**VERBALE N. 4 SEDUTA RISERVATA**

Premesso che:

- Con deliberazione n. 1160 del 28/12/2017 è stata disposta l'indizione di una gara a procedura aperta per la fornitura in service di n. 2 sistemi analitici per indagini di immunoematologia eritrocitaria in fase liquida mediante micropiastra, per un periodo di 36 mesi;
- Con deliberazione n. 241 del 2/3/2018 è stata nominata la Commissione preposta alla valutazione delle offerte delle Società Immucor Italia Spa e Dia4it Srl alla fase dell'apertura della busta "B" nella seguente composizione:
  - o Presidente: Dott. Pietro Leone - *Direttore UOC ABS Asl Roma 1*;
  - o Componente: Sig. Fabio Picariello - *Coordinatore tecnico SIMT Asl Roma 1*;
  - o Componente: Dr. Marcello Hortencio De Medeiros - *Dirigente medico c/o SIMT Asl Roma 1*
- Che in data 16/3/2018 in seduta pubblica, di cui al verbale n. 2 recante pari data, la Commissione ha verificato la regolarità della documentazione tecnica presentata dai predetti operatori;
- Che in seduta riservata in pari data, di cui al verbale n. 3, la Commissione ha proceduto alla valutazione dell'offerta presentata dalla Società Immucor Italia Spa;

Tutto quanto sopra premesso:

In data 26/3/2018 ore 15:00 circa la Commissione si riunisce in seduta riservata, presso i locali della UOC Acquisizione Beni e Servizi, per proseguire l'esame e la valutazione delle offerte tecniche analizzando l'offerta presentata dalla società Dia4it Srl.

Terminato l'esame dell'offerta tecnica, la Commissione evidenzia che con riferimento ai primi due criteri, cadenza analitica intesa come numero di campioni processati in un'ora per il seguente profilo (A-B-AB-DVI+/DVI-)(A1-A2-B-O) e cadenza analitica intesa come numero di campioni processati in un'ora per il profilo di controllo gruppo (A-B-D), gli operatori concorrenti hanno riportato i seguenti valori:

- l'operatore Dia4it Srl ha indicato in sede di offerta tecnica il valore corrispondente alla cadenza analitica complessiva dei due sistemi,

– l'operatore Immucor Italia Spa ha indicato in sede di offerta tecnica il valore corrispondente alla cadenza analitica di un solo sistema.

Pertanto al fine di rendere comparabili le offerte la Commissione decide di considerare anche per l'operatore Immucor Italia Spa il valore corrispondente alla cadenza analitica complessiva dei due sistemi richiesti.

Di seguito procede con l'attribuzione dei punteggi secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara al paragrafo n. 6.2:

*[A large diagonal line is drawn across the page, starting from the bottom left and extending towards the top right.]*

*[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a signature on the left and the letters 'UR' and 'glun' on the right, with a small number '2' below 'glun'.]*

Criteri	Tipo	W <sub>i</sub>	Dia4IT			Immocor Italia SpA		
			Requisito	Cal	Punteggio	Requisito	Cal	Punteggio
Cadenza analitica intesa come numero di campioni processati in un'ora per il seguente profilo (A-B-AB-DVI+/DVI-)(A1-A2-B-O). I punti verranno assegnati in maniera proporzionale al numero dei campioni processabili in un'ora.	N	5	100	0,78	3,91	128	1,00	5,00
Cadenza analitica intesa come numero di campioni processati in un'ora per il profilo di controllo gruppo (A-B-D) I punti verranno assegnati in maniera proporzionale al numero dei campioni processabili in un'ora.	N	8	220	0,76	6,11	288	1,00	8,00
Caricamento continuo, inteso come la capacità della macchina di leggere in automatico, senza intervento dell'operatore, barcode di reagenti, micropiastre, campioni e soluzioni di lavaggio. In questa fase la macchina non deve interrompere il ciclo di lavoro in corso	SI/NO	8	SI		8,00	SI		8,00
Possibilità di eseguire in reflex test e in completa automazione (Du - K - A1 - H), inteso come capacità della macchina di selezionare automaticamente (senza intervento dell'operatore) i campioni negativi per questi antigeni ed eseguire in automatico gli esami di approfondimento. I punti verranno assegnati in maniera proporzionale al numero di test eseguibili senza intervento dell'operatore								
D neg → D <sup>u</sup>	SI/NO	2	SI		2,00	SI		2,00
K neg → k Cellano	SI/NO	2	SI		2,00	SI		2,00
A1 neg → A	SI/NO	2	NO		0,00	SI		2,00
A1 neg → H	SI/NO	2	NO		0,00	SI		2,00
Possibilità di archiviare direttamente dal PC collegato allo strumento i risultati dei test e relative immagini	SI/NO	5	SI		5,00	SI		5,00
Esecuzione in automatico identificazione delle varianti del D	SI/NO	3	SI		3,00	SI		3,00
Possibilità di connessione in remoto per aggiornamenti e assistenza tecnica, si intende la possibilità dell'assistenza Tecnica di intervenire da remoto per problemi di aggiornamento software e risoluzione di facili problemi	SI/NO	3	SI		3,00	SI		3,00
Gestione delle urgenze con funzione STAT dello strumento.	SI/NO	5	SI		5,00	SI		5,00

Criteri	Tipo	W <sub>i</sub>	Dia4IT			Immocor Italia SpA		
			Requisito	Cal	Punteggio	Requisito	Cal	Punteggio
Possibilità di utilizzare i reagenti sia in automatico che in manuale con marchio CE per tale utilizzo, nel senso che i reattivi devono essere certificati sia per l'uso manuale che mediante lo strumento	SI/NO	2	NO		0,00	SI		2,00
<p>Tipizzazione altri antigeni gruppoematici rari ad alta e bassa frequenza in automatico, ossia con l'apparecchio, o con metodica manuale. Si chiarisce che:</p> <p>A: Sistema Automatico M: Sistema Manuale</p> <p>Nel caso in cui l'antisiero non sia disponibile verrà attribuito un punteggio pari a 0 in corrispondenza del singolo antisiero</p> <p>I punti verranno assegnati come di seguito riportato:</p>								
Antisieri	A	M						
Anti-M	0,8	0,4	M		0,4	A		0,8
Anti-N	0,8	0,4	M		0,4	A		0,8
Anti-Lea	0,8	0,4	M		0,4	A		0,8
Anti-Leb	0,8	0,4	M		0,4	A		0,8
Anti-Lua	0,8	0,4	M		0,4	A		0,8
Anti-Lub	0,8	0,4	M		0,4	n/d		0
Anti-Kpa	0,8	0,4	n/d		0	A		0,8
Anti-Kpb	0,8	0,4	n/d		0	A		0,8
Anti-PI	0,8	0,4	M		0,4	A		0,8
Anti-Cw	0,8	0,4	M		0,4	A		0,8
Possibilità di eseguire sull'apparecchio automatico, metodiche aggiuntive oltre a quelle richieste (es. Immunologia piastrinica, ricerca emazie fetali nel circolo materno...)	SI/NO	5	SI		5,00	SI		5,00
Numero di cellule dei pannelli per l'identificazione di miscele complesse di anticorpi. I punti verranno assegnati in maniera proporzionale al numero di cellule dei pannelli.	N	8	11	0,26	2,10	42	1	8,00
Possibilità da parte dell'operatore medico/tecnico della Struttura Trasfusionale di programmare profili personalizzati sulla macchina	SI/NO	2	SI		2,00	SI		2

La Commissione, quindi, conclude le operazioni procedendo al calcolo del punteggio tecnico e alla formulazione della graduatoria che viene di seguito riportata:




- Immucor Italia Spa: 69,20
- Dia4it Srl: 50,31

Alle ore 17:30 circa il Presidente dichiara chiusa la seduta, i plichi contenenti la documentazione tecnica vengono custoditi in una stanza chiusa a chiave della UOC A.B.S..

Presidente Dott. Pietro Leone

Componente Sig. Fabio Picariello

Componente Dr. Marcello Hortencio De Medeiros





**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI DUE SISTEMI  
ANALITICI PER INDAGINI DI IMMUNOEMATOLOGIA ERITROCITARIA IN FASE  
LIQUIDA MEDIANTE MICROPIASTRA PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**VERBALE N. 5 SEDUTA PUBBLICA APERTURA PLICHI – BUSTA C**

Premesso che:

- con deliberazione n. 1160 del 28/12/2017 è stata disposta l'indizione di una gara a procedura aperta per la fornitura in service di n. 2 sistemi analitici per indagini di immunematologia eritrocitaria in fase liquida mediante micropiastro, per un periodo di 36 mesi;
- con deliberazione n. 241 del 2/3/2018 è stata nominata la Commissione preposta alla valutazione delle offerte nella seguente composizione:

Presidente: Dott. Pietro Leone - *Direttore UOC ABS Asl Roma I*

Componente: Sig. Fabio Picariello – *Coordinatore tecnico SIMT Asl Roma I*

Componente: Dr. Marcello Hortencio De Medeiros – *Dirigente medico c/o SIMT Asl Roma I*

La Commissione, nell'espletamento dei lavori, si avvarrà dell'ausilio di un segretario verbalizzante, individuato nella persona della Dott.ssa Simona Ameduri, Collaboratrice Amministrativa c/o la UOC ABS Asl Roma I.

Premesso tutto quanto sopra:

Il giorno **4 Aprile 2018 alle 10:00** nei locali della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL Roma I- Borgo Santo Spirito, 3 – 00193 ROMA si è tenuta la riunione in seduta pubblica ai fini dell'apertura delle offerte economiche. Presente la Commissione al completo.

Con note n. 38979 e n. 38980 del 26/3/2018, trasmesse via p.e.c., le Società Immucor Italia SpA e Dia4it Srl sono state invitate a presenziare alla seduta pubblica di gara per l'apertura delle Buste C contenenti le offerte economiche.

Sono presenti per la Immucor Italia SpA il procuratore speciale Dott. Urbani Mauro, come da procura versata in atti e per la Dia4it è presente il Dott. Rocchino Domenico, delegato in forza di delega versata in atti.

Il presidente comunica ai rappresentanti delle Ditte il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione in sede di valutazione delle offerte tecniche che risulta essere per la Immucor Italia SpA 69,20 e per la Dia4it Srl 50,31.

Il Presidente procede, quindi, all'apertura del plico contenente le offerte economiche sigillate e siglate dai rappresentanti delle Società concorrenti in sede di prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa.

Il Presidente procede all'apertura della busta "C" contenente l'offerta economica presentata dalla Immucor Italia SpA e nel dare lettura ne dispone la verbalizzazione come da schema allegato al presente verbale.

Si procede, dunque, all'apertura della busta "C" contenente l'offerta economica presentata dalla Dia4it Srl e nel dare lettura ne dispone la verbalizzazione come da schema allegato al presente verbale.

Infine il Presidente, procede a dare lettura del punteggio economico complessivo assegnato alle due Società concorrenti, come da schema allegato dal quale emerge che la Immucor Italia SpA ha conseguito un punteggio economico pari a 14,65, che sommato al punteggio tecnico pari a 69,20, comporta una valutazione complessiva pari a 83,85.

Il Presidente, procede a dare lettura del punteggio economico complessivo assegnato alla Dia4it Srl la quale ha conseguito un punteggio economico pari a 30,00 che, sommato al punteggio tecnico pari a 50,31 comporta una valutazione complessiva pari a 80,31:

La Commissione rileva che a seguito delle valutazioni effettuate nessuna delle due offerte risulta sospetta di anomalia.

All'esito di tutto quanto sopra, il Presidente comunica alle Società concorrenti la seguente graduatoria:

- Immucor Italia SpA 1 posto;
- Dia4it Srl 2 posto.


Alle ore 11:30 circa il Presidente chiude la seduta pubblica.

Presidente Dott. Pietro Leone

Componente Sig. Fabio Picariello

Componente Dr. Marcello Hortencio De Medeiros

Segretario Dr.ssa Simona Ameduri



The block contains four handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are in cursive and appear to be: 1. Pietro Leone (President), 2. Fabio Picariello, 3. Marcello Hortencio De Medeiros, and 4. Simona Ameduri (Secretary).

*Si allega schema offerte economiche.*



A small, handwritten mark resembling the letter 'M' is located in the bottom left corner of the page.

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Dia4IT Srl		Immucor Italia SpA	
			.Pu	Tot.	Pu	Tot.
Gruppo sanguigno ABO RH diretto	test	129000	1,66755	215.113,95	0,69617	89.805,93
Gruppo sanguigno ABO indiretto	test	90.000	0,55761	50.184,90	0,40992	36.892,80
Fenotipo Rh con il seguente profilo:(C-c-E-e)/Kell	test	60.000	2,18303	130.981,80	3,11737	187.042,20
Ricerca anticorpi 3/4 cellule	test	60.000	1,62024	97.214,40	4,08699	245.219,40
Determinazione D weak	test	12.900	2,67340	34.486,86	1,87357	24.169,05
Test Coombs diretto	test	600	5,65790	3.394,74	24,44198	14.665,19
Controllo gruppo (con il seguente profilo: A-B-D)	test	270.000	0,78085	210.829,50	0,57422	155.039,40
Anti-Fya	test	1.500	3,71896	5.578,44	5,47704	8.215,56
Anti-Fyb	test	1.500	7,00756	10.511,34	5,47704	8.215,56
Anti-Jka	test	1.500	3,84946	5.774,19	5,52024	8.280,36
Anti-Jkb	test	1.500	3,84946	5.774,19	5,52024	8.280,36
Anti-S	test	1.500	5,89396	8.840,94	5,43864	8.157,96
Anti-s	test	1.500	3,71896	5.578,44	5,43864	8.157,96
Identificazione anticorpi	test	300	98,13600	29.440,80	67,21631	20.164,89
				813.704,49		822.306,62

3  
  
 fur