

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 506 del 22/04/2024

OGGETTO: Procedura di gara, indetta con Deliberazione DG FF. 291 del 15/03/2023, finalizzata all'affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, suddivisa in n. 210 Lotti, di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e per la terapia antalgica per le esigenze dell'Asl Roma 1. Numero gara Anac 8964034 Provvedimento di aggiudicazione e di esclusione.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: SIMONA AMEDURI Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Dott. VITTORIO SANTORIELLO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Firmatario: VITTORIO SANTORIELLO

Data: 04/04/2024 12:17:10 CEST

Firmatario: CRISTINA FRANCO

Data: 04/04/2024 12:27:22 CEST

Firmatario: PAOLA BRAZZODURO

Data: 15/04/2024 09:23:53 CEST

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€5.250,00	2024	CE	516040605	Accantonamento incentivi funzioni tecniche		no
€46.854,51	2024	CE	501010392	Dispositivi per apparato gastrointestinale	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€1.179,33	2024	CE	501010394	Materiale da sutura	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€262.437,45	2024	CE	501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€44.847,20	2024	CE	501010317	Reagenti	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€48.208,46	2024	CE	501010384	Materiale sanitario non sterile	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€17.730,67	2024	CE	504020101	Canone noleggio area sanitaria	Ing. Silva Sergio	no
€161.707,99	2024	CE	501010390	Dispositivi per somministrazione e prelievo	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€530.992,80	2024	CE	501010391	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€26.536,53	2024	CE	501010891	Altri beni e prodotti sanitari	Dott.ssa Roberta Pavan	no
€345.237,95	2024	CE	501010393	Dispositivi per apparato respiratorio	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€140.548,07	2024	CE	501010395	Altri dispositivi e materiale monouso sterile	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€59.007,33	2024	CE	501010388	Materiale per emodialisi	Dott.ssa Roberta Pavan	si

La contabilizzazione della spesa per gli anni 2025-2027 è specificata sia nel corpo che nel dispositivo dell'atto.

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott.ssa ROBERTA PAVAN

Firmatario: ROBERTA PAVAN

Data: 04/04/2024 14:52:41 CEST

Ing. SILVIA SERGIO

Firmatario: SILVIA SERGIO

Data: 08/04/2024 15:55:48 CEST

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa, di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget", rispetto alla delibera n. 176 del 13/02/2024

Firmatario: MIRELLA PERACCHI

Data: 18/04/2024 11:48:08 CEST

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole

Firmatario: ROBERTA VOPINI

Data: 18/04/2024 14:29:47 CEST

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

Firmatario: GENNARO D'AGOSTINO

Data: 19/04/2024 15:27:12 CEST

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.192 pagine di cui n.157 pagine di allegati

Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Quintavalle

Firmatario: GIUSEPPE QUINTAVALLE

Data: 22/04/2024 08:47:35 CEST

IL DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 05/04/2023, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- VISTO** l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma I, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9, con il quale è stato istituito il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale, di cui fa parte l'UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATE** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020, avente ad oggetto *"Atto aziendale dell'ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo"*; che prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricompreso;
- la Deliberazione n. 347 dell'8/07/2022, così come integrata dalla Deliberazione n. 329 del 15/3/2024, avente ad oggetto *"Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi"* con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che, con Deliberazione DG FF. 291 del 15/03/2023, è stata disposta l'indizione di una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e per la terapia antalgica per le esigenze dell'Asl Roma 1. Base d'asta triennale base di gara pari ad € 9.353.911,50 oltre iva. Valore complessivo dell'appalto € 12.471.882,00 iva esclusa - Numero gara ANAC 8964034;
- che la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma S.TEL.LA in data 22/03/2023 con numero identificativo PI040847-23;
- che si è provveduto alle pubblicazioni del bando di gara, così come previsto dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che, entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato dal bando di gara alle ore 12:00 del giorno 18/05/2023, sono risultate correttamente allocate a sistema offerte da n. 87 Operatori Economici, come da schema che segue:

	Ragione Sociale	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Data ricezione
1	DELTA MED S.P.A.	98,101,102,108,110,199	PI064566-23	09/05/2023 10:24:33
2	QURE SRL	142	PI064673-23	09/05/2023 11:44:39
3	Nicogen srl	127,128,165	PI065217-23	10/05/2023 12:04:02
4	Aiesi Hospital Service Sas	72,153,154	PI065786-23	10/05/2023 17:54:31
5	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	161,169,170	PI065956-23	11/05/2023 09:52:48

6	FIAB	60,63,66,67,69,72	PI066009-23	11/05/2023 10:48:51
7	F.A.S.E.	1,11,83,148,162	PI066110-23	11/05/2023 12:14:21
8	SEDA S.P.A.	155,197,202	PI066222-23	11/05/2023 13:49:58
9	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	51,54,70	PI066735-23	12/05/2023 10:49:36
10	TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	193,194,195	PI066856-23	12/05/2023 13:25:42
11	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	124,125,204	PI066895-23	12/05/2023 15:27:38
12	SERVIMED INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNICO	4,61,62,75	PI066921-23	12/05/2023 16:31:44
13	MEHOS SRL	11,25,26,30,31,34,38,39,43,70,76,78,93,94	PI067191-23	15/05/2023 11:32:21
14	Aries S.r.l.	146,148	PI067250-23	15/05/2023 12:06:13
15	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	63,69,83,114,126,151,152	PI067317-23	15/05/2023 12:45:26
16	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	83,121,179	PI067325-23	15/05/2023 12:52:55
17	COREMEC SRL	114,154	PI067405-23	15/05/2023 14:47:55
18	ID & CO	81	PI067498-23	15/05/2023 15:38:44
19	Bialma Systems Srl	143,160,174,175	PI067549-23	15/05/2023 16:11:13
20	DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	128	PI067563-23	15/05/2023 16:32:12
21	BAXTER	135	PI067579-23	15/05/2023 16:58:29
22	INNOVAMEDICA	101,111,127,128,195,199	PI067612-23	16/05/2023 09:07:33
23	DIMAR S.P.A.	48,49,50,55,56,57,58	PI067653-23	16/05/2023 09:27:16
24	ALEA S.R.L.	6,25,79,135,136,137,138,139	PI067654-23	16/05/2023 09:32:17
25	CHEMIL SRL	146	PI067693-23	16/05/2023 10:37:39
26	Burke & Burke SpA	160	PI067699-23	16/05/2023 10:47:04
27	BENEFIS S.R.L.	1,32,60,61,62,64,66,67,69,72,75,81,129,132,133,141,144,146,148,151,152,199	PI067793-23	16/05/2023 12:00:09
28	MOSS S.P.A.	166	PI067801-23	16/05/2023 12:08:50
29	FLEXICARE S.R.L.	1,4,37,38,39,41,43,63,66,69,74,75,78,79,126	PI067803-23	16/05/2023 12:10:16
30	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	41,51,52,160	PI067837-23	16/05/2023 12:32:54
31	SURGIKA	136	PI067853-23	16/05/2023 12:35:18
32	MED TRADE SRL	66,69,72	PI067891-23	16/05/2023 13:02:43
33	BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L.	114	PI068012-23	16/05/2023 16:04:09
34	HD Hospital Device S.r.l.	188	PI068036-23	16/05/2023 16:28:00
35	HAROL SRL	50,55,56,57,58,75	PI068041-23	16/05/2023 16:37:31
36	NESMED SRL	143,174	PI068058-23	16/05/2023 16:55:30
37	GADA ITALIA S.P.A.	144,199	PI068087-23	16/05/2023 18:04:46
38	ESTOR	206,208	PI068163-23	17/05/2023 09:26:16
39	SVAS BIOSANA S.P.A.	193	PI068198-23	17/05/2023 09:50:45
40	B.BRAUN MILANO SPA	84,85,86,87,88,89,91,98,103,104,105,107,112,141,146,148,161,194,204	PI068247-23	17/05/2023 10:56:24
41	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA	183	PI068251-23	17/05/2023 10:59:35
42	AMS GROUP S.R.L. S.U.	188,190,191	PI068262-23	17/05/2023 11:18:56
43	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	1,2,4,6,7,8,12,25,32,60,61,63,64,66,69,72,132	PI068281-23	17/05/2023 11:33:59

44	Vygon Italia S.r.l.	34,45,80,99,101,102,103,104,106,107,111,134,146,148,172,193,204	PI068489-23	17/05/2023 12:01:20
45	GETINGE Italia Srl	169	PI068520-23	17/05/2023 12:36:56
46	essepì s.r.l service and partners	176	PI068528-23	17/05/2023 12:40:36
47	ConvaTec Italia srl	142	PI068542-23	17/05/2023 13:04:09
48	CO.DI.SAN.	66,69,72,81,133	PI068554-23	17/05/2023 13:18:48
49	M.G. LORENZATTO srl	155,156,158	PI068565-23	17/05/2023 13:26:27
50	PVF MEDICAL SRL	188,189,190,191	PI068595-23	17/05/2023 14:23:11
51	BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	125	PI068596-23	17/05/2023 14:24:55
52	COOK ITALIA SRL	13,28,29,30,31,34,35,36,115,116,117,118	PI068607-23	17/05/2023 14:48:20
53	ab medica spa	178	PI068612-23	17/05/2023 14:55:18
54	VE.DI.SE. Hospital	160	PI068628-23	17/05/2023 15:14:05
55	AlfaMed S.r.l.	190	PI068629-23	17/05/2023 15:15:45
56	DAVI MEDICA SRL	50,51,53,54,83,114,119,120,121,123,124,125,178,184,186,187,188,192	PI068663-23	17/05/2023 15:29:04
57	Novamedisan Italia S.r.l.	114	PI068673-23	17/05/2023 15:46:06
58	CAIR ITALIA	11,83,128,144,146,149,150,177	PI068677-23	17/05/2023 15:51:57
59	MEDTRONIC ITALIA SPA	6,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,24,25,32,38,39,42,43,44,66,74,76,77,78,79,151,152,155,163,164,167,173,177	PI068678-23	17/05/2023 15:54:17
60	ALSE MEDICA	1,5,38,40,41,43,48,50,54,55,56,57,58,59,69,76,78,79,114,127,128,156,181,182	PI068698-23	17/05/2023 16:36:02
61	EVOLUZIONE SRL	193,196,198	PI068699-23	17/05/2023 16:38:52
62	TELEFLEX MEDICAL SRL	3,4,6,8,12,14,15,24,31,32,38,39,42,43,74,78,80,81,92,94,96,97,113,119,124,125,141,154,159,181,182	PI068711-23	17/05/2023 16:57:15
63	BECTON DICKINSON ITALIA	87,98,100,101,102,107,108,109,145	PI068717-23	17/05/2023 17:06:05
64	ESSEDUE GROUP	204	PI068802-23	17/05/2023 17:25:36
65	Ambu	158	PI068806-23	17/05/2023 17:34:57
66	BETATEX S.P.A.	153,203	PI068807-23	17/05/2023 17:39:58
67	PENTAX ITALIA	158	PI068808-23	17/05/2023 17:42:32
68	Medical Lume	1,4,32,43,54,71,141,146	PI068815-23	17/05/2023 17:50:11
69	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	157	PI068824-23	18/05/2023 08:43:43
70	TAU MEDICA S.R.L.	98,101,105,107,146	PI068825-23	18/05/2023 08:44:35
71	AFERETICA	205,208	PI068830-23	18/05/2023 08:55:53
72	ICU MEDICAL EUROPE SRL	1,7,8,11,15,21,23,24,27,61,62,70,88,89,105,107,143,144,161,175,194,199	PI068833-23	18/05/2023 08:59:38
73	3M ITALIA	175,177,193,196,199	PI068841-23	18/05/2023 09:02:41
74	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	209,210	PI068842-23	18/05/2023 09:04:08
75	MOVI S.P.A.	89,90,91,177,179	PI068845-23	18/05/2023 09:13:26
76	H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	21,27,28,77,188,191	PI068852-23	18/05/2023 09:30:33
77	VYAIR SRL	41,51,61,62,63,65,73,79,152	PI068857-23	18/05/2023 09:39:32
78	SCOGNAMIGLIO SRL	135,137	PI068880-23	18/05/2023 09:54:36

79	XRMEDICA SRL	167,168	PI068896-23	18/05/2023 10:08:00
80	DAHLHAUSEN ITALY S.R.L.	6,32,66,69,79,83	PI068898-23	18/05/2023 10:10:16
81	HIGH TECH SCREW SRL UNIPERSONALE	188	PI068904-23	18/05/2023 10:15:29
82	SANACILIA SRL	178	PI068906-23	18/05/2023 10:16:38
83	ALFAMEDICAL SRL	178	PI068909-23	18/05/2023 10:21:24
84	Medival S.r.l.	11,25,65,79,114,143,162,175, 177,200,201,204	PI068919-23	18/05/2023 10:30:18
85	ALLMEDICAL	101,108,111,193,194	PI069034-23	18/05/2023 11:41:36
86	BIOMATRIX	185	PI069042-23	18/05/2023 11:50:30
87	Pizzocri Srl	153	PI069053-23	18/05/2023 11:58:24

che non sono pervenute offerte per i seguenti lotti: 22, 33, 46, 47, 68, 82, 95, 122, 130, 131, 140, 147, 171, 180 e 207;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 1236 dell'01/06/2023, è stata formalizzata l'ammissione di tutti gli operatori economici alla fase dell'apertura delle offerte tecniche;

che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 243 del 26/05/2023, è stata nominata la Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi di quanto statuito dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, così composta:

PRESIDENTE: Dott.ssa Federica Albo
COMPONENTE: Dott. Marco Tomei
COMPONENTE: Dott. Alessandro Polletta

VISTI

i verbali predisposti dalla Commissione giudicatrice e riferiti sia alle sedute pubbliche che alle riunioni riservate, tenutesi nell'ambito della procedura di gara in oggetto, sono allegati integralmente al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale (Allegato);

PRESO ATTO

che a seguito della valutazione tecnica, per le motivazioni specificatamente indicate nei suddetti verbali, non sono stati ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i seguenti operatori economici, per i seguenti lotti:

Lotto 2: DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.
Lotto 4: DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.
Lotto 21: HEALTH DEFENCE Srl
Lotto 41: Alse Medica
Lotto 43: MEDICAL LUME Srl
Lotto 44: MEDTRONIC ITALIA Spa
Lotto 54: DAVI MEDICA Srl
Lotto 60: DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.
Lotto 64: BENEFIS Srl
Lotto 69: FIAB Spa, DAHLHAUSEN ITALY, DIEMME S.R.L. e CO.DI.SAN Srl
Lotto 71: LUME IMPORT
Lotto 74: FLEXICARE S.R.L.
Lotto 79: FLEXICARE S.R.L., VYAIRE SRL e MEDIVAL Srl
Lotto 94: MEHOS S.R.L.
Lotto 102: DELTA MED Spa e VYGON ITALIA Srl
Lotto 111: INNOVAMEDICA Spa
Lotto 134: Vygon Italia S.r.l.

Lotto 141: LUME IMPORT Srl
Lotto 142: QURE Srl
Lotto 160: BIALMA SYSTEMS Srl
Lotto 167: XR MEDICA
Lotto 168: XR MEDICA
Lotto 204: Vygon Italia S.r.l.

che gli operatori di seguito indicati hanno ritirato la propria offerta durante lo svolgimento della procedura di gara:

COOK MEDICAL Srl (lotto 30)
ICU MEDICAL EUROPE Srl (Lotti:11, 105 e 107)

che l'operatore ALLMEDICAL Srl è stato escluso dai Lotti di partecipazione nn. 101, 108, 111 e 194 per non aver prodotto la campionatura ritenuta essenziale dalla Commissione per la valutazione qualitativa e l'attribuzione dei relativi punteggi tecnici;

RICHIAMATO

in particolare, il verbale del 31/1/2024 nel quale è riportata la graduatoria per ciascun Lotto di gara, sulla base delle risultanze delle valutazioni qualitative ed economiche;

RILEVATO

che nella predetta seduta del 31/1/2024 la Commissione, preso atto che le offerte, di cui all'elenco sottostante, sono risultate sospette di anomalia, ha disposto la trasmissione degli atti al RUP per la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità e delle offerte medesime:

Numero Lotto	Operatore Economico
4	FLEXICARE S.R.L.
6	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.
8	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.
15	MEDTRONIC ITALIA SPA
24	TELEFLEX MEDICAL SRL
25	MEDTRONIC ITALIA SPA
31	MEHOS SRL
32	DAHLHAUSEN ITALY S.R.L.
34	MEHOS SRL
38	MEDTRONIC ITALIA SPA
39	TELEFLEX MEDICAL SRL
43	MEDTRONIC ITALIA SPA
50	DIMAR S.P.A.
51	DAVI MEDICA SRL
54	ALSE MEDICA
55	HAROL SRL
56	DIMAR S.P.A.
57	DIMAR S.P.A.
58	ALSE MEDICA
61	BENEFIS S.R.L.
62	VYAIRES SRL

63	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.
66	CO.DI.SAN.
69	MED TRADE SRL
72	Aiesi Hospital Service Sas
76	ALSE MEDICA
78	MEDTRONIC ITALIA SPA
79	MEDTRONIC ITALIA SPA
81	BENEFIS S.R.L.
83	DAHLHAUSEN ITALY S.R.L.
89	ICU MEDICAL EUROPE SRL
98	DELTA MED S.P.A.
107	B.BRAUN MILANO SPA
114	BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L.
124	TELEFLEX MEDICAL SRL
125	BIOMEDICA ITALIA S.R.L.
135	ALEA S.R.L.
141	BENEFIS S.R.L.
144	ICU MEDICAL EUROPE SRL
146	CHEMIL SRL
148	BENEFIS S.R.L.
155	MEDTRONIC ITALIA SPA
158	M.G. LORENZATTO srl
160	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
161	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl
175	Bialma Systems Srl
177	MOVI S.P.A.
178	ab medica spa
188	PVF MEDICAL SRL
190	AlfaMed S.r.l.
191	PVF MEDICAL SRL
193	Vygon Italia S.r.l.
194	ICU MEDICAL EUROPE SRL
199	GADA ITALIA S.P.A.

che, all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, espletato ai sensi dell'art. 97, D.Lgs. n. 50/2016, il RUP ha riscontrato la congruità, l'affidabilità e la serietà in merito alla corretta ed adeguata esecuzione delle forniture, sulla base dei giustificativi trasmessi tempestivamente dagli Operatori Economici all'uopo interpellati, ad eccezione della società DELTA MED Spa per il Lotto 98;

che, difatti, al termine del procedimento di esame dei giustificativi prodotti dalla predetta società, sussistevano ancora elementi tali da far permanere il carattere di anomalia dell'offerta declinata per il lotto 98;

che, pertanto, è stata disposta l'esclusione dell'operatore DELTA MED Spa per il Lotto 98;

che, per effetto della suddetta esclusione, per il lotto 98 la graduatoria ha subito le modifiche, come da schema che segue:

Numero Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta
98	B.BRAUN MILANO SPA	1	93,0769	70,00	23,0769	58.500,00	75000
98	TAU MEDICA S.R.L.	2	91,95122	70,00	21,9512	61.500,00	75000
98	BECTON DICKINSON ITALIA	3	90,00000	60,00	30,00	45.000,00	75000

che, dunque, all'esito del procedimento di cui sopra, si procederà all'aggiudicazione del Lotto 98 alla società B. BRAUN MILANO Spa;

che, nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche è emerso che per il Lotto 42 i due Operatori Economici ammessi, TELEFLEX MEDICAL Srl e MEDTRONIC ITALIA Spa, hanno riportato il medesimo punteggio complessivo ed hanno offerto la medesima quotazione;

che, pertanto, previa convocazione, in data 12 marzo 2024, si è proceduto al sorteggio in seduta pubblica virtuale tramite piattaforma telematica di gara, ai sensi dell'art. 22 del Disciplinare di gara;

che, all'esito del suddetto sorteggio, per il Lotto 42 è stato individuato come aggiudicatario l'Operatore Economico TELEFLEX MEDICAL Srl;

DATO ATTO

che a seguito dei procedimenti di cui sopra, la fornitura in oggetto è aggiudicata ai seguenti operatori Economici:

Numero Lotto	Denominazione Lotto	Operatore Economico aggiudicatario	Valore Offerta iva esclusa
1	Cannula orofaringea di guedel	ALSE MEDICA	10.800,00 €
3	Maschera laringea monouso	TELEFLEX MEDICAL SRL	5.490,00 €
4	Maschera laringea bilume	FLEXICARE S.R.L.	2.070,00 €
5	Dispositivo sovra-glottideo	ALSE MEDICA	96.900,00 €
6	Tubo endotracheale	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	19.080,00 €
7	Tubo endotracheale preformato	ICU MEDICAL EUROPE SRL	1.500,00 €
8	Tubo tracheale presagomato	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	2.625,00 €
9	Tubo endotracheale orale	MEDTRONIC ITALIA SPA	42.750,00 €
10	Tubo tracheale cuffiato	MEDTRONIC ITALIA SPA	16.350,00 €
11	Fascia per fissare il tubo tracheale	Medival S.r.l.	1.275,00 €
12	Tubo endobronchiale destro e sinistro a doppio lume	MEDTRONIC ITALIA SPA	570,00 €
13	Set per bloccaggio endobronchiale	COOK ITALIA SRL	5.400,00 €
14	Cannula tracheostomica cuffiata	TELEFLEX MEDICAL SRL	2.700,00 €
15	Cannula tracheostomica con flangia fissa	MEDTRONIC ITALIA SPA	780,00 €
16	Cannula tracheostomica armata, cuffiata con flangia di fissaggio regolabile	MEDTRONIC ITALIA SPA	660,00 €
17	Cannula tracheostomica cuffiata con aspirazione subglottidea	MEDTRONIC ITALIA SPA	8.130,00 €

18	Cannula tracheostomica cuffiata e non	MEDTRONIC ITALIA SPA	13.830,00 €
19	Cannula tracheostomica cuffiata e non, e fenestrata	MEDTRONIC ITALIA SPA	3.900,00 €
20	Cannula tracheostomica extralunga cuffiata	MEDTRONIC ITALIA SPA	1.020,00 €
21	Cannula tracheostomica completamente in silicone	ICU MEDICAL EUROPE SRL	6.150,00 €
23	Kit per cannula tracheostomica cuffiata e non, fenestrata e non	ICU MEDICAL EUROPE SRL	22.755,00 €
24	Valvola fonatoria	TELEFLEX MEDICAL SRL	960,00 €
25	Fascetta di fissaggio per cannula tracheostomica	MEDTRONIC ITALIA SPA	5.940,00 €
26	Sistema per il controllo della pressione della cuffia tracheostomica	MEHOS SRL	720,00 €
27	Kit per tracheotomia percutanea secondo Griggs con e senza pinza	ICU MEDICAL EUROPE SRL	38.340,00 €
28	Set tracheotomia percutanea Ciaglia tipo Blue Rhino	COOK ITALIA SRL	43.140,00 €
29	Kit per cricotirotomia	COOK ITALIA SRL	4.950,00 €
30	Dispositivo di ventilazione di emergenza con catetere trans-tracheale	MEHOS SRL	1.860,00 €
31	Catetere con punta morbida, per sostituzione di tubo tracheale e di cannule tracheostomiche	MEHOS SRL	3.550,00 €
32	Mandrino per intubazione	DAHLHAUSEN ITALY S.R.L.	2.100,00 €
34	Sistema per intubazione difficile radiopaco di Frova	MEHOS SRL	2.940,00 €
35	Set per estubazione controllata	COOK ITALIA SRL	3.300,00 €
36	Set per intubazione retrograda	COOK ITALIA SRL	4.500,00 €
37	Circuito monotubo che comprenda linea inspiratoria e espiratoria	FLEXICARE S.R.L.	1.680,00 €
38	Circuito pediatrico e adulto monouso	MEDTRONIC ITALIA SPA	28.512,00 €
39	Circuito per adulti per rianimazione realizzato in PVC	TELEFLEX MEDICAL SRL	2.010,00 €
40	Circuito respiratorio per ventilatori con un additivo antimicrobico a base di ioni di argento	ALSE MEDICA	4.110,00 €
41	Kit circuito respiratorio neonatale	VYAIR SRL	4.738,50 €
42	Catetere mount fisso e retto	TELEFLEX MEDICAL SRL	17.955,00 €
43	Catetere mount girevole	MEDTRONIC ITALIA SPA	7.950,00 €
45	Raccordo biconico	Vygon Italia S.r.l.	24.120,00 €
48	Maschera tipo Total Face, trasparente, disinfettabile o risterilizzabile per perossido d'idrogeno, con passaggio dedicato per SNG	DIMAR S.P.A.	8.880,00 €
49	Maschera tipo Total Face, trasparente, risterilizzabile in autoclave per almeno 10 volte	DIMAR S.P.A.	13.500,00 €
50	Maschera tipo Total Face, trasparente, monouso	DIMAR S.P.A.	38.850,00 €
51	Maschera oro-nasale per NIV	DAVI MEDICA SRL	7.194,00 €
52	Maschera naso-buccale senza appoggio frontale	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	13.500,00 €
53	Maschera oro-nasale monopaziente per NIV	DAVI MEDICA SRL	27.000,00 €
54	Maschera monopaziente oro-nasale per bilevel/Cpap	ALSE MEDICA	6.900,00 €

55	Maschera per CPAP completa di sistema venturi	HAROL SRL	23.247,00 €
56	Casco monopaziente per Niv	DIMAR S.P.A.	12.300,00 €
57	Casco monopaziente per CPAP	DIMAR S.P.A.	13.350,00 €
58	Casco per NIV	ALSE MEDICA	18.750,00 €
59	Maschera per broncoscopia	ALSE MEDICA	405,00 €
60	Set per ossigenoterapia a concentrazione fissa tipo Venturi	BENEFIS S.R.L.	12.420,00 €
61	Maschera facciale trasparente con cuscino anatomico gonfiabile	BENEFIS S.R.L.	10.404,00 €
62	Maschera facciale trasparente	VYAIR SRL	13.680,00 €
63	Tubo di prolunga per ossigenoterapia	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	1.125,00 €
64	Catetere per la somministrazione nasale diretta di ossigeno	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	525,00 €
65	Maschera aperta monopaziente per ossigeno terapia senza rebreathing della CO2	VYAIR SRL	2.520,00 €
66	Maschere per ossigenoterapia	CO.DI.SAN.	2.871,00 €
67	Sistema per ossigenoterapia multiconcentrazione tipo "venturi" per tracheostomizzati	FIAB	1.087,50 €
69	Set per aerosol terapia	MED TRADE SRL	5.040,00 €
70	Camera distanziatrice monopaziente per erogazione farmaci inalatori	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	1.530,00 €
72	Occhiali (cannule) per ossigenoterapia	Aiesi Hospital Service Sas	9.675,00 €
73	Linee per monitoraggio capnografico	VYAIR SRL	2.664,00 €
74	Unità respiratoria manuale	MEDTRONIC ITALIA SPA	108.150,00 €
75	Unità respiratoria autogonfiabile monouso	BENEFIS S.R.L.	3.366,00 €
76	Naso artificiale per tracheotomizzati	ALSE MEDICA	2.700,00 €
77	Filtro meccanico, bidirezionale, a filtrazione meccanica	MEDTRONIC ITALIA SPA	2.286,00 €
78	Filtro bidirezionale antibatterico ed antivirale	MEDTRONIC ITALIA SPA	34.500,00 €
79	Sistema per bronco aspirazione a circuito chiuso	MEDTRONIC ITALIA SPA	20.520,00 €
80	Sonde per aspirazione endotracheale neonatale	TELEFLEX MEDICAL SRL	1.530,00 €
81	Sondini per broncoaspirazione standard	BENEFIS S.R.L.	17.325,00 €
83	Tubo universale a bolle in PVC medicale, atossico, non conduttivo	DAHLHAUSEN ITALY S.R.L.	24.000,00 €
84	Set per anestesia epidurale con attacco NRFit	B.BRAUN MILANO SPA	7.521,00 €
85	Set per plesso in continuo con attacco NRFit	B.BRAUN MILANO SPA	6.760,50 €
86	Set per plesso con attacco NRFit	B.BRAUN MILANO SPA	18.384,00 €
87	Ago spinale	BECTON DICKINSON ITALIA	5.391,00 €
88	Ago peridurale One-Shot con attacco NRFit	B.BRAUN MILANO SPA	7.122,00 €
89	Aghi per anestesia del piano trasverso dell'addome (TAP block)	ICU MEDICAL EUROPE SRL	2.250,00 €
90	Kit per l'anestesia spinale continua e analgesia post-operatoria	MOVI S.P.A.	14.700,00 €
91	Dispositivo per il controllo della pressione di iniezione dell'anestetico locale durante l'esecuzione del blocco nervoso	B.BRAUN MILANO SPA	36.480,00 €
92	Kit sterile per cateterizzazione venosa	TELEFLEX MEDICAL SRL	47.250,00 €

	centrale		
93	Set per cateterismo venoso centrale	MEHOS SRL	17.280,00 €
94	Kit per cateterizzazione venosa centrale	TELEFLEX MEDICAL SRL	33.225,00 €
96	Cannula per cannulazione arteriosa e per piccoli vasi	TELEFLEX MEDICAL SRL	18.879,00 €
97	Set con catetere per arteria radiale con sistema di introduzione chiuso	TELEFLEX MEDICAL SRL	53.460,00 €
98	Ago cannula per arteria radiale con interruttore rapido di flusso (tipo floswitch)	B.BRAUN MILANO SPA	58.500,00 €
99	Catetere per incannulazione vasi ombelicali	Vygon Italia S.r.l.	5.097,00 €
100	Catetere venoso centrale ad accesso periferico in silicone, a punta aperta, ad alto flusso monolume	BECTON DICKINSON ITALIA	8.100,00 €
101	Catetere venoso centrale ad inserimento periferico	DELTA MED S.P.A.	33.300,00 €
102	Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (PICC) ecoguidato	BECTON DICKINSON ITALIA	105.000,00 €
103	Kit per controllo della punta del catetere CVC, PICC, PORT, PICC-PORT	Vygon Italia S.r.l.	22.575,00 €
104	Assemblato Port Brachiale (PICC PORT)	Vygon Italia S.r.l.	31.500,00 €
105	Kit Picc Port	TAU MEDICA S.R.L.	92.250,00 €
106	Catetere venoso centrale ad inserimento periferico	Vygon Italia S.r.l.	21.000,00 €
107	Kit Port Power a basso profilo	B.BRAUN MILANO SPA	56.400,00 €
108	Catetere MIDLINE monolume e bilume	DELTA MED S.P.A.	144.000,00 €
109	Kit Catetere MIDLINE monolume	BECTON DICKINSON ITALIA	2.475,00 €
110	Kit catetere venoso centrale ad inserimento periferico Short Midline Power Injectable	DELTA MED S.P.A.	26.400,00 €
111	Catetere per accesso venoso periferico in poliuretano radiopaco 3-4-5-FR	Vygon Italia S.r.l.	11.250,00 €
112	Catetere per accessi intravenosi difficili	B.BRAUN MILANO SPA	8.280,00 €
113	Kit per infusione intraossea	TELEFLEX MEDICAL SRL	9.000,00 €
114	Kit dentale per l'igiene orale	BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L.	30.060,00 €
115	Set per pneumotorace d'emergenza	COOK ITALIA SRL	3.300,00 €
116	Set per distensione del pneumotorace mediante tecnica di Seldinger	COOK ITALIA SRL	9.900,00 €
117	Set drenaggio pneumo-pleurico	COOK ITALIA SRL	13.200,00 €
118	Set con tubo toracico per drenaggio pleurico, per introduzione percutanea	COOK ITALIA SRL	6.600,00 €
119	Sistema di drenaggio toracico	DAVI MEDICA SRL	24.300,00 €
120	Drenaggio percutaneo con ago-catetere di verres	DAVI MEDICA SRL	16.196,40 €
121	Catetere toracico con trocar	DAVI MEDICA SRL	6.210,00 €
123	Valvole di Heimlich	DAVI MEDICA SRL	15.750,00 €
124	Drenaggio chirurgico rotondo	TELEFLEX MEDICAL SRL	17.400,00 €
125	Drenaggio chirurgico	BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	21.300,00 €
126	Acqua con soluzione sterile bidistillata	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	47.250,00 €
127	Sondino nasogastrico per nutrizione enterale	Nicogen srl	1.440,00 €
128	Sondino nasogastrico per nutrizione enterale	DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	44.400,00 €
129	Sonda nasogastrica a doppio lume tipo SALEM	BENEFIS S.R.L.	60,00 €

132	Sonde gastro-duodenali tipo Levin	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	2.160,00 €
133	Sonde rettali	BENEFIS S.R.L.	3.864,00 €
135	Sistema totalmente chiuso, non manomettabile per la somministrazione continua a flusso fisso	ALEA S.R.L.	37.200,00 €
136	Sistema totalmente chiuso, non manomettabile per la somministrazione continua a flusso fisso	ALEA S.R.L.	14.700,00 €
137	Sistema elastomerico con flusso variabile senza bolo	ALEA S.R.L.	21.600,00 €
138	Sistema elastomerico con flusso variabile con bolo	ALEA S.R.L.	4.635,00 €
139	Sistema totalmente chiuso, non manomettabile per la somministrazione continua a flusso fisso con attacco NRFit	ALEA S.R.L.	3.000,00 €
141	Urinometro con doppio comparto	BENEFIS S.R.L.	45.000,00 €
142	Sistema di gestione dell'incontinenza fecale liquida e semiliquida	ConvaTec Italia srl	120.900,00 €
143	Sonda cutanea sterile per la misurazione della temperatura cutanea superficiale	Medival S.r.l.	9.000,00 €
144	Sistema chiuso per terapia infusione senza ago	ICU MEDICAL EUROPE SRL	12.600,00 €
145	Dispositivo per infusione continua a tre vie	BECTON DICKINSON ITALIA	9.750,00 €
146	Rubinetti a tre vie ad alto flusso	CHEMIL SRL	10.395,00 €
148	Tappini di chiusura con attacco luer Lock	BENEFIS S.R.L.	1.620,00 €
149	Rampa per infusione	CAIR ITALIA	1.962,00 €
150	Prolunga con rubinetto a tre vie	CAIR ITALIA	15.000,00 €
151	Incentivatore inspiratorio progressivo	BENEFIS S.R.L.	594,00 €
152	Incentivatore inspiratorio di tipo volumetrico	VVAIRE SRL	858,00 €
153	Coperte isoterme	Pizzocri Srl	2.369,64 €
154	Lame	Aiesi Hospital Service Sas	3.609,00 €
155	Lame per videolaringoscopia per intubazioni difficili	MEDTRONIC ITALIA SPA	21.780,00 €
156	Video-laringoscopia completamente monouso	M.G. LORENZATTO srl	7.200,00 €
157	Valvole per aspirazione monouso	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	12.825,00 €
157	Video-laringoscopia con lama per intubazione difficile e tipo Macintosh 3 e 4	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	35.400,00 €
157	Video endoscopia per intubazione	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	57.600,00 €
157	Video endoscopia nasale flessibile	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	57.600,00 €
157	connettore	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	6.894,00 €
158	Videobroncofibroscopi digitali flessibili	M.G. LORENZATTO srl	114.000,00 €
159	Lama per laringoscopia per le intubazioni difficili dotato di visione diretta e guida	TELEFLEX MEDICAL SRL	3.750,00 €
160	Set completo per ossigenoterapia ad alti flussi	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	144.840,00 €
161	Trasduttore monouso 1 via	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	94.290,00 €
161	Trasduttore monouso 2 vie	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	4.500,00 €
161	Trasduttore monouso 3 vie	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	4.380,00 €
162	Dispositivo spremisacca	Medival S.r.l.	21.600,00 €

163	Linee di campionamento ETCO2	MEDTRONIC ITALIA SPA	12.600,00 €
164	Sensore monolaterale per il monitoraggio, in modo quantitativo, del livello di profondità di ipnosi	MEDTRONIC ITALIA SPA	69.000,00 €
165	Sensore monolaterale a tre elettrodi per la lettura contemporanea del tracciato EEG	Nicogen srl	18.900,00 €
166	Sensore monouso per il monitoraggio quantitativo della trasmissione neuromuscolare (TOF)	MOSS S.P.A.	35.400,00 €
167	Sensori monouso per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno e della frequenza del polso	MEDTRONIC ITALIA SPA	346.869,00 €
169	Catetere arterioso a due lumi da 16-20 cm 4-5 Fr per termodiluizione transpolmonare	GETINGE Italia Srl	24.000,00 €
170	Sensore arterioso monouso per la determinazione sia della pressione arteriosa	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	560.700,00 €
170	Sensore arterioso monouso per la determinazione sia della pressione arteriosa	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	57.000,00 €
170	Sensore arterioso monouso per la determinazione sia della pressione arteriosa	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	3.690,00 €
172	Card monopaziente per il monitoraggio emodinamico	Vygon Italia S.r.l.	65.400,00 €
173	Sensori per adulti (> 40 kg) sia cerebrali che somatici, per la rilevazione non invasiva dell'ossimetria cerebrale (rSO2.)	MEDTRONIC ITALIA SPA	54.120,00 €
174	Bracciali pressori	NESMED SRL	51.360,00 €
175	Linea di infusione	Bialma Systems Srl	33.600,00 €
176	Sistema di riscaldamento liquidi di lavaggio a temperatura controllata	essepi s.r.l service and partners	44.550,00 €
177	Copertine monopaziente	MOVI S.P.A.	35.910,00 €
178	Sistema per la gestione dell'ipotermia indotta non invasiva	ab medica spa	27.000,00 €
179	Gambali per pressoterapia intermittente e graduata antitromboembolia	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	57.600,00 €
181	Set composto da device per l'atomizzazione di anestetici locali	TELEFLEX MEDICAL SRL	4.050,00 €
182	Sistema per l'atomizzazione delle soluzioni all'interno del naso e delle mucose oro-faringee	TELEFLEX MEDICAL SRL	1.350,00 €
183	Dispositivo medico monouso per somministrazione di anestetici inalatori volatili	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA	106.417,65 €
183	Dispositivo medico monouso per somministrazione di anestetici inalatori volatili	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA	5.400,00 €
183	Dispositivo medico monouso per somministrazione di anestetici inalatori volatili	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA	21.888,00 €
183	Dispositivo medico monouso per somministrazione di anestetici inalatori volatili	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA	5.724,00 €
184	Ausili per il posizionamento del paziente	DAVI MEDICA SRL	94.059,00 €
185	Sistema monouso per l'immobilizzazione dei polsi	BIOMATRIX	32.408,10 €
186	Sistema di protezione peri-operatoria per gli occhi del paziente	DAVI MEDICA SRL	15.900,00 €
187	Sistema per crioneuroablazione percutanea	DAVI MEDICA SRL	295.500,00 €

188	Kit per neuromodulazione continua pulsata ed ad alta frequenza	PVF MEDICAL SRL	226.800,00 €
189	Kit bipolare e monopolare sterile monouso per la stimolazione percutanea ad alta frequenza dei nervi	PVF MEDICAL SRL	127.200,00 €
190	Kit per la perididurolisi farmacologica ed operativa endoscopica	AlfaMed S.r.l.	15.750,00 €
191	Kit mininvasivo per la nucleolisi del disco intervertebrale	PVF MEDICAL SRL	12.000,00 €
192	Kit per la produzione di SARC	DAVI MEDICA SRL	51.000,00 €
193	Sistema universale sutureless per la stabilizzazione ed il fissaggio adesivo di PICC e CVC	Vygon Italia S.r.l.	96.300,00 €
194	Sistema di fissaggio per evitare la dislocazione del catetere durante anestesia regionale	ICU MEDICAL EUROPE SRL	9.600,00 €
195	Sistema universale sutureless per il fissaggio dei sondini nasogastrici	TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL siglabile TSS MEDICAL SRL oppure TSS SRL	5.400,00 €
196	Medicazione per la prevenzione delle infezioni catetere correlate	EVOLUZIONE SRL	80.865,00 €
197	Sistema di fissaggio sottocutaneo per cateteri a permanenza	SEDA S.P.A.	45.000,00 €
198	Kit per la medicazione degli accessi venosi	EVOLUZIONE SRL	16.200,00 €
199	Tappini contenenti una spugna imbevuta di alcool Isopropilico al 70%	GADA ITALIA S.P.A.	32.940,00 €
200	Soluzione acquosa contenente citrato di sodio al 4% associato alla ciclo-tauridina	Medival S.r.l.	10.800,00 €
201	Soluzione acquosa contenente taurolidina al 2%	Medival S.r.l.	14.580,00 €
202	Soluzione di chiusura per CVC a base di trisodiocitrato 30%	SEDA S.P.A.	2.250,00 €
203	Kit completo campo operatorio per catetere ombelicale	BETATEX S.P.A.	5.400,00 €
204	Adesivo tissutale topico a base di una miscela di cianoacrilato	ESSEDUE GROUP	4.350,00 €
205	Cartuccia assorbente da utilizzare in presenza di livelli elevati di citochine, bilirubina, mioglobina e farmaci anticoagulanti/antiaggreganti	AFERETICA	57.600,00 €
206	Cartuccia alla Polimixina B	ESTOR	98.400,00 €
208	Sistema ECCO2R gestito con software specifico	ESTOR	59.400,00 €
209	Sistema per la determinazione dei Tempi di coagulazione	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	57.420,00 €
210	Sistema per la diagnosi qualitativa e quantitativa dell'emostasi del paziente	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	108.000,00 €

e così per un valore complessivo triennale di aggiudicazione pari ad € 6.216.227,29 oltre iva di legge;

CONSIDERATO

che dall'analisi dei suddetti verbali e di tutti gli atti connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa e ritenuto, pertanto di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;

PRESO ATTO

che, a seguito dell'adozione del presente atto la spesa complessiva triennale di € 7.583.797,29 Iva compresa verrà contabilizzata sui seguenti conti economici:

Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010308	Strument. chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 1.180.968,54
501010317	Reagenti	€ 201.812,40
501010384	Materiale sanitario non sterile	€ 216.938,08
501010388	Materiali per Emodialisi	€ 265.533,00
501010390	Dispositivi per somministrazione e prelievo	€ 727.685,96
501010391	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio	€ 2.389.467,60
501010392	Dispositivi per apparato gastrointestinale	€ 210.845,28
501010393	Dispositivi per apparato respiratorio	€ 1.553.570,75
501010394	Materiale da sutura	€ 5.307,00
501010395	Altri dispositivi e materiale monouso sterile	€ 632.466,30
501010891	Altri beni e prodotti sanitari	€ 119.414,38
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 79.788,00

che, come dichiarato dai Centri Controllori di Spesa ex delibera 176/2024, a seguito dell'adozione del presente atto, i CC.EE. sopra riportati, con riferimento al Bilancio 2024, presenteranno la seguente situazione economica:

CE 501010308 Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	
BUDGET ASSEGNATO	6.219.300,50
BUDGET GIA' IMPEGNATO	6.449.987,74
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	262.437,45
BUDGET IN SCOSTAMENTO	493.024,69

CE 501010317 Reagenti	
BUDGET ASSEGNATO	10.000.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	10.679.787,52
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	44.847,20
BUDGET IN SCOSTAMENTO	724.634,72

CE 501010384 Materiale sanitario non sterile	
BUDGET ASSEGNATO	1.530.904,74
BUDGET GIA' IMPEGNATO	2.987.569,46
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	48.208,46
BUDGET IN SCOSTAMENTO	1.504.873,18

CE 501010388 Materiale per emodialisi	
BUDGET ASSEGNATO	172.226,78
BUDGET GIA' IMPEGNATO	148.821,78
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	59.007,33
BUDGET IN SCOSTAMENTO	35.602,33

CE 501010390 Dispositivi per somministrazione e prelievo	
BUDGET ASSEGNATO	12.247.237,90
BUDGET GIA' IMPEGNATO	13.338.646,59
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	161.707,99
BUDGET IN SCOSTAMENTO	1.253.116,68

CE 501010391 Dispositivi per apparato cardiocircolatorio	
BUDGET ASSEGNATO	5.932.255,86
BUDGET GIA' IMPEGNATO	6.386.854,38

IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	530.992,80
BUDGET IN SCOSTAMENTO	985.591,32

CE 501010392 Dispositivi per apparato gastrointestinale	
BUDGET ASSEGNATO	526.248,50
BUDGET GIA' IMPEGNATO	565.593,65
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	46.854,51
BUDGET IN SCOSTAMENTO	86.199,66

CE 501010393 Dispositivi per apparato respiratorio	
BUDGET ASSEGNATO	574.089,28
BUDGET GIA' IMPEGNATO	451.096,36
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	345.237,95
BUDGET IN SCOSTAMENTO	222.245,03

CE 501010394 Materiale da sutura	
BUDGET ASSEGNATO	1.243.860,10
BUDGET GIA' IMPEGNATO	1.806.378,88
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	1.179,33
BUDGET IN SCOSTAMENTO	563.698,11

CE 501010395 Altri dispositivi e materiale monouso sterile	
BUDGET ASSEGNATO	2.774.765,84
BUDGET GIA' IMPEGNATO	3.800.521,19
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	140.548,07
BUDGET IN SCOSTAMENTO	1.166.304,42

CE 501010891 Altri beni e prodotti sanitari	
BUDGET ASSEGNATO	621.930,05
BUDGET GIA' IMPEGNATO	107.645,43
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	26.536,53
BUDGET RESIDUO	487.748,09

CE 504020101 Canone noleggio area sanitaria	
BUDGET ASSEGNATO	6.500.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	5.671.812,19
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	17.730,67
BUDGET RESIDUO	810.456,54

che gli scostamenti sopra riportati sono riferiti al budget stanziato e non a quello effettivamente consumato e che gli stessi derivano dalla contabilizzazione di contratti avviati, la cui spesa per l'anno in corso non può essere ridotta, pena il blocco delle prestazioni sanitarie da parte delle Strutture di anestesia e rianimazione e terapia antalgica della Asl Roma1;

VISTA

la Deliberazione n. 13 del 19.04.2022 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici";

RICHIAMATO

il comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, nonché il comma 5 bis che recita espressamente "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

VISTA

la nota prot. n. 180065 del 24.11.2022 della U.O.C. Bilancio e Contabilità avente ad

oggetto "Atto Deliberativo n. 13 del 19.04.2022 Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: CONTABILIZZAZIONE COSTI";

CONSIDERATO

che la Deliberazione di attivazione dell'iniziativa di gara, oggetto della presente aggiudicazione, ha approvato il seguente quadro economico relativo alla ripartizione incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016:

a) importo a base di gara	€ 9.353.911,50
TOTALE a)	€ 9.353.911,50
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n.50/2016	€ 4.200,00
b2) incentivi ex art.113, comma 4, D.Lgs. n.50/2016	€ 1.050,00
b3) IVA 22% su importo a base d'asta	2.057.860,53
TOTALE a)	2.063.110,53
TOTALE a + b	11.417.022,03

RICHIAMATO

l'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

VISTA

la nota prot. n. 180065 del 24.11.2022 della UOC Bilancio e Contabilità avente ad oggetto "Atto Deliberativo n. 13 DEL 19.4.2022 Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. contabilizzazione costi" secondo la quale risulta a tal fine necessario esclusivamente:

- procedere, in fase di aggiudicazione, a individuare le cifre da accantonare sul CE 516040605 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche" quale quota di incentivi da ripartire tra il personale di comparto interessato e/o destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- procedere, in fase di liquidazione, alla individuazione sui CP 202050569 "Quota personale di comparto" e CP 202050568 "Fondo innovazione" delle cifre destinate al successivo pagamento di competenze dovute al personale e/o acquisto di beni per le altre finalità previste dal Regolamento;

RITENUTO

dunque, di contabilizzare, unitamente alla spesa per l'affidamento delle forniture di cui al presente atto, sul conto economico n. 516040605, rubricato "accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016", la quota relativa alla fase n. 3 lett. b) (unica fase su cui è prevista la corresponsione dell'incentivo) e di cui all'art. 19 punto 1 lettera a) del Regolamento, per un importo pari ad € 4.200,00 nonché la quota del cd. "fondo incentivante" pari ad € 1.050,00 in applicazione delle percentuali e delle quote di ripartizione previste dal Regolamento aziendale e dal quadro economico aggiornato di cui allo schema sopra riportato, a beneficio dei collaboratori del RUP, che saranno successivamente liquidate con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito all'art. 20 del Regolamento incentivi;

di rinviare a successiva determinazione della struttura proponente il presente atto,

ad esito della acquisizione della relazione del RUP sulla gestione della procedura di gara, la liquidazione delle spese dovute per la corresponsione dei suddetti incentivi, ai sensi dell'art. 113 d.lgs. 50/2016 verso il seguente personale dipendente:

FUNZIONE	NOMINATIVO	PERCENTUALE
ASSISTENTE AL RUP	SIMONA AMEDURI	58
ASSISTENTE AL RUP	FLAVIO DE GIROLAMI	12
ASSISTENTE AL RUP	FRANCESCO PICCINNO	10
CONTRATTI	ROBERTA SCASSA	10
CONTROLLI	LEO GIUBILARO	10

di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, alla pubblicazione dell'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, nonché di pubblicare il presente atto sul "profilo del committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di porre a carico dei soggetti risultati aggiudicatari, in proporzione alla quota posta a base d'asta, le spese anticipate dall'ASL Roma 1 per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla GURI e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

DATO ATTO

che l'efficacia dell'aggiudicazione in parola è sospesa fino al positivo riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo alle Società aggiudicatrici;

RITENUTO

necessario prevedere l'avvio della fornitura, ai sensi articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo e della stipula dei contratti, nel rispetto del termine sospensivo (c.d. *stand-still period*) previsto dal citato art. 32;

RISERVATO

ogni potere di autotutela in merito all'aggiudicazione in trattazione, per violazione della *lex specialis* come da atti di gara, inclusa la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto negoziale, qualora dovessero essere accertate da parte dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche di ufficio, cause ostative alla stipula di contratti pubblici previste dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016, dalla normativa di cui al D.Lgs.159/2011, nonché da ogni altra normativa vigente applicabile all'oggetto del presente affidamento;

RILEVATO

che per le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato individuato il Dott. Claudio Pisanelli, Dirigente Farmacista presso il Presidio Ospedaliero della Asl Roma 1 San Filippo Neri;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di aggiudicare la procedura di gara, indetta con Deliberazione DG FF n. 291 del 15/03/2023, finalizzata all'affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, suddivisa in n. 210 Lotti, di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e per la terapia antalgica per le esigenze dell'Asl Roma 1. Numero gara Anac 8964034, per un importo complessivo triennale di aggiudicazione pari ad € 7.583.797,29 Iva compresa, agli Operatori Economici di seguito indicati:

Numero Lotto	Denominazione Lotto	Operatore Economico aggiudicatario	Valore Offerta iva esclusa
1	Cannula orofaringea di guedel	ALSE MEDICA	10.800,00 €
3	Maschera laringea monouso	TELEFLEX MEDICAL SRL	5.490,00 €
4	Maschera laringea bilume	FLEXICARE S.R.L.	2.070,00 €
5	Dispositivo sovra-glottideo	ALSE MEDICA	96.900,00 €
6	Tubo endotracheale	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	19.080,00 €
7	Tubo endotracheale preformato	ICU MEDICAL EUROPE SRL	1.500,00 €
8	Tubo tracheale presagomato	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	2.625,00 €
9	Tubo endotracheale orale	MEDTRONIC ITALIA SPA	42.750,00 €
10	Tubo tracheale cuffiato	MEDTRONIC ITALIA SPA	16.350,00 €
11	Fascia per fissare il tubo tracheale	Medival S.r.l.	1.275,00 €
12	Tubo endobronchiale destro e sinistro a doppio lume	MEDTRONIC ITALIA SPA	570,00 €
13	Set per bloccaggio endobronchiale	COOK ITALIA SRL	5.400,00 €
14	Cannula tracheostomica cuffiata	TELEFLEX MEDICAL SRL	2.700,00 €
15	Cannula tracheostomica con flangia fissa	MEDTRONIC ITALIA SPA	780,00 €
16	Cannula tracheostomica armata, cuffiata con flangia di fissaggio regolabile	MEDTRONIC ITALIA SPA	660,00 €
17	Cannula tracheostomica cuffiata con aspirazione subglottidea	MEDTRONIC ITALIA SPA	8.130,00 €
18	Cannula tracheostomica cuffiata e non	MEDTRONIC ITALIA SPA	13.830,00 €
19	Cannula tracheostomica cuffiata e non, e fenestrata	MEDTRONIC ITALIA SPA	3.900,00 €
20	Cannula tracheostomica extralunga cuffiata	MEDTRONIC ITALIA SPA	1.020,00 €
21	Cannula tracheostomica completamente in silicone	ICU MEDICAL EUROPE SRL	6.150,00 €
23	Kit per cannula tracheostomica cuffiata e non, fenestrata e non	ICU MEDICAL EUROPE SRL	22.755,00 €
24	Valvola fonatoria	TELEFLEX MEDICAL SRL	960,00 €
25	Fascetta di fissaggio per cannula tracheostomica	MEDTRONIC ITALIA SPA	5.940,00 €
26	Sistema per il controllo della pressione della cuffia tracheostomica	MEHOS SRL	720,00 €
27	Kit per tracheotomia percutanea secondo Griggs con e senza pinza	ICU MEDICAL EUROPE SRL	38.340,00 €
28	Set tracheotomia percutanea Ciaglia tipo Blue Rhino	COOK ITALIA SRL	43.140,00 €
29	Kit per cricotirotomia	COOK ITALIA SRL	4.950,00 €
30	Dispositivo di ventilazione di emergenza con catetere trans-tracheale	MEHOS SRL	1.860,00 €
31	Catetere con punta morbida, per sostituzione di tubo tracheale e di cannule tracheostomiche	MEHOS SRL	3.550,00 €

32	Mandrino per intubazione	DAHLHAUSEN ITALY S.R.L.	2.100,00 €
34	Sistema per intubazione difficile radiopaco di Frova	MEHOS SRL	2.940,00 €
35	Set per estubazione controllata	COOK ITALIA SRL	3.300,00 €
36	Set per intubazione retrograda	COOK ITALIA SRL	4.500,00 €
37	Circuito monotubo che comprenda linea inspiratoria e espiratoria	FLEXICARE S.R.L.	1.680,00 €
38	Circuito pediatrico e adulto monouso	MEDTRONIC ITALIA SPA	28.512,00 €
39	Circuito per adulti per rianimazione realizzato in PVC	TELEFLEX MEDICAL SRL	2.010,00 €
40	Circuito respiratorio per ventilatori con un additivo antimicrobico a base di ioni di argento	ALSE MEDICA	4.110,00 €
41	Kit circuito respiratorio neonatale	VYAIR SRL	4.738,50 €
42	Catetere mount fisso e retto	TELEFLEX MEDICAL SRL	17.955,00 €
43	Catetere mount girevole	MEDTRONIC ITALIA SPA	7.950,00 €
45	Raccordo biconico	Vygon Italia S.r.l.	24.120,00 €
48	Maschera tipo Total Face, trasparente, disinfettabile o risterilizzabile per perossido d'idrogeno, con passaggio dedicato per SNG	DIMAR S.P.A.	8.880,00 €
49	Maschera tipo Total Face, trasparente, risterilizzabile in autoclave per almeno 10 volte	DIMAR S.P.A.	13.500,00 €
50	Maschera tipo Total Face, trasparente, monouso	DIMAR S.P.A.	38.850,00 €
51	Maschera oro-nasale per NIV	DAVI MEDICA SRL	7.194,00 €
52	Maschera naso-buccale senza appoggio frontale	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	13.500,00 €
53	Maschera oro-nasale monopaziente per NIV	DAVI MEDICA SRL	27.000,00 €
54	Maschera monopaziente oro-nasale per bilevel/Cpap	ALSE MEDICA	6.900,00 €
55	Maschera per CPAP completa di sistema venturi	HAROL SRL	23.247,00 €
56	Casco monopaziente per Niv	DIMAR S.P.A.	12.300,00 €
57	Casco monopaziente per CPAP	DIMAR S.P.A.	13.350,00 €
58	Casco per NIV	ALSE MEDICA	18.750,00 €
59	Maschera per broncoscopia	ALSE MEDICA	405,00 €
60	Set per ossigenoterapia a concentrazione fissa tipo Venturi	BENEFIS S.R.L.	12.420,00 €
61	Maschera facciale trasparente con cuscino anatomico gonfiabile	BENEFIS S.R.L.	10.404,00 €
62	Maschera facciale trasparente	VYAIR SRL	13.680,00 €
63	Tubo di prolunga per ossigenoterapia	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	1.125,00 €
64	Catetere per la somministrazione nasale diretta di ossigeno	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	525,00 €
65	Maschera aperta monopaziente per ossigeno terapia senza rebreathing della CO2	VYAIR SRL	2.520,00 €
66	Maschere per ossigenoterapia	CO.DI.SAN.	2.871,00 €
67	Sistema per ossigenoterapia multiconcentrazione tipo "venturi" per tracheostomizzati	FIAB	1.087,50 €
69	Set per aerosol terapia	MED TRADE SRL	5.040,00 €
70	Camera distanziatrice monopaziente per erogazione farmaci inalatori	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	1.530,00 €
72	Occhiali (cannule) per ossigenoterapia	Aiesi Hospital Service Sas	9.675,00 €

73	Linee per monitoraggio capnografico	VYAIR SRL	2.664,00 €
74	Unità respiratoria manuale	MEDTRONIC ITALIA SPA	108.150,00 €
75	Unità respiratoria autogonfiabile monouso	BENEFIS S.R.L.	3.366,00 €
76	Naso artificiale per tracheotomizzati	ALSE MEDICA	2.700,00 €
77	Filtro meccanico, bidirezionale, a filtrazione meccanica	MEDTRONIC ITALIA SPA	2.286,00 €
78	Filtro bidirezionale antibatterico ed antivirale	MEDTRONIC ITALIA SPA	34.500,00 €
79	Sistema per bronco aspirazione a circuito chiuso	MEDTRONIC ITALIA SPA	20.520,00 €
80	Sonde per aspirazione endotracheale neonatale	TELEFLEX MEDICAL SRL	1.530,00 €
81	Sondini per broncoaspirazione standard	BENEFIS S.R.L.	17.325,00 €
83	Tubo universale a bolle in PVC medicale, atossico, non conduttivo	DAHLHAUSEN ITALY S.R.L.	24.000,00 €
84	Set per anestesia epidurale con attacco NRFit	B.BRAUN MILANO SPA	7.521,00 €
85	Set per plesso in continuo con attacco NRFit	B.BRAUN MILANO SPA	6.760,50 €
86	Set per plesso con attacco NRFit	B.BRAUN MILANO SPA	18.384,00 €
87	Ago spinale	BECTON DICKINSON ITALIA	5.391,00 €
88	Ago peridurale One-Shot con attacco NRFit	B.BRAUN MILANO SPA	7.122,00 €
89	Aghi per anestesia del piano trasverso dell'addome (TAP block)	ICU MEDICAL EUROPE SRL	2.250,00 €
90	Kit per l'anestesia spinale continua e analgesia post-operatoria	MOVI S.P.A.	14.700,00 €
91	Dispositivo per il controllo della pressione di iniezione dell'anestetico locale durante l'esecuzione del blocco nervoso	B.BRAUN MILANO SPA	36.480,00 €
92	Kit sterile per cateterizzazione venosa centrale	TELEFLEX MEDICAL SRL	47.250,00 €
93	Set per cateterismo venoso centrale	MEHOS SRL	17.280,00 €
94	Kit per cateterizzazione venosa centrale	TELEFLEX MEDICAL SRL	33.225,00 €
96	Cannula per cannulazione arteriosa e per piccoli vasi	TELEFLEX MEDICAL SRL	18.879,00 €
97	Set con catetere per arteria radiale con sistema di introduzione chiuso	TELEFLEX MEDICAL SRL	53.460,00 €
98	Ago cannula per arteria radiale con interruttore rapido di flusso (tipo floswitch)	B.BRAUN MILANO SPA	58.500,00 €
99	Catetere per incannulazione vasi ombelicali	Vygon Italia S.r.l.	5.097,00 €
100	Catetere venoso centrale ad accesso periferico in silicone, a punta aperta, ad alto flusso monolume	BECTON DICKINSON ITALIA	8.100,00 €
101	Catetere venoso centrale ad inserimento periferico	DELTA MED S.P.A.	33.300,00 €
102	Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (PICC) ecoguidato	BECTON DICKINSON ITALIA	105.000,00 €
103	Kit per controllo della punta del catetere CVC, PICC, PORT, PICC-PORT	Vygon Italia S.r.l.	22.575,00 €
104	Assemblato Port Brachiale (PICC PORT)	Vygon Italia S.r.l.	31.500,00 €
105	Kit Picc Port	TAU MEDICA S.R.L.	92.250,00 €
106	Catetere venoso centrale ad inserimento periferico	Vygon Italia S.r.l.	21.000,00 €
107	Kit Port Power a basso profilo	B.BRAUN MILANO SPA	56.400,00 €
108	Catetere MIDLINE monolume e bilume	DELTA MED S.P.A.	144.000,00 €
109	Kit Catetere MIDLINE monolume	BECTON DICKINSON ITALIA	2.475,00 €

110	Kit catetere venoso centrale ad inserimento periferico Short Midline Power Injectable	DELTA MED S.P.A.	26.400,00 €
111	Catetere per accesso venoso periferico in poliuretano radiopaco 3-4-5-FR	Vygon Italia S.r.l.	11.250,00 €
112	Catetere per accessi intravenosi difficili	B.BRAUN MILANO SPA	8.280,00 €
113	Kit per infusione intraossea	TELEFLEX MEDICAL SRL	9.000,00 €
114	Kit dentale per l'igiene orale	BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L.	30.060,00 €
115	Set per pneumotorace d'emergenza	COOK ITALIA SRL	3.300,00 €
116	Set per distensione del pneumotorace mediante tecnica di Seldinger	COOK ITALIA SRL	9.900,00 €
117	Set drenaggio pneumo-pleurico	COOK ITALIA SRL	13.200,00 €
118	Set con tubo toracico per drenaggio pleurico, per introduzione percutanea	COOK ITALIA SRL	6.600,00 €
119	Sistema di drenaggio toracico	DAVI MEDICA SRL	24.300,00 €
120	Drenaggio percutaneo con ago-catetere di verres	DAVI MEDICA SRL	16.196,40 €
121	Catetere toracico con trocar	DAVI MEDICA SRL	6.210,00 €
123	Valvole di Heimlich	DAVI MEDICA SRL	15.750,00 €
124	Drenaggio chirurgico rotondo	TELEFLEX MEDICAL SRL	17.400,00 €
125	Drenaggio chirurgico	BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	21.300,00 €
126	Acqua con soluzione sterile bidistillata	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	47.250,00 €
127	Sondino nasogastrico per nutrizione enterale	Nicogen srl	1.440,00 €
128	Sondino nasogastrico per nutrizione enterale	DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	44.400,00 €
129	Sonda nasogastrica a doppio lume tipo SALEM	BENEFIS S.R.L.	60,00 €
132	Sonde gastro-duodenali tipo Levin	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	2.160,00 €
133	Sonde rettali	BENEFIS S.R.L.	3.864,00 €
135	Sistema totalmente chiuso, non manomettabile per la somministrazione continua a flusso fisso	ALEA S.R.L.	37.200,00 €
136	Sistema totalmente chiuso, non manomettabile per la somministrazione continua a flusso fisso	ALEA S.R.L.	14.700,00 €
137	Sistema elastomerico con flusso variabile senza bolo	ALEA S.R.L.	21.600,00 €
138	Sistema elastomerico con flusso variabile con bolo	ALEA S.R.L.	4.635,00 €
139	Sistema totalmente chiuso, non manomettabile per la somministrazione continua a flusso fisso con attacco NRFit	ALEA S.R.L.	3.000,00 €
141	Urinometro con doppio comparto	BENEFIS S.R.L.	45.000,00 €
142	Sistema di gestione dell'incontinenza fecale liquida e semiliquida	ConvaTec Italia srl	120.900,00 €
143	Sonda cutanea sterile per la misurazione della temperatura cutanea superficiale	Medival S.r.l.	9.000,00 €
144	Sistema chiuso per terapia infusione senza ago	ICU MEDICAL EUROPE SRL	12.600,00 €
145	Dispositivo per infusione continua a tre vie	BECTON DICKINSON ITALIA	9.750,00 €
146	Rubinetti a tre vie ad alto flusso	CHEMIL SRL	10.395,00 €
148	Tappini di chiusura con attacco luer Lock	BENEFIS S.R.L.	1.620,00 €
149	Rampa per infusione	CAIR ITALIA	1.962,00 €
150	Prolunga con rubinetto a tre vie	CAIR ITALIA	15.000,00 €

151	Incentivatore inspiratorio progressivo	BENEFIS S.R.L.	594,00 €
152	Incentivatore inspiratorio di tipo volumetrico	VYAIR SRL	858,00 €
153	Coperte isotermitiche	Pizzocri Srl	2.369,64 €
154	Lame	Aiesi Hospital Service Sas	3.609,00 €
155	Lame per videolaringoscopia per intubazioni difficili	MEDTRONIC ITALIA SPA	21.780,00 €
156	Video-laringoscopia completamente monouso	M.G. LORENZATTO srl	7.200,00 €
157	Valvole per aspirazione monouso	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	12.825,00 €
157	Video-laringoscopia con lama per intubazione difficile e tipo Macintosh 3 e 4	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	35.400,00 €
157	Video endoscopia per intubazione	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	57.600,00 €
157	Video endoscopia nasale flessibile	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	57.600,00 €
157	connettore	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	6.894,00 €
158	Videobroncofibroscopi digitali flessibili	M.G. LORENZATTO srl	114.000,00 €
159	Lama per laringoscopia per le intubazioni difficili dotato di visione diretta e guida	TELEFLEX MEDICAL SRL	3.750,00 €
160	Set completo per ossigenoterapia ad alti flussi	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	144.840,00 €
161	Trasduttore monouso 1 via	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	94.290,00 €
161	Trasduttore monouso 2 vie	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	4.500,00 €
161	Trasduttore monouso 3 vie	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	4.380,00 €
162	Dispositivo spremisacca	Medival S.r.l.	21.600,00 €
163	Linee di campionamento ETCO2	MEDTRONIC ITALIA SPA	12.600,00 €
164	Sensore monolaterale per il monitoraggio, in modo quantitativo, del livello di profondità di ipnosi	MEDTRONIC ITALIA SPA	69.000,00 €
165	Sensore monolaterale a tre elettrodi per la lettura contemporanea del tracciato EEG	Nicogen srl	18.900,00 €
166	Sensore monouso per il monitoraggio quantitativo della trasmissione neuromuscolare (TOF)	MOSS S.P.A.	35.400,00 €
167	Sensori monouso per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno e della frequenza del polso	MEDTRONIC ITALIA SPA	346.869,00 €
169	Catetere arterioso a due lumi da 16-20 cm 4-5 Fr per termodiluizione transpolmonare	GETINGE Italia Srl	24.000,00 €
170	Sensore arterioso monouso per la determinazione sia della pressione arteriosa	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	560.700,00 €
170	Sensore arterioso monouso per la determinazione sia della pressione arteriosa	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	57.000,00 €
170	Sensore arterioso monouso per la determinazione sia della pressione arteriosa	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	3.690,00 €
172	Card monopaziente per il monitoraggio emodinamico	Vygon Italia S.r.l.	65.400,00 €
173	Sensori per adulti (> 40 kg) sia cerebrali che somatici, per la rilevazione non invasiva dell'ossimetria cerebrale (rSO2.)	MEDTRONIC ITALIA SPA	54.120,00 €
174	Bracciali pressori	NESMED SRL	51.360,00 €
175	Linea di infusione	Bialma Systems Srl	33.600,00 €
176	Sistema di riscaldamento liquidi di lavaggio a temperatura controllata	essepi s.r.l service and partners	44.550,00 €

177	Copertine monopaziente	MOVI S.P.A.	35.910,00 €
178	Sistema per la gestione dell'ipotermia indotta non invasiva	ab medica spa	27.000,00 €
179	Gambali per pressoterapia intermittente e graduata antitromboembolia	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	57.600,00 €
181	Set composto da device per l'atomizzazione di anestetici locali	TELEFLEX MEDICAL SRL	4.050,00 €
182	Sistema per l'atomizzazione delle soluzioni all'interno del naso e delle mucose oro-faringee	TELEFLEX MEDICAL SRL	1.350,00 €
183	Dispositivo medico monouso per somministrazione di anestetici inalatori volatili	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA	106.417,65 €
183	Dispositivo medico monouso per somministrazione di anestetici inalatori volatili	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA	5.400,00 €
183	Dispositivo medico monouso per somministrazione di anestetici inalatori volatili	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA	21.888,00 €
183	Dispositivo medico monouso per somministrazione di anestetici inalatori volatili	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA	5.724,00 €
184	Ausili per il posizionamento del paziente	DAVI MEDICA SRL	94.059,00 €
185	Sistema monouso per l'immobilizzazione dei polsi	BIOMATRIX	32.408,10 €
186	Sistema di protezione peri-operatoria per gli occhi del paziente	DAVI MEDICA SRL	15.900,00 €
187	Sistema per crioneuroablazione percutanea	DAVI MEDICA SRL	295.500,00 €
188	Kit per neuromodulazione continua pulsata ed ad alta frequenza	PVF MEDICAL SRL	226.800,00 €
189	Kit bipolare e monopolare sterile monouso per la stimolazione percutanea ad alta frequenza dei nervi	PVF MEDICAL SRL	127.200,00 €
190	Kit per la periduroliasi farmacologica ed operativa endoscopica	AlfaMed S.r.l.	15.750,00 €
191	Kit mininvasivo per la nucleolisi del disco intervertebrale	PVF MEDICAL SRL	12.000,00 €
192	Kit per la produzione di SARC	DAVI MEDICA SRL	51.000,00 €
193	Sistema universale sutureless per la stabilizzazione ed il fissaggio adesivo di PICC e CVC	Vygon Italia S.r.l.	96.300,00 €
194	Sistema di fissaggio per evitare la dislocazione del catetere durante anestesia regionale	ICU MEDICAL EUROPE SRL	9.600,00 €
195	Sistema universale sutureless per il fissaggio dei sondini nasogastrici	TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL siglabile TSS MEDICAL SRL oppure TSS SRL	5.400,00 €
196	Medicazione per la prevenzione delle infezioni catetere correlate	EVOLUZIONE SRL	80.865,00 €
197	Sistema di fissaggio sottocutaneo per cateteri a permanenza	SEDA S.P.A.	45.000,00 €
198	Kit per la medicazione degli accessi venosi	EVOLUZIONE SRL	16.200,00 €
199	Tappini contenenti una spugna imbevuta di alcool Isopropilico al 70%	GADA ITALIA S.P.A.	32.940,00 €
200	Soluzione acquosa contenente citrato di sodio al 4% associato alla ciclo-tauridina	Medival S.r.l.	10.800,00 €

201	Soluzione acquosa contenente taurolidina al 2%	Medival S.r.l.	14.580,00 €
202	Soluzione di chiusura per CVC a base di trisodiocitrato 30%	SEDA S.P.A.	2.250,00 €
203	Kit completo campo operatorio per catetere ombelicale	BETATEX S.P.A.	5.400,00 €
204	Adesivo tissutale topico a base di una miscela di cianoacrilato	ESSEDUE GROUP	4.350,00 €
205	Cartuccia assorbente da utilizzare in presenza di livelli elevati di citochine, bilirubina, mioglobina e farmaci anticoagulanti/antiaggreganti	AFERETICA	57.600,00 €
206	Cartuccia alla Polimixina B	ESTOR	98.400,00 €
208	Sistema ECCO2R gestito con software specifico	ESTOR	59.400,00 €
209	Sistema per la determinazione dei Tempi di coagulazione	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	57.420,00 €
210	Sistema per la diagnosi qualitativa e quantitativa dell'emostasi del paziente	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	108.000,00 €

di contabilizzare la spesa derivante dall'adozione del presente atto sui conti economici e nelle annualità di seguito indicati:

ANNO 2024		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 262.437,45
501010317	Reagenti	€ 44.847,20
501010384	Materiale sanitario non sterile	€ 48.208,46
501010388	Materiale per emodialisi	€ 59.007,33
501010390	Dispositivi per somministrazione e prelievo	€ 161.707,99
501010391	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio	€ 530.992,80
501010392	Dispositivi per apparato gastrointestinale	€ 46.854,51
501010393	Dispositivi per apparato respiratorio	€ 345.237,95
501010394	Materiale da sutura	€ 1.179,33
501010395	Altri dispositivi e materiale monouso sterile	€ 140.548,07
501010891	Altri beni e prodotti sanitari	€ 26.536,53
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 17.730,67
TOTALE ANNO 2024		€ 1.685.288,29

ANNO 2025		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 393.656,18
501010317	Reagenti	€ 67.270,80
501010384	Materiale sanitario non sterile	€ 72.312,69
501010388	Materiale per emodialisi	€ 88.511,00
501010390	Dispositivi per somministrazione e prelievo	€ 242.561,99
501010391	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio	€ 796.489,20
501010392	Dispositivi per apparato gastrointestinale	€ 70.281,76
501010393	Dispositivi per apparato respiratorio	€ 517.856,92
501010394	Materiale da sutura	€ 1.769,00
501010395	Altri dispositivi e materiale monouso sterile	€ 210.822,10
501010891	Altri beni e prodotti sanitari	€ 39.804,79
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 26.596,00
TOTALE ANNO 2025		€ 2.527.932,43

ANNO 2026		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa



501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 393.656,18
501010317	Reagenti	€ 67.270,80
501010384	Materiale sanitario non sterile	€ 72.312,69
501010388	Materiale per emodialisi	€ 88.511,00
501010390	Dispositivi per somministrazione e prelievo	€ 242.561,99
501010391	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio	€ 796.489,20
501010392	Dispositivi per apparato gastrointestinale	€ 70.281,76
501010393	Dispositivi per apparato respiratorio	€ 517.856,92
501010394	Materiale da sutura	€ 1.769,00
501010395	Altri dispositivi e materiale monouso sterile	€ 210.822,10
501010891	Altri beni e prodotti sanitari	€ 39.804,79
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 26.596,00
TOTALE ANNO 2026		€ 2.527.932,43

ANNO 2027		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 131.218,73
501010317	Reagenti	€ 22.423,60
501010384	Materiale sanitario non sterile	€ 24.104,23
501010388	Materiale per emodialisi	€ 29.503,67
501010390	Dispositivi per somministrazione e prelievo	€ 80.854,00
501010391	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio	€ 265.496,40
501010392	Dispositivi per apparato gastrointestinale	€ 23.427,25
501010393	Dispositivi per apparato respiratorio	€ 172.618,97
501010394	Materiale da sutura	€ 589,67
501010395	Altri dispositivi e materiale monouso sterile	€ 70.274,03
501010891	Altri beni e prodotti sanitari	€ 13.268,26
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 8.865,33
TOTALE ANNO 2027		€ 842.644,14

di contabilizzare, la spesa di € 5.250,00 relativa agli incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, derivante dall'adozione del presente atto, sul conto economico 516040605, rubricato "Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016", demandando alla UOC Bilancio e Contabilità le relative operazioni contabili;

di provvedere in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, alla pubblicazione dell'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, nonché di pubblicare il presente atto sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il Dott. Claudio Pisanelli, Dirigente Farmacista presso il Presidio Ospedaliero San Filippo Neri;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
Procedimento
Dr. Vittorio Santoriello
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In Virtù dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con il Decreto del presidente della Regione Lazio T00013 del 05/04/2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *“Procedura di gara, indetta con Deliberazione DG FF. 291 del 15/03/2023, finalizzata all'affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, suddivisa in n. 210 Lotti, di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e per la terapia antalgica per le esigenze dell'Asl Roma 1. Numero gara Anac 8964034. Provvedimento di aggiudicazione e di esclusione”* e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto

di aggiudicare la procedura di gara, indetta con Deliberazione DG FF n. 291 del 15/03/2023, finalizzata all'affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, suddivisa in n. 210 Lotti, di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e per la terapia antalgica per le esigenze dell'Asl Roma 1. Numero gara Anac 8964034, per un importo complessivo triennale di aggiudicazione pari ad € 7.583.797,29 Iva compresa, agli Operatori Economici di seguito indicati:

Numero Lotto	Denominazione Lotto	Operatore Economico aggiudicatario	Valore Offerta iva esclusa
1	Cannula orofaringea di guedel	ALSE MEDICA	10.800,00 €
3	Maschera laringea monouso	TELEFLEX MEDICAL SRL	5.490,00 €
4	Maschera laringea bilume	FLEXICARE S.R.L.	2.070,00 €
5	Dispositivo sovra-glottideo	ALSE MEDICA	96.900,00 €
6	Tubo endotracheale	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	19.080,00 €
7	Tubo endotracheale preformato	ICU MEDICAL EUROPE SRL	1.500,00 €
8	Tubo tracheale presagomato	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	2.625,00 €
9	Tubo endotracheale orale	MEDTRONIC ITALIA SPA	42.750,00 €
10	Tubo tracheale cuffiato	MEDTRONIC ITALIA SPA	16.350,00 €
11	Fascia per fissare il tubo tracheale	Medival S.r.l.	1.275,00 €
12	Tubo endobronchiale destro e sinistro a doppio lume	MEDTRONIC ITALIA SPA	570,00 €
13	Set per bloccaggio endobronchiale	COOK ITALIA SRL	5.400,00 €
14	Cannula tracheostomica cuffiata	TELEFLEX MEDICAL SRL	2.700,00 €
15	Cannula tracheostomica con flangia fissa	MEDTRONIC ITALIA SPA	780,00 €
16	Cannula tracheostomica armata, cuffiata con flangia di fissaggio regolabile	MEDTRONIC ITALIA SPA	660,00 €

17	Cannula tracheostomica cuffiata con aspirazione subglottidea	MEDTRONIC ITALIA SPA	8.130,00 €
18	Cannula tracheostomica cuffiata e non	MEDTRONIC ITALIA SPA	13.830,00 €
19	Cannula tracheostomica cuffiata e non, e fenestrata	MEDTRONIC ITALIA SPA	3.900,00 €
20	Cannula tracheostomica extralunga cuffiata	MEDTRONIC ITALIA SPA	1.020,00 €
21	Cannula tracheostomica completamente in silicone	ICU MEDICAL EUROPE SRL	6.150,00 €
23	Kit per cannula tracheostomica cuffiata e non, fenestrata e non	ICU MEDICAL EUROPE SRL	22.755,00 €
24	Valvola fonatoria	TELEFLEX MEDICAL SRL	960,00 €
25	Fascetta di fissaggio per cannula tracheostomica	MEDTRONIC ITALIA SPA	5.940,00 €
26	Sistema per il controllo della pressione della cuffia tracheostomica	MEHOS SRL	720,00 €
27	Kit per tracheotomia percutanea secondo Griggs con e senza pinza	ICU MEDICAL EUROPE SRL	38.340,00 €
28	Set tracheotomia percutanea Ciaglia tipo Blue Rhino	COOK ITALIA SRL	43.140,00 €
29	Kit per cricotirotomia	COOK ITALIA SRL	4.950,00 €
30	Dispositivo di ventilazione di emergenza con catetere trans-tracheale	MEHOS SRL	1.860,00 €
31	Catetere con punta morbida, per sostituzione di tubo tracheale e di cannule tracheostomiche	MEHOS SRL	3.550,00 €
32	Mandrino per intubazione	DAHLHAUSEN ITALY S.R.L.	2.100,00 €
34	Sistema per intubazione difficile radiopaco di Frova	MEHOS SRL	2.940,00 €
35	Set per estubazione controllata	COOK ITALIA SRL	3.300,00 €
36	Set per intubazione retrograda	COOK ITALIA SRL	4.500,00 €
37	Circuito monotubo che comprenda linea inspiratoria e espiratoria	FLEXICARE S.R.L.	1.680,00 €
38	Circuito pediatrico e adulto monouso	MEDTRONIC ITALIA SPA	28.512,00 €
39	Circuito per adulti per rianimazione realizzato in PVC	TELEFLEX MEDICAL SRL	2.010,00 €
40	Circuito respiratorio per ventilatori con un additivo antimicrobico a base di ioni di argento	ALSE MEDICA	4.110,00 €
41	Kit circuito respiratorio neonatale	VYAIR SRL	4.738,50 €
42	Catetere mount fisso e retto	TELEFLEX MEDICAL SRL	17.955,00 €
43	Catetere mount girevole	MEDTRONIC ITALIA SPA	7.950,00 €
45	Raccordo biconico	Vygon Italia S.r.l.	24.120,00 €
48	Maschera tipo Total Face, trasparente, disinfettabile o risterilizzabile per perossido d'idrogeno, con passaggio dedicato per SNG	DIMAR S.P.A.	8.880,00 €
49	Maschera tipo Total Face, trasparente, risterilizzabile in autoclave per almeno 10 volte	DIMAR S.P.A.	13.500,00 €
50	Maschera tipo Total Face, trasparente, monouso	DIMAR S.P.A.	38.850,00 €
51	Maschera oro-nasale per NIV	DAVI MEDICA SRL	7.194,00 €
52	Maschera naso-buccale senza appoggio frontale	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	13.500,00 €
53	Maschera oro-nasale monopaziente per NIV	DAVI MEDICA SRL	27.000,00 €
54	Maschera monopaziente oro-nasale per bilevel/Cpap	ALSE MEDICA	6.900,00 €
55	Maschera per CPAP completa di sistema venturi	HAROL SRL	23.247,00 €

56	Casco monopaziente per Niv	DIMAR S.P.A.	12.300,00 €
57	Casco monopaziente per CPAP	DIMAR S.P.A.	13.350,00 €
58	Casco per NIV	ALSE MEDICA	18.750,00 €
59	Maschera per broncoscopia	ALSE MEDICA	405,00 €
60	Set per ossigenoterapia a concentrazione fissa tipo Venturi	BENEFIS S.R.L.	12.420,00 €
61	Maschera facciale trasparente con cuscino anatomico gonfiabile	BENEFIS S.R.L.	10.404,00 €
62	Maschera facciale trasparente	VYAIR SRL	13.680,00 €
63	Tubo di prolunga per ossigenoterapia	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	1.125,00 €
64	Catetere per la somministrazione nasale diretta di ossigeno	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	525,00 €
65	Maschera aperta monopaziente per ossigeno terapia senza rebreathing della CO2	VYAIR SRL	2.520,00 €
66	Maschere per ossigenoterapia	CO.DI.SAN.	2.871,00 €
67	Sistema per ossigenoterapia multiconcentrazione tipo "venturi" per tracheostomizzati	FIAB	1.087,50 €
69	Set per aerosol terapia	MED TRADE SRL	5.040,00 €
70	Camera distanziatrice monopaziente per erogazione farmaci inalatori	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	1.530,00 €
72	Occhiali (cannule) per ossigenoterapia	Aiesi Hospital Service Sas	9.675,00 €
73	Linee per monitoraggio capnografico	VYAIR SRL	2.664,00 €
74	Unità respiratoria manuale	MEDTRONIC ITALIA SPA	108.150,00 €
75	Unità respiratoria autogonfiabile monouso	BENEFIS S.R.L.	3.366,00 €
76	Naso artificiale per tracheotomizzati	ALSE MEDICA	2.700,00 €
77	Filtro meccanico, bidirezionale, a filtrazione meccanica	MEDTRONIC ITALIA SPA	2.286,00 €
78	Filtro bidirezionale antibatterico ed antivirale	MEDTRONIC ITALIA SPA	34.500,00 €
79	Sistema per bronco aspirazione a circuito chiuso	MEDTRONIC ITALIA SPA	20.520,00 €
80	Sonde per aspirazione endotracheale neonatale	TELEFLEX MEDICAL SRL	1.530,00 €
81	Sondini per broncoaspirazione standard	BENEFIS S.R.L.	17.325,00 €
83	Tubo universale a bolle in PVC medicale, atossico, non conduttivo	DAHLHAUSEN ITALY S.R.L.	24.000,00 €
84	Set per anestesia epidurale con attacco NRFit	B.BRAUN MILANO SPA	7.521,00 €
85	Set per plesso in continuo con attacco NRFit	B.BRAUN MILANO SPA	6.760,50 €
86	Set per plesso con attacco NRFit	B.BRAUN MILANO SPA	18.384,00 €
87	Ago spinale	BECTON DICKINSON ITALIA	5.391,00 €
88	Ago peridurale One-Shot con attacco NRFit	B.BRAUN MILANO SPA	7.122,00 €
89	Aghi per anestesia del piano trasverso dell'addome (TAP block)	ICU MEDICAL EUROPE SRL	2.250,00 €
90	Kit per l'anestesia spinale continua e analgesia post-operatoria	MOVI S.P.A.	14.700,00 €
91	Dispositivo per il controllo della pressione di iniezione dell'anestetico locale durante l'esecuzione del blocco nervoso	B.BRAUN MILANO SPA	36.480,00 €
92	Kit sterile per cateterizzazione venosa centrale	TELEFLEX MEDICAL SRL	47.250,00 €
93	Set per cateterismo venoso centrale	MEHOS SRL	17.280,00 €



94	Kit per cateterizzazione venosa centrale	TELEFLEX MEDICAL SRL	33.225,00 €
96	Cannula per cannulazione arteriosa e per piccoli vasi	TELEFLEX MEDICAL SRL	18.879,00 €
97	Set con catetere per arteria radiale con sistema di introduzione chiuso	TELEFLEX MEDICAL SRL	53.460,00 €
98	Ago cannula per arteria radiale con interruttore rapido di flusso (tipo floswitch)	B.BRAUN MILANO SPA	58.500,00 €
99	Catetere per incannulazione vasi ombelicali	Vygon Italia S.r.l.	5.097,00 €
100	Catetere venoso centrale ad accesso periferico in silicone, a punta aperta, ad alto flusso monolume	BECTON DICKINSON ITALIA	8.100,00 €
101	Catetere venoso centrale ad inserimento periferico	DELTA MED S.P.A.	33.300,00 €
102	Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (PICC) ecoguidato	BECTON DICKINSON ITALIA	105.000,00 €
103	Kit per controllo della punta del catetere CVC, PICC, PORT, PICC-PORT	Vygon Italia S.r.l.	22.575,00 €
104	Assemblato Port Brachiale (PICC PORT)	Vygon Italia S.r.l.	31.500,00 €
105	Kit Picc Port	TAU MEDICA S.R.L.	92.250,00 €
106	Catetere venoso centrale ad inserimento periferico	Vygon Italia S.r.l.	21.000,00 €
107	Kit Port Power a basso profilo	B.BRAUN MILANO SPA	56.400,00 €
108	Catetere MIDLINE monolume e bilume	DELTA MED S.P.A.	144.000,00 €
109	Kit Catetere MIDLINE monolume	BECTON DICKINSON ITALIA	2.475,00 €
110	Kit catetere venoso centrale ad inserimento periferico Short Midline Power Injectable	DELTA MED S.P.A.	26.400,00 €
111	Catetere per accesso venoso periferico in poliuretano radiopaco 3-4-5-FR	Vygon Italia S.r.l.	11.250,00 €
112	Catetere per accessi intravenosi difficili	B.BRAUN MILANO SPA	8.280,00 €
113	Kit per infusione intraossea	TELEFLEX MEDICAL SRL	9.000,00 €
114	Kit dentale per l'igiene orale	BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L.	30.060,00 €
115	Set per pneumotorace d'emergenza	COOK ITALIA SRL	3.300,00 €
116	Set per distensione del pneumotorace mediante tecnica di Seldinger	COOK ITALIA SRL	9.900,00 €
117	Set drenaggio pneumo-pleurico	COOK ITALIA SRL	13.200,00 €
118	Set con tubo toracico per drenaggio pleurico, per introduzione percutanea	COOK ITALIA SRL	6.600,00 €
119	Sistema di drenaggio toracico	DAVI MEDICA SRL	24.300,00 €
120	Drenaggio percutaneo con ago-catetere di verres	DAVI MEDICA SRL	16.196,40 €
121	Catetere toracico con trocar	DAVI MEDICA SRL	6.210,00 €
123	Valvole di Heimlich	DAVI MEDICA SRL	15.750,00 €
124	Drenaggio chirurgico rotondo	TELEFLEX MEDICAL SRL	17.400,00 €
125	Drenaggio chirurgico	BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	21.300,00 €
126	Acqua con soluzione sterile bidistillata	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	47.250,00 €
127	Sondino nasogastrico per nutrizione enterale	Nicogen srl	1.440,00 €
128	Sondino nasogastrico per nutrizione enterale	DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	44.400,00 €
129	Sonda nasogastrica a doppio lume tipo SALEM	BENEFIS S.R.L.	60,00 €
132	Sonde gastro-duodenali tipo Levin	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	2.160,00 €
133	Sonde rettali	BENEFIS S.R.L.	3.864,00 €



135	Sistema totalmente chiuso, non manomettabile per la somministrazione continua a flusso fisso	ALEA S.R.L.	37.200,00 €
136	Sistema totalmente chiuso, non manomettabile per la somministrazione continua a flusso fisso	ALEA S.R.L.	14.700,00 €
137	Sistema elastomerico con flusso variabile senza bolo	ALEA S.R.L.	21.600,00 €
138	Sistema elastomerico con flusso variabile con bolo	ALEA S.R.L.	4.635,00 €
139	Sistema totalmente chiuso, non manomettabile per la somministrazione continua a flusso fisso con attacco NRFit	ALEA S.R.L.	3.000,00 €
141	Urinometro con doppio comparto	BENEFIS S.R.L.	45.000,00 €
142	Sistema di gestione dell'incontinenza fecale liquida e semiliquida	ConvaTec Italia srl	120.900,00 €
143	Sonda cutanea sterile per la misurazione della temperatura cutanea superficiale	Medival S.r.l.	9.000,00 €
144	Sistema chiuso per terapia infusoria senza ago	ICU MEDICAL EUROPE SRL	12.600,00 €
145	Dispositivo per infusione continua a tre vie	BECTON DICKINSON ITALIA	9.750,00 €
146	Rubinetti a tre vie ad alto flusso	CHEMIL SRL	10.395,00 €
148	Tappini di chiusura con attacco luer Lock	BENEFIS S.R.L.	1.620,00 €
149	Rampa per infusione	CAIR ITALIA	1.962,00 €
150	Prolunga con rubinetto a tre vie	CAIR ITALIA	15.000,00 €
151	Incentivatore inspiratorio progressivo	BENEFIS S.R.L.	594,00 €
152	Incentivatore inspiratorio di tipo volumetrico	VYAIR SRL	858,00 €
153	Coperte isoterme	Pizzocri Srl	2.369,64 €
154	Lame	Aiesi Hospital Service Sas	3.609,00 €
155	Lame per videolaringoscopia per intubazioni difficili	MEDTRONIC ITALIA SPA	21.780,00 €
156	Video-laringoscopia completamente monouso	M.G. LORENZATTO srl	7.200,00 €
157	Valvole per aspirazione monouso	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	12.825,00 €
157	Video-laringoscopia con lama per intubazione difficile e tipo Macintosh 3 e 4	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	35.400,00 €
157	Video endoscopia per intubazione	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	57.600,00 €
157	Video endoscopia nasale flessibile	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	57.600,00 €
157	connettore	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.	6.894,00 €
158	Videobroncofibroscopi digitali flessibili	M.G. LORENZATTO srl	114.000,00 €
159	Lama per laringoscopia per le intubazioni difficili dotata di visione diretta e guida	TELEFLEX MEDICAL SRL	3.750,00 €
160	Set completo per ossigenoterapia ad alti flussi	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	144.840,00 €
161	Trasduttore monouso 1 via	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	94.290,00 €
161	Trasduttore monouso 2 vie	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	4.500,00 €
161	Trasduttore monouso 3 vie	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	4.380,00 €
162	Dispositivo spremisacca	Medival S.r.l.	21.600,00 €
163	Linee di campionamento ETCO2	MEDTRONIC ITALIA SPA	12.600,00 €

164	Sensore monolaterale per il monitoraggio, in modo quantitativo, del livello di profondità di ipnosi	MEDTRONIC ITALIA SPA	69.000,00 €
165	Sensore monolaterale a tre elettrodi per la lettura contemporanea del tracciato EEG	Nicogen srl	18.900,00 €
166	Sensore monouso per il monitoraggio quantitativo della trasmissione neuromuscolare (TOF)	MOSS S.P.A.	35.400,00 €
167	Sensori monouso per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno e della frequenza del polso	MEDTRONIC ITALIA SPA	346.869,00 €
169	Catetere arterioso a due lumi da 16-20 cm 4-5 Fr per termodiluizione transpolmonare	GETINGE Italia Srl	24.000,00 €
170	Sensore arterioso monouso per la determinazione sia della pressione arteriosa	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	560.700,00 €
170	Sensore arterioso monouso per la determinazione sia della pressione arteriosa	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	57.000,00 €
170	Sensore arterioso monouso per la determinazione sia della pressione arteriosa	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	3.690,00 €
172	Card monopaziente per il monitoraggio emodinamico	Vygon Italia S.r.l.	65.400,00 €
173	Sensori per adulti (> 40 kg) sia cerebrali che somatici, per la rilevazione non invasiva dell'ossimetria cerebrale (rSO2.)	MEDTRONIC ITALIA SPA	54.120,00 €
174	Bracciali pressori	NESMED SRL	51.360,00 €
175	Linea di infusione	Bialma Systems Srl	33.600,00 €
176	Sistema di riscaldamento liquidi di lavaggio a temperatura controllata	essepi s.r.l service and partners	44.550,00 €
177	Copertine monopaziente	MOVI S.P.A.	35.910,00 €
178	Sistema per la gestione dell'ipotermia indotta non invasiva	ab medica spa	27.000,00 €
179	Gambali per pressoterapia intermittente e graduata antitromboembolia	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	57.600,00 €
181	Set composto da device per l'atomizzazione di anestetici locali	TELEFLEX MEDICAL SRL	4.050,00 €
182	Sistema per l'atomizzazione delle soluzioni all'interno del naso e delle mucose oro-faringee	TELEFLEX MEDICAL SRL	1.350,00 €
183	Dispositivo medico monouso per somministrazione di anestetici inalatori volatili	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA	106.417,65 €
183	Dispositivo medico monouso per somministrazione di anestetici inalatori volatili	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA	5.400,00 €
183	Dispositivo medico monouso per somministrazione di anestetici inalatori volatili	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA	21.888,00 €
183	Dispositivo medico monouso per somministrazione di anestetici inalatori volatili	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA	5.724,00 €
184	Ausili per il posizionamento del paziente	DAVI MEDICA SRL	94.059,00 €
185	Sistema monouso per l'immobilizzazione dei polsi	BIOMATRIX	32.408,10 €
186	Sistema di protezione peri-operatoria per gli occhi del paziente	DAVI MEDICA SRL	15.900,00 €
187	Sistema per crioneuroablazione percutanea	DAVI MEDICA SRL	295.500,00 €
188	Kit per neuromodulazione continua pulsata ed ad alta frequenza	PVF MEDICAL SRL	226.800,00 €

189	Kit bipolare e monopolare sterile monouso per la stimolazione percutanea ad alta frequenza dei nervi	PVF MEDICAL SRL	127.200,00 €
190	Kit per la periduroliasi farmacologica ed operativa endoscopica	AlfaMed S.r.l.	15.750,00 €
191	Kit mininvasivo per la nucleolisi del disco intervertebrale	PVF MEDICAL SRL	12.000,00 €
192	Kit per la produzione di SARC	DAVI MEDICA SRL	51.000,00 €
193	Sistema universale sutureless per la stabilizzazione ed il fissaggio adesivo di PICC e CVC	Vygon Italia S.r.l.	96.300,00 €
194	Sistema di fissaggio per evitare la dislocazione del catetere durante anestesia regionale	ICU MEDICAL EUROPE SRL	9.600,00 €
195	Sistema universale sutureless per il fissaggio dei sondini nasogastrici	TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL siglabile TSS MEDICAL SRL oppure TSS SRL	5.400,00 €
196	Medicazione per la prevenzione delle infezioni catetere correlate	EVOLUZIONE SRL	80.865,00 €
197	Sistema di fissaggio sottocutaneo per cateteri a permanenza	SEDA S.P.A.	45.000,00 €
198	Kit per la medicazione degli accessi venosi	EVOLUZIONE SRL	16.200,00 €
199	Tappini contenenti una spugna imbevuta di alcool Isopropilico al 70%	GADA ITALIA S.P.A.	32.940,00 €
200	Soluzione acquosa contenente citrato di sodio al 4% associato alla ciclo-tauridina	Medival S.r.l.	10.800,00 €
201	Soluzione acquosa contenente taurolidina al 2%	Medival S.r.l.	14.580,00 €
202	Soluzione di chiusura per CVC a base di trisodiocitrato 30%	SEDA S.P.A.	2.250,00 €
203	Kit completo campo operatorio per catetere ombelicale	BETATEX S.P.A.	5.400,00 €
204	Adesivo tissutale topico a base di una miscela di cianoacrilato	ESSEDUE GROUP	4.350,00 €
205	Cartuccia assorbente da utilizzare in presenza di livelli elevati di citochine, bilirubina, mioglobina e farmaci anticoagulanti/antiaggreganti	AFERETICA	57.600,00 €
206	Cartuccia alla Polimixina B	ESTOR	98.400,00 €
208	Sistema ECCO2R gestito con software specifico	ESTOR	59.400,00 €
209	Sistema per la determinazione dei Tempi di coagulazione	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	57.420,00 €
210	Sistema per la diagnosi qualitativa e quantitativa dell'emostasi del paziente	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	108.000,00 €

di contabilizzare la spesa derivante dall'adozione del presente atto sui conti economici e nelle annualità di seguito indicati:



ANNO 2024		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 262.437,45
501010317	Reagenti	€ 44.847,20
501010384	Materiale sanitario non sterile	€ 48.208,46
501010388	Materiale per emodialisi	€ 59.007,33
501010390	Dispositivi per somministrazione e prelievo	€ 161.707,99
501010391	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio	€ 530.992,80
501010392	Dispositivi per apparato gastrointestinale	€ 46.854,51
501010393	Dispositivi per apparato respiratorio	€ 345.237,95
501010394	Materiale da sutura	€ 1.179,33
501010395	Altri dispositivi e materiale monouso sterile	€ 140.548,07
501010891	Altri beni e prodotti sanitari	€ 26.536,53
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 17.730,67
TOTALE ANNO 2024		€ 1.685.288,29

ANNO 2025		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 393.656,18
501010317	Reagenti	€ 67.270,80
501010384	Materiale sanitario non sterile	€ 72.312,69
501010388	Materiale per emodialisi	€ 88.511,00
501010390	Dispositivi per somministrazione e prelievo	€ 242.561,99
501010391	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio	€ 796.489,20
501010392	Dispositivi per apparato gastrointestinale	€ 70.281,76
501010393	Dispositivi per apparato respiratorio	€ 517.856,92
501010394	Materiale da sutura	€ 1.769,00
501010395	Altri dispositivi e materiale monouso sterile	€ 210.822,10
501010891	Altri beni e prodotti sanitari	€ 39.804,79
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 26.596,00
TOTALE ANNO 2025		€ 2.527.932,43

ANNO 2026		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 393.656,18
501010317	Reagenti	€ 67.270,80
501010384	Materiale sanitario non sterile	€ 72.312,69
501010388	Materiale per emodialisi	€ 88.511,00
501010390	Dispositivi per somministrazione e prelievo	€ 242.561,99
501010391	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio	€ 796.489,20
501010392	Dispositivi per apparato gastrointestinale	€ 70.281,76
501010393	Dispositivi per apparato respiratorio	€ 517.856,92
501010394	Materiale da sutura	€ 1.769,00
501010395	Altri dispositivi e materiale monouso sterile	€ 210.822,10
501010891	Altri beni e prodotti sanitari	€ 39.804,79
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 26.596,00
TOTALE ANNO 2026		€ 2.527.932,43

ANNO 2027		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 131.218,73
501010317	Reagenti	€ 22.423,60
501010384	Materiale sanitario non sterile	€ 24.104,23
501010388	Materiale per emodialisi	€ 29.503,67
501010390	Dispositivi per somministrazione e prelievo	€ 80.854,00
501010391	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio	€ 265.496,40
501010392	Dispositivi per apparato gastrointestinale	€ 23.427,25
501010393	Dispositivi per apparato respiratorio	€ 172.618,97
501010394	Materiale da sutura	€ 589,67
501010395	Altri dispositivi e materiale monouso sterile	€ 70.274,03
501010891	Altri beni e prodotti sanitari	€ 13.268,26
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 8.865,33
TOTALE ANNO 2027		€ 842.644,14

di contabilizzare, la spesa di € 5.250,00 relativa agli incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, derivante dall'adozione del presente atto, sul conto economico 516040605, rubricato "Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016", demandando alla UOC Bilancio e Contabilità le relative operazioni contabili;

di provvedere in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, alla pubblicazione dell'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, nonché di pubblicare il presente atto sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il Dott. Claudio Pisanelli, Dirigente Farmacista presso il Presidio Ospedaliero San Filippo Neri;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

La Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi della fornitura suddivisa in 210 Lotti, di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e per la terapia antalgica per le esigenze dell'Asl Roma 1. GARA ANAC n. 8964034

VERBALE SEDUTA PUBBLICA - APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Premesso:

- che, con deliberazione DG FF n. 291 del 15/03/2023, è stata disposta l'indizione tramite la piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio, di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, finalizzata all'affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, suddivisa in 210 Lotti di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e per la terapia del antalgica per un importo complessivo, comprensivo dell'eventuale rinnovo, posto a base d'asta pari a € 12.471.882,00 oltre Iva in forza di legge;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI 5° serie speciale Contratti pubblici n. 37 del 29/03/2023;
- che, entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato dal Bando di gara alle ore 12:00 del giorno 18/05/2023, risultano tempestivamente pervenute sulla Piattaforma telematica predetta, n. 87 offerte;
- che non sono pervenute offerte per i seguenti Lotti: 22, 33, 46, 47, 68, 82, 95, 122, 130, 131, 140, 147, 171, 180 e 207;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 1236 dell'01/06/2023, è stata formalizzata l'ammissione di tutti gli operatori economici alla fase dell'apertura delle offerte tecniche.
- che, con Deliberazione CS n. 243 del 23/05/2023, è stata nominata la Commissione di gara, così composta:

PRESIDENTE: Dott.ssa Federica Albo

COMPONENTE: Dott. Alessandro Polletta

COMPONENTE: Dott. Marco Tomei

In data 09/06/2023 alle ore 10,00 circa, la Commissione riunita nel plenum della sua composizione, come in atti, presso il Padiglione 28 del Complesso Santa Maria della Pietà della Asl Roma 1 procede in seduta pubblica virtuale all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

Il Presidente procede, pertanto, a sbloccare le buste virtuali "offerta tecnica" presentate dai concorrenti, rappresentando che l'apertura delle predette buste in seduta pubblica è finalizzata, anche in considerazione della complessità di gara, composta da n. 210 lotti di gara e della conseguente numerosità degli elaborati tecnici prodotti dai concorrenti, a verificare sommariamente la presenza della documentazione richiesta negli atti di gara, mentre l'esame puntuale dei contenuti e la valutazione della conformità, e laddove previsto, la valutazione della qualità anche attraverso la campionatura verranno effettuati successivamente dalla Commissione di gara in più sedute riservate.

Il Presidente dà atto che le singole buste "offerta tecnica" presentate dagli operatori economici, contengono documentazione conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

Visto quanto sopra, e ribadito che un esame di dettaglio sul contenuto di detta documentazione verrà effettuato solo in sede di esame di conformità e di valutazione delle offerte stesse, durante i lavori che la Commissione di gara svolgerà successivamente in più sedute riservate, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 16,00 circa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dr.ssa Federica Albo	Presidente
Dott. Alessandro Polletta	Componente
Dott. Marco Tomei	Componente



OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi della fornitura suddivisa in 210 Lotti, di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e per la terapia antalgica per le esigenze dell'Asl Roma 1. GARA ANAC n. 8964034

VERBALE ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA E CAMPIONATURA

Premesso che in data 09/06/2023, la Commissione ha proceduto in seduta pubblica virtuale all'apertura delle offerte tecniche.

In data 12/6/2023, alle ore 9:00, la Commissione di gara, riunita, nel plenum della sua composizione, come in atti, presso il Padiglione 28 del Complesso Santa Maria della Pietà della Asl Roma 1, avvia i lavori in seduta riservata.

La Commissione procede dapprima, alla verifica dei requisiti minimi dei prodotti offerti, secondo quanto richiesto nei documenti di gara e, laddove conformi ai criteri minimi, procede al vaglio di conformità, per i lotti da aggiudicarsi al prezzo più basso e all'esame e della documentazione tecnica e della campionatura, laddove presente o da richiedere, per i lotti la cui aggiudicazione è secondo il miglior rapporto qualità prezzo, ai fini dell'assegnazione dei punteggi di qualità, secondo quanto stabilito agli artt. 22 e ss. Del Disciplinare di gara.

La Commissione procede ad assegnare i punteggi di qualità secondo gli elementi riportati nell'allegato 6 al Disciplinare di gara, rubricato "criteri valutativi".

Si precisa che la Commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche degli operatori economici in riferimento ai lotti esclusi poiché non considerati conformi alle caratteristiche tecniche minime.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si riportano di seguito, lotto per lotto, le valutazioni come da schemi che seguono:

lotto 1

LOTTO 1		SOCIETA'		
		F.A.S.E.Srl		
CRITERIO CVI	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale sufficienti. Il materiale non è trasparente.	0,25	5,00
caratteristiche delle estremità	20	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità sufficienti	0,25	5,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia buone	0,75	11,25
facilità di inserimento	15	La commissione valuta la facilità di inserimento ottima	1,00	15,00
	70	TOTALE		36,25

LOTTO 1		SOCIETA'		
		ALSE MEDICA Srl		
CRITERIO CVI	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime. Il materiale è del tutto trasparente	1,00	20,00

caratteristiche delle estremità	20	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità ottime. Le estremità risultano perfettamente atraumatiche	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime. In particolare, il lume appare perfettamente arrotondato	1,00	15,00
facilità di inserimento	15	La commissione valuta la facilità di inserimento ottima	1,00	15,00
	70	TOTALE		70,00

LOTTO 1		SOCIETA'		
		FLEXICARE S.R.L.		
CRITERIO CVI	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale discreto	0,50	10,00
caratteristiche delle estremità	20	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità discrete	0,50	10,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia buona	0,75	11,25
facilità di inserimento	15	La commissione valuta la facilità di inserimento ottima	1,00	15,00
	70	TOTALE		46,25

LOTTO 1		SOCIETA'		
		ICU MEDICAL		
CRITERIO CVI	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale buono	0,75	15,00
caratteristiche delle estremità	20	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità buone	0,75	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia buona	0,75	11,25
facilità di inserimento	15	La commissione valuta la facilità di inserimento ottima	1,00	15,00
	70	TOTALE		56,25

LOTTO 1		SOCIETA'		
		DIEMME Srl		
CRITERIO CVI	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale discreto	0,50	10,00
caratteristiche delle estremità	20	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità discrete	0,50	10,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia buona	0,75	11,25
facilità di inserimento	15	La commissione valuta la facilità di inserimento ottima	1,00	15,00
	70	TOTALE		46,25

LOTTO 1		SOCIETA'		
		MEDICAL LUME		
CRITERIO CVI	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale discreto	0,50	10,00

caratteristiche delle estremità	20	La Commissione le caratteristiche delle estremità sufficienti	0,25	5,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia buona	0,75	11,25
facilità di inserimento	15	La commissione valuta la facilità di inserimento ottima	1,00	15,00
	70	TOTALE		41,25

LOTTO 1		SOCIETA'		
		BENEFIS Srl		
CRITERIO CVI	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale sufficienti. Il materiale non è trasparente	0,25	5,00
caratteristiche delle estremità	20	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità discrete	0,50	10,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia buona	0,75	11,25
facilità di inserimento	15	La commissione valuta la facilità di inserimento ottima	1,00	15,00
	70	TOTALE		41,25

Lotto 2: l'offerta dell'operatore DIEMME Srl è risultata priva di un requisito minimo di carattere tecnico – funzionale tale da non renderlo idoneo all'uso cui è destinato, in quanto non è dotato di indicatore di pressione integrato, come richiesto espressamente negli atti di gara;

Lotto 3:

Lotto 3		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL Srl		
CRITERIO CV2	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime	1,00	10,00
atraumicità	10	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	10,00
facilità di inserimento	20	La commissione valuta la facilità di inserimento ottime	1,00	20,00
	70	TOTALE		70,00

Lotto 4: l'offerta dell'operatore DIEMME Srl è risultata priva di un requisito minimo di carattere tecnico – funzionale tale da non renderlo idoneo all'uso cui è destinato, in quanto non è dotato di forma anatomica precurvata, come richiesto espressamente negli atti di gara;

Lotto 4		SOCIETA'		
		SERVIMED INDUSTRIAL Spa		
CRITERIO CV2	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	15	Le caratteristiche del materiale sono valutate buone	0,75	11,25
caratteristiche della cuffia	15	Le caratteristiche della cuffia sono valutate ottime	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	la maneggevolezza ed ergonomia vengono valutate buone	0,75	7,50
atraumicità	10	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	10,00
facilità di inserimento	20	La Commissione valuta buona la facilità di inserimento	0,75	15,00

	70	TOTALE		58,75
--	----	---------------	--	--------------

Lotto 4		SOCIETA'		
		FLEXICARE S.R.L.		
CRITERIO CV2	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	Le caratteristiche del materiale sono valutate buone	0,75	11,25
caratteristiche della cuffia	15	Le caratteristiche della cuffia sono valutate ottime	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	la maneggevolezza ed ergonomia vengono valutate buone	0,75	7,50
atraumicità	10	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	10,00
facilità di inserimento	20	La Commissione valuta ottima la facilità di inserimento per la presenza del flap	1,00	20,00
	70	TOTALE		63,75

Lotto 4		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL Srl		
CRITERIO CV2	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	Le caratteristiche del materiale sono valutate ottime	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	Le caratteristiche della cuffia sono valutate ottime	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	la maneggevolezza ed ergonomia vengono valutate ottime. Il sistema è dotato di barra per facilitare il posizionamento e il fissaggio	1,00	10,00
atraumicità	10	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	10,00
facilità di inserimento	20	La Commissione valuta ottima la facilità di inserimento grazie ad una perfetta rigidità	1,00	20,00
	70	TOTALE		70,00

Lotto 4		SOCIETA'		
		MEDICAL LUME		
CRITERIO CV2	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	Le caratteristiche del materiale sono valutate buone	0,75	11,25
caratteristiche della cuffia	15	Le caratteristiche della cuffia sono valutate ottime	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	la maneggevolezza ed ergonomia vengono valutate buone	0,75	7,50
atraumicità	10	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	10,00
facilità di inserimento	20	La Commissione valuta buona la facilità di inserimento	0,75	15,00
	70	TOTALE		58,75

Lotto 5:

Lotto 5		SOCIETA'		
		ALSE MEDICA Srl		
CRITERIO CV2	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta ottime le caratteristiche della cuffia	1,00	15,00

maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta le maneggevolezza ed ergonomia ottime	1,00	10,00
atraumaticità	10	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	10,00
facilità di inserimento	20	La Commissione valuta ottima la facilità di inserimento	1,00	20,00
	70	TOTALE		70,00

Lotto 6:

Lotto 6		SOCIETA'		
		ALEA S.R.L. MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS SIGLABILE ALEA S.R.L.		
CRITERIO CV3	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta ottima le caratteristiche della cuffia	1,00	15,00
presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	5	la Commissione valuta ottima la presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	1,00	5,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	la Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	10,00
atraumaticità	15	la Commissione valuta ottima la atraumaticità	1,00	15,00
facilità di inserimento	10	La Commissione valuta discreta la facilità di inserimento a causa della eccessiva malleabilità del mandrino	0,50	5,00
	70,00	TOTALE		65,00

Lotto 6		SOCIETA'		
		DAHLHAUSEN ITALY		
CRITERIO CV3	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta ottima le caratteristiche della cuffia	1,00	15,00
presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	5	la Commissione valuta ottima la presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	1,00	5,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	la Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	10,00
atraumaticità	15	la Commissione valuta ottima la atraumaticità	1,00	15,00
facilità di inserimento	10	La Commissione valuta discreto la facilità di inserimento, a causa delle eccessive malleabilità del mandrino	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 6		SOCIETA'		
		DIEMME		
CRITERIO CV3	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta ottima le caratteristiche della cuffia	1,00	15,00
presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	5	la Commissione valuta ottima la presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	1,00	5,00

maneggevolezza ed ergonomia	10	la Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	10,00
atraumaticità	15	la Commissione valuta ottima la atraumaticità	1,00	15,00
facilità di inserimento	10	La Commissione valuta ottima la facilità di inserimento	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 6		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL		
CRITERIO CV3	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta ottima le caratteristiche della cuffia	1,00	15,00
presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	5	la Commissione valuta ottima la presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	1,00	5,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	la Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	10,00
atraumaticità	15	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	15,00
facilità di inserimento	10	La Commissione valuta ottima la facilità di inserimento	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 6		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA		
CRITERIO CV3	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta ottima le caratteristiche della cuffia	1,00	15,00
presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	5	la Commissione valuta ottima la presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	1,00	5,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	la Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	10,00
atraumaticità	15	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	15,00
facilità di inserimento	10	La Commissione valuta ottima la facilità di inserimento	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 7:

Lotto 7		SOCIETA'		
		ICU MEDICAL		
CRITERIO CV3	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime. In particolare, il tubo appare perfettamente morbido.	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	Le caratteristiche della cuffia sono valutate ottime. In particolare la cuffia ha una ridotta permeabilità al protossido e un minimo ingombro quando è suffiata	1,00	15,00


presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	5	La Commissione valuta ottima la presenza di indicatori per il controllo della profondità	1,00	5,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia. In particolare, il tubo può essere facilmente tagliato per ridurre lo spazio morto. Il connettore si riposiziona facilmente.	1,00	10,00
atraumicità	15	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	15,00
facilità di inserimento	10	La Commissione valuta la facilità di inserimento ottima	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 7		SOCIETA'		
		DIEMME		
CRITERIO CV3	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime. In particolare, il tubo appare perfettamente morbido.	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	Le caratteristiche della cuffia sono valutate discrete. Non è specificata la permeabilità al protossido.	0,50	7,50
presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	5	La Commissione valuta ottima la presenza di indicatori per il controllo della profondità	1,00	5,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia. In particolare, il tubo è dotato di occhio di Murphy	1,00	10,00
atraumicità	15	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	15,00
facilità di inserimento	10	La Commissione valuta la facilità di inserimento ottima	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		62,50

La Commissione di gara sospende i lavori alle ore 13:00.

Il Presidente dispone la prosecuzione dei lavori in seduta riservata ad altra data.

PRESIDENTE Dott.ssa Federica Albo



COMPONENTE Dott. Alessandro Polletta



COMPONENTE Dott. Marco Tomei



OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi della fornitura suddivisa in 210 Lotti, di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e per la terapia antalgica per le esigenze dell'Asl Roma 1. GARA ANAC n. 8964034

VERBALE ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA E CAMPIONATURA

Premesso che in data 09/06/2023, la Commissione ha proceduto in seduta pubblica virtuale all'apertura delle offerte tecniche.

In data 19/6/2023, alle ore 9:00, la Commissione di gara, riunita, nel plenum della sua composizione, come in atti, presso il Padiglione 28 del Complesso Santa Maria della Pietà della Asl Roma 1, prosegue i lavori in seduta riservata.

La Commissione procede dapprima, alla verifica dei requisiti minimi dei prodotti offerti, secondo quanto richiesto nei documenti di gara e, laddove conformi ai criteri minimi, procede al vaglio di conformità, per i lotti da aggiudicarsi al prezzo più basso e all'esame e della documentazione tecnica e della campionatura, laddove presente o da richiedere, per i lotti la cui aggiudicazione è secondo il miglior rapporto qualità prezzo, ai fini dell'assegnazione dei punteggi di qualità, secondo quanto stabilito agli artt. 22 e ss. Del Disciplinare di gara.

La Commissione procede ad assegnare i punteggi di qualità secondo gli elementi riportati nell'allegato 6 al Disciplinare di gara, rubricato "criteri valutativi".

Si precisa che la Commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche degli operatori economici in riferimento ai lotti esclusi poiché non considerati conformi alle caratteristiche tecniche minime.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si riportano di seguito, lotto per lotto, le valutazioni come da schemi che seguono:

lotto 8

Lotto 8		SOCIETA'		
		ICU MEDICAL		
CRITERIO CV3	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime	1,00	15,00
presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	5	La Commissione valuta ottima la presenza di indicatori per il controllo della profondità	1,00	5,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia discreta. Il diametro esterno risulta eccessivamente grande tale da rendere non immediato l'inserimento	0,50	5,00
atraumicità	15	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	15,00
facilità di inserimento	10	La Commissione valuta la facilità di inserimento ottima	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		65,00

Lotto 8		SOCIETA'		
		DIEMME		
CRITERIO CV3	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale discrete: in particolare il materiale risulta eccessivamente rigido.	0,50	7,50
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime	1,00	15,00
presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	5	La Commissione valuta ottima la presenza di indicatori per il controllo della profondità	1,00	5,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime	1,00	10,00
atraumaticità	15	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	15,00
facilità di inserimento	10	La Commissione valuta la facilità di inserimento ottima	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		62,50

Lotto 8		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA		
CRITERIO CV3	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime	1,00	15,00
presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	5	La Commissione valuta ottima la presenza di indicatori per il controllo della profondità	1,00	5,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime	1,00	10,00
atraumaticità	15	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	15,00
facilità di inserimento	10	La Commissione valuta la facilità di inserimento ottima	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 8		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL		
CRITERIO CV3	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime	1,00	15,00
presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	5	La Commissione valuta ottima la presenza di indicatori per il controllo della profondità	1,00	5,00




maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime	1,00	10,00
atraumaticità	15	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	15,00
facilità di inserimento	10	La Commissione valuta la facilità di inserimento ottima	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 9

Lotto 9		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA		
CRITERIO CV3	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime.	1,00	15,00
presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	5	La Commissione valuta la presenza e le caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità ottime	1,00	5,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime.	1,00	10,00
atraumaticità	15	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	15,00
facilità di inserimento	10	La Commissione valuta la facilità di inserimento ottima.	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 10

Lotto 10		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA		
CRITERIO CV3	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime.	1,00	15,00
presenza e caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità	5	La Commissione valuta la presenza e le caratteristiche di indicatori numerici per controllo della profondità ottime	1,00	5,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime.	1,00	10,00
atraumaticità	15	La Commissione valuta le caratteristiche del dispositivo in termini di atraumaticità ottime	1,00	15,00
facilità di inserimento	10	La Commissione valuta la facilità di inserimento ottima.	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 11

La Commissione rinvia la valutazione di conformità delle offerte pervenute per il Lotto 11 in quanto si ritiene necessario richiedere agli Operatori partecipanti l'invio di campionatura. Il Presidente dispone che venga eseguita la richiesta dei campioni tramite piattaforma di gara STELLA.

Lotto 12

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 12, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L;
- MEDTRONIC ITALIA SPA;
- TELEFLEX MEDICAL SRL.

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 13

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dalla COOK MEDICAL, partecipante al Lotto 13, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 14

Lotto 14		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL Srl		
CRITERIO CV4	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	10	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	10,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime.	1,00	15,00
caratteristiche delle estremità	15	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità ottime.	1,00	15,00
facilità di raccordo tra cannula e controcannula	15	La Commissione valuta la facilità di raccordo tra cannula e controcannula ottima	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia discreta	0,50	7,50
	70,00	TOTALE		62,50

Lotto 15

Lotto 15		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL		
CRITERIO CV5	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	20	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime.	1,00	20,00
caratteristiche delle estremità	20	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità ottime.	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia discreta	0,50	7,50
	70,00	TOTALE		62,50

Lotto 15		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA		
CRITERIO CV5	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	20	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime.	1,00	20,00
caratteristiche delle estremità	20	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità ottime.	1,00	20,00

maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime. In particolare, il diametro esterno della cannula risulta particolarmente ridotto a parità di diametro interno, permettendo una maggiore maneggevolezza	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 15		SOCIETA'		
		ICU MEDICAL		
CRITERIO CV5	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	20	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime.	1,00	20,00
caratteristiche delle estremità	20	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità ottime.	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia discrete	0,50	7,50
	70,00	TOTALE		62,50

Lotto 16

Lotto 16		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA Spa		
CRITERIO CV5	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	20	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime.	1,00	20,00
caratteristiche delle estremità	20	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità ottime.	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 17

Lotto 17		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA Spa		
CRITERIO CV5	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	15,00
caratteristiche della cuffia	20	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime.	1,00	20,00
caratteristiche delle estremità	20	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità ottime.	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00




Lotto 18

Lotto 18		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA Spa		
CRITERIO CV4	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	10	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	10,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime.	1,00	15,00
caratteristiche delle estremità	15	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità ottime.	1,00	15,00
facilità di raccordo tra cannula e controcanula	15	La Commissione valuta facilità di raccordo tra cannula e controcanula ottima	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 19

Lotto 19		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA Spa		
CRITERIO CV4	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	10	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	10,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime.	1,00	15,00
caratteristiche delle estremità	15	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità ottime.	1,00	15,00
facilità di raccordo tra cannula e controcanula	15	La Commissione valuta facilità di raccordo tra cannula e controcanula ottima	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 20

Lotto 20		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA Spa		
CRITERIO CV4	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	10	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	10,00
caratteristiche della cuffia	15	La Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime.	1,00	15,00
caratteristiche delle estremità	15	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità ottime.	1,00	15,00
facilità di raccordo tra cannula e controcanula	15	La Commissione valuta facilità di raccordo tra cannula e controcanula ottima	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 21

Il dispositivo offerto dall'operatore HEALTH DEFENCE Srl è risultato privo di un requisito minimo di carattere tecnico - funzionale tale da non renderlo idoneo all'uso cui è destinato, in quanto la

cannula offerta è in PVC, anziché in silicone, come richiesto espressamente negli atti di gara, pertanto la Commissione dispone l'esclusione del suddetto operatore per il Lotto 21.

Lotto 21		SOCIETA'		
		ICU MEDICAL EUROPE		
CRITERIO CV4	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	10	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	10,00
caratteristiche della cuffia	15	la Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime, In particolare valuta positivamente la circostanza per cui non appare differenza alcuna tra il diametro esterno della cannula con la cuffia a riposo ed il diametro esterno effettivo della cannula e ciò consente un inserimento agevole anche attraverso stomi difficili, evitando il rischio resistenze e/o rotture della cuffia medesima.	1,00	15,00
caratteristiche delle estremità	15	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità ottime.	1,00	15,00
facilità di raccordo tra cannula e controcanula	15	La Commissione valuta facilità di raccordo tra cannula e controcanula ottima	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 23

Lotto 23		SOCIETA'		
		ICU MEDICAL EUROPE		
CRITERIO CV4	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	10	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime.	1,00	10,00
caratteristiche della cuffia	15	la Commissione valuta le caratteristiche della cuffia ottime.	1,00	15,00
caratteristiche delle estremità	15	La Commissione valuta le caratteristiche delle estremità ottime.	1,00	15,00
facilità di raccordo tra cannula e controcanula	15	La Commissione valuta facilità di raccordo tra cannula e controcanula ottima	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia discrete. Il diametro esterno non è particolarmente ridotto.	0,50	7,50
	70,00	TOTALE		62,50

Lotto 24

Lotto 24		SOCIETA'		
		ICU MEDICAL EUROPE		
CRITERIO CV6	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime	1,00	15,00
caratteristiche costruttive del dispositivo	25	La Commissione valuta le caratteristiche costruttive buone	0,75	18,75
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia buone.	0,75	11,25
caratteristiche del raccordo	15	La Commissione valuta le caratteristiche del raccordo ottime	1,00	15,00

	70,00	TOTALE		60,00
--	-------	--------	--	-------

Lotto 24		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA		
CRITERIO CV6	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime	1,00	15,00
caratteristiche costruttive del dispositivo	25	La Commissione valuta le caratteristiche costruttive ottime per la funzionalità della valvola	1,00	25,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime. Il raccordo con l'ossigeno è integrato nella valvola	1,00	15,00
caratteristiche del raccordo	15	La Commissione valuta le caratteristiche del raccordo ottime	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 24		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL		
CRITERIO CV6	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime	1,00	15,00
caratteristiche costruttive del dispositivo	25	La Commissione valuta le caratteristiche costruttive buone	0,75	18,75
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia buone	0,75	11,25
caratteristiche del raccordo	15	La Commissione valuta le caratteristiche del raccordo ottime	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		60,00

Lotto 25

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 25, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- MEHOS Srl;
- ALEA S.R.L.;
- MEDIVAL Srl;
- DIEMME;
- MEDTRONIC ITALIA

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 26

Lotto 26		SOCIETA'		
		MEHOS Srl		
CRITERIO CV7	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime	1,00	15,00
caratteristiche costruttive del dispositivo	20	La Commissione valuta le caratteristiche costruttive del dispositivo ottime	1,00	20,00

maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia del dispositivo ottime	1,00	15,00
sistemi di controllo	20	La Commissione valuta sistemi di controllo del dispositivo ottime	1,00	20,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 27

Lotto 27		SOCIETA'		
		ICU MEDICAL		
CRITERIO CV8	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime	1,00	15,00
caratteristiche del sistema di dilatazione	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche sistema di dilatazione	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia del dispositivo ottime. Il profilo della cannula tracheostomica risulta privo di scalini con una ottimale ergonomia	1,00	20,00
completezza degli accessori inseriti nella confezione	15	La Commissione valuta ottima la completezza del kit evidenziando la presenza del gel e del kit di pulizia	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 27		SOCIETA'		
		HEALTH DEFENCE		
CRITERIO CV8	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale buone. Il filo guida risulta particolarmente sottile.	0,75	11,25
caratteristiche del sistema di dilatazione	20	La Commissione valuta discrete le caratteristiche del sistema di dilatazione. Si evidenzia che il dilatatore offerto risulta particolarmente rigido rendendo difficile l'inserimento per mancanza di deformabilità.	0,50	10,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia discrete, con particolare riferimento alle caratteristiche tecnico costruttive della cannula.	0,50	10,00
completezza degli accessori inseriti nella confezione	15	La Commissione valuta buona la completezza degli accessori inseriti nel kit buona	0,75	11,25
	70,00	TOTALE		42,50

Lotto 28

Lotto 28		SOCIETA'		
		HEALTH DEFENCE		
CRITERIO CV8	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale buone	0,75	11,25

caratteristiche del sistema di dilatazione	20	La Commissione valuta le caratteristiche del sistema di dilatazione buone. Il primo dilatatore risulta corto e rigido	0,75	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia discreta. Il kit senza cannula consente l'utilizzo esclusivo di cannule con introduttore forato	0,50	10,00
completezza degli accessori inseriti nella confezione	15	La Commissione valuta buona la completezza degli accessori inseriti nella confezione	0,75	11,25
	70,00	TOTALE		47,50

Lotto 28		SOCIETA'		
		COOK ITALIA Srl		
CRITERIO CV8	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale ottime. Il sistema di dilatazione presenta un rivestimento idrofilo e con scanalature che ne facilita l'introduzione. Il filo guida risulta particolarmente robusto e meno soggetto a kinking	1,00	15,00
caratteristiche del sistema di dilatazione	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del sistema di dilatazione	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime. Il kit consente un ottimo adattamento a cannule tracheostomiche di diverse grandezze e di diversi produttori	1,00	20,00
completezza degli accessori inseriti nella confezione	15	La Commissione valuta ottima la completezza degli accessori inseriti nella confezione. Il kit risulta completo per la presenza della pinza dilatrice e del lubrificante	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00


Lotto 29

Lotto 29		SOCIETA'		
		COOK ITALIA Srl		
CRITERIO CV8	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	15,00
caratteristiche del sistema di dilatazione	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del sistema di dilatazione	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime.	1,00	20,00
completezza degli accessori inseriti nella confezione	15	La Commissione valuta ottima la completezza degli accessori inseriti nella confezione	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00


La Commissione di gara sospende i lavori alle ore 13:00.

Il Presidente dispone la prosecuzione dei lavori in seduta riservata da rinviare ad altra data.


PRESIDENTE Dott.ssa Federica Albo



COMPONENTE Dott. Alessandro Polletta



COMPONENTE Dott. Marco Tomei



OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi della fornitura suddivisa in 210 Lotti, di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e per la terapia antalgica per le esigenze dell'Asl Roma 1. GARA ANAC n. 8964034

VERBALE ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA E CAMPIONATURA

Premesso che in data 09/06/2023, la Commissione ha proceduto in seduta pubblica virtuale all'apertura delle offerte tecniche.

In data 28/6/2023, alle ore 9:00, la Commissione di gara, riunita, nel plenum della sua composizione, come in atti, presso il Padiglione 28 del Complesso Santa Maria della Pietà della Asl Roma 1, prosegue i lavori in seduta riservata.

La Commissione procede dapprima, alla verifica dei requisiti minimi dei prodotti offerti, secondo quanto richiesto nei documenti di gara e, laddove conformi ai criteri minimi, procede al vaglio di conformità, per i lotti da aggiudicarsi al prezzo più basso e all'esame e della documentazione tecnica e della campionatura, laddove presente o da richiedere, per i lotti la cui aggiudicazione è secondo il miglior rapporto qualità prezzo, ai fini dell'assegnazione dei punteggi di qualità, secondo quanto stabilito agli artt. 22 e ss. Del Disciplinare di gara.

La Commissione procede ad assegnare i punteggi di qualità secondo gli elementi riportati nell'allegato 6 al Disciplinare di gara, rubricato "criteri valutativi".

Si precisa che la Commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche degli operatori economici in riferimento ai lotti esclusi poiché non considerati conformi alle caratteristiche tecniche minime.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si riportano di seguito, lotto per lotto, le valutazioni come da schemi che seguono:

lotto 30

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 30, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- MEHOS Srl;
- COOK ITALIA;

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 31

Lotto 31		SOCIETA'		
		MEHOS Srl		
CRITERIO CV9	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	20,00
caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aeree	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aeree	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta buona la maneggevolezza ed ergonomia.	0,75	15,00
Atraumaticità	10	La Commissione valuta buono il prodotto offerto con riferimento all'atraumaticità. La punta risulta adeguatamente morbida.	0,75	7,50
	70,00	TOTALE		62,50

Lotto 31		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL		
CRITERIO CV9	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	20,00
caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aeree	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aeree	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta discreta maneggevolezza ed ergonomia. Il sistema di connessione non risulta particolarmente pratico nell'utilizzo.	0,50	10,00
Atraumaticità	10	La Commissione valuta sufficiente il prodotto offerto con riferimento all'atraumaticità. La punta risulta sufficientemente morbida.	0,25	2,50
	70,00	TOTALE		52,50

Lotto 31		SOCIETA'		
		COOK ITALIA		
CRITERIO CV9	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	20,00
caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aeree	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aeree	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia. L'adattatore a sgancio rapido per pallone rende il prodotto particolarmente maneggevole. Ottima la disponibilità di lunghezza 100 cm	1,00	20,00
Atraumaticità	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto con riferimento all'atraumaticità. La punta risulta particolarmente morbida.	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 32

Lotto 32		SOCIETA'		
		BENEFIS Srl		
CRITERIO CV9	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	20,00
caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aeree	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aeree	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20,00
Atraumaticità	10	La Commissione valuta buono il prodotto offerto con riferimento all'atraumaticità. La punta del mandrino presenta buona atraumaticità	0,75	7,50
	70,00	TOTALE		67,50

Lotto 32		SOCIETA'		
		DAHLHAUSEN ITALY		
CRITERIO CV9	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	20,00
caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20,00
Atraumaticità	10	La Commissione valuta buono il prodotto offerto con riferimento all'atraumaticità. La punta del mandrino presenta buona atraumaticità	0,75	7,50
	70,00	TOTALE		67,50

Lotto 32		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL		
CRITERIO CV9	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	20,00
caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20,00
Atraumaticità	10	La Commissione valuta buono il prodotto offerto con riferimento all'atraumaticità. La punta del mandrino presenta buona atraumaticità	0.75	7,50
	70,00	TOTALE		67,50

Lotto 32		SOCIETA'		
		DIEMME		
CRITERIO CV9	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	20,00
caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20,00
Atraumaticità	10	La Commissione valuta discreto il prodotto offerto con riferimento all'atraumaticità. La punta del mandrino presenta discreta atraumaticità	0,50	5,00
	70,00	TOTALE		65,00

Lotto 32		SOCIETA'		
		MEDICAL LUME		
CRITERIO CV9	Wi	motivazione	C	P

caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	20,00
caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20,00
Atraumaticità	10	La Commissione valuta discreto il prodotto offerto con riferimento all'atraumaticità. La punta del mandrino presenta discreta atraumaticità	0,50	5,00
	70,00	TOTALE		65,00

Lotto 32		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA		
CRITERIO CV9	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	20,00
caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20,00
Atraumaticità	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto con riferimento all'atraumaticità. La punta del mandrino risulta particolarmente atraumatica.	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 34

Lotto 34		SOCIETA'		
		MEHOS Srl		
CRITERIO CV9	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale.	1,00	20,00
caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree.	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta discreta la maneggevolezza ed ergonomia. La punta eccessivamente morbida rende poco maneggevole il prodotto.	0,50	10,00
Atraumaticità	10	Il prodotto, nonostante la punta morbida, risulta traumatico in quanto non presentando mandrino ha una maggiore rigidità. La Commissione valuta buono il prodotto con riferimento al presente criterio.	0,75	7,50
	70,00	TOTALE		57,50

Lotto 34		SOCIETA'		
		VYGON ITALIA Srl		
CRITERIO CV9	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta sufficienti le caratteristiche del materiale. Il materiale risulta eccessivamente flessibile e non preformabile rendendo l'utilizzo difficile	0,25	5,00
caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta buone la maneggevolezza ed ergonomia.	0,75	15,00
Atraumaticità	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto con riferimento all'atraumaticità.	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		50,00

Lotto 34		SOCIETA'		
		COOK ITALIA Srl		
CRITERIO CV9	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	20,00
caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta la maneggevolezza ed ergonomia ottime. Il sistema presenta raccordo adattatore per pallone. Il prodotto offerto è dotato di mandrino	1,00	20,00
Atraumaticità	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto con riferimento all'atraumaticità.	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 35

Lotto 35		SOCIETA'		
		COOK ITALIA Srl		
CRITERIO CV9	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	20,00
caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	20,00
Atraumaticità	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto con riferimento all'atraumaticità.	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 36

Lotto 36		SOCIETA'		
		COOK ITALIA Srl		
CRITERIO CV9	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	20,00
caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche per la protezione delle vie aree	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	20,00
Atraumaticità	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto con riferimento all'atraumaticità.	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 37

Lotto 37		SOCIETA'		
		FLEXICARE S.R.L.		
CRITERIO CV10	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	20	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale	1,00	20,00
caratteristiche tecniche	25	La Commissione valuta ottima le caratteristiche tecniche	1,00	25,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta ottima maneggevolezza ed ergonomia	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00


Lotto 38

Esaminata la documentazione tecnica prodotta in gara dagli operatori partecipanti al presente Lotto, dato atto che i prodotti offerti da tutte le Società hanno superato il vaglio circa la presenza delle caratteristiche tecniche minime, tuttavia, ai fini dell'assegnazione dei punteggi premianti, la Commissione ritiene necessario richiedere chiarimenti circa la qualità del materiale, pertanto, la valutazione del presente lotto è rinviata all'esito dei riscontri pervenuti. Il Presidente dispone l'invio dei chiarimenti tramite piattaforma telematica di gara.


La Commissione di gara sospende i lavori alle ore 13:00.

Il Presidente dispone la prosecuzione dei lavori in seduta riservata da rinviare ad altra data.

PRESIDENTE Dott.ssa Federica Albo



COMPONENTE Dott. Alessandro Polletta



COMPONENTE Dott. Marco Tomei



OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi della fornitura suddivisa in 210 Lotti, di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e per la terapia antalgica per le esigenze dell'Asl Roma 1. GARA ANAC n. 8964034

VERBALE ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA E CAMPIONATURA

Premesso che in data 09/06/2023, la Commissione ha proceduto in seduta pubblica virtuale all'apertura delle offerte tecniche.

In data 13/9/2023, alle ore 9:00, la Commissione di gara, riunita, nel plenum della sua composizione, come in atti, presso il Padiglione 28 del Complesso Santa Maria della Pietà della Asl Roma 1, prosegue i lavori in seduta riservata.

La Commissione procede dapprima, alla verifica dei requisiti minimi dei prodotti offerti, secondo quanto richiesto nei documenti di gara e, laddove conformi ai criteri minimi, procede al vaglio di conformità, per i lotti da aggiudicarsi al prezzo più basso e all'esame e della documentazione tecnica e della campionatura, laddove presente o da richiedere, per i lotti la cui aggiudicazione è secondo il miglior rapporto qualità prezzo, ai fini dell'assegnazione dei punteggi di qualità, secondo quanto stabilito agli artt. 22 e ss. Del Disciplinare di gara.

La Commissione procede ad assegnare i punteggi di qualità secondo gli elementi riportati nell'allegato 6 al Disciplinare di gara, rubricato "criteri valutativi".

Si precisa che la Commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche degli operatori economici in riferimento ai lotti esclusi poiché non considerati conformi alle caratteristiche tecniche minime.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si riportano di seguito, lotto per lotto, le valutazioni come da schemi che seguono:

Lotto 30

La Commissione prende atto che la COOK MEDICAL Srl ha fatto pervenire in data 07/08/2023 nota, conservata agli atti, con la quale manifesta formale rinuncia di partecipazione al presente lotto, per cessata produzione dei dispositivi in questione, pertanto, unico partecipante al predetto lotto, già valutato nella seduta del 28/6/2023, rimane la MEHOS Srl;

Lotto 39

Lotto 39		SOCIETA'		
		MEHOS Srl		
CRITERIO CV10	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	20	La Commissione valuta discreta la qualità del materiale.	0,50	10,00
caratteristiche tecniche	25	La Commissione valuta discrete le caratteristiche tecniche. La indeformabilità del circuito risulta discreta	0,50	12,50
tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta ottima maneggevolezza ed ergonomia	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		47,50

Lotto 39		SOCIETA'		
		FLEXICARE S.R.L.		
CRITERIO CV10	Wi	motivazione	C	P

qualità del materiale	20	La Commissione valuta buona la qualità del materiale. La trasparenza del circuito risulta buona	0,75	15,00
caratteristiche tecniche	25	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche.	1,00	25,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		65,00

Lotto 39		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL		
CRITERIO CV10	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	20	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	20,00
caratteristiche tecniche	25	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche.	1,00	25,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 39		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA		
CRITERIO CV10	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	20	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	20,00
caratteristiche tecniche	25	La Commissione valuta ottime le caratteristiche tecniche.	1,00	25,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 40

Lotto 40		SOCIETA'		
		ALSE MEDICA		
CRITERIO CV10	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	20	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	20,00
caratteristiche tecniche	25	La Commissione valuta ottima le caratteristiche tecniche.	1,00	25,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta ottima maneggevolezza ed ergonomia	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 41

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 41, da aggiudicarsi al prezzo più basso, al fine di valutare la conformità e l'idoneità all'uso egli stessi.

richiede di visionare campionatura, pertanto, la valutazione del presente lotto è rinviata all'esito dell'esame della campionatura pervenuta.

Lotto 42

Lotto 42		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL		
CRITERIO CV11	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	15,00
caratteristiche costruttive del dispositivo	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche costruttive del dispositivo	1,00	20,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 42		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA		
CRITERIO CV11	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	15,00
caratteristiche costruttive del dispositivo	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche costruttive del dispositivo	1,00	20,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 43

L'offerta dell'operatore MEDICAL LUME Srl è risultata priva di un requisito minimo di carattere tecnico funzionale tale da non renderla idoneo all'uso cui è destinato, in quanto il catetere non è girevole, come invece richiesto espressamente negli atti di gara, pertanto la Commissione dispone l'esclusione del suddetto operatore per il Lotto 43.

Lotto 43		SOCIETA'		
		MEHOS Srl		
CRITERIO CV11	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	15	La Commissione valuta buona la qualità del materiale	0,75	11,25
caratteristiche costruttive del dispositivo	20	La Commissione valuta discrete le caratteristiche costruttive del dispositivo. La indeformabilità del corrugato risulta discreta.	0,50	10,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		56,25

Lotto 43		SOCIETA'		
		FLEXICARE Srl		
CRITERIO CV11	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>

qualità del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	15,00
caratteristiche costruttive del dispositivo	20	La Commissione valuta discreta le caratteristiche costruttive del dispositivo. La indeformabilità del corrugato risulta discreta.	0,50	10,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La Commissione valuta buona la tenuta e sicurezza delle connessioni La valvola per l'inserimento dei broncoscopi risulta rigida rendendo l'inserimento e la tenuta non immediato	0,75	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		55,00

Lotto 43		SOCIETA'		
		MEDTRONIC ITALIA		
CRITERIO CV11	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	15,00
caratteristiche costruttive del dispositivo	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche costruttive del dispositivo	1,00	20,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 43		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL		
CRITERIO CV11	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	15,00
caratteristiche costruttive del dispositivo	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche costruttive del dispositivo	1,00	20,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 43		SOCIETA'		
		ALSE MEDICA		
CRITERIO CV11	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	15,00

caratteristiche costruttive del dispositivo	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche costruttive del dispositivo	1,00	20,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottima la maneggevolezza ed ergonomia	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 44

L'offerta dell'operatore MEDTRONIC ITALIA Spa è risultata priva di un requisito minimo di carattere tecnico – funzionale tale da non renderlo idoneo all'uso cui è destinato, in quanto il dispositivo medico non è dotato di tappo di gomma con valvola per consentire broncoscopie, come invece espressamente richiesto negli atti di gara, pertanto la Commissione dispone l'esclusione del suddetto operatore per il Lotto 44.

Lotto 45

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dall' operatore partecipante al Lotto 45, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalla VYGON ITALIA conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 48

Lotto 48		SOCIETA'		
		DIMAR S.P.A.		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale. La superficie della maschera a contatto con il paziente risulta particolarmente morbida.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio. Il fissaggio con velcro risulta efficace anche in seguito a numerosi utilizzi	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità. La maschera offerta permette l'adattamento anche su visi con differenti conformazioni	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 48		SOCIETA'		
		ALSE MEDICA		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale. La superficie della maschera a contatto con il paziente risulta particolarmente morbida.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta buona la tipologia di aggancio.	0,75	15,00
conformabilità	20	La Commissione valuta buona la conformabilità	0,75	15,00

caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		60,00

Lotto 49

Lotto 49		SOCIETA'		
		DIMAR S.P.A.		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 50

Lotto 50		SOCIETA'		
		DIMAR S.P.A.		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio. Il fissaggio con velcro risulta ottimamente efficace anche in seguito a numerosi utilizzi	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 50		SOCIETA'		
		DAVI MEDICA SRL		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta discreta la tipologia di aggancio. La maschera offerta non presenta attacco frontale	0,50	10,00

conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta buone la tipologia e qualità delle connessioni. Il sondino può essere utilizzato mediante un cuscinetto sigillante esterno	0,75	7,50
	70,00	TOTALE		57,50

Lotto 50		SOCIETA'		
		ALSE MEDICA		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta buona la tipologia di aggancio.	0,75	15,00
conformabilità	20	La Commissione valuta buona la conformabilità	0,75	15,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		60,00

Lotto 50		SOCIETA'		
		HAROL SRL		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta buona la qualità del materiale. Il cuscino di silicone a contatto con il viso presenta una buona morbidezza	0,75	7,50
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta discreta la tipologia di aggancio. Non presenta attacco frontale	0,50	10,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta insufficienti la tipologia e qualità delle connessioni, l'ampiezza del foro risultano non è compatibile con il passaggio sondino	0,00	0,00
	70,00	TOTALE		47,50

Lotto 51

Lotto 51		SOCIETA'		
		AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS Srl		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta buona la qualità del materiale.	0,75	7,50

tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta discreta la conformabilità, con particolare riferimento al sistema di regolazione frontale.	0,50	10,00
caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta discreta per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance La maschera presenta discreto appoggio frontale determinando una discreta compliance del paziente	0,50	5,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		52,50

Lotto 51		SOCIETA'		
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta discreta la tipologia di aggancio. La maschera è fornita di aggancio/sgancio rapido solo su un lato	0,50	10,00
conformabilità	20	La Commissione valuta sufficiente la conformabilità, la maschera offerta non è fornita di sistema di regolazione frontale	0,25	5,00
caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta sufficiente per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance. La maschera non presenta adeguato appoggio frontale determinando maggiore possibilità di traumatismo per i pazienti	0,25	2,50
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta buona la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		37,50

Lotto 51		SOCIETA'		
		DAVI MEDICA SRL		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità, con particolare riferimento al sistema di regolazione frontale offerto	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00

tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 51		SOCIETA'		
		VYAIR SRL		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta discreta la qualità del materiale.	0,50	5,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta sufficiente la conformabilità. Il sistema di regolazione frontale ai fini dell'utilizzo non risulta particolarmente adeguato	0,25	5,00
maneggevolezza ed ergonomicità	10	La Commissione valuta l'offerta discreta per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance. La maschera non presenta adeguato appoggio frontale determinando maggiore possibilità di traumatismo per i pazienti	0,50	5,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		45,00

La Commissione di gara sospende i lavori alle ore 13:00.

Il Presidente dispone la prosecuzione dei lavori in seduta riservata da rinviare ad altra data.

PRESIDENTE Dott.ssa Federica Albo



COMPONENTE Dott. Alessandro Polletta



COMPONENTE Dott. Marco Tomei



OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi della fornitura suddivisa in 210 Lotti, di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e per la terapia antalgica per le esigenze dell'Asl Roma 1. GARA ANAC n. 8964034

VERBALE ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA E CAMPIONATURA

Premesso che in data 09/06/2023, la Commissione ha proceduto in seduta pubblica virtuale all'apertura delle offerte tecniche.

In data 20/9/2023, alle ore 9:00, la Commissione di gara, riunita, nel plenum della sua composizione, come in atti, presso il Padiglione 28 del Complesso Santa Maria della Pietà della Asl Roma 1, prosegue i lavori in seduta riservata.

La Commissione procede dapprima, alla verifica dei requisiti minimi dei prodotti offerti, secondo quanto richiesto nei documenti di gara e, laddove conformi ai criteri minimi, procede al vaglio di conformità, per i lotti da aggiudicarsi al prezzo più basso e all'esame e della documentazione tecnica e della campionatura, laddove presente o da richiedere, per i lotti la cui aggiudicazione è secondo il miglior rapporto qualità prezzo, ai fini dell'assegnazione dei punteggi di qualità, secondo quanto stabilito agli artt. 22 e ss. Del Disciplinare di gara.

La Commissione procede ad assegnare i punteggi di qualità secondo gli elementi riportati nell'allegato 6 al Disciplinare di gara, rubricato "criteri valutativi".

Si precisa che la Commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche degli operatori economici in riferimento ai lotti esclusi poiché non considerati conformi alle caratteristiche tecniche minime.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si riportano di seguito, lotto per lotto, le valutazioni come da schemi che seguono:

Lotto 52

Lotto 52		SOCIETA'		
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 53

Lotto 53		SOCIETA'		
		DAVI MEDICA SRL		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00

conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 54

L'offerta dell'operatore DAVI MEDICA Srl è risultata priva di un requisito minimo di carattere tecnico – funzionale tale da non renderlo idoneo all'uso cui è destinato, in quanto il dispositivo medico presentato non è dotato di porta per monitoraggio pressione e porta per monitoraggio CO2, come invece richiesto espressamente negli atti di gara, pertanto, la Commissione dispone l'esclusione del suddetto operatore per il Lotto 54.

Lotto 54		SOCIETA'		
		AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS Srl		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta buona la qualità del materiale.	0,75	7,50
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta discreta la conformabilità, con particolare riferimento al sistema di regolazione frontale.	0,50	10,00
caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta discreta la tipologia e qualità delle connessioni. La maschera offerta presenta una sola porta per il monitoraggio	0,50	5,00
	70,00	TOTALE		52,50

Lotto 54		SOCIETA'		
		ALSE MEDICA		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta discreta la conformabilità, con particolare riferimento al sistema di regolazione frontale.	0,50	10,00
caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		60,00

Lotto 54		SOCIETA'		
		Medical Lume		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>

qualità del materiale	10	La Commissione valuta sufficiente la qualità del materiale. Il cuscinetto di silicone risulta particolarmente sottile.	0,25	2,50
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta sufficiente la conformabilità. Il sistema non presenta regolazione frontale.	0,25	5,00
caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta discreta la tipologia e qualità delle connessioni. La maschera offerta presenta una sola porta per il monitoraggio	0,50	5,00
	70,00	TOTALE		42,50

Lotto 55

La Commissione, esaminata la documentazione tecnica ed i campioni di gara, ai fini dell'assegnazione dei punteggi premianti ritiene necessario richiedere una integrazione di campionatura, pertanto, rinvia la valutazione del presente lotto all'esito dell'esame dell'ulteriore campionatura presentata.

Lotto 56

Lotto 56		SOCIETA'		
		DIMAR S.P.A.		
CRITERIO CV13	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	15	La Commissione valuta discreta la tipologia di aggancio.	0,50	7,50
accessibilità	15	La Commissione valuta ottima l'accessibilità	1,00	15,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
	70,00	TOTALE		62,50

Lotto 56		SOCIETA'		
		ALSE MEDICA		
CRITERIO CV13	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	15	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio. Il casco presenta un sistema di fissaggio e gonfiaggio ciambella ottimamente agevole	1,00	15,00
accessibilità	15	La Commissione valuta ottima l'accessibilità	1,00	15,00

caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 56		SOCIETA'		
		HAROL SRL		
CRITERIO CV13	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	15	La Commissione valuta discreta la tipologia di aggancio.	0,50	7,50
accessibilità	15	La Commissione valuta ottima l'accessibilità	1,00	15,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
	70,00	TOTALE		62,50

Lotto 57

Lotto 57		SOCIETA'		
		DIMAR S.P.A.		
CRITERIO CV13	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	15	La Commissione valuta discreta la tipologia di aggancio.	0,50	7,50
accessibilità	15	La Commissione valuta ottima l'accessibilità	1,00	15,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
	70,00	TOTALE		62,50

Lotto 57		SOCIETA'		
		ALSE MEDICA		
CRITERIO CV13	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	15	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio. Il casco presenta un sistema di fissaggio e gonfiaggio ciambella ottimamente agevole	1,00	15,00
accessibilità	15	La Commissione valuta ottima l'accessibilità	1,00	15,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00

tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 57		SOCIETA'		
		HAROL SRL		
CRITERIO CV13	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	15	La Commissione valuta discreta la tipologia di aggancio.	0,50	7,50
accessibilità	15	La Commissione valuta ottima l'accessibilità	1,00	15,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
	70,00	TOTALE		62,50

Lotto 58

Lotto 58		SOCIETA'		
		DIMAR Spa		
CRITERIO CV13	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	15	La Commissione valuta buona la tipologia di aggancio. Gli occhielli per le cinghie aggiuntive sulla sommità del casco permettono un buon utilizzo in termini di agevolezza.	0,75	11,25
accessibilità	15	La Commissione valuta ottima l'accessibilità	1,00	15,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La commissione valuta discrete le caratteristiche del dispositivo offerto in termini di compliance.	0,50	5,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
	70,00	TOTALE		61,25

Lotto 58		SOCIETA'		
		ALSE MEDICA		
CRITERIO CV13	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	15	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio, gli occhielli per le cinghie aggiuntive presenti sulla sommità del casco consentono un'ottima agevolezza nell'impiego	1,00	15,00
accessibilità	15	La Commissione valuta ottima l'accessibilità	1,00	15,00

caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La commissione valuta discrete ottime le caratteristiche del dispositivo offerto in termini di compliance, il casco è completo di valvola anti-soffocamento che assicura una migliore compliance del paziente	1,00	10,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 58		SOCIETA'		
		HAROL SRL		
CRITERIO CV13	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	15	La Commissione valuta sufficiente la tipologia di aggancio, gli occhielli per le cinghie aggiuntive sono laterali al casco e non permettono un facile utilizzo	0,25	3,75
accessibilità	15	La Commissione valuta ottima l'accessibilità	1,00	15,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La commissione valuta ottime le caratteristiche del dispositivo offerto in termini di compliance, il casco è completo di valvola anti-soffocamento che assicura una migliore compliance del paziente	1,00	10,00
tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
	70,00	TOTALE		58,75

Lotto 59

Lotto 59		SOCIETA'		
		ALSE MEDICA		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta buona la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta buona la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta buona per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta buona la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 60

L'offerta dell'operatore DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L. è risultata priva di un requisito minimo di carattere tecnico – funzionale tale da non rendere il dispositivo idoneo all'uso cui è destinato, in quanto non presenta la possibilità di impostare la FiO2 60%, come invece richiesto espressamente negli atti di gara, pertanto la Commissione dispone l'esclusione del suddetto operatore per il Lotto 60.

Lotto 60		SOCIETA'		
		FIAB Spa		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P

qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 60		SOCIETA'		
		BENEFIS Srl		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 61

Lotto 61		SOCIETA'		
		SERVIMED INDUSTRIAL Spa		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 61		SOCIETA'		
		BENEFIS Srl		
CRITERIO CV12	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00

conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 61		SOCIETA'		
		ICU MEDICAL EUROPE SRL		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 61		SOCIETA'		
		DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 61		SOCIETA'		
		VYAIR SRL		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00

conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 62

Lotto 62		SOCIETA'		
		SERVIMED INDUSTRIAL Spa		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 62		SOCIETA'		
		BENEFIS Srl		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta sufficiente la conformabilità La maschera offerta non presenta un cuscinetto anatomico ma una interfaccia che permette di avere una sufficiente adattabilità al viso del paziente	0,25	5,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		55,00

Lotto 62		SOCIETA'		
		ICU MEDICAL EUROPE SRL		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00

conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 62		SOCIETA'		
		VYAIRESrl		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio.	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termini di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00


La Commissione di gara sospende i lavori alle ore 13:30.

Il Presidente dispone la prosecuzione dei lavori in seduta riservata da rinviare ad altra data.


PRESIDENTE Dott.ssa Federica Albo



COMPONENTE Dott. Alessandro Polletta



COMPONENTE Dott. Marco Tomei



OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi della fornitura suddivisa in 210 Lotti, di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e per la terapia antalgica per le esigenze dell'Asl Roma 1. GARA ANAC n. 8964034

VERBALE ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA E CAMPIONATURA

Premesso che in data 09/06/2023, la Commissione ha proceduto in seduta pubblica virtuale all'apertura delle offerte tecniche.

In data 23/10/2023, alle ore 9:00, la Commissione di gara, riunita, nel plenum della sua composizione, come in atti, presso il Padiglione 28 del Complesso Santa Maria della Pietà della Asl Roma 1, prosegue i lavori in seduta riservata.

La Commissione procede dapprima, alla verifica dei requisiti minimi dei prodotti offerti, secondo quanto richiesto nei documenti di gara e, laddove conformi ai criteri minimi, procede al vaglio di conformità, per i lotti da aggiudicarsi al prezzo più basso e all'esame e della documentazione tecnica e della campionatura, laddove presente o da richiedere, per i lotti la cui aggiudicazione è secondo il miglior rapporto qualità prezzo, ai fini dell'assegnazione dei punteggi di qualità, secondo quanto stabilito agli artt. 22 e ss. Del Disciplinare di gara.

La Commissione procede ad assegnare i punteggi di qualità secondo gli elementi riportati nell'allegato 6 al Disciplinare di gara, rubricato "criteri valutativi".

Si precisa che la Commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche degli operatori economici in riferimento ai lotti esclusi poiché non considerati conformi alle caratteristiche tecniche minime.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si riportano di seguito, lotto per lotto, le valutazioni come da schemi sottostanti.

Lotto 41

La Commissione di gara, per il presente Lotto da aggiudicare al prezzo più basso, premesso che nella seduta del 13/9/2023 ha disposto la richiesta di campionatura, all'esito dell'esame della stessa e della documentazione tecnica presentata dai partecipanti, dispone l'esclusione dell'offerta presentata da Alse Medica in quanto risultata priva di un requisito minimo di carattere tecnico - funzionale tale da non rendere il dispositivo prodotto idoneo all'uso cui è destinato. Il dispositivo offerto da Asl Medica è privo di raccordi che ne permettano l'utilizzo, come espressamente richiesto nei documenti di gara, pertanto, la Commissione dispone l'esclusione del suddetto operatore per il Lotto 41.

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 41 e la campionatura, come richiesta, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- FLEXICARE S.R.L.;
- FISHER & PAYKEL HEALTHCARE;
- VYAIR,

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 55

La Commissione di gara, disposta la richiesta di integrazione di campionatura nella seduta del 20/9/2023, procede all'assegnazione dei punteggi tecnici come da schemi che seguono.

Lotto 55		SOCIETA'		
		DIMAR S.P.A.		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00

tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta discreta la tipologia di aggancio. La maschera presenta 2 attacchi per lato	0,50	10,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottima la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		60,00

Lotto 55		SOCIETA'		
		ALSE MEDICA		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio. La maschera presenta 3 attacchi per lato	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottima la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 55		SOCIETA'		
		HAROL SRL		
CRITERIO CV12	Wi	motivazione	C	P
qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	10,00
tipologia di aggancio	20	La Commissione valuta ottima la tipologia di aggancio. La maschera presenta 3 attacchi per lato	1,00	20,00
conformabilità	20	La Commissione valuta ottima la conformabilità.	1,00	20,00
caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	10	La Commissione valuta l'offerta ottima per le caratteristiche del dispositivo in termine di compliance	1,00	10,00
tipologia e qualità delle connessioni	10	La Commissione valuta ottima la tipologia e qualità delle connessioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 64

La Commissione di gara, disposta la richiesta di campionatura nella seduta del 4/10/2023, all'esito dell'esame della stessa, procede alla valutazione delle offerte pervenute per il presente Lotto da aggiudicarsi al prezzo più basso.

L'offerta presentata da BENEFIS Srl è risultata priva di un requisito minimo di carattere tecnico - funzionale tale da non rendere il dispositivo prodotto idoneo all'uso cui è destinato, in quanto non presenta terminale in spugna, come espressamente richiesto nei documenti di gara, pertanto, la Commissione dispone l'esclusione del suddetto operatore per il Lotto 64.

La Commissione valuta conforme a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara, l'offerta presentata dalla DIEMME.

Lotto 123

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dalla DAVI MEDICA SRL unico partecipante al Lotto 123, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 124

Lotto 124		SOCIETA'		
		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL Spa		
CRITERIO CV25	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	25,00
caratteristiche del tubo di raccordo	20	La Commissione valuta discrete le caratteristiche del tubo di raccordo	0,50	10,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20,00
Gamma delle misure	5	La Commissione valuta buono il prodotto per la gamma di misure offerte	0,75	3,75
	70,00	TOTALE		58,75

Lotto 124		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL SRL		
CRITERIO CV25	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	25,00
caratteristiche del tubo di raccordo	20	La Commissione valuta discrete le caratteristiche del tubo di raccordo	0,50	10,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20,00
Gamma delle misure	5	La Commissione valuta buono il prodotto per la gamma di misure offerte	0,75	3,75
	70,00	TOTALE		58,75

Lotto 124		SOCIETA'		
		DAVI MEDICA SRL		
CRITERIO CV25	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	25,00
caratteristiche del tubo di raccordo	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del tubo di raccordo. Si apprezza particolarmente il tipo di scanalatura spiralata	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20,00

Gamma delle misure	5	La Commissione valuta ottimo il prodotto per la gamma di misure offerte	1,00	5,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 125

Lotto 125		SOCIETA'		
		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL Spa		
CRITERIO CV25	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	25,00
caratteristiche del tubo di raccordo	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del tubo di raccordo.	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20,00
Gamma delle misure	5	La Commissione valuta ottimo il prodotto per la gamma di misure offerte	1,00	5,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 125		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL SRL		
CRITERIO CV25	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	25,00
caratteristiche del tubo di raccordo	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del tubo di raccordo.	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20,00
Gamma delle misure	5	La Commissione valuta ottimo il prodotto per la gamma di misure offerte	1,00	5,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 125		SOCIETA'		
		DAVI MEDICA SRL		
CRITERIO CV25	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	25,00
caratteristiche del tubo di raccordo	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del tubo di raccordo.	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20,00
Gamma delle misure	5	La Commissione valuta ottimo il prodotto per la gamma di misure offerte	1,00	5,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 125		SOCIETA'		
		BIOMEDICA ITALIA S.R.L.		
CRITERIO CV25	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>

caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	25
caratteristiche del tubo di raccordo	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del tubo di raccordo.	1,00	20
maneggevolezza ed ergonomia	20	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20
Gamma delle misure	5	La Commissione valuta ottimo il prodotto per la gamma di misure offerte	1,00	5
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 126

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 126, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- MEDILINE INTERNATIONAL ITALY Srl;
- FLEXICARE S.R.L.;

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 127

Lotto 127		SOCIETA'		
		NICOGEN Srl		
CRITERIO CV26	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale in termini di plasticità ottime	1,00	25,00
Atraumaticità	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale del catetere in termini di scorrevolezza, atraumaticità e morbidezza della punta buone	0,75	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	15,00
Gamma delle misure	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto per la gamma di misure offerte	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		65,00

Lotto 127		SOCIETA'		
		INNOVAMEDICA Spa		
CRITERIO CV26	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale in termini di plasticità buone	0,75	18,75
Atraumaticità	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale del catetere in termini di scorrevolezza, atraumaticità e morbidezza della punta discrete	0,50	10,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	15,00
Gamma delle misure	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto per la gamma di misure offerte	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		53,75

Lotto 127		SOCIETA'		
		ALSE MEDICA		
CRITERIO CV26	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale in termini di plasticità buone	0,75	18,75
Atraumaticità	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale del catetere in termini di scorrevolezza, atraumaticità e morbidezza della	0,50	10,00

		punta discreta		
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	15,00
Gamma delle misure	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto per la gamma di misure offerte	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		53,75

Lotto 128

Lotto 128		SOCIETA'		
		NICOGEN Srl		
CRITERIO CV26	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale in termini di plasticità ottime	1,00	25,00
Atraumaticità	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale del catetere in termini di scorrevolezza, atraumaticità e morbidezza della punta buone	0,75	15,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	15,00
Gamma delle misure	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto per la gamma di misure offerte	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		65,00

Lotto 128		SOCIETA'		
		DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT		
CRITERIO CV26	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale in termini di plasticità ottime	1,00	25,00
Atraumaticità	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale del catetere in termini di scorrevolezza, atraumaticità e morbidezza della punta ottime	1,00	20,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	15,00
Gamma delle misure	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto per la gamma di misure offerte	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 128		SOCIETA'		
		INNOVAMEDICA Spa		
CRITERIO CV26	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale in termini di plasticità buone	0,75	18,75
Atraumaticità	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale del catetere in termini di scorrevolezza, atraumaticità e morbidezza della punta discreta	0,50	10,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	15,00
Gamma delle misure	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto per la gamma di misure offerte	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		53,75

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lotto 128		SOCIETA'		
		CAIR ITALIA		
CRITERIO CV26	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale in termini di plasticità buone	0,75	18,75
Atraumaticità	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale del catetere in termini di scorrevolezza, atraumaticità e morbidezza della punta discrete	0,50	10,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	15,00
Gamma delle misure	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto per la gamma di misure offerte	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		53,75

Lotto 128		SOCIETA'		
		ALSE MEDICA		
CRITERIO CV26	Wi	motivazione	C	P
caratteristiche del materiale	25	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale in termini di plasticità buone	0,75	18,75
Atraumaticità	20	La Commissione valuta le caratteristiche del materiale del catetere in termini di scorrevolezza, atraumaticità e morbidezza della punta discrete	0,50	10,00
maneggevolezza ed ergonomia	15	La Commissione valuta ottime la maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	15,00
Gamma delle misure	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto per la gamma di misure offerte	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		53,75

Lotto 129

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dalla BENEFIS Srl unico partecipante al Lotto 129, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 132

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 132, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- BENEFIS Srl;
- DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 133

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 133, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- BENEFIS Srl;
- CO.DI.SAN.

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 134

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dalla Vygon Italia S.r.l., unico partecipante al Lotto 134, da aggiudicarsi al prezzo più basso, ai fini della valutazione di conformità, ritenuto necessario un chiarimento/precisazione circa la destinazione d'uso, dispone l'invio, tramite piattaforma telematica di gara, di richiesta di precisazioni circa l'offerta tecnica già prodotta. La Commissione, pertanto, si riserva di valutare il prodotto all'esito dei chiarimenti richiesti.

Lotto 135

Lotto 135		SOCIETA'		
		BAXTER Spa		
CRITERIO CV27	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
Spazio morto	10	il volume dello spazio morto è valutato ottimo	1,00	10,00
Tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
Qualità del materiale	10	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale. Si apprezza particolarmente il materiale dell'involucro esterno completamente morbido, privo di parti in plastica rigida	1,00	10,00
Protezione ai raggi UV	10	SI	1,00	10,00
Compatibilità, affidabilità e precisione	15	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per compatibilità, affidabilità e precisione	1,00	15,00
Facilità di riempimento	10	Con riferimento al presente criterio il prodotto offerto è valutato come ottimo	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 135		SOCIETA'		
		ALEA S.R.L. MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS SIGLABILE ALEA S.R.L.		
CRITERIO CV27	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
Spazio morto	10	il volume dello spazio morto è valutato ottimo	1,00	10,00
Tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
Qualità del materiale	10	La Commissione valuta buona la qualità del materiale, con particolare riferimento alla plasticità dell'involucro che si presenta lievemente rigido.	0,75	7,50
Protezione ai raggi UV	10	SI	1,00	10,00
Compatibilità, affidabilità e precisione	15	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per compatibilità, affidabilità e precisione	1,00	15,00
Facilità di riempimento	10	Con riferimento al presente criterio il prodotto offerto è valutato come ottimo	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		67,50

Lotto 135		SOCIETA'		
		SCOGNAMIGLIO SRL		
CRITERIO CV27	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
Spazio morto	10	il volume dello spazio morto è valutato ottimo	1,00	10,00
Tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La qualità delle connessioni e del sistema di fissaggio dell'elastomero viene giudicata discreta	0,50	7,50
Qualità del materiale	10	La Commissione valuta buona la qualità del materiale, con particolare riferimento alla plasticità dell'involucro che si presenta lievemente rigido.	0,75	7,50
Protezione ai raggi UV	10	SI	1,00	10,00
Compatibilità, affidabilità e precisione	15	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per compatibilità, affidabilità e precisione	1,00	15,00
Facilità di riempimento	10	Con riferimento al presente criterio il prodotto offerto è valutato come ottimo	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		60,00

Lotto 136

Lotto 136		SOCIETA'		
		SURGIKA Srl		
CRITERIO CV27	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
Spazio morto	10	il volume dello spazio morto è valutato ottimo	1,00	10,00
Tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
Qualità del materiale	10	La Commissione valuta buona la qualità del materiale, con particolare riferimento alla plasticità dell'involucro che si presenta lievemente rigido.	0,75	7,50
Protezione ai raggi UV	10	SI	1,00	10,00
Compatibilità, affidabilità e precisione	15	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per compatibilità, affidabilità e precisione	1,00	15,00
Facilità di riempimento	10	Con riferimento al presente criterio il prodotto offerto è valutato come ottimo	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		67,50

Lotto 136		SOCIETA'		
		ALEA S.R.L. MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS SIGLABILE ALEA S.R.L.		
CRITERIO CV27	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
Spazio morto	10	il volume dello spazio morto è valutato ottimo	1,00	10,00
Tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
Qualità del materiale	10	La Commissione valuta buona la qualità del materiale, con particolare riferimento alla plasticità dell'involucro che si presenta lievemente rigido.	0,75	7,50
Protezione ai raggi UV	10	SI	1,00	10,00
Compatibilità, affidabilità e precisione	15	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per compatibilità, affidabilità e precisione	1,00	15,00
Facilità di riempimento	10	Con riferimento al presente criterio il prodotto offerto è valutato come ottimo	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		67,50

Lotto 137

Lotto 137		SOCIETA'		
		ALEA S.R.L. MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS SIGLABILE ALEA S.R.L.		
CRITERIO CV27	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
Spazio morto	10	il volume dello spazio morto è valutato ottimo	1,00	10,00
Tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
Qualità del materiale	10	La Commissione valuta buona la qualità del materiale, con particolare riferimento alla plasticità dell'involucro che si presenta lievemente rigido.	0,75	7,50
Protezione ai raggi UV	10	SI	1,00	10,00
Compatibilità, affidabilità e precisione	15	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per compatibilità, affidabilità e precisione. Presenta numerose possibilità di impostazione del flusso: modulo di selezione del flusso con due regolatori e 15 velocità disponibili	1,00	15,00

Facilità di riempimento	10	Con riferimento al presente criterio il prodotto offerto è valutato come ottimo	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		67,50

Lotto 137		SOCIETA'		
		SCOGNAMIGLIO SRL		
CRITERIO CV27	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
Spazio morto	10	il volume dello spazio morto è valutato ottimo	1,00	10,00
Tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
Qualità del materiale	10	La Commissione valuta buona la qualità del materiale, con particolare riferimento alla plasticità dell'involucro che si presenta lievemente rigido.	0,75	7,50
Protezione ai raggi UV	10	SI	1,00	10,00
Compatibilità, affidabilità e precisione	15	La Commissione valuta discreto il prodotto offerto per compatibilità, affidabilità e precisione. Sono disponibili diversi codici per poter impostare le differenti velocità.	0,50	7,50
Facilità di riempimento	10	Con riferimento al presente criterio il prodotto offerto è valutato come ottimo	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		60,00

Lotto 138

Lotto 138		SOCIETA'		
		ALEA S.R.L. MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS SIGLABILE ALEA S.R.L.		
CRITERIO CV27	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
Spazio morto	10	il volume dello spazio morto è valutato ottimo	1,00	10,00
Tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
Qualità del materiale	10	La Commissione valuta buona la qualità del materiale, con particolare riferimento alla plasticità dell'involucro che si presenta lievemente rigido.	0,75	7,50
Protezione ai raggi UV	10	SI	1,00	10,00
Compatibilità, affidabilità e precisione	15	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per compatibilità, affidabilità e precisione	1,00	15,00
Facilità di riempimento	10	Con riferimento al presente criterio il prodotto offerto è valutato come ottimo	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		67,50

Lotto 139

Lotto 139		SOCIETA'		
		ALEA S.R.L. MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS SIGLABILE ALEA S.R.L.		
CRITERIO CV27	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
Spazio morto	10	il volume dello spazio morto è valutato ottimo	1,00	10,00
Tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
Qualità del materiale	10	La Commissione valuta buona la qualità del materiale, con particolare riferimento alla plasticità dell'involucro che si presenta lievemente rigido.	0,75	7,50
Protezione ai raggi UV	10	SI	1,00	10,00
Compatibilità, affidabilità e precisione	15	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per compatibilità, affidabilità e precisione	1,00	15,00

Facilità di riempimento	10	Con riferimento al presente criterio il prodotto offerto è valutato come ottimo	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		67,50

Lotto 141

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dai concorrenti, ai fini della valutazione dei requisiti minimi e dell'assegnazione dei punteggi di qualità, dispone l'invio, tramite piattaforma telematica di gara, di richiesta di precisazioni circa l'offerta tecnica già prodotta. La Commissione, pertanto, si riserva di valutare le offerte presentate per il presente Lotto all'esito dei chiarimenti richiesti.

Lotto 142

L'offerta presentata dall'operatore QURE Srl è risultata priva di un requisito minimo di carattere tecnico – funzionale tale da non renderlo idoneo all'uso cui è destinato, in quanto trattasi di catetere fecale esterno senza sistema di ancoraggio a palloncino, come espressamente richiesto nei documenti di gara, la Commissione, pertanto, dispone l'esclusione del suddetto operatore per il Lotto 142.

Lotto 142		SOCIETA'		
		ConvaTec Italia srl		
CRITERIO CV28	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
Caratteristiche del materiale	15	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del materiale	1,00	15,00
Caratteristiche del sistema di inserimento	30	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del sistema di inserimento	1,00	30,00
Facilità d'uso	10	Il prodotto è valutato ottimo per facilità d'uso.	1,00	10,00
Sistema anti-odore	15	il prodotto offerto presenta un sistema anti odore valutato come ottimo.	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 143

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 143, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- BIALMA SYSTEMS Srl;
- NESMED SRL;
- MEDIVAL Srl;
- ICU MEDICAL EUROPE SRL

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 144

Lotto 144		SOCIETA'		
		BENEFIS Srl		
CRITERIO CV29	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>
Spazio morto	15	L'operatore dichiara in scheda 0,08. il volume dello spazio morto è valutato buono	0,75	11,25
Tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
Maneggevolezza ed ergonomia	20	L'operatore dichiara in scheda tecnica >300 attivazioni. Il dispositivo è valutato buono per maneggevolezza ed ergonomia.	0,75	15,00
Resistenza ai vari flussi	20	L'operatore dichiara in scheda tecnica 48 psig. Con riferimento al presente criterio il prodotto è valutato sufficiente	0,25	5,00
	70,00	TOTALE		46,25

Lotto 144		SOCIETA'		
		GADA ITALIA S.P.A		
CRITERIO CV29	Wi	<i>motivazione</i>	<i>C</i>	<i>P</i>

Spazio morto	15	L'operatore dichiara in scheda 0,04. Il volume dello spazio morto è valutato ottimo	1,00	15,00
Tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
Maneggevolezza ed ergonomia	20	L'operatore dichiara in scheda tecnica 600 attivazioni. Il dispositivo è valutato ottimo per maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20,00
Resistenza ai vari flussi	20	L'operatore dichiara in scheda tecnica 400 psi. Con riferimento al presente criterio il prodotto è valutato ottimo.	1,00	20,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 144		SOCIETA'		
		CAIR ITALIA		
CRITERIO CV29	Wi	motivazione	C	P
Spazio morto	15	L'operatore dichiara in scheda 0,049. Il volume dello spazio morto è valutato ottimo	1,00	15,00
Tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
Maneggevolezza ed ergonomia	20	L'operatore dichiara in scheda tecnica 400 attivazioni. Il dispositivo è valutato buono per maneggevolezza ed ergonomia.	0,75	15,00
Resistenza ai vari flussi	20	L'operatore dichiara in scheda tecnica 325 psi. Con riferimento al presente criterio il prodotto è valutato ottimo.	1,00	20,00
	70,00	TOTALE		65,00

Lotto 144		SOCIETA'		
		ICU MEDICAL EUROPE SRL		
CRITERIO CV29	Wi	motivazione	C	P
Spazio morto	15	L'operatore dichiara in scheda 0,04. Il volume dello spazio morto è valutato ottimo	1,00	15,00
Tenuta e sicurezza delle connessioni	15	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	15,00
Maneggevolezza ed ergonomia	20	L'operatore dichiara in scheda tecnica 600 attivazioni. Il dispositivo è valutato ottimo per maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	20,00
Resistenza ai vari flussi	20	L'operatore dichiara in scheda tecnica 400 psig. Con riferimento al presente criterio il prodotto è valutato ottimo.	1,00	20,00
	70,00	TOTALE		70,00


Lotto 145

Lotto 145		SOCIETA'		
		BECTON DICKINSON ITALIA		
CRITERIO CV30	Wi	motivazione	C	P
Qualità del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	15,00
Tenuta e sicurezza delle connessioni	20	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	20,00
Caratteristiche della prolunga	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche della prolunga	1,00	20,00
Maneggevolezza ed ergonomia	15	Il dispositivo è valutato ottimo per maneggevolezza ed ergonomia.	1,00	15,00
	70,00	TOTALE		70,00


La Commissione di gara sospende i lavori alle ore 13:30.

Il Presidente dispone la prosecuzione dei lavori in seduta riservata da rinviare ad altra data.

PRESIDENTE Dott.ssa Federica Albo



COMPONENTE Dott. Alessandro Polletta



COMPONENTE Dott. Marco Tomei



OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi della fornitura suddivisa in 210 Lotti, di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e per la terapia antalgica per le esigenze dell'Asl Roma 1. GARA ANAC n. 8964034

VERBALE ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA E CAMPIONATURA

Premesso che in data 09/06/2023, la Commissione ha proceduto in seduta pubblica virtuale all'apertura delle offerte tecniche.

In data 30/10/2023, alle ore 9:00, la Commissione di gara, riunita, nel plenum della sua composizione, come in atti, presso il Padiglione 28 del Complesso Santa Maria della Pietà della Asl Roma 1, prosegue i lavori in seduta riservata.

La Commissione procede dapprima, alla verifica dei requisiti minimi dei prodotti offerti, secondo quanto richiesto nei documenti di gara e, laddove conformi ai criteri minimi, procede al vaglio di conformità, per i lotti da aggiudicarsi al prezzo più basso e all'esame e della documentazione tecnica e della campionatura, laddove presente o da richiedere, per i lotti la cui aggiudicazione è secondo il miglior rapporto qualità prezzo, ai fini dell'assegnazione dei punteggi di qualità, secondo quanto stabilito agli artt. 22 e ss. Del Disciplinare di gara.

La Commissione procede ad assegnare i punteggi di qualità secondo gli elementi riportati nell'allegato 6 al Disciplinare di gara, rubricato "criteri valutativi".

Si precisa che la Commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche degli operatori economici in riferimento ai lotti esclusi poiché non considerati conformi alle caratteristiche tecniche minime.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si riportano di seguito, lotto per lotto, le valutazioni come da schemi sottostanti.

Lotto 146

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 146, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- ARIES Srl;
- CHEMIL SRL;
- BENEFIS S.R.L.;
- B.BRAUN MILANO SPA;
- Vygon Italia S.r.l.;
- CAIR ITALIA;
- lume import srl;
- TAU MEDICA S.R.L.

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 148

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 148, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- F.A.S.E.Srl;
- ARIES Srl;
- BENEFIS S.R.L.;
- B.BRAUN MILANO SPA;
- Vygon Italia S.r.l.;

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 149

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dall'operatore CAIR ITALIA unico partecipante al Lotto 149, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.



Lotto 150

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dall'operatore CAIR ITALIA unico partecipante al Lotto 150, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 151

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 151, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- MEDILINE INTERNATIONAL ITALY Srl;
- BENEFIS S.R.L.;
- MEDTRONIC ITALIA SPA;

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 152

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 152, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- MEDILINE INTERNATIONAL ITALY Srl;
- BENEFIS S.R.L.;
- VYAIR SRL;
- MEDTRONIC ITALIA SPA;

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 153

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 153, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- PIZZOCRI SRL;
- Aiesi Hospital Service Sas;
- BETATEX S.P.A.;

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 154

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 154, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- COREMEC Srl;
- Aiesi Hospital Service Sas;
- TELEFLEX MEDICAL SRL;

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 155

Al fine di valutare le offerte pervenute per il presente lotto, la Commissione dispone la richiesta di integrazione di campionatura da trasmettere ai partecipanti tramite piattaforma telematica di gara, pertanto, si riserva la valutazione di conformità e l'assegnazione dei punteggi all'esito dell'esame della campionatura.

Lotto 156

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dagli operatori partecipanti al Lotto 156, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti dalle seguenti Società:

- M.G. LORENZATTO srl;
- ALSE MEDICA;

conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.

Lotto 157

La Commissione esaminata la documentazione prodotta in gara dall'operatore KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l unico partecipante al Lotto 157, da aggiudicarsi al prezzo più basso, valuta i dispositivi offerti conformi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.



Lotto 158

Lotto 158		SOCIETA'		
		M.G. LORENZATTO srl		
CRITERIO CV32	Wi	motivazione	C	P
Qualità del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	15,00
rotazione della sonda di inserimento	10	NO	0,00	0,00
Compatibilità con strumenti endoscopici	10	La Commissione valuta ottima la compatibilità del dispositivo offerto con strumenti endoscopici	1,00	10,00
Controllo e variazione della illuminazione	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per controllo e variazione della illuminazione	1,00	10,00
Qualità dello schermo	15	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per qualità dello schermo	1,00	15,00
Maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per maneggevolezza ed ergonomia	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		60,00

Lotto 158		SOCIETA'		
		Ambu		
CRITERIO CV32	Wi	motivazione	C	P
Qualità del materiale	15	La Commissione valuta discreta la qualità del materiale. La punta della sonda tende ad avere effetto memoria se sottoposta a stress durante il passaggio	0,50	7,50
rotazione della sonda di inserimento	10	NO	0,00	0,00
Compatibilità con strumenti endoscopici	10	La Commissione valuta ottima la compatibilità del dispositivo offerto con strumenti endoscopici	1,00	10,00
Controllo e variazione della illuminazione	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per controllo e variazione della illuminazione	1,00	10,00
Qualità dello schermo	15	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per qualità dello schermo	1,00	15,00
Maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta sufficiente il prodotto offerto per maneggevolezza ed ergonomia. Non presenta un canale operativo valvolato.	0,25	2,50
	70,00	TOTALE		45,00

Lotto 158		SOCIETA'		
		PENTAX ITALIA		
CRITERIO CV32	Wi	motivazione	C	P
Qualità del materiale	15	La Commissione valuta discreta la qualità del materiale. La punta della sonda tende ad avere effetto memoria se sottoposta a stress durante il passaggio	0,50	7,50
rotazione della sonda di inserimento	10	NO	0,00	0,00
Compatibilità con strumenti endoscopici	10	La Commissione valuta ottima la compatibilità del dispositivo offerto con strumenti endoscopici	1,00	10,00
Controllo e variazione della illuminazione	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per controllo e variazione della illuminazione	1,00	10,00

Qualità dello schermo	15	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per qualità dello schermo	1,00	15,00
Maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta ottimo il prodotto offerto per maneggevolezza ed ergonomia	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		52,50

Lotto 159

Lotto 159		SOCIETA'		
		TELEFLEX MEDICAL SRL		
CRITERIO CV31	Wi	motivazione	C	P
Qualità del materiale	15	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	15,00
Caratteristiche della lama	15	La Commissione valuta ottime le caratteristiche della lama.	1,00	15,00
Gamma delle misure	15	La Commissione valuta ottima l'offerta per la gamma di misure proposte.	1,00	15,00
Qualità dello schermo	15	La Commissione valuta ottima la qualità dello schermo.	1,00	15,00
Maneggevolezza ed ergonomia	10	La Commissione valuta ottima l'offerta per maneggevolezza ed ergonomia per le piccole dimensioni	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 160

Al fine di valutare le offerte pervenute per il presente lotto, la Commissione dispone la richiesta di integrazione di campionatura da trasmettere ai partecipanti tramite piattaforma telematica di gara, pertanto, si riserva la valutazione di conformità e l'assegnazione dei punteggi all'esito dell'esame della campionatura.

Lotto 161

Lotto 161		SOCIETA'		
		EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl		
CRITERIO CV33	Wi	motivazione	C	P
Qualità del materiale	5	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	5,00
Caratteristiche del tubo di raccordo	10	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del tubo di raccordo	1,00	10,00
Tenuta e sicurezza delle connessioni	10	La Commissione valuta ottima la tenuta e sicurezza delle connessioni	1,00	10,00
Caratteristiche del sistema di prelievo e di lavaggio	20	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del sistema di prelievo e di lavaggio	1,00	20,00
Qualità del punto di prelievo	15	La Commissione valuta ottima la qualità del punto di prelievo. Viene particolarmente apprezzata la presenza di due punti di prelievo con possibilità di aggancio diretto della siringa LL senza necessità di adattatori.	1,00	15,00
Tipologia e caratteristiche del sistema di retrocalibrazione	10	La Commissione valuta ottime la tipologia e caratteristiche del sistema di retrocalibrazione	1,00	10,00
	70,00	TOTALE		70,00

Lotto 161		SOCIETA'		
		B. BRAUN MILANO		
CRITERIO CV33	Wi	motivazione	C	P
Qualità del materiale	5	La Commissione valuta ottima la qualità del materiale.	1,00	5,00
Caratteristiche del tubo di raccordo	10	La Commissione valuta ottime le caratteristiche del tubo di raccordo	1,00	10,00