

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TNT NON STERILE E MATERIALE
MONOUSO OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I**

**ALLEGATO 8
ELENCO PRODOTTI**

Lotto	Id	CND	Descrizione
1	1	T0208	<u>CALZARI TNT LUNGO PER CAMERA OPERATORIA CON ELASTICO</u> Calzare in TNT, traspirante, fornito in taglia unica, lungo fino al ginocchio con ampia vestibilità. Il calzare deve essere sagomato, traspirante e idrorepellente. L'articolo deve essere dotato di chiusura ad elastico e deve presentare una cucitura centrale rinforzata. Deve garantire l'elevata resistenza agli strappi anche dopo l'uso prolungato. Altezza al ginocchio lunghezza al piede non inferiore al n. 45. Misure non inferiori a 40x50 cm.
2	1	T0399	<u>CAMICI VISITATORI MONOUSO NON STERILI DI COLORE VERDE CON POLSINO E LACCI</u> I camici devono garantire una adeguata vestibilità, essere confortevoli e garantire una adeguata permeabilità all'aria. Devono essere dotati di allacciatura posteriore con lacci e dotati di maniche lunghe con polsini in elastico, idrorepellente o impermeabile. Misure minime h140x 120 cm.
3	1	T020401	<u>CAMICI PER PERSONALE SANITARIO IN TNT DI COLORE VERDE CON POLSINO IN COTONE ELASTICIZZATO E LACCI</u> I camici devono garantire una adeguata vestibilità, essere confortevoli e garantire una adeguata permeabilità all'aria. Devono essere dotati di allacciatura posteriore con lacci e dotati di maniche lunghe con polsini in cotone elasticizzato, idrorepellente o impermeabile. Misure minime h140x 120 cm.
4	1	T0207	<u>BERRETTO PER CAMERA OPERATORIA COLOR VERDE CON LACCI</u> Berretto per camera operatoria color verde con lacci; confezionati in dispenser; in taglia unica idonea a contenere anche folte capigliature. Alta traspirabilità, idrorepellenti, devono assicurare un'adeguata e costante tenuta.
5	1	T0207	<u>CUFFIA TONDA COLOR VERDE CON ELASTICO PER OPERATORI SANITARI</u> Cuffia di forma circolare in tnt con elastico, color verde, piegatura a soffietto, alta traspirabilità, idrorepellente, deve assicurare una adeguata e costante tenuta garantita dalle cuciture che devono essere resistenti alla trazione e agli strappi. Confezionate in dispenser, in taglia unica idonea a contenere anche folte capigliature.
	2	T0207	<u>CUFFIA TONDA COLOR BIANCA CON ELASTICO PER OPERATORI SANITARI</u> Cuffia di forma circolare in tnt con elastico, color bianco, piegatura a soffietto, alta traspirabilità, idrorepellente, deve assicurare una adeguata e costante tenuta garantita dalle cuciture che devono essere resistenti alla trazione e agli strappi. Confezionate in dispenser, in taglia unica idonea a contenere anche folte capigliature.
6	1	T0208	<u>SOVRASCARPE CON ELASTICO IN PVC</u> Soprascarpe in PVC/CPE goffrato, impermeabile, fornito in taglia unica, idoneo a contenere una calzatura non inferiore al n. 45. Deve essere munito di elastico atto a garantire la perfetta tenuta sia dagli agenti esterni che alla calzatura. L'articolo, preferibilmente di colore verde, deve presentare saldatura alle estremità in lunghezza e assicurare una buona tenuta contro lo scivolamento. Misure minime 40x16 cm.
7	1	T0208	<u>SOVRASCARPE CON ELASTICO IN TNT</u> Soprascarpe in TNT, fornito in taglia unica, idoneo a contenere una calzatura non inferiore al n. 45. Deve essere munito di elastico atto a garantire la

Lotto	Id	CND	Descrizione
			perfetta tenuta sia dagli agenti esterni che alla calzatura. L'articolo, preferibilmente di colore verde, deve presentare saldatura alle estremità in lunghezza e assicurare una buona tenuta contro lo scivolamento. Misure minime 40x16 cm.
8	I	T0399	<u>GREMBIULE PLASTIFICATE X DISTRIBUZIONE VITTO</u> Grembiule in PE, protettivo, corpo unico, chiusura posteriore con fettucce. Munito di pettorina anteriore, leggero, impermeabile ai liquidi e avvolgente. Misure minime h 125x70 cm.
9	I	T030102	<u>COPERTURA PER IL REGGIBRACCIO DEL LETTO OPERATORIO</u> Copertura in tnt per il reggibraccio del letto operatorio con elastici. Misure minime cm 60x22.
10	I	T030502	<u>LENZUOLINI PER LETTINO</u> Lenzuolini in materiale non assorbente, con lembi di rimbocco. Misure minime mt 70 (+/- 5 cm) x 36 (+/- 5 cm).
11	I	T020102	<u>TELI ASSORBENTI PER LETTO OPERATORIO misure 100x230 cm</u> Teli non sterili a tre strati: primo strato (superiore) morbido, traspirante, con film plastico perforato estruso, no linting, tagliagoccia; secondo strato (intermedio) 100% cellulosa assorbente; terzo strato (inferiore) film plastico completamente impermeabile ai liquidi. Capacità di assorbenza minima 0,7 lt/mq, antistatico, in grado di assicurare l'elevata resistenza agli strappi ed alla trazione. Misure minime cm 100 (+/- 5 cm) x 230 (+/- 5 cm).
	2	T030502	<u>TELI ASSORBENTI PER LETTO OPERATORIO misure 100x300 cm</u> Teli non sterili a tre strati: primo strato (superiore) morbido, traspirante, con film plastico perforato estruso, no linting, tagliagoccia; secondo strato (intermedio) 100% cellulosa assorbente; terzo strato (inferiore) film plastico completamente impermeabile ai liquidi. Capacità di assorbenza minima 0,7 lt/mq, antistatico, in grado di assicurare l'elevata resistenza agli strappi ed alla trazione. Misure minime cm 100 (+/- 5 cm) x 300(+/- 5 cm).
12	I	V9099	<u>PROTEZIONE MONOUSO PER DISPOSITIVO TRASFERIMENTO PAZIENTI</u> Telo di protezione monouso per dispositivo trasferimento pazienti, in plastica atossica. Da fornire in bobina prestrappata. Misure minime cm 195 (+/- 5 cm) x 60 (+/- 5 cm).
13	I	T020601	<u>MASCHERINA TRASPIRANTE PER CAMERA OPERATORIA IN TNT COLOR VERDE CON LACCI</u> Mascherina traspirante per camera operatoria in TNT color verde con lacci; deve essere conforme alla norma UNI EN 14683 del 9/2/2006 concernente "mascherine chirurgiche – requisiti e metodi di prova"; adattabile, confortevole, estensibile, avvolgente, con ampiezza regolabile; rifiniture saldate e non cucite, colore antiriflesso, dotata di barretta stringinaso conformabile tra i due tessuti, inodore e ipoallergenica, confezionate in box dispenser, che permetta un agevole prelievo unitario della maschera. Assenza di fibre di vetro, minima resistenza al flusso respiratorio. Efficienza di filtrazione > 99%, idrorepellente. Misura minima 18x10 cm.
14	I	T020601	<u>MASCHERINA TRASPIRANTE PER CAMERA OPERATORIA IN TNT COLOR VERDE CON LACCI PROVISTA DI VISIERA</u> Mascherina traspirante per camera operatoria in TNT color verde con lacci; deve essere conforme alla norma UNI EN 14683 del 9/2/2006 concernente

Lotto	Id	CND	Descrizione
			“mascherine chirurgiche – requisiti e metodi di prova”; adattabile, confortevole, avvolgente; rifiniture saldate e non cucite, dotata di barretta stringinaso conformabile tra i due tessuti, inodore e ipoallergenica. Deve essere provvista di visiera avvolgente anche lateralmente, con superficie interna priva di riflessi ed in grado di mantenere una buona circolazione d'aria tra visiera e viso dell'operatore. Resistente agli schizzi ed antiappannante. Assenza di fibre di vetro, minima resistenza al flusso respiratorio. Efficienza di filtrazione > 99%, idrorepellente.
15	1	R030180	<u>MASCHERA TRASPIRANTE PER CAMERA OPERATORIA IN TNT COLOR VERDE OMOLOGATA SECONDO I REQUISITI DELLA NORMA en 149:2001 CLASSE FFP1</u> Classe FFP1 Caratteristiche: con valvola di espirazione, bordo di tenuta, doppio elastico regolabile e stringinaso per adattamento alle diverse conformazioni di viso, confezionati singolarmente in busta sigillata completa di nota informativa. Tessuto della struttura, elastici ed ogni altra parte realizzati in materiale anallergico. Valvola posizionata e conformata in modo tale che l'esperto non provochi l'appannamento di occhiali Norme/Certificazioni: conformità D. Lgs. 475/92; conformità UNI EN 149: 2001; marcatura CE. DPI III categoria 149: 2001; marcatura CE. DPI III categoria; UM: PEZZO
	2	R030180	<u>MASCHERA TRASPIRANTE PER CAMERA OPERATORIA IN TNT COLOR VERDE OMOLOGATA SECONDO I REQUISITI DELLA NORMA en 149:2001 CLASSE FFP2</u> Classe FFP2 Caratteristiche: con valvola di espirazione, bordo di tenuta, doppio elastico regolabile e stringinaso per adattamento alle diverse conformazioni di viso, confezionati singolarmente in busta sigillata completa di nota informativa. Tessuto della struttura, elastici ed ogni altra parte realizzati in materiale anallergico. Valvola posizionata e conformata in modo tale che l'esperto non provochi l'appannamento di occhiali Norme/Certificazioni: conformità D. Lgs. 475/92; conformità UNI EN 149: 2001; marcatura CE. DPI III categoria 149: 2001; marcatura CE. DPI III categoria; UM: PEZZO
16	1	T0299	<u>TAPPETO ASSORBENTE</u> Tappeto assorbente, con capacità di assorbenza non inferiore a 1,5 litri per metro quadro, dotato di un lato superiore assorbente e un lato inferiore impermeabile e antisdrucchiolo. All'atto dell'utilizzo l'articolo deve mantenere la propria integrità senza presentare lacerazioni, sfaldamenti o quant'altro possa limitarne il corretto impiego. Il tappeto deve assicurare una adeguata aderenza alla superficie su cui è posto e consentire, allo stesso tempo, il facile distacco dopo l'utilizzo. Misure cm 180 (+/- 5 cm) x 90 (+/- 5 cm).
17	1	T0399	<u>DIVISE IN TNT PER PERSONALE SANITARIO MISURA XL</u> Divisa unisex per personale sanitario monouso in TNT – nei colori blu o verde - costituita da due pezzi: la casacca dovrà avere scollo a V e maniche corte, preferibilmente con taschino, idrorepellente. Il pantalone dovrà avere un laccio regolabile in vita o un elastico. Idrorepellente. La divisa dovrà essere fornita in taglia extra large.
	2	T0399	<u>DIVISE IN TNT PER PERSONALE SANITARIO MISURA L</u> Divisa unisex per personale sanitario monouso in TNT – nei colori blu o

Lotto	Id	CND	Descrizione
			verde - costituita da due pezzi: la casacca dovrà avere scollo a V e maniche corte, preferibilmente con taschino, idrorepellente. Il pantalone dovrà avere un laccio regolabile in vita o un elastico. Idrorepellente. La divisa dovrà essere fornita in taglia large.
	3	T0399	<u>DIVISE IN TNT PER PERSONALE SANITARIO MISURA M</u> Divisa unisex per personale sanitario monouso in TNT – nei colori blu o verde - costituita da due pezzi: la casacca dovrà avere scollo a V e maniche corte, preferibilmente con taschino, idrorepellente. Il pantalone dovrà avere un laccio regolabile in vita o un elastico. Idrorepellente. La divisa dovrà essere fornita in taglia medium.
18	I	T04010201	<u>TRAVERSA SALVAMATERASSO</u> Traversa salvamaterasso biaccoppiata in materiale impermeabile a contatto con il materasso ed in TNT e materiale ad alta capacità assorbente a contatto con il paziente. Misura cm 40 (+/- 5 cm) x 60(+/- 5 cm).
19	I	T030502	<u>LENZUOLO SANITARIO MONOUSO DI CARTA</u> Lenzuoli sanitari monouso di carta per lettino dotato di elevato grado di resistenza allo strappo e alla trazione. In rotolo prestrappato. Misure cm 40 (+/- 5 cm) X cm 60 (+/- 5 cm).
20	I	T0205	<u>BAVAGLINI CON LACCI</u> Bavaglini in materiale biaccoppiato impermeabile a contatto con il paziente ed esternamente ad alto potere assorbente. Sagomato, deve presentare le cuciture ben rifinite lungo tutto il perimetro e si deve allacciare sul retro. Misure cm 40 (+/- 10 cm) X cm 55 (+/- 10 cm).
21	I	S0199	<u>FILTRI DI CARTA PER STERILIZZAZIONE</u> Filtro di carta di tipo medicale crespata da inserire nei container tipo Martin per sottoporli a sterilizzazione a vapore, completo di indicatore chimico di processo. Di forma circolare o quadrata di circa 23 cm x 23 cm, preferibilmente con foro centrale.