

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: Chiarimenti sulla procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di "TNT non sterile e materiale monouso", suddivisa in 21 lotti, necessaria per 36 mesi alla Asl Roma 1

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute alla Asl Roma 1 da alcuni operatori economici dopo la pubblicazione del bando di gara sulla piattaforma e-procurement della Regione Lazio e sul portale istituzionale della Asl Roma 1, come di seguito riportate, si riscontra quanto segue:

Quesito n. 1

Nel disciplinare vengono richiesti i campioni, ma non viene specificata la quantità della campionatura da produrre in riferimento ai lotti.

Riscontro al quesito n. 1

Si rinvia al capitolato tecnico sez. 2 – *caratteristiche specifiche dei prodotti* - ,dove, per ciascun lotto, viene indicata la campionatura.

Quesito n. 2

Con riferimento alla procedura in oggetto siamo cortesemente a richiedervi alcuni chiarimenti. Nel dettaglio:

Punto 1)- DISCIPLINARE DI GARA: a pag. 3 di 30 si scrive che "...la documentazione di gara comprende anche ...Bando di gara ed estratto di gara. Nel vostro sito, al link della gara, non sono presenti il bando di gara e l'estratto di gara. Dove li possiamo reperire?

Punto 2)- DISCIPLINARE DI GARA: a pag. 10 di 30 all'art. 7.3 "requisiti di capacità tecnica e professionale", lettera c "presentazione campioni è previsto alla fine della pagina l'indicazione circa il numero dei campioni presenti all'interno del plico. E' possibile che questa informazione sia presente nella bolla accompagnatoria della campionatura (esterna al pacco)? (oltre alla distinta in duplice copia contenuta nel pacco).

Punto 3)- DISCIPLINARE DI GARA: pag. 13 - 14 di 30 all'art. 10 "Garanzia provvisoria" è previsto, nel caso di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, tra le altre cose, l'autentica della sottoscrizione. Chiediamo cosa si intenda posto che comunque sarà firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari (risultanti da apposito atto notorio allegato)?

Punto 4) DISCIPLINARE DI GARA: pag. 13 – 14 di 30 all'art. 10 "Garanzia Provvisoria" in caso di partecipazione a più lotti è possibile dare un'unica cauzione provvisoria citando i lotti di riferimento?

Punto 5)- DISCIPLINARE DI GARA: a pag. 25 di 30 Art. 17 "Contenuto della busta C offerta economica", si indica che sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. La base d'asta per lotto da non superare è quella indicata alla colonna "importo triennale i.e." di cui alla tabella di pag. 7 di 30?

Punto 6)-ALLEGATO 9 - ELENCO PRODOTTI: lotto 18 traversa salva materasso. Chiediamo cortese conferma che per "materiale ad alta capacità assorbente" si intenda "fluff di pura cellulosa".

Punto 7)-ALLEGATO 9 – ELENCO PRODOTTI: lotto 20 – bavaglini con lacci.

Le tolleranze sono tassative o si possono superare? E' possibile offrire bavaglini cm 38x68 cm, come da standard nel mercato?

Riscontro al quesito n. 2

Punto 1)-Il bando di Gara è stato pubblicato sulla GU 5 Serie speciale – Contratti pubblici del 18/07/2018 e per estratto su Il Messaggero ed nazionale e Locale del 20/07/2018 e su Il Mattino e Leggo del 20/07/2018;

Punto 2) -Si conferma.

Punto 3) -L'autentica è facoltativa.

Punto 4) -Si conferma purché vengano indicati tutti i lotti per cui si presenta offerta.

Punto 5) -Si conferma quanto riportato nella richiesta di chiarimento.

Punto 6) -Si conferma quanto indicato all'allegato 8 del disciplinare di gara rubricato: "Elenco Prodotti" nonché al punto 2 del capitolato tecnico rubricato: "caratteristiche specifiche dei prodotti".

Punto 7) -Si confermano le misure e le tolleranze riportate nel Capitolato tecnico.

Quesito n. 3

Nei documenti di gara viene richiamato un capitolato tecnico che però non è presente nei documenti pubblicati. Potete gentilmente indicarci dove trovare il documento oppure provvedere alla pubblicazione dello stesso?

Riscontro al quesito n. 3

Il capitolato tecnico è pubblicato in formato scaricabile sulla piattaforma telematica della Centrale Acquisti e-procurement della Regione Lazio utilizzata per l'espletamento della presente procedura telematica, nonché sul portale istituzionale della Asl Roma 1 nella sezione "Amministrazione Trasparente" sub "Bandi di gara e contratti".

Quesito n. 4

Con riferimento all'art. 15.3.2 "Documentazione a corredo" del Disciplinare di gara, visto il punto 17 "Il campione richiesto nei termini di cui al precedente punto 7.3" si conferma che trattasi di un refuso? In caso contrario cosa bisogna allegare?

Riscontro al quesito n. 4

Si conferma quanto indicato al punto 15.3.2 del disciplinare di gara rubricato: "documentazione a corredo", punto sub 17 ove si fa rinvio al punto 7.3 rubricato: "requisiti di capacità tecnica e professionale". Si precisa che l'operatore economico che intenda partecipare alla presente procedura di gara, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte oltre alla documentazione richiesta, dovrà presentare, altresì, la campionatura così come indicato al punto 7.3 del disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.

Quesito n. 5

Lotto 5 – Cuffia tonda in TNT con elastico per operatori sanitari

Punto 1) Si chiede se per confezionamento in dispenser può essere considerato valido il confezionamento in buste di politene.

Punto 2) Inoltre, si chiede di specificare per ogni Lotto, qual è il numero di pezzi di campionatura da dover presentare.

Riscontro al quesito n. 5

Punto 1) Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico.

Punto 2) Si rinvia al capitolato tecnico sez. 2 – *caratteristiche specifiche dei prodotti* - , dove, per ciascun lotto, viene indicata la campionatura.

Quesito n. 6

Lotto 14 – mascherina traspirante per camera operatoria in TNT color verde con lacci provvista di visiera

Si chiede di specificare il numero di strati di cui deve essere composta la mascherina.

Riscontro al quesito n. 6

La mascherina dovrà essere dotata di n. 3 strati.

Quesito n. 7

Lotto 10 – Lenzuolini per Lettino

Punto1. Si chiede di definire quali devono essere le misure del lenzuolo, e in particolare se la dicitura 70 " mt " è un refuso, si intende 70cm x 36cm?

Punto 2. Inoltre, si chiede se la destinazione d'uso del lenzuolo è per un lettino da neonato.

Riscontro al quesito n. 7

Punto1) Si confermano le misure del rotolo riportate nel Capitolato tecnico e si precisa che la dicitura lembi di rimbocco è frutto di un refuso e che nel relativo schema dell'offerta economica il pezzo si riferisce al singolo rotolo.

Punto 2) Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico.

Quesito n. 8

Lotto 13 – mascherina traspirante per camera operatoria in TNT color verde con lacci

Si chiede di specificare il numero di strati di cui deve essere composta la mascherina.

Riscontro al quesito n. 8

La mascherina dovrà essere dotata di n. 3 strati.

Quesito n. 9

Lotto 4 – Berretto per camera operatoria verde con lacci

Si chiede se per confezionamento in dispenser può essere considerato valido il confezionamento in buste di politene.

Riscontro al quesito n. 9

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico.

Quesito n. 10

Con riferimento al Lotto 18 – *Traversa salvamaterasso* ".

PUNTO 1: Viene indicato come confezionamento primario indicativo da 50 a 100 pezzi

Si richiede se sia possibile offrire confezioni da 30 pezzi, come da standard nel mercato per questa tipologia di dispositivi.

PUNTO 2 A pag 11 del capitolato tecnico –6. Modalità di consegna viene indicato che " *in particolare ogni singola fornitura dovrà essere accompagnata, solo su richiesta dell'Azienda, da documenti attestanti i controlli (PH, sterilità, contaminazione particelle, assenza di pirogeni, materie prime), eseguite sui Lotti inviati. Il numero di Lotto inviato deve essere specificato sul documento di trasporto della fornitura. Chiediamo conferma che tale richiesta non sia applicabile per il Lotto 18, trattandosi di dispositivi medici di classe I non sterile non a contatto con la cute stessa.*

Riscontro al quesito n. 10

PUNTO 1: Si conferma la possibilità di offrire confezioni da 30 pezzi.

PUNTO 2: La previsione ed il contenuto dell'informazione troveranno applicazione per i lotti laddove applicabile

Quesito n. 11

Con riferimento al Lotto 6 – *Sovrascarpe con elastico in PVC* -

In merito alla RDO in oggetto quanti sono i campioni da presentare?

Riscontro al quesito n. 11

Si rinvia al capitolato tecnico sez. 2 – *caratteristiche specifiche dei prodotti* - , dove, per ciascun lotto, viene indicata la campionatura.

Quesito n. 12

Lotto 21 – *Filtri di carta per sterilizzazione* -

Si richiedono maggiori informazioni relative al prodotto richiesto al lotto n. 21 ed, in particolare, si chiede se si tratti di un filtro tondo diam. mm 190 con foro centrale per container Aesculap o di un filtro quadrato mm 225x225 con 2 fori di aggancio per containers Martin.

Riscontro al quesito n. 12

Si conferma la descrizione riportata nel capitolato tecnico.

Quesito n. 13

Lotto 11 – *teli assorbenti per letto operatorio* –

Si chiede di specificare cosa si intende per film plastico “ *tagliagocce* ” specificandone le caratteristiche tecniche.

Riscontro al quesito n. 13

Il film plastico deve garantire un’azione anti scivolamento. La dicitura “ *tagliagocce* ” è stata inserita per evidenziare la suddetta caratteristica.

Quesito n. 14

Lotto 11 – *Teli assorbenti per letto operatorio* –

Se il confezionamento fosse da 25 pezzi è necessario comunque produrre una campionatura minima di 50 pezzi

Riscontro al quesito n. 14

Si conferma la possibilità di offrire campionatura con confezionamento a 25 pezzi

Quesito n. 15

Lotti 9-11-16

In merito ai Lotti sopra indicati, si chiede se l’etichettatura dei prodotti è sufficiente apporla sulla confezione (cartone) e al suo interno su un involucro in plastica contenente tutti i prodotti, o è necessario imbustare ogni singolo prodotto ed etichettarlo singolarmente?

Riscontro al quesito n. 15

Si conferma.

Quesito n. 16

Lotto 16

Nel caso il confezionamento fosse da 25 pezzi è necessario comunque produrre una campionatura minima di 50 pezzi?

Riscontro al quesito n. 16

Si conferma la possibilità di offrire campionatura con confezionamento a 25 pezzi.

Quesito n. 17

Punto 1 Lotto 2 – Camici visitatori monouso non sterili in TNT di colore verde con polsino e lacci

Si specifica che tale tipologia di dispositivo è presente sul mercato solitamente come taglia unica; tali camici, per permetterne la chiusura posteriore per sovrapposizione ed assicurare maggiore

vestibilità, presentano una larghezza (massima apertura) di circa 140 cm ed un'altezza pari a circa 120 cm.

Si chiede pertanto conferma che l'indicazione "misure minime h 140x120 cm" sia da intendersi "misure minime h 120x140 cm".

Punto 2 Lotto 3.- Camici per personale sanitario in TNT di colore verde con polsino e lacci.

Si specifica che il CND indicato (T020401) è relativo al dispositivo "camice chirurgico standard": siamo a richiedere se in tale lotto siano richiesti camici chirurgici in SMMS (con grammature e prezzi molto più elevati), oppure camici visitatori in polipropilene con polsini in cotone elasticizzato, in quanto la descrizione è perfettamente sovrapponibile al lotto precedente (tranne che per la presenza dei polsini in cotone elasticizzato). Se si tratta di camici visitatore, si chiede conferma che l'indicazione "misure minime h 140x120 cm" sia un refuso, e che l'indicazione corretta sia "misure minime h 120x140 cm". Se invece si tratta di camici chirurgici, si precisa che le misure dipendono dalla taglia

Punto 3 Lotto 9 – Copertura del reggibraccio del Letto operatorio

Si chiede di specificare se sia richiesta copertura a cuffia con elastico in tutto il perimetro del dispositivo oppure copertura tubolare dotata di fettucce che ne permettono il fissaggio. Si chiede inoltre di specificare il tipo di tessuto richiesto.

Punto 4 Lotto 19 –

Lenzuolo sanitario monouso di carta

Si chiede di specificare se il lenzuolo debba essere a 1 o 2 veli.

Punto 5 Campionatura

Si domanda cortese conferma della possibilità di presentare come campionatura un quantitativo ridotto in confezione originale di vendita per ciascun lotto.

Punto 6 Lotto 11 Teli assorbenti per letto operatorio.

a) Le misure sono tassative o è possibile offrire un prodotto con dimensioni al di fuori delle tolleranze indicate

b) È possibile offrire un confezionamento inferiore rispetto al range di 50-300 indicato?

c) Come campionatura è richiesto n. 1 telo per misura o un'intera confezione?

Punto 7 Lotto 17 – Divise in TNT per personale sanitario

È richiesta come campionatura n. 1 confezione. Si intende una busta singola contenente una divisa oppure un cartone contenente 50 divise singolarmente incartate?

Punto 8

Lotto 19 – Lenzuolo sanitario di carta

È indicata una misura (cm 60x180) differente rispetto all'Elenco prodotti (cm 40x60): quale è la misura corretta?

Riscontro al quesito n. 17

Punto 1

Si conferma che le misure minime sono 120 cm h x 140 cm.

Punto 2

L'inserito del codice CND è frutto di un errore materiale. Nel precisare che le misure richieste sono h 120 cm x 140 cm, si confermano le altre indicazioni riportate nel capitolato tecnico

Punto 3

Trattasi di copertura a cuffia con elastico.

Trattasi di tessuto non tessuto

Punto 4

E' facoltà dell'operatore offrire un lenzuolo ad uno o due veli.

Punto 5

Si conferma.

Punto 6

a Si confermano le misure e le tolleranze riportate nel Capitolato tecnico.

b Si conferma.

c Una confezione

Punto 7

E' sufficiente la presentazione di una o più divise opportunamente confezionate.

Punto 8

Trattasi di errore materiale. L'operatore economico deve presentare offerta per un rotolo di lunghezza pari a 80mt. La lunghezza dello strappo è pari a 40cm e la larghezza è pari 60cm.

Quesito n. 18

Nel Disciplinare di gara si chiede di presentare il modello DGUE e le dichiarazioni di cui all'Allegato n. 1. Nel modello Allegato 1 è presente anche una parte del modello DGUE.

Si chiede se è sufficiente la compilazione dell'allegato 1 o se è necessario compilare anche il modello DGUE?.

Riscontro al quesito n. 18

Si rappresenta che ai fini della partecipazione, l'operatore dovrà compilare entrambi i documenti

Quesito n. 19

Punto 1- Rif. Disciplinare di gara pag. 10.

I documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPASS. Si chiede di chiarire se tali documenti devono essere trasmessi tramite AVCPASS prima della gara o solo dopo e su richiesta della Stazione Appaltante. Nel caso in cui siano da inviare tramite AVCPASS devo essere comunque inviati nella documentazione di gara? –

Punto 2 Rif. Disciplinare di gara pag. 11

Si chiede di precisare se i campioni devono essere inviati all'Ufficio Protocollo. In caso contrario si prega di indicare a quale ufficio/reparto vadano indirizzati

Punto 3 Rif. Allegato 3 schema di offerta:

Si chiede di precisare se, nel caso di partecipazione ad un solo lotto, sia possibile cancellare i riferimenti ai lotti per i quali non si partecipa oppure se è necessario lasciare, non compilati, i riferimenti a tutti i lotti di gara;

Punto 4 Rif. Disciplinare di gara pag. 25 art. 17 e Rif. Allegato 3 schema di offerta

Si chiede di indicare gli importi unitari e complessivi in cifre e lettere, ma nel modello Allegato n. 3 non è presente la casella per inserire l'importo unitario in cifre? Si chiede se è possibile inserire il prezzo unitario in lettere nella stessa casella del prezzo unitario in cifre, in caso contrario si chiede di indicare come operare

Riscontro al quesito n. 19

Punto 1

I documenti devono essere trasmessi a mezzo AVCPASS su richiesta della stazione appaltante.

Punto 2

Si conferma che la campionatura deve pervenire all'Ufficio protocollo dell'ASL ROMA 1- Borgo Santo Spirito, 3 – 00193 Roma.

Punto 3

L'operatore dovrà valorizzare esclusivamente i campi del Lotto per il quale presenta offerta.

Punto 4

Trattasi di un refuso. La società partecipante dovrà pertanto attenersi al modello di cui all'Allegato 3.

Quesito n. 20

Lotto 17 – Divise in TNT per personale sanitario

Nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, peraltro ribadito a pagina 25 di 30 del disciplinare di gara, chiediamo di poter offrire: al lotto 17, casacche che presentano scollatura con girocollo rotondo allargato.

Riscontro al quesito n. 20

Si conferma la possibilità di offrire casacche che presentano scollatura con girocollo rotondo allargato.

Quesito n. 21

Lotto 14 – mascherine traspiranti per camera operatoria in TNT color verde con lacci provvisti di barriera -

Nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, peraltro ribadito a pagina 25 di 30 del disciplinare di gara, chiediamo di poter offrire: al lotto 14, mascherine di colore blu-

Riscontro al quesito n. 21

Si conferma.

Quesito n. 22

Lotto 3- Camici per personale sanitario in TNT di colore verde con polsino in cotone elasticizzato e lacci

Nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, peraltro ribadito a pagina 25 di 30 del disciplinare di gara, chiediamo di poter offrire: al lotto 13 mascherine di colore blu-

Riscontro al quesito n. 22

Si conferma.

Quesito n. 23

Documentazione amministrativa

In riferimento all'emissione di cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara si chiede di chiarire a pag.14 il seguente punto "7) riportare l'autentica della sottoscrizione".

E' sufficiente allegare la procura che attesti i poteri di firma del soggetto garante come peraltro richiesto al punto 8) della stessa pagina?

Riscontro al quesito n. 23

Si conferma.

Quesito n. 24

Punto 1

Lotto 4: Berretto per camera operatoria color verde con lacci

Si richiede la possibilità di partecipare con un berretto che corrisponda alle caratteristiche da voi richieste ma di colore blu-

Punto 2

Lotto 3 Camici per personale sanitario in TNT di colore verde con polsino in cotone elasticizzato e lacci

Si richiede la possibilità di partecipare con un camice che corrisponda alle caratteristiche da voi richieste ma di colore blu-

Punto 3

Lotto 9 Copertura per il reggibraccio del letto operatorio.

Si richiede la possibilità di partecipare con una copertura dei reggibraccio del letto operatorio con chiusura con fascette in velcro, garantendo una maggiore sicurezza rispetto alla chiusura dell'elastico

Punto 4

Lotto 13 – mascherina traspirante per camera operatoria in TNT color verde con lacci
Si richiede la possibilità di partecipare con una mascherina che corrisponda alle caratteristiche da voi richieste ma di colore blu-

Punto 5

Lotto 14 – mascherina traspirante per camera operatoria in TNT color verde con lacci provvista di visiera
Si richiede la possibilità di partecipare con una mascherina che corrisponda alle caratteristiche da voi richieste ma di colore blu-

Punto 6

Lotto 16 – tappeto assorbente
Si richiede la possibilità di partecipare con un tappeto assorbente di dimensioni 182 cm x 71 cm, garantendo comunque una capacità di assorbenza molto maggiore di quella richiesta

Riscontro al quesito n. 24

Punto 1

Si conferma.

Punto 2

Si conferma

Punto 3

Si conferma la descrizione riportata nel documento Capitolato Tecnico.

Punto 4

Si conferma.

Punto 5

Si conferma.

Punto 6

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico in merito alle misure ed alle tolleranze ammesse

Quesito n. 25

Campionatura

Quanti sono i pezzi da campionare per la procedura in oggetto?

Riscontro al quesito n. 25

Si rinvia al capitolato tecnico sez. 2 – *caratteristiche specifiche dei prodotti* - , dove, per ciascun lotto, viene indicata la campionatura.

Quesito n. 26

Lotto 14 – mascherina traspirante per camera operatoria in TNT color verde con lacci provvista di visiera

Vi chiediamo di specificare a quanti strati deve essere la mascherina.

Riscontro al quesito n. 26

La mascherina dovrà essere dotata di n. 3 strati.

Quesito n. 27

Lotto 15 – maschere traspirante per camera operatoria in TNT color verde omologata secondo i requisiti della norma EN 149:2001

Il color verde che indicate nelle caratteristiche è motivo di esclusione se si offre una maschera di colore bianca

Riscontro al quesito n. 27

Si conferma che è possibile offrire una maschera di colore bianca

Quesito n. 28

Lotto 13 – mascherina traspirante per camera operatoria in TNT color verde con lacci
Vi chiediamo di specificare a quanti strati deve essere la mascherina.

Riscontro al quesito n. 28

La mascherina dovrà essere dotata di n. 3 strati.

Quesito n. 29

Lotto 10 – Lenzuolino per lettino

Vi chiediamo di specificare di che materiale deve essere realizzato il lenzuolino per lettino

Riscontro al quesito n. 29

Trattasi di tessuto non tessuto

Quesito n. 30

Punto 1) Caratteristiche tecniche generali

Si richiede se la conformità al provv. 05/08/1999 sia obbligatoria a causa esclusione

Punto 2) Lotto 13 – mascherina traspirante per camera operatoria in TNT color verde con lacci

Si richiede se verranno prese in considerazione di colori diversi da quello indicato (verde) o è una caratteristica a causa di esclusione

Riscontro al quesito n. 30

Punto 1

In merito ai DPI si conferma quanto previsto nel documento Capitolato Tecnico paragrafo 1

Punto 2

Si conferma che verranno prese in considerazione anche mascherine aventi colori diversi.

Quesito n. 31

Lotto 10 – Lenzuolino per lettino

Si chiede di specificare dettagliatamente le caratteristiche tecniche dell'articolo richiesto per il Lotto n.10. In particolare:

Punto 1) chiarire il materiale di cui è composto (si fa riferimento ad un generico materiale non assorbente);

Punto 2) confermare che trattasi di lenzuolino in rotolo, in quanto la richiesta di presenza dei lembi di rimbocco lascerebbe intendere che trattasi di lenzuolo piegato. Nel caso venga confermato il rotolo da mt. 70 specificare, anche con eventuali immagini, la collocazione dei lembi sul rotolo al fine di una corretta individuazione del prodotto.

Riscontro al quesito n. 31

Punto 1) Trattasi di tessuto non tessuto

Punto 2) Trattasi di lenzuolino a rotolo. La dicitura lembi di ritocco non deve essere considerata. Nel modello dell'offerta economica la dicitura pezzo si riferisce al singolo rotolo.