

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti. Valore stimato dell'appalto € 1.777.600,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Numero Gara ANAC: 9013536 - CUP: J89J21013730002. Finanziamento DGR n. 39 del 30/01/2023 e fondi di Bilancio Aziendale.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC INGEGNERIA CLINICA

Centro di Costo: BD02 L'Estensore: MARINELLA BASILE Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC INGEGNERIA CLINICA	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. CARLA DE SANTIS	Ing. SILVIA SERGIO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€1.111.123,84	2023	CP	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche -DGR 39/2023	Ing. Silvia Sergio	NO
€40.351,50	2023	CP	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche -Fondi di Bilancio Aziendale	Ing. Silvia Sergio	NO
€6.414,20	2023	CP	101020598	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 € - DGR 39/2023	Ing. Silvia Sergio	NO
€8.360,00	2023	CE	516040605	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. SILVIA SERGIO

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini	
Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino	
Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il presente provvedimento si compone di n.70 pagine di cui n. 60 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
---	---	---

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 05 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il Dott. Giuseppe Quintavalle;

l'Atto di Autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020, pubblicato sul BURL del 30/01/2020, n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Ingegneria Clinica;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto "Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;

VISTA la Deliberazione n. 347 del 08/07/2022 avente ad oggetto: "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

PREMESSO che con DGR n. 39 del 30/01/2023 la Regione Lazio ha finanziato il progetto esecutivo, pari ad € 2.100.000,00 riconosciute alla Asl Roma 1, per l'acquisto di tecnologie sanitarie di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'Asl Roma 1, n. 197 del 24.11.2022;

che con Deliberazione n. 377 del 28/03/2023 è stata indetta una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in full service di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, suddivisa in 14 lotti aggiudicabili singolarmente, per un importo complessivo di € 1.777.600,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:

Lotto	CIG	Descrizione	Importo IVA esclusa posto a base d'asta	Importo complessivo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa
1	9731097348	n. 1 Archi a C per Chirurgia Vascolare	€ 170.000,00	€ 400,00
2	9731120642	n. 2 Archi a C per Elettrofisiologia con Tavoli Operatori	€ 450.000,00	€ 400,00
3	97311406C3	n. 5 Tavoli Operatori	€ 400.000,00	€ 400,00
4	9731169EAF	n.4 Apparecchi di Anestesia Media Intensità	€ 120.000,00	€ 400,00

5	9731194354	n. 1 Ecotomografo di Alta Fascia per Diagnosi Prenatale	€ 120.000,00	€ 400,00
6	9731210089	n. 2 Ecotomografi Multidisciplinare	€ 110.000,00	€ 400,00
7	97312387A2	n. 7 Letti Degenza per Unità Terapia Intensiva Cardiologica	€ 98.000,00	€ 400,00
8	9731264D15	n. 4 Autoclavi a Vapore	€ 240.000,00	€ 400,00
9	9731304E17	n.20 Saturimetri Palmari	€ 12.000,00	€ 400,00
10	9731362DF4	n.5 Frigoriferi per la Conservazione dei Farmaci di Piccole Dimensioni	€ 10.000,00	€ 400,00
11	9731412739	n.1 Congelatore	€ 4.000,00	€ 400,00
12	9731497D5C	n.5 Monitor Defibrillatori	€ 25.000,00	€ 400,00
13	9731515C37	n.2 Macchine del Ghiaccio	€ 3.000,00	€ 400,00
14	9731539009	n.5 Elettrocardiografi	€ 10.000,00	€ 400,00
				€ 1.777.600,00

ATTESO

che l'aggiudicazione dei 14 lotti previsti per l'appalto avverrà per i Lotti nn.: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, mentre per i Lotti nn.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 l'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO

che, a seguito della pubblicazione del bando e della documentazione di gara, così come previsto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016, il termine perentorio di presentazione delle offerte presso la piattaforma telematica S.TEL.LA, era fissato per il giorno 11/05/2023 alle ore 12:00;

che con Deliberazione n. 205 del 16/05/2023 si è provveduto alla proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissate alle ore 12:00 del giorno 29 maggio 2023;

che entro il termine indicato, sono pervenute attraverso la piattaforma STELLA per la gara in oggetto n. 35 offerte, come indicato nel prospetto di seguito indicato:

Offerte pervenute		Prot. di ricezione offerte del registro di STELLA
ALTHEA ITALIA S.P.A.	Lotti 1, 2	PI072915-23 del 26/05/2023 11:04:42
BIESSE MEDICA	Lotti 1,2	PI072974-23 del 26/05/2023 12:09:04
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	Lotti 1,2,4,5	PI073176-23 del 29/05/2023 09:48:44
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Lotti 1,2	PI073313-23 del 29/05/2023 11:01:26
SIMAD SRL	Lotto 1	PI072668-23 del 25/05/2023 17:03:17
TRADE ART 2000 S.P.A.	Lotti 1,2	PI073224-23 del 29/05/2023 10:28:02
ALTAMED S.R.L.	Lotto 3	PI072953-23 del 26/05/2023 11:56:46
GETINGE ITALIA SRL	Lotti 3,4	PI072864-23 del 26/05/2023 09:58:31

GM MEDICA SRL	Lotto 3	PI072996-23 del 26/05/2023 12:19:08
DRAEGER ITALIA	Lotto 4	PI072787-23 del 25/05/2023 18:08:51
TECNOSALUS ELETTRROMEDICALI SRL	Lotti 4,12	PI070100-23 del 22/05/2023 16:02:15
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	Lotto 5	PI068082-23 del 16/05/2023 17:48:19
ESAOTE S.p.A.	Lotto 6	PI073124-23 del 28/05/2023 00:56:56
AESSE MEDICAL SPA	Lotto 12	PI073181-23 del 29/05/2023 09:56:06
A.C.F. ITALIA S.R.L.	Lotti 10,11	PI061948-23 del 02/05/2023 17:26:35
ALEA DI DADONE SILVIO E C. SAS	Lotto 9	PI072669-23 del 25/05/2023 17:05:39
BURKE & BURKE SPA	Lotto 12	PI071242-23 del 24/05/2023 09:41:48
CISA Production S.r.l. Unipersonale	Lotto 8	PI073221-23 del 29/05/2023 10:19:11
LINET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Lotto 7	PI072833-23 del 26/05/2023 09:11:34
MALVESTIO SPA	Lotto 7	PI073382-23 del 29/05/2023 11:41:05
SERVIZI OSPEDALIERI SRL	Lotto 8	PI073169-23 del 29/05/2023 09:32:28
STEEL & POWER S.R.L.	Lotto 8	PI073216-23 del 29/05/2023 10:11:02
STEELCO S.P.A.	Lotto 8	PI073015-23 del 26/05/2023 12:24:53
VINCAL SRL	Lotti 13,14	PI073102-23 del 27/05/2023 13:04:41

VISTO che, con Determinazione dirigenziale n. 1296 del 09/06/2023, è stata formalizzata l'ammissione di tutti gli operatori economici alla fase dell'apertura delle offerte tecniche;

che con Deliberazione n. 304 del 07/06/2023 è stata nominata la Commissione preposta alla valutazione delle offerte, così composta:

PRESIDENTE: Ing. Serena Pittarelli – Collaboratore Tecnico UOC Ingegneria Clinica

COMPONENTE: Dott. Raffaele Ferrara– Funzione Organizzativa Area Radiologia Ospedaliera UOC Tecnici Sanitari P. O. San Filippo Neri

COMPONENTE: Dott. Marco Sereni –Coordinatore UOC Anestesia e Rianimazione San Filippo Neri

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa Marinella Basile– Collaboratore Amministrativo UOC Ingegneria Clinica

PRESO ATTO del contenuto dei verbali delle sedute pubbliche e riservate allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale (All. 1);

dell'urgenza legata alle forniture di cui ai Lotti da 3 a 14, si ritiene opportuno rimandare a successivo atto l'aggiudicazione dei Lotti nn. 1 e 2, che risultano in fase di aggiudicazione tecnica;

CONSIDERATO che dall'analisi dei verbali e di tutti gli atti connessi e consequenziali è stato accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa;

RITENUTO pertanto, di approvare integralmente l'operato della Commissione e di aggiudicare la procedura di gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in full service di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, Lotti da 3 a 14, alle seguenti società:

Lotto	Oggetto del lotto	Società aggiudicataria	Importo IVA esclusa
3	n. 5 Tavoli Operatori	GETINGE ITALIA SRL	€ 388.248,00
4	n.4 Apparecchi di Anestesia Media Intensità	TECNOSALUS ELETTRMEDICALI SRL	€ 94.800,00
5	n. 1 Ecotomografo di Alta Fascia per Diagnosi Prenatale	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	€ 110.000,00
6	n. 2 Ecotomografi Multidisciplinare	ESAOTE S.p.A	€ 109.000,00
7	n. 7 Letti Degenza per Unità Terapia Intensiva Cardiologica	LINET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	€ 97.279,00
8	n. 4 Autoclavi a Vapore	STEEL & POWER S.R.L.	€ 132.300,00
9	n.20 Saturimetri Palmari	ALEA DI DADONE SILVIO E C. SAS	€ 5.644,00
10	n.5 Frigoriferi per la Conservazione dei Farmaci di Piccole Dimensioni	A.C.F. ITALIA S.R.L.	€ 8.070,00
11	n.1 Congelatore	A.C.F. ITALIA S.R.L.	€ 3.999,00
12	n.5 Monitor Defibrillatori	BURKE & BURKE SPA	€ 17.737,50
13	n.2 Macchine del Ghiaccio	VINCAL SRL	€ 2.576,00
14	n.5 Elettrocardiografi	VINCAL SRL	€ 9.772,50

RILEVATO

che sono stati già avviati i controlli finalizzati alla verifica, in capo ai soggetti risultati aggiudicatari, del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, riservandosi l'Azienda, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduti i concorrenti, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

CONSIDERATO

che ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., le attività oggetto dell'appalto danno origine a rischi da interferenza e che la UOC Sicurezza Prevenzione e Risk Management ha stimato i costi relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari complessivamente ad € 400,00 IVA esclusa per ciascun lotto, per un totale di € 4.800,00 IVA esclusa;

VISTA

la Deliberazione n. 13 del 19/04/2022 Asl Roma 1 avente ad oggetto: "Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- Codice dei Contratti Pubblici";

DATO ATTO

che all'interno del quadro economico di cui alla DGR n. 39/2023 è prevista una quota "art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne escluse la quota del 20% per beni strumentali)" pari ad € 8.360,00;

RITENUTO

di contabilizzare, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016" l'importo di € 8.360,00 quale quota incentivi ex art.113, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che saranno successivamente ripartite e liquidate con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento;

PRESO ATTO

dell'importo complessivo di aggiudicazione pari a € 1.157.889,54 IVA e oneri di sicurezza non soggetti al ribasso inclusi, di cui € 264.761,70 al 5% di IVA e € 893.127,84 al 22% di IVA;

che la predetta spesa avrà rilevanza contabile sui conti di seguito indicati del Bilancio di competenza:

Anno 2023		
Conto	Descrizione	Importo IVA inclusa
516040605	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€ 8.360,00
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche – Fondi di Bilancio Aziendale	€ 40.351,50
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche – DGR 39/2023	€ 1.111.123,84
101020598	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 € – DGR 39/2023	€ 6.414,20

che a seguito dell'adozione del presente atto il C.P. 101020501 - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche ed il C.P. 101020598 - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche <516 presentano la seguente situazione economica:

DGR 39/2023

Esercizio 2023 - CUP: J89J21013730002

Budget assegnato	€ 2.100.000,00
Budget già impegnato	€ 0,00
Importo impegnato con presente atto	€ 1.125.898,04
Residuo	€ 974.101,96

che la spesa di € 40.351,50 IVA 22% inclusa, necessaria all'acquisto di un'Autoclave a Vapore di cui al Lotto 8, grava ai sensi del D.Lgs. 118/2011 per il 100% sul F.S.R. (Fondo Sanitario Regionale) dell'annualità 2023;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di aggiudicare** la procedura di gara, finalizzata all'affidamento della fornitura in full service di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, suddivisa in 14 lotti aggiudicabili singolarmente, Lotti da 3 a 14, come segue:
 - Lotto 3: n. 5 Tavoli Operatori – CIG: 97311406C3
GETINGE ITALIA SRL € 388.248,00 IVA al 22% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
 - Lotto 4: n.4 Apparecchi di Anestesia Media Intensità – CIG: 9731169EAF
TECNOSALUS ELETTRMEDICALI SRL € 94.800,00 IVA al 22% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
 - Lotto 5: n. 1 Ecotomografo di Alta Fascia per Diagnosi Prenatale – CIG: 9731194354
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A € 110.000,00 IVA al 5% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
 - Lotto 6: n. 2 Ecotomografi Multidisciplinare – CIG: 9731210089

- ESAOTE S.p.A € 109.000,00 IVA al 5% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- **Lotto 7:** n. 7 Letti Degenza per Unità Terapia Intensiva Cardiologica – CIG: 97312387A2
LINET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE € 97.279,00 IVA al 22% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
 - **Lotto 8:** n. 4 Autoclavi a Vapore – CIG: 9731264D15
STEEL & POWER S.R.L. € 132.300,00 IVA al 22% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
 - **Lotto 9:** n.20 Saturimetri Palmari – CIG: 9731304E17
ALEA DI DADONE SILVIO E C. SAS € 5.644,00 IVA al 5% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
 - **Lotto 10:** n.5 Frigoriferi per la Conservazione dei Farmaci di Piccole Dimensioni – CIG: 9731362DF4
A.C.F. ITALIA S.R.L. € 8.070,00 IVA al 22% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
 - **Lotto 11:** n.1 Congelatore – CIG: 9731412739
A.C.F. ITALIA S.R.L. € 3.999,00 IVA al 22% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
 - **Lotto 12:** n.5 Monitor Defibrillatori – CIG: 9731497D5C
BURKE & BURKE SPA € 17.737,50 IVA al 5% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
 - **Lotto 13:** n.2 Macchine del Ghiaccio – CIG: 9731515C37
VINCAL SRL € 2.576,00 IVA al 22% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
 - **Lotto 14:** n.5 Elettrocardiografi – CIG: 9731539009
VINCAL SRL € 9.772,50 IVA al 5% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
2. **di imputare** l'importo di € 1.157.889,54 IVA e oneri di sicurezza non soggetti al ribasso inclusi, di cui € 264.761,70 al 5% di IVA e € 893.127,84 al 22% di IVA, come di seguito specificato:

Anno 2023		
Conto	Descrizione	Importo IVA inclusa
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche – Fondi di Bilancio Aziendale	€ 40.351,50
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche – DGR 39/2023	€ 1.111.123,84
101020598	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 € – DGR 39/2023	€ 6.414,20

3. **di dare atto** che l'importo di € 40.351,50 IVA 22% inclusa, necessario all'acquisto di un'Autoclave a Vapore di cui al Lotto 8, grava ai sensi del D.Lgs. 118/2011 per il 100% sul F.S.R. (Fondo Sanitario Regionale) dell'annualità 2023;
4. **di contabilizzare**, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” l'importo di € 8.360,00 quale quota incentivi ex art.113, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che saranno successivamente ripartite e liquidate con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
5. **di nominare** quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'Ing. Serena Pittarelli, Collaboratore Tecnico in servizio presso la UOC Ingegneria Clinica;

6. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
procedimento
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
UOC Ingegneria Clinica
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IN VIRTU' dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri di cui alla Deliberazione del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 05 aprile 2023;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: *"Aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti. Valore stimato dell'appalto € 1.777.600,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Numero Gara ANAC: 9013536- CUP: J89J21013730002. Finanziamento DGR n. 39 del 30/01/2023 e fondi di Bilancio Aziendale."*

e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. **di aggiudicare** la procedura di gara, finalizzata all'affidamento della fornitura in full service di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, suddivisa in 14 lotti aggiudicabili singolarmente, Lotti da 3 a 14, come segue:
 - **Lotto 3:** n. 5 Tavoli Operatori – CIG: 97311406C3
GETINGE ITALIA SRL €. 388.248,00 IVA al 22% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
 - **Lotto 4:** n.4 Apparecchi di Anestesia Media Intensità – CIG: 9731169EAF
TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL €. 94.800,00 IVA al 22% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
 - **Lotto 5:** n. 1 Ecotomografo di Alta Fascia per Diagnosi Prenatale – CIG: 9731194354
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A € 110.000,00 IVA al 5% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di

- oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- **Lotto 6:** n. 2 Ecotomografi Multidisciplinare – CIG: 9731210089
ESAOTE S.p.A € 109.000,00 IVA al 5% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- **Lotto 7:** n. 7 Letti Degenza per Unità Terapia Intensiva Cardiologica – CIG: 97312387A2
LINET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE € 97.279,00 IVA al 22% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- **Lotto 8:** n. 4 Autoclavi a Vapore – CIG: 9731264D15
STEEL & POWER S.R.L. € 132.300,00 IVA al 22% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- **Lotto 9:** n.20 Saturimetri Palmari – CIG: 9731304E17
ALEA DI DADONE SILVIO E C. SAS € 5.644,00 IVA al 5% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- **Lotto 10:** n.5 Frigoriferi per la Conservazione dei Farmaci di Piccole Dimensioni – CIG: 9731362DF4
A.C.F. ITALIA S.R.L. € 8.070,00 IVA al 22% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- **Lotto 11:** n.1 Congelatore – CIG: 9731412739
A.C.F. ITALIA S.R.L. € 3.999,00 IVA al 22% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- **Lotto 12:** n.5 Monitor Defibrillatori – CIG: 9731497D5C
BURKE & BURKE SPA € 17.737,50 IVA al 5% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- **Lotto 13:** n.2 Macchine del Ghiaccio – CIG: 9731515C37
VINCAL SRL € 2.576,00 IVA al 22% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- **Lotto 14:** n.5 Elettrocardiografi – CIG: 9731539009
VINCAL SRL € 9.772,50 IVA al 5% esclusa, più € 400,00 IVA esclusa di oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;

2. **di imputare** l'importo di € 1.157.889,54 IVA e oneri di sicurezza non soggetti al ribasso inclusi, di cui € 264.761,70 al 5% di IVA e € 893.127,84 al 22% di IVA, come di seguito specificato:

Anno 2023		
Conto	Descrizione	Importo IVA inclusa
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche – Fondi di Bilancio Aziendale	€ 40.351,50
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche – DGR 39/2023	€ 1.111.123,84
101020598	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 € – DGR 39/2023	€ 6.414,20

3. **di dare atto** che l'importo di € 40.351,50 IVA 22% inclusa, necessario all'acquisto di un'Autoclave a Vapore di cui al Lotto 8, grava ai sensi del D.Lgs. 118/2011 per il 100% sul F.S.R. (Fondo Sanitario Regionale) dell'annualità 2023;
4. **di contabilizzare**, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016" l'importo di € 8.360,00 quale quota incentivi ex art.113, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che saranno successivamente ripartite e liquidate con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
5. **di nominare** quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'Ing. Serena Pittarelli, Collaboratore Tecnico in servizio presso la UOC Ingegneria Clinica;

6. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DA DESTINARE ALLA
ASL ROMA 1, ARTICOLATA IN 14 LOTTI.**

Verbale n. 1 seduta pubblica virtuale apertura buste tecniche

19/06/2023

Dalle ore 10:00 alle ore 13:30

PREMESSO CHE:

- ✓ con Deliberazione n. 377 del 28/03/2023 è stata indetta una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 Lotti, per un importo complessivo pari a € 1.777.600,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddivisa:
 - LOTTO 1: n. 1 Archi a C per Chirurgia Vascolare - importo complessivo a base di gara € 170.000,00 IVA esclusa – CIG: 9731097348;
 - LOTTO 2: n. 2 Archi a C per Elettrofisiologia con Tavoli Operatori - importo complessivo a base di gara € 450.000,00 IVA esclusa – CIG: 9731120642;
 - LOTTO 3: n. 5 Tavoli Operatori - importo complessivo a base di gara € 400.000,00 IVA esclusa – CIG: 97311406C3;
 - LOTTO 4: n.4 Apparecchi di Anestesia Media Intensità - importo complessivo a base di gara € 120.000,00 IVA esclusa – CIG: 9731169EAF;
 - LOTTO 5: n. 1 Ecotomografo di Alta Fascia per Diagnosi Prenatale - importo complessivo a base di gara € 120.000,00 IVA esclusa – CIG: 9731194354;
 - LOTTO 6: n. 2 Ecotomografi Multidisciplinare - importo complessivo a base di gara € 110.000,00 IVA esclusa – CIG: 9731210089;
 - LOTTO 7: n. 7 Letti Degenza per Unità Terapia Intensiva Cardiologica - importo complessivo a base di gara € 98.000,00 IVA esclusa – CIG: 97312387A2;
 - LOTTO 8: n. 4 Autoclavi a Vapore - importo complessivo a base di gara € 240.000,00 IVA esclusa – CIG: 9731264D15;
 - LOTTO 9: n.20 Saturimetri Palmari - importo complessivo a base di gara € 12.000,00 IVA esclusa – CIG: 9731304E17;
 - LOTTO 10: n.5 Frigoriferi per la Conservazione dei Farmaci di Piccole Dimensioni - importo complessivo a base di gara € 10.000,00 IVA esclusa – CIG: 9731362DF4;
 - LOTTO 11: n.1 Congelatore - importo complessivo a base di gara € 4.000,00 IVA esclusa – CIG: 9731412739;
 - LOTTO 12: n.5 Monitor Defibrillatori - importo complessivo a base di gara € 25.000,00 IVA esclusa – CIG: 9731497D5C;
 - LOTTO 13: n.2 Macchine del Ghiaccio - importo complessivo a base di gara € 3.000,00 IVA esclusa – CIG: 9731515C37;
 - LOTTO 14: n.5 Elettrocardiografi - importo complessivo a base di gara € 10.000,00 IVA esclusa – CIG: 9731539009;
- ✓ per i Lotti nn.: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 è prevista l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mentre per i Lotti nn.: 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13 l'aggiudicazione sarà con l'applicazione del criterio del prezzo più basso;



- ✓ è stata nominata in qualità di RUP della gara l'Ing. Carla De Santis con i compiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al quale si fa integrale rinvio;
- ✓ il termine di presentazione delle offerte era fissato per il giorno 11 maggio 2023 alle ore 12:00;
- ✓ successivamente con Deliberazione n. 205 del 16/05/2023 il predetto termine è stato prorogato per il giorno 29 maggio 2023 e sono pervenute sulla Piattaforma STELLA per la gara in oggetto n. 35 offerte, come di seguito specificato:
 - ALTHEA ITALIA S.P.A. per i Lotti: 1, 2;
 - BIESSE MEDICA per i Lotti: 1,2;
 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. per i Lotti: 1,2,4,5;
 - SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. per i Lotti: 1,2;
 - SIMAD SRL per il Lotto 1;
 - TRADE ART 2000 S.P.A. per i Lotti: 1,2;
 - ALTAMED S.R.L. per il Lotto 3;
 - GETINGE Italia Srl per i Lotti: 3,4;
 - GM MEDICA SRL per il Lotto 3;
 - DRAEGER ITALIA per il Lotto 4;
 - TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL per i Lotti: 4,12;
 - SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA per il Lotto 5;
 - ESAOTE S.p.A. per il Lotto 6;
 - AESSE MEDICAL SPA per il Lotto 12;
 - A.C.F. ITALIA S.R.L. per i Lotti: 10,11;
 - ALEA DI DADONE SILVIO E C. SAS per il Lotto 9;
 - Burke & Burke SpA per il Lotto 12;
 - CISA Production S.r.l. Unipersonale per il Lotto 8;
 - LINET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE per il Lotto 7;
 - MALVESTIO SPA per il Lotto 7;
 - SERVIZI OSPEDALIERI SRL per il Lotto 8;
 - STEEL & POWER S.R.L. per il Lotto 8;
 - STEELCO S.P.A. per il Lotto 8;
 - VINCAL SRL per i Lotti: 12,14.
- ✓ in data 30/05/2023 ha avuto luogo la seduta pubblica virtuale in cui è stata verificata la completezza della documentazione amministrativa prodotta dalle società partecipanti;
- ✓ con determinazione n. 1296 del 09/06/2023 è stata disposta l'ammissione di tutti gli operatori partecipanti alla fase successiva della procedura di gara;
- ✓ ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. Del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con Deliberazione n. 304 del 07/06/2023 è stata nominata la Commissione tecnica così composta:

PRESIDENTE: Ing. Serena Pittarelli - Collaboratore Tecnico UOC Ingegneria Clinica

COMPONENTE: Dott. Raffaele Ferrara - Funzione Organizzativa Area Radiologia Ospedaliera UOC Tecnici Sanitari P.O. San Filippo Neri

COMPONENTE: Dott. Marco Sereni - Coordinatore UOC Anestesia e Rianimazione San Filippo Neri

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa Marinella Basile - Collaboratore Amm.vo UOC Ingegneria Clinica



- ✓ previo avviso pubblicato sulla piattaforma telematica di gara e notificato agli Operatori Economici di cui sopra è stata convocata in data 19/06/2023 la seduta pubblica virtuale per l'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche.

Tutto quanto sopra premesso in data 19/06/2023 alle ore 10:00 presso gli uffici della UOC Ingegneria Clinica della ASL Roma 1, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, in prima seduta, la Commissione di gara, al fine di procedere all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica tramite la piattaforma STELLA.




Si rileva che alla seduta è, altresì, presente il RUP l'Ing. Carla De Santis per l'apertura delle buste tecniche relative ai Lotti nn. 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14 per i quali è prevista l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

La Commissione procede i lavori effettuando una verifica formale della sola presenza della documentazione tecnica richiesta, la verifica dei contenuti e la rispondenza a quanto richiesto dal Capitolato è demandata alle successive sedute riservate.

Al termine delle predette operazioni la Commissione accerta che tutti gli Operatori Economici concorrenti, di cui all'elenco in premessa, hanno presentato documentazione tecnica così come richiesto nel Disciplinare di Gara.

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica virtuale.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE	Ing. Serena Pittarelli	
COMPONENTE	Dott. Raffaele Ferrara	
COMPONENTE	Dott. Marco Sereni	
SEGRETARIO VERBALIZZANTE	Dott.ssa Marinella Basile	
RUP	Ing. Carla De Santis	

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DA DESTINARE ALLA
ASL ROMA 1, ARTICOLATA IN 14 LOTTI.**

Verbale n. 2 seduta riservata valutazione offerte tecniche

20/06/2023

Dalle ore 08:30 alle ore 13:00

Il giorno 20/06/2023 alle ore 10:00, presso la sala riunioni della UOC Ingegneria Clinica si riunisce, in seduta riservata la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 304 del 07/06/2023, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto, indetta con Deliberazione n. 377 del 28/03/2023.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

Presidente	Ing. Serena Pittarelli	Collaboratore Tecnico UOC Ingegneria Clinica
Componente	Dott. Raffaele Ferrara	F. O. Area Radiologia Ospedaliera UOC Tecnici Sanitari P.O. San Filippo Neri 1
Componente	Dott. Marco Sereni	Coordinatore UOC Anestesia e Rianimazione San Filippo Neri
Segretario Verbalizzante	Dott.ssa Marinella Basile	Collaboratore Amm.vo UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando il Verbale n. 1 inizia la disamina tecnica.

In riferimento all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara, la Commissione rappresenta che la valutazione tecnica delle offerte avverrà nelle modalità sotto indicate.

Criteri discrezionali: A ciascuno dei parametri di valutazione qualitativi Vi, cui è assegnato un punteggio discrezionale, identificato con "D" nella tabella, è attribuito un coefficiente Ci variabile da zero a uno. La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala indicativa:

Giudizio	Ottimo	Distinto	Buono	Discreto	Sufficiente
Coefficiente Ci assegnato	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

Criteri quantitativi: A ciascuno dei parametri di valutazione qualitativi Vi, cui è assegnato un criterio di valutazione quantitativo, identificato con "Q" nella tabella, è attribuito un coefficiente Ci, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di calcolo indicato nella colonna "Modalità di assegnazione del Coefficiente".

Criteri tabellari: A ciascuno dei parametri di valutazione qualitativi Vi, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato con "T" nella tabella, è attribuito un coefficiente Ci pari a 0 o a 1, sulla base della presenza (SI: Ci=1) o assenza (NO: Ci= 0) nell'offerta, dell'elemento richiesto.





La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, quantitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore in quanto idoneo a consentire una corretta ponderazione tra i criteri. Non saranno ammessi alla valutazione dei parametri tecnici ed al prosieguo della procedura di acquisizione tutte quelle offerte che non avranno ottenuto un punteggio qualitativo di almeno 36/70.

Premesso quanto sopra, la Commissione decide di iniziare i lavori valutando la rispondenza dell'offerta tecnica ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico e dall'Allegato 3.B dal Lotto 1 al Lotto 6.

Per il **Lotto 1** "n.1 Archi a C per Chirurgia Vascolare", la Commissione valuta la documentazione presentata dalle società ALTHEA ITALIA S.P.A., BIESSE MEDICA, GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., SIMAD S.R.L., TRADE ART 2000 S.P.A. la quale risponde ai requisiti minimi richiesti da Capitolato Tecnico.

Per il **Lotto 2** "n.2 Archi a C per Elettrofisiologia con Tavoli Operatori", la Commissione valuta la documentazione presentata dalle società ALTHEA ITALIA S.P.A. BIESSE MEDICA, GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., TRADE ART 2000 S.P.A. la quale risponde ai requisiti minimi richiesti da Capitolato Tecnico.

Per il **Lotto 3** "n. 5 Tavoli Operatori", la Commissione valuta la documentazione presentata dalle società ALTAMED S.R.L., GETINGE Italia S.r.l. e GM MEDICA S.R.L., la quale risponde ai requisiti minimi richiesti da Capitolato Tecnico.

Per il **Lotto 4** "n.4 Apparecchi di Anestesia Media Intensità", la Commissione valuta la documentazione presentata dalle società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., GETINGE Italia S.r.l., DRAEGER ITALIA e TECNOSALUS ELETTROMEDICALI S.R.L., la quale risponde ai requisiti minimi richiesti da Capitolato Tecnico.


Per il **Lotto 5** "n.1 Ecotomografo di Alta Fascia per Diagnosi Prenatale", la Commissione valuta la documentazione presentata dalle società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. e SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A., la quale risponde ai requisiti minimi richiesti da Capitolato Tecnico.

Per il **Lotto 6** "n.2 Ecotomografi Multidisciplinare", la Commissione valuta la documentazione presentata dalla società ESAOTE S.p.A., la quale risponde ai requisiti minimi richiesti da Capitolato Tecnico.

1/11

Terminata la valutazione delle caratteristiche minime per il Lotto 1 - 6 , il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 13:00.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE	Ing. Serena Pittarelli	
COMPONENTE	Dott. Raffaele Ferrara	



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

COMPONENTE

Dott. Marco Sereni

SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

Dott.ssa Marinella Basile

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DA DESTINARE ALLA
ASL ROMA 1, ARTICOLATA IN 14 LOTTI**

**Verbale n. 3 seduta riservata valutazione offerte tecniche
Giorno 03/07/2023**

Il giorno 03/07/2023 alle ore 08:30, presso la sala riunioni della UOC Ingegneria Clinica si riunisce, in seduta riservata la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 304 del 07/06/2023, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto, indetta con Deliberazione n. 377 del 28/03/2023.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

Presidente	Ing. Serena Pittarelli	Collaboratore Tecnico UOC Ingegneria Clinica
Componente	Dott. Raffaele Ferrara	F. O. Area Radiologia Ospedaliera UOC Tecnici Sanitari P.O. San Filippo Neri 1
Componente	Dott. Marco Sereni	Coordinatore UOC Anestesia e Rianimazione San Filippo Neri
Segretario Verbalizzante	Dott.ssa Marinella Basile	Collaboratore Amm.vo UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali nn. 1 e 2 inizia la disamina tecnica.

In riferimento all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara, la Commissione rappresenta che la valutazione tecnica delle offerte avverrà nelle modalità sotto indicate.

Criteri discrezionali: A ciascuno dei parametri di valutazione qualitativi Vi, cui è assegnato un punteggio discrezionale, identificato con "D" nella tabella, è attribuito un coefficiente Ci variabile da zero a uno. La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala indicativa:

Giudizio	Ottimo	Distinto	Buono	Discreto	Sufficiente
Coefficiente Ci assegnato	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

Criteri quantitativi: A ciascuno dei parametri di valutazione qualitativi Vi, cui è assegnato un criterio di valutazione quantitativo, identificato con "Q" nella tabella, è attribuito un coefficiente Ci, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di calcolo indicato nella colonna "Modalità di assegnazione del Coefficiente".

Criteri tabellari: A ciascuno dei parametri di valutazione qualitativi Vi, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato con "T" nella tabella, è attribuito un coefficiente Ci pari a 0 o a 1, sulla base della presenza (SI: Ci=1) o assenza (NO: Ci= 0) nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, quantitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore in quanto idoneo a consentire una corretta ponderazione tra i criteri. Non saranno ammessi alla valutazione dei parametri tecnici ed al prosieguo della procedura di acquisizione tutte quelle offerte che non avranno ottenuto un punteggio qualitativo di almeno 36/70.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the bottom right.

Premesso quanto sopra, la Commissione decide di iniziare i lavori dal **Lotto 3** "n. 5 Tavoli Operatori".

Quindi esamina le caratteristiche oggettive (quantitativi e tabellari) dei prodotti offerti, attribuendo il punteggio come indicato nel capitolato e sopra riportato.

Criteria Quantitativi

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	ALTAMED SRL	GETINGE ITALIA SRL	GM MEDICA SRL
V3: Altezza minima da terra	3	2,98	2,90	3,00
V4: escursione alto/basso	3	3,00	2,95	3,00
V5: trendelemburg/antitrendelemburg	3	2,41	2,41	3,00
V6: inclinazione laterale dx/sx	3	2,57	2,40	3,00
V9: tempo di carica delle batterie	2	2,00	2,00	1,00
V11: Portata paziente in tutte le posizioni del piano in fibra di carbonio	2	1,44	2,00	1,44
V13: Scorrimento testa-piedi del piano in fibra di carbonio	2	0,11	2,00	1,17
G2: Tempo di intervento (inferiore ai requisiti minimi richiesti)	2	1,83	1,67	1,83
G3: Tempo di risoluzione del guasto (inferiore ai requisiti minimi richiesti)	2	1,75	1,33	1,67

Criteria Tabellari

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	ALTAMED SRL	GETINGE ITALIA SRL	GM MEDICA SRL
V7: Tasto dedicato per la pulizia della colonna anche in assenza di piano operatorio	1	1,00	1,00	1,00
G1: Fornitura di un muletto	1	2,00	2,00	2,00

La Commissione pertanto procede con la disamina della documentazione tecnica relativa ai criteri discrezionali, proseguendo distintamente per ciascuna Società partecipante al **Lotto 3**, valutando gli aspetti sotto riportati e assegnando i relativi coefficienti (cd coefficiente).

Criteri Discrezionali

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V1: tipologie e qualità dei movimenti motorizzati permessi	10
ALTAMED S.R.L.	Sistema con limitata qualità dei movimenti motorizzati permessi Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
GETINGE Italia Srl	Sistema con ampia qualità dei movimenti motorizzati permessi Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
GM MEDICA SRL	Sistema con buona qualità dei movimenti motorizzati permessi Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V2: ergonomia ed adattabilità al paziente delle singole sezioni	5
ALTAMED S.R.L.	Sistema idoneo ed adattabile al paziente Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
GETINGE Italia Srl	Sistema ergonomico ed ampia adattabilità delle posizioni Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
GM MEDICA SRL	Sistema idoneo ed adattabile al paziente Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V8: Qualità dei materiali (materiali costituenti, antistaticità, rivestimenti grado di protezione infiltrazione liquidi del piano operatorio IPX..)	6
ALTAMED S.R.L.	Materiali idonei e valido grado di protezione Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
GETINGE Italia Srl	Materiali idonei e ottimo grado di protezione Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
GM MEDICA SRL	Materiali idonei e buon grado di protezione Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V10: Facilità dei sistemi di sgancio/aggancio delle diverse sezioni con pulsanti e leve individuabili	2
ALTAMED S.R.L.	Sistema di facile aggancio/sgancio Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
GETINGE Italia Srl	Sistema di facile e rapido aggancio/sgancio Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
GM MEDICA SRL	Sistema di facile aggancio/sgancio Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V12: Movimentazione sezione gambe in 4 sezioni	4
ALTAMED S.R.L.	Sistema con movimentazione sezione gambe ampiamente adattabile Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
GETINGE Italia Srl	Sistema con movimentazione sezione gambe ampiamente adattabile Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
GM MEDICA SRL	Sistema con movimentazione sezione gambe adattabile Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V14: Qualità e varietà degli accessori	6
ALTAMED S.R.L.	Qualità e varietà degli accessori Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
GETINGE Italia Srl	Qualità e varietà degli accessori Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
GM MEDICA SRL	Qualità e varietà degli accessori Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V15:Caratteristiche carrello trasportatore o sistema ruote retraibili	4
ALTAMED S.R.L.	Sistema funzionale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE
GETINGE Italia Srl	Sistema funzionale, performante e con ingombro carrelli inferiore Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
GM MEDICA SRL	Sistema funzionale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V16: Caratteristiche tecniche migliorative del dispositivo rispetto alle minime richieste	6
ALTAMED S.R.L.	Ulteriori caratteristiche offerte sono valutate più che sufficienti Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
GETINGE Italia Srl	Ulteriori caratteristiche offerte sono valutate migliorative Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
GM MEDICA SRL	Caratteristiche aggiuntive valutate sufficientemente Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
VF - Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste	2
ALTAMED S.R.L.	Buon impegno temporale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
GETINGE Italia Srl	Buon impegno temporale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
GM MEDICA SRL	Impegno temporale approfondito Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO





La Commissione ritiene pertanto di assegnare il punteggio tecnico totale del **Lotto 3** alle ditte partecipanti come qui seguito riportato:



ALTAMED S.R.L.	Ptecnico= Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 18,09 + 3,00 + 24,75 = 45,84
GETINGE Italia Srl	Ptecnico= Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 19,66 + 3,00 + 44,50 = 67,16
GM MEDICA SRL	Ptecnico= Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 19,11 + 3,00 + 21,25 = 43,36

Terminata la valutazione dei criteri discrezionali per il Lotto 3, la Commissione continua i lavori con la valutazione del **Lotto 5 "n. 1 Ecotomografo di Alta Fascia per Diagnosi Prenatale"**.

Quindi esamina le caratteristiche oggettive (quantitativi e tabellari) dei prodotti offerti, attribuendo il punteggio come indicato nel capitolato e sopra riportato.

Criteri Quantitativi

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	GE Healthcare	Samsung Electronics Italia Spa
V1: Range dinamico	2	2,00	1,99
V2: Valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore (numero di valori impostabili all'interno del range)	2	0,48	2,00
V3: Frame rate massimo	2	2,00	1,36
V4: Ingrandimento massimo della zona di interesse su immagine in real time e congelata senza perdita del frame rate e della risoluzione	2	2,00	1,33
V12: Dimensione del monitor (in pollici)	1	0,85	1,00
V18: Capacità memoria (GB) del'hard disk integrato	1	1,00	0,50
G2: Tempo di intervento (inferiore ai requisiti minimi richiesti)	2	1,33	1,67
G3: Tempo di risoluzione del guasto (inferiore ai requisiti minimi richiesti)	2	0,00	0,00

Criteri Tabellari

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	GE Healthcare	Samsung Electronics Italia Spa
V9: Modulo di acquisizione tridimensionale 3D/4D di informazioni flussimetriche Color Doppler e Power Doppler con modalità di rendering innovative ad altissima risoluzione	2	2,00	2,00
V15: Contemporaneità di attivazione di tutti i connettori pinless	1,5	2,25	2,25
V16: Interscambiabilità di tutte le sonde senza adattatori	1,5	2,25	2,25
V17: Presenza touch programmabile per la gestione delle immagini ecografiche senza utilizzo della consolle	1	1,00	1,00
G1: Fornitura di un muletto	1	1,00	1,00

La Commissione pertanto procede con la disamina della documentazione tecnica relativa ai criteri discrezionali, proseguendo distintamente per ciascuna Società partecipante al **Lotto 5**, valutando gli aspetti sotto riportati e assegnando i relativi coefficienti (cd coefficiente).

Criteri Discrezionali

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V5: Software per applicazioni ostetriche/ginecologiche di base ivi incluse la possibilità di inserimento delle misure di biometria fetale, automatica/semiautomatica, la visualizzazione delle curve di crescita e la creazione di reports con annotazioni e misure specifiche	5
GE Healthcare	Software accurato e molto intuitivo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
Samsung Electronics Italia Spa	Software accurato e intuitivo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V6: Software che permette di eliminare in modalità 3D/4D i rumori indesiderati dall'immagine	5
GE Healthcare	Software di grande precisione Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
Samsung Electronics Italia Spa	Software preciso Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO






Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V7: Software avanzato per studi di vascolarizzazione ad alta risoluzione spaziale e tempo reale dedicato al microcircolo fetale	5
GE Healthcare	Software di grande precisione Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
Samsung Electronics Italia Spa	Software preciso Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V8: Modulo dedicato per gli studi emodinamici e flussimetrici avanzati con effetto 3D sul CFM-mode	2
GE Healthcare	Software di ottima definizione Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
Samsung Electronics Italia Spa	Software di buona definizione Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V10: Modulo per l'incremento della risoluzione di contrasto su acquisizioni volumetriche multi planari	2
GE Healthcare	Software affidabile e preciso Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
Samsung Electronics Italia Spa	Software affidabile e preciso Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V11: Livello di personalizzazione del pannello operativo (specificare caratteristiche)	2
GE Healthcare	Ottima personalizzazione del pannello operativo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
Samsung Electronics Italia Spa	Ottima personalizzazione del pannello operativo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO





Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V13: Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione di corrente (specificare caratteristiche)	2
GE Healthcare	Sistema per evitare la perdita dei dati idoneo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
Samsung Electronics Italia Spa	Sistema per evitare la perdita dei dati discretamente idoneo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V14: Sistema stand by in grado di garantire brevi tempi di accensione e spegnimento (specificare caratteristiche)	2
GE Healthcare	Sistema stand by rapido Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
Samsung Electronics Italia Spa	Sistema stand by rapido Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V19: Valutazione riferita alle sonde richieste (specificare: tecnologia costruttiva, n° cristalli/elementi, gamma di frequenze, Algoritmi e modalità di esame attive sulla sonda, compattezza e peso)	4
GE Healthcare	Sonde leggere e tecnologicamente avanzate Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
Samsung Electronics Italia Spa	Sonde leggere e discretamente avanzate Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V20: utilità clinica di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti, differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella	3





GE Healthcare	Sistema performante di più facile accesso Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
Samsung Electronics Italia Spa	Sistema performante e di facile accesso Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste	2
GE Healthcare	Impegno temporale approfondito Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
Samsung Electronics Italia Spa	Buon impegno temporale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO

In riferimento ai parametri migliorativi Vp1, Vp2 e Vp3 la Commissione rimanda la valutazione successivamente all'esecuzione della prova visione.

Terminata la valutazione dei criteri discrezionali per il Lotto 5, la Commissione continua i lavori con l'inizio della valutazione del Lotto 6, a cui rimanda la valutazione finale alla successiva seduta.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 13:30.

Letto, confermato e sottoscritto


PRESIDENTE

Ing. Serena Pittarelli




COMPONENTE

Dott. Raffaele Ferrara



COMPONENTE

Dott. Marco Sereni



SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

Dott.ssa Marinella Basile



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DA DESTINARE ALLA
ASL ROMA 1, ARTICOLATA IN 14 LOTTI**

**Verbale n. 4 seduta riservata valutazione offerte tecniche
Giorno 04/07/2023**

Il giorno 04/07/2023 alle ore 08:30, presso la sala riunioni della UOC Ingegneria Clinica si riunisce, in seduta riservata la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 304 del 07/06/2023, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto, indetta con Deliberazione n. 377 del 28/03/2023.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

Presidente	Ing. Serena Pittarelli	Collaboratore Tecnico UOC Ingegneria Clinica
Componente	Dott. Raffaele Ferrara	F. O. Area Radiologia Ospedaliera UOC Tecnici Sanitari P.O. San Filippo Neri 1
Componente	Dott. Marco Sereni	Coordinatore UOC Anestesia e Rianimazione San Filippo Neri
Segretario Verbalizzante	Dott.ssa Marinella Basile	Collaboratore Amm.vo UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali nn. 1, 2 e 3 inizia la disamina tecnica.

In riferimento all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara, la Commissione rappresenta che la valutazione tecnica delle offerte avverrà nelle modalità sotto indicate.

Per i Lotti nn.: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 l'aggiudicazione avverrà con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, previa corrispondenza del prodotto offerto alle caratteristiche minime riportate nell'Allegato 3.A. Ai sensi dell'art.20 del Disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Per il **Lotto 7**, la Commissione valuta, quindi, la rispondenza dell'offerta tecnica ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico presentata dalle seguenti società: LINET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE e MALVESTIO SPA.

LINET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE

La società ha offerto un prodotto conforme a quanto richiesto, si può quindi procedere con l'apertura della busta economica.

MALVESTIO SPA

In riferimento all'Allegato 3.A1 "Caratteristiche Tecniche Minime" e, nello specifico, alla richiesta di "Piano radiostrasparente in materiale HPL, area RX zona Schienale e Bacino, dotato di cassetta porta lastre regolabile integrata nella struttura del letto" la Società ha dichiarato che il prodotto offerto possiede la sezione schienale in materiale radiotrasparente per consentire l'esecuzione di radiografie al torace.

Tale caratteristica non risponde alla specifica richiesta di radiotrasparenza delle zone Schienale e Bacino.

Per il **Lotto 8**, la Commissione valuta, quindi, la rispondenza dell'offerta tecnica ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico presentata dalle seguenti società: CISA Production S.r.l. Unipersonale, SERVIZI OSPEDALIERI SRL, STEEL & POWER S.R.L., STEELCO S.P.A. e le ritiene tutte conformi.

Per il **Lotto 9**, la Commissione valuta, quindi, la rispondenza dell'offerta tecnica ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico presentata dalla società ALEA DI DADONE SILVIO E C. SAS e la ritiene conforme.

Per il **Lotto 10**, la Commissione valuta, quindi, la rispondenza dell'offerta tecnica ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico presentata dalla società A.C.F. ITALIA S.R.L. e la ritiene conforme.

Per il **Lotto 11**, la Commissione valuta, quindi, la rispondenza dell'offerta tecnica ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico presentata dalla società A.C.F. ITALIA S.R.L. e la ritiene conforme.

Per il **Lotto 12**, la Commissione valuta, quindi, la rispondenza dell'offerta tecnica ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico presentata dalla seguente società: TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL, AESSE MEDICAL SPA, Burke & Burke SpA e le ritiene tutte conformi.

Per il **Lotto 13**, la Commissione valuta, quindi, la rispondenza dell'offerta tecnica ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico presentata dalla società VINCAL SRL e la ritiene conforme.

Per il **Lotto 14**, la Commissione valuta, quindi, la rispondenza dell'offerta tecnica ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico presentata dalla società VINCAL SRL e la ritiene conforme.

Nella stessa seduta, altresì, la Commissione stabilisce che lo svolgimento della prova pratica prevista per il Lotto 5 si terrà il giorno 02/08/2023, dandone comunicazione alle ditte interessate.


Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 13:30.

Letto, confermato e sottoscritto


PRESIDENTE Ing. Serena Pittarelli



COMPONENTE Dott. Raffaele Ferrara



COMPONENTE Dott. Marco Sereni



SEGRETARIO
VERBALIZZANTE Dott.ssa Marinella Basile



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DA DESTINARE ALLA
ASL ROMA 1, ARTICOLATA IN 14 LOTTI**

Verbale n. 5 seduta riservata prova pratica per il Lotto 5

02/08/2023

Dalle ore 09:00 alle ore 18:30

Il giorno 02/08/2023 alle ore 09:00, presso il Centro Sant'Anna, sito in Via Garigliano n. 55, della ASL Roma 1 la Commissione procede all'esecuzione della prova pratica per il Lotto 5 con le ditte Samsung Electronics Italia Spa e GE Medical Systems Italia S.p.A. a seguito di regolare convocazione.

La Commissione, nominata con Deliberazione n. 304 del 07/06/2023, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta indetta con Deliberazione n. 377 del 28/03/2023, è presente nella seguente composizione:

Presidente	Ing. Serena Pittarelli	Collaboratore Tecnico UOC Ingegneria Clinica
Componente	Dott. Raffaele Ferrara	Funzione Organizzativa Area Radiologia Ospedaliera UOC Tecnici Sanitari P.O. San Filippo Neri
Componente	Dott. Marco Sereni	Coordinatore UOC Anestesia e Rianimazione San Filippo Neri

Il Presidente svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante, considerato che la Dott.ssa Basile Marinella non è presente nel luogo di svolgimento della prova pratica suindicato.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, e si procede all'inizio dei lavori relativi alla prova pratica per il Lotto 5- "n. 1 Ecotomografo di Alta Fascia per Diagnosi Prenatale" contestualmente con le Società Samsung Electronics Italia Spa e GE Medical Systems Italia S.p.A.

La Commissione descrive le modalità di esecuzione della prova, secondo quanto definito all'articolo 11 "Sopralluogo" del Disciplinare di Gara.


Richiamato, inoltre, l'Allegato 3.B "Tabella di valutazione" del Capitolato Tecnico, la Commissione procede alla lettura dei tre parametri migliorativi oggetto di valutazione in prova pratica, e qui di seguito riportati:

- Vp1 - Ergonomia generale del sistema; gestione e semplicità del touchscre e della consolle; rapidità di ottimizzazione dell'imaging; gestione dell'archivio, modalità stand by;
- Vp2 Qualità dell'imaging, sensibilità del Color e Doppler delle sonde; ergonomia e valutazione sul maggior range di frequenza delle sonde;
- Vp3 - Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa.

Gli specialisti di prodotto incaricati dalle rispettive Società procedono con la presentazione del prodotto offerto, descrivendone caratteristiche, tipologia di assemblaggio e accessori forniti.

Si prosegue con la spiegazione del funzionamento del bene e di tutti gli accessori, con particolare riferimento ai tre parametri Vp1, Vp2 e Vp3 oggetto di valutazione.

Si prosegue con l'esecuzione della prova pratica: i suddetti specialisti contestualmente, in ambienti distinti, mostrano il funzionamento del bene e forniscono tutte le informazioni e delucidazioni richieste.



La Commissione verifica i tre parametri migliorativi oggetto di valutazione in prova pratica come da Allegato 3.B "Tabella di valutazione" del Capitolato Tecnico, nonché il possesso delle caratteristiche minime e migliorative dichiarate, come da Allegati 3.A1 "Caratteristiche Tecniche Minime" e 3.B1 "Caratteristiche tecniche migliorative" del Capitolato Tecnico.

Alle ore 18:30 circa la Commissione dichiara chiusa la prova pratica relativa al Lotto 5 con le Società Samsung Electronics Italia Spa e GE Medical Systems Italia S.p.A..

Successivamente, la Commissione richiamando il verbale del giorno 04/07/2023, in cui è stata verificata la rispondenza delle caratteristiche minime del Lotto 13 "n.2 Macchine del Ghiaccio", prosegue con l'apertura della busta economica presentata dalla società Vincal Srl.

L'importo a base d'asta è pari ad € 3.000,00 Iva esclusa, l'offerta economica presentata dalla Società Vincal Srl è di € 2.576,00, con importo a Ribasso pari ad € 424,00 (Allegato 1).

La Commissione quindi propone l'aggiudicazione provvisoria della procedura in esame alla Società Vincal Srl.

Letto, confermato e sottoscritto


PRESIDENTE

Ing. Serena Pittarelli



COMPONENTE

Dott. Raffaele Ferrara



COMPONENTE

Dott. Marco Sereni



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DA DESTINARE ALLA
ASL ROMA 1, ARTICOLATA IN 14 LOTTI**

Verbale n. 6 seduta riservata valutazione offerte tecniche

04/8/2023

Dalle ore 08:30 alle ore 13:30

Il giorno 04/08/2023 alle ore 08:30, presso la sala riunioni della UOC Ingegneria Clinica si riunisce, in seduta riservata la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 304 del 07/06/2023, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto, indetta con Deliberazione n. 377 del 28/03/2023.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

Presidente	Ing. Serena Pittarelli	Collaboratore Tecnico UOC Ingegneria Clinica
Componente	Dott. Raffaele Ferrara	F. O. Area Radiologia Ospedaliera UOC Tecnici Sanitari P.O. San Filippo Neri 1
Componente	Dott. Marco Sereni	Coordinatore UOC Anestesia e Rianimazione San Filippo Neri
Segretario Verbalizzante	Dott.ssa Marinella Basile	Collaboratore Amm.vo UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5, prosegue la disamina tecnica per il Lotto 5.

In particolare, in riferimento alle prove pratiche effettuate in data 02/08/2023 alle ore 8.30 e conclusasi alle ore 18:30, la Commissione procede con la valutazione dei sistemi offerti, proseguendo distintamente per ciascuna Società, valutando gli aspetti sotto riportati e assegnando i relativi coefficienti (cd coefficiente).

PROVA VISIONE/PRATICA	
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Vp1: Ergonomia generale del sistema; gestione e semplicità del touchscre e della consolle; rapidità di ottimizzazione dell'imagig; gestione dell'archivio, modalità stand by	5
GE Healthcare	Ottimizzazione dell'immagine rapida Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	Buona ottimizzazione dell'immagine Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO

Handwritten signatures and initials on the right side of the table.



PROVA VISIONE/PRATICA	
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Vp2: Qualità dell'imaging, sensibilità del Color e Doppler delle sonde; ergonomia e valutazione sul maggior range di frequenza delle sonde	5
GE Healthcare	Ottima resa del sistema Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	Buona resa del sistema Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO

PROVA VISIONE/PRATICA	
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Vp3 - Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa	5
GE Healthcare	Sistema più performante Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	Sistema performante Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO

La Commissione ritiene pertanto di assegnare il punteggio tecnico totale del **Lotto 5** alle ditte partecipanti come qui seguito riportato:

GE Healthcare	Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 9,67+ 8,50 + 49,00 = 67,17
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	Ptecnico = Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 9,84 + 8,50 + 26,00 = 44,34

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

Terminata la valutazione finale del Lotto 5, la Commissione prosegue i lavori con la valutazione del **Lotto 6**, “n. 2 *Ecotomografi Multidisciplinari*”.

Quindi esamina le caratteristiche oggettive (quantitativi e tabellari) dei prodotti offerti, attribuendo il punteggio come indicato nel capitolato e sopra riportato.

Criteria Quantitativi

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	ESAOTE S.P.A.
V1: Range dinamico	2	2
V2: Valori/Step di Dynamic range regolabili dall'operatore (numero di valori impostabili all'interno del range)	2	2
V3: Frame rate massimo	2	2
V4: Ingrandimento massimo della zona di interesse su immagine in real time e congelata senza perdita del frame rate e della risoluzione	2	2
V16: Numero di parametri personalizzabili sul pannello operativo	3	3
V17: Dimensione del monitor (in pollici)	2	2
V20: Numero di connettori pinless attivabili contemporaneamente	2	2
V21: Capacità memoria (GB) del'hard disk integrato	2	2
V22: Peso del sistema (complessivo, incluso carrello, batteria e altri accessori) (in Kg)	2	2
G2: Tempo di intervento (inferiore ai requisiti minimi richiesti)	2	1,75
G3: Tempo di risoluzione del guasto (inferiore ai requisiti minimi richiesti)	2	1,79

Criteria Tabellari

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	ESAOTE S.P.A.
V7: Software per individuazione di lesioni, restituzione di misure e compilazione referto Ti-Rads e Bi-Rads;	2	2
V8: Funzione wireless integrata	1	1
V11: Trasferimento dell'immagine su un secondo monitor	1	1

Handwritten signatures and initials on the right margin.



V12: Controllo dell'ecografo a distanza con tablet, PC o altro device	1	1
G1: Fornitura di un muletto	1	1

La Commissione pertanto procede con la disamina della documentazione tecnica relativa ai criteri discrezionali, valutando gli aspetti sotto riportati e assegnando i relativi coefficienti (cd coefficiente).

Criteri Discrezionali

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V5: Funzioni e algoritmi innovativi per la riduzione degli artefatti di tipo speckle, per il miglioramento della risoluzione con tecniche di compound spaziale, per il controllo automatico della migliore immagine al più elevato frame rate	3
ESAOTE S.P.A.	Algoritmi per la qualità delle immagini e ottimizzazione del segnale ecografico performanti Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V6: Sistema di regolazione immagine e color doppler che consente una regolazione immediata dei parametri con tasti virtuali	3
ESAOTE S.P.A.	Sistema immediato e intuitivo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V9: Comparazione di immagini ecografiche in real-time con seconda metodica (RM, TC, ECT, ...)	4
ESAOTE S.P.A.	Sistema tecnologicamente avanzato Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V10: Modulo di elastosonografia point Shear-Wave e Shear-Wave 2D	4

113
M
D
P
P

ESAOTE S.P.A.	Software affidabile e preciso Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
----------------------	--

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V13: Software avanzato per senologia basato su algoritmo di intelligenza artificiale che, durante l'esame ecografico, fornisce l'immagine virtuale di un modello 3D del tronco femminile con seno normalizzato alle reali dimensioni che l'organo assume in posizione supina, al fine di ritrovare durante il controllo l'esatta posizione dei noduli sospetti e di comparare l'esame in real-time con un esame precedente o eseguire una valutazione elastosonografica	4
ESAOTE S.P.A.	Software avanzato e preciso Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V14: Software dedicato per un Imaging di fusione senologico integrato RM-Eco, che consente la gestione della variazione della posizione del seno tra RM prona ed Ecografia supina	4
ESAOTE S.P.A.	Software affidabile e intuitivo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V15: software per l'analisi e la quantificazione dell'attenuazione del tessuto epatico per la valutazione dello stato di steatosi	4
ESAOTE S.P.A.	Software affidabile e intuitivo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V18: Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione di corrente (specificare caratteristiche)	2








ESAOTE S.P.A.	Sistema per evitare la perdita di dati/immagini idoneo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
---------------	---

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V19: Sistema stand by in grado di garantire brevi tempi di accensione e spegnimento (specificare caratteristiche)	1
ESAOTE S.P.A.	Sistema stand by rapido Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V23: Valutazione riferita alle sonde richieste (specificare: tecnologia costruttiva, n° cristalli/elementi, gamma di frequenze, Algoritmi e modalità di esame attive sulla sonda, compattezza e peso)	5
ESAOTE S.P.A.	Sonde leggere e tecnologicamente avanzate Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V24: utilità clinica di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti, differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella	5
ESAOTE S.P.A.	Sistema performante e di facile accesso Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste	2
ESAOTE S.P.A.	Buon impegno temporale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO









La Commissione ritiene pertanto di assegnare il punteggio tecnico totale del **Lotto 6** alle ditte partecipanti come qui seguito riportato:

ESAOTE S.P.A	Ptecnico= Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 22,54+ 6,00 + 34,75 = 63,29
---------------------	--

Nella stessa seduta, altresì, la Commissione stabilisce che lo svolgimento della prova pratica prevista per il Lotto 4 si terrà nelle giornate del 28/08/2023 e 29/08/2023, dandone comunicazione alle ditte interessate.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 13:30.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE	Ing. Serena Pittarelli	
COMPONENTE	Dott. Raffaele Ferrara	
COMPONENTE	Dott. Marco Sereni	
SEGRETARIO VERBALIZZANTE	Dott.ssa Marinella Basile	

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DA DESTINARE ALLA
ASL ROMA 1, ARTICOLATA IN 14 LOTTI**

**Verbale n. 7 seduta riservata valutazione offerte tecniche
30/08/2023
Dalle ore 8:30 alle ore 13:30**

Il giorno 30/08/2023 alle ore 08:30, presso la sala riunioni della UOC Ingegneria Clinica si riunisce, in seduta riservata la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 304 del 07/06/2023, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto, indetta con Deliberazione n. 377 del 28/03/2023.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

Presidente	Ing. Serena Pittarelli	Collaboratore Tecnico UOC Ingegneria Clinica
Componente	Dott. Raffaele Ferrara	F. O. Area Radiologia Ospedaliera UOC Tecnici Sanitari P.O. San Filippo Neri 1
Componente	Dott. Marco Sereni	Coordinatore UOC Anestesia e Rianimazione San Filippo Neri
Segretario Verbalizzante	Dott.ssa Marinella Basile	Collaboratore Amm.vo UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 inizia la disamina tecnica per il Lotto 4 "n. 4 Apparecchi di Anestesia Media Intensità".

In particolare, in riferimento alle prove pratiche effettuate in data 28/08/2023 per le società GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA e DRAEGER ITALIA S.p.A, e in data 29/08/2023 per le società Tecnosalus Elettromedicali Srl e Getinge Italia Srl., la Commissione procede con la valutazione dei sistemi offerti, proseguendo distintamente per ciascuna Società, valutando gli aspetti sotto riportati e assegnando i relativi coefficienti (cd coefficiente).

PROVA VISIONE/PRATICA	
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Vv1: Analisi delle metodiche e delle performance ventilatorie offerte	6
DRAEGER ITALIA S.p.A	Sistema performante Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE
GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	Sistema performante Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE
GETINGE Italia Srl	Sistema performante con tecnologia avanzata Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO

Handwritten signatures and initials on the right side of the table, including a large signature at the bottom right.

TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL	Sistema performante con tecnologia avanzata Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO
---	--

PROVA VISIONE/PRATICA	
Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Vv2: Ergonomia del sistema in termini di posizionabilità in sala operatoria (dimensioni, ingombro, facilità ed intuitività di utilizzo ed altro)	6
DRAEGER ITALIA S.p.A	Sistema funzionale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE
GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	Sistema funzionale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE
GETINGE Italia Srl	Sistema funzionale, pratico, compatto e intuitivo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL	Sistema funzionale e intuitivo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO

A seguire, la Commissione esamina le caratteristiche oggettive (quantitativi e tabellari) dei prodotti offerti, attribuendo il punteggio come indicato nel capitolato e sopra riportato.

Criteria Quantitativi

Parametro di valutazione	Punteggi o massimo attribuibile	DRAEGER ITALIA S.p.A	GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	GETINGE Italia Srl	TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL
V4: Dimensione del display per la gestione dei parametri ventilatori	1	0,83	0,81	0,81	1,00

Handwritten signatures and initials:
 MB
 M
 S
 S

V6: Dimensione del display	1	0,96	0,78	1,00	1,00
V8: Durata della batteria interna	2	1,33	1,00	1,00	2,00
V11: Livello di rumore senza riferimento agli allarmi	3	2,73	3,00	2,55	2,73

Criteria Tabellari

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	DRAEGER ITALIA S.p.A	GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	GETINGE Italia Srl	TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL
G1: Fornitura di un muletto	1	1,00	0,00	1,00	1,00
G2: Tempo di intervento (inferiore ai requisiti minimi richiesti)	2	0,00	1,33	1,67	1,83
G3: Tempo di risoluzione del guasto (inferiore ai requisiti minimi richiesti)	2	1,00	0,00	1,67	1,92

La Commissione pertanto procede con la disamina della documentazione tecnica relativa ai criteri discrezionali, proseguendo distintamente per ciascuna Società partecipante al **Lotto 4**, valutando gli aspetti sotto riportati e assegnando i relativi coefficienti (cd coefficiente).

Criteria Discrezionali

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V1: Caratteristiche e modalità ventilatorie impostabili (numero, tipologia, ...)	8
DRAEGER ITALIA S.p.A	Sistema discretamente performante e di facile accesso Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO
GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	Sistema discretamente performante e di facile accesso Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

GETINGE Italia Srl	Sistema performante di più facile accesso Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL	Sistema performante e facile accesso Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V2: Caratteristiche dei parametri controllati dal sistema di ventilazione e caratteristiche dei range operativi (volume, pressione, PEEP, ...)	8
DRAEGER ITALIA S.p.A	Sistema sufficientemente idoneo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE
GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	Sistema sufficientemente idoneo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE
GETINGE Italia Srl	Sistema accurato ed idoneo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL	Sistema idoneo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V3: Tecnologia del sistema di ventilazione	8
DRAEGER ITALIA S.p.A	Discreta tecnologia del sistema di ventilazione Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO
GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	Buona tecnologia del sistema di ventilazione Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
GETINGE Italia Srl	Tecnologia del sistema di ventilazione avanzata Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL	Tecnologia del sistema di ventilazione avanzata Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO






Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V5: Caratteristiche dei parametri controllati dal sistema di monitoraggio e caratteristiche dei range operativi	4
DRAEGER ITALIA S.p.A	Sistema di monitoraggio più che sufficiente Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO
GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	Sistema di monitoraggio funzionale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO
GETINGE Italia Srl	Sistema di monitoraggio modulare e completo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL	Sistema di monitoraggio funzionale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: BUONO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V7: Numero e gestione degli allarmi presenti	3
DRAEGER ITALIA S.p.A	Sistema di allarmi funzionale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	Sistema di allarmi funzionale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
GETINGE Italia Srl	Sistema di allarmi funzionale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL	Sistema di allarmi funzionale Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V9: Test di autodiagnosi e calibrazione dei sensori automatica	2
DRAEGER ITALIA S.p.A	Test di autodiagnosi sufficientemente rapido Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE

GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	Test di autodiagnosi sufficientemente rapido Giudizio attribuito da ciascun Commissario: SUFFICIENTE
GETINGE Italia Srl	Test di autodiagnosi rapido e intuitivo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL	Test di autodiagnosi rapido e intuitivo Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V10: Modalità di sterilizzazione e pulizia (numeri pezzi da sanificare, temperatura di sterilizzabilità, ...)	4
DRAEGER ITALIA S.p.A	Modalità di sterilizzazione funzionale alle esigenze Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO
GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	Modalità di sterilizzazione funzionale alle esigenze Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO
GETINGE Italia Srl	Modalità di sterilizzazione funzionale alle esigenze e modulare Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL	Modalità di sterilizzazione funzionale alle esigenze e modulare Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste	3
DRAEGER ITALIA S.p.A	Impegno temporale approfondito Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	Impegno temporale approfondito Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
GETINGE Italia Srl	Impegno temporale approfondito Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO






TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL	Impegno temporale approfondito Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
---	--

Parametro di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
V12: Ulteriori caratteristiche migliorative non precedentemente valutate	6
DRAEGER ITALIA S.p.A	Sistema performante con tecnologia non avanzata Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO
GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	Sistema performante con tecnologia non avanzata Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISCRETO
GETINGE Italia Srl	Sistema avanzato con controllo aggiuntivo dei parametri di anestesia Giudizio attribuito da ciascun Commissario: OTTIMO
TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL	Sistema performante con tecnologia avanzata Giudizio attribuito da ciascun Commissario: DISTINTO

La Commissione ritiene pertanto di assegnare il punteggio tecnico totale del **Lotto 4** alle ditte partecipanti come qui seguito riportato:


DRAEGER ITALIA S.p.A	Ptecnico= Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 5,85 + 2,00 + 13,50 = 21,35
GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA	Ptecnico= Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 5,59 + 1,33 + 16,50 = 23,42
GETINGE Italia Srl	Ptecnico= Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 5,36 + 4,33+ 58,00 = 67,69
TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL	Ptecnico= Pquantitativo + Ptabellare + Pdiscrezionale = 6,73 + 4,75 + 47,00 = 58,48



Terminata la valutazione dei criteri discrezionali per il Lotto 4, il Presidente rileva che le società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A e DRAEGER ITALIA S.p.A non sono ammesse alla fase successiva di gara, in quanto hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a 36/70 come indicato dal Disciplinare di gara.

La seduta riservata termina alle ore 13:30.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE	Ing. Serena Pittarelli	
COMPONENTE	Dott. Raffaele Ferrara	
COMPONENTE	Dott. Marco Sereni	
SEGRETARIO VERBALIZZANTE	Dott.ssa Marinella Basile	

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DA DESTINARE ALLA
ASL ROMA 1, ARTICOLATA IN 14 LOTTI**

**Verbale n. 8 seduta pubblica virtuale apertura buste economiche
Giorno 08/09/2023**

Il giorno 08/09/2023 alle ore 10:00, presso la sala riunioni della UOC Ingegneria Clinica si riunisce, in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 304 del 07/06/2023, incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara a procedura aperta in oggetto, indetta con Deliberazione n. 377 del 28/03/2023.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

Presidente	Ing. Serena Pittarelli	Collaboratore Tecnico UOC Ingegneria Clinica
Componente	Dott. Raffaele Ferrara	F. O. Area Radiologia Ospedaliera UOC Tecnici Sanitari P.O. San Filippo Neri 1
Componente	Dott. Marco Sereni	Coordinatore UOC Anestesia e Rianimazione San Filippo Neri
Segretario Verbalizzante	Dott.ssa Marinella Basile	Collaboratore Amm.vo UOC Ingegneria Clinica

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione, richiamando i Verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 procede con l'inserimento sul Portale Stella dei punteggi tecnici complessivi per i Lotti 3, 4, 5 e 6.

Successivamente, la Commissione procede con l'apertura delle buste economiche per i lotti in esame.

Le offerte economiche presentate risultano le seguenti:

LOTTO N. 3 <i>"n.5 Tavoli Operatori"</i>			
Importo Base d'asta IVA esclusa	Società	Importo complessivo offerto IVA esclusa	Ribasso
€ 400.000,00	GETINGE Italia Srl	€ 388.248,00	€ 11.752,00
	ALTAMED S.R.L.	€ 322.700,00	€ 77.300,00
	GM MEDICA SRL	€ 360.000,00	€ 40.000,00



LOTTO N. 4 <i>“n.4 Apparecchi di Anestesia Media Intensità”</i>			
Importo Base d'asta IVA esclusa	Società	Importo complessivo offerto IVA esclusa	Ribasso
120.000,00	GETINGE Italia Srl	€ 116.000,00	€ 4.000,00
	TECNOSALUS ELETTRONICALI SRL	€ 94.800,00	€ 25.200,00

LOTTO N. 5 <i>“n.1 Ecotomografo di Alta Fascia per Diagnosi Prenatale”</i>			
Importo Base d'asta IVA esclusa	Società	Importo complessivo offerto IVA esclusa	Ribasso
€ 120.000,00	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A..	€ 110.000,00	€ 10.000,00
	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 75.900,00	€ 44.100,00

LOTTO N. 6 <i>“n. 2 Ecotomografi Multidisciplinare”</i>			
Importo Base d'asta IVA esclusa	Società	Importo complessivo offerto IVA esclusa	Ribasso
€ 110.000,00	ESAOTE S.p.A	€ 109.000,00	€ 1.000,00

La Commissione, quindi, rileva i punteggi complessivi per i lotti n. 3 – 4 – 5 e 6 e procede alla determinazione della graduatoria di gara per ogni Lotto, così come riportato nelle tabelle sottostanti:

LOTTO N. 3 <i>“n.5 Tavoli Operatori”</i>					
Società	Punteggio Tecnico	Punteggio offerta Economica	Punteggio Complessivo	Graduatoria	Sospetto di Anomalia
GETINGE ITALIA SRL	67,16	20,58	87,74	1	NO
ALTAMED S.R.L.	45,84	30	75,84	2	NO
GM MEDICA SRL	43,36	26,30	69,66	3	NO

VB

M/C

SP

SP

LOTTO N. 4					
<i>"n.4 Apparecchi di Anestesia Media Intensità"</i>					
Società	Punteggio Tecnico	Punteggio offerta Economica	Punteggio Complessivo	Graduatoria	Sospetto di Anomalia
TECNOSALUS ELETTRONICALI SRL	58,48	30,00	88,48	1	NO
GETINGE Italia Srl	67,69	20,76	88,45	2	NO

LOTTO N. 5					
<i>"n.5 Tavoli Operatori"</i>					
Società	Punteggio Tecnico	Punteggio offerta Economica	Punteggio Complessivo	Graduatoria	Sospetto di Anomalia
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	67,17	22,30	89,47	1	NO
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA	44,34	30,00	74,34	2	NO

LOTTO N. 6					
<i>"n. 2 Ecotomografi Multidisciplinare"</i>					
Società	Punteggio Tecnico	Punteggio offerta Economica	Punteggio Complessivo	Graduatoria	Sospetto di Anomalia
ESAOTE S.p.A	63,29	30	93,29	1	NO

Si procede all'apertura delle buste economiche per i Lotti 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

Sulla base delle offerte presentate viene dato atto della graduatoria, elaborata mediante l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

LOTTO	SOCIETA'	BASE D'ASTA	PREZZO OFFERTO	GRADUATORIA
7	LINET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	€ 98.000,00	€ 97.279,00	1

LOTTO	SOCIETA'	BASE D'ASTA	PREZZO OFFERTO	GRADUATORIA
8	STEEL & POWER S.R.L.	€ 240.000,00	€ 132.300,00	1
	SERVIZI OSPEDALIERI SRL		€ 164.900,00	2
	STEELCO S.P.A.		€ 185.820,00	3
	CISA Production S.r.l. Unipersonale		€ 197.332,20	4

Si evidenzia che per la società SERVIZI OSPEDALIERI SRL l'Allegato 4 non è stato compilato correttamente.

LOTTO	SOCIETA'	BASE D'ASTA	PREZZO OFFERTO	GRADUATORIA
9	ALEA DI DADONE SILVIO E C. SAS	€ 12.000,00	€ 5.644,00	1

LOTTO	SOCIETA'	BASE D'ASTA	PREZZO OFFERTO	GRADUATORIA
10	A.C.F. ITALIA S.R.L.	€ 10.000,00	€ 8.070,00	1

LOTTO	SOCIETA'	BASE D'ASTA	PREZZO OFFERTO	GRADUATORIA
11	A.C.F. ITALIA S.R.L.	€ 4.000,00	€ 3.999,00	1

LOTTO	SOCIETA'	BASE D'ASTA	PREZZO OFFERTO	GRADUATORIA
12	BURKE & BURKE SPA	€ 25.000,00	€ 17.737,50	1
	TECNOSALUS ELETTRONICALI SRL		€ 20.250,00	2
	AESSE MEDICAL SPA		21.500,00	3

LOTTO	SOCIETA'	BASE D'ASTA	PREZZO OFFERTO	GRADUATORIA
14	VINCAL SRL	€ 10.000,00	€ 9.772,50	1


Terminata il calcolo del punteggio economico, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 13:30.

Letto, confermato e sottoscritto


PRESIDENTE Ing. Serena Pittarelli




COMPONENTE Dott. Raffaele Ferrara



COMPONENTE Dott. Marco Sereni



SEGRETARIO
VERBALIZZANTE Dott.ssa Marinella Basile





STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma I

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma I, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: P1047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:3

Lotto/Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	VALORE A BASE D'ASTAIVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UN'IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Listino prezzi del materiale di consumo	Allegato 4 - "Schema di offerta economica"
3	0197311406C3	n. 5 Tavoli operatori	BN351922303	Tavoli operatori	PEZZO	51400.000,00	77.649,60	388.248,00	<p>Allegato 4 Schema Offerta Economica lotto 3 lavori_dv.pdf.p7m</p> <p>F4F1DE7524ECF8A8339FE0C9473AAAC4E98C685F552D701FEA70D3ACA4154730</p>	<p>Allegato 4 Schema Offerta Economica lotto 3 lavori_dv.pdf.p7m</p> <p>F4F1DE7524ECF8A8339FE0C9473AAAC4E98C685F552D701FEA70D3ACA4154730</p>


VALORE OFFERTA DEL LOTTO 3: 388.248,00 €

Ragione sociale del Concorrente: GETINGE Italia Srl

Via G. Gozzano 14 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

C.F. 03992220966 P.IVA IT03992220966

Firmato digitalmente



STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma I

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma I, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: P1047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:3

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UNO OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UN'IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Libello prezzi del materiale di consumo	Allegato 4 - "Schema di offerta economica"
3	0_97311408C3		n. 5 Tavoli operatori	BN33192230_3	Tavoli operatori	PEZZO	5	400.000,00	72.000,00	360.000,00	Allegato 4 Schema Offerta Economica.pdf,p7m	Allegato 4 Schema Offerta Economica.pdf,p7m 8C8A012094F7F390DD93BF61248F440348A6A74D0FF44CDAC15F5F5CCAA1A20A71

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 3: 360.000,00 €

Ragione sociale del Concorrente: GM MEDICA SRL
 VIA BRECCIA SANTERASMO 112/114 - 80146 Napoli (Napoli)
 C.F. 05025691212 P.IVA IT05025691212

Firmato digitalmente



STELLA Sistema TELeMATICO Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma 1

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: P1047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:3

Lotto	Vec	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALOREA BASE ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UNITA' (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Litino prezzi del materiale di consumo	Allegato 4 - "Schema di offerte economica"
3	0	97311406c3	n. 5 Tavoli operatori	BN33192230-3	Tavoli operatori	PEZZO	5	1.400.000,00	64.540,00	322.700,00	Litino Accessori Opzionali.pdf.p7m 61BD5C16FD21C751ECC2353E4ACC616ADFB5037BCDCADC85C61A4A00980508E	All. 4 e Dettaglio Off. Eco OC23-00209.zip.p7m A8CA609EB94584BEBD12F1DB53E93757F66AD40326791033C46986A59EBB9CB3

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 3: 322.700,00 €

Ragione sociale del Concorrente: ALTAMED S.R.L.

VIA CESARE BATTISTI 11C - 35010 Limena (Padova)

C.F. 03831290287 P.IVA IT03831290287

Firmato digitalmente



STELLA Sistema TELeMATICO Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma 1

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicale da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: PI047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:4

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UN'IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Titolo prezzi del materiale di consumo	Allegato 4- "Schema di offerta economica"
4	0	9731169EAF	n.4 Apparecchi di Anestesia Media Intensità	BN33172100-7	Apparecchi per anestesia	PEZZO	4	120.000,00	29.000,00	116.000,00	<p>☞ materiale di consumo FlowFamily con prezzi.pdf.p7m F5C5AA98A0F7DE69A68560ED9C32E8F7E8F14E2161365641900F165C3B8E1EB2</p> <p>☞ Allegato 4 Schema Offerta Economica lotto 4 Anestesia.pdf.p7m 7EBC972D2CFF4A1FD1022012D1B6A5D13ACC5DFFDE2686BE87CB881B117C744C</p>	


VALORE OFFERTA DEL LOTTO 4: 116.000,00 €

Regione sociale del Concorrente: GETINGE Italia Srl

Via G. Cozzano 14 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

C.F. 03992220966 P.IVA IT03992220966

Firmato digitalmente



STELLA Sistema TELeMATICO Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma 1

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicale da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti. e numero registro di sistema: PI047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:4

Lotto	Voci	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO FER IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Listino prezzi del materiale di consumo	Allegato 4 - Schema di offerta economica"
4	019731169EAF		n.4 Apparecchi di Anestesia Media Intensità	BN331721007	Apparecchi per anestesia	PEZZO	4	120.000,00	23.700,00	94.800,00	Allegato 4 Schema Offerta Economica.pdf.p7m	Allegato 4 Schema Offerta Economica.pdf.p7m AE211C88C54CE64B19C057A129D0CF84EF70C46ABB8C40298A9C0B81785005EA

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 4: 94.800,00 €

Ragione sociale del Concorrente: TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL

Via Tolmino 12 - 00198 ROMA (Roma)

C.F. 09405861007 P.IVA IT09405861007

Firmato digitalmente



STELLA Sistema TELeMATICO Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma 1

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: PI047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:5

Lotto	Vec	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALOREA BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Listino prezzi del materiale di consumo	Allegato 4 - "Schema di offerta economica"
5	019731194354		n. 1 Elettromiografo di Alta fascia per Diagnosi Prenatale	BN33112000-8	Ecografi, ultrasuonografi e apparecchi doppler	PEZZO	1	120.000,00	110.000,00	110.000,00	a. Dich materiale di consumo.pdf.p7m D4FA5F698BB6CE81A9524295D4BFCE2B02BC64CAEFC334123DFE106C7A96894A	a. Allegato 4 Schema Offerta Economica_Dettaglio Eco_L5.zip.p7m 1F4FE5CE19E3EB511A046FDFEFD089A30E5E2988BB606E954663218483020E5

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 5: 110.000,00 €

Ragione sociale del Concorrente: GE Medical Systems Italia S.p.A.

Via Galeno n. 36 - 20126 Milano (Milano)

C.F. 93027710016 P.IVA IT03663500969

Firmato digitalmente



STELLA Sistema TELeMATICO Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma I

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicale da destinare alla ASL Roma I, articolata in 14 lotti. e numero registro di sistema: P1047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:5

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	DM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO FERUM IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Libino prezzi del materiale di consumo	Allegato 4 - "Schema di offerta economica"
5	01	9731194354	Ecotomografo di Alta Fascia per Diagnostica Prenatale	BN33112000-8	Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler	PEZZO	1	120.000,00	75.900,00	75.900,00	1. Dich mat consumo.pdf/7m 0CE5257414C50DAFEE788AD3ACE7BFEAB0031F28F401C0D737E613082E90EEA3	Allegato_4_Schema_Offerta_Economica (002).pdf.p7m 3F90727D0DEC49C5913E0D8B5B2E6D620F8A803D70E7523CF6E6D30AAB148D2A

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 5: 75.900,00 €

Ragione sociale del Concorrente: Samsung Electronics Italia Spa

Via Mike Bongiorno 9 - 20124 Milano (Milano)

C.F. 10352790157 P.IVA IT11325690151

Firmato digitalmente

Stazione appaltante: ASL Roma 1

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: PI047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:6

Lotto	Voci	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	IM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE BASE D'ASTA (1 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UN'UNITA' ESCLUSA (1 dec.)	VALORE OFFERTO (1 dec.)	Elenco prezzi del materiale di consumo	Allegato 4- "Schema di offerta economica"
6		0_9731210089	n. 2 Ecocolorografi Multidisciplinare	BN33112000	Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler	PEZZO	2	110.000,00	54.500,00	109.000,00	mat consumo.pdf,p7m 01A6BF68AF17F3CAA9A44E0A0F7B4818972760BD887E5ADD8195181062B76A0F	Alto 4 Schema Offerta Economica e alb.pdf,p7m 15792BD76DA51CD36E545E53DC08E83F647BD6C31986CFA29EBF301E5473755

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 6: 109.000,00 €

Ragione sociale del Concorrente: ESAOTE S.p.A.
 VIA ENRICO MELEN N. 77 - 16152 Genova (Genova)
 C.F. 05131180969 P.IVA IT03131180969

Firmato digitalmente



STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma 1

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: Pj047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:7

Lotti	Valore	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UNO OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UN'UNITA' IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Listino prezzi del materiale di consumo	Allegato 4- "Schema di offerta economica"
7	0,97312387A2		n. 7 Letti Degenza per Unità Terapie Intensiva Cardiologica	BN33192120-9	Letti d'ospedale	PEZZO	7	98.000,00	13.897,00	97.279,00	listino prezzi materiale di consumo_loito 7 .pdf.p7m 48C340C6556C76C7442DB23E48A1DF8201F12E2A585F411309B2FB971F944AD	29230875_Allegato 4 Schema Offerta Economica_Loito 7 .pdf.p7m 11B2906D8814B8C41F9B3C8372514471C14776176927BC688CF18525DA70FEB6

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 7: 97.279,00 €

Ragione sociale del Concorrente: Linet Italia S.r.l. Unipersonale

VIA GALILEO GALILEI, 48 - 25020 Poncarale (Brescia)

C.F. 02879890982 P.IVA IT02879890982

Firmato digitalmente



STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma 1

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: P/04/7464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:8

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE BASE INIZIATIVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Listino prezzi del materiale di consumo	Allegato 4 - "Schema di offerta economica"
8	0	9731264D15	n. 4 Autoclavi a Vapore	BN23191110-9	Autoclavi	PEZZO	4	240.000,00	49.333,05	197.332,20	<p>Allegato 4 Schema Offerta Economica.pdf.p7m</p> <p>A3FB62371D2EE3CA2F661A18E67221C624A24D5F40BF7B6D2BB468332AD4A3F26</p>	<p>Allegato 4 Schema Offerta Economica.pdf.p7m</p> <p>A3FB62371D2EE3CA2F661A18E67221C624A24D5F40BF7B6D2BB468332AD4A3F26</p>

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 8: 197.332,20 €

Ragione sociale del Concorrente: CISA Production S.r.l. Unipersonale

Via E. Mattei snc Angolo Via La Viciaccia - 55100 Lucca (Lucca)

C.F. 12435741009 P.IVA IT12435741009

Firmato digitalmente

Stazione appaltante: ASL Roma 1

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: PI047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:8

Lotto	Voci	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	IM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE BASE PASTINA ESCLUSA (1 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UN DA ESCLUSA (1 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Lotino prezzi del materiale di consumo	Allegato 4 - "Schema di offerta economica"
8	0	5731264015	n. 4 Autoclavi a Vapore	BN231911109	Autoclavi	PEZZO	4	240.000,00	41.225,00	164.900,00	 LISTINO MATERIALE DI CONSUMO.xlsx.p7m 51901729B2CFD6EFF320B7613B3D70308DA4075CE3686F9985138C186E303C4B	 Allegato 4 Schema Offerta Economica.doc.p7m CA3807761568359F1E9ED8731502700B5B79F3DA778C477FA7A0E91A965533E0

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 8: 164.900,00 €

Ragione sociale del Concorrente: SERVIZI OSPEDALIERI SRL
 VIA ERNESTO AMATUCCI, 15 - 83013 Merogliano (Avellino)
 C.F. 08815051217 P.IVA IT08815051217

Firmato digitalmente



STELLA Sistema TELEMatico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma 1

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti. e numero registro di sistema: P1047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:8

Lotto / voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	DM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE BASE D'ASTAIVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UN IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Descrizione	Allegato
8	019731264D15	n. 4 Autoclavi a Vapore	BN331911109	Autoclavi	PEZZO	4	240.000,00	33.075,00	132.300,00	Listino Prezzi materiali di Consumo.pdf,p7m	Allegato 4 - "Schema di offerta economica"
										Allegato 4 Schema Offerta Economica.pdf,p7m 612F58ED6ED05B9E755347100882BA7E748AF3D409A3A045215D3D5D285294A	

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 8: 132.300,00 €

Ragione sociale del Concorrente: Steel & Power s.r.l.

Via dei Lauri, 120 - 04011 Aprilia (Latina)

C.F. 02947270597 P.IVA IT02947270597

Firmato digitalmente



STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma 1
 Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicale da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti. e numero registro di sistema: P1047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:8

Lotto	Vice	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UNITA' IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Elenco mat. di consumo con prezzi.pdf.p7m	Listino prezzi del materiale di consumo	Allegato 4 - "Schema di offerta economica"	
8	0	9731264D15	(n. 4 Autoclavi a Vapore	BN351911D-9	Autoclavi	PEZZO	4	240.000,00	46.455,00	185.820,00	97D88175257CB1A5CB0E8C8B7DC7FC628A94C011768C7D75DEC21E1FFB748F4F	Elenco mat. di consumo con prezzi.pdf.p7m	Offerta.zip.p7m	3D32F5CD4A9CB4B3AA63612797832D067450CD92FF68B64F3A7B3A18771C148

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 8: 185.820,00 €

Ragione sociale del Concorrente: STEELCO S.P.A.
 VIA BALEGANTE, 27 - 31039 Riese Pio X (Treviso)
 C.F. 04311220263 P.IVA.it04311220263

Firmato digitalmente



STELLA Sistema TELEMatico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma 1

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: P1047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:9

Lotto	Descrizione	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	DM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UN IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Libero prezzi del materiale di consumo	Allegato 4- "Schema di offerta economica"
9	019731304E17	n.20 Saurimetri Palmari	Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori	BN35157000-5		PEZZO	20	12.000,00	282,20	5.644,00	b. LISTINO PREZZI MATERIALI CONS.pdf.p7m A9051F034E185FF8955ED63F66423F71A08D94C732D4E8DE61C759F606ABDD01	Allegato 4- "Schema di offerta economica" Allegato 4- Schema Offerta Economica.pdf.p7m 9457BEF160265D6569EEC38887481DB1461D2841122CB48D79B93AA113F3EBF19

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 9: 5.644,00 €

Ragione sociale del Concorrente: ALEA DI DADONE SILVIO E.C. SAS

STRADA GENOVA 299 - 10024 Moncalieri (Torino)

C.F. 05067060011 P.IVA IT05067060011

Firmato digitalmente



STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma 1

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: P1047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:10

Lotto	Voce	CFG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	DM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Listino prezzi del materiale di consumo	Allegato 4 - "Schema di offerta economica"
10	01971362DF		n.5 Frigoriferi per la Conservazione dei Farmaci di Piccole Dimensioni	BN33192300-5	Mobili per uso medico, esclusi letti e tavoli	PEZZO	5	10.000,00	1.614,00	8.070,00	Allegato 4 Dich materiali di consumo-signed.pdf E39D54181C277ED1307D8287A1817A3FC7B6E7B680443895A87F12D5234AFC5E	Allegato 4 Schema Offerta Economica LOTTO 10-signed.pdf 7EFA07FB39165CFAE88BF2FD06410258DCFE2C288436F7A417C172D5DF29EB96

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 10: 8.070,00 €

Ragione sociale del Concorrente: A.C.F. ITALIA S.R.L.

Via IV Novembre 52 - 21020 Inaio (Varese)

C.F. 01404390039 P.IVA IT01404390039

Firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

FOGLIA ACHILLE

Firmato il 02/05/2023 17:23

Seriale Certificato: 20426295

Valido dal 13/10/2020 al 13/10/2023

InfoCert Firma Qualificata 2



STELLA Sistema TELeMATICO Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma 1
 Tipo Procedura: Aperta
 Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti. e numero registro di sistema: P1047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero: 11

Lotto / Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UN'IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Listino prezzi del materiale di consumo	Alligato 4 - "Schema di offerta economica"
11	0 8731412739	0,1 Congelatore	BN23192300-5	Mobili per uso medico, esclusi letti e tavoli	PEZZO	1	4.000,00	3.999,00	3.999,00	Allegato 4 Schema Offerta Economica lotto 11-signed.pdf 9D6401778BEE908139FEAF2073AE9A9DE9F6C96729CFC7AA594D60F2E4D4568D	

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 11: 3.999,00 €

Ragione sociale del Concorrente: A.C.F. ITALIA S.R.L.
 Via IV Novembre 52 - 21020 Taino (Varese)
 C.F. 01404390039 P.IVA IT01404390039

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:
FOGLIA ACHILLE
 Firmato il 02/05/2023 17:24
 Seriale Certificato: 20426295
 Valido dal 13/10/2020 al 13/10/2023
 InfoCert Firma Qualificata 2



STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma 1
 Tipo Procedura: Aperta
 Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: PI047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:12

Lotto / voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UN IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Listino prezzi del materiale di consumo	Allegato 4 - "Schema di offerta economica"
12	019731497DEC	n.5 Monitor Defibrillatori	BN33182000-9	Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache	PEZZO	5	25.000,00	4.300,00	21.500,00	<p>☞ Listino prezzi consumabili e accessori .pdf.p7m C5C2CFB6F80BABA7147B848E9651D2D261D826C55BDF955470D15460E18A90D4</p>	<p>☞ Allegato 4 Schemi Offerta Economica.pdf.p7m 7C57E28F0C6042BCF0D34266A9E7D696AA812E2F25659B0A86799FC0FB9C5E46</p>

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 12: 21.500,00 €

Ragione sociale del Concorrente: AESSE MEDICAL SPA
 VIALE DELLA REPUBBLICA 243 - 59100 Prato (Prato)
 C.F. 01941340976 P.IVA IT01941340976

Firmato digitalmente



STELLA Sistema TELeMATICO Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma I
 Tipo Procedura: Aperta
 Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: PI047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:12

Lotto	View	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UN'IVA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Listino prezzi del materiale di consumo	Allegato 4 - "Schema di offerte economica"
12	0	93731497D5C	n.5 Monitor Defibrillatori	BN33182000-9	Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache	PEZZO	5	25.000,00	3.547,50	17.737,50	listino materiale consumo e accessori_estratto S6.pdf.p7m FEB5D023D269A14C3E2266E7BFF16972BF0778D5B7ECAAE5908AED49C2A2E58C	Allegato 4 Schema Offerta Economica_ns prev 23_06500_lotto 12.zip.p7m BEAE7D26D4E9B84770C2AFE3CE4F1A2F2548A36FF27AFF820E2BC75EF5D09E6B

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 12: 17.737,50 €

Ragione sociale del Concorrente: Burke & Burke SpA
 Via A. Einstein n. 32 - 20057 Assago (Milano)
 C.F. 02737030151 P.IVA IT01059590107

Firmato digitalmente



STELLA Sistema TELeMATICO Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Roma 1

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: P1047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:12

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UN'IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	Limite prezzi del materiale di consumo	'Schema di offerta economica'
12	019731497D5C	n.5 Monitor Defibrillatori		BN33182000-9	Apparecchi per il soleggio delle funzioni cardiache	PEZZO	5	25.000,00	4.050,00	20.250,00	<p> Dichiarazioni tecniche.pdf.p7m FFA1F1FF7C02BD592B600D086CEF04AF91B4889D755939DCC430395DEE8F8025</p> <p> Allegato 4 Schema Offerta Economica.pdf.p7m AE211C88C54CE64B19C057A129D0CF84EF70C46ABB8C40298A9C0B81785005EA</p>	

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 12: 20.250,00 €

Ragione sociale del Concorrente: TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL

Via Tolmino 12 - 00198 ROMA (Roma)

C.F. 09405861007 P.IVA. IT09405861007

Firmato digitalmente

Stazione appaltante: ASL Roma 1

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti. e numero registro di sistema: P1047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero: 13

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	IM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA	VALORE A BASE D'ASTA NA ESCLUSA (1.6cc.)	PREZZO OFFERTO PER UN NA ESCLUSA (1.6cc.)	VALORE OFFERTO (1.6cc.)	Libretto prezzi del materiale di consumo	Allegato 4- "Schema di offerta economica"
13		0 9731515C37	R2 Macchine del Ghiaccio	8N33192300-5	Mobili per uso medico, esclusi letti e tavoli	PEZZO	2	3.000,00	1.288,00	2.578,00	2 - LISTINO PREZZI CONSUMABILE LOTTO 13.pdf.p7m 8C59D695B258F2DC3C32A3E94D3F8A28D57C5AAF9545A3A620CB12A74CADEB43	Allegato 4 Schema Offerta Economica.pdf.p7m FF66EC19ECCB4AD46850CFB801B8D9E85B19EE816E126244F4C10F56613779BD

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 13: 2.576,00 €

Ragione sociale del Concorrente: VINCAL SRL

Via di Portonaccio, 13 - 00159 ROMA (Roma)

C.F. 06991810588 P.IVA IT01663011003

Firmato digitalmente

Stazione appaltante: ASL Roma 1

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: Procedura aperta, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alla ASL Roma 1, articolata in 14 lotti, e numero registro di sistema: PI047464-23

Offerta Economica - Lotto Numero:14

Lotto	Vece	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO NEGATIVA	QUANTITA'	VALORE A BASE D'ASTA (1 doc.)	PREZZO OFFERTO (2 doc.)	VALORE OFFERTO (1 doc.)	Lista dei prezzi del materiale di consumo	Allegato 4 - "Schema di offerta economica"
14	0	9731539009	n.5 Elettrocardiografi	B133123200	Elettrocardiografi	PEZZO	5	10.000,00	1.954,50	9.772,50	2 - LISTINO PREZZI CONSUMABILE LOTTO 14.pdf.p7m 56D74E5CC5A948F5CF53EBCA73932AD947F4736A0768632CE10ECB59E9EF7D59	Allegato 4 Schema Offerta Economica.pdf.p7m 56C8D17CCECA7BA8979AA280E5E602CB750AE9C0DA195B3D0DE5A01EAC00E330

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 14: 9.772,50 €

Ragione sociale del Concorrente: VINCAL SRL

Via di Portonaccio, 13 - 00159 ROMA (Roma)

C.F. 06991810588 P.IVA IT01663011003

Firmato digitalmente