

ALLEGATO B – Caratteristiche tecniche minime**SISTEMA DI PROCESSAZIONE TISSUTALE PER L'INCLUSIONE DI VETRINI**

Destinazione: U.O.C. Anatomia Patologica, P.O. San Filippo Neri della ASL Roma 1.

Caratteristiche tecniche: Il sistema di processazione tissutale ad alta capacità per l'inclusione di vetrini dovrebbe essere comprensivo di un braccio robotico per l'inclusione ed eseguire in modo automatizzato le seguenti funzioni principali:

- Posizionamento automatico cassette,
- Orientamento standardizzato dei frammenti,
- Programmi differenziati per biopsie e per pezzi chirurgici,
- Monitoraggio dei reagenti IoT.

Servizi connessi inclusi in configurazione minima:

- Periodo di garanzia Full-risk non inferiore a 24 mesi;
- Servizio di assistenza tecnica, manutenzione e gestione in sicurezza del sistema durante il periodo di garanzia o per tutta la durata del service;
- Dotazione di materiale di consumo necessario all'esecuzione di test per una quota di circa 60.000 cassette/anno;
- Formazione di tutto il personale utilizzatore;
- Aggiornamento- ed upgrade gratuiti;
- Conformità al Regolamento europeo sui dispositivi medici 745/2017.

Specificare:

- Peso e dimensioni;
- Caratteristiche degli accessori forniti in dotazione e opzionali;
- Materiale consumabile (dedicato e non) necessaria all'esecuzione del fabbisogno di test indicato sopra;
- Eventuali requisiti di tipo strutturale, impiantistico ed informatico da soddisfare ai fini dell'installazione.

In caso di esclusività di uno o più servizi relativi ai punti oggetto del contratto, si chiede di allegare copia della dichiarazione di esclusività.