



Dipartimento Tecnico Patrimoniale

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Prot. 75131 del 14/06/2017

Oggetto: Avviso esplorativo ex art.66, comma 1 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura in service di un coloratore per immunoistochimica tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Premesso che il presente avviso esplorativo persegue gli obiettivi di cui l'art 66 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e che le consultazioni preliminari con esso attivate sono volte a confermare l'esistenza dei presupposti che consentono ai sensi dell'art 63 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ovvero individuare l'esistenza di soluzioni alternative

Si rende noto che

questa Azienda intende procedere all'avvio di una procedura per la fornitura in service di un coloratore per immunoistochimica.

Pertanto, il presente avviso è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori **prodotti aventi caratteristiche tecniche equivalenti** a quelle indicate in allegato.

In riferimento al fabbisogno allegato, gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in trattazione mediante e-mail: cinzia.fiori@aslroma1.it entro il **19/6/2017 ore 12.00.**

Nella comunicazione riportante l'oggetto del presente avviso dovranno essere indicati la ragione sociale, Partita Iva/codice fiscale recapiti telefonici e fax, indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata.

Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l'aggiudicazione in trattazione soggetta alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.

Il Direttore UOC ABS

Dott. Piero Leone

FABBISOGNO

PARTE A : Sistema automatico per indagini istochimiche.

PARTE B : Reattivi, materiale di consumo e accessori per l'esecuzione di n. 6000 test/anno.

Descrizione del sistema

Il sistema in oggetto consente di eseguire in automatico le colorazioni istochimiche necessarie al Patologo per effettuare le diagnosi istologiche utilizzando kit in cartuccia ottimizzati e pronti all'uso che non richiedono quindi nessun intervento da parte dell'operatore, è inoltre dotato di un sistema di raccolta differenziata degli scarichi. Lo strumento può eseguire contemporaneamente fino a 14 determinazioni istochimiche consentendo un abbattimento dei tempi di esecuzione di tali esami dell'80% comparato all'esecuzione delle stesse metodiche in manuale ed un aumento della produttività.

L'impiego di protocolli di colorazione validati, consente di ottenere risultati standardizzati e di elevata qualità.

Motivazione della richiesta

A) Lo strumento, utilizzando kit chiusi in cartuccia, garantisce una maggior sicurezza per gli operatori. Infatti l'esecuzione manuale delle indagini istochimiche comporta l'esposizione quotidiana a sostanze tossiche quali ad esempio il colorante Rosso Congo (H400; H360fd ex Carc.cat.2; R45 Repr.Cat3; R63) ed il Reattivo di Shiff (H314 ex R34, H335 ex R37).

B) la raccolta differenziata dei reflui, consente una migliore gestione dello smaltimento degli scarichi.

REQUISITI MINIMI RICHIESTI

- Sistema chiuso e sicuro per l'operatore
- Possibilità di regolare la temperatura di lavoro nelle singole fasi da TA a 65°C.
- Possibilità di effettuare asciugatura e sparaffinatura on board, impiegando una soluzione non tossica
- Possibilità di gestire contemporaneamente almeno 40 vetrini/corsa/strumento
- Possibilità di gestire almeno 12 colorazioni/corsa.
- Separazione dei reflui prodotti
- Possibilità di connessione alla rete locale del laboratorio