

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0018 del 05-01-2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA INDETTA, CON DELIBERA N. 626/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI UN SERVICE PER APPARECCHIATURE PER IL CONFEZIONAMENTO DI PEZZI ISTOLOGICI IN FORMALINA OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1.
SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA BIENNALE DI € 348.994,40=IVA COMPRESA ESERCIZI 2018/2019. CIG 67647131C4.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico Patrimoniale – UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: 221

L'estensore : Massimo Colao *Massimo Colao*

Il Dirigente del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Pietro Leone

Il Responsabile della UOC

Acquisizione Beni e Servizi

Dott. Pietro Leone

Il Direttore Provvisorio

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

data 14/12/2017

data 14/12/2017

data 14/12/2017

Il presente Atto contiene dati sensibili SI ☐ NO ☒

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Esercizio 2018:

C.E. n. 501010317 (Reagenti) Costo previsto € 44.176,20=iva compresa;

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto €110.776,00=iva compresa;

C.E. n. 503030101 (Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche) costo previsto € 19.520,00=iva compresa;

Esercizio 2019:

C.E. n. 501010317 (Reagenti) Costo previsto € 44.176,20=iva compresa;

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto €110.776,00=iva compresa;

C.E. n. 503030101 (Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche) costo previsto € 19.520,00=iva compresa;

Il Funzionario addetto al controllo di budget: il Resp.le della UOC Farmacia Ospedaliera SFN Dott.ssa Roberta Pavan
data 14/12/2017 firma *Roberta Pavan*

Il Funzionario addetto al controllo di budget: il Resp.le della UOC Ingegneria Clinica - Ing. Pietro Barberini
data 14.12.2017 firma *Pietro Barberini*

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione ex ASL Roma E, Dott. Carlo SAIITO con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.
data 19.12.17 firma *Carlo Saitto*

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole ☒

Non favorevole ☐

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 2.1.2018 firma *Cristina Matranga*

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti

Favorevole ☒

Non favorevole ☐

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 2.1.2018 firma *Mauro Goletti*

Il Presente provvedimento si compone di n. 30 pagine di cui n. 25 pagine di allegati

Il Direttore Generale

Dott. Angela Tanase

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELLA ASL ROMA I

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo Tanese;

VISTA la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

VISTA la delibera n. 626 del 15.07.2016, con la quale è stata indetta – ai sensi del D. Lgs 50/2016 - una procedura aperta per la fornitura di un Service per apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici in formalina occorrenti alle esigenze della ASL Roma I, per un periodo di due anni e per un importo complessivo presunto di € 290.000,00 iva esclusa secondo le modalità della gara telematica;

CHE, entro le ore 12,00 del 26.09.2016, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono state presentate mediante piattaforma telematica le offerte delle sotto elencate Imprese:

- A. Menarini Diagnostics S.r.l.
- Ahsi S.r.l.
- Kaltek S.r.l.
- Patholab S.r.l.

DATO ATTO CHE l'ASL ROMA I, con delibera n. 1028 del 28.11.2016, ha nominato – ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016- la Commissione giudicatrice;

ATTESO CHE la Commissione giudicatrice ha proceduto all'avvio delle operazioni di gara in data 29/05/2017 ed in particolare all'apertura dei plichi pervenuti sulla piattaforma telematica, all'esame della documentazione amministrativa ivi contenuta ed alla valutazione della documentazione relativa ai requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico – professionali e delle dichiarazioni rese ed, in seguito, con successive sedute di gara, alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

DATO ATTO della conclusione delle operazioni di valutazione svolte dalla Commissione, avvenuta nella seduta pubblica del 29.11.2017;

ACQUISTI i verbali allegati al presente provvedimento (All.I)

- n. 1 del 29.05.2017;
- n. 2 del 14.06.2017;
- n. 3 del 27.09.2017;
- n. 4 del 18.10.2017;
- n. 5 del 29.11.2017;

relativi ai lavori della Commissione;

CONSIDERATO CHE dall'analisi di tutti i suddetti verbali e di tutti gli atti connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa e ritenuto, di conseguenza, di far proprie quanto negli stessi contenuto;

RITENUTO pertanto di procedere, sulla base dei verbali della Commissione di gara, all'aggiudicazione della fornitura alla Ditta Kaltek;

CONSIDERATA che è stata avviata la verifica in merito al possesso in capo alla società Kaltek S.r.l. dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 cui è sottoposta l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del citato Decreto;

DATO ATTO CHE, in considerazione degli adempimenti connessi alla stipula del contratto, è presumibile ipotizzare l'avvio della fornitura dal prossimo mese di gennaio 2018;





QUANTIFICATO, sulla base delle quotazioni proposte dalla società aggiudicataria (all. n. 2) e del fabbisogno di gara l'importo di spesa per la fornitura di un Service per apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici in formalina dal 01.01.2018 al 31.12.2019 in € 348.944,40= iva inclusa;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- 1) **DI DISPORRE** – sulla base di quanto riportato nel Verbale n. 5 del 29.11.2017 - l'aggiudicazione della procedura aperta indetta, con Delibera n. 626/2016, per la fornitura di un Service per apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici in formalina occorrenti alle esigenze della ASL Roma I, per un periodo di due anni e per un importo complessivo presunto di € 286.020,00 iva esclusa alla società Kaltek Srl;
- 2) **DI QUANTIFICARE** l'importo complessivo presunto di spesa derivante dall'adozione del presente atto in € 348.944,40=iva compresa;
- 3) **DI FAR GRAVARE** la spesa di cui al punto 2) negli anni 2018/2019, conti economici 501010317 – 504020101 – 503030101 così come di seguito riportato:

Esercizio 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018)

C.E. n. 501010317 (Reagenti) Costo previsto € 44.176,20=iva compresa

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto € 110.776,00=iva compresa

C.E. n. 503030101 (Manutenz. e riparaz. alle attrez. San. e scientifiche) costo previsto € 19.520,00=iva compresa

Esercizio 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019)

C.E. n. 501010317 (Reagenti) Costo previsto € 44.176,20=iva compresa

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto € 110.776,00=iva compresa

C.E. n. 503030101 (Manutenz. e riparaz. alle attrez. San. e scientifiche) costo previsto € 19.520,00=iva compresa

- 4) **DI SUBORDINARE**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016, l'aggiudicazione oggetto del presente atto al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del predetto decreto nei confronti della società Kaltek Srl;
- 5) **DI PREVEDERE**, ai sensi dell' art. 5 comma 2 Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 6) **DI INDIVIDUARE** il Responsabile della UOC Anatomia Patologica Dott. Luigi Coppola quale DEC del contratto;



ASL
ROMA 1

- 7) **DI DISPORRE CHE** il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Pietro Leone

Il responsabile della UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Pietro Leone

Il Direttore Provvisorio
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzeduro

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *"aggiudicazione della procedura aperta indetta, con Delibera n. 626/2016, per l'affidamento della fornitura di un Service per apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici in formalina occorrenti alle esigenze della ASL Roma 1, per un periodo di due anni e per un importo complessivo presunto di € 290.000,00 iva esclusa"* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- 1) **DI DISPORRE** – sulla base di quanto riportato nel Verbale n. 5 del 29.11.2017 - l'aggiudicazione della procedura aperta indetta, con Delibera n. 626/2016, per la fornitura di un Service per apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici in formalina occorrenti alle esigenze della ASL Roma 1, per un periodo di due anni e per un importo complessivo presunto di € 286.020,00, alla ditta Kaltek;
- 2) **DI QUANTIFICARE** l'importo complessivo presunto di spesa derivante dall'adozione del presente atto in € 348.944,40=iva compresa;
- 3) **DI FAR GRAVARE** la spesa di cui al punto 2) negli anni 2018/2019, conti economici 501010317 – 504020101 – 503030101 così come di seguito riportato:

Esercizio 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018)

C.E. n. 501010317 (Reagenti) Costo previsto € 44.176,20=iva compresa

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto € 110.776,00=iva compresa

C.E. n. 503030101 (Manutenz. e riparaz. alle attrez. San. e scientifiche) costo previsto € 19.520,00=iva compresa

**Esercizio 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019)**

C.E. n. 501010317 (Reagenti) Costo previsto € 44.176,20=iva compresa

C.E. n. 504020101 (Canoni noleggio – area sanitaria) costo previsto € 110.776,00=iva compresa

C.E. n. 503030101 (Manutenz. e riparaz. alle attrez. San. e scientifiche) costo previsto € 19.520,00=iva compresa

- 4) **DI SUBORDINARE**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016, l'aggiudicazione oggetto del presente atto al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del predetto decreto nei confronti della società Kaltek Srl;
- 5) **DI PREVEDERE**, ai sensi dell' art. 5 comma 2 Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- 6) **DI INDIVIDUARE** il Responsabile della UOC Anatomia Patologica Dott. Luigi Coppola quale DEC del contratto;
- 7) **DI DISPORRE CHE** il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

La Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Tanese

ALL. 1

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

Commissione giudicatrice delle offerte relative procedura aperta su piattaforma elettronica, per la fornitura di un Service per apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici in formalina occorrenti alla ASL Roma 1.

Verbale 1

ASL Roma 1
Borgo S.Spirito, 3
00193 Roma

t. +39.06.68352501
www.aslroma1.it
p.iva 13664791004
COD. IPA: **6BMH4D**

Servizio UOC ABS ex ASL RME
t. +39.06. 68352557
fax 06-68352420
e-mail: massimo.colao@aslroma1.it

M

1

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 10.30 presso la sede della stazione appaltante, Asl Roma 1, sita in B.go Santo Spirito 3 Roma, si riunisce in seduta pubblica, per l'apertura della documentazione amministrativa e tecnica contenuta nei file su piattaforma telematica della gara in oggetto, la Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale con deliberazione n 1028 del 29/11/2016, e composta dalle seguenti persone:

Dr. Mario Fabrizi Dirigente Amministrativo	PRESIDENTE
Dott. Luigi Coppola Direttore F.F. U.O.C. Anatomia Patologica	COMPONENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Limiti Responsabile U.O.S. Citologia e Screening	COMPONENTE
Sig. Massimo Colao Assistente Amministrativo U.O.C. A.B.S.	SEGRETARIO

Il presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i componenti, invita il segretario a registrare i nomi dei rappresentanti delle ditte presenti in sede di gara e muniti di deleghe, che vengono acquisite agli atti. Tali estremi identificativi vengono trascritti e controfirmati da ciascuno dei predetti nel foglio allegato – Allegato A - (n. 01 fogli) al presente verbale in funzione sostanziale.

Ciò fatto, la Commissione inizia i lavori prendendo atto dei documenti che reggono la gara tra i quali la deliberazione di indizione- n. 626 del 15.07.2016; verifica poi il numero delle offerte e la data in cui esse sono state caricate sulla piattaforma elettronica della stazione appaltante, accertando che tutti i plichi siano stati caricati correttamente e siano integri.

Di seguito, procede all'apertura dei file zip "amministrativi" di ogni Ditta, per constatare la completezza ed esattezza della documentazione amministrativa richiesta a comprova dei requisiti di partecipazione, alla luce delle prescrizioni contenute negli atti disciplinanti la presente procedura di gara.

In esito a tale esame, accerta che le ditte sotto elencate, sono in possesso dei requisiti richiesti e che pertanto possono essere ammesse alle fasi successive di gara ad esclusione della ditta Patholab che viene ammessa con riserva. La commissione ha infatti ritenuto di dover azionare il soccorso istruttorio e richiede alla ditta Patholab chiarimenti in merito all'elenco delle principali forniture eseguite nel triennio 2013/2014/2015 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, come richiesto negli atti di gara:

Ditta	
A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	Ammessa
AHSI S.R.L.	Ammessa
KALTEK S.R.L.	Ammessa
PATHOLAB	Ammessa con riserva





La Commissione prosegue quindi con l'apertura dei file zip offerta tecnica per constatare la presenza e la completezza della documentazione presentata dall'impresa.

In esito a tale esame, accerta che tutte le ditte sotto elencate hanno presentato la documentazione tecnica richiesta negli atti di gara e pertanto possono essere ammesse alle fasi successive di gara:

Ditta	
A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	Ammessa
AHSI S.R.L.	Ammessa
KALTEK S.R.L.	Ammessa
PATHOLAB S.R.L.	Ammessa (previo scioglimento della riserva)

Il presidente dà disposizione al segretario di trasmettere il presente verbale all'Amministrazione per l'adozione del provvedimento di ammissione delle imprese e la successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Terminati i lavori, alle ore 11,30 circa, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è composto di n. 3 pagine e di n. 1 allegato

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dott. Mario Fabrizi

I COMPONENTI



Dott. Luigi Coppola

Dott.ssa Maria Rosaria Limiti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig. Massimo Colao

3

procedura aperta su piattaforma elettronica, per la fornitura di un Service per apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici.

N.	Ditta	Nome Cognome	N. Documento	Procura	Delega	Firma
1	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	DANILO ARZITO	CI AY3191495	/	Si	
2	AHSI S.R.L.	/	/	/	/	/
3	KALTEK S.R.L.	GIOVANNI MAURIELLO	CI AXSG2SGS2	Si	/	
4	PATHOLAB S.R.L.	/	/	/	/	/

2

Numero Riga	LOTTO	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	TOTALE	NOTE ENTI/STRUTTURE/AMMINISTRAZIONI	RIFERIMENTO TEMPORALE FABBISOGNO
1	1	Pacemaker monocamerale con risposta in frequenza (SSIR) corredato di relativo elettrocatetere	15	il pezzo è inteso comprensivo del pacemaker e dell'elettrocatetere/i	ANNUALE
1	2	Pacemaker monocamerale con risposta in frequenza (SSIR) e funzioni avanzate corredato di relativo elettrocatetere.	45	il pezzo è inteso comprensivo del pacemaker e dell'elettrocatetere/i	ANNUALE
1	3	Pacemaker bicamerale monocatetere con risposta in frequenza (VDDR) corredato di relativi elettrocateteri	0	il pezzo è inteso comprensivo del pacemaker e dell'elettrocatetere/i	ANNUALE
1	4	Pacemaker bicamerale con risposta in frequenza (DDDR) corredato di relativi elettrocateteri	80	il pezzo è inteso comprensivo del pacemaker e dell'elettrocatetere/i	ANNUALE
1	5	Pacemaker bicamerale con risposta in frequenza (DDDR) e funzioni avanzate corredato di relativi elettrocateteri	470	il pezzo è inteso comprensivo del pacemaker e dell'elettrocatetere/i	ANNUALE
1	6	Pacemaker tricamerale (CRT-P) corredato di relativi elettrocateteri	20	il pezzo è inteso comprensivo del pacemaker e dell'elettrocatetere/i	ANNUALE
1	7	ICD monocamerale con relativi elettrocateteri	10	il pezzo è inteso comprensivo del ICD e dell'elettrocatetere/i	ANNUALE
1	8	ICD monocamerale ad estesa longevita' con relativi elettrocateteri	80	il pezzo è inteso comprensivo del ICD e dell'elettrocatetere/i	ANNUALE
1	9	ICD bicamerale con relativi elettrocateteri	20	il pezzo è inteso comprensivo del ICD e dell'elettrocatetere/i	ANNUALE
1	10	ICD bicamerale ad estesa longevita' con relativi elettrocateteri	155	il pezzo è inteso comprensivo del ICD e dell'elettrocatetere/i	ANNUALE
1	11	ICD biventricolari con relativi elettrocateteri	10	il pezzo è inteso comprensivo del ICD e dell'elettrocatetere/i	ANNUALE
1	12	ICD biventricolari ad estesa longevita' con relativi elettrocateteri	115	il pezzo è inteso comprensivo del ICD e dell'elettrocatetere/i	ANNUALE

Commissione giudicatrice delle offerte relative alla procedura aperta su piattaforma elettronica, per la fornitura di un Service per il confezionamento di pezzi istologici in formalina.

Verbale 2



Page 100

Q

M

L'anno 2017 il giorno 14 del mese di Giugno 2017 alle ore 10,30 presso la sede della stazione appaltante, Asl Roma 1, sita in B.go Santo Spirito 3 Roma, si riunisce, per l'esame della documentazione trasmessa dalla S.r.l. Patholab, la Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale con deliberazione n 1028 del 29/11/2016, e composta dalle seguenti persone:

Dr. Mario Fabrizi Dirigente Amministrativo	PRESIDENTE
Dott. Luigi Coppola Direttore F.F. U.O.C. Anatomia Patologica	COMPONENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Limiti Responsabile U.O.S. Citologia e Screening	COMPONENTE
Sig. Massimo Colao Assistente Amministrativo U.O.C. A.B.S.	SEGRETARIO

Il presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i componenti, apre la seduta richiamando il verbale della seduta del 29 maggio, con particolare riferimento alla ammissione con riserva della S.r.l. Patholab e alla richiesta di chiarimenti in merito all'elenco delle principali forniture eseguite nel triennio 2013/2014/2015 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, rivolta alla medesima Società.

Ciò fatto, il Presidente dà atto che la Società Patholab ha trasmesso la documentazione richiesta, e specificamente una lettera in data 6/6/2017 a firma del legale rappresentante recante un elenco delle forniture eseguite negli anni 2012/13/14/15 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati. Le dichiarazioni sono state rese ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritte dal legale rappresentante.

In esito all'esame della documentazione citata, la Commissione ritiene soddisfatti i requisiti di gara, scioglie la riserva e ammette la Società Patholab alle fasi successive di gara.

Il presidente dà disposizione al segretario di trasmettere il presente verbale all'Amministrazione per l'adozione del provvedimento di ammissione delle imprese e la successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.


Terminati i lavori, alle ore 11,00 circa, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è composto di n. 3 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dott. Mario Fabrizi





ASL
ROMA 1

I COMPONENTI

Dott. Luigi Coppola

Dott.ssa Maria Rosaria Limiti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig. Massimo Colao



Commissione giudicatrice delle offerte relative procedura aperta su piattaforma elettronica, per la fornitura di un Service per apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici in formalina occorrenti alla ASL Roma 1.

Verbale 3



L'anno 2017 il giorno 27 del mese di settembre alle ore 13,00 presso la sede della stazione appaltante, Asl Roma 1, sita in B.go Santo Spirito 3 Roma, si riunisce in seduta riservata, per l'esame della documentazione tecnica contenuta nei file su piattaforma telematica della gara in oggetto, la Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale con deliberazione n 1028 del 29/11/2016, e composta dalle seguenti persone:

Dr. Mario Fabrizi Dirigente Amministrativo	PRESIDENTE
Dott. Luigi Coppola Direttore F.F. U.O.C. Anatomia Patologica	COMPONENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Limiti Responsabile U.O.S. Citologia e Screening	COMPONENTE
Sig. Massimo Colao Assistente Amministrativo U.O.C. A.B.S.	SEGRETARIO

Premesso che nella precedente seduta, la Commissione ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e tecnica, la medesima, al completo dei suoi componenti, si riunisce in data odierna allo scopo di esaminare le offerte sotto il profilo della qualità.

Essa prende atto dei criteri che presiedono alla valutazione delle offerte, sulla base di quanto disposto dagli atti di gara.

Quindi procede all'esame della documentazione tecnica della Società Menarini e della Società AHSI.

All'esito delle valutazioni attribuisce il punteggio riportato nelle tabelle allegate al presente verbale come parte integrante.

La Commissione decide di aggiornare i suoi lavori ad una data da stabilirsi.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Mario Fabrizi

I COMPONENTI

Dott. Luigi Coppola

Dott.ssa Maria Rosaria Limiti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig. Massimo Colao

Apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici in formalina

Caratteristiche del sistema Richieste:

- a- 5 Sistemi per sotto vuoto da collocare presso le CC.OO. con modalità di funzionamento SOLO VUOTO
- b- 2 Sistemi da collocare presso il Laboratorio di Anatomia Patologica con diverse modalità di funzionamento:
 - Emissione automatica di fissativo e vuoto, nel contenitore rigido sigillato e certificato in assenza d'aria/Ossigeno
 - SIGILLATURA
- c- 2 Sistemi da collocare presso i Servizi di Anatomia Patologica con diverse modalità di funzionamento SOLO VUOTO in contenitore/sacchetto per la gestione dei pezzi da Stoccare/archiviare a fine lavorazione.

Consumabili dedicati:

CONTENITORI A BARRIERA DI OSSIGENO

20
PL
5
nr

		MENARINI	
Criteri di valutazione	Punteggio max	valutazione	Punteggio
Caratteristiche tecniche e analitiche della strumentazione	25	La Società Menarini offre 2 tipologie di attrezzature, entrambe basate sull'utilizzo di buste/sacchetti e non di contenitori rigidi come richiesto espressamente dal capitolato tecnico. L'utilizzo di buste/sacchetti non garantisce la idonea conservazione dei campioni poiché lo schiacciamento delle buste per il sottovuoto può provocare variazioni morfologiche del campione. L'utilizzo di buste/sacchetti non garantisce adeguate condizioni igieniche dell'ambiente di lavoro e degli operatori. Le attrezzature permettono di utilizzare direttamente i contenitori di formalina confezionata in taniche presenti sul mercato.	5 pt
Caratteristiche tecniche e qualitative dei reagenti e metodologie analitiche	5	Buona caratteristica del reagente.	4pt
Adattamento del sistema al laboratorio e aderenza agli obiettivi organizzativi	25	L'obiettivo di garantire la sicurezza degli operatori non è raggiunto poiché le schede tecniche riportano che per garantire la sicurezza totale degli operatori in Anatomia Patologica è consigliata la canalizzazione all'esterno dei vapori di formaldeide, poiché i filtri si saturano di vapori di formalina in alcune settimane e possono rilasciarla.	5pt
Assistenza supporto specialistico e formazione del personale	5	Buona organizzazione del supporto specialistico e della formazione del personale	4pt
Totale			18

3

		AHSI	
Criteri di valutazione	Punteggio max	Valutazione	Punteggio
Caratteristiche tecniche e analitiche della strumentazione	25	La Società AHSI offre due tipologie di attrezzature basate sull'utilizzo di contenitori rigidi ma non certificati in assenza di ossigeno. Non prevede la conservazione sotto vuoto, ma utilizza una miscela di gas inerte e per questo necessita di apposita bombola di gas composto da azoto e anidride carbonica. Non vengono offerti contenitori da 300 ml come richiesto nel capitolato. Non è possibile utilizzare altre formaline in commercio poiché la strumentazione funziona con taniche provviste di attacco a baionetta fornite dalla ditta stessa. La mancanza di contenitori da 300 ml comporta un maggior ingombro degli spazi dedicati allo stoccaggio con notevoli ripercussioni organizzative oltre ad un maggior utilizzo di formalina per ottenere una adeguata fissazione del campione.	7 pt
Caratteristiche tecniche e qualitative dei reagenti e metodologie analitiche	5	Buona caratteristica del reagente	4 pt
Adattamento del sistema al laboratorio e aderenza agli obiettivi organizzativi	25	Le schede tecniche riportano che per garantire la sicurezza totale degli operatori in Anatomia Patologica è necessaria la canalizzazione all'esterno dei vapori di formaldeide, poiché i filtri si saturano di vapori di formalina in alcune settimane. Pertanto l'obiettivo di garanzia della salute degli operatori non è raggiunto.	5 pt
Assistenza supporto specialistico e formazione del personale	5	Buona organizzazione del supporto specialistico e della formazione del personale	4 pt
Totale			20 pt



Commissione giudicatrice delle offerte relative procedura aperta su piattaforma elettronica, per la fornitura di un Service per apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici in formalina occorrenti alla ASL Roma 1.

Verbale 4



L'anno 2017 il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 13,00 presso la sede della stazione appaltante, Asl Roma 1, sita in B.go Santo Spirito 3 Roma, si riunisce in seduta riservata, per l'esame della documentazione tecnica contenuta nei file su piattaforma telematica della gara in oggetto, la Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale con deliberazione n 1028 del 29/11/2016, e composta dalle seguenti persone:

Dr. Mario Fabrizi Dirigente Amministrativo	PRESIDENTE
Dott. Luigi Coppola Direttore F.F. U.O.C. Anatomia Patologica	COMPONENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Limiti Responsabile U.O.S. Citologia e Screening	COMPONENTE
Sig. Massimo Colao Assistente Amministrativo U.O.C. A.B.S.	SEGRETARIO

Premesso che nella precedente seduta, la Commissione ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e tecnica, la medesima, al completo dei suoi componenti, si riunisce in data odierna allo scopo di esaminare le offerte sotto il profilo della qualità.

Essa prende atto dei criteri che presiedono alla valutazione delle offerte, sulla base di quanto disposto dagli atti di gara.

Quindi procede all'esame della documentazione tecnica della Società KALTEK della Società PATHOLAB.

All'esito delle valutazioni attribuisce il punteggio riportato nelle tabelle allegate al presente verbale come parte integrante.

La Commissione decide di aggiornare i suoi lavori ad una data da stabilirsi.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.300
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Mario Fabrizi

I COMPONENTI

Dott. Luigi Coppola

Dott.ssa Maria Rosaria Limiti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig. Massimo Colao

Apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici in formalina

Caratteristiche del sistema Richieste:

- a- 5 Sistemi per sotto vuoto da collocare presso le CC.OO. con modalità di funzionamento SOLO VUOTO
- b- 2 Sistemi da collocare presso il Laboratorio di Anatomia Patologica con diverse modalità di funzionamento:
 - Emissione automatica di fissativo e vuoto, nel contenitore rigido sigillato e certificato in assenza d'aria/Ossigeno
 - SIGILLATURA
- c- 2 Sistemi da collocare presso i Servizi di Anatomia Patologica con diverse modalità di funzionamento SOLO VUOTO in contenitore/sacchetto per la gestione dei pezzi da Stoccare/archiviare a fine lavorazione.

Consumabili dedicati:

CONTENITORI A BARRIERA DI OSSIGENO

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

		KALTEK	
Criteri di valutazione	Punteggi o max	valutazione	Punteggio
Caratteristiche tecniche e analitiche della strumentazione	25	La Società KALTEK Offre tre tipologie di attrezzature basate sull'utilizzo di contenitori rigidi certificati in assenza di ossigeno, che garantiscono la corretta conservazione del tessuto in vuoto, senza formalina, fino a 4/5 giorni mantenendo inalterate le caratteristiche morfologiche e biomolecolari del campione. Possibilità per l'operatore di visualizzare l'intero processo di lavoro degli strumenti. Vengono offerti contenitori in tutte le misure richieste. E' possibile utilizzare altre formaline commerciali. Non necessita di bombole a gas poiché funziona con applicazione del vuoto.	25 pt
Caratteristiche tecniche e qualitative dei reagenti e metodologie analitiche	5	Buona caratteristica del reagente.	4 pt
Adattamento del sistema al laboratorio e aderenza agli obiettivi organizzativi	25	Il sistema è perfettamente adattabile all'organizzazione del laboratorio e delle camere operatorie. La strumentazione non permette la fuoriuscita della formalina e non necessita di canalizzazione all'esterno.	25 pt
Assistenza supporto specialistico e formazione del personale	5	Buona organizzazione del supporto specialistico e della formazione del personale	4 pt
Totale			58 pt

PATHOLAB			
Criteri di valutazione:	Punteggio max	Valutazione	Punteggio
Caratteristiche tecniche e analitiche della strumentazione	25	La Società PATHOLAB offre due tipologie di attrezzature basate sull'utilizzo di contenitori rigidi ma non certificati in assenza di ossigeno. Lo strumento per il confezionamento sottovuoto nei sacchetti per lo stoccaggio/archiviazione non è valutabile per mancanza di schede tecniche. Non vengono offerti contenitori da 300 ml come richiesto nel capitolato. La mancanza di contenitori da 300 ml comporta un maggior ingombro degli spazi dedicati allo stoccaggio con notevoli ripercussioni organizzative oltre ad un maggior utilizzo di formalina per ottenere una adeguata fissazione del campione. Non è possibile utilizzare altre formaline commerciali, funziona con taniche provviste di attacco speciale a pressione per evitare sgocciolamento di formalina fornite dalla ditta stessa. Necessita di bombola di azoto.	7 pt
Caratteristiche tecniche e qualitative dei reagenti e metodologie analitiche	5	Buona caratteristica del reagente.	4 pt
Adattamento del sistema al laboratorio e aderenza agli obiettivi organizzativi	25	Le schede tecniche riportano che per garantire la sicurezza totale degli operatori in Anatomia Patologica è consigliata la canalizzazione all'esterno dei vapori di formaldeide, poiché i filtri si saturano di vapori di formalina in alcune settimane. Ciò rende inadeguata la strumentazione, poiché non garantisce la salute degli operatori.	5pt
Assistenza supporto specialistico e formazione del personale	5	Insufficiente. Non è descritta l'organizzazione tecnica né la presenza sul territorio.	0pt
Totale			16 pt

Commissione giudicatrice delle offerte relative procedura aperta su piattaforma elettronica, per la fornitura di un Service per apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici in formalina occorrenti alla ASL Roma 1.

Verbale 5



L'anno 2017 il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 10.50 presso la sede della stazione appaltante, Asl Roma 1, sita in B.go Santo Spirito 3 Roma, si riunisce in seduta pubblica, per l'apertura delle offerte economiche contenute nei file su piattaforma telematica della gara in oggetto, la Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale con deliberazione n 1028 del 29/11/2016, e composta dalle seguenti persone:

Dr. Mario Fabrizi
Dirigente Amministrativo

PRESIDENTE

Dott. Luigi Coppola
Direttore F.F. U.O.C. Anatomia Patologica

COMPONENTE

Dott.ssa Maria Rosaria Limiti
Responsabile U.O.S. Citologia e Screening

COMPONENTE

Sig. Massimo Colao
Assistente Amministrativo U.O.C. A.B.S.

SEGRETARIO

Il presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i componenti, invita il segretario a registrare i nomi dei rappresentanti delle ditte presenti in sede di gara e muniti di deleghe, che vengono acquisite agli atti. Tali estremi identificativi vengono trascritti e controfirmati da ciascuno dei predetti nel foglio allegato (All. A) al presente verbale in funzione sostanziale.

Ciò fatto, il Presidente dà lettura dei punteggi assegnati al profilo qualitativo delle offerte, così come prescritto dal capitolato speciale di gara alle singole Ditte. Quindi procede con l'apertura, singolarmente, dei file zip dove sono racchiuse le offerte economiche di ciascuna ditta partecipante ammessa, e, accertatane la regolarità di formulazione, ne legge i corrispettivi, così come appunto determinati in ciascuna di tali offerte.

Compiuti tali adempimenti, il Presidente della Commissione dà lettura della graduatoria finale (All. B) rappresentando che l'offerta della ditta KALTEK è risultata prima in graduatoria con il punteggio complessivo di 85.39/100. Il Presidente dà atto che l'offerta della Società KALTEK non risulta essere anomala ai sensi dell'art. 97 del Codice degli Appalti.

Il presidente, ritenuto di aver concluso i lavori, dà disposizione al segretario di trasmettere il presente verbale all'Amministrazione per il seguito di competenza.

Terminati i lavori, alle ore 11,30 circa, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dott. Mario Fabrizi

I COMPONENTI



Dott. Luigi Coppola

Dott.ssa Maria Rosaria Limiti


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Massimo Colao

procedura aperta su piattaforma elettronica, per la fornitura di un Service per apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici.

N.	Ditta	Nome Cognome	N. Documento	Procura	Delega	Firma
1	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	ANDREA M'GAGNA	PAT. N. RM 39910042		si	
2	AHSI S.R.L.	GIORGIO DI TANA	CI. AT 8425249		si	
3	KALTEK S.R.L.	ALDO GUERLERI	CI. AY7325865		si	
4	PATHOLAB S.R.L.	_____	_____	—	—	_____

Roma 29.11.2017



Graduatoria

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature per il confezionamento pezzi anatomici in formalina occorrenti alla ASL RM1

Round: 1 - Busta chiusa telematica

Ref. 10

**1 - Service per confezionamento pezzi anatomici in for... - Base asta ribassabile:
Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto:
290.000,00**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	KALTEK SRL	286020,00		27,39	58,00	85,39		Si	No
2	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	195840,00		40,00	18,00	58,00		No	No
3	AHSI SPA	266738,23		29,37	20,00	49,37		No	No

[Handwritten signature and initials]

Calcolo del costo totale del service

Fattore di costo

Costo annuale

consumabili

cifre

€ 36.210,00

lettere

trentaseimiladuecentodieci/00

Nolo strumentazione

cifre

€ 90.800,00

lettere

novantamilaottocento/00

Assistenza tecnica

cifre

€ 16.000,00

lettere

sedicimila/00

Collegamenti on line

cifre

da quotare

lettere

TOTALE biennale

cifre

€ 286.020,00

(A + B + C + D)*2

lettere

duecentottantaseimilaventi/00

di cui oneri sostenuti per la sicurezza compresi in offerta e non
soggetti a ribasso

€ 772,26


Valtek srl
Il legale rappresentante



0018. del 05-01-2018

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELLA ASL ROMA 1

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;

VISTA la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

VISTA la delibera n. 626 del 15.07.2016, con la quale è stata indetta – ai sensi del D. Lgs 50/2016 - una procedura aperta per la fornitura di un Service per apparecchiature per il confezionamento di pezzi istologici in formalina occorrenti alle esigenze della ASL Roma 1, per un periodo di due anni e per un importo complessivo presunto di € 290.000,00 iva esclusa secondo le modalità della gara telematica;

CHE, entro le ore 12,00 del 26.09.2016, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono state presentate mediante piattaforma telematica le offerte delle sotto elencate Imprese:

- A. Menarini Diagnostics S.r.l.
- Ahsi S.r.l.
- Kaltek S.r.l.
- Patholab S.r.l.

DATO ATTO CHE l'ASL ROMA 1, con delibera n. 1028 del 28.11.2016, ha nominato – ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016- la Commissione giudicatrice;

ATTESO CHE la Commissione giudicatrice ha proceduto all'avvio delle operazioni di gara in data 29/05/2017 ed in particolare all'apertura dei plichi pervenuti sulla piattaforma telematica, all'esame della documentazione amministrativa ivi contenuta ed alla valutazione della documentazione relativa ai requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico – professionali e delle dichiarazioni rese ed, in seguito, con successive sedute di gara, alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

DATO ATTO della conclusione delle operazioni di valutazione svolte dalla Commissione, avvenuta nella seduta pubblica del 29.11.2017;

ACQUISTI i verbali allegati al presente provvedimento (All. I)

n. 1 del 29.05.2017;

n. 2 del 14.06.2017;

n. 3 del 27.09.2017;

n. 4 del 18.10.2017;

n. 5 del 29.11.2017;

relativi ai lavori della Commissione;

CONSIDERATO CHE dall'analisi di tutti i suddetti verbali e di tutti gli atti connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa e ritenuto, di conseguenza, di far proprie quanto negli stessi contenuto;

RITENUTO pertanto di procedere, sulla base dei verbali della Commissione di gara, all'aggiudicazione della fornitura alla Ditta Kaltek;

CONSIDERATA che è stata avviata la verifica in merito al possesso in capo alla società Kaltek S.r.l. dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 cui è sottoposta l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del citato Decreto;

DATO ATTO CHE, in considerazione degli adempimenti connessi alla stipula del contratto, è presumibile ipotizzare l'avvio della fornitura dal prossimo mese di gennaio 2018;