



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE E NOLEGGIO DI
SISTEMI ANALITICI E DISPOSITIVI MEDICI PER IL SIMT DELL'ASL ROMA I**

ALLEGATO 3_I

CAPITOLATO TECNICO

SISTEMA PER AFERESI MULTICOMPONENT CON SEPARATORE CELLULARE

1. OGGETTO

Si richiede per le esigenze della U.O.S.D.SIMT dell'Azienda Roma I (sede P.O. S. Spirito e P.O. S. Filippo Neri) la fornitura in service di 4 sistemi per aferesi produttiva multicomponent con separatore cellulare, relativo interfacciamento con sistema gestionale regionale e dispositivi medici correlati .

2. INTERFACCIAMENTO DEL SISTEMA

La ditta dovrà fornire l'interfacciamento con il Sistema Gestionale Informatico Regionale (attualmente EMONET della Ditta Insiel) per entrambe le sedi (P.O. Santo Spirito, P.O. San Filippo) della UOSD SIMT della ASL Roma I. Il sistema deve comprendere hardware e software e quanto necessario al fine di garantire l'interfacciamento.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE – FABBISOGNO

TABELLA A

SISTEMA STRUMENTALE Specifiche Tecniche – Requisiti Minimi	
1	Apparecchiature nuove di ultima generazione con automazione più estesa possibile, in grado di eseguire le procedure di raccolta di piastrine, plasma, globuli rossi da donatore sano con procedura singola e/o multicomponente conformi alla normativa trasfusionale vigente nazionale europea.
2	Singolo accesso venoso
3	Monitorare la quantità di soluzione anticoagulante impiegata.
4	Regolazione automatica della velocità della pompa di prelievo e reinfusione in base alle misurazioni della pressione venosa.

TABELLA B – FABBISOGNO PROCEDURE - SOLUZIONI

Rif	DESCRIZIONE	U.M.	FABBISOGNO ANNUALE
PROCEDURE			
1	Doppia unità di Globuli Rossi	kit	100
2	Globuli Rossi e Plasma	kit	600
3	Globuli Rossi e Piastrine	kit	50
4	Plasmaferesi	kit	200
5	Plasma - Piastrinaferesi	kit	50
SOLUZIONI			
7	ACD-A da 500 ml	sacche	300
8	CPD-50 da 150 ml	sacche	700
9	SAG-M da 140 ml	sacche	650
10	SAG-M da 350 ml	sacche	100
11	Soluzione additiva per piastrine da 300 ml	sacche	100
12	Fisiologica da 500 ml	sacche	1000

4. FORNITURA KIT

La Ditta dovrà fornire i relativi KIT, dei dispositivi medici, degli accessori, dei materiali di consumo delle soluzioni necessarie all'effettuazione delle procedure, per l'esecuzione dei volumi richiesti, indicandone i relativi codici e quantitativi, nome della casa produttrice e confezionamento.

I Kit devono essere identificati positivamente dal separatore cellulare.

La fornitura dei Kit necessari all'effettuazione procedure aferetiche, nelle quantità presunte, dovrà garantire l'esecuzione del 100% delle varie tipologie procedurali presenti nella tabella dei fabbisogni e intesi come obbligatori.

Pertanto saranno escluse eventuali proposte/offerte che non raggiungano tale 100%.