

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE E NOLEGGIO DI  
SISTEMI ANALITICI E DISPOSITIVI MEDICI PER IL SIMT DELL'ASL ROMA I**

**ALLEGATO 3\_6  
CAPITOLATO TECNICO  
BILANCE BASCULANTI PER RACCOLTA SANGUE INTERFACCiate CON  
SISTEMA GESTIONALE REGIONALE**

## 1. OGGETTO

Si richiede per le esigenze della U.O.S.D. SIMT dell'Azienda Roma I ( sede P.O. S. Spirito e P.O. S. Filippo Neri) la fornitura in noleggio di apparecchiature necessarie per la pesatura del sangue e contemporanea miscelazione con anticoagulante durante la raccolta e relativo interfacciamento con sistema gestionale regionale (15 bilance fisse, 15 bilance mobili e 6 interfacciamenti).

## 2. INTERFACCIAMENTO DEL SISTEMA

La ditta dovrà fornire l'interfacciamento con il Sistema Gestionale Informatico Regionale (attualmente EMONET della Ditta Insiel) per entrambe le sedi (P.O. Santo Spirito, P.O. San Filippo) della UOSD SIMT della ASL Roma I. Il sistema deve comprendere hardware e software e quanto necessario al fine di garantire l'interfacciamento.

## 3. CARATTERISTICHE TECNICHE – FABBISOGNO

**TABELLA A**

| Rif. | SPECIFICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Bilance automatiche e programmabili in relazione alla tipologia di prelievo e al volume di donazione prima e durante la donazione      |
| 2    | Dotate di piatto basculante rimovibile e facilmente pulibile                                                                           |
| 3    | Provviste di sensore di controllo presenza del tubo della sacca nella clamp in tutte le fasi della donazione                           |
| 4    | Allarme visivo e acustico di flusso lento, assenza di flusso, di fine donazione                                                        |
| 5    | Chiusura automatica della clamp al termine della donazione                                                                             |
| 6    | Dotazione di apposito lettore di codici a barre per la lettura dei codici prima e dopo la donazione                                    |
| 7    | Batteria che consenta l'utilizzo della bilancia nelle raccolte esterne                                                                 |
| 8    | Visualizzazione su display durante la donazione del volume raccolto, del flusso, della durata                                          |
| 9    | Memoria interna e porta usb per l'eventuale esportazione dei dati di donazione nelle raccolte esterne                                  |
| 10   | Interfacciamento bidirezionale con il Software Gestionale del SIMT                                                                     |
| 11   | Conformi alle norme tecniche per gli apparecchi elettromedicali, con riferimento alla sicurezza e alla compatibilità elettromagnetica; |
| 12   | Certificato attestante : classe di appartenenza dell'apparecchiatura, marchio CE, data del rilascio.                                   |
| 13   | Dotate di Saldatore Integrato                                                                                                          |
| 14   | Dotate di carrello con ruote (bilance fisse)                                                                                           |
| 15   | Dotate di contenitore per il trasporto (bilance mobili)                                                                                |

**TABELLA B – FABBISOGNO APPARECCHIATURE**

| Rif. | DESCRIZIONE                                           | FABBISOGNO |
|------|-------------------------------------------------------|------------|
| 1    | Bilance fisse                                         | 15         |
| 2    | Bilance mobili                                        | 15         |
| 3    | Interfacciamenti bidirezionali con sistema gestionale | 6          |

#### **4. FORNITURA APPARECCHIATURE**

La Ditta dovrà fornire le apparecchiature necessarie all'effettuazione delle procedure, indicandone i relativi codici e quantitativi, nome della casa produttrice e confezionamento.

La fornitura delle bilance necessarie alla pesatura del sangue e contemporanea miscelazione con anticoagulante durante la raccolta e relativo interfacciamento con sistema regionale.

Dovrà garantire l'esecuzione del 100% della procedura presente nella tabella dei fabbisogni e intesi come obbligatori.

Pertanto saranno escluse eventuali proposte/offerte che non raggiungano tale 100%.