

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Aggiudicazione gara espletata in forma aggregata, indetta con Deliberazione CS n. 118/2021, finalizzata all'affidamento triennale eventualmente rinnovabile per 12 mesi, suddivisa in due Lotti, di sistemi macchine reattivi necessari ai centri trasfusionali dell'ASL Roma 1 e dell'ASL Roma 4. Gara ANAC n. 8328834 - CIG madre Lotto 1: 895496708C - Cig Derivato Lotto 1 Asl Roma 1: 9317203F22 - CIG madre Lotto 2: 895496815F - Cig Derivato Lotto 2 Asl Roma 1: 9317207273 - Importo complessivo di aggiudicazione € 1.460.366,49 oltre iva e oneri della sicurezza. Spesa complessiva di competenza dell'ASL Roma 1 pari a € 1.471.022,00 Iva e oneri della sicurezza inclusi.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: SIMONA AMEDURI Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
SIMONA AMEDURI	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€113.162,56	2022	CE	501010317	Reagenti	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€2.440,00	2022	CE	502020106	Servizi di assistenza informatica	Ing. Debora Angeletti	si
€20.841,67	2022	CE	504020101	Canoni di noleggio area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	si
€27.002,67	2022	CE	503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	Ing. Silvia Sergio	si

Il dettaglio della spesa prevista, suddivisa per CE, per gli anni dal 2023 al 2025 è dettagliata nel corpo dell'atto.

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott.ssa ROBERTA PAVAN

Ing. SILVIA SERGIO

Ing. DEBORA ANGELETTI

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, Dott.ssa Maura Bettini, con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Mauro Goletti

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.47 pagine di cui n. 40 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Angelo Tanese

IL DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTI

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 01.01.2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma1 a far data dal 01.01.2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

l'Atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n.9;

il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00049 del 28.03.2022 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.,

PREMESSO

che, con deliberazione CS n. 118 del 31/12/2021, è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento della fornitura triennale eventualmente rinnovabile per 12 mesi suddivisa in 2 Lotti di sistemi macchine reattivi necessari ai Centri Trasfusionali dell'ASL Roma 1 e dell'ASL Roma 4;

che, a seguito della pubblicazione del bando e della documentazione di gara, così come previsto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016, il termine perentorio di presentazione delle offerte presso la piattaforma telematica S.TEL.LA, è stato fissato alle ore 12.00 del 17/02/2022;

che, entro il termine predetto, risultano essere pervenute sulla Piattaforma telematica le offerte di seguito indicate:

DIA4IT Srl	Lotto 1
GRIFOLS ITALIA Spa	Lotto 1
BIORAD LABORATORIES Srl	Lotti: 1 e 2;

che, con determinazione dirigenziale n. 542 del 03/03/2022, è stata formalizzata l'ammissione dei predetti operatori all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica;

che con Deliberazione CS n. 290 del 09/03/2022 è stata nominata la Commissione di gara, così composta:

PRESIDENTE: Dott. Vittorio Santoriello
COMPONENTE: Dott. Guido Mistretta
COMPONENTE: Dott.ssa Silvia Masini

VISTI

i Verbali dei lavori della Commissione, allegati alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

che, nella seduta pubblica virtuale del 31/5/2022, la Commissione ha proceduto a dar conto del punteggio qualità e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti;

VISTE

le proposte di aggiudicazione formulate per la procedura di gara in oggetto:

Lotto 1: DIA4IT Srl	€ 246.450,69 oneri di sicurezza e iva esclusa
Lotto 2: BIORAD LABORATORIES Srl	€ 1.213.915,80 oneri di sicurezza e iva esclusa

che la Commissione ha riscontrato, per l'offerta dell'operatore DIA4IT Srl Lotto 1, i presupposti per la verifica dell'anomalia;

che il Rup ha verificato che le giustificazioni presentate dal concorrente sono apparse analitiche, sufficientemente dettagliate, coerenti ed idonee a dimostrare la sostenibilità e la serietà dell'offerta;

PRESO ATTO

che, dall'analisi dei sopra citati Verbali si è accertato che le operazioni di gara, si sono svolte nel rispetto della vigente normativa e, di conseguenza, si ritiene di far proprio quanto in essi contenuto;

RITENUTO

pertanto, di approvare integralmente l'operato della Commissione di gara e del RUP e di aggiudicare la gara, indetta con Deliberazione CS n. 118 del 31/12/2021, come di seguito indicato

Lotto 1: DIA4IT Srl	€ 246.450,69 oltre oneri di sicurezza e iva;
Lotto 2: BIORAD LABORATORIES Srl	€ 1.213.915,80 oltre oneri di sicurezza e iva;

CONSIDERATO

che, come da disciplinare di gara, l'aggiudicazione del lotto 1 è di esclusiva competenza della Asl Roma 1 mentre l'aggiudicazione del Lotto 2 è destinata a soddisfare le esigenze della Asl Roma 1 e della Asl Roma 4, aderente al presente progetto di gara;

che, coerentemente con i fabbisogni espressi in gara, per quanto attiene precipuamente il Lotto 2, la spesa triennale di competenza della Asl Roma 1 è così composta:

- Reagenti, calibratori, controlli e consumabili	€ 639.617,19
- Nolo strumentazione	€ 120.750,00
- Assistenza tecnica	€ 181.200,00
- Collegamenti on line	€ 12.000,00

così per un totale complessivo triennale pari ad € 953.567,19 oltre iva e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che, per il Lotto 2, la spesa triennale di competenza della Asl Roma 4 è così composta:

- Reagenti, calibratori, controlli e consumabili	€ 133.298,61
- Nolo strumentazione	€ 47.250,00
- Assistenza tecnica	€ 73.800,00
- Collegamenti on line	€ 6.000,00

così per un totale complessivo triennale pari ad € 260.348,61 oltre iva e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO

che, a seguito dell'adozione del presente atto, i conti economici interessati dalla fornitura in oggetto presentano la seguente situazione contabile:

conto economico n. 501010317 - reagenti	
Budget assegnato	11.781.416,00
Budget già impegnato	15.477.285,04
Budget impegnato con il presente atto	113.162,56
Scostamento negativo	3.809.031,60

conto economico n. 503030101 - Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	
Budget assegnato	6.644.508,00
Budget già impegnato	6.771.262,11
Budget impegnato con il presente atto	27.002,67
Scostamento negativo	153.756,78

conto economico n. 504020101 - Canoni noleggio area sanitaria	
Budget assegnato	2.532.231,00
Budget già impegnato	3.334.586,02
Budget impegnato con il presente atto	20.841,67
Scostamento negativo	823.196,69

conto economico n. 502020106 - servizi assistenza informatica	
Budget assegnato	14.319.252,00
Budget già impegnato	19.179.125,57
Budget impegnato con il presente atto	2.440,00
Scostamento negativo	4.862.313,57

che gli scostamenti sopra indicati sono riferiti al budget provvisorio stanziato (non consumato) per l'anno 2022, assegnato con Deliberazione n. 115 del 10/02/2022, non sono riferiti, dunque, al budget definitivo che verrà concordato con la Regione Lazio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di aggiudicare la gara, indetta con Deliberazione CS n. 118 del 31/12/2021, finalizzata all'affidamento della fornitura triennale eventualmente rinnovabile per 12 mesi, suddivisa in 2 Lotti, di sistemi macchine reattivi necessari ai Centri Trasfusionali dell'ASL Roma 1 e dell'ASL Roma 4, come di seguito specificato:

- Lotto 1 alla DIA4IT Srl per un totale di € 246.450,69 oneri di sicurezza ed iva esclusi
 - Lotto 2 alla BIORAD LABORATORIES Srl per un totale di € 1.213.915,80 oneri di sicurezza ed iva esclusi
- come da offerte economiche allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione in parola è in ogni caso sospesa fino al positivo riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo alle Società aggiudicatrici;

di riservarsi ogni potere di autotutela in merito all'aggiudicazione in trattazione, per violazione della lex specialis, come da atti di gara, inclusa la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto negoziale, qualora dovessero essere accertate da parte dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche di ufficio, cause ostative alla stipula di contratti

pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché da altra normativa vigente applicabile all'oggetto del presente affidamento;

di far gravare la spesa per la Asl Roma 1, derivante dall'adozione del presente atto, pari a complessive € 1.471.022,00 iva ed oneri della sicurezza inclusi, sui conti economici di seguito indicati, per gli anni 2022/2025, con previsione di avvio dell'appalto al 1/9/2022:

Anno 2022 (dal 1/9 al 31/12)		
Conto	descrizione	Importo iva compresa
501010317	Reagenti	113.162,56 €
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	20.841,67 €
502020106	Servizi assistenza informatica	2.440,00 €
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	27.002,67 €

Anno 2023 (dal 1/1 al 31/12)		
Conto	descrizione	Importo iva compresa
501010317	Reagenti	339.487,67 €
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	62.525,00 €
502020106	Servizi assistenza informatica	7.320,00 €
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	81.008,00 €

Anno 2024 (dal 1/1 al 31/12)		
Conto	descrizione	Importo iva compresa
501010317	Reagenti	339.487,67 €
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	62.525,00 €
502020106	Servizi assistenza informatica	7.320,00 €
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	81.008,00 €

Anno 2025 (dal 1/1 al 31/8)		
Conto	descrizione	Importo iva compresa
501010317	Reagenti	226.325,11 €
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	41.683,33 €
502020106	Servizi assistenza informatica	4.880,00 €
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	54.005,33 €

di trasmettere il presente atto, unitamente alle offerte tecniche ed economiche, alla Asl Roma 4, per il recepimento e la successiva stipula del contratto;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
Procedimento
Dott.ssa Simona Ameduri
firmato digitalmente

Il Direttore della UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco
firmato digitalmente

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00049 del

28.03.2022;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *"Aggiudicazione gara espletata in forma aggregata, indetta con Deliberazione CS n. 118/2021, finalizzata all'affidamento triennale eventualmente rinnovabile per 12 mesi, suddivisa in due Lotti, di sistemi macchine reattivi necessari a centri trasfusionali dell'ASL Roma 1 e dell'ASL Roma 4. Gara ANAC n. 8328834 - CIG madre Lotto 1: 895496708C - Cig Derivato Lotto 1 Asl Roma 1: 9317203F22 - CIG madre Lotto 2: 895496815F - Cig Derivato Lotto 2 Asl Roma 1: 9317207273 – Importo complessivo di aggiudicazione € 1.460.366,49 oltre iva e oneri della sicurezza. Spesa complessiva di competenza dell'ASL Roma 1 pari a € 1.471.022,00 Iva e oneri della sicurezza inclusi"* e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di aggiudicare la gara, indetta con Deliberazione CS n. 118 del 31/12/2021, finalizzata all'affidamento della fornitura triennale eventualmente rinnovabile per 12 mesi, suddivisa in 2 Lotti, di sistemi macchine reattivi necessari ai Centri Trasfusionali dell'ASL Roma 1 e dell'ASL Roma 4, come di seguito specificato:

- Lotto 1 alla DIA4IT Srl per un totale di € 246.450,69 oneri di sicurezza ed iva esclusi;
- Lotto 2 alla BIORAD LABORATORIES Srl per un totale di € 1.213.915,80 oneri di sicurezza ed iva esclusi, come da offerte economiche allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione in parola è in ogni caso sospesa fino al positivo riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo alle Società aggiudicatrici;

di riservarsi ogni potere di autotutela in merito all'aggiudicazione in trattazione, per violazione della lex specialis, come da atti di gara, inclusa la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto negoziale, qualora dovessero essere accertate da parte dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche di ufficio, cause ostative alla stipula di contratti pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché da altra normativa vigente applicabile all'oggetto del presente affidamento;

di far gravare la spesa per la Asl Roma 1, derivante dall'adozione del presente atto, pari a complessive € 1.471.022,00 iva ed oneri della sicurezza inclusi, sui conti economici di seguito indicati, per gli anni 2022/2025, con previsione di avvio dell'appalto al 1/9/2022:

Anno 2022 (dal 1/9 al 31/12)		
Conto	descrizione	Importo iva compresa
501010317	Reagenti	113.162,56 €
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	20.841,67 €
502020106	Servizi assistenza informatica	2.440,00 €
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	27.002,67 €

Anno 2023 (dal 1/1 al 31/12)		
Conto	descrizione	Importo iva compresa
501010317	Reagenti	339.487,67 €
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	62.525,00 €
502020106	Servizi assistenza informatica	7.320,00 €
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	81.008,00 €

Anno 2024 (dal 1/1 al 31/12)		
Conto	descrizione	Importo iva compresa
501010317	Reagenti	339.487,67 €
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	62.525,00 €
502020106	Servizi assistenza informatica	7.320,00 €
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	81.008,00 €

Anno 2025 (dal 1/1 al 31/8)		
Conto	descrizione	Importo iva compresa
501010317	Reagenti	226.325,11 €
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	41.683,33 €
502020106	Servizi assistenza informatica	4.880,00 €
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	54.005,33 €

di trasmettere il presente atto, unitamente alle offerte tecniche ed economiche, alla Asl Roma 4, per il recepimento e la successiva stipula del contratto;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

La Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Tanese

Firmato digitalmente

PROCEDURA APERTA TELEMATICA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 12 MESI SUDDIVISA IN 2 LOTTI DI SISTEMI MACCHINE REATTIVI NECESSARI AI CENTRI TRASFUSIONALI DELL'ASL ROMA 1 E DELL'ASL ROMA 4.

VERBALE APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Premesso:

che, con deliberazione CS n. 118 del 31/12/2021, è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento della fornitura triennale eventualmente rinnovabile per 12 mesi suddivisa in 2 Lotti di sistemi macchine reattivi necessari ai Centri Trasfusionali dell'ASL Roma 1 e dell'ASL Roma 4;

che a seguito della pubblicazione del bando e della documentazione di gara, così come previsto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, il termine perentorio di presentazione delle offerte presso la piattaforma telematica S.TELLA, è stato fissato alle ore 12.00 del 17/02/2022;

che, entro il termine predetto, risulta pervenuta sulla Piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio, le offerte di seguito indicate:

DIA4IT Srl Lotto 1

GRIFOLS ITALIA Spa Lotto 1

BIORAD LABORATORIES Srl Lotti: 1 e 2

che, con determinazione dirigenziale n. 542 del 03/03/2022, è stata formalizzata l'ammissione dei predetti operatori all'apertura delle buste contenente la documentazione tecnica;

che, con Deliberazione CS n. 290 del 09/03/2022, è stata nominata la Commissione di gara, così composto:

PRESIDENTE Dott. Vittorio Santoriello

COMPONENTE: Dott. Guido Mistretta

COMPONENTE: Dott.ssa Silvia Masini

Il giorno 14/03/2022 alle ore 9,35 circa ha luogo la seduta pubblica virtuale per procedere all'apertura delle offerte tecniche.

Il Presidente procede, pertanto, a sbloccare le buste virtuali "offerta tecnica" presentate dai concorrenti, rappresentando che l'apertura delle predette buste in seduta pubblica è finalizzata a verificare sommariamente la presenza della documentazione richiesta negli atti di gara, mentre l'esame dei contenuti e la valutazione della conformità verranno effettuati successivamente dalla Commissione di gara in seduta riservata.

Il Presidente dà atto di quanto segue:

le singole buste "offerta tecnica" presentate dagli Operatori Economici:

DIA4IT Srl Lotto 1

GRIFOLS ITALIA Spa Lotto 1

BIORAD LABORATORIES Srl Lotti: 1 e 2

in merito all'iniziativa di gara, indetta con Deliberazione CS n. 118/2021, contengono documentazione conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

Visto quanto sopra, e ribadito che un esame di dettaglio sul contenuto di detta documentazione verrà effettuato solo in sede di esame di conformità e di valutazione delle offerte stesse, durante i lavori che la Commissione di gara svolgerà successivamente in una o più sedute riservate, in questa sede si dà atto dell'ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara.

La seduta termina alle ore 12,10 circa.

Dott. Vittorio Santoriello

Presidente

Dr. Guido Mistretta

Componente

Dott. ssa Silvia Masini

Componente



PROCEDURA APERTA TELEMATICA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 12 MESI SUDDIVISA IN 2 LOTTI DI SISTEMI MACCHINE REATTIVI NECESSARI AI CENTRI TRASFUSIONALI DELL'ASL ROMA 1 E DELL'ASL ROMA 4.

VERBALE VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA

Premesso:

che, con deliberazione CS n. 118 del 31/12/2021, è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento della fornitura triennale eventualmente rinnovabile per 12 mesi suddivisa in 2 Lotti di sistemi macchine reattivi necessari ai Centri Trasfusionali dell'ASL Roma 1 e dell'ASL Roma 4;

che, a seguito della pubblicazione del bando e della documentazione di gara, così come previsto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016, il termine perentorio di presentazione delle offerte presso la piattaforma telematica S.TEL.LA, è stato fissato alle ore 12.00 del 17/02/2022;

che, entro il termine predetto, risultano pervenute sulla Piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio, le offerte di seguito indicate:

DIA4IT Srl Lotto 1;

GRIFOLS ITALIA Spa Lotto 1;

BIORAD LABORATORIES Srl Lotti 1 e 2;

che, con determinazione dirigenziale n. 542 del 03/03/2022, è stata formalizzata l'ammissione dei predetti operatori all'apertura delle buste contenente la documentazione tecnica;

che, con Deliberazione CS n. 290 del 09/03/2022, è stata nominata la Commissione di gara, così composta:

PRESIDENTE Dott. Vittorio Santoriello

COMPONENTE: Dott. Guido Mistretta

COMPONENTE: Dott.ssa Silvia Masini

che il giorno 14/03/2022 la Commissione in seduta pubblica virtuale ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche;

che nei giorni sotto indicati in seduta riservata

22/03/2022 ore 14,30-17,30 (Lotto 1 GRIFOLS ITALIA Spa)

30/03/2022 ore 9,00-12,00 (Lotto 1 BIORAD LABORATORIES Srl)

08/04/2022 ore 9,00-12,00 (Lotto 1 DIA4IT Srl)

19/05/2022 ore 9,00-12,00 (Lotto 2 BIORAD LABORATORIES Srl)

La Commissione ha proceduto a verificare la rispondenza dei sistemi offerti alle caratteristiche minime richieste passando poi alla valutazione delle offerte tecniche nelle modalità riportate negli allegati 3.1 e 3.2 del Disciplinare di gara denominati "Criteri di valutazione".

Le risultanze dei Lavori della Commissione sono riportate nell'Allegato 1.

I punteggi qualità nel dettaglio vengono riportati al termine dei lavori nella giornata del 19/05/2022 nell'Allegato 2.


Dott. Vittorio Santoriello

Presidente




Dr. Guido Mistretta

Componente



Dott.ssa Silvia Masini

Componente



GRIFOLS ITALIA Spa - Lotto 1 -		
Ditta concorrente		
Elemento di valutazione	1. NUMERO MASSIMO DI CARDS CARICABILI A BORDO DELLA STRUMENTAZIONE (Q)	
	VALORE RIPORTATO IN OFFERTA	Coefficiente
	400	Il coefficiente verrà determinato confrontando i valori riportati da tutti i concorrenti
Elemento di valutazione	2. CAPACITA' MASSIMA DI CARICAMENTO CONTEMPORANEO DI CAMPIONI NELLO STRUMENTO (Q)	
	VALORE RIPORTATO IN OFFERTA	Coefficiente
	% ore	Il coefficiente verrà determinato confrontando i valori riportati da tutti i concorrenti
Elemento di valutazione	3. POSSIBILITA' RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE CARD PARZIALMENTE UTILIZZATE (T)	
	SI/NO	Coefficiente
	SI	1,00
Elemento di valutazione	4. ALLARMI E SICUREZZA: BLOCCO CARD E REAGENTI SCADUTI O NON IDONEI (D)	
	MOTIVAZIONE	Coefficiente
	Il sistema di allarmi e sicurezza è valutato ottimo. Nel caso in cui durante l'identificazione delle risorse vengono rilevati reagenti scaduti, l'utilizzo del medesimo viene bloccato, ma la processazione dei tests non si arresta. Allo stesso modo, viene bloccato l'utilizzo delle schedine il cui stato del gel non risulta ottimale.	1,00
Elemento di valutazione	5. PRESENZA DI PUNZANATORE DEDICATO PER LA PELLICOLA DELLE CARD PER EVITARE IL CARRY OVER (T)	

ALLEGATO I

	SI/NO	Coefficiente
	SI	1,00
Elemento di valutazione	6. CONTINUITA' OPERATIVA: CONTROLLO E INVENTARIO AUTOMATICO DELLE CARD E DEI REAGENTI: BACK UP DELLE SOLUZIONI DI LAVAGGIO E DI SCARICO A BORDO DELLO STRUMENTO. REFLEX TEST PERSONALIZZABILI (D)	
	MOTIVAZIONE	Coefficiente
Commissione	La continuità operativa è valutata ottima. Il sistema garantisce la continuità operativa in tutte le fasi analitiche. Il software consente di impostare numerosi reflex test con profili di analisi personalizzabili.	1,00
Elemento di valutazione	7. MODALITA' DI SMALTIMENTO DI TUTTI I REAGENTI(CARDS, DILUENTI, EMAZIE) COMPLETAMENTO AUTOMATICO PER L'ABBATTIMENTO DEL RISCHIO BIOLOGICO PER L'OPERATORE (D)	
	MOTIVAZIONE	Coefficiente
Commissione	La modalità di smaltimento dei rifiuti è valutata ottima. La strumentazione offerta non utilizza supporti monouso contenenti tracce di residui biologici,-abbattendo il rischio biologico per gli operatori connesso al maneggiamento di consumabili monouso potenzialmente infetti. Nel cassetto dei rifiuti solidi è presente un sacchetto fornito direttamente dall'operatore con adesivo completo di simbolo di rischio biologico per lo smaltimento in completa sicurezza.	1,00
Elemento di valutazione	8. STABILITA' IN ORE A BORDO DELLO STRUMENTO DI TUTTE LE EMAZIE OFFERTE (Q)	
	VALORE RIPORTATO IN OFFERTA	Coefficiente
	120 ore	Il coefficiente verrà determinato confrontando i valori riportati da tutti i concorrenti
Elemento di valutazione	9. POSSIBILITA' DI UTILIZZO DI UNICA SCHEDINA PRESEMINATA PRONTA ALL'USO PER GRUPPO AB0/Rh COMPLETO DIRETTO RISPETTIVAMENTE ANTI DVI- E ANTI DVI+ (A,B, AB, DVI-, DVI) (T)	
	SI/NO	Coefficiente

ALLEGATO 1

	SI	1,00
Elemento di valutazione	10. NUMERO DI CELLULE AGGIUNTIVE NON TRATTATE CON ENZIMA, RISPETTO ALLE MINIME RICHIESTE PER TEST DI IDENTIFICAZIONE IN AUTOMAZIONE, IN CONCENTRAZIONE ALLO 0.8% E VALIDATE SULLA STRUMENTAZIONE (Q)	
	VALORE RIPORTATO IN OFFERTA	Coefficiente
	19	Il coefficiente verrà determinato confrontando i valori riportati da tutti i concorrenti
Elemento di valutazione	11. UTILIZZO DI SCHEDINA PER CONTROLLO GRUPPO SACCA A/8/DVI+, PRESAMINATE E PRONTE ALL'USO	
	SI/NO	Coefficiente
	SI	1,00
Elemento di valutazione	12. PERSONALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEDICATO PER IL CONTROLLO DI QUALITA' DEI REAGENTI E DEGLI STRUMENTI CON TRACCIABILITA' DEI RISULTATI DEI SINGOLI PROCESSI (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	Le modalità di personalizzazione del programma dedicato per il controllo di qualità dei reagenti e degli strumenti con tracciabilità dei risultati dei singoli processi è valutata ottima. Ogni processo relativo al controllo di qualità è completamente personalizzabile in base alle specifiche del laboratorio. Il software avverte in caso di scadenza dei CQ e in caso di incongruità dei risultati delle analisi dei CQ dai valori attesi. L'archiviazione dei dati relativi al CQ avviene tramite back up automatico con tracciabilità di qualsiasi operazione eseguita.	1,00
Elemento di valutazione	13. MODALITA' DI GESTIONE DATI: PRESENZA DI UN UNICO SOFTWARE IN GRADO DI GESTIRE E CONDIVIDERE DATI DI TUTTI GLI STRUMENTI CHE FANNO PARTE DEL SISTEMA (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La modalità di gestione dati è valutata come ottima. Tutti i risultati ottenuti con la strumentazione di immunematologia offerta sono condivisi in un unico software con completa tracciabilità delle operazioni eseguite sulle singole strumentazioni	1,00

ALLEGATO 1

Elemento di valutazione	14. DATABASE DI BACK UP DEI DATI OTTENUTI: REGISTRAZIONE AUTOMATICA DI TIPO, LOTTO E SCADENZA DELL'ARCHIVIO (SIA DEI DATI, SIA DELL'IMMAGINE) CON RICERCA MULTIPLA PER UN INTERVALLO DI TEMPO (D)	MOTIVAZIONE	Coefficiente
Commissione		Il database dei dati ottenuti è valutato ottimo. Tutti i risultati, dati ed immagini sono salvati nel database e possono essere rapidamente consultati consentendo in ogni momento una tracciabilità completa, inserendo dei criteri di scelta multipla.	1,00
Elemento di valutazione	15. QUALITA' E CONSISTENZA DEL PERCORSO FORMATIVO OFFERTO (D)	MOTIVAZIONE	Coefficiente
Commissione		La qualità e consistenza del percorso formativo offerto sono valutate ottime. Il percorso iniziale formativo offerto prevede corsi di 2 livelli. Ciascun corso può essere personalizzato secondo le esigenze della Stazione appaltante. E' previsto un ulteriore corso durante il contratto. La società organizza annualmente specifici corsi dedicati alla medicina trasfusionale. A tal proposito, viene riportato il corso in modalità virtuale attivato nel 2021. Vengono inoltre attivati corso Webinar. L'operatore ha elencato nell'offerta tecnica i corsi avviati nello scorso anno.	1,00
Elemento di valutazione	16.SERVIZIO DI ASSISTENZA E TEMPISTIVITA' D'INTERVENTO STRAORDINARIO (D).	MOTIVAZIONE	Coefficiente
Commissione		Il servizio di assistenza e tempistica d'intervento straordinario è valutato ottimo. Il servizio di assistenza tecnica è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 22,00. con la risposta di un tecnico qualificato. Il tempo di intervento per assistenza è pari a 4 ore dalla chiamata qualora il guasto o fermo macchina sia risolvibile via telefono o connessione remota; entro 24 ore dalla chiamata qualora è necessario l'intervento in situ. In caso di emergenze con blocco totale dell'attività, è previsto l'intervento anche nei week end	1,00
Elemento di valutazione	17. FREQUENZA E TIPOLOGIA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA (D)		

ALLEGATO I

	MOTIVAZIONE	Coefficiente
Commissione	Le modalità in merito alla frequenza e tipologia di interventi di manutenzione programmata a carico dell'operatore sono valutate ottime. La cadenza prevista è a livello mensile con intervento minimo dell'operatore. L'operatore in ogni momento può verificare a sistema la data entro cui eseguire la manutenzione programmata.	1,00

Ditta		DIA4IT Srl Lotto 1	
concorrente	Elemento di valutazione	1. NUMERO MASSIMO DI CARDS CARICABILI A BORDO DELLA STRUMENTAZIONE (Q)	
		VALORE RIPORTATO IN OFFERTA	Coefficiente
		200	Il coefficiente verrà determinato confrontando i valori riportati da tutti i concorrenti
Elemento di valutazione		2. CAPACITA' MASSIMA DI CARICAMENTO CONTEMPORANEO DI CAMPIONI NELLO STRUMENTO (Q)	
		VALORE RIPORTATO IN OFFERTA	Coefficiente
		96	Il coefficiente verrà determinato confrontando i valori riportati da tutti i concorrenti
Elemento di valutazione		3. POSSIBILITA' RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE CARD PARZIALMENTE UTILIZZATE (T)	
		SI/NO	Coefficiente
		SI	1,00
Elemento di valutazione		4. ALLARMI E SICUREZZA: BLOCCO CARD E REAGENTI SCADUTI O NON IDONEI (D)	
		MOTIVAZIONE	Coefficiente
Commissione		Il sistema di allarmi e sicurezza è valutato ottimo. Il sistema è dotato di rilevamento automatico del lotto e scadenza dei reagenti ed evidenza e scarta i reagenti e gel card non idonee.	1,00
Elemento di valutazione		5. PRESENZA DI PUNZANATORE DEDICATO PER LA PELLICOLA DELLE CARD PER EVITARE IL CARRY OVER (T)	



ALLEGATO 1

	SI/NO	Coefficiente
	SI	1,00
Elemento di valutazione	6. CONTINUITA' OPERATIVA: CONTROLLO E INVENTARIO AUTOMATICO DELLE CARD E DEI REAGENTI: BACK UP DELLE SOLUZIONI DI LAVAGGIO E DI SCARICO A BORDO DELLO STRUMENTO. REFLEX TEST PERSONALIZZABILI (D)	
	MOTIVAZIONE	Coefficiente
Commissione	La continuità operativa è valutata ottima. Il sistema garantisce la continuità operativa in tutte le fasi analitiche. Il software fornito consente la gestione di qualsiasi tipo di test in modalità reflex totalmente personalizzabile.	1,00
Elemento di valutazione	7. MODALITA' DI SMALTIMENTO DI TUTTI I REAGENTI(CARDS, DILUENTI, EMAZIE) COMPLETAMENTO AUTOMATICO PER L'ABBATTIMENTO DEL RISCHIO BIOLOGICO PER L'OPERATORE (D)	
	MOTIVAZIONE	Coefficiente
Commissione	La modalità di smaltimento dei rifiuti è valutata buona. La prediluizione dei campioni avviene in piastre monouso richiedendo l'intervento dell'operatore per il loro smaltimento. Lo strumento per lo smaltimento dei rifiuti liquidi può essere collegato a terra o utilizzare taniche esterne. Lo strumento è dotato di contenitore scarico schedine e sono forniti direttamente dall'operatore appositi sacchetti.	0,60
Elemento di valutazione	8. STABILITA' IN ORE A BORDO DELLO STRUMENTO DI TUTTE LE EMAZIE OFFERTE (Q)	
	VALORE RIPORTATO IN OFFERTA	Coefficiente
	672 ore	Il coefficiente verrà determinato confrontando i valori riportati da tutti i concorrenti
Elemento di valutazione	9. POSSIBILITA' DI UTILIZZO DI UNICA SCHEDINA PRESEMINATA PRONTA ALL'USO PER GRUPPO AB0/Rh COMPLETO DIRETTO RISPETTIVAMENTE ANTI DVI- E ANTI DVI+ (A,B, AB, DVI-, DVI) (T)	
	SI/NO	Coefficiente
	SI	1,00

ALLEGATO 1

Elemento di valutazione	10. NUMERO DI CELLULE AGGIUNTIVE NON TRATTATE CON ENZIMA, RISPETTO ALLE MINIME RICHIESTE PER TEST DI IDENTIFICAZIONE IN AUTOMAZIONE, IN CONCENTRAZIONE ALLO 0,8% E VALIDATE SULLA STRUMENTAZIONE (Q)	Coefficiente
	VALORE RIPORTATO IN OFFERTA	
	0	0,00
Elemento di valutazione	11. UTILIZZO DI SCHEDINA PER CONTROLLO GRUPPO SACCA A/B/DVI+, PRESAMINATE E PRONTE ALL'USO	
	SI/NO	Coefficiente
	SI	1,00
Elemento di valutazione	12. PERSONALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEDICATO PER IL CONTROLLO DI QUALITA' DEI REAGENTI E DEGLI STRUMENTI CON TRACCIABILITA' DEI RISULTATI DEI SINGOLI PROCESSI (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	Le modalità di personalizzazione del programma dedicato per il controllo di qualità dei reagenti e degli strumenti con tracciabilità dei risultati dei singoli processi è valutata ottima. Ogni processo relativo al controllo di qualità è completamente personalizzabile in base alle specifiche del laboratorio. Una volta attivata la gestione dei controlli di qualità interni, il software verifica la congruità dei risultati della sessione analitica, segnalando eventuali discordanze. Il software traccia ogni operazione che viene eseguita.	1,00
Elemento di valutazione	13. MODALITA' DI GESTIONE DATI: PRESENZA DI UN UNICO SOFTWARE IN GRADO DI GESTIRE E CONDIVIDERE DATI DI TUTTI GLI STRUMENTI CHE FANNO PARTE DEL SISTEMA (D)	
	Motivazione	Coefficiente
Commissione	La modalità di gestione dati è validata ottima. I dati di tutti gli strumenti offerti convergono in unico database tale da consentire la completa tracciabilità.	1,00
Elemento di valutazione	14. DATABASE DI BACK UP DEI DATI OTTENUTI: REGISTRAZIONE AUTOMATICA DI TIPO, LOTTO E SCADENZA DELL'ARCHIVIO (SIA DEI DATI, SIA DELL'IMMAGINE) CON RICERCA MULTIPLA PER UN INTERVALLO DI TEMPO (D)	
	MOTIVAZIONE	Coefficiente

ALLEGATO 1

Commissione	Il database dei dati ottenuti è valutato ottimo. Tutti i risultati, dati ed immagini sono archiviati in un database e possono essere rapidamente consultati consentendo in ogni momento una tracciabilità completa per intervallo di tempo, per tipologia di test, per numero lotto, per operatore, ecc.	1,00
Elemento di valutazione	15. QUALITA' E CONSISTENZA DEL PERCORSO FORMATIVO OFFERTO (D)	
	MOTIVAZIONE	Coefficiente
Commissione	La qualità e consistenza del percorso formativo offerto sono valutate buone. Il percorso iniziale formativo offerto si differenzia a seconda dei destinatari prevedendo diverse sessioni, una delle quali a livello avanzato. Sono previsti ulteriori corsi di formazione periodica e la formazione è adattabile alle specifiche esigenze del laboratorio (ad esempio per nuovo personale)	0,60
Elemento di valutazione	16.SERVIZIO DI ASSISTENZA E TEMPISTIVITA' D'INTERVENTO STRAORDINARIO (D).	
	MOTIVAZIONE	Coefficiente
Commissione	Il servizio di assistenza e tempistica d'intervento di straordinario è valutato distinto. Il servizio di assistenza tecnica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 allw 13,00 e dalle 13,30 alle 7,30. E' inoltre garantita reperibilità continua dal lunedì al sabato contattando i cellulari del personale dell'assistenza tecnica. Il tempo di intervento per assistenza è pari a 8 ore solari dalla chiamata (sabato incluso) e 48 ore nei giorni prefestivi e festivi.	0,80
Elemento di valutazione	17. FREQUENZA E TIPOLOGIA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA (D)	
	MOTIVAZIONE	Coefficiente
Commissione	Le modalità in merito alla frequenza e tipologia di interventi di manutenzione programmata a carico dell'operatore sono valutate buone. In particolare, la manutenzione è settimanale con una durata pari a circa 15 minuti.	0,60