

**DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC Acquisizione Beni e Servizi**

AVVISO ESPLORATIVO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI DM DEDICATI A DEFIBRILLATORI ED ELETTROBISTURI

La ASL Roma 1 intende avviare, ai sensi dell'articolo 66 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una consultazione preliminare di mercato preordinata all'eventuale affidamento della fornitura triennale di DM consumabili per gli elettrobisturi presenti nelle diverse UU.OO. e indispensabili per assicurare l'attività ai vari servizi ospedalieri e territoriali della ASL Roma 1.

L'importo economico presunto per l'eventuale affidamento triennale della fornitura dei beni in trattazione è pari a complessive € **116.970,00 oltre iva.**

I soggetti interessati alla consultazione di mercato in oggetto dovranno:

- risultare abilitati al MEPA al momento della manifestazione di interesse, con riferimento al settore **"Beni/Forniture specifiche per la sanità"** rilevante in relazione all'oggetto dell'appalto oppure specificare a quale bando MEPA risultano essere iscritti per procedere con la successiva eventuale RDO;
- risultare abilitati alla piattaforma S.TEL.LA al momento della manifestazione di interesse, con riferimento al "Bando di abilitazione del Mercato elettronico della Regione Lazio per le macro-classi merceologiche Forniture, Servizi e Dispositivi Medici" in relazione all'oggetto dell'appalto per poter procedere con la successiva eventuale RDO.

Gli operatori economici interessati dovranno certificare per le piastre offerte, la compatibilità agli elettrobisturi indicati nello schema di fabbisogno allegato alla presente indagine esplorativa (Allegato 1) e garantirne il corretto funzionamento con attestazione funzionale del Fornitore, allegando a tal fine le schede tecniche dei Lotti per i quali si presenta istanza.

Il presente documento di consultazione non indice una procedura di gara e non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi. Lo stesso, pertanto, non è impegnativo per l'Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire fonte di diritti o pretese di qualsivoglia natura, preordinati all'indennizzo o al rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla partecipazione successiva alla gara di appalto, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.

La presentazione di manifestazioni d'interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici ai quali rivolgere la Richiesta di Offerta (RdO)/Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) nell'ambito del settore "BENI/FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA'" ovvero sulla piattaforma S.TEL.LA, con riferimento al "Bando di abilitazione del Mercato elettronico della Regione Lazio per le macro-classi merceologiche Forniture, Servizi e Dispositivi Medici".

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di integrare il numero di soggetti invitati nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 del d.lgs. 50/2016.

Il presente documento di consultazione del mercato ha l'obiettivo di:

- garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;
- ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;

L'Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 D.lgs. 50/2016 adotterà, nel corso di una successiva eventuale indizione della procedura di gara, misure volte a garantire che la concorrenza non risulti falsata dalla partecipazione alla presente consultazione preliminare di mercato.

Si chiede pertanto agli operatori economici interessati di fornire il proprio contributo - previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali - compilando l'apposita istanza di manifestazione di interesse (allegato A al presente avviso) corredata di schede tecniche e inviandola entro la data del **10 marzo 2023 ore 12:00** all'indirizzo **PEC uocabs@pec.aslroma1.it**.

Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale dell'ASL Roma 1, www.aslroma1.it, alla sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile Unico del procedimento è il **Dott.ssa Simona Ameduri**.

Tutte le informazioni fornite saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell'iniziativa in oggetto.

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla Regione Lazio nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento.

L'invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti.

Titolare del trattamento è la ASL Roma 1 – Borgo Santo Spirito, 3 – 00193 Roma.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al num. 06.7730.8063 oppure via email all'indirizzo: ivana.merlino@aslroma1.it , simona.ameduri@aslroma1.it.

Il Direttore UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

Lotto	sub	PRODOTTO	unità di misura	quantità triennale
1	-	Piastra paziente monouso bipartita, in hydrogel e supporto in FOAM, di dimensioni 150 x 110 mm ca e 107 cm2 di superficie attiva, senza cavo, connessione a linguetta, compatibili con tutti i generatori presenti sul mercato.	PZ	3600
2	-	Piastra paziente monouso, monopartita per adulti pregellata con adesivo ipoallergenico con superficie conduttiva da 120 cmq ca priva di cavo, compatibili con tutti i generatori presenti sul mercato	PZ	18000
3	-	Piastre monouso bipartite per adulti senza cavetto, in hydrogel in FOAM con superficie conduttiva da 120 cmq ca, di dimensioni 217 x 105 mm ca in grado di controllare il corretto contatto della piastra stessa con il corpo del paziente. Compatibili con elettrobisturi Martin modello ME402 Maxium.	PZ	6000
4	-	Piastre monouso bipartite per adulti con cavo da 3 metri, con superficie conduttiva da 120 cmq ca, in grado di controllare il corretto contatto della piastra stessa con il corpo del paziente. Compatibili con elettrobisturi Martin modello ME402 Maxium.	PZ	1500
5	-	Piastra monouso pregellata in FOAM bipartita per adulti, senza cavo, connessione a linguetta, compatibile con elettrobisturi Surtron 180 e 240. Misura 216 x 106 mm ca, area attiva 112 cm2 ca.	PZ	9000
6	-	Piastra paziente monouso, bipartita senza cavo con connessione a linguetta compatibile con elettrobisturi Modello Erbe ICC200, APC 300, VIO 3 e VIO 200D, superficie di contatto 85 cm2, anello equipotenziale da 23 cm2.	PZ	9000
7	-	Manipolo monouso sterile con comando a pulsante manuale compatibile con elettrobisturi Erbe VIO 3, con cavo da 3 metri ca e lama da 2.5 cm ca	PZ	2400
8	-	Manipolo monouso sterile provvisto di comando manuale di taglio e coagulazione e comprensivo di cavo lungo 3 metri, compatibile con elettrobisturi Martin.	PZ	2400
9	a	Sonda APC monouso per enteroscopia con erogazione assiale, di diametro 1.5 mm e lunghezza 3 m connessione per il collegamento diretto all'unità elettrochirurgica, con filtro antibatterico integrato, compatibili con generatore ERBE VIO 200D e APC 300.	PZ	30
	b	Sonda APC monouso con erogazione a 360°, con diametro 2,3 mm e lunghezza 230 cm, connessione per il collegamento diretto all'unità elettrochirurgica, con filtro antibatterico integrato, compatibili con generatore ERBE VIO 200D e APC 300.	PZ	300
	c	Sonda APC monouso con erogazione laterale, di diametro 2,3 mm e lunghezza 230 cm, con connessione per il collegamento diretto all'unità elettrochirurgica, con filtro antibatterico integrato compatibili con generatore ERBE VIO 200D e APC 300.	PZ	90
	d	Adattatore per sonde di cui al Lotto 9 sub a - per connessione con APC 300.	PZ	9