

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**Registro Generale N. _____ del _____****Registro Struttura N. _____ del _____**

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, alla Società ATL S.r.l. della fornitura di tre ECG intracavitari per le esigenze del P.O. San Filippo Neri dell'ASL Roma 1. Importo complessivo di € 12.127,50 IVA inclusa (di cui € 11.550,00 per imponibile e € 577,50 per IVA al 5%), che graverà sui fondi del F.S.R. CIG: B85E419979.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC INGEGNERIA CLINICA

Centro di Costo: BD02

L'Estensore: ALESSIA COLIBAZZI

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€12.127,50	2025	CP	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ing. Silvia Sergio	no

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. SILVIA SERGIO

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Il Direttore della UOC Bilancio e Contabilità Dott.ssa Stefania Di Carlo

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC INGEGNERIA CLINICA


DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

FLAVIO IACOANGELI

Ing. SILVIA SERGIO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si
compone di n.14 pagine di cui
n.10 pagine di allegati



IL DIRETTORE DELLA UOC INGEGNERIA CLINICA

VISTA	la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
VISTO	nelle more della sua completa attuazione, che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell'8 maggio 2025, n. 296 e pubblicata sul BURL n. 38 del 13/05/2025;
VISTA	la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto: <i>"Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi"</i> , con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
VISTO	il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
PRESO ATTO	che è necessario l'adeguamento del processo clinico-tecnologico, in funzione dell'avvio della "Procedura per l'indicazione, l'inserimento e la gestione di cateteri venosi centrali e periferici nei presidi a gestione diretta e in ambito domiciliare dell'ASL Roma 1".
VISTA	la vigente normativa in materia di acquisizione beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzi qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006) e l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al Mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2 D. L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge 94/2012);
RILEVATO	a seguito di una preventiva indagine esplorativa, che non è presente nessuna Convenzione CONSIP attiva di pari oggetto; che le apparecchiature oggetto della presente procedura, sono reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), Bando – "Beni – Forniture Specifiche per la Sanità", che permette di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO	l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, che autorizza le stazioni appaltanti a procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per le forniture di importo inferiore a € 140.000,00;
PRESO ATTO	che la U.O.C. Ingegneria Clinica ha individuato, a seguito di indagine informale sul mercato, effettuata tenendo conto dei costi, delle specifiche tecniche e del rispetto di tempi di consegna conformi alle esigenze aziendali, la Società ATL S.r.l. in grado di garantire nei tempi richiesti la fornitura delle apparecchiature necessarie, aventi caratteristiche tecniche perfettamente confacenti;
DATO ATTO	che la U.O.C. Ingegneria Clinica ha proceduto ad inoltrare una Richiesta di Offerta con un solo Operatore Economico sul portale MePA (TD n. 5587217), alla suddetta società per la fornitura



di tre ECG intracavitari per le esigenze del P.O. San Filippo Neri - importo da ribassare: € 11.550,00 IVA esclusa;

ATTESO

che la Società ATL S.r.l. ha presentato nei tempi previsti un'offerta per la fornitura in oggetto per un importo complessivo di € 11.550,00 IVA esclusa;

che la U.O.C. Ingegneria Clinica ha rilevato la congruità tecnica ed economica del prodotto offerto, nonché la relativa rispondenza alle esigenze aziendali;

RILEVATO

che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli operatori economici, così come stabilito dall'art. 49 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

che, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, riservandosi l'azienda di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate;

che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

RITENUTO

pertanto di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, alla Società ATL S.r.l. della fornitura di tre ECG intracavitari, per un importo complessivo di € 12.127,50 IVA inclusa (di cui € 11.550,00 per imponibile e € 577,50 per IVA al 5%). CIG: B85E419979;

ATTESO

che la spesa complessiva di € 11.550,00 IVA al 5% inclusa trova copertura economica sul C.P. n. 101020501 - Attrezzature sanitarie e scientifiche - Bilancio 2025;

che il suddetto importo grava, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 per il 100% sul F.S.R. (Fondo Sanitario Regionale) dell'annualità 2025, come da Piano degli Investimenti 2024- 2026, voce "Ammodernamento Presidi Ospedalieri e Territoriali", trasmesso con Prot. n. 180967 del 12/12/2023;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1 della legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi e le valutazioni espressi in narrativa, che formano parte integrante del presente atto:

-di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, alla Società ATL S.r.l. la fornitura di tre ECG intracavitari per le esigenze del P.O. San Filippo Neri, per un importo complessivo di € 12.127,50 IVA inclusa (di cui € 11.550,00 per imponibile e € 577,50 per IVA al 5%). CIG: B85E419979;

-di imputare l'importo complessivo di € 12.127,50 IVA al 5% inclusa, sul C.P. n. 101020501 - Attrezzature sanitarie e scientifiche - Bilancio 2025;

-di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

Il Direttore
U.O.C. Ingegneria Clinica
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE



ATL S.r.l.

Via Morazzone, 21 - 22100 Como (CO) - Italy

Tel. 0296847499

e-mail: info@atlmilano.com Pec: atlmilano@pec.it Internet: https://atlmilano.com/

C.F./P.Iva 10774630965 Reg. imprese CO-407282

Sede Operativa: Via Cascina Venina, 7 - 20057 Assago (MI)

Preventivo nr. **45** del **01/09/2025**

Destinatario

ASL Roma 1
Borgo Santo Spirito, 3
00100 Roma (RM)
Italy

C.F./P.Iva 13664791004

Destinazione

ASL Roma 1
Borgo Santo Spirito, 3
00100 Roma (RM)
Italy

Prodotto	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
 MAGELLANO ECG IC BLUETOOTH - Completo di cavo 4 terminali 120 cm, n. 4 batterie ricaricabili e caricabatterie RDM: 2101695 Completo di Tablet Android WiFi 11" con applicazione Intracavitary ECG custodia e borsa ATL	3 NR	€ 3.850,0000		€ 11.550,00	5

Pagamento:

Tot. imponibile € 11.550,00
Tot. Iva € 577,50

Acconto:

Tot. documento € 12.127,50

ATL S.r.l.

Sede legale: Via Morazzone, 21 - 22100 Como
Sede Operativa: Via Cascina Venina, 7 - 20057 Assago (MI)
P.IVA 10774630965
Tel. +39 02 96847499 - E-mail: info@atlmilano.com



Assago, 30/07/2025

Spett.le

Asl Roma 1 Ingegneria Clinica**Offerta n° 20250730-02 del 30/07/2025****APPARECCHIATURE E/O SERVIZI OFFERTI:**

- ☑ **art. 01** – Ecografo wireless CERBERO4.0 BMatrixSound cardio+convex+lineare color doppler
- ☑ **Art. 02** – Tablet Android ultima generazione
- ☑ **Art. 03** – Caricatore WiFi per sonda
- ☑ **Art. 04** – Borsa ATL
- ☑ **Art. 05** – Custodia per Tablet
- ☑ **Art. 06** – Magellano ECG Intracavitario

Sonda Ecografica Wireless **CERBERO 4.0 BMatrixSound** - *CARDIO* 2,5–5,0 MHz - *LINEARE* 7,5-10,0 MHz - *CONVEX* 3,2-5,0 MHz
Color Doppler - 256 Elementi



Tablet Android ultima generazione



Art. 01

Sonda Ecografica Wireless CERBERO 4.0 - B-MATRIXSOUND CARDIO 2,5–5,0 MHz - LINEARE 7,5-10,0 MHz + CONVEX 3,2-5,0 MHz Color Doppler – 256 Elementi			
Sistema di scansione:	Elettronico	Optional:	Sistema GPS e Guida Biopsia
Modalità d’immagine:	B, B/M, B+Color, B+PDI, B+PW, B+Color+PW (solo sulla convex) Double Screen in real time	Biopsia e marker:	Guida Biopsia Virtuale (In-plane – Out-plane) posizione del Marker regolabile (Up/Down - Left/Right)
Frequenza:	Lineare: 7,5 MHz - 10,0 MHz in armonica Convex: 3,2 MHz - 5,0 MHz in armonica Cardio: 2,5 MHz - 5,0 MHz in armonica	Scala di grigi immagine:	256 livelli
Visualizzazione degli indici meccanici e termici MI (Mechanical Index) e TI (Thermal Index)		Memorizzazione delle immagini:	Terminali intelligenti per l’utilizzo di dispositivi di archiviazione (telefoni cellulari, tablet, Notebook)
Guadagno generale:	30 dB ÷ 105 dB TGC curva dei guadagni con 8 punti di regolazione	Formato immagini e video:	DICOM – JPEG – MP4
Range Dinamico:	40 dB ÷ 110 dB	Misure:	Lunghezza-Angolo-Circonferenza-Profondità-Volume Pan-zoom imaging/measure pre-post processing Convex solo con il preset ostetrico: GA (CRL-BBD-GS-FL-HC-AC), EFW (BDL-FL), LMP
Fuochi:	2 Fuochi (Lineare) 1 Fuoco (Convex & Cardio)	Misure M-Mode:	Frequenza Cardiaca [bpm] – Distanza [mm] – Tempo [s] LVID
Enhance:	0÷4 (Denoise)	Batteria:	Ricaricabil i integrate 2 X 3,8 V 2600 mAh 9,88 Wh. Batteria al Litio a d alta capacità
Profondità scansione regolabile:	Lineare: 20 – 40 – 60 - 100 mm Convex: 90 - 160 - 220 - 305 mm Cardio: 90 – 120 – 140 – 160 mm	Consumo energetico:	10 W (unfreeze) / 4 W (freeze)
Piede della sonda:	Lineare: 25 mm Convex: R45 Cardio: R45	Grado di protezione ai liquidi:	IP-68
Cine Loop:	Automatico / manuale (frame by frame) regolabile 100 - 200 - 500 - 1.000 frame	Durata della batteria:	circa 8 ore di scansione - 72 ore in stand-by Se collegata al Device tramite cavo la sonda può lavorare con la batteria del Tablet/Smartphone
Frame rate:	18 frame/secondo (Lineare /Convex) 27 frame/secondo (Cardio)	Ricarica delle Batterie:	circa 90 minuti con caricatore wireless ad induzione oppure 45 minuti con cavo
WiFi type:	802.11g/20MHz/5G/450Mbps	Pulsante di regolazione	on/off – freeze/unfreeze - Switch Lineare/Convex- Cardio (Preset Cardiaco)
Preset:	<i>N°2 Preset personalizzabili USER1 – USER2</i> <i>Lineare: Muscolo scheletrico - Tiroide – Parti Molli - Pediatrico - Vascolare - Carotide – Seno – Nervi- Flusso Sanguigno - Estetica</i> <i>Convex: Addome - Ginecologico - Ostetrico - Cardiaco - Urologia – Rene - Polmone</i> Attivando il preset Cardiaco si attiva la sonda Cardio		
Dimensioni:			
Peso :			
Monitor:			
Sistemi Operativi:			
Color Doppler - Power Doppler - Doppler Pulsato			
Frequenza: Lineare:7,5 MHz-10,0 MHz in armonica–Convex:3,2 MHz- Cardio:2,5 MHz Guadagno colore: 0÷100 PRF regolabile Steer solo Lineare			
Doppler Pulsato			
Volume campione: regolabile angolo doppler: 360° linea di base regolabile real time b+pw misure: velocità [cm/s] - frequenza cardiaca [bpm] - ps [cm/s] - ed [cm/s] s/d - indice di resistenza ri [cm/s] – profondità [mm] – WF: 0 ÷ 15 CALCOLO AUTOMATICO: tamean [cm/s] - fl [ml/min] - diametro [mm] - ps [cm/s] - ed [cm/s] s/d - indice di resistenza ri [cm/s]			


ATL S.r.l.

Sede legale: Via Morazzone, 21 - 22100 Como

Sede Operativa: Via Cascina Venina, 7 - 20057 Assago (MI)

P.IVA 10774630965

Tel. +39 02 96847499 - E-mail: info@atlmilano.com

**Art. 02****Tablet Android Wi-Fi****Specifiche tecniche:****Art. 03****Caricatore WiFi per sonda**

ATL S.r.l.


Sede legale: Via Morazzone, 21 - 22100 Como

Sede Operativa: Via Cascina Venina, 7 - 20057 Assago (MI)

P.IVA 10774630965

Tel. +39 02 96847499 - E-mail: info@atlmilano.com

**Art. 04****Borsa con tracolla ATL****Art. 05****Custodia per Tablet**

Art. 06


Magellano



Intracavity ECG



Magellano è il sistema di rilevazione del tracciato ECG intracavitario e di superficie, con trasmissione Bluetooth per la navigazione del corretto posizionamento del catetere centrale venoso, tramite la visualizzazione per l'individuazione dell'onda P massimale e del complesso QRS.

Il segnale ECG viene rilevato da un sistema Android, smartphone o tablet, in tempo reale e con una estrema qualità del segnale. La visualizzazione può essere gestita anche in velocità di scorrimento, ampiezza e contrasto del segnale per garantire la massima visibilità in qualunque condizione operativa. Magellano è costituito da un dispositivo di cattura del segnale ECG e trasmissione, al quale è collegato il cavo paziente da 4 terminali. Magellano può essere posizionato in zona sterile e protetto da un sacchetto sterile. L'app caricata sullo smartphone o sul tablet registra il segnale ECG e lo mostra in tempo reale sullo schermo. L'app ha anche la funzione di memorizzazione del segnale ECG, dei dati paziente e la stampa della registrazione o l'invio in formato PDF verso un server esterno od un indirizzo e-mail. tutte le registrazioni restano nella memoria dello smartphone o tablet con un database dedicato per ogni singolo paziente. Il dispositivo è alimentato da 2 batterie AA sia monouso che ricaricabili, che possono essere sostituite in qualunque momento anche durante la registrazione.

Magellano è un sistema universale per la tip location che permette il collegamento di tutti i cavetti sterili presenti sul mercato:

1. il collegamento diretto di cavetti intracavitari a coccodrillo con terminale tipo clip
2. Il collegamento tramite switch di cavetti tipo DIN (Teleflex, BBraun, Vygon). Si evidenzia che grazie alla funzione doppia traccia, lasciando lo switch posizionato sul segnale intracavitario, basterà inserire il cavetto din nel connettore per attivare automaticamente la seconda traccia.
3. Il sistema è collegabile anche a cavetti Bard dedicati al sistema sherlock tramite un cavetto a coccodrillo non sterile che si agganci al pin esposto del cavetto Bard.

ATL S.r.l.

Sede legale: Via Morazzone, 21 - 22100 Como
Sede Operativa: Via Cascina Venina, 7 - 20057 Assago (MI)
P.IVA 10774630965
Tel. +39 02 96847499 - E-mail: info@atlmilano.com



Specifiche tecniche

Derivazioni possibili	I,II,III con cavo 4 elettrodi
Connessione	Bluetooth (wireless type)
Grado di protezione	EN 60601 (IEC-601-1), tipo CF
Alimentazione, può essere sostituita durante la registrazione	2 x 1,2 V batterie ricaricabili (o 2 x 1.5 V AA batterie alcaline)
Intervallo dinamico	±20 mV
Variazione di offset DC	±1000 mV
Risposta in frequenza	0.05 Hz ... 250Hz
Frequenza di campionamento	1000 - 4000 Hz
Rilevazione pacemaker	Rilevazione Pacemaker a 8192 Hz
Comandi	Interruttore di attivazione dell'ECG sul modulo di trasmissione
Elettrodi	Gli elettrodi del paziente possono essere modificati indipendentemente uno alla volta
Risoluzione A/D	16 bit
Impedenza di ingresso	≥100 MΩ
Dimensioni	125 x 70 x 33 mm
Peso	~ 140 g
CND	Z120503
RDM	2101695

Offerta Economica 20250730-02:

Prezzo di listino iva esclusa		Prezzo a Voi Riservato
Articolo 1:	Sonda Ecografica Wireless CERBERO 4.0 - BMATRIXSOUND CARDIO 2,5-5,0 MHz - LINEARE 7,5-10,0 MHz + CONVEX 3,2-5,0 MHz Color Doppler - 256 Elementi	
	€ 6.400,00	€ 3.250,00
Articoli 2/3/4/5:	Tablet Android ultima generazione, con software per ECG intracavitario e per la visualizzazione ecografica con trasmissione Wi-Fi 5 GHz B/Color/Pw, Basetta a carica induttiva, Borsa ATL con tracolla e Custodia	
		€ 450,00
Articolo 6:	Magellano ECG intracavitario	
		€ 3.850,00

ARTICOLO	Prezzo Unitario	Q.tà	Importo Totale
CERBERO4.0	€ 3.250,00	1	€ 3.250,00
ART. 124 IVA 5% :			€ 162,50
MAGELLANO ECG	€ 3.850,00	1	€ 3.850,00
ART. 124 IVA 5% :			€ 192,50
TABLET Android + ACCESSORI	€ 450,00	1	€ 450,00
IVA 22% :			€ 99,00
Totale :			€ 8.004,00

- Tutti gli aggiornamenti futuri del software sono completamente gratuiti.
- Per l'utilizzo degli ecografi non è previsto alcun costo aggiuntivo.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Consegna:

Entro 20 gg. dalla firma, salvo diverso accordo scritto fra le parti, previo accordo con il Responsabile del Servizio Interessato

Pagamento: da concordare Bonifico Bancario

IBAN: IT42U0623001616000015080187

Spedizione - Imballo: compresi

Garanzia: Full Risk

Validità presente offerta:

30 giorni, salvo proroga scritta, ferma restando l'accettazione delle condizioni generali di contratto con le modalità sopra indicate.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, ci è gradito porgere distinti saluti.

Timbro e firma per accettazione

ATL S.r.l.

Sede legale: Via Morazzone, 21 - 22100 Como
Sede Operativa: Via Cascina Venina, 7 - 20057 Assago (MI)
P.IVA 10774630965
Tel. +39 02 96847499 - E-mail: info@atlmilano.com

**ALLEGATO 01 – Offerta n. 20250730-02****Modulo richiesta dati e privacy**

Per facilitare e velocizzare quanto richiesto, si richiedono qui di seguito gentilmente i dati per la fatturazione e spedizione dei prodotti.

Dati anagrafici per la Fatturazione:

Nome Cognome / Ragione Sociale			
Indirizzo:		CAP	
Città			
P.IVA:			
Codice fiscale			
Numero di telefono:			
E-mail:			
E-mail (Pec):			
Codice SDI:			

DATI spedizione

Nome Cognome / Ragione Sociale			
Persona di riferimento:			
Indirizzo:			
Città		CAP:	
Numero di telefono:			
E-mail:			
Altri dati utili:			

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si informa che i Vostri dati potranno essere trattati anche mediante l'utilizzo di e-mail per informarVi sulle nostre iniziative o dare seguito a comunicazioni inerenti le prestazioni richieste. Con firma apposta in calce il sottoscritto attesta il proprio libero consenso all'invio di comunicazioni per via e-mail o altra formula, per gli scopi e con le modalità sopra elencate. Ricordiamo inoltre è possibile chiedere in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei dati stessi ai sensi di quanto previsto dal Regolamento in materia di Privacy scrivendo all'indirizzo mail info@atlmilano.com

..... firma per accettazione

ATL S.r.l.

Sede legale: Via Morazzone, 21 - 22100 Como
Sede Operativa: Via Cascina Venina, 7 - 20057 Assago (MI)
P.IVA 10774630965
Tel. +39 02 96847499 - E-mail: info@atlmilano.com



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

La presente Informativa Le viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati, in relazione ai Suoi dati personali di cui **ATL srl** con sede in via Morazzone, 21 – 22100 Como, in qualità di Titolare del trattamento, entrerà in possesso per effetto delle finalità di cui al punto 3. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il trattamento potrà essere svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) o in via elettronica o comunque con l'ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati.

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui **ATL srl** sarà in possesso sono raccolti direttamente dall'interessato all'atto della compilazione della presente scheda;

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è **ATL srl** con sede in via Morazzone, 21 – 22100 Como;

3. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione della presente scheda, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: gestione e ottimizzazione del processo di fatturazione contabile.

4. DESTINATARI DEI DATI: i Suoi dati saranno trattati unicamente da **ATL srl**.

I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all'estero (area SEE).

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare inviando una mail all'indirizzo : info@atlmilano.com. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo.

8. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

Data, _____ Firma _____