



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
COMMISSIONE DI GARA**VERBALE SEDUTA RISERVATA - N. 11****OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I**

In data 06.10.2020 alle ore 10:00 circa, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione n. 577 del 16/7/2020, così composta:

Ing. Vittoria Scartabelli	Presidente
Dr. Giorgio Fumagalli	Componente
Dr. Alessandro Polletta	Componente

La presidente della commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione si riunisce per analizzare le offerte tecniche pervenute dalle Ditte partecipanti al Lotto III secondo l'ordine di arrivo.

In particolare viene avviata la verifica del contenuto della documentazione di cui al paragrafo 16, lettera b) del Disciplinare di gara ed in particolare alle schede tecniche di attrezzature e consumabili, obbligatori e aggiuntivi, ed alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, certificazioni, rapporti di prova forniti ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi e ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. Viene inoltre avviata l'analisi delle Relazioni tecniche delle ditte concorrenti.

Completata l'analisi della documentazione fornita, la Commissione è in grado di definire la rispondenza sul piano tecnico alle prescrizioni e requisiti minimi contenuti negli atti di gara delle apparecchiature e dei consumabili offerti dalle Ditte Sapio Life, Medicaire Centro, Sico e Linde Medicale

Analogamente al Lotto II la Ditta Sapio Life presenta tre aspiratori chirurgici ma soltanto il modello "Aspira Go" rispetta il requisito minimo richiesto ovvero potenza di aspirazione inferiore ai 650 mmHg e, pertanto, solo questo diventa oggetto di valutazione e di eventuale fornitura. Gli altri due apparecchi proposti, modelli "New Askir 230/12V BR" e "Vacuaide 7305P" conseguentemente vengono esclusi dalla valutazione e dalle eventuale fornitura.

Le ditte Vivisol, Vitalaire Italia e Medigas Italia, così come al Lotto II, presentano aspiratori chirurgici non conformi in quanto non rispettano il requisito minimo indicato negli atti di gara relativamente alla potenza di aspirazione minima di 650 mmHg e, pertanto, vengono escluse dal proseguo della valutazione.

Si rappresenta inoltre che la Ditta Sico non ha prodotto le schede tecniche dei saturimetri. Tuttavia, la commissione ha potuto procedere alla valutazione dei tre prodotti offerti (Nonin 7500, Masimo Rad 97 e Nellcor PM100N) ed alla relativa attribuzione dei punteggi secondo le modalità ed il

Pagina 1 di 2



procedimento richiamato nei precedenti verbali, risalendo alle apparecchiature attraverso le relative certificazioni prodotte dalla Sico e valutandone la rispondenza consultando la documentazione tecnica presentata dalle altre ditte partecipanti al Lotto III che hanno offerto i medesimi apparecchi come Vivisol e Linde Medicale.

La Commissione prosegue i lavori analizzando le offerte presentate dalle ditte partecipanti al Lotto IV, secondo l'ordine di arrivo.

In particolare viene avviata la verifica del contenuto della documentazione di cui al paragrafo 16, lettera b) del Disciplinare di gara ed in particolare alle schede tecniche di attrezzature e consumabili, obbligatori e aggiuntivi, ed alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, certificazioni, rapporti di prova forniti ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi e ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. Prosegue inoltre l'analisi delle Relazioni tecniche delle ditte concorrenti.

Alle ore 13:00 circa la Presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente della Commissione

I Membri della Commissione