



**Area Servizi Amministrativi e
Tecnico - Logistici
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Borgo S.Spirito,3 00193 Roma
Tel. 06/68352228 – 2078
Fax 06/68352420**

Oggetto: Avviso esplorativo ex art. 66, comma 1 del Dlgs 50/2016 per l'acquisizione di prodotti infungibili tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

Premesso che il presente avviso esplorativo persegue gli obiettivi di cui all'art. 66, comma 1 del Dlgs 50/2016 e che le consultazioni preliminari di mercato con esso attivate sono volte a confermare l'esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell' art. 63, comma 2, d.lgs 50/2016, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ovvero individuare l'esistenza di soluzioni alternative,

Si rende noto che

questa Azienda intende procedere all'avvio delle procedure finalizzate alla dotazione del seguente prodotto unico ed infungibile: " Sistema completo composto da strumentazione automatica per l'allestimento di vetrini in strato sottile con prelievo in fase liquida (LBC) con tecnologia della sedimentazione " presso la società YlemDiagnostics S.r.l.

Pertanto, il presente avviso è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti, rispetto al dispositivo conosciuto e sopra indicato, avente caratteristiche tecniche equivalenti a quelle di seguito descritte:

- a) Tecnologia adottata : sedimentazione e gradiente di densità.
- b) Strumento unico, totalmente automatico (walk away), senza interventi e/o passaggi manuali durante la lavorazione o nella fase preparatoria (centrifuga integrata nello strumento).
- c) Sistema di abbinamento univoco campione/vetrino attraverso codice a barre (lettore integrato nello strumento).
- d) Sistema di raccolta dei liquidi destinati allo smaltimento direttamente in taniche da 20 litri e di raccolta del materiale plastico usato interno alla macchina.
- e) Processo di colorazione del vetrino interno allo strumento.
- f) Reagenti per la preparazione dei vetrini posizionati internamente allo strumento.
- g) Il volume del fissativo contenuto nei vials relativi alla raccolta dei campioni biologici deve essere minimo di 15 ml e assolutamente privo di metanolo.
- h) Il contenuto dei vials deve essere idoneo e sufficiente oltre che per l'esecuzione degli esami citologici anche per altri quali: HPV, immunocitochimica, etc. , senza necessità di integrazione.



- i) La strumentazione dovrà essere conforme alla normativa vigente in campo nazionale e comunitario in materia, oltre alle norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica in ambiente medico.
- j) Il sistema proposto, per tecnologia analitica e configurazione delle apparecchiature automatiche dovrà essere idoneo all'ambiente finale di utilizzo (UOS di Citologia e Screening cervico-vaginale dell'Ospedale S.Spirito) e al personale coinvolto. Eventuali modifiche, ritenute necessarie, dell'ambiente di lavoro saranno a carico della ditta fornitrice, oltre ai vari aggiornamenti del programma e/o degli strumenti.

Ulteriori imprese eventualmente produttrici e/o distributrici di dispositivi aventi caratteristiche funzionalmente equivalenti a quelle sopra indicate ed interessate alla procedura in questione, dovranno presentare apposita domanda alla mail tiziana.forte@aslroma1.it indirizzata alla UOC Acquisizione Beni e servizi, indicando denominazione sociale, indirizzo, riferimenti telefonici e di posta elettronica certificata per il recapito della documentazione di gara entro il 17/05/2017

Il Dirigente ad Interim
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Dott. Giuseppe Scarola