

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura biennale di carta per apparecchiature elettromedicali occorrenti alla ASL Roma1

PRECISAZIONI

Pag 4 paragrafo 3 del disciplinare di gara: ai fini della partecipazione alla presente procedura non sono previsti costi della manodopera.

Pag 6 paragrafo 7.1 del disciplinare di gara trattasi di refuso. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesta l'iscrizione presso la CCIA.

Si comunica che il CIG di gara è stato perfezionato, la mancata generazione del PASSOE e il pagamento ANAC sono riconducibili ad un disservizio temporaneo sulla piattaforma ANAC .

RISPOSTE AI CHIARIMENTI

QUESITO DITTA:

Si prega di chiarire le seguenti:

riga 3: delta 3, la misura è 134mm e non 120??

riga 22: rotolo o pacco

riga 39: specificare marca e modello ECG

riga 65: specificare misure rotolo

riga 74 : unità di misura rotolo e non confezione(se confezione di quanti rotoli?)

riga 75: specificare misure rotoli

RISPOSTA

Riga 3 : si confermano le misure riportate negli atti di gara, ovvero "carta per ECG 120x30mt"circa.

Riga 22 : l'unità di misura è a rotolo.

Riga 39: il modello è Cardioline ETA 40 rotolo 45x30 circa.

Riga 65: le misure del rotolo sono 50x30 mm circa .

Riga 74: l'unità di misura è a rotolo.

Riga 75: le misure richieste sono: altezza 57mm lunghezza 25mt circa.

QUESITO DITTA:

In riferimento alla gara RDO 2112602 si chiede la possibilità di poter suddividere l'aggiudicazione in lotti divisibili (ORIGINALI E COMPATIBILI) per poter dare la possibilità di poter partecipare a chi ha solamente la carta originale.

Facendo un unico lotto ci preclude la possibilità di partecipare alla gara con prodotti originali (carta sony e mitusbishi).

RISPOSTA:

Si conferma che la seguente procedura di gara è impostata a lotto unico.

QUESITO DITTA:

Si richiedono chiarimenti riguardo delle dimensioni degli articoli sottonotati:

Riga 7 - HP7971-

Riga 40 - DEFIBRILLATORE COD. 11735-

Riga 60 - DISCHI MM. 110 (PRECISARE CODICE)-

Riga 75 - CARTA PER AUTOCLAVE

RISPOSTA

Riga 7: le misure sono 150x100x150 circa.

Riga 40: le misure sono 210x140 circa.

Riga 60: i dischi settimanali, diametro 110mm circa, codice BA0132.

Riga 75: le misure richieste sono: altezza 57mm lunghezza 25mt circa.