

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Procedura di gara, indetta con Deliberazione CS n. 938 del 03/11/2023, suddivisa in 2 Lotti finalizzata all'affidamento della fornitura triennale di sistemi analitici automatizzati corredati di apparecchiature in noleggio, reagenti, consumabili, accessori e di quanto altro necessario alla completa esecuzione delle determinazioni occorrenti alla UOC di Anatomia Patologica dell'Asl Roma 1. Numero Gara Anac 9307006. Provvedimento di aggiudicazione. Importo complessivo di aggiudicazione € 1.630.357,47 comprensivo di iva 22% e oneri per la sicurezza.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: SIMONA AMEDURI Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
SIMONA AMEDURI	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€48.667,02	2024	CE	503030101	manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	Ing. Silvia Sergio	no
€9.607,50	2024	CE	502020106	servizi assistenza informatica	Dott. Massimiliano Coltellacci	si
€36.604,49	2024	CE	501010308	strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€28.920,51	2024	CE	501010801	vetrerie e materiale plastico per laboratorio	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€15.894,00	2024	CE	516040605	accantonamento incentivi funzioni tecniche		
€21.474,04	2024	CE	501010317	reagenti	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€252.938,81	2024	CE	504020101	canoni noleggio area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	no
€793,93	2024	CE	501010307	disinfettanti ad uso umano e antisettici	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€8.583,07	2024	CE	501010321	altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	Dott.ssa Roberta Pavan	si

La spesa per gli anni 2025,2026 e 2027 è contabilizzata sia nel corpo che nel dispositivo dell'atto.

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott.ssa ROBERTA PAVAN	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Ing. SILVIA SERGIO	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Dott. MASSIMILIANO COLTELLACCI	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa, di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget", rispetto alla delibera n. 176 del 13/02/2024

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto)	Non favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	--

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	(con motivazioni allegate al presente atto)	Non favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
--	---	--

Il presente provvedimento si compone di n.23 pagine di cui n. 13 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
---	---	---

IL DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- VISTO** il Decreto del presidente della Regione Lazio T00013 del 05/04/2023, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- VISTO** l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma I, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9, con il quale è stato istituito il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale, di cui fa parte l'UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATE** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020, avente ad oggetto "*Atto aziendale dell'ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo*"; che prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricompreso;
- la Deliberazione n. 347 dell'8/07/2022, avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che, con Deliberazione CS n. 938 del 03/11/2023, è stata indetta una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, suddivisa in 2 Lotti, di sistemi analitici automatizzati corredati di apparecchiature in noleggio, reagenti consumabili, accessori e di quanto altro necessario alla completa esecuzione delle determinazioni occorrenti alla UOC di Anatomia Patologica dell'Asl Roma 1, per un importo a base d'asta di € 1.380.000,00 oltre Iva in forza di legge;
- che, ai sensi degli artt. 84 e 85 de D. Lgs. 36/2023, si è provveduto alla pubblicazione del Bando di gara come di seguito specificato:
- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 10.11.2023 n.ro avviso: 2023 /S 217-682999;
 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^a serie speciale – contratti pubblici n. 130 del 10.11.2023;
 - Piattaforma telematica STELLA – Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, in data 06.11.2023 con identificativo registro di sistema n. PI143711-23;
 - Portale istituzionale della Asl Roma 1 nella sezione amministrazione trasparente – avvisi e bandi nonché nella sezione gare e appalti, in data 06.11.2023;
 - N. 4 quotidiani a diffusione nazionale in data 17.11.2023;
- che la documentazione di gara prevedeva come termine perentorio di scadenza per l'invio delle offerte tramite la piattaforma telematica le ore 12:00 del 21/12/2023;
- che entro il termine di cui sopra sono pervenute validamente offerte da parte delle

seguenti Società:
EPREDIA ITALY Srl: Lotto 1
I.L.C.GROUP Srl: Lotto 2

che, con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 12/01/2024, è stata formalizzata l'ammissione di entrambi gli Operatori Economici alla fase dell'apertura delle offerte tecniche;

che, con deliberazione CS n.52 del 17/01/2024 è stata nominata la Commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, così composta:
PRESIDENTE Dott.ssa Simona Ameduri
COMPONENTE: Dott.ssa Maria Rosaria Limiti
COMPONENTE: Dott.ssa Alma Molinaro

VISTI i verbali predisposti dalla Commissione giudicatrice e riferiti sia alle sedute pubbliche che alle riunioni riservate, tenutesi nell'ambito della procedura di gara in oggetto allegati al presente atto;

RICHIAMATO in particolare, il verbale del 9/2/2024 dove emergono le risultanze della valutazione tecnica ed economica, con le seguenti proposte di aggiudicazione:

Numero Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
1	EPREDIA ITALY SRL	1	97,75	77,75	20,00	€ 611.678,58	€ 660.000	7,32143
2	I.L.C.GROUP	1	98,25	68,25	30,00	€ 719.280,00	€ 720.000	0,10

per un importo complessivo triennale di € 1.330.958,58 Iva esclusa e, dunque pari ad € 1.630.357,47 Iva ed oneri della sicurezza (pari ad € 6.588,00 i.c.) inclusi;

CONSIDERATO che dall'analisi dei suddetti verbali e di tutti gli atti connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa e ritenuto, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;

PRESO ATTO che i conti interessati all'adozione del presente atto sono di seguito indicati:

Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 1.011.755,25
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	€ 194.668,08
502020106	Servizi di assistenza informatica	€ 38.430,00
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 146.417,97
501010801	Vetreteria e materiale plastico per laboratorio	€ 115.682,03
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	€ 34.332,26
501010317	Reagenti	€ 85.896,17
501010307	Disinfettanti ad uso umano ed antisettici	€ 3.175,71

che, come dichiarato dai Centri Controllori di Spesa ex delibera 176/2024, a seguito dell'adozione del presente atto, i CC.EE. sopra riportati, con riferimento al Bilancio 2024, presenteranno la seguente situazione economica:

CE 504020101 Canoni noleggio area sanitaria	
BUDGET ASSEGNATO	6.500.000,00 €

BUDGET GIA' IMPEGNATO	5.418.873,98 €
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	252.938,81 €
BUDGET RESIDUO	828.187,21 €

CE 503030101 Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	
BUDGET ASSEGNATO	8.305.694,00 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	6.004.685,82 €
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	48.667,02 €
BUDGET RESIDUO	2.252.341,16 €

CE 502020106 Servizi di assistenza informatica	
BUDGET ASSEGNATO	17.479.206,00 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	19.428.999,11 €
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	9.607,50 €
BUDGET IN SCOSTAMENTO	1.959.400,61 €

CE 501010308 Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	
BUDGET ASSEGNATO	6.219.300,00 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	6.312.687,74 €
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	36.604,49 €
BUDGET IN SCOSTAMENTO	129.992,23 €

CE 501010801 Vetreria e materiale plastico per laboratorio	
BUDGET ASSEGNATO	334.885,00 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	849.460,14 €
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	28.920,51 €
BUDGET IN SCOSTAMENTO	543.495,65 €

CE 501010321 Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	
BUDGET ASSEGNATO	267.908,00 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	440.923,56 €
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	8.583,07 €
BUDGET IN SCOSTAMENTO	181.598,63 €

CE 501010317 Reagenti	
BUDGET ASSEGNATO	9.568.154,00 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	10.679.360,52 €
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	21.474,04 €
BUDGET IN SCOSTAMENTO	1.132.680,56 €

CE 501010307 Disinfettanti ad uso umano ed antisettici	
BUDGET ASSEGNATO	306.180,00 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	392.096,74 €
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	793,93 €
BUDGET IN SCOSTAMENTO	86.710,67 €

che gli scostamenti negativi sopra riportati sono riferiti al budget stanziato e non a quello effettivamente consumato e che gli stessi derivano dalla contabilizzazione di contratti avviati, la cui spesa per l'anno in corso non può essere ridotta, pena il blocco dei laboratori di analisi di anatomia patologica presso la Asl Roma1;

che, i ribassi ottenuti in sede di aggiudicazione comporteranno senz'altro economica di spesa per il bilancio aziendale;

VISTA la Deliberazione n. 13 del 19.04.2022 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici";

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, nonché il comma 5-bis che recita espressamente "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

VISTA la nota prot. n. 180065 del 24.11.2022 della U.O.C. Bilancio e Contabilità avente ad oggetto "Atto Deliberativo n. 13 del 19.04.2022 Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: CONTABILIZZAZIONE COSTI";

CONSIDERATO che la Deliberazione di attivazione dell'iniziativa di gara, oggetto della presente aggiudicazione, ha approvato il seguente quadro economico relativo alla ripartizione incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016:

a1) Importo a base d'asta	1.380.000,00 €
a2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	5.400,00 €
totale a)	1.385.400,00 €
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n.50/2016	12.715,20 €
b2) incentivi ex art.113, comma 4, D.Lgs. n.50/2016	3.178,80 €
b3) IVA 22% su importo a base d'asta	304.788,00 €
totale b)	320.682,00 €
IMPORTO TOTALE a) + b)	1.706.082,00 €

RICHIAMATO l'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

VISTA la nota prot. n. 180065 del 24.11.2022 della UOC Bilancio e Contabilità avente ad oggetto "Atto Deliberativo n. 13 DEL 19.4.2022 Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. contabilizzazione costi" secondo la quale risulta a tal fine necessario esclusivamente:

- procedere, in fase di aggiudicazione, a individuare le cifre da accantonare sul CE 516040605 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche" quale quota di incentivi da ripartire tra il personale di comparto interessato e/o destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- procedere, in fase di liquidazione, alla individuazione sui CP 202050569 "Quota personale di comparto" e CP 202050568 "Fondo innovazione" delle cifre destinate al successivo pagamento di competenze dovute al personale e/o acquisto di beni per le altre finalità previste dal Regolamento;

RITENUTO dunque, di contabilizzare, unitamente alla spesa per l'affidamento delle forniture di cui al

presente atto, sul conto economico n. 516040605, rubricato “accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016”, la quota relativa alla fase n. 3 lett. b) (unica fase su cui è prevista la corresponsione dell’incentivo) e di cui all’art. 19 punto 1 lettera a) del Regolamento, per un importo pari ad € 12.715,20 nonché la quota del cd. “fondo incentivante” pari ad € 3.178,80 in applicazione delle percentuali e delle quote di ripartizione previste dal Regolamento aziendale e dal quadro economico aggiornato di cui allo schema sopra riportato, a beneficio del RUP e dei suoi collaboratori, che saranno successivamente liquidate con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito all’art. 20 del Regolamento incentivi;

di rinviare a successiva determinazione della struttura proponente il presente atto, ad esito della acquisizione della relazione del RUP sulla gestione della procedura di gara, la liquidazione delle spese dovute per la corresponsione dei suddetti incentivi, ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 50/2016 verso il seguente personale dipendente:

FUNZIONE	NOMINATIVO	PERCENTUALE
RUP	SIMONA AMEDURI	66
ASSISTENTE AL RUP	FLAVIO DE GIROLAMI	24
ASSISTENTE AL RUP	FRANCESCO PICCINNO	5
CONTRATTI	CARLO MANNELLA	5

RITENUTO

di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, alla pubblicazione dell’Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, nonché di pubblicare il presente atto sul “profilo di committente” della ASL Roma 1, sezione “Amministrazione trasparente”;

di porre a carico dei soggetti risultati aggiudicatari, in proporzione alla quota posta a base d’asta, le spese anticipate dall’ASL Roma 1 per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

DATO ATTO

dell’esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, in capo alle Società aggiudicatarie;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di aggiudicare la procedura di gara, indetta con Deliberazione CS n. 938 del 03/11/2023, finalizzata all’affidamento della fornitura triennale, suddivisa in 2 Lotti, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di sistemi analitici automatizzati corredati di apparecchiature in noleggio, reagenti consumabili, accessori e di quanto altro necessario alla completa esecuzione delle determinazioni occorrenti alla UOC di Anatomia

Patologica dell'Asl Roma 1, come di seguito indicato:

Numero Lot		Fornitore	Valore Offerta
1	Postazioni Taglio (Microtomo, Criostato, Piastra di raffreddamento, Stampante Vetrini, Bagno Stendifette Termostato CIG A00C32D13F	EPREDIA ITALY SRL	€ 611.678,58
2	Coloratore per istologia CIG A00C363DCB	I.L.C.GROUP	€ 719.280,00

per un importo complessivo triennale di aggiudicazione pari ad € 1.339.958,58 Iva ed oneri della sicurezza esclusi e, dunque, pari ad € 1.630.357,47 Iva ed oneri della sicurezza inclusi;

di contabilizzare la spesa derivante dall'adozione del presente atto come da prospetto che segue:

Anno 2024 (1/4/-31/12)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 252.938,81
503030101	Man. e riparazione attrezzature scientifiche	€ 48.667,02
502020106	assistenza informatica	€ 9.607,50
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 36.604,49
501010801	Vetreteria e materiale plastico per laboratorio	€ 28.920,51
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	€ 8.583,07
501010317	Reagenti	€ 21.474,04
501010307	Disinfettanti ad uso umano ed antisettici	€ 793,93
TOTALE		€ 408.412,87

Anno 2025 (1/1-31/12)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 337.251,75
503030101	Man. e riparazione attrezzature scientifiche	€ 64.889,36
502020106	assistenza informatica	€ 12.810,00
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 48.805,99
501010801	Vetreteria e materiale plastico per laboratorio	€ 38.560,68
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	€ 11.444,09
501010317	Reagenti	€ 28.632,06
501010307	Disinfettanti ad uso umano ed antisettici	€ 1.058,57
TOTALE		€ 543.452,49

Anno 2026 (1/1-31/12)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 337.251,75
503030101	Man. e riparazione attrezzature scientifiche	€ 64.889,36
502020106	assistenza informatica	€ 12.810,00
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 48.805,99
501010801	Vetreteria e materiale plastico per laboratorio	€ 38.560,68
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	€ 11.444,09
501010317	Reagenti	€ 28.632,06
501010307	Disinfettanti ad uso umano ed antisettici	€ 1.058,57
TOTALE		€ 543.452,49

Anno 2027 (1/1-31/3)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 84.312,94

503030101	Man. e riparazione attrezzature scientifiche	€ 16.222,34
502020106	assistenza informatica	€ 3.202,50
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 12.201,50
501010801	Vetreria e materiale plastico per laboratorio	€ 9.640,17
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	€ 2.861,02
501010317	Reagenti	€ 7.158,01
501010307	Disinfettanti ad uso umano ed antisettici	€ 264,64
TOTALE		€ 135.863,12

di contabilizzare, la spesa di € 15.894,00 relativa agli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, derivante dall'adozione del presente atto, sul conto economico 516040605, rubricato "Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016", demandando alla UOC Bilancio e Contabilità le relative operazioni contabili;

di provvedere altresì, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, alla pubblicazione dell'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, nonché di pubblicare il presente atto sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, quale DEC per la procedura in oggetto, l'Ing. Flavio Iacoangeli, con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte degli operatori affidatari;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
Procedimento
Dott.ssa Simona Ameduri
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In Virtù dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con il Decreto del presidente della Regione Lazio T00013 del 05/04/2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *“Procedura di gara, indetta con Deliberazione CS n. 938 del 03/11/2023, suddivisa in 2 Lotti finalizzata all’affidamento della fornitura triennale di sistemi analitici automatizzati corredati di apparecchiature in noleggio, reagenti, consumabili, accessori e di quanto altro necessario alla completa esecuzione delle determinazioni occorrenti alla UOC di Anatomia Patologica dell’Asl Roma 1. Numero Gara Anac 9307006. Provvedimento di aggiudicazione. Importo complessivo di aggiudicazione € 1.630.357,47 comprensivo di iva 22% e oneri per la sicurezza.”*, e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto,

di aggiudicare la procedura di gara, indetta con Deliberazione CS n. 938 del 03/11/2023, finalizzata all’affidamento della fornitura triennale, suddivisa in 2 Lotti, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di sistemi analitici automatizzati corredati di apparecchiature in noleggio, reagenti consumabili, accessori e di quanto altro necessario alla completa esecuzione delle determinazioni occorrenti alla UOC di Anatomia Patologica dell’Asl Roma 1, come di seguito indicato:

Numero Lot		Fornitore	Valore Offerta
1	Postazioni Taglio (Microtomo, Criostato, Piastra di raffreddamento, Stampante Vetrini, Bagno Stendifette Termostato CIG A00C32D13F	EPREDIA ITALY SRL	€ 611.678,58
2	Coloratore per istologia CIG A00C363DCB	I.L.C.GROUP	€ 719.280,00

per un importo complessivo triennale di aggiudicazione pari ad € 1.339.958,58 Iva ed oneri della sicurezza esclusi e, dunque, pari ad € 1.630.357,47 Iva ed oneri della sicurezza inclusi;

di contabilizzare la spesa derivante dall’adozione del presente atto come da prospetto che segue:

Anno 2024 (1/4-31/12)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 252.938,81
503030101	Man. e riparazione attrezzature scientifiche	€ 48.667,02
502020106	assistenza informatica	€ 9.607,50
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 36.604,49
501010801	Vetreteria e materiale plastico per laboratorio	€ 28.920,51
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	€ 8.583,07
501010317	Reagenti	€ 21.474,04
501010307	Disinfettanti ad uso umano ed antisettici	€ 793,93
TOTALE		€ 408.412,87

Anno 2025 (1/1-31/12)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 337.251,75
503030101	Man. e riparazione attrezzature scientifiche	€ 64.889,36
502020106	assistenza informatica	€ 12.810,00
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 48.805,99
501010801	Vetreteria e materiale plastico per laboratorio	€ 38.560,68
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	€ 11.444,09
501010317	Reagenti	€ 28.632,06

501010307	Disinfettanti ad uso umano ed antisettici	€ 1.058,57
TOTALE		€ 543.452,49

Anno 2026 (1/1-31/12)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 337.251,75
503030101	Man. e riparazione attrezzature scientifiche	€ 64.889,36
502020106	assistenza informatica	€ 12.810,00
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 48.805,99
501010801	Vetreteria e materiale plastico per laboratorio	€ 38.560,68
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	€ 11.444,09
501010317	Reagenti	€ 28.632,06
501010307	Disinfettanti ad uso umano ed antisettici	€ 1.058,57
TOTALE		€ 543.452,49

Anno 2027 (1/1-31/3)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	€ 84.312,94
503030101	Man. e riparazione attrezzature scientifiche	€ 16.222,34
502020106	assistenza informatica	€ 3.202,50
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	€ 12.201,50
501010801	Vetreteria e materiale plastico per laboratorio	€ 9.640,17
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	€ 2.861,02
501010317	Reagenti	€ 7.158,01
501010307	Disinfettanti ad uso umano ed antisettici	€ 264,64
TOTALE		€ 135.863,12

di contabilizzare, la spesa di € 15.894,00 relativa agli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, derivante dall'adozione del presente atto, sul conto economico 516040605, rubricato "Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016", demandando alla UOC Bilancio e Contabilità le relative operazioni contabili;

di provvedere altresì, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, alla pubblicazione dell'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, nonché di pubblicare il presente atto sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, quale DEC per la procedura in oggetto, l'Ing. Flavio Iacoangeli, con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte degli operatori affidatari;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

La Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

Procedura telematica in ambito comunitario, indetta ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. n. 36/2023 finalizzata all'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi della fornitura suddivisa in 2 lotti di sistemi diagnostici in full service comprensivi di materiale di consumo per le esigenze dell'UOC di Anatomia Patologica dell'Asl Roma 1. Valore complessivo stimato dell'appalto pari a € 2.075.400,00 iva esclusa di cui € 5.400,00 iva esclusa di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. Numero gara ANAC 9307006

VERBALE SEDUTA PUBBLICA - APERTURA ED AVVIO ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA

Premesso:

- che, con deliberazione n. 938 del 3/11/2023 è stata disposta l'indizione della procedura di gara indicata in intestazione;
- che, entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato dal Bando di gara alle ore 12:00 del giorno 21/12/2023, risultano tempestivamente pervenute sulla Piattaforma telematica di gara STELLA, n. 2 offerte, una per ogni lotto;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 12/1/2024 è stata formalizzata l'ammissione di degli operatori economici alla fase dell'apertura delle offerte tecniche;
- che con Deliberazione n. 52 del 17/1/2024 è stata nominata la Commissione di gara, così composta:

PRESIDENTE: Dott.ssa Simona Ameduri, Collaboratore Amministrativo con incarico di funzione di tipo organizzativo in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL Roma 1 - RUP;

COMPONENTE: Dott.ssa Maria Rosaria Limiti – Direttore UOSD Citologia Screening Asl Roma1;

COMPONENTE: Dott.ssa Alma Molinaro – Coordinatore Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, presso la UOC Anatomia Patologica della Asl Roma 1;

In data **22/1/2024 alle ore 9:41**, la Commissione di gara, riunita nel suo *plenum* presso la sede aziendale di Via Ariosto, procede a dare avvio, tramite piattaforma telematica di gara (STELLA) alla seduta pubblica virtuale e ad aprire le buste contenenti la documentazione tecnica offerta in gara dalle Società partecipanti.

Il Presidente procede, pertanto, a sbloccare le buste virtuali "offerta tecnica" presentate dai concorrenti per i 2 lotti di gara.

La Commissione verifica la presenza in entrambe le buste, della documentazione tecnica così come richiesta negli atti di gara ed in particolare dall'art. 19 del Disciplinare di gara, da intendersi qui riportato

A questo punto la Commissione avvia l'esame della documentazione tecnica prodotta ai fini della verifica della conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche minime così come definite nel Capitolato Tecnico, nei documenti di gara tutti e precisati nei chiarimenti pubblicati su STELLA in fase di presentazione offerte.

All'esito delle operazioni di cui sopra emerge quanto segue:

L'offerta presentata dalla EPREDIA ITALY SRL per il Lotto 1 (*POSTAZIONI TAGLIO (MICROTOMO, CRIOSTATO, PIASTRA DI RAFFREDDAMENTO, STAMPANTE PER VETRINI, BAGNO STENDIFETTE TERMOSTATATO*) risulta conforme a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico ed in particolare ai requisiti tecnici minimi di cui al paragrafo 2 e 3 dello stesso documento di gara.

L'offerta presentata dalla I.L.C.GROUP per il Lotto 2 (COLORATORE PER ISTOLOGIA - Fornitura in "full service" di n. 1 Coloratore + materiale dedicato di consumo + cappa walk-in, occorrente al P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1 - I seguenti reattivi e consumabili in misura sufficiente per eseguire n° 80.000 montaggi/anno+ 5000 EE isto/anno Alcool 70° denaturato Alcool 95° denaturato Alcool assoluto denaturato Diafanizzante Vetrini coprioggetto o film, Consumabili per montaggio Cestelli; Coloranti: Ematossilina-Eosina; Papanicolau; Giemsa per istologia) risulta conforme a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico ed in particolare ai requisiti tecnici minimi di cui al paragrafo 2 e 4 dello stesso documento di gara.

La Commissione a questo punto, dato atto che entrambe le offerte pervenute sono conformi alle caratteristiche tecniche minime così come espresse dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, dispone la prosecuzione dell'esame delle offerte tecniche ai fini dell'assegnazione dei punteggi premianti di qualità.

Il Presidente alle ore 13:18 sospende i lavori, chiude la seduta pubblica virtuale e dispone la prosecuzione dell'esame delle offerte tecniche ai fini di cui sopra, in seduta riservata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Simona Ameduri Presidente



Dott.ssa Maria Rosaria Limiti Componente



Dott.ssa Alma Molinaro Componente



Procedura telematica in ambito comunitario, indetta ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. n. 36/2023 finalizzata all'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi della fornitura suddivisa in 2 lotti di sistemi diagnostici in full service comprensivi di materiale di consumo per le esigenze dell'UOC di Anatomia Patologica dell'Asl Roma 1. Valore complessivo stimato dell'appalto pari a € 2.075.400,00 iva esclusa di cui € 5.400,00 iva esclusa di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. Numero gara ANAC 9307006

VERBALE SEDUTA RISERVATA - ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Premesso che in data 22/1/2024 la Commissione di gara riunita nel suo *plenum* presso la sede aziendale di Via Ariosto, ha proceduto, in seduta pubblica virtuale, all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica offerta in gara dalle Società partecipanti e a verificarne la completezza e la conformità rispetto ai requisiti tecnici minimi richiesti nei documenti di gara.

In data 22/1/2024 alle ore 14:00 la Commissione di gara riprende i lavori in seduta riservata, ai fini dell'esame delle offerte tecniche per l'assegnazione dei punteggi premianti di qualità secondo i criteri di valutazione di cui all'allegato 8 del Disciplinare di gara, secondo quanto ivi disposto all'art. 20 nonché alla luce dei chiarimenti resi agli Operatori Economici durante il decorso temporale per la presentazione delle offerte.

All'esito delle operazioni di cui sopra emerge quanto segue:

Lotto 1 - EPREDIA ITALY SRL

numero parametro	Criterio di valutazione	Descrizione parametro di valutazione	Coefficiente Assegnato C	Punteggio massimo attribuibile (P)	Punteggio assegnato (cpx)	motivazione
1	D	Descrizione della modalità di gestione, tempi di implementazione del sistema offerto, razionalizzazione degli spazi: devono essere riportati le fasi e modalità funzionali all'implementazione del nuovo sistema descrivendo inoltre la fase di transizione	0,75	4	3	Con riferimento al presente criterio, esaminata la proposta dell'Operatore, in particolare il cronoprogramma offerto e la modalità di esecuzione l'offerta è valutata come buona.
2	T	Possibilità di integrazione del Sistema attivo per il raffreddamento del morsetto portacampioni per almeno tre microtomi	si	5	5	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto
3	T	Due Modalità di taglio, modalità rotativa e modalità oscillante	si	3	3	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto
4	D	Vassoio rimovibile per raccolta sezioni di scarto che racchiude l'intera zona di lavoro, compresa la parte sottostante il portalamina	1	2	2	Il sistema offerto presenta elevati standard di sicurezza: è provvisto di vassoio secondo i parametri premianti, inoltre con capacità 2,4 l, estraibile dallo strumento e con poggia braccia integrato, ciò comporta maggiore confort per il tecnico utilizzatore. L'offerta è valutata come ottima.

numero parametro	Criterio di valutazione	Descrizione parametro di valutazione	Coefficiente Assegnato C	Punteggio massimo attribuibile (P)	Punteggio assegnato (cxp)	motivazione
5	T	sistema con pulsante unico per entrambe le direzioni di spostamento e regolazione continua della velocità.	si	3	3	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto
6	T	manopole per avanzamento e arretramento del campione posizionabili a destra o sinistra del pannello di controllo in base alle preferenze dell'operatore	si	3	3	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto
7	T	Sistema di Trasferimento della sezione in acqua calda direttamente senza prelevarla dal portalamina per tre microtomi	si	6	6	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto

8	T	Criostato dotato di sistema automatizzato e motorizzato di regolazione dell'altezza della strumentazione per favorire le operazioni di taglio da parte dell'Operatore	si	7	7	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto
9	D	Sistema di raffreddamento attivo e con possibilità di regolazione delle temperature sia del portacampione che del portalamina per ottimizzare le condizioni del taglio	1	5	5	Le caratteristiche tecniche del criostato offerto sono valutate come ottime: presenta capacità di alta precisione di taglio, con design ergonomico, camera di raffreddamento in acciaio inox e consente all'Operatore le operazioni di taglio in condizioni di sicurezza.
10	D	Sistema di disinfezione, in grado di raggiungere qualsiasi punto della camera e conforme alle indicazioni delle società scientifiche di riferimento in merito alla gestione SARS-COVID19 produrre doc sient	1	5	5	Il sistema di disinfezione proposto e le relative certificazioni allegate consentono di valutare come ottima l'offerta anche in termini di sicurezza e protezione dell'Operatore. Trattasi di sistema integrato che permette immissione e la distribuzione della soluzione disinfettante tramite nebulizzazione ad ultrasuoni. I cicli di disinfezione sono completamente automatici e possono essere programmati liberamente dall'Operatore tramite software o avviati alla fine delle operazioni di taglio. Il ciclo inoltre può essere interrotto in qualsiasi momento per permettere al Laboratorio di gestire qualsiasi necessità.
11	T	Pannello di controllo integrato, touch screen a colori, per la gestione immediata di tutti i parametri del criostato	si	3	3	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto
12	Q	Postazione di congelamento rapido Peltier in grado di raggiungere una temperatura inferiore a -40°C	1	2	2	Valore dichiarato in documentazione Tecnica – 60° C
13	T	Sistema di raffreddamento efficiente ad un singolo compressore, con circuiti indipendenti in grado di garantire un controllo accurato delle temperature	si	2	2	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto
14	D	Sistema di avanzamento/arretramento del portalamina con controllo elettronico	0,75	2	1,5	Il sistema proposto è dotato di movimentazione elettronica del blocco portalamina che consente l'avanzamento a due velocità con regolazione tramite joystick posizionato sullo strumento. L'offerta è valutata come buona.

numero parametro	Criterio di valutazione	Descrizione parametro di valutazione	Coefficiente Assegnato C	Punteggio massimo attribuibile (P)	Punteggio assegnato (cxp)	motivazione
15	D	Sistema di stampa verticale per ridurre al minimo i meccanismi di trasporto dei vetrini stessi all'interno della stampante e ridurre al minimo eventi di inceppamento e/o rottura del vetro	1	5	5	Il sistema di stampa proposto è valutato ottimo: è dotata di un meccanismo di stampa verticale, i vetrini vengono dispensati dal caricatore esterno all'interno dell'area di stampa dove arrivano in posizione verticale, dopo la stampa, il vetrino viene rilasciato e per gravità arriva nella zona di raccolta, la discesa verticale minimizza ottimamente la possibilità di inceppamento e di rottura del vetro.
16	T	Possibilità di caricamento indipendente di un singolo vetrino dall'alto, senza necessità di accessori aggiuntivi e senza interruzione del flusso di lavoro	si	2	2	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto
17	D	Facilità di gestione della stampante con sistema di caricamento dei vetrini con caricatori esterni in modo da agevolare tutte le operazioni e non rallentare il flusso di lavoro	1	6	6	Lo strumento offerto è dotato di due caricatori con capacità totale on board di 144 vetrini e di un sistema di caricamento di singolo vetrino senza la necessità di utilizzo di accessori aggiuntivi, ciò consente all'Operatore di effettuare le operazioni di carico in maniera pratica ed in sicurezza, agevolando un flusso di lavoro continuativo senza interruzioni. Inoltre, l'assenza di coperchi all'interno della stampante, semplifica le operazioni di gestione e caricamento dei vetrini, con possibilità di caricamento continuo e senza interruzioni delle operazioni di stampa. Per il presente criterio l'offerta è valutata come ottima.
18	D	Lettore barcode (tipologia) integrato direttamente nella stampante	1	4	4	La stampante offerta è dotata di un lettore barcode integrato nella stampante, con sorgente luminosa a LED che non richiede protezioni degli occhi durante l'uso, è dotato di sensore dei movimenti con modalità di stand-by, capacità di lettura codice Datamatrix, QR e codici a barre Code 128, con possibilità di attivare la lettura di ulteriori codici. L'offerta è valutata come ottima.
19	D	Velocità e continuità di stampa	0.75	3	2,25	Nella documentazione tecnica l'operatore dichiara velocità media di stampa per singolo vetrino di circa 3-5 secondi, con una produttività massima di circa 20 vetrini al minuto. La presenza dei caricatori esterni che consentono il caricamento continuo dei vetrini riduce le interruzioni del flusso di lavoro. Dai documenti emerge che il carico di vetrini diversi è dato dall'intervento manuale dell'operatore. Per il presente criterio l'offerta è valutata come buona.

numero parametro	Criterio di valutazione	Descrizione parametro di valutazione	Coefficiente Assegnato C	Punteggio massimo attribuibile (P)	Punteggio assegnato (cpx)	motivazione
20	D	Facilità di personalizzazione dei parametri di funzionamento e di stampa	1	1	1	La stampante offerta è dotata di schermo touch screen integrato e a colori che consente di impostare e/o modificare tutti i parametri di funzionamento e di stampa. Il software offerto, in lingua italiana, agevola l'utilizzo da parte degli Operatori, con possibilità di personalizzazione dei layout di stampa, diversificabili in base alle necessità del laboratorio e dal gestionale LIS con cui può essere interfacciata. Per il presente criterio l'offerta è valutata come ottima.
21	T	Elevata autonomia di stampa del nastro (min. 8000 vetrini)	si	2	2	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto
22	T	Presenza di supporto da remoto (via telefono, videochiamata o altro collegamento)	si	1	1	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto
23	Q	Tempo di risoluzione in caso di malfunzionamento oltre al minimo richiesto (48 h solari) verrà premiato il V più alto (tempo di soluzione del guasto minore)	1	3	3	L'operatore dichiara un tempo di risoluzione in caso di malfunzionamento di 48 h solari
24	D	Progetto di formazione: si valuteranno soluzioni che garantiscano la puntuale e completa autonomia degli operatori nello svolgimento delle attività, con particolare riguardo alla periodicità del mantenimento ed aggiornamento delle competenze ed al numero di operatori formati nell'arco dell'intera fornitura (oltre la formazione iniziale)	1	1	1	L'operatore offre un piano di formazione e addestramento del personale con elementi migliorativi distintivi rispetto alla formazione minima richiesta nei documenti di gara: offre un team di Application Specialist con dichiarata pluriennale esperienza nel settore dell'Istologia e dell'Anatomia Patologica quale supporto tecnico/scientifico e metodologico per lo sviluppo di un metodo di lavoro che si adatti al flusso di lavoro dei Laboratori. Al termine di ogni corso verrà fornito a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione con le indicazioni delle skill acquisite durante il training. Dichiara disponibilità ad effettuare altri interventi di addestramento in caso di cambiamenti nel Personale del laboratorio o di lanci di aggiornamenti Software che introducano nuove funzionalità o modalità di impiego. L'offerta è valutata come ottima.
totali				80	77,75	

A questo punto la Commissione dispone la sospensione dei lavori ed aggiorna la seduta, in via riservata, al 25 gennaio p.v. ore 9:30, ai fini della prosecuzione dell'esame delle offerte tecniche per l'assegnazione dei punteggi premianti di qualità.

La seduta è conclusa alle ore 18:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Simona Ameduri Presidente



Dott.ssa Maria Rosaria Limiti Componente



Dott.ssa Alma Molinaro Componente



Procedura telematica in ambito comunitario, indetta ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. n. 36/2023 finalizzata all'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi della fornitura suddivisa in 2 lotti di sistemi diagnostici in full service comprensivi di materiale di consumo per le esigenze dell'UOC di Anatomia Patologica dell'Asl Roma 1. Valore complessivo stimato dell'appalto pari a € 2.075.400,00 iva esclusa di cui € 5.400,00 iva esclusa di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. Numero gara ANAC 9307006

VERBALE SEDUTA RISERVATA - ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Premesso che in data 22/1/2024 la Commissione di gara riunita nel suo *plenum* presso la sede aziendale di Via Ariosto, ha proceduto, in seduta pubblica virtuale, all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica offerta in gara dalle Società partecipanti e a verificarne la completezza e la conformità rispetto ai requisiti tecnici minimi richiesti nei documenti di gara. La Commissione, dato l'esito positivo della verifica anzidetta, nella medesima data, in seduta riservata ha proceduto all'esame della documentazione tecnica versata in gara dalle Società partecipanti ai fini dell'assegnazione dei punteggi premianti di qualità, secondo i criteri di valutazione di cui all'allegato 8 del Disciplinare di gara e secondo quanto ivi disposto all'art. 20.

In data **25 gennaio 2024 alle ore 9:30** la Commissione di gara, riunita nel suo *plenum*, come in atti, in seduta riservata, prosegue l'esame delle offerte tecniche ai fini dell'assegnazione dei punteggi di qualità, secondo i criteri testè menzionati, nonché alla luce dei chiarimenti resi agli Operatori Economici durante il decorso temporale per la presentazione delle offerte.

All'esito delle operazioni di cui sopra emerge quanto segue:

Lotto 2 - I.L.C.GROUP

Num. Parametro	Criterio di valutazione	Descrizione parametro di valutazione	Coefficiente assegnato C	Punteggio massimo attribuibile (P)	Punteggio assegnato CxP	motivazione
1	D	Descrizione della modalità di gestione, tempi di implementazione del sistema offerto, razionalizzazione degli spazi: devono essere riportati tempi, le fasi e modalità funzionali all'implementazione del nuovo sistema descrivendo inoltre la fase di transizione	0,75	5	3,75	Con riferimento al presente criterio l'offerta è valutata buona: l'Operatore Economico propone un crono programma comprensivo delle svariate attività dalla messa in sicurezza del laboratorio e cantierizzazione al montaggio, installazione e della strumentazione e degli impianti tecnologici di cui si compone l'intera fornitura prevista per il presente lotto. Tempi di consegna dichiarati 30 giorni dalla stipula del contratto.

2	Q	Capacità di carico dei vetrini del coloratore totale (n° max vetrini inseribili nel coloratore in una singola corsa, il Valore migliore è quello più alto)	1	6	6	L'operatore dichiara la possibilità di caricare e avviare fino a 3 stazioni simultaneamente con lo stesso protocollo di colorazione, ciascuna delle quali ha la capacità di contenere fino a 3 cestelli da 20 vetrini, permettendo così l'avvio di un totale di 180 vetrini contemporaneamente per un protocollo di colorazione
Num. Parametro	Criterio di valutazione	Descrizione parametro di valutazione	Coefficiente assegnato C	Punteggio massimo attribuibile (P)	Punteggio assegnato CxP	motivazione
3	Q	Numero massimo di stazioni dei reagenti (il V migliore è quello più alto)	1	3	3	Valore dichiarato: da 31 a 51
4	Q	Numero massimo di stazioni di lavaggio con acqua corrente, oltre al minimo richiesto (1)	1	1	1	Valore dichiarato: Da 0 a 4 stazioni a seconda della configurazione
5	Q	Numero massimo di stazioni di riscaldamento (sparaffinatura) oltre al minimo richiesto. Range di temperatura regolabile. (il V migliore è il V più alto)	1	2	2	Valore dichiarato: fino a 240 vetrini contemporaneamente
6	Q	Numero massimo di protocolli di colorazione programmabili.	1	2	2	Valore dichiarato: fino a 50 diversi programmi
7	T	Disponibilità di vaschette con differenti capacità per consentire di avviare in una singola corsa tutto il fabbisogno lavorativo , oltre a risparmiare reagente per le metodiche non di largo utilizzo	si	6	6	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto
8	D	Parametri di lavoro (numero e tipologia) visualizzabili e impostabili su Interfaccia utente. Modalità di lavoro. Dimensione schermo. Presenza indicatori visivi e/sonori	0,75	2	1,5	Il sistema offerto consente la colorazione di preparati citologici programmabile sia di routine che speciali. E' dotato di software interattivo in italiano, con interfaccia utente grafica su monitor a colori touch screen, di 10.4" montato su braccio mobile, ciò consente di programmare e impostare i protocolli ed i parametri di colorazione. Il software esegue l'ottimizzazione continua dei processi consentendo di lavorare contemporaneamente con differenti procedure di colorazione random, con gestione parallela fino a 11 gruppi di cestelli contemporaneamente. Fornito di display a colori con soluzioni in uso, messaggi interattivi, segnalazioni d'errore. Il sistema offerto consente di programmare fino a 50 diversi protocolli di colorazione,

						definibili dall'utente, con gestione delle tempistiche di sostituzione dei reagenti. Per ogni gruppo di soluzioni. Il montavetrini a Film collegato al coloratore permette il funzionamento combinato dei due moduli ed in caso di manutenzione di una delle parti, vi è la possibilità di utilizzare separatamente la stazione di colorazione e quella di montaggio, con ottimizzazione della modalità di lavoro continua. L'offerta è valutata buona.
9	D	Semplicità operativa del sistema (descrivere)	1	2	2	Il sistema offerto prevede una serie operazioni a carico dell'operatore per avviare una sessione di colorazione con elevato grado di semplicità ed ottimizzazione dei risultati. Per il presente criterio l'offerta è valutata come ottima.
10	D	Eventuali Funzioni di diagnostica: autodiagnosi, messaggi di errore, codici, lista di errori e log files, ecc.	1	2	2	Il sistema offerto consente di visualizzare sul display messaggi interattivi segnalazioni d'errore. È possibile visualizzare i log errori e scaricare i log files. Per il presente criterio l'offerta è valutata come ottima.
11	Q	Capacità di montaggio dei vetrini: numero di vetrini totale (il V migliore è quello più alto)	1	6	6	Valori dichiarati: 660 vetrini/ora
12	Q	Numero di vetrini montati per ora	1	6	6	Valori dichiarati: 1000 vetrini/ora
13	T	Possibilità di montaggio con film plastico in alternativa al vetro, per eliminare necessità di coprioggetto.	si	7	7	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto
Num. Parametro	Criterio di valutazione	Descrizione parametro di valutazione	Coefficiente assegnato C	Punteggio massimo attribuibile (P)	Punteggio assegnato CxP	motivazione
14	T	Sistema di carico e scarico dei reagenti tramite pompe peristaltiche e taniche inserite nel banco carellato per il carico e scarico senza la necessità di estrarre nessuna vaschetta al di fuori della cappa	si	6	6	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto
15	T	Sistema di telegestione da remoto	si	6	6	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto

16	D	Manutenzione giornaliera: tempi e modalità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB)	1	1	1	Con riferimento al presente criterio l'offerta è valutata come ottima.
17	D	Manutenzione periodica: tempi e semplicità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB)	1	1	1	Con riferimento al presente criterio l'offerta è valutata come ottima.
18	T	Presenza di supporto da remoto (via telefono, videochiamata o altro collegamento)	si	1	1	Dall'esame della documentazione tecnica emerge la presenza del parametro richiesto
19	Q	Tempo di risoluzione in caso di malfunzionamento oltre al minimo richiesto (48 h solari) verrà premiato il V più alto (tempo di soluzione del guasto minore)	1	2	2	Valore dichiarato: entro 48 h dalla chiamata.
20	D	Progetto di formazione: si valuteranno soluzioni che garantiscano la puntuale e completa autonomia degli operatori nello svolgimento delle attività, con particolare riguardo alla periodicità del mantenimento ed aggiornamento delle competenze ed al numero di operatori formati nell'arco dell'intera fornitura (oltre la formazione iniziale)	1	3	3	L'operatore offre un ottimo piano formativo: <ul style="list-style-type: none"> • Spiegazione hardware e software • Accensione/spengimento dello strumento • Funzionamento dello strumento • Programmazione dello strumento attraverso il software • Potenzialità dello strumento • Gestione operativa quotidiana • Pulizia e manutenzione ordinaria • Spiegazione dei possibili errori che si possono verificare e procedure per la gestione autonoma degli inconvenienti più frequenti. • Parte pratica: colorazione dei preparati istologici e valutazione dei vetrini • Affiancamento della routine nei giorni dell'installazione e richieste di conferma di ricezione delle linee guida da parte degli operatori di laboratorio. Rilascio attestato di partecipazione. L'Operatore dichiara, inoltre, disponibilità a formare personale aggiuntivo con apposite sessioni di affiancamento agli operatori sanitari ogni qualvolta ci sarà un'attività di aggiornamento tecnologico, e comunque ogni qualvolta il Laboratorio ne ravveda la necessità, come ad esempio per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori.

totali		70	68,25	
--------	--	----	-------	--

La Commissione dà atto della conclusione dell'esame delle offerte tecniche, all'esito di approfondito esame di tutti i documenti prodotti in gara dagli Operatori Economici, come da tabelle esposte innanzi e nel verbale del 22 gennaio u.s., con le relative valutazioni ed assegnazione dei punteggi di qualità.

Il Presidente dichiara conclusi i lavori di valutazione delle offerte tecniche e rinvia a successiva seduta pubblica virtuale per la pubblicazione dei punteggi e l'apertura delle offerte economiche.

La seduta è conclusa alle ore 13:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Simona Ameduri Presidente



Dott.ssa Maria Rosaria Limiti Componente



Dott.ssa Alma Molinaro Componente



Procedura telematica in ambito comunitario, indetta ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. n. 36/2023 finalizzata all'affidamento triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi della fornitura suddivisa in 2 lotti di sistemi diagnostici in full service comprensivi di materiale di consumo per le esigenze dell'UOC di Anatomia Patologica dell'Asl Roma 1. Valore complessivo stimato dell'appalto pari a € 2.075.400,00 iva esclusa di cui € 5.400,00 iva esclusa di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. Numero gara ANAC 9307006

VERBALE DI APERTURA, VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE E PREDISPOSIZIONE GRADUORIA DI GARA.

Premesso che nel verbale di seduta riservata del 25/1/2024, la Commissione di gara ha dichiarato conclusi i lavori relativi all'esame delle offerte tecniche.

Tutto ciò premesso

Il giorno 9/2/2024 alle ore 9:36 si riunisce, in seduta pubblica virtuale da remoto, la Commissione di gara, composta come in atti, al fine di procedere alla pubblicazione sulla piattaforma di gara dei punteggi tecnici e successivamente aprire le buste contenenti le offerte economiche per l'esame di conformità ai documenti di gara e la correttezza delle stesse.

All'esito delle operazioni sopra descritte, la Commissione di gara, preso atto della completezza delle offerte economiche così come prodotte dagli Operatori Economici, esaminate le stesse e verificatane la correttezza in relazione alla base d'asta così come disposta dalla Stazione Appaltante, procede all'assegnazione dei punteggi economici tramite piattaforma telematica di gara e alla stesura della graduatoria.

Concluse le operazioni innanzi descritte la Commissione di gara prende atto della graduatoria così come emersa dalla piattaforma telematica STELLA, come da prospetto che segue:

Numero Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
1	EPREDIA ITALY SRL	1	97,75	77,75	20,00	€ 611.678,58	€ 660.000	7,32143
2	I.L.C.GROUP	1	98,25	68,25	30,00	€ 719.280,00	€ 720.000	0,10

La Commissione a questo punto dichiara chiusi i lavori di esame delle offerte tecniche ed economiche, dispone la trasmissione degli atti di gara al RUP per gli adempimenti successivi.

La seduta di gara viene chiusa alle ore 11:21.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Simona Ameduri

Presidente



Dott.ssa Maria Rosaria Limiti

Componente



Dott.ssa Alma Molinaro

Componente

