



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0473 . DEL 15-05-2018

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del contratto full service per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche, occorrenti alle Camere Operatori dei Presidi Ospedalieri della ASL ROMA1. Lotti n. 2. Importo complessivo biennale € 319.158,66 IVA esclusa, pari ad € 389.373,56 IVA inclusa. Lotto 1 CIG: 7118111305; Lotto 2 CIG: 71181302B3. Decorrenza contratto 01/06/2018.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico Patrimoniale - U.O.C. Ingegneria Clinica

Centro di costo: 769

L'estensore: Alessandra Carli

Alessandra Carli

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Pietro Barberini)

Pietro Barberini

data 23.04.2018

Il Direttore
U.O.C. Ingegneria Clinica
(Ing. Pietro Barberini)

Pietro Barberini

data 23.04.2018

Il Direttore provvisorio
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
ASSENTE

data

Il presente atto contiene dati sensibili

SI

NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Costo previsto: € 113.567,29 - Esercizio 2018 (7 mesi) - C.E. n. 504020101- Canone noleggio Area Sanità

Costo previsto: € 194.686,78 - Esercizio 2019 - C.E. n. 504020101- Canone noleggio Area Sanità

Costo previsto: € 81.119,50 - Esercizio 2020 (5 mesi) - C.E. n. 504020101- Canone noleggio Area Sanità

Il Funzionario addetto al controllo di budget: Ing. Pietro Barberini

data 23.04.2018

firma

Pietro Barberini

Il Direttore della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione: Dott. Carlo Saitto

data 15.05.18

firma

Carlo Saitto

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 15.05.2018

firma

Cristina Matranga

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti

Favorevole

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 14.05.2018

firma

Mauro Goletti

Il presente provvedimento si compone di n. 60 pagine di cui n. 54 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tanese

Angelo Tanese



0473 . 7 15-05-2018

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;

VISTA la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016 del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1 gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

PREMESSO che con deliberazione n. 681 del 12/07/2017, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un contratto in full service per la fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche occorrenti alle esigenze dei Presidi Ospedalieri della ASL ROMA1, per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, per un importo presunto biennale di € 336.000,00 IVA esclusa;

che la suddetta procedura di gara è stata suddivisa in n. 2 lotti come di seguito indicati:

- Lotto 1: n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD – Importo complessivo biennale a base di gara € 56.000,00 IVA esclusa;
- Lotto 2: n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D – 3D. Importo complessivo biennale a base di gara € 280.000,00 IVA esclusa.

che entro le ore 12 del 08/09/2017, termine previsto nel bando di gara, hanno presentato offerta le seguenti Società:

- B. BRAUN MILANO S.p.A. – lotto 1
- STRYKER ITALIA S.r.l. – lotto 1
- C.A.M. HOSPITAL S.r.l. – lotto 1
- OLYMPUS ITALIA S.r.l. – lotto 1 e 2
- NOVAURA S.r.l. – lotto 1
- ERNESTO INVERNIZZI S.p.A. – lotto 1 e 2

che con Deliberazione n. 983 del 30/10/2017, è stata nominata la Commissione giudicatrice delle offerte presentate dalle Società partecipanti;

EVIDENZIATO che con Deliberazione n. 670 del 10/07/2017 è stato affidato l'incarico di Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica all'Ing. Pietro Barberini;

che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto le stazioni appaltanti nominano un Responsabile Unico del Procedimento per fasi di programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, che nella presente procedura è stato individuato nell'Ing. Pietro Barberini;

che ai sensi dell'articolo 101 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP, "nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto" (DEC) e che, come integrato dalle linee guida dell'Anac, per prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, tale figura è soggetto diverso dal responsabile del procedimento;

Anno 2019 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)

Importo impegnato € 194.686,78

Anno 2020 (dal 01/01/2020 al 31/05/2020)

Importo impegnato € 81.119,50

ATTESTATO

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1) di affidare alle Società di seguito specificate, a decorrere dal 01.06.2018, un contratto in full service per la fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche occorrenti ai Presidi Ospedalieri della ASL ROMA1, per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, , come da offerte economiche allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegati n. 7 e 8**):

➤ **OLYMPUS ITALIA S.r.l.**

Lotto 1: n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD € 51.189,56 IVA inclusa
biennale

➤ **ERNESTO INVERNIZZI S.p.A.**

Lotto 2: n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D € 338.184,00 IVA inclusa
biennale

per un importo complessivo biennale di € 319.158,66 IVA esclusa, pari ad € 389.373,56 IVA inclusa;

- 2) di nominare l'Ing. Pietro Barberini, quale RUP del contratto in full service per la fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche occorrenti alle esigenze dei Presidi Ospedalieri della ASL ROMA 1, per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni;
- 3) di nominare il Perito Industriale Sergio Salvucci, quale DEC del contratto in full service per la fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche occorrenti alle esigenze dei Presidi Ospedalieri della ASL ROMA 1;
- 4) di imputare l'importo annuo di € 113.567,29 IVA inclusa sul codice di costo n. 504020101 – Canone Noleggio Area Sanità - bilancio 2018, per il quale sarà assegnato successivamente il budget annuale;
- 5) di imputare l'importo annuo di € 194.686,78 IVA inclusa sul codice di costo n. 504020101 – Canone Noleggio Area Sanità - bilancio 2019, per il quale sarà assegnato successivamente il budget annuale;
- 6) di imputare l'importo annuo di € 81.119,50 IVA inclusa sul codice di costo n. 504020101 – Canone Noleggio Area Sanità - bilancio 2020, per il quale sarà assegnato successivamente il budget annuale;





- 7) di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Responsabile del procedimento

(Ing. Pietro Barberini)

Il Direttore

U.C.C. Ingegneria Clinica

(Ing. Pietro Barberini)

Il Direttore provvisorio

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

ASSENTE

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ

dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

LETTA

la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO

che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto : "Aggiudicazione definitiva di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del contratto full service per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche, occorrenti alle Camere Operatori dei Presidi Ospedalieri della ASL ROMA1. Lotti n. 2. Importo complessivo biennale € 319.158,66 IVA esclusa, pari ad € 389.373,56 IVA inclusa. Lotto 1 CIG: 7118111305; Lotto 2 CIG: 71181302B3. Decorrenza contratto 01/06/2018", e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:



- 1) di affidare alle Società di seguito specificate, a decorrere dal 01.06.2018, un contratto in full service per la fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche occorrenti ai Presidi Ospedalieri della ASL ROMA1, per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, , come da offerte economiche allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegati n. 7 e 8**):

➤ **OLYMPUS ITALIA S.r.l.**

Lotto 1: n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD € 51.189,56 IVA inclusa
biennale

➤ **ERNESTO INVERNIZZI S.p.A.**

Lotto 2: n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D € 338.184,00 IVA inclusa
biennale

per un importo complessivo biennale di € 319.158,66 IVA esclusa, pari ad € 389.373,56 IVA inclusa;


- 2) di nominare l'Ing. Pietro Barberini, quale RUP del contratto in full service per la fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche occorrenti alle esigenze dei Presidi Ospedalieri della ASL ROMA 1, per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni;
- 3) di nominare il Perito Industriale Sergio Salvucci, quale DEC del contratto in full service per la fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche occorrenti alle esigenze dei Presidi Ospedalieri della ASL ROMA 1;
- 4) di imputare l'importo annuo di € 113.567,29 IVA inclusa sul codice di costo n. 504020101 – Canone Noleggio Area Sanità - bilancio 2018, per il quale sarà assegnato successivamente il budget annuale;
- 5) di imputare l'importo annuo di € 194.686,78 IVA inclusa sul codice di costo n. 504020101 – Canone Noleggio Area Sanità - bilancio 2019, per il quale sarà assegnato successivamente il budget annuale;
- 6) di imputare l'importo annuo di € 81.119,50 IVA inclusa sul codice di costo n. 504020101 – Canone Noleggio Area Sanità - bilancio 2020, per il quale sarà assegnato successivamente il budget annuale;
- 7) di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Angelo Tanesi

Procedura aperta, ai sensi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un contratto *in full service* per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche, occorrenti alle Camere Operatorie dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma I. Lotti n. 2. Importo complessivo presunto € 336.000,00 IVA esclusa. CIG lotto 1: 711811305 CIG lotto 2: 71181302B3

VERBALE n. 1**Seduta del 17/11/2017**

L'anno 2017, il giorno 17 novembre, alle ore 9,15, presso l'U.O.C. Ingegneria Clinica – Pad. 90 bis S. Maria della Pietà – Via Eugenio Di Mattei, 72 - il RUP, Ing. Pietro Barberini, supportato dalla Segretaria della commissione Giudicatrice, Sig.ra Alessandra Carli e dalla Sig.ra Maria Pia Farallo, della U.O.C. Ingegneria Clinica, secondo quanto previsto delle linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Nomina ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni”, dà avvio all'espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un contratto *in full service* per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche, occorrenti alle Camere Operatorie dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma I. Lotti n. 2. Importo complessivo presunto € 336.000,00 IVA esclusa. CIG lotto 1: 7118111305 CIG lotto 2: 71181302B3, procedendo all'apertura delle offerte presentate.

Assistono alla seduta i rappresentanti delle sotto indicate società, come indicato nel foglio firme conservato agli atti di gara:

- B.BRAUN: Nicola Calzavara; M. Lucilla Isidori
- OLYMPUS ITALIA: Domenico Gloria
- ERNESTO INVERNIZZI: Vittorio Della Valle; Maria Letizia Bagalà

Si procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte secondo l'ordine di arrivo delle stesse, e dopo verifica che gli stessi contengono l'offerta tecnica e l'offerta economica, si procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa:

1) **B.BRAUN MILANO S.p.A.**

Lotto n. 1 - n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD

✓ Risulta mancante PASSOE. Si richiede presentazione dello stesso.

✓ Il certificato ISO risulta scaduto in data 16/09/2017. Si richiede rinnovo dello stesso

La restante documentazione risulta rispondente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto.


La Società è **AMMESSA CON RISERVA** .

2) **STRYKER ITALIA S.r.l. SU**

Lotto 1 – n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD

La documentazione amministrativa presentata risulta rispondente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La Società è **AMMESSA** alle successive fasi di gara.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are two smaller signatures, one of which is accompanied by the number '2'. The handwriting is in black ink on a white background.

3) **C.A.M. HOSPITAL S.r.l.**

Lotto I – n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD

✓ Nell'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2013/2014/2015), di cui alla dichiarazione amministrativa-Allegato I, manca l'indicazione delle forniture prestate nell'anno 2015. Si richiede dichiarazione integrativa di quanto sopra indicato.

La restante documentazione risulta rispondente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La Società è **AMMESSA CON RISERVA.**

4) **OLYMPUS ITALIA S.r.l.**

Lotto I – n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD

Lotto II – n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D

La documentazione amministrativa presentata risulta rispondente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La Società è **AMMESSA** alle successive fasi di gara.

5) **NOVAURA S.r.l.**

Lotto I – n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD

✓ Nel Capitolato Speciale di Appalto non risultano siglate le pagg. 27 e 28. Si richiede di inviare le pagine indicate regolarmente siglate e timbrate dal legale rappresentante per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni ivi contenute.

✓ Risulta mancante PASSOE. Si richiede presentazione dello stesso.

✓ Nell'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2013/2014/2015), di cui alla dichiarazione amministrativa-Allegato I, manca l'indicazione delle forniture prestate negli anni 2013 e 2015. Si richiede dichiarazione integrativa di quanto sopra indicato.

La restante documentazione risulta rispondente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La Società è **AMMESSA CON RISERVA.**

6) **ERNESTO INVERNIZZI S.p.A.**

Lotto I – n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD

Lotto II – n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D

La documentazione amministrativa presentata risulta rispondente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La Società è **AMMESSA** alle successive fasi di gara.

Conclusa l'apertura e la verifica della documentazione presentata dalle società partecipanti, il RUP comunica ai presenti che entro due giorni dalla data odierna sarà pubblicata sul sito aziendale l'ammissione/esclusione delle società partecipanti.

Si informa altresì che verrà pubblicato un ulteriore comunicato per l'ammissione definitiva delle società partecipanti alle successive fasi della procedura di gara.

Le buste sigillate contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche numerate da 1 a 6 vengono custodite nell'armadio blindato situato presso la U.O.C. Ingegneria Clinica – Pad. 90bis – S. Maria della Pietà. Nello stesso armadio vengono custodite anche le buste contenenti la documentazione amministrativa, aperte in data odierna.


Terminati i lavori, alle ore 10,30 è tolta la seduta.

Il presente verbale, composto di n. 4 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto:

Ing. Pietro Barberini - Responsabile Unico del Procedimento



Sig.ra Alessandra Carli - Segretaria Commissione giudicatrice





Sig.ra Maria Pia Farallo-Collab. Amm.vo U.O.C. Ingegneria Clinica



Commissione giudicatrice delle offerte relative alla procedura aperta, ai sensi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un contratto *in full service* per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche, occorrenti alle Camere Operatorie dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma 1. Lotti n. 2. Importo complessivo presunto € 336.000,00 IVA esclusa. CIG lotto 1: 7118111305 CIG lotto 2: 71181302B3

VERBALE n. 2**Seduta del 18/12/2017**

M



L'anno 2017, il giorno 18 dicembre, alle ore 9,15, presso l'U.O.C. Ingegneria Clinica – Pad. 90 bis S. Maria della Pietà – Via Eugenio Di Mattei, 72 – si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un contratto *in full service* per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche, occorrenti alle Camere Operatorie dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma I. Lotti n. 2. Importo complessivo presunto € 336.000,00 IVA esclusa.

Lotto I n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD - Importo complessivo biennale a base gara: € 56.000,00 IVA esclusa – CIG: 7118111305

Lotto II n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D – Importo complessivo biennale a base di gara: € 280.000,00 IVA esclusa – CIG: 71181302B3

La Commissione, nominata con deliberazione n. 983 del 30/10/2017, è così composta:

- | | | |
|--------------|-------------------------|---|
| ▪ Presidente | Ing. Annalisa Bononati | - Dirigente U.O.C. Ingegneria Clinica |
| ▪ Componente | Dott. Pietro Saccucci | - Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia S. Filippo Neri |
| ▪ Componente | Dott. Stefano Mancini | - Direttore f.f. U.O.C. Chirurgia Generale e Oncologica |
| ▪ Componente | Dott. Luca Lepre | - Dirigente Medico U.O.C. Chirurgia d'Urgenza |
| ▪ Componente | Dott. Marco Martini | - Dirigente Medico U.O.C. Urologia |
| ▪ Segretaria | Sig.ra Alessandra Carli | - Assistente Amministrativo U.O.C. Ingegneria Clinica |

Il Presidente, constatata la regolarità della composizione, dà inizio alla seduta.

La Commissione prende atto che a seguito dell'avvio della procedura da parte del RUP, Ing. Pietro Barberini, che ha proceduto in data 17/11/2017, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi contenenti le offerte pervenute, nonché alla verifica della documentazione contenuta nella busta amministrativa, il RUP stesso ha ammesso alla successiva fase di gara tutte le società partecipanti alla procedura di cui trattasi, che si elencano di seguito, come da comunicato pubblicato sul sito aziendale il 06/12/2017:

- 1) B. BRAUN MILANO S.p.A.
- 2) STRYKER ITALIA S.r.l. S.U.
- 3) C.A.M. HOSPITAL S.r.l.
- 4) OLYMPUS ITALIA S.r.l.
- 5) NOVAURA S.r.l.
- 6) ERNESTO INVERNIZZI S.p.A

La Commissione, inoltre, dà mandato alla Segretaria, Sig.ra Alessandra Carli, di predisporre il calendario delle prove dimostrative delle apparecchiature offerte dalle società partecipanti, così come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto (CSA), prevedendo la permanenza delle stesse per 5 giorni consecutivi presso ogni singolo presidio (P.O. San Filippo Neri e P.O. S. Spirito in Sassia), concordando che sarà cura dei componenti consentire l'utilizzazione delle apparecchiature da parte delle varie discipline interessate.

Alle ore 9,30, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata

Alle ore 9,35 la Commissione giudicatrice delle offerte si riunisce in seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche.

Assistono alla seduta i rappresentanti delle sotto indicate società, come indicato nel foglio firme conservato agli atti di gara:

- B.BRAUN: Nicola Calzavara
- OLYMPUS ITALIA: Domenico Gloria
- ERNESTO INVERNIZZI: Vittorio Della Valle

Si procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche secondo l'ordine di arrivo:

1) **B.BRAUN MILANO S.p.A.**

Lotto n. I - n. I colonna videolaparoscopica Full HD

La documentazione presentata risulta rispondente a quanto richiesto nel CSA.

La Società è **AMMESSA** alla fase di valutazione dell'offerta.

2) **STRYKER ITALIA S.r.l. SU**

Lotto I - n. I colonna videolaparoscopica Full HD

La documentazione presentata risulta rispondente a quanto richiesto nel CSA.

La Società è **AMMESSA** alla fase di valutazione dell'offerta.

3) **C.A.M. HOSPITAL S.r.l.**

Lotto I - n. I colonna videolaparoscopica Full HD

La documentazione presentata risulta rispondente a quanto richiesto nel CSA.

La Società è **AMMESSA** alla fase di valutazione dell'offerta.

4) **OLYMPUS ITALIA S.r.l.**

✓ Lotto I - n. I colonna videolaparoscopica Full HD

La documentazione presentata risulta rispondente a quanto richiesto nel CSA.

La Società è **AMMESSA** alla fase di valutazione dell'offerta.

✓ Lotto II - n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D

La documentazione presentata risulta rispondente a quanto richiesto nel CSA.

La Società è **AMMESSA** alla fase di valutazione dell'offerta.

3

5) **NOVAURA S.r.l.**

Lotto I – n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD

La documentazione presentata risulta rispondente a quanto richiesto nel CSA.

La Società è **AMMESSA** alla fase di valutazione dell'offerta.

6) **ERNESTO INVERNIZZI S.p.A.**

✓ Lotto I – n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD

La documentazione presentata risulta rispondente a quanto richiesto nel CSA.

La Società è **AMMESSA** alla fase di valutazione dell'offerta.

✓ Lotto II – n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D

La documentazione presentata risulta rispondente a quanto richiesto nel CSA.

La Società è **AMMESSA** alla fase di valutazione dell'offerta.


Conclusa l'apertura e la verifica della documentazione tecnica presentata dalle società partecipanti, il Presidente informa i presenti relativamente a quanto determinato in merito alle prove dimostrative. Sarà cura della Segreteria comunicare alle società il calendario delle prove dimostrative.


Le buste sigillate contenenti le offerte economiche numerate da 1 a 6 vengono custodite nell'armadio blindato situato presso la U.O.C. Ingegneria Clinica – Pad. 90bis – S. Maria della Pietà. Nello stesso armadio vengono custodite anche le buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecniche aperte in data odierna.


Terminati i lavori, alle ore 10,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta. La Commissione determina di aggiornarsi al 08/01/2018 e al 22/01/2018 per la valutazione in seduta riservata della documentazione tecnica.


Il presente verbale, composto di n. 4 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto:

- Presidente Ing. Annalisa Bononati
- Componente Dott. Pietro Saccucci
- Componente Dott. Stefano Mancini
- Componente Dott. Luca Lepre
- Componente Dott. Marco Martini
- Segretaria Sig.ra Alessandra Carli














Commissione giudicatrice delle offerte relative alla procedura aperta, ai sensi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un contratto *in full service* per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche, occorrenti alle Camere Operatorie dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma 1. Lotti n. 2. Importo complessivo presunto € 336.000,00 IVA esclusa. CIG lotto 1: 7118111305 CIG lotto 2: 71181302B3

VERBALE n. 3

Seduta del 08/01/2018



L'anno 2018, il giorno 8 gennaio alle ore 9,30, presso l'U.O.C. Ingegneria Clinica – Pad. 90 bis S. Maria della Pietà – Via Eugenio Di Mattei, 72 – si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un contratto *in full service* per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche, occorrenti alle Camere Operatorie dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma I. Lotti n. 2. Importo complessivo presunto € 336.000,00 IVA esclusa.

Lotto I n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD - Importo complessivo biennale a base gara: € 56.000,00 IVA esclusa – CIG: 7118111305

Lotto II n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D – Importo complessivo biennale a base di gara: € 280.000,00 IVA esclusa – CIG: 71181302B3

La Commissione, nominata con deliberazione n. 983 del 30/10/2017, è così composta:

- | | | |
|--------------|-------------------------|---|
| ▪ Presidente | Ing. Annalisa Bononati | - Dirigente U.O.C. Ingegneria Clinica |
| ▪ Componente | Dott. Pietro Saccucci | - Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia S. Filippo Neri |
| ▪ Componente | Dott. Stefano Mancini | - Direttore f.f. U.O.C. Chirurgia Generale e Oncologica |
| ▪ Componente | Dott. Luca Lepre | - Dirigente Medico U.O.C. Chirurgia d'Urgenza |
| ▪ Componente | Dott. Marco Martini | - Dirigente Medico U.O.C. Urologia |
| ▪ Segretaria | Sig.ra Alessandra Carli | - Assistente Amministrativo U.O.C. Ingegneria Clinica |

Il Presidente, constatata la regolarità della composizione, dà inizio alla seduta.


La Commissione, richiamati i contenuti del Verbale n. 2, dà inizio alla valutazione delle offerte tecniche pervenute per il Lotto I – n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD, in base ai criteri di cui all'art. 3 del CSA.

In particolare la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi relativi ai parametri di valutazione oggettivi/numerici riportati nell'Allegato B al Capitolato Speciale d'Appalto.

I punteggi attribuiti secondo i criteri di assegnazione stabiliti dall'Allegato B e relativamente alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature presentate dalle singole società partecipanti sono riepilogati nella tabella sottostante:

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are: a signature that looks like 'M', a signature that looks like 'L', a signature that looks like 'L', a signature that looks like 'P', a signature that looks like 'M', and a signature that looks like 'L'. There is also a small number '2' written near the bottom right.

	B. BRAUN	STRYKER	C.A.M. HOSPITAL	OLYMPUS	NOVAURA	INVERNIZZI
TELECAMERA DIGITALE						
V1: Numero dei chip in dotazione	2	2	0	2	0	2
V2: Dimensioni del chip (in ")	2	2	0	2	2	2
V3: Risoluzione della telecamera (specificare)	0	0	0	2	2	0
V4: Sterilizzabilità totale dei componenti	0	2	2	2	0	2
MONITOR E FONTE DI LUCE						
V8: Dimensione del monitor (in pollici) Punteggio massimo: 2	0	2	0,3	1,7	1,7	2
V9: Risoluzione del monitor (specificare)	0	2	0	2	2	0
V10: Velocità di risposta (in ms)	0	0,3	0	0,61	2	1,23
V11: Temperatura di colore della fonte di luce (in K)	2	0	2	0,61	2	1,23
UNITA' DI ELABORAZIONE ED ARCHIVIAZIONE						
V15: Capacità di archiviazione (in GB)	0	0,65	0	2	1,94	1,94



INSUFFLATORE						
V18: Parametri fisici di lavoro del dispositivo: Valori di pressione di insufflazione massima e del sistema di riscaldamento del gas, tipologie di insufflazione possibili, modalità di regolazione delle erogazione del flusso ed altro	0,75	0,75	0,7	3	0,75	0,75
CARRELLO ELETTRIFICATO						
V19: Caratteristiche dell'accessorio fornito (ergonomia, numero dei ripiani, sistemi di sicurezza presenti, ...)	0,5	0,5	0,5	2	0,5	0,5



La Commissione si riserva di proseguire la valutazione tecnica e di attribuire quindi i restanti punteggi previsti dall'Allegato B successivamente alla conclusione delle prove dimostrative delle apparecchiature offerte.


Le offerte tecniche, unitamente alle buste contenenti la documentazione amministrativa e alle buste sigillate contenenti le offerte economiche numerate da 1 a 6 vengono custodite nell'armadio blindato situato presso la U.O.C. Ingegneria Clinica – Pad. 90bis – S. Maria della Pietà.

Terminati i lavori, alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. La Commissione si aggiorna al 29/01/2018 in seduta riservata.


Il presente verbale, composto di n. 4 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto:

- Presidente Ing. Annalisa Bononati
- Componente Dott. Pietro Saccucci
- Componente Dott. Stefano Mancini
- Componente Dott. Luca Lepre
- Componente Dott. Marco Martini
- Segretaria Sig.ra Alessandra Carli




Commissione giudicatrice delle offerte relative alla procedura aperta, ai sensi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un contratto *in full service* per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche, occorrenti alle Camere Operatorie dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma I. Lotti n. 2. Importo complessivo presunto € 336.000,00 IVA esclusa. CIG lotto 1: 711811305 CIG lotto 2: 71181302B3

VERBALE n. 4**Seduta del 29/01/2018**The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster. The signatures are stylized and appear to be the names of the members of the commission mentioned in the text above. There are approximately six distinct signatures visible.

L'anno 2018, il giorno 29 gennaio alle ore 9,15, presso l'U.O.C. Ingegneria Clinica – Pad. 90 bis S. Maria della Pietà – Via Eugenio Di Mattei, 72 – si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un contratto *in full service* per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche, occorrenti alle Camere Operatorie dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma I. Lotti n. 2. Importo complessivo presunto € 336.000,00 IVA esclusa.

Lotto I n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD - Importo complessivo biennale a base gara: € 56.000,00 IVA esclusa – CIG: 7118111305

Lotto II n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D – Importo complessivo biennale a base di gara: € 280.000,00 IVA esclusa – CIG: 71181302B3

La Commissione, nominata con deliberazione n. 983 del 30/10/2017, è così composta:

- | | | |
|--------------|-------------------------|---|
| ▪ Presidente | Ing. Annalisa Bononati | - Dirigente U.O.C. Ingegneria Clinica |
| ▪ Componente | Dott. Pietro Saccucci | - Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia S. Filippo Neri |
| ▪ Componente | Dott. Stefano Mancini | - Direttore f.f. U.O.C. Chirurgia Generale e Oncologia |
| ▪ Componente | Dott. Luca Lepre | - Dirigente Medico U.O.C. Chirurgia d'Urgenza |
| ▪ Componente | Dott. Marco Martini | - Dirigente Medico U.O.C. Urologia |
| ▪ Segretaria | Sig.ra Alessandra Carli | - Assistente Amministrativo U.O.C. Ingegneria Clinica |

Il Presidente, constatata la regolarità della composizione, dà inizio alla seduta.

La Commissione dà inizio alla valutazione delle offerte tecniche pervenute per il Lotto II – n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D, in base ai criteri di cui all'art. 3 del CSA.

In particolare la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi relativi ai parametri di valutazione oggettivi/numerici riportati nell'Allegato B al Capitolato Speciale d'Appalto.

I punteggi attribuiti secondo i criteri di assegnazione stabiliti dall'Allegato B e relativamente alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature presentate dalle singole Società partecipanti sono riepilogati nella tabella sottostante:

Handwritten signatures of the commission members, including the President and the Secretary, in various styles and colors (black and blue ink).

	OLYMPUS	INVERNIZZI
TELECAMERA DIGITALE D2		
V1: Dimensioni del chip (in ")	2	2
V2: Risoluzione della telecamera (specificare)	2	2
V3: Sterilizzabilità totale dei componenti	1	1
V4: Qualità dello zoom ottico (specificare)	0,75	0,75
TELECAMERA DIGITALE D3		
V8: Dimensioni del chip (in ")	0	2
V9: Risoluzione della telecamera (specificare)	2	2
V10: Sterilizzabilità totale dei componenti	1	1
MONITOR E FONTE DI LUCE		
V14: Dimensione del monitor (in pollici)	0	2
V15: Risoluzione del monitor (specificare)	2	0
V16: Velocità di risposta (in ms)	0	2
V17: Temperatura di colore della fonte di luce (in K)	0	2
V18: Caratteristiche dei cavi in fibra ottica in dotazione (efficienza, lunghezza, ...)	2	1

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp, and several other initials and signatures on the right.

UNITA' DI ELABORAZIONE ED ARCHIVIAZIONE		
V20: Caratteristiche funzionali dei software di gestione, visualizzazione ed elaborazione delle immagini (specificare numero e funzionalità)	3	3
V21: Capacità di archiviazione (in GB)	2	2
V22: Trasferimento dati ed immagini (tipologie)	2	2
V23: Altre caratteristiche del sistema (specificare)	2	2
INSUFFLATORE		
V24: Parametri fisici di lavoro del dispositivo: Valori di pressione di insufflazione massima e del sistema di riscaldamento del gas, tipologie di insufflazione possibili, modalità di regolazione delle erogazione del flusso ed altro	2	1,5



La Commissione si riserva di proseguire la valutazione tecnica del Lotto II e di attribuire quindi i restanti punteggi previsti dall'Allegato B successivamente alla conclusione delle prove dimostrative delle apparecchiature offerte.


Le offerte tecniche, unitamente alle buste contenenti la documentazione amministrativa e alle buste sigillate contenenti le offerte economiche vengono custodite nell'armadio blindato situato presso la U.O.C. Ingegneria Clinica – Pad. 90bis – S. Maria della Pietà.

Terminati i lavori, alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. La Commissione si aggiorna al 15/02/2018 in seduta riservata.

Il presente verbale, composto di n. 4 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto:

- Presidente Ing. Annalisa Bononati
- Componente Dott. Pietro Saccucci
- Componente Dott. Stefano Mancini
- Componente Dott. Luca Lepre
- Componente Dott. Marco Martini
- Segretaria Sig.ra Alessandra Carli


Commissione giudicatrice delle offerte relative alla procedura aperta, ai sensi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un contratto *in full service* per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche, occorrenti alle Camere Operatorie dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma I. Lotti n. 2. Importo complessivo presunto € 336.000,00 IVA esclusa. CIG lotto 1: 7118111305 CIG lotto 2: 71181302B3


VERBALE n. 5

Seduta del 15/02/2018

m



r



L'anno 2018, il giorno 15 febbraio alle ore 10,30, presso l'U.O.C. Ingegneria Clinica – Pad. 90 bis S. Maria della Pietà – Via Eugenio Di Mattei, 72 – si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un contratto *in full service* per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche, occorrenti alle Camere Operatorie dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma I. Lotti n. 2. Importo complessivo presunto € 336.000,00 IVA esclusa.

Lotto I n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD - Importo complessivo biennale a base gara: € 56.000,00 IVA esclusa – CIG: 7118111305

Lotto II n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D – Importo complessivo biennale a base di gara: € 280.000,00 IVA esclusa – CIG: 71181302B3

La Commissione, nominata con deliberazione n. 983 del 30/10/2017, è così composta:

- Presidente Ing. Annalisa Bononati - Dirigente U.O.C. Ingegneria Clinica
- Componente Dott. Pietro Saccucci - Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia S. Filippo Neri
- Componente Dott. Stefano Mancini - Direttore f.f. U.O.C. Chirurgia Generale e Oncologica
- Componente Dott. Luca Lepre - Dirigente Medico U.O.C. Chirurgia d'Urgenza
- Componente Dott. Marco Martini - Dirigente Medico U.O.C. Urologia
- Segretaria Sig.ra Alessandra Carli - Assistente Amministrativo U.O.C. Ingegneria Clinica

Il Presidente, constatata la regolarità della composizione, dà inizio alla seduta.

La Commissione, richiamando i contenuti del verbale n. 3 e del verbale n. 4, procede con la valutazione tecnica del Lotto I e del Lotto II, anche alla luce dell'esito delle prove dimostrative delle apparecchiature offerte, tenutesi presso i BB.OO. dei P.O. San Filippo Neri e S.Spirito, come da disposizioni della Commissione stessa.

In particolare per il Lotto I, a seguito della conclusione della valutazione tecnica delle apparecchiature offerte, la Commissione procede ad attribuire i punteggi dei parametri di valutazione complementari a quelli assegnati come da Verbale n. 3, come di seguito indicato:

	B. BRAUN	STRYKER	C.A.M. HOSPITAL	OLYMPUS	NOVAURA	INVERNIZZI
TELECAMERA DIGITALE						
V5: Qualità dello zoom ottico (specificare)	0,5	0,5	0,5	2	0,5	0,5

(Handwritten signatures and initials are present below the table)

V6: Caratteristiche funzionali della testina (specificare)	0,75	0,75	0,75	3	1,5	0,75
V7: Altre caratteristiche migliorative del sistema (specificare)	0	0	0	5	2	1
MONITOR E FONTE DI LUCE						
V12: Caratteristiche dei cavi in fibra ottica in dotazione (efficienza, lunghezza, ...)	1,5	2	1	2	2	1,5
V13: Altre caratteristiche tecniche migliorative	1	2	0	4	3	3
UNITA' DI ELABORAZIONE ED ARCHIVIAZIONE						
V14: Caratteristiche funzionali dei software di gestione, visualizzazione ed elaborazione delle immagini (specificare numero e funzionalità)	1,25	2,5	1,25	5	1,25	1,25
V16: Trasferimento dati ed immagini (tipologie)	0,5	2	0,5	2	0,5	1
V17: Altre caratteristiche del sistema	1	1	1	4	1	1

Di seguito vengono indicati le motivazioni a supporto dei punteggi assegnati:

- V5: Lo zoom offerto dall'apparecchiatura Olympus è uno zoom digitale a 5 livelli, migliorativo rispetto allo zoom presente nelle altre apparecchiature (Olympus ottimo, B.Braun discreto, Stryker discreto, C.A.M. Hospital discreto, Novaura discreto, Invernizzi discreto).
- V6: La testina della telecamera offerta dalla Società Olympus risulta maggiormente ergonomica e rispondente alle esigenze degli utilizzatori (Olympus ottimo). Dal punto vista dell'ergonomia e della funzionalità la testina della telecamera offerta da Novaura è stata valutata come buona, mentre a tutte le altre è stato attribuito una valutazione discreta.
- V7: In funzione del numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti, la Commissione ha giudicato le caratteristiche possedute dall'apparecchiatura offerta dalla Società Olympus pienamente rispondenti alle esigenze degli utilizzatori rispetto alle altre apparecchiature offerte. Mentre, le caratteristiche offerte come migliorative per i sistemi delle Società B.Braun, Stryker e C.A.M. Hospital non risultano clinicamente utili e confacenti alle esigenze del personale utilizzatore.

- VI2: I cavi in fibra ottica in dotazione alle apparecchiature offerte dalle Società Styker, Olympus e Novaura in termini di lunghezza e caratteristiche di isolamento risultano migliori rispetto a quelli in dotazione alle altre apparecchiature (Styker, Olympus e Novaura ottimo, B.Braun e Invernizzi distinto e C.A.M. Hospital buono).
- VI3: In funzione del numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti, la Commissione ha giudicato le caratteristiche possedute dall'apparecchiatura offerta dalla Società Olympus pienamente rispondenti alle esigenze degli utilizzatori rispetto alle altre apparecchiature offerte: in particolare il tool diagnostico NBI risulta una caratteristica importante dal punto di vista clinico. A seguire le apparecchiature offerte dalle Società Novaura (monitor e fonte di luce 4k) e Invernizzi (doppia fonte di luce con teleologia ICG).
- VI4: In merito alle caratteristiche funzionali dei software di gestione, visualizzazione ed elaborazione delle immagini, la Commissione attribuisce all'apparecchiatura Olympus il giudizio di ottimo, all'apparecchiatura Stryker il giudizio di buono e il giudizio di discreto alle altre apparecchiature.
- VI6: in merito alle tipologie e modalità di trasferimento di dati e immagini, la Commissione valuta come ottime le apparecchiature Stryker e Olympus, come buona l'apparecchiatura Invernizzi e discrete le altre.
- VI7: In funzione del numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti, la Commissione ha giudicato le caratteristiche possedute dall'apparecchiatura offerta dalla Società Olympus pienamente rispondenti alle esigenze degli utilizzatori rispetto alle altre apparecchiature offerte: la possibilità di poter gestire tutte le funzioni dell'apparecchiature tramite un touch-screen inseribile su un braccio laterale della colonna consente agli utilizzatori una maggiore ergonomia e massima semplicità di utilizzo.

La Commissione procede pertanto complessivamente all'assegnazione dei punteggi inerenti ai parametri qualitativi ed alle caratteristiche tecniche possedute dalle apparecchiature per il Lotto I, secondo i criteri riportati nell'Allegato B al Capitolato Speciale d'Appalto, come di seguito riportato:

	B. BRAUN	STRYKER	C.A.M. HOSPITAL	OLYMPUS	NOVAURA	INVERNIZZI
TELECAMERA DIGITALE						
V1: Numero dei chip in dotazione	2	2	0	2	0	2
V2: Dimensioni del chip (in ")	2	2	0	2	2	2
V3: Risoluzione della telecamera (specificare)	0	0	0	2	2	0

V4: Sterilizzabilità totale dei componenti	0	2	2	2	0	2
V5: Qualità dello zoom ottico (specificare)	0,5	0,5	0,5	2	0,5	0,5
V6: Caratteristiche funzionali della testina (specificare)	0,75	0,75	0,75	3	1,5	0,75
V7: Altre caratteristiche migliorative del sistema (specificare)	0	0	0	5	2	1
MONITOR E FONTE DI LUCE						
V8: Dimensione del monitor (in pollici) Punteggio massimo: 2	0	2	0,3	1,7	1,7	2
V9: Risoluzione del monitor (specificare)	0	2	0	2	2	0
V10: Velocità di risposta (in ms)	0	0,3	0	0,61	2	1,23
V11: Temperatura di colore della fonte di luce (in K)	2	0	2	0,61	2	1,23
V12: Caratteristiche dei cavi in fibra ottica in dotazione (efficienza, lunghezza, ...)	1,5	2	1	2	2	1,5
V13: Altre caratteristiche tecniche migliorative	1	2	0	4	3	3
UNITA' DI ELABORAZIONE ED ARCHIVIAZIONE						
V14: Caratteristiche funzionali dei software di gestione, visualizzazione ed elaborazione delle immagini (specificare numero e funzionalità)	1,25	2,5	1,25	5	1,25	1,25
V15: Capacità di archiviazione (in GB)	0	0,65	0	2	1,94	1,94
V16: Trasferimento dati ed immagini (tipologie)	0,5	2	0,5	2	0,5	1

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

V17: Altre caratteristiche del sistema	1	1	1	4	1	1
INSUFFLATORE						
V18: Parametri fisici di lavoro del dispositivo: Valori di pressione di insufflazione massima e del sistema di riscaldamento del gas, tipologie di insufflazione possibili, modalità di regolazione delle erogazione del flusso ed altro	0,75	0,75	0,75	3	0,75	0,75
CARRELLO ELETTRIFICATO						
V19: Caratteristiche dell'accessorio fornito (ergonomia, numero dei ripiani, sistemi di sicurezza presenti, ...)	0,5	0,5	0,5	2	0,5	0,5
TOTALE: punteggio massimo punti 50	13,75	22,95	10,50	46,92	26,64	23,65

Sempre relativamente al Lotto I, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi relativi ai corsi di formazione ed in base alle relazioni presentate dalle singole Società partecipanti, la Commissione reputa il corso di formazione presentato dalla Società Olympus qualitativamente superiore rispetto agli altri, sia in termini di argomenti trattati che in termini di durata. A seguire Novaura, Stryker, Ernesto Invernizzi e B.Braun e C.A.M Hospital, ritenuto appena sufficiente.

La Commissione prende, inoltre, atto della relazione presentata dagli operatori sanitari che hanno testato le varie apparecchiature a seguito delle prove dimostrative effettuate presso i BB.OO. dei P.O. San Filippo Neri e S.Spirito (**Allegato I**) e procede all'attribuzione dei seguenti punteggi:

	B.BRAUN MILANO SPA -	STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	C.A.M. HOSPITAL SRL	OLYMPUS ITALIA SRL	NOVAURA S.r.l.	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.
Vv1: Sistema di visualizzazione, capacità di rilevare dettagli anatomici con elevato contrasto. Efficacia del sistema nelle procedure chirurgiche mininvasive	0,5	3	0,5	4	3	0,5

M

6.

Vv2: Ergonomia del sistema in termini di posizionabilità in sala operatoria (dimensioni, ingombro, facilità ed intuitività di utilizzo ed altro) -	0,5	2	0,5	4	3	0,5
Vv3: Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa	0	2	0	4	3	1
TOT.	1	7	1	12	9	2

La Commissione procede successivamente all'attribuzione dei punteggi relativi al piano di assistenza tecnica presentato dalle Società partecipanti per il Lotto I, come da Capitolato Speciale d'Appalto e riepilogando nella seguente tabella i singoli punteggi:

DITTA	B.BRAUN MILANO SPA -	STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	C.A.M. HOSPITAL SRL	OLYMPUS ITALIA SRL	NOVAURA S.r.l.	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.
Servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita: 10/35 così suddivisi:						
TEMPI FORNITURA APPARECCHIATURA SOSTITUTIVA Punteggio massimo: 4 punti	3,55	3,55	0	2,66	3,55	4
TEMPO DI INTERVENTO Punteggio massimo: 2 punti	0	0,67	0	1,33	0	2
TEMPI DI RISOLUZIONE DEL GUASTO Punteggio massimo: 2 punti	1,78	0	0	1,33	1,78	2
GIORNI DI FERMO MACCHINA Punteggio massimo: 2 punti	1,89	1,89	0	1,68	1,68	2
TOTALE	7,22	6,11	0,00	7,00	7,01	10,00

Nella tabella riepilogativa **Allegato 2** sono riportati i punteggi qualitativi e di assistenza tecnica relativi al Lotto I.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials 'AB' and '7' on the right.

Terminata la valutazione del Lotto I, la Commissione procede con la valutazione tecnica del Lotto II. In particolare, la Commissione procede ad attribuire i punteggi dei parametri di valutazione complementari a quelli assegnati come da Verbale n. 4, come di seguito indicato:

	OLYMPUS	INVERNIZZI
TELECAMERA DIGITALE D2		
V5: Caratteristiche funzionali della testina (specificare)	1	2
V6: Altre caratteristiche migliorative del sistema (specificare)	0	3
TELECAMERA DIGITALE D3		
V7: Caratteristiche tecnico-funzionali del laparoscopio 3D (specificare le migliorative rispetto ai requisiti minimi)	3	2,25
V11: Qualità dello zoom ottico (specificare)	1	1
V12: Caratteristiche funzionali della testina (specificare)	1	2
V13: Altre caratteristiche migliorative del sistema (specificare)	2	2
MONITOR E FONTE DI LUCE		
V19: Altre caratteristiche tecniche migliorative	2	3
CARRELLO ELETTRIFICATO		
V25: Caratteristiche dell'accessorio fornito (ergonomia, numero dei ripiani, sistemi di sicurezza presenti, ...)	1	2

Di seguito vengono indicati le motivazioni a supporto dei punteggi assegnati:

V5: La testina della telecamera 2D presentata dalla Società Invernizzi risulta qualitativamente superiore rispetto a quella della telecamera 2D della Società Olympus in quanto maggiormente ergonomica e funzionale, rispetto alle esigenze degli utilizzatori. La Commissione attribuisce il giudizio di ottimo alla testina 2D Invernizzi e buono alla testina 2D Olympus.

V6: In merito alle caratteristiche migliorative del sistema è stato attribuito il massimo punteggio alla sistema offerto dalla Società Invernizzi in quanto include in offerta due ottiche a 0° ed a 30° per la testina 2D, oltre a quelle offerte per la testina 3D: operativamente questo rappresenta una miglioria significativa in quanto è possibile effettuare interventi consecutivi utilizzando alternativamente 2D e 3D senza dover necessariamente attendere i tempi di sterilizzazione tra un intervento ed un altro. Inoltre il sistema offerto dalla Società Invernizzi è dotato di tecnologia innovativa ICG, necessaria per la visualizzazione della perfusione di tessuti ed organi. Per quanto riguarda, invece, il sistema testina + telecamera 2D offerto dalla Società Olympus le migliorie offerte non risultano utili e significative ai fini delle applicazioni cliniche.

V7: il laparoscopio 3D offerto dalla Società Olympus viene ritenuto qualitativamente leggermente superiore rispetto a quello offerto dalla Società Invernizzi in quanto è in grado di ruotare di 360° all'interno del canale operativo e questo a livello clinica risulta essere una facilitazione per gli operatori. La Commissione attribuisce il giudizio di ottimo al laparoscopio 3D Olympus e distinto al laparoscopio Storz.

V11: In merito alla qualità dello zoom ottico non sono state rilevate differenze significative sui sistemi offerti.

V12: La testina della telecamera 3D presentata dalla Società Invernizzi risulta qualitativamente superiore rispetto a quella della telecamera 3D della Società Olympus in quanto maggiormente ergonomica e funzionale, rispetto alle esigenze degli utilizzatori. Inoltre nel passaggio da 3D a 2D è stato praticamente testato che la risoluzione e la nitidezza dell'immagine risulta migliore nel sistema offerto dalla Società Invernizzi. La Commissione attribuisce il giudizio di ottimo alla testina 2D Invernizzi e buono alla testina 2D Olympus.

V13: In merito alle caratteristiche migliorative del sistema testina + laparoscopio 3D la Commissione non rileva differenze significative tra i due sistemi offerti.

V19: In merito alle caratteristiche migliorative del sistema monitor e fonte di luce la Commissione attribuisce il massimo punteggio alla Società Invernizzi in quanto offre la fonte di luce con tecnologia ICG.

V25: In merito alle caratteristiche del carrello elettrificato, la Commissione giudica come ottimo il sistema offerto dalla Società Invernizzi in quanto maggiormente ergonomico e maneggevole.

La Commissione procede pertanto complessivamente all'assegnazione dei punteggi inerenti ai parametri qualitativi ed alle caratteristiche tecniche possedute dalle apparecchiature per il Lotto II, secondo i criteri riportati nell'Allegato B al Capitolato Speciale d'Appalto, come di seguito riportato:

	OLYMPUS	INVERNIZZI
TELECAMERA DIGITALE D2		
V1: Dimensioni del chip (in ")	2	2

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials on the right.

V2: Risoluzione della telecamera (specificare)	2	2
V3: Sterilizzabilità totale dei componenti	1	1
V4: Qualità dello zoom ottico (specificare)	0,75	0,75
V5: Caratteristiche funzionali della testina (specificare)	1	2
V6: Altre caratteristiche migliorative del sistema (specificare)	0	3
TELECAMERA DIGITALE D3		
V7: Caratteristiche tecnico-funzionali del laparoscopio 3D (specificare le migliorative rispetto ai requisiti minimi)	3	2,25
V8: Dimensioni del chip (in ")	0	2
V9: Risoluzione della telecamera (specificare)	2	2
V10: Sterilizzabilità totale dei componenti	1	1
V11: Qualità dello zoom ottico (specificare)	1	1
V12: Caratteristiche funzionali della testina (specificare)	1	2
V13: Altre caratteristiche migliorative del sistema (specificare)	2	2
MONITOR E FONTE DI LUCE		
V14: Dimensione del monitor (in pollici)	0	2
V15: Risoluzione del monitor (specificare)	2	0
V16: Velocità di risposta (in ms)	0	2
V17: Temperatura di colore della fonte di luce (in K)	0	2
V18: Caratteristiche dei cavi in fibra ottica in dotazione (efficienza, lunghezza, ...)	2	1

V19: Altre caratteristiche tecniche migliorative	2	3
UNITA' DI ELABORAZIONE ED ARCHIVIAZIONE		
V20: Caratteristiche funzionali dei software di gestione, visualizzazione ed elaborazione delle immagini (specificare numero e funzionalità)	3	3
V21: Capacità di archiviazione (in GB)	2	2
V22: Trasferimento dati ed immagini (tipologie)	2	2
V23: Altre caratteristiche del sistema (specificare)	2	2
INSUFFLATORE		
V24: Parametri fisici di lavoro del dispositivo: Valori di pressione di insufflazione massima e del sistema di riscaldamento del gas, tipologie di insufflazione possibili, modalità di regolazione delle erogazione del flusso ed altro	2	1,5
CARRELLO ELETRIFICATO		
V25: Caratteristiche dell'accessorio fornito (ergonomia, numero dei ripiani, sistemi di sicurezza presenti, ...)	1	2
TOTALE: punteggio massimo punti 50	34,75	45,5

Sempre relativamente al Lotto II, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi relativi ai corsi di formazione ed in base alle relazioni presentate dalle due Società partecipanti, la Commissione reputa il corso di formazione presentato dalla Società Invernizzi qualitativamente superiore rispetto al programma formativo della Società Olympus, sia in termini di argomenti trattati che in termini di durata.


La Commissione prende, inoltre, atto della relazione presentata dagli operatori sanitari che hanno testato le varie apparecchiature a seguito delle prove dimostrative effettuate presso i BB.OO. dei P.O. San Filippo Neri e S.Spirito (**Allegato 3**) e procede all'attribuzione dei seguenti punteggi:

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

	OLYMPUS ITALIA SRL	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.
Vv1: Sistema di visualizzazione, capacità di rilevare dettagli anatomici con elevato contrasto. Efficacia del sistema nelle procedure chirurgiche mininvasive	1,5	4
Vv2: Ergonomia del sistema in termini di posizionabilità in sala operatoria (dimensioni, ingombro, facilità ed intuitività di utilizzo ed altro)	2	4
Vv3: Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa	1,5	4
TOT.	5	12

La Commissione procede successivamente all'attribuzione dei punteggi relativi al piano di assistenza tecnica presentato dalle Società partecipanti per il Lotto II, come da Capitolato Speciale d'Appalto e riepilogando nella seguente tabella i singoli punteggi:

		OLYMPUS ITALIA SRL	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.
Tempi fornitura apparecchiatura sostitutiva Punteggio massimo: 4 punti	$P_G = 4 \cdot \frac{NGi}{NGm}$	2,67	4
Tempo di intervento Punteggio massimo: 2 punti	$P_G = 2 \cdot \frac{Nhi}{Nhm}$	1,81	2
Tempi di risoluzione del guasto Punteggio massimo: 2 punti	$P_G = 2 \cdot \frac{Nhi}{Nhm}$	1,33	2
Giorni di fermo macchina Punteggio massimo: 2 punti	$P_G = 2 \cdot \frac{NGi}{NGm}$	1,68	2
Corso di formazione: Punteggio massimo: 3 punti	$P_F = 3 \cdot P_{Fi}$	1	3
TOTALE		8,49	13





Nella tabella riepilogativa **Allegato 4** sono riportati i punteggi qualitativi e di assistenza tecnica relativi al Lotto II.

Terminati i lavori, alle ore 12,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. La Commissione si aggiorna al 21/02/2018 in seduta pubblica per la lettura dei punteggi tecnici e l'apertura delle offerte economiche.


Il presente verbale, composto di n. 13 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto:


- Presidente Ing. Annalisa Bononati
- Componente Dott. Pietro Saccucci
- Componente Dott. Stefano Mancini
- Componente Dott. Luca Lepre
- Componente Dott. Marco Martini
- Segretaria Sig.ra Alessandra Carli














RELAZIONE SULLE PROVE TECNICHE DELLE COLONNE LAPAROSCOPICHE -LOTTO I

Le prove in sala operatoria relative al Lotto 1 (full HD), sono state eseguite testando le colonne laparoscopiche nella configurazione proposta in capitolato; le Ditte Olympus e Novaura hanno presentato come offerta migliorativa la fornitura di un sistema integrato 4K per acquisizione e registrazione delle immagini (Olympus con un sistema proprio, Novaura commercializzando un prodotto Xion); le altre Ditte hanno presentato, come da capitolato, un sistema Full HD, alcune con inserimento di un monitor 4k ma con telecamera standard.

Nel valutare la telecamera, è stata riscontrata una netta superiorità della Olympus, per quanto riguarda la qualità dello zoom ottico, le migliori caratteristiche funzionali della testina per semplicità di comandi ed ergonomia. Queste caratteristiche, oltre alla possibilità di utilizzare anche ottiche non 4K, la rendono superiore alle altre, seguita dalla Novaura e Invernizzi.

L'offerta del sistema 4K ha influenzato anche la prova di visione del monitor, con una superiorità netta anche in questo campo della Olympus, che ha offerto una visione più nitida e chiara rispetto agli altri monitor testati, in particolare rispetto al diretto competitor Novaura. Va segnalato che la ditta Invernizzi ha offerto una doppia fonte di luce separata, invece di una fonte con due lampade. Per quanto riguarda il sistema di archiviazione e gestione delle immagini, con possibilità di archivarle in vari formati e di riversarle negli idonei vari formati nel PACS aziendale, è stato valutato come superiore il sistema Olympus, seguito da Stryker, Invernizzi e Novaura.

Per l'apparato di insufflazione è risultato superiore quello offerto da Olympus, non solo per la varietà delle possibilità di insufflazione, ma soprattutto per la presenza di un sistema integrato per l'aspirazione dei fumi, utilissimo negli interventi di lunga durata.

Infine, per quanto attiene il carrello di supporto, è stata ritenuta migliore la proposta di Olympus, relativamente alla offerta di un braccio mobile di supporto al monitor, che permettere di allineare il monitor stesso agli occhi dell'operatore disassiandolo dalla colonna, che viene ad essere spostata di lato con minore ingombro.

Pertanto, al termine delle prove in sala, è stata ritenuta superiore la colonna Olympus, seguita da Novaura, (entrambe offrono una tecnologia 4K), Stryker (monitor 4k), Invernizzi, B. Braun e C.A.M. Hospital.

[Handwritten signatures and initials]

ASL Roma I
Borgo S. Spirito, 3
00193 Roma

t. +39.06.68352501
www.aslroma1.it
p.iva 13664791004

UOC Ingegneria Clinica
Direttore: Ing. Pietro Barberini
Tel. 06/33062701
e-mail: pietro.barberini@aslroma1.it

Via Eugenio Di Mattei, 72
00135 Roma
Tel.: 06/33062701
e-mail: ingegneriaclinica@aslroma1.it

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Lotto n. 1 : n. 1 colonna videolaparoscopia Full HD - CIG: 7118111305. Importo € 56.000,00 IVA esclusa.

Punteggio Qualità: 65/100

DITTA	B.BRAUN MILANO SPA -	STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	C.A.M. HOSPITAL SRL	OLYMPUS ITALIA SRL	NOVAURA S.r.l.	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.
COSTRUTTORE	AESCULAP AG - TUTTLINGEN IKEGAMI TSUSHINKI CO.LTD - SCHOLLY FIBEROPTIC LTD GmbH	STRYKER ENDOSCOPY ad eccezione del Carrello ITD il cui Costruttore è ITD GmbH e del Monitor 32" 4K SURGICAL DISPLAY il cui Costruttore è ADVAN INT'L CORP.	SOPRO COMEG (TVCAMERA, FONTI LUCE, INSUFFLATORE); SONY (MONITOR); TEAC (UNITA' DI ELABORAZIONE ED ARCHIVIAZIONE); C.A.M. HOSPITAL SRL (CARRELLO ELETRIFICATO)	VEDI SCHEDE TECNICHE ALLEGATE	XION	KARL STORZ GmbH & Co. Kg
MODELLO	COLONNA LAPAROSCOPICA 3D	COLONNA PER VIDEOLAPAROSCOPIA così composta: Telecamera 1588; Monitor 32" 4K; Fonte Luce L10; Unità di elaborazione ed archiviazione immagini SDC3; Insufflatore Pneumature; Carrello ITD	SYMBIOZ CAM+, MONITOR LMD2735-MD, SYMBIOZ LED+UBILED, SISTEMA UR- 4MD, SYMBIOZ FLOW, ZEUS	VEDI SCHEDE TECNICHE ALLEGATE	Matrix P SPECTAR	Colonna per video- laparoscopia Full HD (IMAGE 1 S)
QUALITA' Punteggio massimo: 50 punti	13,75	22,95	10,50	46,92	26,64	23,65
FORMAZIONE Punteggio massimo: 3 punti	0,5	1	0	3	2	0,5
PROVA DIMOSTRATIVA Punteggio massimo: 12 punti	1	7	1	12	9	2
TOTALE	15,25	30,95	11,50	61,92	37,64	26,15
Servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita: 10/35 così suddivisi:						
TEMPI FORNITURA APPARECCHIATURA SOSTITUTIVA Punteggio massimo: 4 punti	3,55	3,55	0	2,66	3,55	4
TEMPO DI INTERVENTO Punteggio massimo: 2 punti	0	0,67	0	1,33	0	2
TEMPI DI RISOLUZIONE DEL GUASTO Punteggio massimo: 2 punti	1,78	0	0	1,33	1,78	2
GIORNI DI FERMO MACCHINA Punteggio massimo: 2 punti	1,89	1,89	0	1,68	1,68	2
TOTALE	7,22	6,11	0,00	7,00	7,01	10,00
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'	22,47	37,06	11,50	68,92	44,65	36,15

ALL.2
P

RELAZIONE SULLE PROVE TECNICHE DELLE COLONNE LAPAROSCOPICHE -LOTTO II

La qualità delle immagini ottenute attraverso il video laparoscopio 3D Storz appare dotata di maggiore nitidezza già in partenza, pertanto non è necessario procedere ad ulteriori regolazioni per migliorare la definizione delle immagini, il che consente una più facile distinzione dei dettagli anatomici e un più rapido adattamento alla visione tridimensionale.

D'altro canto il sistema 3D Olympus, nonostante la gamma di regolazioni disponibili, non ha raggiunto una precisione ed una definizione dei dettagli comparabile al sistema Storz, nonostante le numerose regolazioni effettuate durante la prova dimostrativa.

Per quanto riguarda l'impiego della testina 2D i due sistemi offerti risultano qualitativamente comparabili.

Per la specialità urologica, inoltre, la valutazione della telecamera pendula full-HD per uso endourologico Storz ha mostrato una netta superiorità in termini qualitativi rispetto alla omologa Olympus.

Complessivamente, pertanto, durante le prove dimostrative l'apparecchiatura offerta dalla Società Ernesto Invernizzi è risultata qualitativamente superiore rispetto all'apparecchiatura offerta dalla Società Olympus.

Handwritten signatures:
 1. Invernizzi
 2. Barberini
 3. [unclear]
 4. [unclear]



f

Lotto n. 11 : n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D . CIG. 71181302B3.
 Importo € 280.000,00 IVA esclusa.
 Punteggio Qualità: 65/100

DITTA	OLYMPUS ITALIA SRL	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.
CONSTRUTTORE	VEDI SCHEDE TECNICHE ALLEGATE	KARL STORZ GmbH & Co. Kg
MODELLO	VEDI SCHEDE TECNICHE ALLEGATE	Colonna per video-laparoscopia Full HD (IMAGE 1 S)
QUALITA' Punteggio massimo: 50 punti	34,75	45,5
FORMAZIONE Punteggio massimo: 3 punti	1	3
PROVA DIMOSTRATIVA Punteggio massimo: 12 punti	5	12
TOTALE	40,75	60,5
Servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita: 10/35 così suddivisi:		
TEMPI FORNITURA APPARECCHIATURA SOSTITUTIVA. Punteggio massimo: 4 punti	2,67	4
TEMPO DI INTERVENTO Punteggio massimo: 2 punti	1,81	2
TEMPI DI RISOLUZIONE DEL GUASTO Punteggio massimo: 2 punti	1,33	2
GIORNI DI FERMO MACCHINA Punteggio massimo: 2 punti	1,68	2
TOTALE	7,49	10
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'	48,24	70,5

Handwritten signatures and initials: "Uer", "AB", and other illegible marks.

Handwritten signature.

Handwritten mark.

Commissione giudicatrice delle offerte relative alla procedura aperta, ai sensi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un contratto *in full service* per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche, occorrenti alle Camere Operatorie dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma 1. Lotti n. 2. Importo complessivo presunto € 336.000,00 IVA esclusa. CIG lotto 1: 7118111305 CIG lotto 2: 71181302B3

VERBALE n. 6**Seduta del 21/02/2018**

L'anno 2018, il giorno 21 febbraio, alle ore 8,40, presso l'U.O.C. Ingegneria Clinica – Pad. 90 bis S. Maria della Pietà – Via Eugenio Di Mattei, 72 – si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un contratto *in full service* per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, di una fornitura di n. 6 colonne videolaparoscopiche, occorrenti alle Camere Operatorie dei Presidi Ospedalieri della Asl Roma I. Lotti n. 2. Importo complessivo presunto € 336.000,00 IVA esclusa.

Lotto I n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD - Importo complessivo biennale a base gara: € 56.000,00 IVA esclusa – CIG: 7118111305

Lotto II n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D – Importo complessivo biennale a base di gara: € 280.000,00 IVA esclusa – CIG: 71181302B3

La Commissione, nominata con deliberazione n. 983 del 30/10/2017, è così composta:

- | | | |
|--------------|-------------------------|---|
| ▪ Presidente | Ing. Annalisa Bononati | - Dirigente U.O.C. Ingegneria Clinica |
| ▪ Componente | Dott. Pietro Saccucci | - Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia S. Filippo Neri |
| ▪ Componente | Dott. Stefano Mancini | - Direttore f.f. U.O.C. Chirurgia Generale e Oncologica |
| ▪ Componente | Dott. Luca Lepre | - Dirigente Medico U.O.C. Chirurgia d'Urgenza |
| ▪ Componente | Dott. Marco Martini | - Dirigente Medico U.O.C. Urologia |
| ▪ Segretaria | Sig.ra Alessandra Carli | - Assistente Amministrativo U.O.C. Ingegneria Clinica |

Il Presidente, constatata la regolarità della composizione, dà inizio alla seduta.

La Commissione procede alla verifica definitiva dell'assegnazione dei punteggi, come già riportati nei verbali n. 3 del 08/01/2018, n. 4 del 29/01/2018 e n. 5 del 15/02/2018 relativi alla valutazione tecnica delle apparecchiature presentate.

Alle ore 9,10, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Alle ore 9,15 la Commissione giudicatrice delle offerte si riunisce in seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche.

Assistono alla seduta i rappresentanti delle sotto indicate società, come indicato nel foglio firme conservato agli atti di gara:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ➤ B.BRAUN: | Isidori Maria Lucilla |
| ➤ STRYKER ITALIA | Francesco Salvini |
| | Luigi Marino |
| ➤ OLYMPUS ITALIA: | Domenico Gloria |
| | Andrea Tantalò |
| ➤ NOVAURA S.r.l. | Mariangela Di Paola |
| ➤ ERNESTO INVERNIZZI: | Maria Letizia Bagalà |
| | Omar Cappiello |

Il Presidente, prima di dare inizio all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei punteggi tecnici definitivi attribuiti alle singole società partecipanti per ciascun lotto (**All. 1 e All. 2**).

La Commissione, dopo aver constatato l'integrità dei sigilli, procede quindi all'apertura e successiva lettura degli importi complessivi delle offerte economiche relative al Lotto I e al II, seguendo l'ordine di arrivo delle offerte stesse.

Conclusa la lettura delle offerte economiche, il Presidente della Commissione alle ore 10,20 sospende temporaneamente la seduta pubblica, per procedere all'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche.

La Commissione continua i lavori in seduta riservata e procede all'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche pervenute, secondo i criteri indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, e successivamente attribuisce i punteggi complessivi alle singole società riportando gli stessi nelle tabelle riepilogative allegate al presente verbale (**All. 3 e All. 4**).


La Commissione propone pertanto l'aggiudicazione provvisoria dei singoli lotti della procedura di gara come di seguito indicato:

LOTTO	SOCIETA'	IMPORTO BIENNALE IVA ESCLUSA
LOTTO I Full service n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD	OLYMPUS ITALIA S.r.l.	€ 41.958,66
LOTTO II Full service n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D	ERNESTO INVERNIZZI S.p.A.	€ 277.200,00

La Commissione rileva altresì che la OLYMPUS ITALIA S.r.l., aggiudicataria provvisoria del Lotto I, ha presentato un'offerta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. N. 50/2016, e determina di rimettere gli atti al RUP per la valutazione della congruità, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3, punto 5.3.

La Commissione riammette nella sede di gara i delegati delle società partecipanti, alle quali vengono comunicati i punteggi complessivi e le società provvisoriamente aggiudicatarie.


Terminati i lavori, alle ore 11,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.



Le buste contenenti la documentazione amministrativa, le offerte tecniche e le offerte economiche numerate da 1 a 6 vengono custodite nell'armadio blindato situato presso la U.O.C. Ingegneria Clinica – Pad. 90bis – S. Maria della Pietà.

Il presente verbale, composto di n. 4 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto:

- Presidente Ing. Annalisa Bononati
- Componente Dott. Pietro Saccucci
- Componente Dott. Stefano Mancini
- Componente Dott. Luca Lepre
- Componente Dott. Marco Martini
- Segretaria Sig.ra Alessandra Carli



The image shows five horizontal lines, each with a handwritten signature written across it. From top to bottom, the signatures correspond to the list of names on the left: Annalisa Bononati, Pietro Saccucci, Stefano Mancini, Luca Lepre, and Alessandra Carli.



A handwritten signature, possibly a stamp or a mark, located at the bottom left of the page.

	B. BRAUN	STRYKER	C.A.M. HOSPITAL	OLYMPUS	NOVAURA	INVERNIZZI
TELECAMERA DIGITALE						
V1: Numero dei chip in dotazione	2	2	0	2	0	2
V2: Dimensioni del chip (in ")	2	2	0	2	2	2
V3: Risoluzione della telecamera (specificare)	0	0	0	2	2	0
V4: Sterilizzabilità totale dei componenti	0	2	2	2	0	2
V5: Qualità dello zoom ottico (specificare)	0,5	0,5	0,5	2	0,5	0,5
V6: Caratteristiche funzionali della testina (specificare)	0,75	0,75	0,75	3	1,5	0,75
V7: Altre caratteristiche migliorative del sistema (specificare)	0	0	0	5	2	1
MONITOR E FONTE DI LUCE						
V8: Dimensione del monitor (in pollici) Punteggio massimo: 2	0	2	0,3	1,7	1,7	2
V9: Risoluzione del monitor (specificare)	0	2	0	2	2	0
V10: Velocità di risposta (in ms)	0	0,3	0	0,61	2	1,23
V11: Temperatura di colore della fonte di luce (in K)	2	0	2	0,61	2	1,23
V12: Caratteristiche dei cavi in fibra ottica in dotazione (efficienza, lunghezza, ...)	1,5	2	1	2	2	1,5
V13: Altre caratteristiche tecniche migliorative	1	2	0	4	3	3
UNITA' DI ELABORAZIONE ED ARCHIVIAZIONE						
V14: Caratteristiche funzionali dei software di gestione, visualizzazione ed elaborazione delle immagini (specificare numero e funzionalità)	1,25	2,5	1,25	5	1,25	1,25
V15: Capacità di archiviazione (in GB)	0	0,65	0	2	1,94	1,94
V16: Trasferimento dati ed immagini (tipologie)	0,5	2	0,5	2	0,5	1
V17: Altre caratteristiche del sistema	1	1	1	4	1	1
INSUFFLATORE						
V18: Parametri fisici di lavoro del dispositivo: Valori di pressione di insufflazione massima e del sistema di riscaldamento del gas, tipologie di insufflazione possibili, modalità di regolazione delle erogazione del flusso ed altro	0,75	0,75	0,7	3	0,75	0,75
CARRELLO ELETTRIFICATO						
V19: Caratteristiche dell'accessorio fornito (ergonomia, numero dei ripiani, sistemi di sicurezza presenti, ...)	0,5	0,5	0,5	2	0,5	0,5
TOTALE: punteggio massimo punti 50	13.75	22.95	10.50	46.92	26.64	23.65

ALL. 1

Lotto n. 1: n. 1 colonna videolaparoscopia Full HD - CIG: 7118111305. Importo € 56.000,00 IVA esclusa. Punteggio Qualità: 65/100						
DITTA	B.BRAUN MILANO SPA -	STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	C.A.M. HOSPITAL SRL	OLYMPUS ITALIA SRL	NOVAURA S.r.l.	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.
COSTRUTTORE	AESCULAP AG - TUTTLINGEN IKEGAMI TSUSHINKI CO.LTD - SCHOLLY FIBEROPTIC LTD GmbH	STRYKER ENDOSCOPY ad eccezione del Carrello ITD il cui Costruttore è ITD GmbH e del Monitor 32" 4K SURGICAL DISPLAY il cui Costruttore è ADVAN INT'L CORP.	SOPRO COMEG (TVCAMERA, FONTI LUCE, INSUFFLATORE); SONY (MONITOR); TEAC (UNITA' DI ELABORAZIONE ED ARCHIVIAZIONE); C.A.M. HOSPITAL SRL (CARRELLO ELETRIFICATO)	VEDI SCHEDE TECNICHE ALLEGATE	XION	KARL STORZ GmbH & Co. Kg
MODELLO	COLONNA LAPAROSCOPICA 3D	COLONNA PER VIDEOLAPAROSCOPIA così composta: Telecamera 1588; Monitor 32" 4K; Fonte Luce L10; Unità di elaborazione ed archiviazione immagini SDC3; Insufflatore Pneumasure; Carrello ITD	SYMBIOZ CAM+, MONITOR LMD2735-MD, SYMBIOZ LED+UBILED, SISTEMA UR- 4MD, SYMBIOZ FLOW, ZEUS	VEDI SCHEDE TECNICHE ALLEGATE	Mastrix P SPECTAR	Colonna per video- laparoscopia Full HD (IMAGE 1 S)
QUALITA' Punteggio massimo: 50 punti	13,75	22,95	10,50	46,92	26,64	23,65
FORMAZIONE Punteggio massimo: 3 punti	0,5	1	0	3	2	0,5
PROVA DIMOSTRATIVA Punteggio massimo: 12 punti	1	7	1	12	9	2
TOTALE	15,25	30,95	11,50	61,92	37,64	26,15
Servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita: 10/35 così suddivisi:						
TEMPI FORNITURA APPARECCHIATURA SOSTITUTIVA Punteggio massimo: 4 punti	3,55	3,55	0	2,66	3,55	4
TEMPO DI INTERVENTO Punteggio massimo: 2 punti	0	0,67	0	1,33	0	2
TEMPI DI RISOLUZIONE DEL GUASTO Punteggio massimo: 2 punti	1,78	0	0	1,33	1,78	2
GIORNI DI FERMO MACCHINA Punteggio massimo: 2 punti	1,89	1,89	0	1,68	1,68	2
TOTALE	7,22	6,11	0,00	7,00	7,01	10,00
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'	22,47	37,06	11,50	68,92	44,65	36,15

ALL 2

	OLYMPUS	INVERNIZZI
TELECAMERA DIGITALE D2		
V1: Dimensioni del chip (in ")	2	2
V2: Risoluzione della telecamera (specificare)	2	2
V3: Sterilizzabilità totale dei componenti	1	1
V4: Qualità dello zoom ottico (specificare)	0,75	0,75
V5: Caratteristiche funzionali della testina (specificare)	1	2
V6: Altre caratteristiche migliorative del sistema (specificare)	0	3
TELECAMERA DIGITALE D3		
V7: Caratteristiche tecnico-funzionali del laparoscopio 3D (specificare le migliorative rispetto ai requisiti minimi)	3	2,25
V8: Dimensioni del chip (in ")	0	2
V9: Risoluzione della telecamera (specificare)	2	2
V10: Sterilizzabilità totale dei componenti	1	1
V11: Qualità dello zoom ottico (specificare)	1	1
V12: Caratteristiche funzionali della testina (specificare)	1	2
V13: Altre caratteristiche migliorative del sistema (specificare)	2	2
MONITOR E FONTE DI LUCE		
V14: Dimensione del monitor (in pollici)	0	2
V15: Risoluzione del monitor (specificare)	2	0
V16: Velocità di risposta (in ms)	0	2
V17: Temperatura di colore della fonte di luce (in K)	0	2
V18: Caratteristiche dei cavi in fibra ottica in dotazione (efficienza, lunghezza, ...)	2	1
V19: Altre caratteristiche tecniche migliorative	2	3
UNITA' DI ELABORAZIONE ED ARCHIVIAZIONE		
V20: Caratteristiche funzionali dei software di gestione, visualizzazione ed elaborazione delle immagini (specificare numero e funzionalità)	3	3
V21: Capacità di archiviazione (in GB)	2	2
V22: Trasferimento dati ed immagini (tipologie)	2	2
V23: Altre caratteristiche del sistema (specificare)	2	2
INSUFFLATORE		
V24: Parametri fisici di lavoro del dispositivo: Valori di pressione di insufflazione massima e del sistema di riscaldamento del gas, tipologie di insufflazione possibili, modalità di regolazione delle erogazione del flusso ed altro	2	1,5
CARRELLO ELETTRIFICATO		
V25: Caratteristiche dell'accessorio fornito (ergonomia, numero dei ripiani, sistemi di sicurezza presenti, ...)	1	2
TOTALE: punteggio massimo punti 50	34,75	45,5

JB
 ed
 r
 la
 d
 W

M


Lotto n. II :n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D . CIG. 71181302B3.

Importo € 280.000,00 IVA esclusa.

Punteggio Qualità: 65/100

DITTA	OLYMPUS ITALIA SRL	ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.
CONSTRUTTORE	VEDI SCHEDE TECNICHE ALLEGATE	KARL STORZ GmbH & Co. Kg
MODELLO	VEDI SCHEDE TECNICHE ALLEGATE	Colonna per video-laparoscopia Full HD (IMAGE 1 S)
QUALITA' Punteggio massimo: 50 punti	34,75	45,5
FORMAZIONE Punteggio massimo: 3 punti	1	3
PROVA DIMOSTRATIVA Punteggio massimo: 12 punti	5	12
TOTALE	40,75	60,5
Servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita: 10/35 così suddivisi:		
TEMPI FORNITURA APPARECCHIATURA SOSTITUTIVA Punteggio massimo: 4 punti	2,67	4
TEMPO DI INTERVENTO Punteggio massimo: 2 punti	1,81	2
TEMPI DI RISOLUZIONE DEL GUASTO Punteggio massimo: 2 punti	1,33	2
GIORNI DI FERMO MACCHINA Punteggio massimo: 2 punti	1,68	2
TOTALE	7,49	10
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'	48,24	70,5







Procedura aperta per l'affidamento per l'affidamento in full service, per la durata di due anni, di
n. 6 colonne videolaparoscopiche
Lotto I - n. 1 colonna videolaparoscopica Full HD - Importo: € 56.000,00 IVA esclusa - CIG 7118111305

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

N.	DITTA	TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'	TOTALE PUNTEGGIO ASSISTENZA TECNICA	PREZZO COMPLESSIVO BIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTI	GRADUATORIA
		PUNTI 65/100	PUNTI 10/100	IMPORTO IVA ESCLUSA	PUNTI 25/100	PUNTI 100/100	
1	B.BRAUN MILANO S.p.A.	15,25	7,22	€ 47.000,00	21,77	44,24	5 ^a
2	STRYKER ITALIA S.r.l. S.U.	30,95	6,11	€ 52.150,34	18,37	55,43	4 ^a
3	C.A.M. HOSPITAL S.r.l.	11,50	0,00	€ 44.772,00	22,75	34,25	6 ^a
4	OLYMPUS ITALIA S.r.l.	61,92	7,00	€ 41.958,66	23,80	92,71	1^a
5	NOVAURA S.r.l.	37,64	7,01	€ 54.000,00	16,11	60,76	3 ^a
6	ERNESTO INVERNIZZI S.p.A.	26,15	10,00	€ 38.029,60	25,00	61,15	2 ^a

La Commissione propone l'aggiudicazione alla **OLYMPUS ITALIA S.r.l.** per un importo complessivo biennale di € 41.958,66 IVA esclusa.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento per l'affidamento in full service, per la durata di due anni, di
n. 6 colonne videolaparoscopiche
Lotto II - n. 5 colonne videolaparoscopiche 2D-3D - Importo: € 280.000,00 IVA esclusa - CIG: 71181302B3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

N.	DITTA	TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'	TOTALE PUNTEGGIO ASSISTENZA TECNICA	PREZZO COMPLESSIVO BIENNALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTI	GRADUATORIA
		PUNTI 65/100	PUNTI 10/100	IMPORTO IVA ESCLUSA	PUNTI 25/100	PUNTI 100/100	
1	OLYMPUS ITALIA S.r.l.	40,75	7,49	€ 258.759,00	25,00	73,24	2 ^a
2	ERNESTO INVERNIZZI S.p.A.	60,50	10,00	€ 277.200,00	16,67	87,17	1 ^a

La Commissione propone l'aggiudicazione alla **ERNESTO INVERNIZZI S.p.A.** per un importo complessivo biennale di € 277.200,00 IVA esclusa.

ALL. 4

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN "FULL SERVICE" DI APPARECCHIATURE VIDEOLAPAROSCOPICHE OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA AZIENDA ASL ROMA 1
 LOTTO 1 CODICE PROCEDURA CIG 7118111305

TABELLA OFFERTA PREZZO LOTTO 1 - Fornitura di N.1 COLONNA VIDEOLAPAROSCOPICA FULL HD

Il sottoscritto MARIA BIANCHI, legale rappresentante della Ditta OLYMPUS ITALIA SRL, con sede in SEGRATE, Via MODIGLIANI 45,

DICHARA

Che la Ditta/ATI che LEGALMENTE rappresenta, è disposta ad eseguire tutte le prestazioni e forniture indicate nel Bando e nella documentazione della Gara in oggetto, alle condizioni tutte ivi previste nonché quanto offerto nel proprio Progetto Offerta, che è parte integrante e sostanziale della presente, relative al Lotto 1 - fornitura di N.1 COLONNA VIDEOLAPAROSCOPICA FULL HD, applicando all'importo globale posto a base d'asta il ribasso percentuale di 25,07% (diconsi euro venticinque e centesimi sette, per ogni cento euro). Tale ribasso è frutto di calcolo ponderale che tiene conto dei prezzi netti che si offrono e dei costi per gli oneri della sicurezza e per i rischi da interferenze; non soggetti a ribasso.

Pertanto l'offerta economica totale annua, al netto dell'IVA è € 20.979,33 (diconsi euro ventimilanovecentosettantanove/33)

Tale importo offerto è composto come da seguente prospetto:

canone di locazione annuo (escl. IVA)	€	17.784,33	diciassettemilasettecentootantaquattro / 33
importo totale annuo materiale di consumo (escl. IVA)	€	- / 00	
canone annuo assistenza tecnica (escl. IVA)	€	3.195,00	tremilacentonovantacinque / 00
importo globale degli oneri della sicurezza (escl. IVA)	€	- / 00	
importo totale annuo offerto (esc.IVA)	€	20.979,33	ventimilanovecentosettantanove / 33
importo totale complessivo per i due anni (esc.IVA)	€	41.958,66	quarantunomilanovecentocinquantotto / 66

In caso di aggiudicazione il sottoscritto MARIA BIANCHI, legale rappresentante della Ditta/ATI, prima della stipula del contratto, si impegna, se richiesto, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, ad integrare le analisi dimostrative contenenti i costi della mano d'opera e dei materiali, le spese generali e l'utile dell'impresa, in base ai quali è pervenuto alla formulazione della presente offerta.

La presente offerta si intende onnicomprensiva di forniture (apparecchiature + materiale di consumo), montaggi, trasporti; noli, eventuali lavori edili e implantistici, necessarie comunque a dare le forniture e le opere perfettamente complete, funzionanti e rispondenti a tutte le prescrizioni di capitolato ed alle caratteristiche del progetto offerta che forma parte integrante e sostanziale della presente offerta economica, ed alle normative in vigore comunque alla data della certificazione di collaudo

REGIONE SOCIALE DELLA DITTA/ATI

Firma del Legale Rappresentante

OLYMPUS ITALIA S.R.L.

Società unipersonale

Prerogative
 Maria BIANCHI

Si allega fotocopia del documento di identità del firmatario della presente offerta economica: doc. CARTA IDENTITA' N. A04385084 Rilasciato il 05/05/2008.

Si allega elenco specifico delle apparecchiature e del materiale di consumo offerti, con l'indicazione dei singoli prezzi netti, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri, nessuno escluso per la perfetta funzionalità.



ALL. 4

Handwritten signatures and initials, including 'AB' and 'W'.

Spettabile
Azienda USL Roma 1
Borgo Santo Spirito 3
00193 - Roma (RM)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHIATURE VIDEOLAPARO-SCOPICHE OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA ASL ROMA 1 LOTTO N. 1 - CIG: 7118111305

La scrivente Olympus Italia S.r.l. - Società unipersonale, Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 Tribunale di Milano, codice fiscale/partita IVA Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente Milano 3, Via Bistolfi 5 cap 20134, a nome di un suo Procuratore Maria Bianchi nata a Lodi (LO) il 24/09/1954, presenta:

LISTA DEL MATERIALE DI CONSUMO CONNESSO ALL'USO DELLE APPARECCHIATURE

Codice	Descrizione	N.Rep.	CND	Pz/Conf.	Imp. Unit. Listino	Sconto	Importo unitario
WA95005A	TUBO, CON FILTRO, STERILE, PER INSUFLAZIONE, 20 PEZZI	325345	Z12029085	20	€ 1.050,00	60,00	€ 420,00
WA95007A	TUBO, STERILE, PER EVACUAZIONE FUMI UHI, 20 PEZZI	325351	Z12029085	20	€ 1.050,00	60,00	€ 420,00

Trattasi di materiale comunemente reperibile sul libero mercato.

Tali quotazioni resteranno valide per tutta la durata contrattuale.

Nel restare a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o necessità, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Olympus Italia S.r.l. - Società Unipersonale

Un Procuratore
Maria Bianchi

UGC/lds - Segrate, 04.09.2017

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Spettabile
Azienda USL Roma 1
Borgo Santo Spirito 3
00193 - Roma (RM)

Oggetto: Procedura Aperta Per La Fornitura In Service Di Apparecchiature Videolaparoscopiche Occorrenti Alle Esigenze Dell'azienda Asl Roma 1
LOTTO N. 1 - CIG: 7118111305

La scrivente Olympus Italia S.r.l. - Società unipersonale, Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 Tribunale di Milano, codice fiscale/partita IVA Nr. 10994940152; Ufficio delle imposte dirette territorialmente competente Milano 3, Via Bistolfi 5 cap 20134, a nome di un suo Procuratore Maria Bianchi nata a Lodi (LO) il 24/09/1954, come da Vostra gentile richiesta, presenta:

Offerta Nr. 3S-41631-150P-Ids del 04/09/2017
LOTTO N. 1 - CIG: 7118111305

VEDI TABELLA DI DETTAGLIO ALLEGATA

Importo totale annuo di locazione: € 20.979,33
(Euro ventimilanovecentosettantanove/33)

Importo totale di locazione per il periodo oggetto dell'offerta: € 41.958,66
(Euro quarantunomilanovecentocinquantesette/66)

Tutti i prezzi indicati sono I.V.A. esclusa, a Vs. carico, a norma di Legge.

ONERI SICUREZZA (rif. D.Lgs 50/2016, Art. 95, comma 10): pari a € 826,00 già ricompresi nell'importo complessivo di fornitura"

La percentuale di sconto a Voi riservata sul listino ufficiale di Endoscopia Chirurgica regolarmente depositato presso la C.C.I.A.A. sarà del 20%.

CONDIZIONI DI FORNITURA

<u>RIF. OFFERTA Nr.:</u>	3S-41631-150P-Ids del 04/09/2017 LOTTO N. 1 - CIG: 7118111305
<u>PAGAMENTO:</u>	BB 60 gg.data fattura
<u>I.V.A. :</u>	A Vs. carico aliquota a norma di legge.
<u>IMBALLO:</u>	A nostro carico.
<u>TRASPORTO:</u>	Porto Franco.
<u>CONSEGNA:</u>	entro 30 giorni data ricevimento ordine
<u>MONTAGGIO:</u>	A nostro carico.
<u>COLLAUDO:</u>	Entro 5 giorni dalla consegna.
<u>GARANZIA:</u>	Le apparecchiature offerte sono coperte da garanzia di tipo Full Risk* per tutta la durata del contratto.

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

*non include gli interventi che si rendessero necessari a causa di danni dovuti a uso improprio, negligenza o colpa grave, dolo, eventi naturali (incendi, fulmini, alluvioni, terremoti, ecc), così come sono esclusi i danni provocati dall'utilizzo di accessori non forniti da OLYMPUS.

L'esecuzione di interventi tecnici da parte di personale non autorizzato sugli strumenti comporterà l'esclusione della garanzia per il buon mantenimento delle caratteristiche di funzionalità e sicurezza degli apparecchi, con espressa esclusione di responsabilità per i danni eventualmente derivanti al Cliente e/o a terzi

Sono esclusi gli accessori, sia forniti con le apparecchiature che separatamente, i quali non prevedano possibilità di interventi manutentivi (né preventivi, né correttivi), ma solo la loro sostituzione, quali ad esempio:

- Accessori transendoscopici (pinze bioptiche, boccagli, spazzolini per pulizia e citologia, cannule, aghi, anse per polipectomia e papillosfinterotomia, etc.).
- Cavi di alimentazione e di interconnessione fra le apparecchiature e cavi portaluce.
- Filtri, valvole mono e pluriuso, lampade e quant'altro non connesso in modo integrale agli apparecchi.

VALIDITA' OFFERTA: I prezzi della presente offerta hanno validità di 180 gg. a decorrere dalla data di presentazione offerta.

Olympus Italia S.r.l. dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, convertito in Legge 217/2010.

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 5 e 6 della L.136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione".

Inoltre ai sensi della determinazione nr. 4 del 07.07.2011 si richiede, per procedure multilotto, di comunicare alla scrivente il numero di CIG MASTER.

Con riferimento alla normativa relativa alla fatturazione elettronica, DM 55/2013, vi invitiamo a voler cortesemente riportare in ogni documento d'ordine destinato alla nostra Società, il Codice Univoco Ufficio (CUF) di pertinenza.

Vi preghiamo di riportare sempre il ns. numero di offerta in caso di gradito ordine che potrà essere inviato ai seguenti nr. fax 02.26972.370 o 02.26972.353 e/o email: ordini.italia@olympus-europa.com

Nel restare a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o necessità, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Olympus Italia S.r.l. - Società Unipersonale

In Procuratore
Maria Bianchi

UGC/lds - Segrate, 04.09.2017

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

CODICE	DESCRIZIONE	N.REP.	CODICE CND	Q.TA'	CANONE LOCAZIONE UNIT.ANNUO	CANONE UNIT. ANNUO AT	CANONE LOCAZIONE TOTALE ANNUO	CANONE TOTALE ANNUO AT	CANONE LOCAZIONE TOTALE BIENNALE	CANONE TOTALE BIENNALE AT
N5402150	OTV-S400 - VISERA' 4K UHD, Processore Video	1356278	Z12020406	1	€ 3.245,00 tremiladuecento quarantacinque / 00	€ - / 00	€ 3.245,00 tremiladuecento quarantacinque / 00	€ - / 00	€ 6.490,00 seimilaquattro centonovanta / 00	€ - / 00
N5401550	CLV-S400 - VISERA 4K UHD, Fonte di Luce	1356142	Z12020402	1	€ 2.433,75 duemilaquattro centotrentatre / 75	€ - / 00	€ 2.433,75 duemilaquattro centotrentatre / 75	€ - / 00	€ 4.867,50 quattromilaotto centosessantasette / 50	€ - / 00
N5401730	CH-S400 - 4K, Testa di Telecamera	1356149	Z12020405	1	€ 3.731,75 tremilasettecento trentuno / 75	€ 1.881,25 milleottocento ottantuno / 25	€ 3.731,75 tremilasette centotrentuno / 75	€ 1.881,25 milleottocento ottantuno / 25	€ 7.463,50 settemilaquattro centosessantatre / 50	€ 3.762,50 tremilasettecento sessantadue / 50
WA03310A	CAVO PORTA LUCE, Ø 4,25 MM X 3 M, SENZA CONDENSATORE, CF	1221747	Z12020485	2	€ 114,71 centoquattordici / 71	€ - / 00	€ 229,42 duecentoventinove / 42	€ - / 00	€ 458,84 quattrocento cinquantotto / 84	€ - / 00
N5402300	MAJ-2254 (8,5m) 4K cable	NON MED.	NON MED.	1	€ 111,95 centoundici / 95	€ - / 00	€ 111,95 centoundici / 95	€ - / 00	€ 223,91 duecentoventitre / 90	€ - / 00
WA4KL100	OTTICA UltraHD 10mm 0°, AUTOCLAVABILE	1356288	Z12029009	1	€ 649,00 seicentoquaranta nove / 00	€ 591,25 cinquecento novantuno / 25	€ 649,00 seicentoquaranta nove / 00	€ 591,25 cinquecento novantuno / 25	€ 1.298,00 milleduecento novantotto / 00	€ 1.182,50 millecentoottanta due / 50
WA4KL130	OTTICA UltraHD 10mm 30°, AUTOCLAVABILE	1359143	Z12029009	1	€ 665,23 seicentosessanta cinque / 22	€ 591,25 cinquecento novantuno / 25	€ 665,23 seicentosessanta cinque / 22	€ 591,25 cinquecento novantuno / 25	€ 1.330,45 milletrecentotrenta / 45	€ 1.182,50 millecentoottanta due / 50
E0497703	LMD-X310S, LCD Monitor 4K 31", SONY	1436834	Z11900802	1	€ 2.596,00 duemilacinque centonovantasei / 00	€ - / 00	€ 2.596,00 duemilacinque centonovantasei / 00	€ - / 00	€ 5.192,00 cinquemilacento novantadue / 00	€ - / 00
N3829670	UHI-4 INSUFFLATORE	629230	Z12029008	1	€ 1.677,67 milleseicento settantasette / 66	€ - / 00	€ 1.677,67 milleseicento settantasette / 66	€ - / 00	€ 3.355,33 tremilatrecento cinquantacinque / 33	€ - / 00
N1000400	MAJ-1082 TUBO ALTA PRESSIONE ATTACCO ISO UHI-	115958	Z12029099	1	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00
WA58670A	GSH-2 PRERISCALDATORE GSH- 2, PER LAPAROSCOPIA OLYMPUS	903934	Z12029014	1	€ 482,69 quattrocento ottantadue / 69	€ - / 00	€ 482,69 quattrocento ottantadue / 69	€ - / 00	€ 965,39 novecentosessanta cinque / 39	€ - / 00
K10021617	WM-NP2 CARRELLO SET 6	485986	Z12029003	1	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00
K10021042	MAJ-1650 PORTA BOMBOLA CO2 (250mm) PER CARRELLI SERIE	NON APPL.	NON APPL.	1	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00
E05-HVO- 3300MT	Registratore medicale HD 3D	1516654/R	Z119099	1	€ 1.947,00 millenovecento quarantasette / 00	€ 131,25 centotrentuno / 25	€ 1.947,00 millenovecento quarantasette / 00	€ 131,25 centotrentuno / 25	€ 3.894,00 tremilaottocento novantaquattro / 00	€ 262,50 duecentosessanta due / 50
N3647800	MAJ-1951 CAVO VIDEO SDI DA 2.4m	NON APPL.	NON APPL.	2	€ 7,44 sette / 44	€ - / 00	€ 14,87 quattordici / 87	€ - / 00	€ 29,75 ventinove / 75	€ - / 00
N4457730	MH-1939 PEDALE PER INSUFFLATORE UHI-4 OLYMPUS	NON OBBL.	Z12029085	1	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00
A4933	MAJ-438 CAVO DI CONTROLLO REMOTATO PER VTR OLYMPUS	120881	Z12020480	2	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00
WA05990A	CONTENITORE AUTOCLAVABILE PER 2 OTTICHE 395 MM MAX	116238	S9080	2	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00	€ - / 00

ALLEGATO "C"

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN "FULL SERVICE" DI APPARECCHIATURE VIDEOLAPAROSCOPICHE OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA AZIENDA ASL ROMA 1 - LOTTO II - CODICE PROCEDURA CIG 718130283

TABELLA OFFERTA PREZZO LOTTO II - Fornitura di N. 5 COLONNE PER VIDEO-LAPAROSCOPIA 2D/3D FULL HD

Il sottoscritto GIOVANNI DELLA VALLE, legale rappresentante della Ditta/ATI ERNESTO INVERNIZZI S.P.A., con sede in Roma, Via di Tor Cervara n. 258,

DICHIARA

Che la Ditta/ATI che LEGALMENTE rappresenta, è disposta ad eseguire tutte le prestazioni e forniture indicate nel Bando e nella documentazione della Gara in oggetto, alle condizioni tutte ivi previste nonché quanto offerto nel proprio Progetto Offerta, che è parte integrante e sostanziale della presente, relative al Lotto II - fornitura di n. 5 Colonne per video-laparoscopia 2D/3D Full HD, applicando al l'importo globale posto a base d'asta il ribasso percentuale di di 1 (diconsi euro uno e centesimi zero, per ogni cento euro). Tale ribasso è frutto di calcolo ponderale che tiene conto dei prezzi netti che si offrono e dei costi per gli oneri della sicurezza e per i rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.

Pertanto l'offerta economica totale annua, al netto dell'IVA è € 138.600,00, (diconsi euro centotrentottomilaseicento/00)

Tale importo offerto è composto come da seguente prospetto:

canone di locazione annuo (escl. IVA)	€ 114.092,60 (centoquattordicimilantadvadue/60)
importo totale annuo materiale di consumo (escl. IVA)	€ //
canone annuo assistenza tecnica (escl. IVA)	€ 23.953,00 (ventitremilanovecentocinquante/00)
importo globale degli oneri della sicurezza (escl. IVA)	€ 554,40 (cinquecentocinquantaquattro/40)
importo totale annuo offerto (escl. IVA)	€ 138.600,00 (centotrentottomilaseicento/00)
importo totale complessivo per i due anni (escl. IVA)	€ 277.200,00 (duecentosettantasettemiladuecento/00)

In caso di aggiudicazione il sottoscritto GIOVANNI DELLA VALLE, legale rappresentante della Ditta/ATI, prima della stipula del contratto, si impegna, se richiesto, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, ad integrare le analisi dimostrative contenenti i costi della mano d'opera e dei materiali, le spese generali e l'utile dell'Impresa, in base ai quali è pervenuto alla formulazione della presente offerta.

La presente offerta si intende onnicomprensiva di forniture (apparecchiature + materiale di consumo), montaggi, trasporti, noli, eventuali lavori edili e impiantistici, necessarie comunque a dare le forniture e le opere perfettamente complete, funzionanti e rispondenti a tutte le prescrizioni di capitolato ed alle caratteristiche del progetto offerta che forma parte integrante e sostanziale della presente offerta economica, ed alle normative in vigore comunque alla data della certificazione di collaudo

Validità offerta: 180 giorni a partire dalla scadenza del termine per la sua presentazione

Sconto applicato sul listino ufficiale KARL STORZ depositato presso la C.C.I.A.A.: 20% (ventipercento)

RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA/ATI
 Firma del Legale Rappresentante
ERNESTO INVERNIZZI S.p.A.
 Amministratore Delegato e Vice Residente
 (Cognome e Nome in stampato)

Si allega fotocopia del documento di identità del firmatario della presente offerta economica : doc. Carta d'identità N. AR 7254375 rilasciata il 08/02/2010.

Si allega elenco specifico delle apparecchiature e del materiale di consumo offerti, con l'indicazione dei singoli prezzi netti, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri, nessuno escluso per la perfetta funzionalità

[Handwritten signatures and initials]


ALL. 8

04 SE 01/01/2017

04 SET 2017

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Direzione Generale Entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 IDENTIFICATIVO 01160859583077

01160859583077



invernizzi

Ernesto Invernizzi S.p.A.
Fondata nel 1879

capitale sociale
€ 480.000 Int. vers.
tribunale di Roma 159/22
c.c.i.a.a. Roma / 1439
Codice Fiscale 00455940585
Partita IVA 00897741005

sede sociale - direzione - magazzini:
Via di Tor Cervara, 258
00155 Roma
tel. 06.225.24.03 r.a.
fax 06.225.25.05
e-mail : info@invernizzi.it

filiale Toscana:
Via G. di Vittorio, 21
50053 Empoli - Loc. Terrafino (FI)
tel. 0571.51298
fax 0571.911435
e-mail: infotoscana@invernizzi.it

negozio:
Viale Regina Margherita, 279 a
angolo Piazza Sassari, 2 - 2a - 2b
tel. 06.442.306.22/3
fax 06.442.306.19

SPETT.LE
A.S.L. ROMA 1
Borgo S. Spirito, 3
00193 ROMA

OFFERTA

ROMA, LI 04/09/2017	OFFERTA N. 962/17 Fu	VS.RIFERIMENTO N. DEL	IMBALLO Gratis
TRASPORTO FRANCO	ONERI FISCALI I.V.A. Vs. Carico	CONDIZIONI DI PAGAMENTO Rimessa diretta entro 60 GG DF	AGENTE Cappiello - Bagalà
CODICE	QUANTITA'	<p>Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., della fornitura in "full service" di apparecchiature per videolaparoscopia, occorrenti alle esigenze dell'Azienda ASL Roma 1, per la durata di due anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni.</p> <p><u>LOTTO N. II - CIG 71181302B3:</u></p> <p><i>N. 5 Colonne per video-laparoscopia 2D/3D Full HD:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- n. 3 al Blocco Operatorio edificio C.P.O. San Filippo Neri (CC.OO. Chirurgia d'Urgenza, Urologia Oncologica Ginecologia)- n. 1 Blocco Operatorio P.O. S. Spirito (C.O. Chirurgia d'Urgenza)- n. 1 Blocco Operatorio Nuovo Regina Margherita (UOC Chirurgia d'Urgenza) <p>-----</p> <p><u>PREZZI SINGOLI NETTI PER CIASCUNA COLONNA</u></p> <p><u>CANONE ANNUO, COMPRENSIVI DI TUTTI</u></p> <p><u>GLI ONERI, NESSUNO ESCLUSO,</u></p> <p><u>PER LA PERFETTA FUNZIONALITA'</u></p> <p>-----</p> <p>ERNESTO INVERNIZZI S.p.A. Amministratore Delegato e Vice Presidente (Giovanni Della Valle)</p>	PREZZO UNITARIO

La presente offerta è valida per 30 giorni a decorrere da oggi: trascorso tale termine la sua validità è subordinata a nostra conferma che Vi preghiamo volerci richiedere.

Per tutti gli effetti di legge s'intende eletto domicilio in Roma, dove è stato concluso ed ha esecuzione l'ordine. In caso di pagamento anche parziale, posteriore alla consegna, le merci s'intendono cedute, ai sensi dell'art.1523 C.C., con la clausola della riserva di proprietà, sino all'integrale pagamento del prezzo pattuito.

L'ordine che ci verrà passato sulla base della presente offerta implicherà l'integrale accettazione di tutte le condizioni nella stessa contenute



CODICE	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO
KSTM323	5	MONITOR 32" 3D FULL HD ORIG. KARL STORZ. (euro duemilatrecentotrenta/29)	2.330,29
KSTC200IT	5	UNITÀ DI CONTROLLO TELECAMERA IMAGE 1 CONNECT ORIG. KARL STORZ. (euro millequattrocentotrentatre/63)	1.433,63
KSTC302	5	IMAGE 1 D3-LINK ORIGINALE KARL STORZ. (euro millesettecentosei/50)	1.706,50
	5	COD. 26605AA/BA - 3D-HD TIPCAM®, PAL. Ottica 0°/30°, diametro mm. 10 con testina della telecamera integrata, orig. KARL STORZ (euro quattromilanovecentocinquantasei/50)	4.956,50
KS495TIP	5	Cavo di luce a fibre ottiche. Diametro mm. 4,8 - lunghezza cm. 300, per uso con la TIPCAM, orig. KARL STORZ (euro novantanove/23)	99,23
KS39501XTC	5	Vassoio sterilizzabile per TIPCAM® 1 SPIES 3D e di un cavo di luce autoclavabile, orig. KARL STORZ. (euro novantotto/47)	98,47
KSTC300	5	IMAGE 1 H3-LINK ORIGINALE KARL STORZ. (euro millediciassette/83)	1.017,83
KSTH102	5	TESTA DELLA TELECAMERA IMAGE 1 H3-Z FI SPIES ORIGINALE KARL STORZ. (euro tremiladuecentonovantacinque/84)	3.295,84
KS20133701-1	5	FONTE DI LUCE FREDDA D-LIGHT P CON SCB ORIG. KARL STORZ (euro millesettecentonovantadue/04)	1.792,04
KS20161201	5	<u>COMPLETA DI</u> FONTE DI LUCE FREDDA DI RISERVA MOD. LED NOVA 150 ORIG. KARL STORZ. (euro duecentosedici/32)	216,32
KS26003ACA	5	Sistema Ottico HOPKINS® II a visione rettilinea 0°, immagine ingrandita, diametro 10 mm, lunghezza 31 cm, orig. KARL STORZ (euro settecentoottantotto/12)	788,12

ERNESTO INVERNIZZI S.p.A.
 Amministratore Delegato / Vice Presidente
 (Giovanni, Doria Valle)

Per tutti gli effetti di legge s'intende eletto domicilio in Roma, dove è stato concluso ed ha esecuzione l'ordine. In caso di pagamento anche parziale, posteriore alla consegna, le merci s'intendono cedute, ai sensi dell'art.1523 C.C., con la clausola della riserva di proprietà, sino all'integrale pagamento del prezzo pattuito.

L'ordine che ci verrà passato sulla base della presente offerta implicherà l'integrale accettazione di tutte le condizioni nella stessa contenute



[Handwritten signatures]

CODICE	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO
KS26003BCA	5	Sistema Ottico HOPKINS® II a visione rettilinea 30°, immagine ingrandita, diametro 10 mm, lunghezza 31 cm, orig. KARL STORZ (euro ottocentouno/13)	801,13
KS495NCSC	10	Cavo di luce a fibre ottiche con connettore resistente alle alte temperatura. Lunghezza cm. 250, orig. KARL STORZ (euro centosedici/83)	116,83
KS20090519	5	TOUCH SCREEN 19" ORIG. KARL STORZ (euro trecentonovantotto/97)	398,97
KS26432008-1	5	TERMOFLATORE CON INSUFFLAZIONE DI CO2 PRERISCALDATA AD ALTO FLUSSO MOD. THERMOFLATOR CON SCB ORIG. KARL STORZ. (euro millequattrocentottantanove/76)	1.489,76
KS20400222	5	Tubo per alta pressione CO2, attacco americano/attacco ISO, lunghezza cm. 102, orig. KARL STORZ (euro trentasei/86)	36,86
KS39301CS	5	Contenitore in plastica per la sterilizzazione e conservazione di due sistemi ottici, orig. KARL STORZ (euro ventisette/93)	27,93
	5	Carrello porta apparecchiature mod. Professional Power ENDO-S 450 orig. BIEFFE ITALIA (euro quattrocentottantaquattro/68)	484,68
<p>-----</p> <p>PER IL MATERIALE OFFERTO ORIG. KARL STORZ, LA NS. SOCIETA' HA L'ESCLUSIVA DI VENDITA PER IL VS. TERRITORIO</p> <p>-----</p>			
<p><i>Validità offerta: 180 giorni a partire dalla scadenza del termine per la sua presentazione</i></p>			
<p>ERNESTO INVERNIZZI S.p.A. Amministratore Delegato e Vice-Presidente (Giovanni Della Valle)</p>			

Per tutti gli effetti di legge s'intende eletto domicilio in Roma, dove è stato concluso ed ha esecuzione l'ordine. In caso di pagamento anche parziale, posteriore alla consegna, le merci s'intendono cedute, ai sensi dell'art.1523 C.C., con la clausola della riserva di proprietà, sino all'integrale pagamento del prezzo pattuito.

L'ordine che ci verrà passato sulla base della presente offerta implicherà l'integrale accettazione di tutte le condizioni nella stessa contenute

capitale sociale
€ 480.000 int. vers.
tribunale di Roma 159/22
c.c.i.a.a. Roma / 1439
Codice fiscale 00455940585
Partita IVA 00897741005

sede sociale - direzione - magazzini:
Via di Tor Cervara, 258
00155 Roma
tel. 06.225.24.03 r.a.
fax 06.225.25.05
e-mail : info@invernizzi.it
pec: e.invernizzi@legalmail.it

filiale Toscana:
Via G. di Vittorio, 21
50053 Empoli - Loc. Terrafino (FI)
tel. 0571.51298
fax 0571.911435
e-mail: infotoscana@invernizzi.it

negozio:
Viale Regina Margherita, 279 a
angolo Piazza Sassari, 2 - 2a - 2b
tel. 06.442.306.22/3
fax 06.442.306.19



invernizzi

Ernesto Invernizzi S.p.A.
Fondata nel 1879

Spett.le
A.S.L. ROMA 1
Borgo S. Spirito, 3
00193 Roma

Roma, li 4 settembre 2017

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., della fornitura in "full service" di apparecchiature per videolaparoscopia, occorrenti alle esigenze dell'Azienda ASL Roma 1, per la durata di due anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni.
Lotto I - CIG 7118111305. Lotto II - CIG 71181302B3.

Documentazione economica

ACCESSORI NON INCLUSI NELL'OFFERTA

Lotto n. II - CIG n. 71181302B3

<i>Codice Prodotto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prezzo unitario di listino ufficiale</i>
UI500S1	Insufflatore ad alto flusso ENDOFLATOR® 50 con modulo SCB integrato, orig. KARL STORZ	€ 12.733,00
UP501S1	Aspiratore di fumi S-PILOT orig. KARL STORZ	€ 3.479,00
26331101-1	Pompa di irrigazione ENDOMAT sec. HAMOU® con modulo SCB integrato, orig. KARL STORZ	€ 11.161,00
11278VK	Video-uretero-renoscopio flessibile FLEX XC orig. KARL STORZ.	€ 31.875,00
TC301	Modulo link, IMAGE1 X-LINK, per impiego con videoendoscopi flessibili, orig. KARL STORZ	€ 7.770,00
13920PKS	Sigmoidoscopio 11.2/3.4/800 PAL orig. KARL STORZ	€ 23.630,00
11292VSK	Video Coledocoscopia flessibile IMAGE 1 S, orig. KARL STORZ	€ 33.759,00
Sconto a Voi riservato 20% (ventipercento)		

Prezzi validi per tutta la durata del contratto

ERNESTO INVERNIZZI S.p.A.
Amministratore Delegato e ex Presidente
(Giovanni Tetta Valle)

capitale sociale
€ 480.000 int. vers.
trib. di Roma 159/22
c.c. Roma / 1439
Cod. Fiscale 00455940585
Partita IVA 00897741005

sede sociale - direzione - magazzini:
Via di Tor Cervara, 258
00155 Roma
tel. 06.225.24.03 r.a.
fax 06.225.25.05
e-mail: info@invernizzi.it
pec: e.invernizzi@legalmail.it

filiale Toscana:
Via G. di Vittorio, 21
50053 Empoli - Loc. Terrafino (FI)
tel. 0571.51298
fax 0571.911435
e-mail: infotoscana@invernizzi.it

negozio:
Viale Regina Margherita, 279 a
angolo Piazza Sassari, 2 - 2a - 2b
tel. 06.442.306.22/3
fax 06.442.306.19



invernizzi

Ernesto Invernizzi S.p.A.
Fondata nel 1879

Spett.^{le}
A.S.L. ROMA 1
Borgo S. Spirito, 3
00193 Roma

Roma, lì 4 settembre 2017

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., della fornitura in "full service" di apparecchiature per videolaparoscopia, occorrenti alle esigenze dell'Azienda ASL Roma 1, per la durata di due anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni.
Lotto I - CIG 7118111305. Lotto II - CIG 71181302B3.

Documentazione economica

MATERIALI DI CONSUMO
CONNESSO ALL'USO DELLE APPARECCHIATURE

Lotto n. II - CIG n. 71181302B3

Codice Prodotto	Descrizione	Consumo previsto nel biennio	Prezzo unitario di listino ufficiale
20133028	Lampadina XENON 300W di ricambio, 15 Volt, per fonte di luce Xenon 300, orig. KARL STORZ.	Durata di vita 500 ore di accensione.	€ 1.141,00
Sconto a Voi riservato 10% (dieci per cento)			

Materiale di produzione non esclusiva

Prezzo valido per tutta la durata del contratto

ERNESTO INVERNIZZI S.p.A.
Amministratore Delegato e Vice Presidente
(Giovanni Della Valle)