

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
UOC Acquisizione Beni, Servizi

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in service di manipoli motorizzati a batteria per chirurgia ortopedica e traumatologia. Chiarimenti al 28 settembre 2018

Quesito n. 1

Si chiede la possibilità di offrire batterie non sterilizzabili e non al litio

Risposta

Si conferma quanto riportato nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico

Quesito n. 2

segnaliamo che, per quanto di nostra conoscenza la sega precision, è distribuita da una sola azienda. Si chiede pertanto la possibilità di non offrire tale componente

Risposta

Per errore materiale è stato indicata al paragrafo 2 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico "sega precision": si chiarisce che ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesta una sega ad alta precisione

Quesito n.3

Per quanto riguarda il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), potete confermare che sia sufficiente allegarne in gara unicamente copia cartacea, completa di sottoscrizione olografa?

Risposta

E' necessario compilare il DGUE in formato elettronico come da istruzione del Disciplinare di gara, punto 15.2